



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
**MINISTRIA E SHËNDETËSISË
DHE MBROJTJES SOCIALE**

Nr. 3052 / Prot.

Tiranë, më ____/____/2018

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT

[Data]

Për: **Biometric Albania Sh.p.k me NIPT J61827062E** Adresë Tiranë, Rr “Vllazen Huta” Pallat i Ri Vila Park, Kati 6. përfaqësues me prokurë të posacme i bashkimit të përkohshëm të operatorëve ekonomikë **Montal Sh.p.k me NIPT J62009007F** Adresë: Tiranë, “Dervish Hima”, 3 kullat K.3, AP 9/2, dhe **Biometric Albania Sh.p.k me NIPT J61827062E** Adresë Tiranë, Rr “Vllazen Huta” Pallat i Ri Vila Park, Kati 6.

* * *

Procedura e prokurimit: Procedure e hapur- mallra- **prokurim me mjete elektronike.**

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-67865-05-08-2018

LOT1 – REF-67874-05-08-2018

LOT2 – REF-67870-05-08-2018

LOT3 – REF-67872-05-08-2018

Përshkrim i shkurtër i kontratës: **“Furnizim vendosje pajisje mjekësore dhe hotelerie për godinën e maternitetit të Spitalit Korçë dhe për për kirurgjinë e re dhe patologjinë e spitalit Sarandë” me fond limit në total 130,044,395 (njëqind e tridhjetë milion e dyzet e katër mijë treqind e nëntëdhjetë e pesë) Lekë pa TVSH i ndarë në lote si më poshtë:**

Lot 1: “Furnizim vendosje pajisje mjekësore dhe pajisje mobilimi spitalor” me fond limit 18,052,899 (tetëmbëdhjetë milion e pesëdhjetë e dy mijë e tetëqind e nëntëdhjetë e nëntë) lekë pa TVSH;

Lot 2: “Furnizim vendosje pajisje salle operatore” me fond limit 58,520,377 (pesëdhjetë e tetë milion e pesëqind e njëzet mijë e treqind e shtatëdhjetë e shtatë) lekë pa TVSH;

Lot. 3: “Furnizim vendosje pajisje biomjekësore dhe pediatrike” me fond limit 53,471,119 (pesëdhjetë e tre milion e katërqind e shtatëdhjetë e një mijë e njëqind e nëntëmbëdhjetë) lekë pa TVSH.

Data e zhvillimit të tenderit: 11.06.2018

Kohëzgjatja e kontratës: **Lot 3 –brenda 45 diteve nga data e lidhjes së kontratës.**

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: çmimi më i ulët/lot X, ofertad dekonomikisht më e favorshme

Njoftojme se, kane qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:

Për Lot. 3: “Furnizim vendosje pajisje biomjekësore dhe pediatrike” me fond limit 53,471,119 (pesëdhjetë e tre milion e katërqind e shtatëdhjetë e një mijë e njëqind e nëntëmbëdhjetë) lekë pa TVSH.

- OE “ADR Trans” pa ofertë ekonomike.
- OE “EUROMED” pa ofertë ekonomike.
- OE “Medical Distribution” pa ofertë ekonomike.
- BOE “MONTAL” shpk me NIPT J62009007F & “BIOMETRIC ALBANIA” shpk me

NIPT J61827062E, me ofertën 35 678 090 (tridhjetë e pesë milion e gjashtëqind e shtatëdhjetë e tetë mijë e nëntëdhjetë) Lekë pa TVSH.

- OE "OES DISTRIMED" shpk, me NIPT K31520054N, me ofertën 33 200 000 (tridhjetë e tre milion e dyqind mijë) Leke pa TVSH.
- OE "Royal Berat" pa ofertë ekonomike.

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

1. OE "ADR Trans" pa ofertë ekonomike.
2. OE "EUROMED" pa ofertë ekonomike.
3. OE "Medical Distribution" pa ofertë ekonomike.
4. OE "OES DISTRIMED" shpk, me NIPT K31520054N, me ofertën 33 200 000 (tridhjetë e tre milion e dyqind mijë) Leke pa TVSH.
5. OE "Royal Berat" pa ofertë ekonomike.

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

Referuar, dokumentacionit të dorëzuar në sistem nga OE e sipërcituar, KVO konstaton si mëposhtë:

- Shoqëritë, **Royal Berat, Euromed, Medical Distribution** dhe **ADR Trans** nuk kanë paraqitur dokumentacionin e kërkuar në kriteret e përgjithshme dhe të vecanta për kualifikim. Gjithashtu këto shoqëri nuk kanë dorëzuar ofertë ekonomike.

Rrjedhimisht ofertat e këtyre shoqërive rezultojnë si jo të plota dhe të parregullta.

- OE "OES DISTRIMED" shpk:

I. Artikulli Nr.3, "Sistem Histeroskopie", në specifikimin teknik: Rregullimi i presionit të irigimit histeroskopik: 0-200mmHg, ndërsa OE e ka ofruar me parametër 15-150 mmhg, duke mos përmbushur këtë specifikim.

II. Artikulli Nr.4, "Peshore Dixhitale për bebe", në specifikimin teknik: Mbajtëse për femije e çmontueshme, OE nuk e specifikon nëse e disponon apo jo këto kriter duke mos përmbushur specifikimet teknike të kërkuara për këtë artikull.

III. Artikulli Nr. 7, "Inkubator për Neonat me Servo Kontroll" për specifikimet e mëposhtme:

- Kërkohet Kontroll i Oksigjenit: 21-75%, ndërsa OE ka ofruar 20-60%;
- Kërkohet të furnizohet së bashku me një kape (hood) me konektor oksigjeni për neonate dhe bebe, premature, ndërsa OE nuk e ofron këtë kërkesë duke mos e plotësuar këtë kriter.

IV. Artikulli Nr.10, "ECHO Obstetrike dhe Gjinekologjike", për specifikimet e mëposhtme :

- Kërkohet të kontrollohet me mikroprocesor, teknologji dixhitale dhe mbi 220.000 kanale dixhitale perpunimi, ndërsa OE e ka ofruar 27 648 kanale.
- Shfaqja e imazhit: single/dual/quad, 256 nuanca grije, OE këtë specifikim nuk e përmbush.
- Kërkohet Intervali Dinamik maksimal mbi 260 dB, OE këtë specifikim nuk e përmbush.
- Kërkohet frekuenca maksimale 18 MHz ndërsa artikulli i ofruar nga OE e ka frekuencën maksimale 16 MHz.

- Kërkohet shkalla PRF 0.1 deri 25 MHz, ndërsa shkalla PRF 0.8 deri 14.8 MHz e specifikimit teknik të artikullit të ofruar nga ky OE.

- Kërkohet intervali i frekuencës jo më pak se 0.3-28KHz dhe shpejtësia 0.1-3600 cm/s, ndërsa OE artikulli i ofruar nga ky OE intervalin e frekuencës e ka 0.7-24KHz dhe shpejtësia 4.7-369 cm/s.

V. Artikulli Nr.11, "ECHO Portative", specifikimet e mëposhtme:

- Eko dopler me ngjyra e pershtatshme për aplikime adult dhe neonatale, OE specifikimin për përdorim NEONATAL nuk e shpreh, por e ka zëvendësuar me përdorim PEDIATRIK.
- Kërkohet të kontrollohet me mikroprocesor, teknologji dixhitale dhe mbi 180.000 kanale dixhitale perpunimi, ndërsa OE e ka ofruar 1024 kanale.
- Intervali i frekuencave të funksionimit: 2 deri në 13MHz, OE në specifikimet e këtij artikulli cilëson se: "Varet nga Sonda", pa përmendur shifra.
- Shpejtësia maksimale e ndërrimit të imazhit të pakten 1100 frames/sec, OE këtë kriter nuk e

përmbush sepse shpejtësia maksimale e ndërrimit të imazhit është 282 frames/sec.

- Kërkohej shkalla PRF 0.1 deri 18MHz, ndërsa shkalla PRF 0.8 deri 14.8 MHz e specifikimit teknik të artikullit të ofruar nga ky OE.

VI. Artikulli Nr. 12, “Panel gazrash mjekesore dopjo (per kokat e krevateve)”, specifikimi i mëposhtëm:

Daljet e gazit te perfshijne gaz mjekesor oksigjen 2cope, vakum 2cope, drite 2 cope, Priza Schucko 4 cope, sistem lajmerim infermiere 2 cope. Me standarde gjermane ose AFNOR, nuk korenspondon me ato te ofruara nga ky OE, duke mos përmbushur specifikimet teknike te kerkuara.

VII. Artikulli Nr.13, “Panel gazrash mjekesore tek (per kokat e krevateve)”,specifikimi i mëposhtëm:

Daljet e gazit te perfshijne gaz mjekesor oksigjen 1cope, vakum 1cope, drite, Priza Schucko 2 cope, sistem lajmerim infermiere. Me standarde gjermane ose AFNOR, nuk korenspondon me ato te ofruara nga ky OE duke mos përmbushur specifikimet teknike te kerkuara.

VIII. Artikulli Nr.14, “Ngrohës Intravenoz”, për specifikimet e mëposhtëme:

- Per shmangien e hipotermise gjate nderhyrjeve kirurgjikale, reanimacion adult dhe neonatal,OE nuk e ka specifikuar përdorimin Neonatal.

- Administrimi i fluideve me gravitet me nje fluks minimal jo me pak se 6 litra ne ore,OE nuk e specifikon kete kriter.

IX. Artikulli Nr.16, “Shiringe elektrike”, kriterin: Njesite e dozimit g, mg, µg, ng, U, mol,OE nuk e specifikon.

X. Artikulli Nr.18, “Aparature CPAP per neonate me lageshtues”, për specifikimet e mëposhtëme:

- Furnizim nga rrjeti AC 220V/50Hz dhe bateri e integruar per te garantuar funksionim per te pakten 4 ore, OE nuk e secifikon se sa është kohëzgjatja që garanton bateria për të funksionuar.

- Lageshtia minimale e garantuar: >30mg/l, OE nuk e specifikon kete parameter.

XI. Artikulli 19, “Dyshek Fototerapie”, specifikimin e mëpshtëm: Rrezatimi spektral rreth 50 µE/cm²/nm-1 (±25%),OE e ka paraqit me vlerat 35µE/cm²/nm-1 (±15%) duke mos e plotësuar.

XII. Artikulli 25, Mates transkutan per bilirubinenPër specifikimet e mëposhtëme:

- Perseritshmeria: ≤ ± 0,8mg/dl,OE nuk e specifikon këtë parametër.

- Bateria e karikuar te kete mundesi per te pakten 100 matje, OE nuk e specifikon këtë parametër.

XIII. Artikulli Nr. 31, “Ventilator Pacienti”, specifikimin: i pajisur me ekran LCD me prekje (touchscreen) dhe ngjyra. Dimensioni minimal: 15",OE nuk e ka respektuar por e ka sjellë me EKRAN 12,1”.

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë **Biometric Albania Sh.p.k me NIPT J61827062E** Adresë Tiranë, Rr “Vllazen Huta” Pallat i Ri Vila Park, Kati 6. përfaqësues me prokurë të posacme i bashkimit të përkohshëm të operatorëve ekonomikë **Montal Sh.p.k me NIPT J62009007F** Adresë: Tiranë,”Dervish Hima”, 3 kullat K.3, AP 9/2 dhe **Biometric Albania me NIPT J61827062E** Adresë Tiranë, Rr “Vllazen Huta” Pallat i Ri Vila Park, Kati 6 se oferta e paraqitur me një të vlerë të përgjithshme prej **35,678,090 (tridhjetë e pesë milion e gjashtëqind e shtatëdhjetë e tetë mijë e nëntëdhjetë) Leke pa TVSH/** pikët totale të marra [_____] është identifikuar si oferta e suksesshme .

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [autoritetit kontraktor përfitues] sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 5 (pesë) ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të konfiskohet sigurimi i ofertës suaj (nëse është kërkuar) dhe kontrata do t'i akordohet ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të përgjithshme prej [vlera përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra], siç parashikohet në nenin 58 të Ligjit nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 28.06.2018.

Ankesa: Po

(nëse ka) kanë marrë përgjigje në datë 06.08.2018 (dhe Vendim KPP 604/2018)

* * *

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

Arian Kraja

