



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E SHËNDETËSISË
DHE MBROJTJES SOCIALE

Nr. ____/____Prot.

Tiranë, më ____/____/ 2021

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT (I korigjuar)

Për: **BOE Saer Medical, me NIPT K31610086D me adresë: Rr. Themisokli Germenji, pallati në Krahë të RTSG, Kati 1-rë, Tiranë dhe Health & Light shpk, me NIPT L42231011L adrese: Tiranë Rruga Themistokli Germenji, Nd.11, H. 4, Ap. 4, Njesia Administrative Nr. 2, 1010, - përfaqësuar nga Saer Medical**

* * *

Procedura e prokurimit: : **“F.V pajisje mjekësore –Mamografi”**

Numri i referencës së procedurës/lotit: **REF-65048-07-10-2020**

Përshkrim i shkurtër i kontratës: **“F.V pajisje mjekësore -Mamografi” me fond limit 33,333,334 (tridhjetë e tre milion e treqind e tridhjetë e tre mijë e treqind e tridhjetë e katër) Lekë pa TVSH.**

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): **Jo**

Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: çmimi më i ulët ☒ oferta ekonomikisht më e favorshme ☐

Njoftojme se, kane qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:

1. **BNT ELECTRONICS shpk – me NIPT J61817047D dhe ofertë ekonomike 18,996,811 (tetemdhjetemilion e nentëqind e nëntëdhjetë e gjashtë e teteqind e njëmbëdhjetë) lekë pa tvsh, Adresa: Bulevardi “Zhan D'ark”, Nd.32, Hyrja 16, Kati 2, Ap.1, Tiranë.**
2. **Montal shpk - me NIPT J62009007F dhe ofertë ekonomike 20,595,000 (njzetmilion e peseqinde nentëdhjetë e pese mijë) lekë pa tvsh. Adresa: Rr. Dervish Hima, 3-Kullat, K-3, Ap 9/2, Tiranë.**
3. **BOE Saer Medical me NIPT K31610086D dhe Health & Light shpk me NIPT L42231011L - përfaqësuar nga Saer Medical, me ofertë ekonomike 20,900,000**

(njetetmilion e nëntëqind mijë) lekë pa tvsh. Adresa: Rr. Themisokli Germenji, pallati në Krahë të RTSG, Kati 1-rë, Tiranë.

4. **OES Distrimed shpk** - me **NIPT K31520054N** dhe ofertë ekonomike **23,260,000** (njetet e tre milion e dyqind e gjashtedhjetë mijë) lekë pa tvsh, Adresa: Bulevardi "Bajram Curri", Tiranë.
5. **MSE shpk** – me **NIPT L82001005A** dhe oferte ekonomike **24,000,000** (njetet e kater milion) pa tvsh, Adresa: Njesia Administrative Kashar, Autostrada Tirane-Durres, Kilometri i 8, Rruga Paralele, Ndertese private me zone kadastrale 2105, Kashar , Tirane
6. **BIOMETRIC ALBANIA shpk** - me **NIPT J61827062E** dhe ofertë ekonomike **24,570,000** (njetet e kater milion e peseqind e shtatedhjetë mijë) lekë pa tvsh, Adresa: Njesia bashkiake nr 2, rruga Vllazen Huta, pallati Vila Park, shkalla 1, kati 6, ap 25, Tiranë
7. **TBS96 shpk** – me **NIPT K71407001F** dhe oferte **ekonomike 25,000,000** (njetet e pesë milion) lekë pa tvsh, Adresa: Rruga Thanas Ziko, Nr. 86/1, Tiranë.
8. **FEDOS shpk** - me **NIPT K01514009I** dhe ofertë ekonomike **27,000,000** (njetet e shtate milion) lekë pa tvsh. Adresa: Njesia Administrative Nr.2, Rruga Manol Konomi, Ndertesa Nr.14, Hyrja 2, Apartamenti 2, Tiranë.
9. **MEDFAU shpk** – me **NIPT J93610823R** dhe ofertë ekonomike **27,400,000** (njetet e shtate milion e katerqind mijë) lekë pa tvsh, Adresa: Kavajë, Lagja 5.
10. **ALBAPHOTO shpk** - me **NIPT K86618008S** dhe ofertë ekonomike **29,000,000** (njetet e nente milion) lekë pa tvsh, Adresa: Rruga "Kolë Idromeno", Nd. 89, H.3, Ap.30, Shkodër.
11. **LINEAR shpk** - me **NIPT L01714002F** dhe ofertë ekonomike **32,600,000** (tridhjetë e dy milion e gjashteqind mije) lekë pa tvsh, Adresa: Rruga e "Kavajes", Pallati "Speed", Kati Perdhe, Hyrja Nr.4, Njesia Bashkiake Nr.10, Tiranë.

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

1. **BNT ELECTRONICS shpk** – me **NIPT J61817047D** dhe ofertë ekonomike **18,996,811** (tetembedhjetemilion e nenteqind e nenetedhjetë e gjashtë e teteqind e njembedhjetë) lekë pa tvsh, Adresa: Bulevardi "Zhan D'ark", Nd.32, Hyrja 16, Kati 2, Ap.1, Tiranë.
2. **Montal shpk** - me **NIPT J62009007F** dhe ofertë ekonomike **20,595,000** (njetetmilion e peseqinde nentedhjetë e pese mijë) lekë pa tvsh. Adresa: Rr. Dervish Hima, 3-Kullat, K-3, Ap 9/2, Tiranë.
3. **MSE shpk** – me **NIPT L82001005A** dhe oferte ekonomike **24,000,000** (njetet e kater milion) pa tvsh, Adresa: Njesia Administrative Kashar, Autostrada Tirane-Durres, Kilometri i 8, Rruga Paralele, Ndertese private me zone kadastrale 2105, Kashar , Tirane
4. **TBS96 shpk** – me **NIPT K71407001F** dhe oferte **ekonomike 25,000,000** (njetet e pesë milion) lekë pa tvsh, Adresa: Rruga Thanas Ziko, Nr. 86/1, Tiranë.
5. **MEDFAU shpk** – me **NIPT J93610823R** dhe ofertë ekonomike **27,400,000** (njetet e shtate milion e katerqind mijë) lekë pa tvsh, Adresa: Kavajë, Lagja 5.

6. **ALBAPHOTO shpk** - me **NIPT K86618008S** dhe ofertë ekonomike **29,000,000** (njëzet e nente milion) lekë pa tvsh, Adresa: Rruga "Kolë Idromeno", Nd. 89, H.3, Ap.30, Shkodër.
7. **LINEAR shpk** - me **NIPT L01714002F** dhe ofertë ekonomike **32,600,000** (tridhjetë e dy milion e gjashtëqind mijë) lekë pa tvsh, Adresa: Rruga e "Kavajës", Pallati "Speed", Kati Perdhe, Hyrja Nr.4, Njesia Bashkiake Nr.10, Tiranë.

Përkatsisht për arsyet e mëposhtme:

1. Nga shqyrtimi i dokumentacionit të dorëzuar nga OE BNT ELECTRONICS shpk – me NIPT J61817047D, KVO vlerëson dhe vendos si më poshtë:

Nga shqyrtimi i dokumentacionit të kësaj shoqërie rezultoi se ka paraqitur të gjithë dokumentacionin e kërkuar në Kriteret e Përgjithshme për Kualifikim (KPK).

Dokumentacioni i paraqitur për plotësimin e kriterëve të vecanta për kualifikim (KVK) rezulton jo i plotë dhe nuk është në përputhje me të gjitha kërkesat e përcaktuara në DST, konkretisht:

Pika 2.3, Kapaciteti teknik:

Përsa i përket aftësisë teknike e profesionale, Operatori Ekonomik duhet të përmbushë kërkesat e mëposhtme:

Në Kreun II, seksioni I i dokumentave të tenderit "Udhëzime për operatorët ekonomikë" ku përcaktohet se: *"Operatorët Ekonomikë janë të detyruar të përgatisin oferta, në përputhje me kërkesat e përcaktuara në këto DT. **Ofertat që nuk përgatiten në përputhje me këto DT do të refuzohen si të papranueshme**", konkretisht Kriteret e Veçanta të Kualifikimit, **2.3.8. Operatori ekonomik duhet të paraqesë katalogë teknikë për të gjithë artikujt e ofertuar ku të jenë të pasqyruara specifikimet teknike të kërkuara për secilin artikull. Në katalogë, duhet të shenohet sipas numrit të artikullit në Formularin e Ofertes dhe të markohen me ngjyrë të ndezur** (të verdhë), artikujt e ofruar. (Katalogët duhet të ngarkohen në www.app.gov.al së bashku me dokumentacionin e kërkuar në këto DT. Përshkrimi teknik duhet të jetë i përkthyer në gjuhën shqipe në pjesët që kanë lidhje me specifikimet teknike të kërkuara në DST).*

Dokumentacioni i paraqitur për plotësimin e specifikimeve teknike rezulton jo i plotë dhe nuk është në përputhje me të gjitha kërkesat e përcaktuara në DST.

Në ofertën e paraqitur nga ky OE ka disa mospërputhje në dokumentacion dhe në deklaratë, konkretisht:

Në deklaratën e lëshuar nga Lanmage i datës 19.08.2020 firmosur nga James Wang deklarohet: *Anoda duhet të jetë prej TUNGSTENI ose me e mire për të reduktuar dozat... Luna MINI 8100A do të perdori material me të mire...por ne mund të sigurojme X-ray Tube AM1016T I cili është prej materiali TUNGSTENI dhe plotëson tërësisht kërkesat tuaja."*

Sipas kesaj deklarate anoda do te jete modeli AM1016T e cila eshte prej nje kompoziti materialesh Fibrash karboni. Nderkohe ne katalog eshte deklaruar dhe markuar modeli IAE AM1016 I cili eshte prej materiali Mo (Molybdenum).

Në po te njejten deklarate eshte deklaruar qe do te sillet kompjuter me memorje 2T ku nderkohe nga ofruesi eshte deklaruar dhe eshte paraqitur katalog i markuar per kompjuter nga prodhuesi Fujitsu Gjermani.

Në katalog eshte markuar fujitsu me madhesi HDD 500GB (edhe pse ne katalog ofrohen HDD 2T por eshte markuar 500GB)

Ne po te njejten deklarate eshte deklaruar qe do te sillet UPS 1000VA ku nderkohe ky produkt eshte ofruar dhe deklaruar nga prodhuesi Infosec.

Në oferten e OE ka mosperputhje ndermjet deklaratave te prodhuesit dhe katalogeve te paraqitur nga kompanite prodhuese.

Referuar Kriteve te Veçanta të Kualifikimit, **2.3.8. Operatori ekonomik *duhet të paraqesë katalogë teknikë për të gjithë artikujt e ofertuar ku të jenë të pasqyruara specifikimet teknike të kërkuara për secilin artikull. Në katalogë, duhet të shenohet sipas numrit të artikullit ne Formularin e Ofertes dhe të markohen me ngjyrë të ndezur*** (të verdhë), artikujt e ofruar

Bazuar ne kriterin e sipercituar OE nuk ploteson kriteret e meposhtme:

- Detektor me të paktën 60% DQE të matur nën dozën 10mR.
 - Në katalogun e paraqitur nga ky OE ky specifikim **nuk është markuar dhe nuk gjendet në katalogët teknikë siç kërkohet në DST.**
- Me pajisje zmadhimi: jo mëpak se 1,5X
 - Në katalogun e paraqitur nga ky OE ky specifikim **nuk është markuar dhe nuk gjendet në katalogët teknikë siç kërkohet në DST.**
- Të instalohet në dhomën e diagnostikimit me monitorë me 2 monitore LCD min 19” me rezolucion 1600x1200 dhe hard disk 2 TB për ruajtjen e imazheve.
 - Në katalogun e paraqitur nga ky OE ky specifikim **nuk është markuar dhe nuk gjendet në katalogët teknikë siç kërkohet në DST.**
- Mburoja e rrezatimit në përputhje me mbrojtjen standarde EN60601-1-3. Të përfshihet kolona mbeshtetese.
 - Në katalogun e paraqitur nga ky OE ky specifikim **nuk është markuar dhe nuk gjendet në katalogët teknikë siç kërkohet në DST.**
- Rregullimi i lartësisë i motorizuar rreth 75 cm, me frena elektromagnetike
 - Në katalogun e paraqitur nga ky OE ky specifikim **nuk është markuar dhe nuk gjendet në katalogët teknikë siç kërkohet në DST.**

2. Nga shqyrtimi i dokumentacionit të dorëzuar nga MONTAL shpk - me NIPT J62009007F, KVO vlerëson dhe vendos si më poshtë:

Nga shqyrtimi i dokumentacionit të kësaj shoqërive rezultoi se ka paraqitur të gjithë dokumentacionin e kërkuar në Kriteret e Përgjithshme për Kualifikim (KPK).

Dokumentacioni i paraqitur për plotësimin e kriterëve të vecanta për kualifikim (KVK) rezulton jo i plotë dhe nuk është në përputhje me të gjitha kërkesat e përcaktuar në DST, konkretisht:

Në Kreun II, seksioni I i dokumentave të tenderit “Udhëzime për operatorët ekonomikë” ku përcaktohet se: *“Operatorët Ekonomikë janë të detyruar të përgatisin oferta, në përputhje me kërkesat e përcaktuara në këto DT. **Ofertat që nuk përgatiten në përputhje me këto DT do të refuzohen si të papranueshme**”, konkretisht Kriteret e Veçanta të Kualifikimit, **2.3.8.** Operatori ekonomik **duhet të paraqesë katalogë teknikë për të gjithë artikujt e ofertuar ku të jenë të pasqyruara specifikimet teknike të kërkuara për secilin artikull. Në katalogë, duhet të shenohet sipas numrit të artikullit në Formularin e Ofertes dhe të markohen me ngjyrë të ndezur** (të verdhë), artikujt e ofruar. (Katalogët duhet të ngarkohen në www.app.gov.al së bashku me dokumentacionin e kërkuar në këto DT. Përshkrimi teknik duhet të jetë i përkthyer në gjuhën shqipe në pjeset që kanë lidhje me specifikimet teknike të kërkuara në DST).*

Bazuar në të dhënat e paraqitura në katalogët teknikë, KVO kerkoi saktësimin e një prej të dhënave të paraqitura në katalogët teknikë. OE konfirmoi me atë të deklarates bashkelidhur vlerën e specifikimit.

Dokumentacioni i paraqitur për plotësimin e specifikimeve teknike rezulton jo i plotë dhe nuk është në përputhje me të gjitha kërkesat e përcaktuar në DST, konkretisht:

- Në DST kërkohet që *Mburoja e rrezatimit në përputhje me mbrojtjen standarde EN60601-1-3.*
 - Në katalogun e paraqitur nga ky OE ky specifikim **nuk është markuar dhe nuk gjendet në katalogët teknikë** siç kërkohet në DST.
- Në DST kërkohet *Detektor me të paktën 60% DQE të matur nën dozën 10mR.*
 - Në katalogun e paraqitur nga ky OE ky specifikim **nuk është markuar dhe nuk gjendet në katalogët teknikë** siç kërkohet në DST.
- Në DST kërkohet *Rregullimi i lartësisë me frena elektromagnetike ose vetëbllokuese.*
 - Në katalogun e paraqitur nga ky OE ky specifikim **nuk është markuar dhe nuk gjendet në katalog** siç kërkohet në DST.

3. Nga shqyrtimi i dokumentacionit të dorëzuar nga MSE shpk – me NIPT L82001005A, KVO vlerëson dhe vendos si më poshtë:

Nga shqyrtimi i dokumentacionit të kësaj shoqërie rezultoi se ka paraqitur të gjithë dokumentacionin e kërkuar në Kriteret e Përgjithshme për Kualifikim (KPK).

Dokumentacioni i paraqitur për plotësimin e kriterëve të vecanta për kualifikim (KVK) rezulton jo i plotë dhe nuk është në përputhje me të gjitha kërkesat e përcaktuar në DST.

Në Kreun II, seksioni I i dokumentave të tenderit “Udhëzime për operatorët ekonomikë” ku përcaktohet se: *“Operatorët Ekonomikë janë të detyruar të përgatisin oferta, në përputhje me kërkesat e përcaktuara në këto DT. **Ofertat që nuk përgatiten në përputhje me këto DT do të refuzohen si të papranueshme**”*, konkretisht, **Pika, 2.3.1 Kapaciteti teknik:**

Ne dokumentat e tenderit ne kriteret minimale te kualifikimit kerkohet

Listëpagesat e deklaruara në organet tatimore për periudhën Janar 2020 - Prill 2020 ku të figurojnë emrat e tyre

Operatori Ekonomik nuk ka paraqitur dokumentacionin e kërkuar për plotësimin e këtij kriteri. Ai ka paraqitur vetëm listëpagesat për periudhën Maj – Korrik 2020.

Për sa më sipër, KVO në unanimitet vendosi për skualifikimin e ofertës së OE MSE shpk.

4. Nga shqyrtimi i dokumentacionit të dorëzuar nga TBS96 shpk - me NIPT K71407001F, KVO vlerëson dhe vendos si më poshtë:

Dokumentacioni i paraqitur për plotësimin e kriterëve të vecanta për kualifikim (KVK) rezulton jo i plotë dhe nuk është në përputhje me të gjitha kërkesat e përcaktuar në DST, konkretisht,

Dokumentacioni i paraqitur për plotësimin e kriterëve të vecanta për kualifikim (KVK) rezulton jo i plotë dhe nuk është në përputhje me të gjitha kërkesat e përcaktuar në DST.

Në Kreun II, seksioni I i dokumentave të tenderit “Udhëzime për operatorët ekonomikë” ku përcaktohet se: *“Operatorët Ekonomikë janë të detyruar të përgatisin oferta, në përputhje me kërkesat e përcaktuara në këto DT. **Ofertat që nuk përgatiten në përputhje me këto DT do të refuzohen si të papranueshme**”*, konkretisht **Pika, 2.3.1 Kapaciteti teknik:**

- Përsa i përket aftësisë teknike e profesionale, Operatori Ekonomik duhet të përmbushë kërkesat e mëposhtme minimale:
 - Furnizime të mëparshme të ngjashme në një vlerë jo më të vogël se 40% të vlerës së fondit limit të lotit apo shumës së loteve për të cilat konkurron, të realizuara gjatë tre viteve të fundit nga data e hapjes së ofertave të kësaj procedure prokurimi.

Operatori Ekonomik nuk ka paraqitur dokumentacionin e kerkuar per plotesimin e ketij kriteri. Shuma e kontratave te furnizimeve te meparshme eshte 15,631,480 Lek

- Ne dokumentat e tenderit ne kriteret minimale te kualifikimit kerkohet
 - Listëpagesat e deklaruara në organet tatimore për periudhën Janar 2020 - Prill 2020 ku të figurojnë emrat e tyre

Operatori Ekonomik nuk ka paraqitur dokumentacionin e kerkuar per plotesimin e ketij kriteri. Ai ka paraqitur vetem listpagesat per periudhen Maj – Korrik 2020.

Për sa më sipër, KVO në unanimitet vendosi për skualifikimin e ofertës së OE TBS shpk.

5. Nga shqyrtimi i dokumentacionit të dorëzuar nga MEDFAU shpk – me NIPT J93610823R, KVO vlerëson dhe vendos si më poshtë:

Nga shqyrtimi i dokumentacionit të kësaj shoqërie rezultoi se ka paraqitur të gjithë dokumentacionin e kërkuar në Kriteret e Përgjithshme për Kualifikim (KPK).

Dokumentacioni i paraqitur për plotësimin e kriterëve të vecanta për kualifikim (KVK) rezulton jo i plotë dhe nuk është në përputhje me të gjitha kërkesat e përcaktuar në DST.

Në Kreun II, seksioni I i dokumentave të tenderit “Udhëzime për operatorët ekonomikë” ku përcaktohet se: “Operatorët Ekonomikë janë të detyruar të përgatisin oferta, në përputhje me kërkesat e përcaktuara në këto DT. ***Ofertat që nuk përgatiten në përputhje me këto DT do të refuzohen si të papranueshme***”, konkretisht Kriteret e Veçanta të Kualifikimit, **2.3.8**. Operatori ekonomik duhet të paraqesë katalogë teknikë për të gjithë artikujt e ofertuar ku të jenë të pasqyruara specifikimet teknike të kërkuara për secilin artikull. Në katalogë, duhet të shenohet sipas numrit të artikullit në Formularin e Ofertes dhe të markohen me ngjyrë të ndezur (të verdhë), artikujt e ofruar. (Katalogët duhet të ngarkohen në www.app.gov.al së bashku me dokumentacionin e kërkuar në këto DT. Përshkrimi teknik duhet të jetë i përkthyer në gjuhën shqipe në pjesët që kanë lidhje me specifikimet teknike të kërkuara në DST).

Dokumentacioni i paraqitur për plotësimin e specifikimeve teknike rezulton jo i plotë dhe nuk është në përputhje me të gjitha kërkesat e përcaktuar në DST, konkretisht:

Në specifikimet teknike të aparatit të mamografisë është kërkuar në DST:

- Ne specifikimet teknike eshte kerkuar specifikimi:

Ups 1000VA

Ne oferten e OE nuk eshte perfshire pajisja Ups

- Në DST kërkohet specifikimi: *Kapaciteti i nxehtësisë jo më pak se 300 kWhU.*

○ Në katalogun e paraqitur nga ky OE për pajisjen e mamografisë *kat_mamograf*, rezulton Heat storage capacity (anode)- 120,000 J; 162,000 HU, ose 120 kJ; 162 kHU. Pra, kapaciteti i nxehtësisë së anodës për modelin e aparatit të mamografisë së ofruar nga ky OE nuk plotëson minimumin e kërkuar në DST.

- Në DST kërkohet specifikimi: *Të instalohet në dhomën e diagnostikimit me monitorë me 2 monitore LCD min 19" me rezolucion 1600x1200 dhe hard disk 2 TB për ruajtjen e imazheve.*
 - Në katalogun e paraqitur nga ky OE ofrohet hard disk 1 TB për ruajtjen e imazheve.
- Në DST kërkohet *Detektor me të paktën 60% DQE të matur nën dozën 10mR.*
 - Në katalogun e paraqitur nga ky OE ky specifikim nuk është markuar siç kërkohet në DST

Ne lidhje me specifikimin e kërkuar *Madhësia aktive e detektorit jo më pak se 24x30 cm. OE ka markuar specifikimin për madhësinë e detektorit 23x30 cm.*

KVO e konsideron këtë një devijim të vogël

Për sa më sipër, KVO në unanimitet vendosi për skualifikimin e ofertës së OE "MEDFAU" shpk.

6. Nga shqyrtimi i dokumentacionit të dorëzuar nga ALBAPHOTO shpk - me NIPT K86618008S, KVO vlerëson dhe vendos si më poshtë:

Nga shqyrtimi i dokumentacionit të kësaj shoqërive rezultoi se ka paraqitur të gjithë dokumentacionin e kërkuar në Kriteret e Përgjithshme për Kualifikim (KPK).

Dokumentacioni i paraqitur për plotësimin e kriterëve të vecanta për kualifikim (KVK) rezulton jo i plotë dhe nuk është në përputhje me të gjitha kërkesat e përcaktuar në DST, konkretisht:

Në Kreun II, seksioni I i dokumentave të tenderit "Udhëzime për operatorët ekonomikë" ku përcaktohet se: "*Operatorët Ekonomikë janë të detyruar të përgatisin oferta, në përputhje me kërkesat e përcaktuara në këto DT. **Ofertat që nuk përgatiten në përputhje me këto DT do të refuzohen si të papranueshme***", konkretisht Kriteret e Veçanta të Kualifikimit, **2.3.8.** Operatori ekonomik duhet të paraqesë katalogë teknikë për të gjithë artikujt e ofertuar ku të jenë të pasqyruara specifikimet teknike të kërkuara për secilin artikull. Në katalogë, duhet të shenohet sipas numrit të artikullit në Formularin e Ofertes dhe të markohen me ngjyrë të ndezur (të verdhë), artikujt e ofruar. (Katalogët duhet të ngarkohen në www.app.gov.al së bashku me dokumentacionin e kërkuar në këto DT. Përshkrimi teknik duhet të jetë i përkthyer në gjuhën shqipe në pjesët që kanë lidhje me specifikimet teknike të kërkuara në DST).

Dokumentacioni i paraqitur për plotësimin e specifikimeve teknike rezulton jo i plotë dhe nuk është në përputhje me të gjitha kërkesat e përcaktuar në DST, konkretisht:

- Në DST kërkohet që *Mburoja e rrezatimit në përputhje me mbrojtjen standarde EN60601-1-3*.
 - Në katalogun e paraqitur nga ky OE ky specifikim nuk është markuar siç kërkohet në DST.
- Në DST kërkohet *Detektor me të paktën 60% DQE të matur nën dozën 10mR*.
 - Në katalogun e paraqitur nga ky OE ky specifikim vlera e këtij specifikimi nuk është markuar siç kërkohet në DST
- Në DST kërkohet *Kapaciteti i nxehtësisë jo më pak se 300 kHU*
 - Në katalogun e paraqitur nga ky OE ky specifikim vlera e këtij specifikimi nuk është markuar siç kërkohet në DST
- Në DST kërkohet *Me pajisje zmadhimi: jo më pak se 1,5X*
 - Në katalogun e paraqitur nga ky OE ky specifikim vlera e këtij specifikimi nuk është markuar siç kërkohet në DST

Për sa më sipër, KVO në unanimitet vendosi për skualifikimin e ofertës së OE ALBAPHOTO shpk

7. Nga shqyrtimi i dokumentacionit të dorëzuar nga LINEAR shpk- me NIPT L01714002F, KVO vlerëson dhe vendos si më poshtë:

Nga shqyrtimi i dokumentacionit të kësaj shoqërive rezultoi se ka paraqitur të gjithë dokumentacionin e kërkuar në Kriteret e Përgjithshme për Kualifikim (KPK).

Dokumentacioni i paraqitur për plotësimin e kriterëve të vecanta për kualifikim (KVK) rezulton jo i plotë dhe nuk është në përputhje me të gjitha kërkesat e përcaktuar në DST.

Në Kreun II, seksioni I i dokumentave të tenderit “Udhëzime për operatorët ekonomikë” ku përcaktohet se: “*Operatorët Ekonomikë janë të detyruar të përgatisin oferta, në përputhje me kërkesat e përcaktuara në këto DT. **Ofertat që nuk përgatiten në përputhje me këto DT do të refuzohen si të papranueshme***”, konkretisht **Pika, 2.3.1 Kapaciteti teknik:**

Përsa i përket aftësisë teknike e profesionale, Operatori Ekonomik duhet të përmbushë kërkesat e mëposhtme minimale:

Furnizime të mëparshme të ngjashme në një vlerë jo më të vogël se 40% të vlerës së fondit limit të lotit apo shumës së loteve për të cilat konkurron, të realizuara gjatë tre viteve të fundit nga data e hapjes së ofertave të kësaj procedure prokurimi.

- OE nuk ka paraqitur furnizime të ngjashme të mëparshme.
 - Për të përmbushur kriterin e mësipërm OE ka ngarkuar në SPE Furnizime të ngjashme, në të cilin janë ngarkuar dokumenta të cilat nuk

përmbushin KVK nr. 2.3.1, për arsye së kanë të bëjnë me mirëmbajtjen e pajisjeve mjekësore dhe jo me objektin e kësaj procedure prokurimi **F.V pajisje mjekësore – Mamografi**.

- Operatori Ekonomik duhet të përmbushë kërkesat e mëposhtme minimale:
 - Vërtetimin që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri.

Operatori Ekonomik nuk ka paraqitur dokumentin e kerkuar

- Ne dokumentat e tenderit ne kriteret minimale te kualifikimit kerkohet:
 - *Listëpagesat e deklaruara në organet tatimore për periudhën Janar 2020 - Prill 2020 ku të figurojnë emrat e tyre*

Operatori Ekonomik nuk ka paraqitur dokumentacionin e kerkuar per plotesimin e ketij kriteri. Ai ka paraqitur vetem listpagesat per periudhen Maj – Korrik 2020.

- **OE nuk ploteson specifikimet teknike te meposhtme:**
 - *I pajisur me Ups 1000VA.*
 - *Të instalohet në dhomën e diagnostikimit me monitorë me 2 monitore LCD min 19” me rezolucion 1600x1200 dhe hard disk 2 TB për ruajtjen e imazheve.*
- **OE ofron specifikimet:**
 - *Ups 300W.*
 - *Hard disk 1 TB për ruajtjen e imazheve.*

Për sa më sipër, KVO në unanimitet vendosi për skualifikimin e ofertës së OE LINEAR shpk.

Komisioni i vlerësimit të ofertave përpara se të bëjë klasifikimin e ofertave të paraqitura në **“F.V pajisje mjekësore -Mamografi”** me fond limit **33,333,334 (tridhjetë e tre milion e treqind e tridhjetë e tre mijë e treqind e tridhjetë e katër) Lekë pa TVSH**, në mbështetje të nenit 56 të ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “për prokurimin publik” me të gjitha ndryshimet, si dhe ne mbështetje të VKM Nr.914 dt 29.12.2014 nenin 66 të Kreut VII të RrPP, bën verifikimin për oferta anomalisht të ulëta. Në rastin kur janë të vlefshme tre ose më shumë oferta, në përputhje me nenin 56 të LPP-së, oferta vlerësohet anomalisht e ulët nëse vlera e saj do të jetë më e vogël se 85 përqind e mesatares së ofertave të vlefshme.

Nga shqyrtimi i ofertave të vlefshme nuk rezultoi asnjë ofertë anomalisht e ulët.

Klasifikimi i ofertave për procedurën **“F.V pajisje mjekësore -Mamografi”** me fond limit **33,333,334 (tridhjetë e tre milion e treqind e tridhjetë e tre mijë e treqind e tridhjetë e katër) Lekë pa TVSH**:

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë:

BOE Saer Medical, me NIPT K31610086D me adresë: Rr. Themisokli Germenji, pallati në Krahë të RTSG, Kati 1-rë, Tiranë dhe Health & Light shpk, me NIPT L42231011L adrese: Tiranë Rruga Themistokli Germenji, Nd.11, H. 4, Ap. 4, Njesia Administrative Nr. 2, 1010, - përfaqësuar nga Saer Medical, me ofertë ekonomike 20,900,000 (njetzetmilion e nëntëqind mijë) lekë pa tvsh /pikët totale të marra/[_____]se janë identifikuar si oferta të suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni të lutur të paraqisni pranë **Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale** sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda ____5____ ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të konfiskohet sigurimi i ofertës suaj (nëse është kërkuar) dhe kontrata do t'i akordohet ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të përgjithshme prej [vlera përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra], siç parashikohet në nenin 58 të Ligjit nr.9643 datë 20.11.2006“Për prokurimin publik”, i ndryshuar.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë **14.10.2020**

Ankesat pas vlerësimit:

Ankesa në AK, datë 21.10.2020

Kthim përgjigje, datë 27.10.2020

Ankesë në KPP datë 06.11.2020

Vendimi KPP 195/2021 datë 07.05.2021

* * *

SEKRETAR I PËRGJITHSHËM

GELARDINA PRODANI