



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË
KOMISIONI I VLERËSIMIT TË OFERTAVE

[Shtojcë për tu plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor]

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT
(NË PËRFUNDIM TË AFATEVE TË ANKIMIT)

21.12.2023

Drejtuar: /**“EUROMED” sh.p.k. me NUIS K71718012P/**

ADRESA : TIRANE Bulevardi Bajram Curri, Prane Marternitetit te ri

Procedura e prokurimit/lotit: Procedurë e hapur, mallra

Numri i procedurës / referenca e Lotit: **REF-85895-10-31-2023**

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: Mbështetja dhe plotësimi infrastrukturor i laboratorëve të praktikës profesionale pranë Fakultetit të Shkencave Mjekësore Teknike” me fond limit 28,102,600 (njëzetë e tetë milion e njëqind e dy mijë e gjashtëqind) lekë pa TVSH.

Publikimet e mëparshme (nëse është rasti): NUK KA

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar ne kosto

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim X

Me anë të kësaj ju informojmë se Ofertuesit e mëposhtëm kanë marrë pjesë në këtë procedurë me këto vlera përkatëse të ofruara:

1. Operatori ekonomik “ALMedical” sh.p.k. me NIPT K21511002I, ka paraqitur ofertën ekonomike me vlerë 18,500,000 (tetëmbëdhjetë milion e pesëqind mijë) lekë pa TVSH .

2. Operatori ekonomik “EUROMED” sh.p.k. me NIPT K71718012P, ka paraqitur ofertën ekonomike me vlerë 27,708,100 (njëzet e shtatë milion e shtatëqind e tetë mijë e njëqind) lekë pa TVSH

Janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm:

1. Operatori ekonomik “ALMedical” sh.p.k. me NIPT K21511002I, nuk përmbush kriteret si më poshtë:

1. Operatori ekonomik nuk plotëson kriterin 2.3.2. të kapacitetit teknik, të kriterëve të veçanta të kualifikimit, pasi nga katalogjet e paraqitura nuk përmbushen specifikimet teknike si më poshtë:
 - Lidhur me produktin numër 6 “Krevat spitalor elektrik me 3 funksione plus dyshek” nuk është i njëjti me “Shtrat pacienti me 3 motor elektrik pediatrik”. Nuk ka përputhshmeri përmasat dhe specifikimet që janë kërkuar.

Përmasat që janë sjellë në katalog janë si më poshtë:

Shtrat pacienti me 3 motor elektrik pediatrik me përmasa 195x95 cm, lartësia 40-82 cm, pesha max 150 kg, dysheku 12x91x200 cm

Ndërkohë është kërkuar:

Krevat spitalor elektrik me 3 funksione plus dyshek me përmasa 211x96 cm, lartësia 40-71 cm, pesha max 200 kg, dysheku 192.5x82 cm me trashësi 8-10 cm.

- Lidhur me produktin numër 7 “Krah simulimi marrje gjaku” nuk është i njëjti, janë paraqitur 2 lloje të ndryshme krahë simulimi injektimi të cilat nuk kanë përmasa të krahut të specifikuar, ndërkohë është kërkuar Krah simulimi marrje gjaku me përmasa 90-100 x 40-45 x 46-50 cm.
- Lidhur me produktin numër 9 “Glucometer +50 fisha + 50 lanceta” mungojne specifikimet teknike të aparatit të kërkuara.

Në specifikimet teknike në DST është kërkuar:

Sistem Monitorimi glukoze në gjak:

- Drite treguese e stripit
- Ekran LCD i madh me ndricim
- Para/pas vaktit (AC/PC) i paravendosur
- Paralajmerim Ketone
- Tipi i enzimes GOD
- Masa e kampionit 0.7µL
- Koha e reagimit 7 sek
- Gama e matjes 20-600 mg/dl(1.1-33.3mmol/L)
- Gama e hematokriteve 30%-50%
- Saktësia SD<5mg/dl(0.278mmol/L)te<100mg/dl(5.55mmol/L)
CV<5% ne 100mg/dl(5.55mmol/L)
- Komunikimi mini USB

- Ushqimi 1x bateri AAA
- Alarme 4 alarme ditore

Aparati është i pajisur me:

- Stripse
 - Lanceta
 - Pajisjen e Lancetes
 - Manualin
 - Baterine
 - Çanten mbajtëse
- Lidhur me produktin numër 10 “Shtrat pacienti” specifikimet e kërkuara për përmasat janë 180x90 dhe këndi max 90°, ndërsa në katalog është 205x85 dhe këndi max 90°.
 - Lidhur me produktin numër 11 Kit Logopedie Bayley-4 mungojnë specifikimet teknike dhe në autorizimin nuk është kiti i specifikuar.
2. Operatori ekonomik nuk plotëson kriterin 2.3.3. të kapacitetit teknik, të kriterëve të veçanta të kualifikimit, pasi nga autorizimet e paraqitura nuk vërtetohet lidhja e prodhuesve me katalogjet teknike të paraqitura si më poshtë:

- Lidhur me produktin nr. 1 për të cilin është deklaruar prodhues Nasco Healthcare është paraqitur autorizim nga prodhuesi (Nasco Healthcare), ndërkohë katalogu ka produkt të kompanisë CAE Healthcare.
- Lidhur me produktin nr. 3 për të cilin është deklaruar prodhues Nasco Healthcare është paraqitur autorizim nga prodhuesi (Nasco Healthcare), ndërkohë katalogu ka produkt të kompanisë Gaumard.
- Lidhur me produktin nr. 4 për të cilin është deklaruar prodhues Nasco Healthcare është paraqitur autorizim nga prodhuesi (Nasco Healthcare), ndërkohë katalogu ka produkt të kompanisë Gaumard.
- Lidhur me produktin nr. 5 për të cilin është deklaruar prodhues Nasco Healthcare është paraqitur autorizim nga prodhuesi (Nasco Healthcare), ndërkohë katalogu ka produkt të kompanisë CAE Healthcare.
- Lidhur me produktin nr. 7 për të cilin është deklaruar prodhues Nasco Healthcare është paraqitur autorizim nga prodhuesi (Nasco Healthcare), ndërkohë katalogu ka produkt për të cilin nuk identifikohet kompania e cila e ka prodhuar (nuk ka as logo, as adresë e-maili për të kryer verifikimet e nevojshme).

Lidhur me produktin nr. 11 për të cilin është deklaruar prodhues Qinghua Science & Education Equipment Co. Ltd është paraqitur autorizim nga distributori (CEIEC), ndërkohë katalogu ka produkt për të cilin nuk identifikohet kompania e cila e ka prodhuar (nuk ka as logo, as adresë e-maili për të kryer verifikimet e nevojshme)

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë “EUROMED” sh.p.k. me NIPT K71718012P me adresë TIRANE Bulevardi Bajram Curri, Prane Marternitetit te ri se, oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 27,708,100 (njëzet e shtatë milion e shtatëqind e tetë mijë e njëqind) lekë pa TVSH është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Universitetit të Mjekësisë, Tiranë, Rruga e Dibrës, Nr. 371, 1005 Tiranë sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 60 ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose nuk dorëzon sigurimin e kontratës brenda afatit përfundimtar tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të konfiskohet siguri i ofertës suaj dhe procedura do të anulohet.

Ankesa pas Njoftimit te Fituesit (Paraprak)

PO JO X

Nëse Po (vendimi përfundimtar për trajtimin e ankesës/ave nr. datë) _____

Ankesa pas Njoftimit të Anullimit të procedurës:

PO JO

Nëse Po (vendimi përfundimtar për trajtimin e ankesës/ave nr. datë) _____

[Titullari i autoritetit /Entit kontraktor]