



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E SHËNDETËSISË DHE E MBROJTJES SOCIALE
SPITALI RAJONAL ELBASAN

Nr. _____ Prot

Elbasan, më 03.03.2025

**FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT, PAS PUBLIKIMIT TË TË CILIT FILLOJNË
AFATET E ANKIMIMIT**

03.03.2025

Drejtuar:

Operatorit Ekonomik (OE)

FEDOS Shpk, me NIPT K01514009I, me Adresë “Rruga Kujtim Laro – Tirane, Nr. Pasurie 3/22, Kati 2, Tirane

[Emri, Nipti dhe adresa e Operatorit Ekonomik]

Bashkimit të Operatorëve Ekonomikë (BOE) ☐

[Emrat, Nipt-et, % përkatëse dhe adresat e anëtarëve të BOE]

- OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO ☐

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve, Nipt-et, % e nënkontraktimit)

-OE/BOE me Subjekt Mbështetës:

PO ☐ JO ☐

Nëse po, të jepen dhënat: _____

[Emrat, Nipt-et, përkatëse dhe adresat]

Tipi i Kontratës: **Mallra**

Lloji i Procedurës së prokurimit: **Procedure e Hapur**

Numri i Procedurës /referenca e Lotit: **REF-34754-12-27-2024**

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: **“BLERJE TUBA PER MARRJEN E KAMPIONEVE TE GJAKUT DHE MATERIALEVE KONSUMI PER LABORATORIN.”** *Marreveshje kuader me nje operator ekonomik ku te gjitha kushtet jane te percaktuara me afat 24 muaj*

Data e Publikimit të Njoftimit të Kontratës në SPE: **30.12.2024**

Data e Publikimit të Njoftimit të Kontratës në Buletinin e Njoftimeve Publike **31.12.2024 Nr.92**

KRITERET E PËRZGJEDHJES SË FITUESIT:

- oferta ekonomike më e favorshme bazuar në kosto ☐
- oferta ekonomike më e favorshme bazuar në çmim ☒

Me anë të këtij Formulari ju informojmë se, në këtë procedurë/lot kanë marrë pjesë, Ofertuesit e mëposhtëm me këto vlera përkatëse të ofruara:

1.Fedos Shpk

K01514009I

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-t

Vlera **9,339,950.68 (nëntemilion e treqind e tridhjetë e nentemije e nenteqind e pesëdhjetë presje gjashtëdhjetë e tete) leke pa tvsh**

(e shprehur në shifra dhe fjalë)

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO ☒

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

2.Albadent shpk

L62217032L

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-it

Vlera **9,339,949 (nëntemilion e treqind e tridhjetë e nentemije e nenteqind e dyzet e nente) leke pa tvsh**

(e shprehur në shifra dhe fjalë)

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO ☒

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

3. Pharma Plus shpk

L661424012N

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-it

Vlera **8,499,355.6** (*tetemilion e katerqind e nentedhjete e nentemije e treqind e pesedhjete e pese presje gjashte*) **leke pa tvsh**

(e shprehur në shifra dhe fjalë)

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO X

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

4. Krijon shpk

K12023001A

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-it

Vlera **7,798,597** (*shtatemilion e shtateqind e nentedhjete e tetemije e peseqind e nentedhjete e shtate*) **leke pa tvsh**

(e shprehur në shifra dhe fjalë)

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO X

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

5. Egian Med shpk

L71715003C

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-it

Vlera **7,790,000** (*shtatemilion e shtateqind e nentedhjetemije*) **leke pa tvsh**

(e shprehur në shifra dhe fjalë)

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO X

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

6. Swissmed shpk

K81323024G

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-it

Vlera **7,447,556** (*shtatemilion e katerqind e dyzet e shtatemije e peseqind e pesedhjete e gjashte*) **leke pa tvsh**

(e shprehur në shifra dhe fjalë)

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO X

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

7. Almedical shpk

K21511002I

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-it

Vlera **7,345,270 (shtatemilion e treqind e dyzet e pesemije e dyqind e shtatedhjete) leke pa tvsh**
(e shprehur në shifra dhe fjalë)

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO ☒

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

8. Carpathia shpk

L41629009A

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-it

Vlera **6,734,411.7 (gjashtemilion e shtateqind e tridhjetë e katërmije e katërqind e njëmbëdhjetë presje shtate) leke pa tvsh**
(e shprehur në shifra dhe fjalë)

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO ☒

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

9. Medfau shpk

J93610823R

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-it

Vlera **9,443,625 (nentemilion e katërqind e dyzet e tremije e gjashteqind e njëzet e pese) leke pa tvsh**
(e shprehur në shifra dhe fjalë)

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO ☒

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

Nga pjesëmarrësit janë skualifikuar, Ofertuesit e mëposhtëm:

1.Albadent shpk

L62217032L

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-it

arsyet e mëposhtme

- Operatori ekonomik nuk ka përmbushur kriterin e parashikuar në pikën 2.3.2 “Operatori ekonomik ofertues duhet të paraqesë autorizim nga firma prodhuese / MAH / distributori i autorizuar, (ku të provohet/dokumentohet lidhja e tyre me prodhuesin) per tregtimin e mallrave objekt prokurimi. Autorizimi duhet të jetë original dhe nëse nuk është në gjuhën angleze ose shqipe, të përkthehet në gjuhën angleze ose shqipe dhe të noterizohet. Autorizimi duhet të jetë i vlefshëm në kohën e zhvillimit të tenderit.”
Operatori ekonomik ka paraqitur letër autorizimi nga kompania Oruç Sağlık İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. Ndërkohë, në përmbushje të kriterit 2.3.4., OE ka paraqitur katalog të prodhuesit TTT SAĞLIK HİZMETLERİ EĞİTİM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ. Nga verifikimi i dokumentacionit të ofertës, nuk rezulton që operatori ekonomik të ketë paraqitur autorizim të prodhuesit të artikujve të ofruar. Me dokumentacionin e dorëzuar OE nuk arrin të provojë për AK se është i autorizuar nga prodhuesi i materialeve mjekësore objekt prokurimi.
- Nga verifikimet në site-n zyrtar të organizmit të vlerësimit të konformitetit TUV Rheinland, ISO 13485:2016 e kompanisë Jiangsu Kangjie Medical Devices Co., Ltd. me nr. SX 2349762-1, rezulton e pezulluar, çka vendos në dyshim realizimin e objektit të prokurimit në përputhje me standardet e prodhimit dhe vënies në treg, të përcaktuara nga standardi i mësipërm.
- Ne katalogun e artikullit nr.6 nuk specifikohet nese jane pediatrike dhe nese sistemi I mbylljes microgard
- Ne katalogun e artikullit nr. 2 nuk eshte specifikuar koha e koagulimit dhe lloji i materialit
- Ne katalogun e artikullit Nr.3 nuk specifikohet ndaresi me xhel ose mekanike
- Per artikullin nr.5 nuk shprehet nese do te shoqerohet me stativ mbajtes/mates ose me aparatura automatike te matjes se ESR me kapacitet jo me pak se 60 teste ne ore.
- Ne katalogun e artikullit nr.7 gjatesia e gjilperes se tubit nuk eshte sic kerkohet nga Autoriteti Kontraktor
- Ne artikullin nr.11 ne katalog eshte markuar kontenitor urine me vakum dhe jo sic kerkohet nga Autoriteti kontraktor
- Na katalog per artikullin nr.9 nuk eshte percaktuar sa ml eshte vellimi.
- Ne katalog per artikullin 8 nuk eshte percaktuar gjatesia e ages.
- Per me teper per artikullin nr.7dhe 8 Operatori Ekonomik ska paraqitur Certifikaten CE dhe nderkohe ne Deklaraten e Konformitetit percaktohet si klasa IIa qe detyrimisht per kete produkt eshte e nevojshme dhe Certifikata CE

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO X

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

2. Pharma Plus shpk

L661424012N

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-it

arsyet e mëposhtme

- Formulari Përmbledhës i Vetëdeklarimit nuk është i saktë, pasi nuk është plotësuar sipas dokumenteve standarde të tenderit në fuqi. Dokumentet standarde të tenderit janë miratuar me vendimin nr. 10, datë 23.09.2024 (Nr. 657/3 Prot.) të Agjencisë së Prokurimit Publik. Në pikën 3 të këtij vendimi, përcaktohet në mënyrë të shprehur se “Dokumentet Standarde të Tenderit të miratuara me Vendimin e APP nr. 02, datl 09.06.2021, shfuqizohen”. Nga vlerësimi i dokumentacionit të paraqitur, rezulton se operatori ekonomik nuk ka dorëzuar formularin përmbledhës të vetëdeklarimit sipas përcaktimeve të DST në fuqi, duke mos plotësuar njëkohësisht edhe kërkesat e parashikuara nga neni 26 i VKM nr. 285, datë 19.05.2024 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, i ndryshuar.
- Ne katalogun e artikullit nr.6 nuk specifikohet nese jane pediatrike dhe nese sistemi I mbylljes microgard
- Ne katalogun e artikullit nr. 2 nuk eshte specifikuar koha e koagulimit dhe lloji i materialit
- Ne katalogun e artikullit Nr.3 nuk specifikohet ndaresi me xhel ose mekanike
- Per artikullin nr.5 nuk shprehet nese do te shoqerohet me stativ mbajtes/mates ose me aparatura automatike te matjes se ESR me kapacitet jo me pak se 60 teste ne ore.
- Ne katalogun e artikullit nr.7 gjatesia e gjilperes se tubit nuk eshte sic kerkohet nga Autoriteti Kontraktor
- Ne artikullin nr.11 ne katalog eshte markuar kontenitor urine me vakum dhe jo sic kerkohet nga Autoriteti kontraktor
- Na katalog per artikullin nr.9 nuk eshte percaktuar sa ml eshte vellimi.
- Ne katalog per artikullin 8 nuk eshte percaktuar gjatesia e ages.
- Per me teper per artikullin nr.7dhe 8 Operatori Ekonomik ska paraqitur Certifikaten CE dhe nderkohe ne Deklaraten e Konformitetit percaktohet si klasa IIa qe detyrimisht per kete produkt eshte e nevojshme dhe Certifikata CE
- Katalogu per artikujt 1-11 nuk eshte I prodhuesit Oruc Saglik Insaat Ve Sanayi Ticaret A.S sic eshte paraqitur Letra e Autorizimit dhe nuk eshte e qarte se kush eshte prodhuesi I tyre.
- Oferta e paraqitur eshte anomalisht e ulet

* * *

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐

JO ☒

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

* * *

3. Krijon shpk

K12023001A

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-it

arsyet e mëposhtme

- Ne katalog per artikullin nr. 5 vellimi I kerkuar eshte 1.6-5ml dhe jo me pak sic eshte ofertuar nga Operatori Ekonomik 1.28ml
- Ne katalog per artikullin nr. 6 nuk specifikohet nese eshte pediatrike
- Ne katalog per artikullin nr. 8 prodhuesi SANGUIS COUNTING YUEKANG MEDICAL APPLIANCE CO., LTD ska Certificate CE kur klasa ne deklaraten e konformitetit eshte percaktuar si IIA.
- Oferta e paraqitur eshte anomalisht e ulet

* * *

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐

JO ☒

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

* * *

4. Egian Med shpk

L71715003C

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-it

arsyet e mëposhtme

- Ne katalogun e artikullit Nr.3 nuk specifikohet ndaresi me xhel ose mekanike
- Ne katalog per artikullin nr. 8 prodhuesi Chirama T.Injecta a.s ska Certificate CE kur klasa ne deklaraten e konformitetit eshte percaktuar si IIA.
- Gjithashtu edhe per artikullin nr.7 nuk eshte paraqitur Certificate CE por vetem deklarata e konformitetit.
- ofertuar nga Operatori Ekonomik 1.28ml
- Ne katalog per artikullin nr. 8 prodhuesi SANGUIS COUNTING YUEKANG MEDICAL APPLIANCE CO., LTD ska Certificate CE kur klasa ne deklaraten e konformitetit eshte percaktuar si IIA.
- Oferta e paraqitur eshte anomalisht e ulet

* * *

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐

JO ☒

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

* * *

5. Swissmed shpk

K81323024G

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-it

arsyet e mëposhtme

- Ne katalog per artikullin nr. 2 nuk eshte specifikuar koha e koagulimit
- Ne katalog per artikullin nr. 5 vellimi I kerkuar eshte 1.6-5ml dhe jo me pak sic eshte ofertuar nga Operatori Ekonomik.
- Ne katalog per artikullin nr. 6 nuk specifikohet nese eshte pediatrike dhe nuk percaktohet permasa 13x75mm
- Ne katalog per artikullin nr. 7 ne katalogun e skanuar markimet nuk jane te lexueshme.
- Oferta e paraqitur eshte anomalisht e ulet

* * *

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐

JO ☒

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

* * *

6. Almedical shpk

K21511002I

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-it

arsyet e mëposhtme

- Nuk janë paraqitur vërtetimet korresponduese të realizimit për faturat me nr. 146/2022, nr. 285/2023, nr. 139/2023, nr. 93/2024, nr. 69/2022, nr. 80/2022, nr. 120/2024.
- Ne katalog per artikullin nr. 2 nuk eshte specifikuar koha e koagulimit , lloji i materialit dhe sitemi I mbylljes per te dyja origjinat e ofruara.
- Ne katalog per artikullin nr. 3 nuk eshte markuar ndaresi nese eshte me xhel ose mekanike per te dyja origjinat e ofruara.
- Ne katalog per artikullin nr. 6 nuk specifikohet nese eshte pediatrike dhe nderkohe origjina e pare e prodhuesit DISERA nuk e ploteson vellimin e kerkuar nga AK.
- Oferta e paraqitur eshte anomalisht e ulet

* * *

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐

JO ☒

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

* * *

7. Carpathia shpk

L41629009A

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-it

arsyet e mëposhtme

- Formulari Përmbledhës i Vetëdeklarimit nuk është i saktë, pasi nuk është plotësuar sipas dokumenteve standarde të tenderit në fuqi. Dokumentet standarde të tenderit janë miratuar

me vendimin nr. 10, datë 23.09.2024 (Nr. 657/3 Prot.) të Agjencisë së Prokurimit Publik. Në pikën 3 të këtij vendimi, përcaktohet në mënyrë të shprehur se “Dokumentet Standarde të Tenderit të miratuara me Vendimin e APP nr. 02, datl 09.06.2021, shfuqizohen”. Nga vlerësimi i dokumentacionit të paraqitur, rezulton se operatori ekonomik nuk ka dorëzuar formularin përmbledhës të vetëdeklarimit sipas përcaktimeve të DST në fuqi, duke mos plotësuar njëkohësisht edhe kërkesat e parashikuara nga neni 26 i VKM nr. 285, datë 19.05.2024 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, i ndryshuar.

- Ne katalogun e artikullit nr.6 nuk specifikohet nese jane pediatrike dhe nese sistemi I mbylljes microgard
- Ne katalogun e artikullit nr. 2 nuk eshte specifikuar koha e koagulimit dhe lloji i materialit
- Ne katalogun e artikullit Nr.3 nuk specifikohet ndaresi me xhel ose mekanike
- Per artikullin nr.5 nuk shprehet nese do te shoqerohet me stativ mbajtes/mates ose me aparatura automatike te matjes se ESR me kapacitet jo me pak se 60 teste ne ore.
- Ne katalogun e artikullit nr.7 gjatesia e gjilperes se tubit nuk eshte sic kerkohet nga Autoriteti Kontraktor
- Ne artikullin nr.11 ne katalog eshte markuar kontenitor urine me vakum dhe jo sic kerkohet nga Autoriteti kontraktor
- Na katalog per artikullin nr.9 nuk eshte percaktuar sa ml eshte vellimi.
- Ne katalog per artikullin 8 nuk eshte percaktuar gjatesia e ages.
- Per me teper per artikullin nr.7dhe 8 Operatori Ekonomik ska paraqitur Certifikaten CE dhe nderkohe ne Deklaraten e Konformitetit percaktohet si klasa IIa qe detyrimisht per kete produkt eshte e nevojshme dhe Certifikata CE
- Katalogu per artikujt 1-11 nuk eshte I prodhuesit Oruc Saglik Insaat Ve Sanayi Ticaret A.S sic eshte paraqitur Letra e Autorizimit dhe nuk eshte e qarte se kush eshte prodhuesi I tyre.
- Oferta e paraqitur eshte anomalisht e ulet

* * *

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO ☒

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

* * *

9. Medfau shpk

J93610823R

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-it

arsyet e mëposhtme

- Formulari Përmbledhës i Vetëdeklarimit nuk është i saktë, pasi nuk është plotësuar sipas dokumenteve standarde të tenderit në fuqi. Argument: Dokumentet standarde të tenderit janë miratuar me vendimin nr. 10, datë 23.09.2024 (Nr. 657/3 Prot.) të Agjencisë së Prokurimit Publik. Në pikën 3 të këtij vendimi, përcaktohet në mënyrë të shprehur se “Dokumentet Standarde të Tenderit të miratuara me Vendimin e APP nr. 02, datl 09.06.2021, shfuqizohen”. Nga vlerësimi i dokumentacionit të paraqitur, rezulton se operatori ekonomik nuk ka dorëzuar formularin përmbledhës të vetëdeklarimit sipas përcaktimeve të DST në

fuqi, duke mos plotësuar njëkohësisht edhe kërkesat e parashikuara nga neni 26 i VKM nr. 285, datë 19.05.2024 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, i ndryshuar.

- Ne kataloget e paraqitur nga ana juaj nuk janë të markuar të gjitha specifikimet teknike të hollesishme për secilin artikull sipas numrit rendor të përcaktuar në formularin e ofertes

* * *

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO X

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë **FEDOS Shpk**, me NIPT K01514009I, me Adresë “Rruga Kujtim Laro – Tirane, Nr. Pasurie 3/22, Kati 2, Tirane”, se oferta e paraqitur me vlerë totale prej **9,339,950.68 (nëntemilion e treqind e tridhjetë e nentemije e nenteqind e pesëdhjetë presje gjashtëdhjetë e tete) leke pa tvsh** është identifikuar si ofertues i sukseshëm, në zbatim të vendimit KPP nr 363/7 prot date 19.02.2025 protokolluar në Spitalin Rajonal Elbasan me nr.346 date 24.02.2025

Me publikimin e këtij njoftimi, fillojnë afatet e ankimit sipas përcaktimeve në nenin 110 të Ligjit Nr. 162/2020, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik”, të ndryshuar.