

NJËSIA VENDORE E KUJDESIT SHËNDETËSOR MAT

Drejtuar: Operatorit Ekonomik LAB CHEM DISTRIBUTION Shpk, Nipt M12429007A, me adresë:
Njesia administrative 12, Rruga e Teleferikut, Zona Kadastrale Nr. 2460 , Numer pasurie 192/41-
118, Linzë, Tiranë

- OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO ☒

Nëse po, të jepen dhënat _____
(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

-OE/BOE me Subjekt Mbështetës:

PO ☐

JO X

Nëse po, të jepen dhënat: _____

[Emrat, Nipt-et, përkatëse dhe adresat]

Tipi i Kontratës: Mallra - Kontratë

Lloji i Procedurës së prokurimit: E hapur e thjeshtuar

Numri i Procedurës / referenca e Lotit: REF-23240-10-08-2024

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: Blerje pajisjesh mjekësore për laboratorin fiziko-kimik dhe bakterologjik, me afat zbatimi 45 (dyzet e pese) ditë nga dita e nënshkrimit të kontratës.

Data e Publikimit të Njoftimit të Kontratës në SPE: 09.10.2024

Data e Publikimit të Njoftimit të Kontratës në Buletinin e Njoftimeve Publike: 14.10.2024, Buletini Nr. 69.

KRITERET E PËRZGJEDHJES SË FITUESIT:

- oferta ekonomkisht më e favorshme bazuar në kosto ☐

- oferta ekonomkisht më e favorshme bazuar në çmim X

Me anë të këtij Formulari ju informojmë se, në këtë procedurë/lot kanë marrë pjesë, Ofertuesit e mëposhtëm me këto vlera përkatëse të ofruara:

1. Albuji Shpk

K64112206J

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-t

Vlera 1,375,000 (një milionë e treqind e shtatëdhjetë e pesë mijë) lekë pa TVSH.

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐

JO X

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

2. EGIAN MED Shpk

L71715003C

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-it

Vlera 1,690,000 (një milionë e gjashtëqind e nëntëdhjetë mijë) lekë pa TVSH.

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐

JO X

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

3. LAB CHEM DISTRIBUTION Shpk

M12429007A

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-it

Vlera 1,790,000 (një milionë e shtatëqind e nëntëdhjetë mijë) lekë pa TVSH.

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO ☒

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

Nga pjesëmarrësit janë skualifikuar, Ofertuesit e mëposhtëm:

1. Albuji Shpk

K64112206J

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-t

Vlera 1,375,000 (një milionë e treqind e shtatëdhjetë e pesë mijë) lekë pa TVSH

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO ☒

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

Skualifikohet për arsyet e mëposhtme:

1. Nuk plotëson pikën 2.1.a të Kritereve të veçanta të kualifikimit ku kërkohet që OE të paraqesë “Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës 9”, pasi shtojca e ngarkuar në SPE nuk është sipas shtojcës 9 të DST, konkretisht seksioni “B: DEKLARATA Për Dorëzimin e Ofertave të Pavarura”.

2. Nuk plotëson pikën 2.3.3 ku kërkohet që OE të “paraqesë katalog /skedën teknike nga prodhuesi/ose distributori i autorizuar për mallin objekt prokurimi ku të tregohen dhe të markohen qartë karakteristikat e mallit që do të ofrohet, në mënyrë që të krahasohet pajtueshmëria e tyre me specifikimet teknike dhe standartet e kërkuara në dokumentat standarte të tenderit”. OE nuk ka paraqitur katalog /skedën teknike.

2. EGIAN MED Shpk

L71715003C

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-it

Vlera 1,690,000 (një milionë e gjashtëqind e nëntëdhjetë mijë) lekë pa TVSH

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO ☒

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

Skualifikohet për arsyet e mëposhtme:

1. Nuk plotëson pikën 2.3.3 ku kërkohet që OE të “paraqesë katalog /skedën teknike nga prodhuesi/ose distributori i autorizuar për mallin objekt prokurimi ku të tregohen dhe të markohen qartë karakteristikat e mallit që do të ofrohet, në mënyrë që të krahasohet pajtueshmëria e tyre me specifikimet teknike dhe standartet e kërkuara në dokumentat standarte të tenderit”.

Ne asnjë nga kataloget e paraqitur nuk është markuar qarte malli/pajisja e ofruar, duke krijuar paqartësi në vlerësimin e specifikimeve teknike dhe duke mos plotësuar pikën 2.3.3 në Kriteret e Vecanta të Kualifikimit.

Per artikullin Nr. 5 Termostat eshte paraqitur nje flete katalogu me disa lloje Inkubatoresh, pa markuar asnje nga specifikimet e kerkuara ne DST.

Per artikullin Nr. 6 Aerosteril eshte paraqitur nje flete katalogu me disa lloje Aerosterilesh, pa markuar asnje nga specifikimet e kerkuara ne DST.

Per artikullin Nr. 1 Spektrofotometer, modeli i paraqitur nuk ploteson specifikimet si me poshte:

- Te kete te pakten 200 metoda te paraprogramuara
- Menyrat e punes absorbance,transmittance,skanim,kinetike
- Sistemi optik monokromator ose ekuivalent
- Me teknologji barkode per detektim automatik te kiteve
- Klasi i mbrojtës IP67 ose me mire
- Te kete memorie per te pakten 1000 teste te kryera
- Mundësi pune me kyveta 10, 16, 20 dhe 50mm

2. Per artikullin Nr 7 eshte paraqitur nje flete katalogu ku eshte vetem filtri i membranës , ku ne DST ne specifikimet teknike shprehet qarte qe Seti të përfshijë pompë vakumi, pajisje filtrimi inoksi, filtër mbrojtës hidrofob, tuba, domethene mungon katalogu per pompe vakumi,pajiasje filtrimi per inoks dhe tuba.

* * *