

**SPITALI UNIVERSITAR I TRAUMËS**

Drejtuar:

Operatorit Ekonomik (OE)

X

[T R I M E D Shpk – me adrese: Autostrada “Tiranë-Durrës”, Km 10, Zona Kadastrale 2105, Nr Pasurie 95/11, Kashar, Tiranë]

ose

Bashkimit të Operatorëve Ekonomikë (BOE) ☐

[Emrat, Nipt-et, % përkatëse dhe adresat e anëtarëve të BOE]

- OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐

JO X

Nëse po, të jepen dhënat: \_\_\_\_\_

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

-OE/BOE me Subjekt Mbështetës:

PO ☐

JO X

Nëse po, të jepen dhënat: \_\_\_\_\_

[Emrat, Nipt-et, përkatëse dhe adresat]

Tipi i Kontratës: Mallra

Lloji i Procedurës së prokurimit: Procedurë e Hapur Mbi Kufirin e Lartë Monetar

Numri i Procedurës / Referenca e Lotit: Loti 6- REF-17709-09-02-2024

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: [LOTI 6 – “Furnizim me Trapan Elektrike për Sallat Operatore”, me fond limit: 10,590,666.67 (dhjetë milionë e pesëqind e nëntëdhjetë mijë e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e gjashtë pik gjashtëdhjetë e shtatë) Lekë pa TVSH]

Data e Publikimit në SPE, të Njoftimit të Fituesit nga i cili nisin afatet e ankimit/Njoftimit të anulimit nga i cili nisin afatet e ankimit: 23.10.2024

Data e Publikimit në Buletinin e Njoftimeve Publike, të Njoftimit të Fituesit nga i cili nisin afatet e ankimit/Njoftimit të Anulimit nga i cili nisin afatet e ankimit:

Buletini Nr. 71 datë 28 Tetor 2024

KRITERET E PËRZGJEDHJES SË FITUESIT:

-oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në kosto ☐

-oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim X

Me anë të këtij Formulari, ju informojmë se, në këtë procedurë/lot kanë marrë pjesë Ofertuesit e mëposhtëm me vlerat përkatëse të ofruara:

## 1. "T R I M E D" SHPK

K51612031J

Vlera: 10,358,220.00 (Dhjetë milionë e treqind e pesëdhjetë e tetë mijë e dyqind e njëzetë) Lekë pa TVSH.

Emri i plotë i shoqërisë Numri i NIPT-it Vlera (e shprehur në shifra dhe fjalë)

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO ☒ X

Nëse po, të jepen dhënat \_\_\_\_\_

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

## 2. "Health &amp; Light" SHPK

L42231011L

Vlera: 9,200,000.00 (Nëntë milionë e dyqind mijë) Lekë pa TVSH

Emri i plotë i shoqërisë Numri i NIPT-it Vlera (e shprehur në shifra dhe fjalë)

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO ☒ X

Nëse po, të jepen dhënat \_\_\_\_\_

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

## 3. "GEN - ALB FARMA" SHPK

K62220004U

Vlera: 7,400,000.00 (Shtatë milionë e katërqind mijë) Lekë pa TVSH.

Emri i plotë i shoqërisë Numri i NIPT-it Vlera (e shprehur në shifra dhe fjalë)

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO ☒ X

Nëse po, të jepen dhënat \_\_\_\_\_

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

Nga pjesëmarrësit janë skualifikuar, Ofertuesit e mëposhtëm:

## 1. "Health &amp; Light" SHPK

L42231011L

Vlera: 9,200,000.00 (Nëntë milionë e dyqind mijë) Lekë pa TVSH

Emri i plotë i shoqërisë Numri i NIPT-it Vlera (e shprehur në shifra dhe fjalë)

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO ☒ X

Nëse po, të jepen dhënat \_\_\_\_\_

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

Per arsye: Produkti i ofruar sipas katalogut i kompanisë deSoutter Medical i paraqitur në SPE nuk plotësohen specifikimet teknike si më poshtë:

- Është kërkuar në specifikime teknike që Trapani Elektrike Duhet të ketë një fuqi maksimale për drill afërsisht 1500 rpm, nje fuqi maksimale për sharrim 12500 rpm, një fuqi maksimale afërsisht 20 Nm, në katalogun e paraqitur për produktin Orthodrive i kompanisë deSoutter Medical është ofruar me fuqi maksimale për drill afërsisht 1350 rpm, nje fuqi maksimale për sharrim 1350 rpm, dhe me fuqi maksimale 15 Nm - 16 Nm në të dyja funksionet.  
- Është kërkuar që trapano Të jetë i kanjuluar me diameter jo më pak se 4.0mm, dhe me Peshë jo më

e madhe se 800 gr me tolerance  $\pm 5\%$ , në katalogun e paraqitur pesha e dorezës është 713 g dhe pesha e batërisë 1177 g, duke mos përfshirë pjesët shtesë të trapanos pesha totale është më e madhe se ajo e kërkuar pra pesha totale e modelit të paraqitur është më e madhe se  $\pm 5\%$ , nga përlllogaritja del 1177 g bateria + 713 doreza = 1890 g.

- Është kërkuar në pikën 2. Pjesët e sharrës: Duhet të jene 2 lloje: Njëra duhet të jetë oshilante dhe tjetra duhet të jetë reciprocating dhe të lidhen me pjesën motorrike, dhe në pikën 3. Pjesa oshilante duhet të ketë shpejtësi 12500 rpm. Harku i lëvizjes oshilante 4.5 grade. Materiali të jete celik. Pjesa për reciprocating duhet të ketë shpejtësi 12500 rpm dhe harku i lëvizjes 3.8 mm. Materiali të jetë çelik, në katalogun e paraqitur në SPE ofrohet pjesa oshilantë me shpejtësi 1350 rpm por nuk përcaktohet këndi 4.5 grade dhe harku i lëvizjes 3.8 mm, si dhe nuk përcaktohet materiali çelik.

- Është kërkuar në pikën 4. Pjesët për reamer: Duhet të jenë me shpejtësi të ndryshme: 600 rpm me një fuqi 9.5 Nm dhe 270 rpm me një fuqi 20 Nm me një tolerance  $\pm 5\%$ . Duhet të lidhen me pjesën motorrike, në katalogun e paraqitur në SPE janë ofruar katër pjesë për reamer me shpejtësi maksimale 330 rpm me fuqi të papërcaktuar.

- Është kërkuar që Bateritë të jenë të tipit: Li-Ion me një kapacitet 28.8 Wh dhe të jenë të shoqëruar me pjesen për karikim që të ketë deri në 6 vende për karikim. Baterite të jenë dy lloje të sterilizueshme ose aseptike (jo të sterilizueshme). Koha maksimale e karikimit të jetë 60 min., në katalogun e paraqitur është ofruar bateri Li-Ion me kapacitet më të vogël, si dhe me më pak vende karikim 4 nga 6 të kërkuara.

- Është kërkuar që Tehet e sharrës: Duhet të jenë 90 mm te gjate  $\pm 5\%$ ; Trashësia duhet të jetë 1.27 mm  $\pm 5\%$  dhe gjerësia 20 mm  $\pm 5\%$ , të përshtatshëm për oshilim, si dhe tehe të tjera të përshtatshëm për reciprocating me një trashësi 0.89 mm  $\pm 5\%$  gjerësi 13 mm  $\pm 5\%$  dhe gjatesi 76 mm  $\pm 5\%$  për prerje nga njëra anë dhe nga te dy, në katalogun e paraqitur në SPE nuk identifikohen të dhënat e kërkuar mbi tehet e sharrës.

## 2. "GEN - ALB FARMA" SHPK

K62220004U

Vlera: 7,400,000.00 (Shtatë milionë e katërqind mijë) Lekë pa TVSH.

Emri i plotë i shoqërisë Numri i NIPT-it Vlera (e shprehur në shifra dhe fjalë)

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO ☒

Nëse po, të jepen dhënat \_\_\_\_\_

(Emrat e nënkontraktorëve, Nipt-et, % e nënkontraktimit)

OE skualifikohet për këto arsye:

Produkti i ofruar sipas katalogut i kompanisë deSoutter Medical i paraqitur në SPE nuk plotësohen specifikimet teknike si më poshtë:

- Është kërkuar në specifikime teknike që Trapani Elektrike Duhet të ketë një fuqi maksimale për drill afërsisht 1500 rpm, një fuqi maksimale për sharrim 12500 rpm, një fuqi maksimale afërsisht 20 Nm, në katalogun e paraqitur për produktin Orthodrive Lite i kompanisë deSoutter Medical (Modeli i vogël) është ofruar me fuqi maksimale për drill afërsisht 1350 rpm, një fuqi maksimale për sharrim 1350 rpm, dhe me fuqi maksimale 15 Nm - 16 Nm në të dyja funksionet.

- Është kërkuar që trapano Të jetë i kanjulluar me diameter jo më pak se 4.0mm, dhe me Peshë jo më e madhe se 800 gr me tolerance  $\pm 5\%$ , në katalogun e paraqitur pesha e dorezës është 713 g dhe pesha e batërisë 1177 g, duke mos përfshirë pjesët shtesë të trapanos pesha totale është më e madhe se ajo e kërkuar pra pesha totale e modelit të paraqitur është më e madhe se  $\pm 5\%$ , nga përlllogaritja del 1177 g bateria + 713 doreza = 1890 g.

- Është kërkuar në pikën 2. Pjesët e sharrës: Duhet të jene 2 lloje: Njëra duhet të jetë oshilante dhe tjetra duhet të jetë reciprocating dhe të lidhen me pjesën motorrike, dhe në pikën 3. Pjesa oshilante

duhet të ketë shpejtësi 12500 rpm. Harku i lëvizjes oshilante 4.5 grade. Materiali të jetë çelik. Pjesa për reciprocating duhet të ketë shpejtësi 12500 rpm dhe harku i lëvizjes 3.8 mm. Materiali të jetë çelik, në katalogun e paraqitur në SPE ofrohet pjesa oshilantë me shpejtësi 1350 rpm por nuk përcaktohet këndi 4.5 grade dhe harku i lëvizjes 3.8 mm, si dhe nuk përcaktohet materiali çelik.

- Është kërkuar në pikën 4. Pjesët për reamer: Duhet të jenë me shpejtësi të ndryshme: 600 rpm me një fuqi 9.5 Nm dhe 270 rpm me një fuqi 20 Nm me një tolerance +/-5%. Duhet të lidhen me pjesën motorrike, në katalogun e paraqitur në SPE janë ofruar katër pjesë për reamer me shpejtësi maksimale 330 rpm me fuqi të papërcaktuar.
- Është kërkuar që Bateritë të jenë të tipit: Li-Ion me një kapacitet 28.8 Wh dhe të jenë të shoqëruar me pjesën për karikim që të ketë deri në 6 vende për karikim. Baterite të jenë dy lloje të sterilizueshme ose aseptike(jo të sterilizueshme). Koha maksimale e karikimit të jetë 60 min., në katalogun e paraqitur është ofruar bateri Li-Ion me kapacitet më të vogël, si dhe me më pak vende karikim 4 nga 6 të kërkuara.
- Është kërkuar që Tehet e sharrës: Duhet të jenë 90 mm te gjate +/-5%; Trashësia duhet të jetë 1.27 mm +/-5% dhe gjerësia 20 mm +/-5%, të përshtatshëm për oschilim, si dhe tehe të tjera të përshtatshëm për reciprocating me një trashësi 0.89 mm +/-5% gjerësi 13 mm +/-5% dhe gjatesi 76 mm +/-5% për prerje nga njëra ane dhe nga te dy, në katalogun e paraqitur në SPE nuk identifikohen të dhënat e kërkuar mbi tehet e sharrës.

\* \* \*

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [T R I M E D Shpk – me adrese: Autostrada “Tiranë-Durrës”, Km 10, Zona Kadastrale 2105, Nr Pasurie 95/11, Kashar, Tiranë], se oferta e paraqitur me vlerë totale prej 10,358,220.00 (Dhjetë milionë e treqind e pesëdhjetë e tetë mijë e dyqind e njëzetë) Lekë pa TVSH është identifikuar si oferta fituese.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [Spitali Universitar i Traumës, Adresa: Rruga “Lord Bajron”, Laprake, Tirane – Email: spitalitraumes@shendetesia.gov.al] sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 5 ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi. Nëse nuk dorëzoni sigurimin e kontratës brenda afatit përfundimtar të parashikuar në dokumentet e tenderit, apo tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do t’ju konfiskohet sigurimi i ofertës suaj dhe kontrata do t’i akordohet ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të përgjithshme prej [Nuk Aplikohet], siç parashikohet në nenin 83 të Ligjit nr. 162/2020 “Për prokurimin publik”, të ndryshuar.

Ankesa pas Njoftimit të Fituesit, nga i cili nisin afatet e ankimit /Njoftimit të Anulimit, nga i cili nisin afatet e ankimit

PO ☐ JO ☒

Nëse Po ( Nr.\_\_\_\_ Datë\_\_\_\_ i vendimit përfundimtar për shqyrtimin e ankesës, të dhënë nga Komisioni i Prokurimit Publik)