

Nëse Po (Nr.____ Datë____ i vendimit përfundimtar për shqyrtimin e ankesës, të dhënë nga Komisioni i Prokurimit Publik)

SPITALI UNIVERSITAR I TRAUMËS

Drejtuar:

Operatorit Ekonomik (OE) ☐

ose

Bashkimit të Operatorëve Ekonomikë (BOE) X

[B.OE EUROMED Shpk – Nipt:K71718012P, me adrese: Bulevardi Bajram Curri, Prane Marternitetit te ri, Tiranë, 81% & “O.E.S DISTRIMED” SHPK, K31520054N, me adresë: Bulevardi “Bajram CURRI” Pallati “Kastrati” Tirane, 19%]

- OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO X

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

-OE/BOE me Subjekt Mbështetës:

PO ☐ JO X

Nëse po, të jepen dhënat: _____

[Emrat, Nipt-et, përkatëse dhe adresat]

Tipi i Kontratës: Mallra

Lloji i Procedurës së prokurimit: Procedurë e Hapur Mbi Kufirin e Lartë Monetar

Numri i Procedurës / Referenca e Lotit: Loti 3- REF-17702-09-02-2024

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: [LOTI 3 – “Furnizim me Aparat Elektrobisturie Bipolare për Sallat Operatore”, me fond limit: 30,343,333.33 (tridhjetë milionë e treqind e dyzet e tre mijë e treqind e tridhjetë e tre pik tridhjetë e tre) Lekë pa TVSH]

Data e Publikimit në SPE, të Njoftimit të Fituesit nga i cili nisin afatet e ankimit/Njoftimit të anulimit nga i cili nisin afatet e ankimit: 23.10.2024

Data e Publikimit në Buletinin e Njoftimeve Publike, të Njoftimit të Fituesit nga i cili nisin afatet e ankimit/Njoftimit të Anulimit nga i cili nisin afatet e ankimit:

Buletini Nr. 71 datë 28 Tetor 2024

KRITERET E PËRZGJEDHJES SË FITUESIT:

- oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në kosto ☐
- oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim X

Me anë të këtij Formulari, ju informojmë se, në këtë procedurë/lot kanë marrë pjesë Ofertuesit e mëposhtëm me vlerat përkatëse të ofruara:

1. B.OE “EUROMED” SHPK K71718012P 81%
& “O.E.S DISTRIMED” SHPK K31520054N 19%

Vlera: 29,824,000.00 (Njëzetë e nëntë milionë e tetëqind e njëzetë e katër mijë) Lekë pa TVSH.

Emri i plotë i shoqërisë Numri i NIPT-it Vlera (e shprehur në shifra dhe fjalë)

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO X

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

2. “Health & Light” SHPK L42231011L

Vlera: nuk ka paraqitur oferte ekonomike.

Emri i plotë i shoqërisë Numri i NIPT-it Vlera (e shprehur në shifra dhe fjalë)

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO X

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

3. B.OE “T R I M E D” SHPK 20% K51612031J
& “FEDOS” SHPK 80% K01514009I

Vlera: 19,789,900.00 (Nëntëmbëdhjetë milionë e shtatëqind e tetëdhjetë e nëntë mijë e nëntëqind) Lekë pa TVSH.

Emri i plotë i shoqërisë Numri i NIPT-it Vlera (e shprehur në shifra dhe fjalë)

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO X

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

Nga pjesëmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm:

1. “Health & Light” SHPK L42231011L

Vlera: nuk ka paraqitur oferte ekonomike.

Emri i plotë i shoqërisë Numri i NIPT-it Vlera (e shprehur në shifra dhe fjalë)

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO X

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

Per arsye: Nuk ka paraqitur ofertë ekonomike. OE nuk ka paraqitur dokumentacion sipas kërkesave të AK të përcaktuara në DST, ka paraqitur vetëm Vërtetim për xhiron e tre viteve te fundit për Shoqërinë “Health & Light” Shpk

2. B.OE “T R I M E D” SHPK 20% K51612031J

& “FEDOS” SHPK 80% K015140091
 Vlera: 19,789,900.00 (Nëntëmbëdhjetë milionë e shtatëqind e tetëdhjetë e nëntë mijë e nëntëqind)
 Lekë pa TVSH.

Emri i plotë i shoqërisë Numri i NIPT-it Vlera (e shprehur në shifra dhe fjalë)

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO X

Nëse po, të jepen dhënat _____

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

BOE skualifikohet për këto arsye:

- OE “T R I M E D” Shpk nuk ka paraqitur Autorizim Prodhuesi nga prodhuesi i deklaruar LED Spa për të dy artikujt dhe modelet e paraqitura nga BOE. Për artikullin Nr.1 Aparat Elektrobisturie Bipolare për Sallat Operatore, nuk plotësohen specifikimet teknike:

- Në katalogun e paraqitur nga BOE për modelin Surtron Touch Hp 300 nuk gjenden specifikimet teknike që tregojnë se sistemi mundëson dy doreza monopolare njëkohësisht,
 - Në modalitetin e “Vessel Sealing” nuk specifikohet aftësia e gjeneratorit për mbylljen e venave me trashësi deri në 7 mm.

- Nuk përmbushet fuqia maksimale e gjeneratorit, është ofruar modaliteti Monopolar Cut me fuqi gjeneratori 200 W, ndërsa është kërkuar që fuqia e gjeneratorit Mono Cut të jetë 300-350 W.

- Nuk përmbushet fuqia maksimale e gjeneratorit, është ofruar modaliteti Monopolar Coagulation me fuqi gjeneratori 120 W, ndërsa është kërkuar që fuqia e gjeneratorit Mono Coag të jetë 200-250 W.

- Nuk përmbushet fuqia maksimale e gjeneratorit, është ofruar modaliteti Bipolar Coagulation me fuqi gjeneratori 150 W, ndërsa është kërkuar që fuqia e gjeneratorit Bipolar Coag të jetë 300-350 W.

- Elektrobisturia nuk shoqërohet me aksesoret sipas specifikimeve teknike të kërkuara në DST: Është kërkuar 5 X Dorëza thike monopolare me dy butona për prerje Koagurim për përdorimin e elektrodave 2.4 mm. Në katalogun e paraqitur nuk plotësohen specifikimet teknike pasi dorëza monopolare me Ref: 00205.40 është e përshtatshme për elektroda 4 mm dhe jo për elektroda 2.4 mm siç është kërkuar.

Është kërkuar 1 X elektrodë lancet e drejtë (Knife electrode, straight, shaft) 2.4 mm, në katalog nuk përcaktohet trashësia e elektrodës që e bënë atë kompatibël me dorezën.

Është kërkuar 5x Forceps bipolare jo-ngjitëse gold të drejta të dizenuara posaçërisht me veti të veçanta termike duke siguruar një performancë optimale 195-200 mm, 6-8 mm x 1-2 mm, në katalogë nuk përcaktohet aftësia jo ngjitëse e pincës bipolare, si dhe nuk përcaktohen dimensionet e gjerësisë së majtë sic është kërkuar nga 6-8 mm.

Është kërkuar 3x Forceps bipolare jo-ngjitëse gold bayonet, të dizenuara posaçërisht me veti të veçanta termike duke siguruar një performancë optimale 195-000 mm, 6-8 mm x 1-2 mm, në katalogun e paraqitur nuk përcaktohet aftësia jo ngjitëse e pincës bipolare, si dhe nuk përcaktohen dimensionet e gjerësisë së majtë sic është kërkuar nga 6-8 mm x 1-2 mm. Për artikullin Nr.1 Aparat Elektrobisturie Bipolare për Sallat Operatore, nuk plotësohen specifikimet teknike:

- Në katalogun e paraqitur nga BOE për modelin Surtron Touch Hp 400 nuk gjenden specifikimet teknike që tregojnë aftësinë e instrumentave bipolare të ofruar mbi trashësinë maksimale të ngjitjes së enës së gjakut.

- Është kërkuar që paisja të ketë një kapacitet të ruajtjes së të dhënave jo më të vogël se 4 GB (Gigabyte), në katalog nuk përcaktohet kapaciteti i ruajtjes së të dhënave sa është minimali dhe maximali.

- Është kërkuar që Pajisja duhet të ketë tone zanore të vecanta dhe me volum të rregullueshëm për: prerje, koagulim, bipolar, ngjitje të enëve të gjakut, në katalogun e paraqitur për të dyja modelët nuk

ofrohet opesioni i toneve zanore të veçanta për secilin model.

- Është kërkuar që Pajisja duhet të bëjë njohje të instrumentave me anë të teknologjisë RFID, dhe të bëjë autokonfigurim të parametrave në varesi të instrumentit të lidhura, në katalogun e paraqitur për të dyja modelet nuk ofrohet teknologjia RFID ose ekujvalte për njohje dhe konfigurim automatik të parametrave sipas instrumentit të lidhur për secilin model.
- Është kërkuar që Pajisja të ketë funksionoj me forme vale sinusoidale me frekuence jo më të vogël se 420 Khz, në katalogun e paraqitur ofrohet gjenerator me frekuencë maksimale 360 Khz.
- Është kërkuar Në monopolar të ketë mundësi që të rritet/ ulet fuqia direkt nga kirurgu nëpërmjet dorezës së monopolarit, në katalogun e paraqitur është ofruar artikulli me REF:F4797 nga prodhuesi FIAB i cili nuk e mundëson kontrollin e fuqisë direkt nga monopolarit.
- Është kërkuar Duhet të ketë të pakten 3 shkallë fuqie në bipolar nga 1- 90 W Në katalogun e paraqitur nuk është ofruar mundësia e rregullimit të fuqisë së bipolarit nga 1 – 90 W, tregohet vetëm fuqia maksimale 250 W.
- Është kërkuar që Ngjitja e enëve të gjakut të ketë një fuqi jo më të vogël se 350 W, në katalogun e paraqitur fuqia maksimale e ngjitjes së enëve të gjakut është 250 W.
- Është kërkuar Dorezë monopolare me 3 butona komandimi (prerje, koagulim, hemostaze me prerje) dhe me komandim të energjisë me të pakten 4 nivele – 5 copë, në katalogun e paraqitur është ofruar produkti me kod F4797 nga prodhuesi FIAB i cili ka dy butona gjithsej për aktivizimin e modalitetit të prerjes dhe koagulimit, mungon butoni i komandimit të hemostazës nëpërmjet handpiece si dhe nuk është ofruar me kontroll të nivelit të fuqisë nga doreza.
- Është kërkuar Elektroda me majë Maryland, një përdorimshe, për mbylljen e enëve të gjakut - 23 cm dhe 37 cm i gjatë, maja të jetë me nanoveshje – 2 copë (një 23 cm dhe një 37 cm), në katalogun e paraqitur në artikullin me REF.110-750NS dhe artikullin me REF.110-755NS nuk përcaktohet modeli i majës së elektrodës (Maryland) si dhe materiali i majës së elektrodës (nanoveshje), gjithashtua nuk përputhen parametrat e gjatësisë të cilat janë ofruar 27 cm dhe 2.5 cm ndërsa janë kërkuar 37 cm dhe 23 cm. - Faza: Kriter i përgjithshëm

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [B.OE EUROMED Shpk – Nipt:K71718012P, me adrese: Bulevardi Bajram Curri, Prane Marternitetit te ri, Tiranë, 81% & “O.E.S DISTRIMED” SHPK, K31520054N, me adresë: Bulevardi “Bajram CURRI” Pallati “Kastrati” Tirane, 19%], se oferta e paraqitur me vlerë totale prej 29,824,000.00 (Njëzetë e nëntë milionë e tetëqind e njëzetë e katër mijë) Lekë pa TVSH është identifikuar si oferta fituese. Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [Spitali Universitar i Traumës, Adresa: Rruga “Lord Bajron”, Laprake, Tirane – Email: spitalitraumës@shendetesia.gov.al] sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 5 ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.

Nëse nuk dorëzoni sigurimin e kontratës brenda afatit përfundimtar të parashikuar në dokumentet e tenderit, apo tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do t’ju konfiskohet sigurimi i ofertës suaj dhe kontrata do t’i akordohet ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të përgjithshme prej [Nuk Aplikohet], siç parashikohet në nenin 83 të Ligjit nr. 162/2020 “Për prokurimin publik”, të ndryshuar.

Ankesa pas Njoftimit të Fituesit, nga i cili nisin afatet e ankimit /Njoftimit të Anulimit, nga i cili nisin afatet e ankimit

PO ☐ JO ☒