

DREJTORIA E SPITALIT “IHSAN ÇABEJ” LUSHNJE

Drejtuar:
Operatorit Ekonomik (OE) C ose

KRIJON SHPK K12023001A Tiranë, Farke, Rruga e Elbasanit, nr.57, Çollak, 1044.

Tipi i Kontratës: Mallra

Lloji i Procedurës së prokurimit: E hapur, e thjeshtuar

Numri i Procedurës / referenca e Lotit: REF-22077-09-30-2024

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: Blerje Centirufuge per Banken e Gjakut, Cope 1, Kohezgjatja e Kontrates 3 muaj

Data e Publikimit të Njoftimit të Kontratës në SPE: 01.10.2024

Data e Publikimit të Njoftimit të Kontratës në Buletinin e Njoftimeve Publike: Nr 67 date 07.10.2024

KRITERET E PËRZGJEDHJES SË FITUESIT:

- oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në kosto
- oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim X

Me anë të këtij Formulari ju informojmë se, në këtë procedurë/lot kanë marrë pjesë, Ofertuesit e mëposhtëm me këto vlera përkatëse të ofruara:

1. BIOMETRIC ALBANIA SH.P.K J61827062E

Emri i plotë i shoqërisë Numri i NIPT-t

Vlera (operatori ekonomik nuk ka paraqitur ofertë ekonomike)

2. ISOMETRIC SH.P.K. L92207009A

Vlera 3,795,000 (tremilionë e shtatëqindënëntëdhjetnëntëdhjetë e pesëmijë) Lekë pa TVSH

3.KRIJON SHPK K12023001A

Vlera 4,050,000 (katërmilionë e pesëdhjetëmijë) Lekë pa TVSH

4. TRIMED SHPK K51612031J

Vlera 3,999,890 (tremilionë e nëntëqindënëntëdhjetëenëntëmijë e tetëqindënëntëdhjetë) Lekë pa TVSH

Nga pjesëmarrësit janë skualifikuar, Ofertuesit e mëposhtëm:

1 BIOMETRIC ALBANIA SH.P.K J61827062E

Emri i plotë i shoqërisë Numri i NIPT-it

arsyet e mëposhtme:

- OE nuk ka bashkëgjitur dokumentat sipas kërkesave në DST. OE nuk ka paraqitur ofertë ekonomike.

OE/BOE me nënkontraktor

2. ISOMETRIC SH.P.K. L92207009A

arsyet e mëposhtme:

- AK ne Specifikimet Teknike ka kerkuar:•Ushqimi trefazor. •Certifikatat: Certifikimi i produktit: CE ose US FDA i certifikuar; Certifikimi i cilësisë: i certifikuar ISO; Siguria elektrike: Pajisja plotëson specifikimet e sigurisë elektrike. OE ne manualin e perdorimit te pajisje ka paraqitur :• Pajisja : Tension nominal (+/- 10%) : 230V +/- 10% Njëfazore •Nuk ka bashkëgjitur certifikaten ISO per pajisjen. Ne deklaraten e konformitetit CE mungon afati i vlefshmerise se certifikates.

3. TRIMED SHPK K51612031J

arsyet e mëposhtme:

Operatori trimed eshte skualifikuar si oferte anomalisht e ulet ne baze te vendimit te Kpp -se date 21.11.2024

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [KRIJON SHPK, NIPT K12023001A, Tiranë, Farke, Rruga e Elbasanit, nr.57, Çollak, 1044.], se oferta e paraqitur me vlerë totale prej 4 050 000 (kater milion e pesedhjet mije) Lekë pa TVSH / totali i pikëve të marra [_____] është identifikuar si ofertues i sukseshëm.

Me publikimin e këtij njoftimi, fillojnë afatet e ankimit sipas përcaktimeve në nenin 110 të Ligjit Nr. 162/2020, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik”, të ndryshuar.