



REPUBLIKA E SHQIPERISE
AGJENCIA E PROKURIMIT PUBLIK



Objekt i prokurimit është“ Furnizim vendosje pajisje mjekesore dhe hotelerie per ish-godinen e kirurgjise te rikonstruktuar.

Fondi limit 16,666,322 (gjashtëmbëdhjetë milion e gjashtëqind e gjashtë dhjetë e gjashtë mijë e treqind e njëzet e dy) Lekë pa TVSH

Lot 1: “Furnizim vendosje pajisje mobilimi spitalor” me fond limit 9,399,396 (nëntë milion e treqind e nëntëdhjetë e nëntë mijë e treqind e nëntëdhjetë e gjashtë) lekë pa TVSH;

Lot 2: “Furnizim vendosje paisje mjekësore” me fond limit 7,266,926 (shtatë milion e dyqind e gjashtëdhjetë e gjashtë mijë e nëntëqind e njëzetë e gjashtë) lekë pa TVSH

Me fonde të vëna në dispozicion nga Buxheti i Shtetit.

I NJOFTIMI I KONTRATËS

Seksioni 1. Autoriteti Kontraktor

1.1 Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri **QENDRA SPITALORE "XH.KONGOLI" ELBASAN**

Adresa Drejtoria e Spitalit, Elbasan

Tel/Fax 00355 54 58645

E-mail spitalielbasan@shendetesia.gov.al
inasinco23@gmail.com

Faqja e Internetit www.app.gov.al

1.2 Lloji i autoritetit kontraktor:

Institucion qendror ☐ Institucion i pavarur ☐
Njesie qeverisjes vendore ☐ Tjetër ☒
Public Health Sector Po Jo X

1.3 Kontratë në kuadrin e një Marrëveshjeje të veçantë ndërmjet Shqipërisë dhe një Shteti tjetër

Seksioni 2. Objekti i kontratës

2.1 Numri i referencës së procedurës/lotit

2.1 Numri i referencës së procedurës/lotit REF-

PROCEDURA	REF-
Loti 1	REF-
Loti 2	REF-

2.2 Lloji i “Kontratave Publike për Mallra”

Blerje Qira Leasing Blerje me këste Një kombinim i tyre
X

2.3 Kontratë në bazë të Marrëveshjes Kuadër

Po Jo X

2.4 Lloji i Marrëveshjes Kuadër

Me një Operator Ekonomik

Me disa operatorë ekonomikë

Të gjitha kushtet janë të përcaktuara Po Jo

Në Marrëveshjen Kuadër me 1 Operator Ekonomik, kur të gjitha kushtet janë të përcaktuara, të jepen arsyet e përzgjedhjes së kësaj lloji Marrëveshje Kuadër.



2.5 Numri i operatorëve ekonomikë me të cilët do të përfundojë Marrëveshja Kuadër: _____ (Këtu duhet të përcaktohet numri maksimal i operatorëve ekonomikë me të cilët do të lidhet Marrëveshja Kuadër).

2.6	Kushtet që do zbatohen në rastin e rihapjes së konkurimit dhe/ose përdorimi i mundshëm i blerjes elektronike .	
------------	--	--

2.7 Autoriteti kontraktor/Autoritetet kontraktore të cilat do të lidhin marrëveshjen kuadër: _____

2.8 Përshkrim i shkurtër i kontratës/marrëveshjes kuadër

1. Fondi limit/Vlera e pritshme e kontratës _____
2. Në rastin kur objekti i prokurimit përbëhet nga disa artikuj, **shumatorja e çmimeve për njësi është** _____
3. Burimi i Financimit _____
4. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër _____

2.9 Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin:

Kohëzgjatja në **muaj 1** ose **ditë 30**

ose

duke filluar nga // me përfundim në //

2.9.1.Kohëzgjatja e Marrëveshjes Kuadër

Kohëzgjatja në muaj: _____ **ose ditë:** _____ **(nganëshkrimi i Marrëveshjes Kuadër (jo më shumë se (4) vjet)**
Ose duke filluar nga // (dd/mm/vvvv)
Përfunduar më // (dd/mm/vvvv)

2.10 Vendi i dorëzimit të objektit të kontratës/marrëveshjes kuadër: _____

Pranë autoritetit kontraktor **QENDRA SPITALORE "XH.KONGOLI" ELBASAN**

2.11 Ndarja në LOTE:

Po X Jo

Nëse po,

2.12 Përshkrim i shkurtër i loteve

(Objekti dhe fondi limit i LOTEVE)

Objekt i prokurimit është "Furnizim vendosje pajisje mjekesore dhe hotelerie për ish-godinen e kirurgjise të rikonstruktuar me Fondi limit 16,666,322 (gjashtëmbëdhjetë milion e gjashtëqind e gjashtë dhjetë e gjashtë mijë e treqind e njezet e dy) Lekë pa TVSH

e ndare ne lote

Lot 1: “Furnizim vendosje pajisje mobilimi spitalor” me fond limit 9,399,396 (nëntë milion e treqind e nëntëdhjetë e nëntë mijë e treqind e nëntëdhjetë e gjashtë) lekë pa TVSH;

Lot 2: “Furnizim vendosje paisje mjekësore” me fond limit 7,266,926 (shtatë milion e dyqind e gjashtëdhjetë e gjashtë mijë e nëntëqind e njëzetë e gjashtë) lekë pa TVSH

Me fonde të vëna në dispozicion nga Buxheti i Shtetit.

Një Ofertues mund të aplikojë për [një lot], [disa lote], [të gjitha lotet]. Për çdo lot paraqitet një ofertë e veçantë.

2.13 Opsionet:

Numri i rinovimeve të mundshme (nëse ka):

Ose: nga në

2.14 Do të pranohen variantet:



2.14.1 Do të pranohet nenkontraktimi:

Po Jo X

Nese do te lejohet nenkontraktimi, te specifikohet perqindja e lejuar per nenkontraktim: 40 % e vlerës së kontratës

Autoriteti kontraktor do t’i beje pagesa te drejperdrejte nenkontraktorit:

Po Jo X

Shenime te tjera

2.15. Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë të Informacionit dhe Komunikimit (TIK) janë përdorur standartet e përgatitura nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit:

Po Jo X

2.16. Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë të Informacionit dhe Komunikimit (TIK), në rastin kur standartet janë të pa-aplikueshme, është marrë miratimi paraprak nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit:

Po Jo X

Seksioni 3 Informacioni ligjor, ekonomik, financiar dhe teknik

3.1 Kriteret e Pranimit sipas shtojcës 9.

3.2 Sigurimi i Ofertës¹: (i zbatueshëm në rastin e procedurave të prokurimit me vlerë më të lartë se kufiri i lartë monetar, në rast se kërkohet nga autoriteti kontraktor).

Operatori Ekonomik paraqet Formularin e sigurimit të ofertës, kur kërkohet, sipas Shtojcës 4. Vlera e kërkuar e sigurimit të ofertës është _____ Lekë (shuma e shprehur në fjalë).

Në rastet e dorëzimit të ofertës për Lote, vlera e sigurimit të ofertës, kur kërkohet, për secilin nga Lotet është si më poshtë:

Loti 1 _____ Lekë

Loti 2 _____ Lekë

Seksioni 4 Procedura

4.1 Lloji i procedurës: E Hapur

Procedurë prokurimi e rishpallur

Po Jo X

Nëse është procedurë e rishpallur të plotësohen të dhënat identifikuese të procedurës së anuluar:

a) Numri i referencës në sistemin e prokurimit elektronik të procedurës së prokurimit të anuluar _____

b) Objekti i prokurimit të procedurës së prokurimit të anuluar _____

c) Fondi limit i procedurës së prokurimit të anuluar _____

4.2 Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:

A) çmimi më i ulëtX

Në rastin e procedurave të prokurimit për furnizimin me karburante, gazoil, benzol dhe karburant për ngrohje, **çmimi më i ulët** bazohet në:

- i) çmimi i bursës, sipas Reuters lëvruar sipas kushtit CIF-Shqipëri, i cili është publikuar në Buletin e fundit të Njoftimeve Publike, para datës së dorëzimit dhe hapjes së ofertave;
- ii) elementet fiskale, përfshi akcizën, taksë karbonisi dhe çdo taksë tjetër sipas legjislacionit në fuqi;
- iii) marzhimë i ulët i fitimit, tëshprehurnëpërqindje.

Vlera absolute e marzhit të fitimit nuk do të ndryshojë gjatë ekzekutimit të kontratës, në rast të luhatjes se çmimeve.

Ose

B) oferta ekonomikisht më e favorshme

lidhur me rëndësinë: Çmimi **pikë**

etj. **pikë**

Autoriteti Kontraktor duhet tëspecifikojë pikët për çdo kriter vlerësimi të vendosur.

4.3 Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:

Data: **24/04/2019**(dd/mm/vvvv)Ora:**10:00**

Vendi: Qendra Spitalore “Xhafer Kongoli” Elbasan, www.app.gov.al

Kur oferta kërkohet të paraqitet me mjete elektronike operatorët ekonomike duhet të dorëzojnë ofertën në mënyrë elektronike në faqen zyrtare të APP-së, ëëë.app.gov.al

4.4 Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:

Data: **24/04/2019**(dd/mm/vvvv)Ora:**10:00**

Vendi: Qendra Spitalore “Xhafer Kongoli” Elbasan, www.app.gov.al

Informacioni mbi ofertateparaqitura me mjete elektronike duhet t’i komunikohet të gjithë atyre Operatorëve Ekonomikë që kanë dorëzuar oferta, në bazë të kërkesës së tyre.

4.5 Periudha e vlefshmërisë së ofertave: **150** (njwqind e peswdhjetw) ditw

4.6 Gjuha (-ët) për hartimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:

5.1 Dokumenta me pagesë(i zbatueshëm vetëm për procedurat që nuk zhvillohen me mjete elektronike):

Po Jo X

Nëse Po

Monedha _____ Çmimi _____

5.2 Informacione shitesë (vendi, zyra, mënyrat për tërheqjen e dokumentave të tenderit)

Data e shpërndarjes së këtij njoftimi **01/04/2019**

Njoftimi i kontrates për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor, i cili do të publikohet në Buletinin e Njoftimeve Publike

1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri _____
Adresa _____
Tel/Fax _____
E-mail _____
Faqja në Internet _____

2. Lloji i procedurës së prokurimit: _____

3. Numri i referencës së procedurës/lotit _____


4. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër _____

5. Fondi limit _____

6. Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin:

7. Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: _____

8. Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:



II. UDHËZIME PËR OPERATORËT EKONOMIKË

Seksioni 1. Hartimi i ofertës

- 1.1 Operatorët Ekonomikë janë të detyruar të përgatisin oferta, në përputhje me kërkesat e përcaktuara në këto DT. Ofertat që nuk përgatiten në përputhje me këto DT do të refuzohen si të papranueshme.
- 1.2 Operatori Ekonomik përballon kostot që lidhen me përgatitjen dhe dorëzimin e ofertës së tij. Autoriteti Kontraktor nuk është përgjegjës për këto kosto.
- 1.3 Për procedurat e prokurimit që zhvillohen në rrugë shkresore, origjinali i ofertes duhet të shtypet ose të shkruhet me bojë që nuk fshihet. Të gjitha fletët e ofertës duhet të lidhen së bashku dhe të numerizohen. Të gjitha fletët e ofertës, përveç literaturës së pandryshueshme e të printuar duhet të pajisen me initiale ose të nënshkruhen nga Personi (-at) e autorizuar. Çdo ndryshim në ofertë duhet të jetë i lexueshëm dhe i firmosur nga Personat e Autorizuar.
- 1.4 Në rast të ofertave të paraqitura nga një bashkim operatorësh ekonomik, oferta duhet të shoqërohet me Prokurën/autorizimin me Shkrim për Personat e Autorizuar që do të përfaqësojnë bashkimin gjatë procedurës së prokurimit
- 1.5 **Oferta duhet të përfshijë dokumentat e mëposhtëm:**
- a) Formulari i Ofertës, plotësuar sipas Shtojcës 1 të DT ose Shtojcës 2 të DT (në rastin e procedurave të prokurimit për furnizimin me karburante, gazoil, benzol dhe karburant për ngrohje).
- b) Dokumentat që lidhen me objektin e prokurimit (*skica, katalogje, kampione etj*)
_____,
_____,
_____.
- c) Deklaratën për paraqitje oferte të pavarur sipas shtojcës 2/1.
- ç) Dokumentat dhe vërtetimet e kërkuara në Shtojcën 8.
- d) (Opsion) ofertën alternative teknike (nëse parashikohet)
- Një Operator Ekonomik duhet të paraqesë vetëm një ofertë.

1.6 Fshehtësia e procesit sipas nenit 25 të LPP-së.

- 1.7 Për procedurat e prokurimit që zhvillohen në rrugë shkresore, Operatorët Ekonomikë duhet të dorëzojnë vetëm ofertën origjinale të futur në një zarf jotransparent, të mbyllur, të vulosur dhe firmosur me emrin dhe adresën e Ofertuesit dhe të shënuar: “Ofertë për furnizimin e mallrave; Nr e Njoftimit ____.
- “MOS E HAPNI, ME PËRJASHTIM TË RASTEVE KUR ËSHTË I PRANISHËN**

KOMISIONI I VLERËSIMIT TË OFERTËS, DHE JO PARA
dd/mm/vv _____ orës _____ “

Kur oferta kërkohet të paraqitet me mjete elektronike, operatorët ekonomike duhet të dorëzojnë ofertën në mënyrë elektronike në faqen zyrtare të APP-së, ëëë.app.gov.al.

- 1.8 Për procedurat e prokurimit që zhvillohen në rrugë shkresore, ofertuesit mund të modifikojnë ose të tërheqin ofertat e tyre, me kusht që ky modifikim ose tërheqje të kryhet para afatit kohor përfundimtar për paraqitjen e ofertave. Si modifikimet, ashtu edhe tërheqjet duhet t'i komunikohen Autoritetit Kontraktor me shkrim para datës së fundit për dorëzimin e ofertave. Zarfë që përmban deklaratën e Ofertuesit duhet të shënohet përkatësisht: **“MODIFIKIM OFERTE”** ose **“TËRHEQJE OFERTE”**.

Kur oferta kërkohet të paraqitet me mjete elektronike, ofertuesi mund të modifikojë në çdo kohë ofertën deri përpara përfundimit të afatit kohor për dorëzimin e ofertave, pa patur nevojë për ndonjë komunikim me autoritetin kontraktor, pasi veprimet kryhen në llogarinë e tij, në faqen zyrtare të APP-së, ëëë.app.gov.al.

Seksioni 2 Përlllogaritja e ofertës ekonomike

- 2.1 Operatori Ekonomik duhet të plotësojë Formularin e Ofertës bashkangjitur me këto DT, duke përcaktuar mallrat që do të levrohen, sasitë dhe çmimin e tyre.
- 2.2 Të gjitha çmimet duhet të kuotohen në Monedhën Shqiptare (Lek), duke përfshirë edhe tatimet që zbatohen, por pa përfshirë TVSH. Nëse çmimet kuotohen në një monedhë të huaj, atëherë ato duhet të kthehen në Lekë Shqiptare sipas kursit zyrtar të këmbimit të Bankës së Shqipërisë, në datën në të cilën është dërguar për publikim njoftimi i kontratës dhe duhet të ruhen në atë kurs deri në skadimin e periudhës së vlefshmërisë së ofertës.
- 2.3 Ofertuesi duhet të shënojë në Formularin e Ofertës, çmimet totale të ofertës të të gjitha Mallrave, pa TVSH. Vlera e TVSH, kur aplikohet, i shtohet çmimit të dhënë dhe përbën vlerën totale të ofertës.
- 2.4. Në rastin e një marrëveshje kuadër ku të gjitha kushtet NUK janë përcaktuar, çmimet për kontratat e bazuara në marrëveshjen kuadër nuk janë të fiksuara; ato janë objekt i ndryshimit pas një mini-konkursimidis operatorëve ekonomikë, palë në marrëveshjen kuadër.
- 2.5 Sigurimi i Ofertës, kur kërkohet, duhet të dorëzohet bashkëme ofertën para skadimit të afatit kohor për dorëzimin e ofertave. Mospajtimi me kërkesat për sigurimin e ofertës do të ketë si pasojë refuzimin e ofertës.
- 2.6 Sigurimi i Ofertës mund të dorëzohet në një nga format e mëposhtme:
- a) garanci bankare
 - b) garanci sigurimi

Formulari i sigurimit të ofertës duhet të nënshkruhet nga lëshuesi (Banka, kompania e sigurimit, etj) dhe duhet të dorëzohet sëbashku me ofertën para hapjes së ofertave, përndryshe oferta do të refuzohet.

Dokumentat si më sipër duhet të jenë të vlefshëm përgjatë gjithë periudhës së vlefshmërisë së ofertës. Në rastin kur sigurimi i ofertës ka formën e një garancie bankare, Autoriteti Kontraktor ia rikthen ofertuesve sigurimin përkatës brenda 15 ditëve nga nënshkrimi i kontratës.

2.7 Periudha e Vlefshmërisë së Ofertës

Periudha e vlefshmërisë së ofertës fillon që nga momenti i hapjes së ofertave. Në çdo rast, të paktën 5 ditë nga përpara përfundimit të afatit kohor për vlefshëminë e ofertave, autoriteti kontraktor mund t'i kërkojë Ofertuesit me shkrim të zgjasë periudhën e vlefshmërisë, deri në një datë të caktuar. Ofertuesi mund t'a refuzojë këtë kërkesë me shkrim pa humbur të drejtën për rimbursim të sigurimit të ofertës, kur ka një tillë. Ofertuesi që bie dakord të zgjasë periudhën e vlefshmërisë së ofertës njofton Autoritetin Kontraktor me shkrim, dhe paraqet një sigurim oferte të zgjatur, nëse ka pasur një të tillë. Oferta nuk mund të modifikohet. Nëse Ofertuesi nuk i përgjigjet kërkesës së bërë nga Autoriteti Kontraktor lidhur me zgjatjen e periudhës së vlefshmërisë së ofertës, ose nuk e pranon kërkesën në fjalë, ose nuk paraqet një sigurim të zgjatur të ofertës, kur kërkohet, atëherë Autoriteti Kontraktor do të refuzojë ofertën.

2.8 Veprimet e jashtëligjshme sipas Nenit 26 të LPP-së

Seksioni 3. Vlerësimi i Ofertave

3.1 Kriteret e përzgjedhjes

(Opsioni 1) Çmimi më i ulët i ofertës së kualifikuar.

Kontrata do t'i akordohet atij Ofertuesi që ka ofruar çmimin më ulët të ofertës.

Në rastin e procedurave të prokurimit për furnizimin me karburante, gazoil, benzol dhe karburant për ngrohje, **çmimi më i ulët** bazohet në:

- i) çmimi i bursës, sipas Reuters lëvruar sipas kushtit CIF-Shqipëri, i cili është publikuar në Buletinin e fundit të Njoftimeve Publike, para datës së dorëzimit dhe hapjes së ofertave;
- ii) elementet fiskale, përfshi akcizën, taksë karbonisi dhe çdo taksë tjetër sipas legjislacionit në fuqi;
- iii) marzhimë i ulët i fitimit, tëshprehurnëpërqindje.

Vlera absolute e marzhit të fitimit nuk do të ndryshojë gjatë ekzekutimit të kontratës, në rast të luhatjes së çmimeve.

(Opsioni 2) Oferta ekonomikisht më e favorshme.

Për kriteret vlerësuese duhet përcaktuar qartë pesha specifike e secilit kriter dmth sa pikë do të ketë çdo kriter dhe si do të llogariten pikët për ofertuesit e njëpasnjëshëm.

Të gjitha kriteret e vendosura për vlerësimin e ofertave duhet të jenë sa më objektive dhe të shprehen në shifra. Në çdo rast, kur kriteret janë më shumë se një, pesha e kriterit të çmimit nuk do të jetë më pak se 50 pikë. Pikët maksimale që do të marrë një ofertë do të jenë 100.

Formula me të cilën do të llogariten pikët e ofertuesve në këtë rast është:

$$Po = Pk1 + Pk2 + Pk3 + \dots$$

Ku:

Po - janë pikët totale të ofertës së vlerësuar

Pk1/Pk2/Pk3/... - janë pikët për çdo kriter të vlerësuar

Pikët për çdo kriter për llogariten sipas formulës:

$$Pk1 = V_{min\ k1} \times P_{max\ k1} / Ok1$$

Pk1 _____ Pikët e kriterit që vlerësohet

$V_{min\ k1}$ Vlera e më të ulët e kriterit që vlerësohet

$P_{max\ k1}$ Pikët maksimale që i jepet kriterit që vlerësohet

Ok1 Treguesi i ofertës për kriterin që vlerësohet

Sqarim: Si kriter vlerësimi duhet të përzgjidhet vetëm njëri prej opsioneve. Plotësimi i të dy opsioneve e bën procedurën të pavlefshme.

3.2 Korrigjimi i gabimeve dhe pjesët e hequra

3.2.1 Autoriteti Kontraktor korrigjon ato gabime në ofertë, që janë thjesht të një natyre aritmetike, nëse gabimi zbulohet gjatë shqyrtimit të ofertave. Autoriteti Kontraktor e njofton menjëherë Ofertuesin në fjalë me një njoftim me shkrim/elektronik mbi çdo korrigjim të tillë dhe mund të vazhdojë me ndryshimin e gabimit, me kusht që Ofertuesi t'a ketë miratuar këtë komunikim që i është bërë. Nëse Ofertuesi refuzon të pranojë korrigjimin e propozuar, atëherë oferta do të refuzohet, pa konfiskim të sigurimit të ofertës, nëse ekziston një e tillë.

3.2.2 Gabimet në llogaritjen e çmimit do të korrigjohen nga Autoriteti Kontraktor, si më mëposhtë:

- në rast se ka mospërputhje ndërmjet shumave të shprehura në shifra dhe atyre në fjalë, atëherë do të mbizotërojnë shumat e shprehura në fjalë, me përjashtim të rasteve kur shumat në fjalë lidhet me një gabim aritmetik;

- nëse ka mospërputhje ndërmjet çmimit njësi dhe vlerës së përgjithshme që merret nga shumëzimi i çmimit njësi dhe sasisë, atëherë do të mbizotërojnë çmimi njësi, dhe rrjedhimisht duhet të korrigjohet shumat në total, nëse ka një gabim në një shumë total, që korrespondon me mbledhjen ose zbritjen e nëntotaleve, atëherë do të mbizotërojnë nëntotali dhe totali duhet të korrigjohet. Shumat e korrigjuara në këtë mënyrë janë të detyrueshme për ofertuesin. Nëse ofertuesi nuk i pranon ato, atëherë oferta e tij do të refuzohet. *Ofertat me gabime aritmetike refuzohen, kur shumat absolute të të gjitha korrigjimeve janë më shumë se $\pm 2\%$ e vlerës së ofertës ekonomike të ofruar*

3.3 Ofertat anomalisht të ulëta

3.3.1 Nëse oferta e dorëzuar, rezulton anomalisht e ulët në lidhje me mallrat e ofruara, atëherë Autoriteti Kontraktor i kërkon Ofertuesit në fjalë të justifikojë çmimin e ofruar. Nëse Ofertuesi nuk arrin të japë një justifikim që të bindë Autoritetin Kontraktor, atëherë ky i fundit ka të drejtë të refuzojë ofertën.

3.3.2 Oferta do të cilësohet anomalisht e ulët sipas përcaktimit të bërë në nenin 66 të Kreut VII të RrPP .

Në rastin kur janë të vlefshme dy ose më pak oferta, në përputhje me nenin 56, të LPP-së, oferta vlerësohet anomalisht e ulët kur ajo është ulur më shumë se 25 përqind e fondit limit të përlogarit.

Në rastin kur janë të vlefshme tre ose më shumë oferta, në përputhje me nenin 56 të LPP-së, oferta vlerësohet anomalisht e ulët nëse vlera e saj do të jetë më e vogël se 85 përqind e mesatares së ofertave të vlefshme.

Nëse një apo disa oferta vlerësohen si anomalisht të ulëta, komisioni i vlerësimit të ofertave duhet të kërkojë sqarime nga ofertuesit, përpara se të marrë vendim për kualifikimin ose jo të tyre, në përputhje me nenin 56 të LPP.

Në çdo rast ofertuesi ka detyrimin të argumentojë dhe dokumentojë me prova shkresore sqarimet mbi elementin/elementët e veçantë të ofertës, në përputhje me kërkesat e nenit 56 të LPP.

Formula që do të zbatohet për të cilësuar një ofertë anomalisht të ulët, në rastin kurka tre ose më shumë oferta të vlefshme është si më poshtë:

O – Oferta

M_O – Mesatarja e Ofertave të vlefshme

n – Numri i Ofertave të vlefshme

Z_M – Zbritja e Mundshme

$$M_O = O_1 + O_2 + O_3 + \dots O_n / n$$

$$Z_M = 85\% M_O$$

Vlera e Ofertës që vlerësohet <ZM..... , si rrjedhim Oferta është Anomalisht e Ulët

Në rastin kur kriter vlerësimi është përzgjedhur oferta ekonomikisht më e favorshme, do të verifikohet nëse ofertat janë anomalisht të ulëta vetëm nëse oferta e klasifikuar me pikët më të larta e ka ofertën ekonomike me vlerën më të ulët.

3.4. Ankimi administrativ në dispozicion të Operatorëve Ekonomikë sipas nenit 63 të LPP-së.

Seksioni 4. Nënshkrimi i Kontratës

4.1 Njoftimi i fituesit

Autoriteti Kontraktor njofton Ofertuesin fitues, përmes dërgimit të njoftimit të fituesit, siç parashikohet në Shtojcën 14. Një kopje e këtij njoftimi publikohet në Buletinin e Njoftimeve Publike, siç kërkohet në Nenin 58 të LPP-së.

4.2 Sigurimi i kontratës

4.2.1 Autoriteti Kontraktor kërkon sigurim për ekzekutimin e kontratës. Shuma e sigurimit për ekzekutimin e kontratës do të jetë 10 % e vlerës së kontratës. Formulari i Sigurimit të Kontratës, sipas Shtojcës 19 të DT, duhet të nënshkruhet dhe të dorëzohet para nënshkrimit të kontratës.

4.2.2 Sigurimi për ekzekutimin e kontratës mund të dorëzohet në një nga format e mëposhtme:

- i. garanci bankare
- ii. garanci sigurimi

Ky formular nuk përdoret nga autoritetet kontraktore në rastin e prokurimit të kontratave sektoriale.

4.3 Njoftimi i kontratës së nënshkruar

Në pajtim me RrPP, pas nënshkrimit të kontratës, autoriteti kontraktor dërgon një njoftim në APP për publikim në Buletinin e Njoftimeve Publike.

Shënim: Autoritetet kontraktore nuk duhet të ndërhyjnë për të bërë asnjë lloj ndryshimi në dokumentat e tenderit nga pika 1 në pikën 4.

III. SHTOJCAT

Shtojcat e mëposhtme janë pjesë përbërëse e DT:

- Shtojca 1: Formulari i Ofertës ekonomike
- Shtojca 2: Formulari i Ofertës ekonomike, në rastin e procedurave të prokurimit për furnizimin me karburante, gazoil, benzol dhe karburant për ngrohje
- Shtojca 2/1: Deklaratë për paraqitje oferte të pavarur
- Shtojca 3: Ftesa për Ofertënë rastin e Marrëveshjes Kuadër
- Shtojca 4: Formulari i Sigurimit të Ofertës
- Shtojca 5: Formulari i Informacionit Konfidencial
- Shtojca 6: Deklaratëmbi përmbushjen e specifikimeve teknike nga operatori ekonomik
- Shtojca 7: Deklarata për konfliktin e interesit
- Shtojca 8: Deklaratë mbi përmbushjen e kriterëve të përgjithshme
- Shtojca 9: Kriteret e Përgjithshme të Pranimi/Kualifikimit
- Shtojca 10: Specifikimet teknike
- Shtojca 11: Planifikimi i kontratave në marrëveshjen kuadër
- Shtojca 12: Sasia e mallrave dhe kushtet e lëvrimit
- Shtojca 13: Formulari për Njoftimin S'kualifikimit
- Shtojca 14: Formulari i Njoftimit të Fituesit
- Shtojca 15 Formulari i Njoftimit të Operatorëve Ekonomike të suksesshëm në Marrëveshjen Kuadër
- Shtojca 16: Kushtet e Përgjithshme të Kontratës
- Shtojca 17: Kushtet e Vecanta të Kontratës
- Shtojca 18: Formulari i njoftimit të Kontratës së nënshkruar
- Shtojca 18/1: Formulari i njoftimit të Kontratës së nënshkruar për publikim në Buletin e Njoftimeve Publike
- Shtojca 19: Formulari i Sigurimit të Kontratës
- Shtojca 20: Formulari i Ankesës në Autoritetin Kontraktor
- Shtojca 21: Draft Marrëveshja Kuadër ku Jo tëgjitha kushtet janë të përcaktuara
- Shtojca 22: Draft Marrëveshja Kuadër ku tëgjitha kushtet janë të përcaktuara
- Shtojca 23: Formulari i Njoftimit të Anulimit

Shtojca 1

[Shtojcë për t'u plotësuar nga operatori ekonomik]

FORMULARI I OFERTËS EKONOMIKE

Emri i Ofertuesit _____

Për: [Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]

* * *

Procedura e prokurimit: [lloji i procedurës]

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [objekti]

Publikimi (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]/Nr.Referencës në faqen e APP-së

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, Ne, të nënshkruarit, deklarojmë se:

1. Çmimi total i ofertës sonë është [monedha dhe vlera e ofertës]; pa TVSH;
2. Çmimi total i ofertës sonë është [monedha dhe vlera e ofertës]; me TVSH

1	2	3	4	5	6
Nr	Përshkrimi i mallrave	Sasia	Çmimi Njësi	Çmimi Total	Afati
Çmimi Neto)					
TVSH (%)					
Çmimi Total					

Nënshkrimi i ofertuesit _____

Vula _____

Shënim:Çmimet duhet të shprehen në Monedhën ____ (kërkuar në dokumentat e tenderit)

Shtojca 2

[Shtojcë për t'u plotësuar nga operatori ekonomik në rastin e procedurave të prokurimit për

furnizimin me karburant, gazoil, benzol dhe karburant per ngrohje]

FORMULARI I OFERTËS EKONOMIKE

Emri i Ofertuesit _____

Për: *[Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]*

* * *

Procedura e prokurimit: *[lloji i procedurës]*

Përshkrim i shkurtër i kontratës: *[objekti]*

Publikimi (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike *[Data]* *[Numri]*

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, Ne, të nënshkruarit, deklarojmë se:

1. Marzhi ynë i fitimit i shprehur në përqindje është si më poshtë: _____

1	2	3	5
Nr	Përshkrimi i mallrave	Marzhi i fitimit shprehur në përqindje	Afati i levrit

Nënshkrimi i ofertuesit _____

Vula _____

Shtojca 2/1

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Operatori Ekonomik]

DEKLARATË

Për paraqitje Oferte të Pavarur

E operatorit ekonomik pjesëmarrës në procedurën e prokurimit publik që do të zhvillohet në datë: _____; nga Autoriteti Kontraktor: _____; me objekt: _____; me fond limit: _____.

Unë i nënshkruari _____, me cilësinë e përfaqësuesit të operatorit ekonomik _____, në mbështetje të nenit 1 të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, të ndryshuar si dhe në mbështetje të Ligjit Nr. 9121/2003 “Për mbrojtjen e konkurrencës”, bëj këtë deklaram dhe garantoj se deklaratat e mëposhtme janë të vërteta dhe të plota në çdo aspekt:

Unë vërtetoj, në interes të: _____ që:
(Emri i operatorit ekonomik)

1. Unë kam lexuar dhe kuptuar përmbajtjen e kësaj Deklarate;
2. Unë kuptoj që oferta e paraqitur do të s’kualifikohet dhe/ose përjashtohet nga pjesëmarrja në prokurimet publike, nëse kjo Deklaratë vërtetohet se nuk është e plotë dhe / ose e saktë në çdo aspekt;
3. Unë jam i autorizuar nga Ofertuesi të firmos këtë Deklaratë dhe të paraqes ofertë në interes të Ofertuesit;
4. Çdo person, firma e të cilit shfaqet në dokumentacionin e ofertës, është i autorizuar nga Ofertuesi për të përgatitur dhe për të nënshkruar ofertën në interes të Ofertuesit;
5. Për qëllim të kësaj deklarate dhe ofertës së paraqitur, unë kuptoj që fjala “konkurrentë” nënkupton çdo operator tjetër ekonomik, të ndryshëm nga Ofertuesi, të paraqitur ose jo si bashkim operatorësh ekonomik, që:
 - a) paraqesin një ofertë në përgjigje të Njoftimit të Kontratës dhe/ose të Ftesës për Ofertë, të bërë nga Autoriteti Kontraktor;
 - b) është një ofertues potencial, i cili bazuar në kualifikimin, aftësitë ose përvojat e tij, mundet të dorëzojë një ofertë në përgjigje, të Njoftimit të Kontratës dhe/ose të Ftesës për Ofertë.
6. Ofertuesi deklaron se: (kliko një nga alternativat e mëposhtme):
 - a) Ofertuesi ka përgatitur ofertën e tij në mënyrë të pavarur, pa u konsultuar, pa komunikuar dhe pa bërë marrëveshje apo pa rënë dakord me asnjë konkurrent tjetër;
 - b) Ofertuesi është konsultuar, ka komunikuar, ka bërë marrëveshje me një ose

mëshumë konkurrentë në lidhje me këtë procedurë prokurimi. Ofertuesi deklaron se në dokumentet bashkëgjatë, në detajet e kësaj oferte, janë përfshirë emrat e konkurrentëve, natyra dhe shkaqet e konsultimit, komunikimit, marrëveshjes apo angazhimit (rasti i bashkimit të operatorëve ekonomikë ose nënkontraktimit).

7. Nëveçanti, pa kufizuar paragrafët 6. a) dhe 6. b), të përmendur më lart, nuk ka pasur konsultime, komunikime, kontratë apo marrëveshje me ndonjë konkurrent në lidhje me:
- a) çmimet ;
 - b) metodat, faktorët ose formulat e përdorur për llogaritjen e çmimit;
 - c) qëllimin apo vendimin për të paraqitur apo jo një ofertë; ose,
 - d) paraqitjen e një oferte që nuk i plotëson specifikimet e kërkesës për ofertë.
8. Përveç kësaj, nuk ka pasur konsultime, komunikime, marrëveshje apo kontrata me ndonjë konkurrent në lidhje me cilësinë, sasinë, specifikimet apo dërgesa të veçanta të produkteve apo shërbimeve të cilat lidhen me prokurimin në fjalë, përveç se kur janë deklaruar sipas paragrafit të mësipërm 6. b).
9. Kushtet e ofertës nuk u janë bërë të njohura dhe as nuk do t'u bëhen të njohura qëllim nga Ofertuesi konkurrentëve të tjerë, në çdo mënyrë qoftë, para datës dhe kohës së hapjes zyrtare të ofertave, shpalljes fitues dhe lidhjes së kontratës, vetëm nëse kërkohet me ligj ose nëse deklarohen në mënyrë specifike sipas paragrafit 6.b).

(Emri dhe Firma e Personit të Autorizuar për Përfaqësim të Ofertuesit)

Public Health Sector

(Titulli sipas pozicionit në punë) (Data)

Shtojca 3

[Shtojcë për tu plotësuar nga autoriteti kontraktor në Marrëveshjen Kuadër gjatë rihapjes së procesit të mini-konkursit]

FTESA PËR OFERTË

(shkruani emrin e Autoritetit Kontraktor)

fton për të paraqitur oferta në procedurën për furnizimin e mallrave të mëposhtme:

.....
.....
.....

(jepni një përshkrim të saktë të objektit të kontratës dhe sasisësiç përkufizohet në Dokumentat Tenderit (DT)).

Vendi i Dorëzimit të Mallit

(jepni një përshkrim të shkurtër)

Malli duhet të dorëzohet brenda datës _____

Oferta duhet të paraqitet

.....

[Jep adresën e saktë]

Përpara _____

.....

[Përcaktoni datën dhe orën]

Kriteret e përcaktimit të ofertës fituese _____

Forma e komunikimit:

Me shkrim

elektronike (email, fax, etj)

Public Health Sector

Shtojca 4.

[Letër me kokë e Bankës / Kompanisë së Sigurimeve]

[Shtojcë për t'u paraqitur nga operatori ekonomik kur kërkohet nga autoriteti kontraktor]

FORMULARI I SIGURIMIT TË OFERTËS

[Data]

Për: *[Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]*

Në emër të: *[Emri dhe adresa e ofertuesit të siguruar]*

* * *

Procedura e prokurimit *[lloji i procedurës]*

Përshkrim i shkurtër i kontratës: *[objekti]*

Publikimi (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike *[Data]* *[Numri]/Nr.Referencës në faqen e APP-se*

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur,

Ne vërtetojmë se *[emri i ofertuesit të siguruar]* ka derdhur një depozitë pranë *[emri dhe adresa e bankës / kompanisë së sigurimit]* me një vlerë prej *[monedha dhe vlera, e shprehur në fjalë dhe shifra]* si kusht për sigurimin e ofertës, dorëzuar nga operatori i lartpërmendur ekonomik.

Marrim përsipër të transferojmë në llogarinë e *[emri i autoritetit kontraktor]* vlerën e siguruar, brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga kërkesa juaj e thjeshtë dhe e parë me shkrim, pa kërkuar shpjegime, me kusht që kjo kërkesë të përmendë mospërmbushjen e njërit nga kushtet e mëposhtme:

- Ofertuesi e ka tërhequr ose ka ndryshuar ofertën, pas afatit përfundimtar për paraqitjen e ofertave ose para afatit përfundimtar, nëse është përcaktuar kështu në dokumentat e tenderit;
- Ofertuesi ka refuzuar nënshkrimin e kontratës së prokurimit kur autoriteti kontraktor e kërkon një gjë të tillë;
- Ofertuesi nuk ka paraqitur sigurimin e kontratës, ku oferta është shpallur fituese ose nuk ka plotësuar ndonjë kusht tjetër përpara nënshkrimit të kontratës së përcaktuar në dokumentat e tenderit.

Ky Sigurim është i vlefshëm për periudhën e specifikuar në *[njoftimin e kontratës ose ftesën për tender]*.

[Përfaqësuesi i bankës / kompanisë së sigurimit]

Shtojca 5

LISTA E INFORMACIONIT KONFIDENCIAL

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Operatori Ekonomik, nëse është rasti]

(Shënoni më poshtë informacionin që dëshironi të mbahet konfidencial)

Lloji, natyra e informacionit që duhet të mbetet konfidencial	Numri i faqes dhe pikat e DT që dëshironi të mbeten konfidenciale	Arsyet pse ky informacion duhet të mbetet konfidencial	Afati kohor që ky informacion të mbetet konfidencial

KUJDES

Çdo e dhënë, që nuk është regjistruar si e dhënë konfidenciale, do të konsiderohet se titullari i këtyre të drejtave ka dhënë vetë pëlqimin për dhënien e informacionit përkatës dhe Autoriteti Kontraktor nuk mban asnjë përgjegjësi për publikimin e këtij informacioni.

Nuk përbën sekret tregtar informacioni, që duhet të bëhet publik në bazë të ligjit, që lidhet me shkeljen e ligjit, apo që duhet të publikohet në bazë të praktikave të mira tregtare e parimeve të etikës tregtare. Përhapja e këtij informacioni vlerësohet e ligjshme, nëse nëpërmjet këtij akti synohet të mbrohet interesi publik.

Përfaqësuesi i ofertuesit

Nënshkrimi

Vula

Shtojca 6

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Operatori Ekonomik]

DEKLARATËMBI PERMBUSHJEN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE

Deklaratë e operatorit ekonomik pjesëmarrës në procedurën e prokurimit publik, që do të zhvillohet në datë _____ nga Autoriteti Kontraktor _____ me objekt _____ me fond limit _____.

Unë i nënshkruari _____, me cilësinë e _____ të personit juridik _____ deklaroj se:

Përbushim të gjitha specifikimet teknike, të përcaktuara në dokumentat e tenderit dhe e vërtetojmë këtë me çertifikata e dokumenta (nëse kërkohen nga autoriteti kontraktor), të dorëzuar bashkë me këtë deklaratë.

Data e dorëzimit të deklaratës _____

Përfaqësuesi i ofertuesit

Nënshkrimi _____

Vula



Shtojca 7

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Operatori Ekonomik]

DEKLARATË
Mbi konfliktin e interesave

Deklaratë e operatorit ekonomik pjesëmarrës në procedurën e prokurimit publik që do të zhvillohet në datë _____ nga Autoriteti Kontraktor _____ me objekt _____ me fond limit _____.

Konflikti i interesit është gjendja e konfliktit ndërmjet detyrës publike dhe interesave privatë të një zyrtari, në të cilën ai ka interesa privatë, të drejtpërdrejta ose të tërthorta që ndikojnë, mund të ndikojnë ose duket sikur ndikojnë në kryerjen në mënyrë të padrejtë të detyrave dhe përgjegjësi të tij publike.

Në zbatim të nenit 21 pika 1 e Ligjit Nr. 9367, datë 07.04.2005, kategoritë e zyrtarëve përcaktuar në Kreun III, Seksioni II, që iu ndalohe në mënyrë absolute të përfitojnë në mënyrë të drejtpërdrejta ose të tërthorta nga lidhja e kontratave me një palë një institucion publik janë:

- Presidenti i Republikës, Kryeministri, zvkryeministri, ministrat, ose zvministrat, Deputetet, Gjyqtarët e Gjykatës Kushtetuese, Gjyqtarët e Gjykatës së Lartë, Kryetari i Kontrollit të Lartë të Shtetit, Prokurori i Përgjithshëm, Gjyqtarët e Prokurorët në nivelin e Gjykatës së Shkallës së Parë e në atë të Apelit, Avokati i Popullit, Anëtari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Anëtari i Këshillit të Lartë të Drejtësisë, Inspektori i Përgjithshëm i Inspektoratit të Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave, Anëtarët e Enteve Rregullatore, (Këshilli i Mbikqyrjes i Bankës së Shqipërisë, përfshirë Guvernatorin dhe Zv/Guvernatorin; të konkurrencës, telekomunikacionit; energjisë; furnizimit me ujë; të sigurimeve; letrave me vlerë; mediae), Sekretarët e Përgjithshëm të institucioneve qendrore si dhe çdo zyrtar tjetër, në çdo institucion publik, që është të paktën i barazvlefshëm për nga pozicioni me drejtorët e përgjithshëm, titullarët e institucioneve të administratës publike që nuk janë pjesë e shërbimit civil.

Për zyrtarët e nivelit të mesëm drejtues sipas nenit 31, dhe për zyrtarët e parashikuar në nenin 32 të kreut të III, seksioni 2 të këtij ligji, ndalimi sipas pikës 1 të këtij neni, për shkak të interesave private të zyrtarit, të përcaktuara në këtë pikë zbatohet vetëm në lidhjen e kontratave në fushën e territorit dhe të juridiksionit të institucionit, ku punon zyrtari. Ky ndalim zbatohet edhe kur palë është një institucion i varësisë.

Kur zyrtari është në funksionin e kryetarit a të nënkryetarit të bashkisë, komunës ose të këshillit të qarkut, të anëtarit të këshillit përkatës ose është zyrtar i nivelit të lartë drejtues të një njësie të qeverisjes vendore, ndalimi për shkak të interesave privatë të zyrtarit, të përcaktuara në këtë pikë, zbatohet vetëm në lidhjen e kontratave, sipas rastit, me bashkinë, komunën ose këshillin e qarkut, ku zyrtari ushtron këto funksione. Ky ndalim zbatohet edhe kur palë në kontratë është një institucion publik, në varësi të kësaj njësie (neni 21 pika 2 e Ligjit Nr.9367, datë 07.04.2005).

Ndalimet e përcaktuara në nenin 21 pika 1,2 të Ligjit Nr. 9367, datë 07.04.2005, me përjashtimet përkatëse, zbatohen në të njëjtën masë edhe për personat e lidhur me zyrtarin që në kuptim të

këtij ligji janë **bashkëshorti/ja, bashkëjetuesi, fëmijë në moshë madhorë, prindërit e zyrtarit të bashkëshortit/es dhe bashkëjetuesit/es.**

Unë i nënshkruari _____, me cilësinë e përfaqësuesit të personit juridik _____ deklaroj nën përgjegjësinë time personale se:

Jam në dijeni të kërkesave dhe ndalimeve të përcaktuara në Ligjin Nr.9367, datë 07.04.2005 “Për parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve publike” i ndryshuar, si dhe në aktet nënligjore të nxjerra në zbatim të tij nga Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive si dhe të Ligjit Nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.

Në përputhje me to deklaroj se asnjë zyrtar i përcaktuar në **Kreun III, Seksioni II** të Ligjit Nr. 9367, datë 7.4.2005, dhe në këtë deklaratë, nuk zotëron interesa private në mënyrë të drejtpërdrejtë ose të tërthortë me personin juridik që unë përfaqësoj.

Data e dorëzimit të deklaratës _____

Emri, Mbiemri, Nënshkrimi _____

Vula



Shtojca 8

[Shtojcë për t’u plotësuar nga Operatori Ekonomik]

DEKLARATË MBI PËRMBUSHJEN E KRITEREVE TË PËRGJITHSHME

Deklaratë e operatorit ekonomik pjesëmarrës në procedurën e prokurimit që do të zhvillohet në datë _____ nga Autoriteti Kontraktor _____ me objekt _____ me fond limit _____.

Unë i nënshkruari _____ me cilesinë _____ të operatorit ekonomik _____ deklaroj nën përgjegjësinë time të plotë se:

- Operatori ekonomik _____ është i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Biznesit dhe ka në fushën e veprimtarisë objektin e prokurimit. Në rastin kur ofertuesi është një organizatë jofitimprurëse, duhet të deklarojë se është i regjistruar si person juridik, sipas Ligjit Nr.8788, datë 07.05.2001 “Për Organizatat jo Fitimprurëse”.
- Operatori ekonomik _____ nuk është dënuar për asnjë nga veprat penale, të parashikuara Nenin 45/1 të LPP.
- Personi/at në cilësinë e *anëtarit të organit administrativ, drejtuesit ose mbikëqyrësit, aksionerit ose ortakut, ose ka kompetenca përfaqësuese, vendimmarrjeje ose kontrolluese brenda operatorit ekonomik*, si më poshtë:

etj.
nuk janë ose kanë qenë të dënuar me vendim gjyqësor të formës së prerë për asnjë nga veprat penale, të përcaktuara në nenin 45/1 të LPP¹.
- Operatori ekonomik _____ nuk është dënuar me vendim të gjykatës së formës së prerë, për vepra që lidhen me veprimtarinë profesionale.
- Operatori ekonomik _____ nuk është në proces falimentimi (statusi aktiv).
- Operatori ekonomik _____ ka paguar të gjitha detyrimet për pagimin e tatimeve e të kontributeve të sigurimeve shoqërore, sipas legjislacionit në fuqi.

Në çdo rast, autoriteti kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme mbi vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga operatori ekonomiksi më sipër.

Data e dorëzimit të deklaratës _____

Nënshkrimi i ofertuesit _____

Vula _____



Shtojca 9

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

TË NJEJTAT PËR SECILIN LOT

1. KRITERET E PËRGJITHSHME TË PRANIMIT/KUALIFIKIMIT

Ofertuesi duhet të deklarojë se:

- a) Është i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Biznesit dhe ka në fushën e veprimtarisë objektin e prokurimit. Në rastin kur ofertuesi është një organizatë jofitimprurëse, duhet të deklarojë se është i regjistruar si person juridik, sipas Ligjit Nr.8788, datë 07.05.2001 “Për Organizatat jo Fitimprurëse”.
- b) nuk është në proces falimentimi, (statusi aktiv)
- c) nuk është dënua për shkelje penale, në përputhje me Nenin 45/1 të LPP,
- ç) nuk është dënua me vendim të gjykatës së formës së prerë, për vepra që lidhen me veprimtarinë profesionale.
- d) ka paguar të gjitha detyrimet për pagimin e tatimeve e të kontributeve të sigurimeve shoqërore, sipas legjislacionit në fuqi.

Edhe Ofertuesi i huaj duhet të deklarojë se i plotëson të gjitha kërkesat e renditura më sipër nëpërmjet paraqitjes së një vetëdeklarate me shkrim.

Nëse gjuha e përdorur në procedurë është gjuha shqipe, atëherë dokumentat në gjuhë të huaj duhet të shoqërohen me një përkthim të noterizuar në gjuhën shqipe.

Në rastet e bashkimit të operatorëve ekonomikë, çdo anëtar i grupit duhet të dorëzojë vetëdeklaratën e lartpërmendur.

Kriteret e Përgjithshme për Pranim, nuk duhet të ndryshohen nga autoritetet kontraktore.

Këto kriteret duhet të plotësohen me dorëzimin e vetëdeklaratës me shkrim të subjektit, në ditën e hapjes së ofertës, sipas Shtojcës 8.

Në çdo rast, autoriteti kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme mbi vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga operatori ekonomik si më sipër.

Veç kësaj, nëse oferta dorëzohet nga një bashkim operatorësh ekonomikë, duhet të dorëzohen:

- a. Marrëveshja e noterizuar sipas së cilës bashkimi i operatorëve ekonomikë është krijuar zyrtarisht;
- b. Prokura e posaçme.

LOTI I “FURNIZIM VENDOSJE PAJISJE MOBILIMI SPITALOR”

2. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

1. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:

- a. Formularin e Ofertës, sipas Shtojcës 1 ose Shtojcës 2 (në rastin e procedurave të prokurimit për furnizimin me karburante, gazoil, benzol dhe karburant për ngrohje);
- b. Deklaratë për paraqitje oferte të pavaruar sipas Shtojcës 2/1;
- c. Sigurimin e ofertës, (nëse është e zbatueshme) sipas Shtojcës 4;
- ç. Deklaratë mbi përmbushjen e specifikimeve teknike, sipas Shtojcës 6;
- d. Deklaratë mbi Konfliktin e Interesit sipas Shtojcës 7;
- dh. Vërtetimin që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri.

2. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:

2.1. Kapaciteti ligjor i operatorëve ekonomikë:

- Kjo pikë e kriterëve plotësohet me Kriteret e përgjithshme të pranimit/kualifikimit të plotësuar më sipër.

a. Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

3. Vërtetim nga organet tatimore, për xhiron mesatare vjetore të realizuar gjatë tre viteve të fundit financiare (2016,2017, 2018), e cila duhet të jetë, minimalisht, 40 % e vlerës së fondit limit objekt prokurimi.
4. Kopje të bilanceve për vitet 2016, 2017 dhe 2018 të dorëzuara dhe pranuar nga administrata tatimore shoqëruar me raportet e ekspertit kontabël në përputhje me nenin 41, gërma c) e Ligjit nr. 10 091, datë 5.3.2009 “Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të ekspertit kontabël të regjistruar dhe të kontabilistit të miratuar” i ndryshuar.

2.3 Kapaciteti teknik:

1. Operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për furnizimet e mëparshme të ngjashme të realizuara gjatë 3 (tre) viteve të fundit, minimalisht, në vlerën prej 40 % të vlerës së fondit limit.

Këto furnizime të ngjashme duhet të vërtetohen me dokumentacionin si më poshtë:

- a. Kur furnizimet e ngjashme janë realizuar me institucione shtetërore, Operatori ekonomik do ta vërtetojë duke paraqitur Kontratën e nënshkruar me institucionin, të shoqëruar detyrimisht me vërtetimin e lëshuar nga Institucioni shtetëror për realizimin e sukseshëm të kësaj kontrate.
 - b. Kur furnizimet e ngjashme janë realizuar me subjekte private Operatori ekonomik do ta vërtetojë duke paraqitur faturat tatimore të shitjes ku shënohen mallrat, shumat dhe vlerat, e shoqëruar me vërtetimin nga administrata tatimore për deklarinimin e tyre.
2. Operatori ekonomik duhet të paraqesë vërtetimin për numrin e punëtorëve i cili duhet të jetë jo më pak se 20 (njëzetë) punonjës, për periudhën Shtator 2018- Shkurt 2019 nga të cilët të paktën 1 (një) punonjës, duhet të jetë i punësuar si Inxhinier druridhe 5 (pesë) punonjës të profil të montues të përfshirë në listëpagesat e shoqërisë. Kushtet e mësipërme do të plotësohen me paraqitjen e vërtetimit nga administrata tatimore për numrin e punonjësve të siguruar për periudhën e kërkuar, të shoqëruar me listëpagesat (formulet E-sig 025 a).
- 2.1. Për inxhinierin e drurit operatori ekonomik duhet të dorëzojë kontratën e punës të vlefshme gjatë gjithë periudhës së zbatimit të kontratës shoqëruar me diplomë.

- 2.2. Për punonjës të profilit Montues duhet të dorëzojë kontratën e punës të vlefshme gjatë gjithë periudhës së zbatimit të kontratës.

3.Operatori ekonomik duhet te disponojë minimumi 2 (dy) mjete transporti në pronësi të përshtatshëm për transportin e mobilieve.

Për mjetet e mësipërme operatori ekonomik duhet të dorëzojë:

Nëse mjetet janë në pronësi duhet të dorëzohet certifikata dhe vertetimin e pronësisë, leje qarkullimi, akt kolaudimi i mjeteve, siguracion, taksat vjetore.

Nëse mjetet janë me qira, duhet të dorëzohet kontrata e qirasë noteriale e cila duhet të jetë e vlefshme për gjatë gjithë periudhës së zbatimit të kontratës shoqëruar me certifikata e pronësisë, leje qarkullimi, akt kolaudimi i mjeteve, siguracion, taksat vjetore .

1. Operatori ekonomik ofertues duhet të jetë i Çertifikuar sipas standarteve ISO perkatesisht:

- a) Çertifikatë **EN-ISO 9001:2015** mbi “Sistemin e menaxhimit te cilësisë” lëshuar nga institucionet zyrtare të akredituara për këtë qëllim.
- b) Çertifikatë **BS OHSAS 18001-2007** mbi “Sistemin e menaxhimit te sigurise ne pune” lëshuar nga institucionet zyrtare të akredituar për këtë qëllim.
- c) Çertifikatë **EN-ISO 14001:2004** mbi “Sistemin e menaxhimit të mjedisit” lëshuar nga institucionet zyrtare të akredituar për këtë qëllim.

Public Health Sector

- Certifikatat ISO duhet të jenë të lëshuara nga Organizmat e Vlerësimit të Konformitetit të cilat janë të akredituara nga DPA ose nga organizmat ndërkombetare akreditues të njohur nga Republika e Shqipërisë.
2. Deklarate e ofertuesit per modelin, kompanine prodhuese, vendin e prodhimit për të gjithë mallrat objekt furnizimi sipas tabelës së mëposhteme :

Nr	Emertimi i paisjes	Njesia	Modeli	Prodhuesi	Vendi i prodhimit
----	--------------------	--------	--------	-----------	-------------------

Dokumentat Standarde të Tenderit

1.					
----	--	--	--	--	--

3. Operatori ekonomik për të gjithë mallrat objekt furnizimi duhet të dorëzojë Autorizim prodhuesi/distributori të autorizuar. Në rast se autorizimi është dorëzuar nga distributor i autorizuar duhet të shoqërohet me marrëveshjen e partneritetit Prodhuës-Distributor ku të pasqyrohen tagrat dhe kompetencat e distributorit. Autorizimi të jetë i dedikuar për këtë procedure dhe të përfshijë të gjithë të dhënat e kontaktit. Nëse operatori ekonomik është vetë prodhues i mallrave ose një pjesë të tyre, për pjesën që është vetë prodhues duhet të paraqesë deklaratë me shkrim, për paisjet që është prodhues shoqëruar me Lejen Mjedisore (Autorizim Mjedisor).
4. Operatori ekonomik duhet të paraqesë Çertifikatë të Vlefshme për Konformitetin e produkteve sipas standarteve të lëshuar nga institucione të autorizuar si me poshte:
 - a) **Tavoline** : SSH: EN 13721:2004, SSH: EN 527-1:2011; SSH: EN 527-2:2002; SSH: EN 527-3:2003, SSH: EN 13721:2004
 - b) **Dollap**: SSH: EN 14073-3:2004 SSH: EN 14074:2004.
 - c) **Karrige** SSH: EN 1335-1:2000, SSH: EN 1335-2:2009, SSH: EN 1335-3:2009, SSH: EN 1021-1:2014; SSH: EN 1021-2:2014, SSH: EN 16139:2013/AC :2013,
 - d) **Dysheket e krevatëve Spitalorë**: SSH: EN 597-1:2015, SSH: EN 597-2:2015
5. Operatori ekonomik duhet të dorëzojnë një Deklaratë për periudhën e garancisë së pajisjeve (jo me pak se 1 vit nga data e levrimit të mallit), gjatë së cilës ofertuesi do të sigurojë riparimin, mirëmbajtjen dhe shërbimin e saj pa pagese konform specifikimeve teknike.
6. Operatori ekonomik duhet të paraqesë një deklaratë me anë të së cilës merr përsipër të kryejë shërbimin e transportit, montimit si dhe vendosjes së të gjithë artikujve të përfshira në këtë procedure prokurimi.
7. Operatoret Ekonomik duhet të paraqesin mostra të cilat duhet të dorëzohen në ditën dhe orën e hapjes së ofertave pranë Autoritetit Kontraktor, nga 1 (një) moster artikulli si më poshtë:
 - Shtrat pacienti me mbajtëse anësore
 - Shtrat vizite
 - Tavolinë pune me komedinë
 - Stola pritje 3 vendsh

- Dollap i kombinuar për punë 2 kate
- Garderobe me 1 post
- Karrike zyre të thjeshta

Mostrat duhet të paraqiten sipas specifikimeve teknike të dhëna në DST,

Të gjithë dokumentat duhet të jenë origjinale ose kopje të noterizuara të tyre. Rastet e mos-dorëzimit të një dokumenti, ose të dokumentave të rreme e të pasakta, konsiderohen si kushte për skualifikim.



LOTI II“FURNIZIM VENDOSJE PAISJE MJEKËSORE”

2. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

1. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:

- a. Formularin e Ofertës, sipas Shtojcës 1 ose Shtojcës 2 (në rastin e procedurave të prokurimit për furnizimin me karburante, gazoil, benzol dhe karburant për ngrohje);*
- b. Deklaratë për paraqitje oferte të pavaruar sipas Shtojcës 2/1;*
- c. Sigurimin e ofertës, (nëse është e zbatueshme) sipas Shtojcës 4;*
- ç. Deklaratë mbi përmbushjen e specifikimeve teknike, sipas Shtojcës 6;*
- d. Deklaratë mbi Konfliktin e Interesit sipas Shtojcës 7;*
- dh. Vërtetimin që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri.*

2. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:

2.1. Kapaciteti ligjor i operatorëve ekonomikë:

- Kjo pikë e kriterëve plotësohet me Kriteret e përgjithshme të pranimit/kualifikimit të plotësuar më sipër.

a. Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

8. Vërtetim nga organet tatimore, për xhiron mesatare vjetore të realizuar gjatë tre viteve të fundit financiare (2016,2017, 2018), e cila duhet të jetë, minimalisht, 40 % e vlerës së fondit limit objekt prokurimi.
9. Kopje të bilanceve për vitet 2016, 2017 dhe 2018 të dorëzuara dhe pranuar nga administrata tatimore shoqëruar me raportet e ekspertit kontabël në përputhje me nenin 41, gërma c) e Ligjit nr. 10 091, datë 5.3.2009 “Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të ekspertit kontabël të regjistruar dhe të kontabilistit të miratuar” i ndryshuar.

2.3 Kapaciteti teknik:

1. Operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për furnizimet e mëparshme të ngjashme të realizuara gjatë 3 (tre) viteve të fundit, minimalisht, në vlerën prej 40 % të vlerës së fondit limit.

Këto furnizime të ngjashme duhet të vërtetohen me dokumentacionin si më poshtë:

- c. Kur furnizimet e ngjashme janë realizuar me institucione shtetërore, Operatori ekonomik do ta vërtetojë duke paraqitur Kontratën e nënshkruar me institucionin, të shoqëruar detyrimisht me vërtetimin e lëshuar nga Institucioni shtetëror për realizimin e sukseshëm të kësaj kontrate.
- d. Kur furnizimet e ngjashme janë realizuar me subjekte private Operatori ekonomik do ta vërtetojë duke paraqitur faturat tatimore të shitjes ku shënohen mallrat, shumat dhe vlerat, e shoqëruar me vërtetim nga administrata tatimore për deklarin e tyre.

2.Operatori ekonomik duhet të paraqesë vërtetim për numrin e punonjësve i cili duhet të jetë jo më pak se 10 (njëzetë) punonjës, për periudhën Shtator 2018- Shkurt 2019 nga të cilët të paktën 1 inxhinier për montimin e paisjeve mjekësore dhe trajnimin e stafit të përfshirë në listëpagesat e shoqërisë. Kushtet e mësipërme do të plotësohen me paraqitjen e vërtetimit nga administrata tatimore për numrin e punonjësve të siguruar për periudhën e kërkuar, të shoqëruar me listëpagesat (formularët E-sig 025 a).

2.1. Për inxhinieri operatori ekonomik duhet të dorëzojë kontratën e punës të vlefshme gjatë gjithë periudhës së zbatimit të kontratës shoqëruar me diplomë.

3.Operatori ekonomik duhet te disponojë minimumi 1 mjet transporti në pronësi ose në përdorim të përshtatshëm për transportin e paisjeve

Për mjetet e mësipërme operatori ekonomik duhet të dorëzojë:

Nëse mjetet janë në pronësi duhet të dorëzohet certifikata e pronësisë, leje qarkullimi, akt kolaudimi i mjeteve, siguracion, taksat vjetore.

Nëse mjetet janë me qira, duhet të dorëzohet kontrata e qirasë noteriale e cila duhet të jetë e vlefshme për gjatë gjithë periudhës së zbatimit të kontratës shoqëruar me certifikata e pronësisë, leje qarkullimi, akt kolaudimi i mjeteve, siguracion, taksat vjetore.

10. Operatori ekonomik ofertues duhet të jetë i Çertifikuar sipas standarteve ISO perkatesisht:

- d) Çertifikatë **ISO 9001:2015** mbi “Sistemin e menaxhimit te cilësisë” lëshuar nga institucionet zyrtare të akredituara për këtë qëllim.
 - e) Çertifikatë **ISO 18001: 2007** mbi “Sistemin e Menaxhimit të Shëndetiti dhe Sigurisë në Punë” lëshuar nga institucionet zyrtare të akredituara për këtë qëllim.
 - f) Çertifikatë **ISO 13485: 2012** mbi “ Sistemi i Menaxhimit të Cilësisë së Aparateve Mjekësore ” lëshuar nga institucionet zyrtare të akredituara për këtë qëllim.
 - g) Ofertuesi duhet të paraqesë **Deklarate Konformiteti CE** sipas direktivave përkatëse për artikujt.
- Certifikatat ISO duhet të jenë të lëshuara nga Organizmat e Vlerësimit të Konformitetit të cilat janë të akredituara nga DPA ose nga organizmat ndërkombetare akreditues të njohur nga Republika e Shqipërisë.

11. Deklarate e ofertuesit per modelin, kompanine prodhuese, vendin e prodhimit për të gjithë mallrat objekt furnizimi sipas tabelës së mëposhtme :

Nr	Emertimi i paisjes	Njesia	Modeli	Prodhuesi	Vendi i prodhimit
2.					

12. Operatori ekonomik për të gjithë mallrat objekt furnizimi duhet të dorëzojë Autorizim prodhuesi / distributori të autorizuar. Në rast se autorizimi është dorëzuar nga distributor i autorizuar duhet të shoqërohet me marrëveshjen e partneritetit Prodhues-Distributor ku të pasqyrohen tagrat dhe kompetencat e distributorit. Autorizimi të jetë i dedikuar për këtë procedure dhe të përfshijë të gjithë të dhënat e kontaktit.
13. Operatori ekonomik duhet të paraqesë Autorizim për tregtim të pajisjeve mjekësore, të lëshuar nga Ministria e Shëndetësisë, sipas ligjit 89/2014 “Për pajisjet mjekësore” të vlefshëm.
14. Për të gjithë mallrat të paraqiten katalogët e prodhuesit ku të pasqyrohen të gjithë specifikimet teknike të mallrave të përcaktuara në dokumentet e tenderit. Në katalog duhet markohet produkti që ofrohet dhe të pasqyrohen specifikimet teknike të kërkuara për këtë produkt.
15. Vetëdeklaratë:
 - që pajisjet e ofruara janë të reja, të një prodhimi original.
 - për periudhën e garancisë së pajisjeve (jo më pak se 1 vit nga data e levrimit të mallit) , gjatë së cilës ofertuesi do të sigurojë riparimin, mirëmbajtjen dhe shërbimin e saj pa pagese konform specifikimeve teknike.
 - që merr përsipër trajnimin e dy personave (mjekë dhe teknikë) për cdo pajisje.
 - merr përsipër të kryejë shërbimin e transportit, montimit si dhe vendosjes së të gjithë artikujve të përfshira në këtë procedure prokurimi.

Të gjithë dokumentat duhet të jenë origjinale ose kopje të noterizuara të tyre. Rastet e mosdorëzimit të një dokumenti, ose të dokumentave të rreme e të pasakta, konsiderohen si kushte për skualifikim.

Shtojca10

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

SPECIFIKIMET TEKNIKE

Përshkrimi i të dhënave teknike të mallrave objekt prokurimi të përshkruara sa më saktë dhe në mënyrë të plotë, duke krijuar kushte për konkurrim të paanshëm e të hapur ndërmjet të gjithë kandidatëve e ofertuesve. Kur është e mundur, specifikimet teknike duhet të përcaktohen në mënyrë të tillë që të kuptohen nga personat me aftësi të kufizuara.

KUJDES

Specifikimet teknike nuk duhet të kenë asnjë kërkesë apo referencë të ndonjë markë apo emër i veçantë, patentë, vizatim ose tip, origjinë specifike, prodhues ose sipërmarrës shërbimi, përveç

Dokumentat Standarde të Tenderit

rasteve kur nuk ekziston një mënyrë e mjaftueshme, e saktë apo e kuptueshme, e përshkrimit të kërkesave, me kusht që fjalët “ose ekuivalent” të përfshihen detyrimisht në këto specifikime.

Skicimet, parametrat teknik etj:



Loti 1 : Pajisje Hotelerie


Public Health Sector

Nr	Emërtimi	Imazh orientues	Specifikime teknike
----	----------	-----------------	---------------------

entat Standarde të Tenderit

1	Krevat reanimacioni	   	Krevati duhet të sigurojë lëvizje të paktën në tre seksioneve të bazamentit të krevatit përkatesisht zonës së sipërme të krahërorit, pjesës së barkut dhe këmbëve, rregullim të lartësisë, pozicioneve vaskulare të cilat kontrollohen nga minimum 3 motorë Pozicionet të kontrollohen nga panelet e kontrollit të vendosura në anët e jashtme dhe të brendshme të kufizueseve anësore CPR elektrike dhe karakteristikat e mbylljes së funksionit në kontrollin e mjekut (në anën e jashtme të kufizueseve anësore) Autoregression backrest (min 11 cm) Kreu dhe fundi i këmbëve të krevatit janë prej polipropilenit (PP) i cmontueshem (opcion me panele me ngjyra) Binarët e ndarjes plastike PP me lëvizje të butë me treguesin e këndit minumi 4 pjesë të pavarura dhe të ndashme ABS Kornizë çeliku të veshur me pluhur elektrostатike antibakteriale ABS . Me rrota me rrotullim 360 ° me sistemin e frenimit qendror dhe bllokimin e drejtimit Adaptorë aksesori në qoshe, mbajtëse serumi e rregullueshme me lartësi Mbajtësit e qeseve të urinës dhe grepa rrip në të dyja anët Aksesori plastike mbrojtës në qoshet Opsionet alternative të ngjyrave për binarët anësorë Dyshek me shkumë të dendur me mbulim antibakterial, të papërshkueshëm nga uji dhe me zippered
2	Komodina Bifrontale		Dimensionet e komedines të jenë jo më të vogla se 40x65xh67 cm. Struktura e sirtarierës të jetë melaminë me trashësi 1.6 deri 1.8 cm. Veshje laminati me rezistencë të lartë kundër gërvishtjeve dhe njollave. Syprina dhe kapaket e dollapeve të formuar në të dy krahët, (bifrontale) duhet të jenë prej MDF e plastifikuar me spesor 18 mm. Bordet anësore, fiankeve të jenë të rrethuara me material plastik PVC. Komodina duhet të ketë 4 rrota sferike në fund dhe të mund të lëvizë nën tavolinë. ndërmjet pjesës së sipërme dhe dollapit krijohet një hapësirë rreth 15 - 20 cm përshatur për të mbajtur sende të imëta, pjesa tjetër të ketë një kapak MDF. Sirtari i dollapit të komedines duhet të jenë i paisur me kyç . Aksesorët e përdorur duhet të jenë cilësorë, në mënyrë që të sigurojnë një qëndrueshmëri të lartë të kapakut të dollapit. Ngjyrat dhe përcaktimi i saktë i tyre do të bëhet në kushtet e


Dokumentat Standarde të Tenderit

			lidhjes së kontratës. Komedina të vendoset ndërmjet dy shtretërve dhe i shërben dy pacientëve njëherësh. Te jete e pajisur me tryeze ushqimi e rrotullueshme dhe me lartesi te ndryshueshme
3	Karrele tronk		Karrele prej materiale celik stainless (jo i ndryshkshem), me doreze per shtyrje, me 3 rafte dhe me rrota ne kater mbajteset. Dimensionet 70x50x80 cm, te suportojte peshe jo me te voges se 25 kg
4	Ndarëse pacienti (perde) ml me aksesore		Ndaresja e pacientit sherben per izolimin pamor te krevateve te vendosur ne te njeitin ambient trajtimi spitalor. Ndareset e pacientit jane prej materiali polikarbonat te varur ne pjesen tavanore ne shina qe sigurojne varjen dhe levizjen e perdes ndarese ne rast nevojje. Perdja ndarese bie deri 15-20 cm mbi dysHEME, materiali i saj eshte rezistent, i manovrueshem dhe i pastrueshem me detergjent. Ngjyra dhe dizejno eshte ne perputhje me kerkesat e AK dhe vendoset ne kushtet e lidhjes se kontrates.
5	Shina inoksi për perde ml		Shina standard
6	Dollap farmacie		Konstruksioni i dollapit duhet të jetë prej material melamine me spesor jo më të vogël se 18 mm me ngjyre të përcaktuar në kushtet e lidhjes së kontrates, me dy kapakë me xham nga lartësia 85 cm e sipër si dhe me dy kapakë dollapi në pjesën e poshtme. Pjesa e sipërme të ndahet në 4 hapësira nëpërmjet 3 sergjenave, kurse pjesa e poshtme të ndahet në dy hapësira horizontale nëpërmjet 1 sergjeni. Sergjenet të jenë me melamine jo më të vogël se 18 mm. Dimensionet 80x45xh190 cm

Dokumentat Standarde të Tenderit

7	Karroce medikamenti		Sipërfaqja e sipërme duhet të jetë me ABS me dizajn që siguron qëndrueshmëri kundër goditjeve. minimum 5 sirtarë në lartësi 60 mm (x3), 135 mm dhe 215 mm minimum 16 ndarje në çdo sirtar të vogël, 12 ndarje të mesme dhe të mëdha për magazinimin e ilaçeve Vendi i tubit të oksigjenit dhe bordi CPR Qëndrim defletues me rrotullim 360 ° me rregullim lartësie në madhësi 33 cm x 33 cm Vend për mbajtjen e mbeturinave Sistem mbylljeje qendrore Sistem frenimi në rrotat levizese Përmasat 96 cm Lartësia, 68 cm Gjerësia, 52 cm Thellësia
8	Tavolinë pune me komedine 140x80x72		Tavolinë pune me përmasat (gjatësi x gjerësi x lartësi): 140 x 80 x 72 cm dhe komedine Syprina melaminë me trashësi minimumi 2.5 cm. Veshje laminati me rezistencë të lartë kundër gërvishtjeve dhe njollave. Këmbët duhet të jenë me planë të të njëjtit material dhe trashësi të syprinës. Bordet anësore të planit të punës dhe të këmbëve të jenë të rrethuara me material plastik PVC. Bashkimi i planit të punës me këmbët bëhet në mënyrë të tillë që i jep tavolinës pamje solide. Pjesa ballore duhet të jetë e pozicionuar e tillë që realizon bashkimin e planit të punës me këmbët e tavolinës dhe qëndron në një hapësirë 40 cm, nga plani i dyshemesë. Në pjesën e brendshme në njërin krah duhet të ndohet posti i tastierës e fiksuar me shina rrëshqitëse, në krahun tjetër ndodhen dy sirtare me gjerësi 45 cm ku sirtari i parë të jetë i mbyllur me çelës. Montimi i tastierës duhet të jetë i thjeshtë dhe me mundësi zgjedhje të krahut të punës. Aksesorët që përdoren për montimin e elementëve të tavolinës të jenë cilësorë. Në planin e punës të jetë e hapur një vrimë, në të cilën

Dokumentat Standarde të Tenderit


			fiksohet një mekanizëm plastik në formë cilindri dhe bën të mundur kalimin e kablllove nga lart poshtë dhe anasjelltas. Këmbët të jenë me mekanizëm nivelues. Montimi dhe çmontimi të jetë sa më i thjeshtë. Të gjitha pjesët e tavolinës me të cilën përdoruesi vjen në kontakt gjatë përdorimit, duhet të jenë të dizajnuara në mënyrë që të shmangen lëndimet fizike dhe dëmtimet. Të paktohen që të mos dëmtohen gjatë transportit. Ngjyrat janë të ndryshme dhe përcaktimi i saktë i tyre do të bëhet në kushtet e lidhjes së kontratës. Sirtarierja/Komodina Përmasat (gjerësi x thellësi x lartësi): 45 x 53 x 60 cm (lartësi se bashku me rrotat) Struktura e sirtarierës do jetë melaminë me trashësi 1.6 deri 1.8 cm. Veshje laminati me rezistencë të lartë kundër gërvishtjeve dhe njollave. Syprina dhe kapaket ballore të sirtareve duhet të jenë prej material melamine me spesor. Bordet anësore, fiankeve të jenë të rrethuara me material plastik PVC. Sirtaria duhet të ketë 4 rrota sferike në fund dhe të mund të lëvizë nën tavolinë. Sirtari i parë nga lart duhet të jetë më i vogël dhe i përshtatur për të mbajtur sende të imëta, pjesa tjetër të ndahet në 3 sertarë të barabartë. Sirtarët duhet të jenë të paisur me kyç që të realizojë mbyllje qendrore. Aksesorët e përdorur duhet të jenë cilësorë, në mënyrë që të sigurojnë një qëndrueshmëri të lartë të sirtarierës. Të paktohen që të mos dëmtohen gjatë transportit. Ngjyrat janë të ndryshme dhe përcaktimi i saktë i tyre do të bëhet në kushtet e lidhjes së kontratës.
9	Karrike zyre të thjeshta		Karrike zyre të thjeshta, konmforte, e kornizuar me 4 këmbë metalike të palëvizshme. (pesha e përafert 7 kg), lartësia e shpinore jo më e vogël se 82cm, lartësia e ndenjësës jo më e vogël se 45cm, thellësia rreth 43cm, gjerësia rreth 53cm.). Konstruksioni metalik të sigurojë qëndrueshmëri.
10	Kosh për mbetjet urbane inoksi		Kosh inoksi me volum mbi 8 L

Dokumentat Standarde të Tenderit

11	Karrike me uturak		Karrigia e cila të ndërtohet me konstruksion metalik solid, të ketë një hapje të pershtatshme në mesin e saj ku vendoset uturaku i pacientit. Ajo i krijon konforditet pacientit si dhe lehtësi pastrimi për sanitaret
12	Karroce pacienti		Pjesët e poliuretanit dhe pjesët e ulëseve Pjesë këmbimi poliuretani krahun lart dhe poshtë Pjesë Mbështetëse e Këmbës së Palosshme Të gjitha seksionet metalike të janë Stainless Sistemi Qendror i Frenave Brake
13	Shtrat barrele me rrota		Shtrati i barreles të jetë i përbërë nga konstruksion metalik me dimensione 64x190x80cm i lyer me boje elektrostetike dhe rrota për të siguruar mbështetje të barreles dhe transport të shpejtë e të lehtë të saj.
14	Mbajtëse invalidi		Konstruksion metalik alumini me/pa rrota në pjesën e përparme



standarde të Tenderit

15	Shtrat vizite		Shtrat vizitash me përmasa gjatësi 172 cm, gjerësi 60 cm dhe lartësi 76 cm (nga pjesa e dyshekut në pjesën e trupit deri në tokë). Dysheku të jetë i ndarë në dy pjesë: pjesa e kokës e cila ka mundësi të lëvizë në disa pozicione, e paisur me dyshek të veshur me material rezistent kundër zjarrit, antibakterial dhe lehtësisht të pastrueshëm, me përmasa 52 cm dhe gjerësi 60 cm me forme të harkuar në pjesën e kokës duke imituar jastëkun me lartësi max 12 cm. Pjesa fikse e trupit dhe këmbëve me dimensione 128 cm dhe gjerësi 60 cm. Kjo pjesë të jetë e veshur me të njëjtin material si pjesa e kokës ka lartësinë 6 cm. Skeleti i shtratit të vizitave të jetë formuar nga skeleti i sipërm me profil katror 40x40 mm dhe spesor 1.5 mm i lyer me bojë të bardhë elektrostatische dhe i pjekur në temperaturë 180 grade. Skeleti i sipërm të ketë katër këmbëza me të njëjtin profil të lyer njësoj si skeleti i sipërm me gjatësi 12 cm. Në katër këmbëzat duhet të futen këmbët e inoksit të shtratit të cilat të jenë prej profili katror 35x35 mm me spesor 1.35 mm. Pjesa e dukshme e këmbës së inoksit të ketë gjatësinë 54 cm. Në pjesën e poshtme të çdo këmbë të ketë mbështetëse plastike e cila bën kontaktin me tokën. Në pjesën e kokës ose në pjesën e këmbëve të pacientit të vendoset një tub inoksi fi 25 mm dhe spesor 1.35 mm i cili shërben për mbajtjen e letres rulo universale. Mekanizmi ngritës i pjesës së sipërme (kokës) së dyshekut të përbëhet nga dy elemente në formë sharre të cilat janë të cernieruar dhe montuar në pjesën e poshtme të dyshekut dhe bllokohen nga një shufër metalike e montuar në thellesin 60 cm në skeletin e sipërm metalik.
----	---------------	--	--


Dokumentat Standarde të Tenderit

16	Shtrat pacienti me mbajtëse anesore	  	a. Lëvizja e prapme dhe lëvizja e këmbëve të kontrollohen nga 2 manivelat në fund të kembeve b. Kokën dhe tabelat e këmbëve të jenë bërë prej plastike PP c. 2 copa binarët anësor të shkrirë janë bërë prej alumini d. 4 copa hedhjen sipërfaqe të jetë bërë nga ABS plastike e. Shasia e metalit të jetë poliesteri e ngjyrosur elektrostatikisht f. Këmbët e kokës dhe këmbës së shtratit të jenë të shkëputshme. G. Shasia e metalit të jetë poliesteri e ngjyrosur elektrostatikisht dhe i mbuluar me ABS plastike. h. Sistemi kryq i frenave: Të ketë levat frenuese ne rrotat kryq te krevatit j. Të ketë 4 vrima serumit IV në 4 qoshet e shtratit të pacientit dhe një pol të rregullueshme IV. k. Të ketë 4 bumpers në 4 qoshet e shtratit të pacientit. l. Lëvizja e pasme kontrollohet nga foleja e majtë. m. Lëvizja e këmbës kontrollohet nga fiksimi i duhur. n. Këmbët e zbërthyera mund të montohen lehtësisht. 2. DIMENSIONET: • Gjatësia e plotë: 210 cm • Gjerësia e plotë: 101 cm • Gjatësia: 48 cm • Madhësia e dyshekut: 190 cm • Gjerësia dyshek: 80 cm • Kapaciteti Pesha: 250 kg 3. LEVIZJET KENDORE • Lëvizja e pasme: 0 ° -70 ° • Lëvizja këmbë: 0 ° -30 ° • Vaskulare • Lëvizja e gjurit 4. DYSHEKU • Veshje papërshkueshëm nga uji dhe i zipuar, • CNC prerë, • I përshtatshëm për të gjitha lëvizjet • Shkumë densitet prej 28 kg / m³ 5. SISTEMI I LEVIZJES DHE FRENIMIT Ø125 mm, rotativ me kthesë 360 ° me mekanizëm kryq të frenimit. 6. Te jete i pajisur me aksesor – Tryeze shtrati- i montueshem/cmontueshem tek mbajteset anesore
----	--	--	--

Dokumentat Standarde të Tenderit

17	Barrele e zakonshme me doreza		Konstruksion metalik me tuba celiku të lyer me boje elektrostатike me dimensione 60x220x22cm. Të garantojë qendrueshmëri në mbajtjen e peshes deri në 190 kg. doreza mbajtëse në 4 cepat e saj
18	Urinare inoksi		Urinare inoksi e zakonshme
19	Stola pritje 3 vendsh		Set Karrige Vizitorësh, të përbëra nga 3 karrige të lidhura bashkë, me material inoks/kromuar dhe me ndenjësë inoks/kromuar të lyera metalizato, me mbajtëse anesore.
20	Banak recepsioni		Recepsion me dy nivele, jo me të vogël se (250x70x 110cm) me lartësi të nivelit të dytë deri në 110 cm, me gjerësi jo me të vogël se 25 cm, i cili do të jetë në anën e vizitorit . Mobilja duhet të jetë e hapur nga ana e operatorit për pozicionim e këmbëve. Materiali do të jetë laminant me trashësi jo me të vogël se 2.5 cm me bordurë të plastifikuar. Syprina e dytë duhet të jetë me material laminat me bordure të plastifikuar. Në brendësi, recepsioni do të ketë komodina me nga 3 sirtarë, me përmasa jo më të vogla se (45x45xh65 cm) me material laminat me trashësi jo me të vogël se 2.5 cm me bordurë të plastifikuar, me 4 rrota.
21	Dollap i kombinuar për punë 2 kate		Konstruksioni i dollapit duhet të jetë me melamine me spesor jo me të vogël se 18 mm. Ngjyra do të percaktohet në kushtet e lidhjes së kontratës. Pjesa e poshme deri në lartësi 85 cm me bango pune të laminuar me trashësi 4 cm në pjesën e sipërme dhe dimension 90x60xh85 cm me kapak dollapi dhe sirtariere si në figure. Pjesa e sipërme deri në lartësi 190 cm nga toka dhe gjerësi 25-30 cm me kapake me xham dhe dy ndarje që formojnë tre hapësira. Kapaket prej material MDF 18 mm të plastifikuar.

Dokumentat Standarde të Tenderit

22	Garderobe me 2 post		Konstruksion total melamine me spesor jo më të vogël se 18 mm dhe dimensione gj45xth40xh185 cm. Pjesa e brendshme të ketë një sergjen në pjesën e poshtme si dhe vende për varjen e rrobave në pjesën e sipërme.
23	Kosh me kapak 15 kg për rrobat e palara		Kosh plastik tip
24	Griller roller		Perde-Roler me mekanizëm në anë, për uljen dhe ngritjen e saj, për dritare. Copa të jetë me material cilësor jo transparent dhe antibakterial.
25	Televizor LED 50-55		Ekrani i sheshtë me permasa 50-55", Rezolucioni - min HD, Formati - 16:9, TV TURNER - DVB:T/T2/C/S/S2, Sistemi audio - 20 Ë, Smart TV- po, Ëireles - Po, USB - Po, Mundesi lidhje me PC, me mekanizem per montim ne mur.

Loti 2 Pajisje Mjeksores

Monitor Pacienti

Minitori i pacientit te vendoset pranë shtratit me monitorimin, analizimin, regjistrimin dhe alarmin për parametrat e shumëfishtë fiziologjikë, për pacientë të rritur pediatrikë dhe të porsalindur.

Për të monitoruar dhe matur : EKG, Respirimin, SpO₂, Presionin jo invaziv arterial, Temperaturën.

Analizat e artimisë dhe segmentit ST janë të detyrueshme.

Dedektimi i EKG dhe aritmisë.

Brezi i ritmit të zemrës

- Për të rritur : të paktën 20 rrahje/minutë deri në 300 rrahje/minutë

- Pediatrikë dhe të porsalindur: të paktën 15 to 350 rrahje/minutë

Saktësia e ritmit të zemrës: jo më shumë se $\pm 1\%$ ose ± 1 rrahje/minutë, cilado qoftë më e madhe

Shpejtësitë e skanimit të ekranit, afërsisht: 12.5, 25, and 50 mm/s

Dedektimi i Pacemaker

Përmasa e EKG (ndjeshmëria): 4.0, 2.0, 1.0, 0.5, 0.25 cm/mV, ose Auto.

Dedektimi dhe shfaqja e situatës së shkëputjes/shkyçjes së lidhjes.

Koha për aktivizimin e alarmit për takikardinë: < 5.0 sekonda

Koha për aktivizimin e alarmit për arrestin kardiak: < 10 sekonda

Koha për aktivizimin e alarmit për ritmin e ulët të zemrës: < 10 sekonda

Koha për aktivizimin e alarmit për ritmin elartë të zemrës: < 10 sekonda

Respirimi i impedancës

Teknika e preferueshme: Impedancë trans-torakale

Brezi i matjes: 4 frymëmarrje/minute deri në 145 frymëmarrje/minutë

Rezolucioni: 1 frymëmarrje/minutë

Saktësia:

- ± 1 frymëmarrje/min në brezin 4 frymëmarrje/min deri në 120 frymëmarrje/min

- ± 2 frymëmarrje/min në brezin 125 frymëmarrje/min to 145 frymëmarrje/min

Forma valore e eksitimit të respirimit: < 250 μ A, 37 kHz nominal

Lidhjet e nevojshme të ECG: RA deri te LL

Shpejtësitë e skanimit të ekranit: 6.25, 12.5, 25, 50 mm/s

Dedektimi dhe shfaqja e situatës së shkëputjes/shkyçjes së elektrodës

SpO₂

Brezi i matjes

SpO₂: 0% deri në 100%

Rezolucioni i SpO₂: 1%

Ritmi i pulsit: 30 rrahje/minutë deri në 300 rrahje/minutë

Rezolucioni i ritmit të pulsit: 1 rrahje/minutë

Saktësia e ritmit të pulsit: 2% ose 1 rrahje/min, cilado është më e madhe
Saktësia e SpO2 (brenda brezit 70% deri në 100%)

Presioni jo invaziv arterial (NIBP)

Teknika: Oshilometrike

Brezi i matjes për të rritur

- Sistolik: 30 mmHg deri në 260 mmHg
- Diastolik: 10 mmHg deri në 240 mmHg
- Presioni arterial mesatar (MAP): 20 mmHg deri në 250 mmHg

Brezi i matjes për pediatrikë

- Sistolik: 30 mmHg deri në 180 mmHg
- Diastolik: 10 mmHg deri në 150 mmHg
- Presioni arterial mesatar (MAP): 20 mmHg deri në 160 mmHg

Brezi i matjes për të porsalindur

- Sistolik: 30 mmHg deri në 130 mmHg
- Diastolik: 10 mmHg deri në 100 mmHg
- Presioni arterial mesatar (MAP): 20 mmHg deri në 120 mmHg

• Saktësia e presionit arterial

- Devijimi standard maksimal: ≤ 8 mmHg

• Brezi i ritmit të pulsit: 40 rrahje/minutë deri në 300 rrahje/minutë

Temperatura

Brezi i matjes për të gjitha ambientet e matjes: 25°C deri në 45°C

Koha tranzitore e përgjigjes për ngrohje dhe ftohje: ≤ 150 sekonda

Të lëvrohet me kablo ECG me 3-5 lidhje, sensor SpO2, manshetë dhe tub për NIBP + sondë temperature.

Te shoqerohet me mekanizem / shine metalike per montim te monitorit ne mur.

Ekran, të paktën 12", me prekje me ngjyra I aftë që të shfaqë forma valore dhe informacion numeric të madh me një kënd shikimi : $\pm 15^\circ$

Është i detyrueshëm rishikimi retrospektiv i informacionit klinik deri në 230 orë dhe shfaqja e plotë e të gjithë parametrave për 48 orët e fundit.

Të ketë regjistruar të integruar për printim të thjeshtë të të dhënave të pacientit, minimum 4 kanale dhe shpjeguesi të përzgjedhshme nga operatori: 6.25, 12.5, 25, and 50 mm/sekondë

Administrim dhe mirëmbajtje e mbrojtur me fjalë-kalim

Tregues zanor dhe pamor të alarmit/alarmeve

Koha e punës së baterisë (e re, bateri tërësisht e ngarkuar, monitorim i EKG, SpO2, dhe NIBP e matur me një interval prej 15 minutash) prej të paktën 9 orë me një bateri të vetme

Koha e ngarkimit të baterisë: më pak se 5 orë

Tre nivele rëndësie alarmi (i lartë, i mesëm, i ulët) me treguesit përkatës pamor dhe zanor dhe me limite të konfigurueshme alarmi

Operatori të jetë në gjendje që të aktivizojë “limitet automatike të alarmit”, të vendosë limite alarmi bazuar në vlerat e parametrave aktualë jetësorë të pacientit.

Treguesi pamor i alarmit të përfshijë një LED alarmi, një kuadër pulsues numerik, mesazhin e alarmit dhe ikonën e alarmit.

Alarme të dëgjueshme, të konfigurueshme për volumin, tonin dhe vendosjen në heshtje.

EKG

Elektrokardiograf për marrjen, analizën, ruajtjen, printimin dhe mundësinë për të parë ekzaminime më të hershme me EKG .

Mundësi për të kryer EKG me 1,3,6 dhe 12 kanale.

E menduar për ekzaminime EKG për pacientë të rritur dhe pediatrikë me synim identifikimin e anomalive kardiake, isheminë e miokardit ose infarkt.

Ekzaminimi EKG mund të regjistrohet në mënyrën automatike ose manuale me aftësinë për të kryer analizën dhe interpretimin.

Ky elektrokardiograf të jetë i bazuar në teknologjinë me mikroprocesor të përparuar.

Të jetë i pajisur me printer termik me rezolucion të lartë dhe me një ekran LCD prej të paktën 4". Me panel me prekje dhe me tastier me membranë.

Me peshë të lehtë, përmasa të vogla and e ushqyer me bateri.

Në gjendje për të ruajtur sinjalin EKG në të njëjtën kohë nga të gjitha 12 lidhjet gjatë regjistrimit automatik, së bashku me datën dhe kohën e ekzaminimit, parametrat e filtrit, kohën e regjistrimit të provimit dhe, opsionale, të dhënat e pacientit, në memorien e brendshme.

Mundësia e printimit të regjistrimit automatik EKG nga kujtesa e brendshme

Mundësia për të printuar analizën dhe interpretimin

Printim i EKG në mënyrat 1-, 3-, 6- ose 12-kanalëshe

Në gjendje të bashkëngjitni emrin e pacientit në printimin e EKG

Ekran me prekje LCD /TFT 480x280

Tastiera alfanumerike me çelësa funksionale

Analiza dhe interpretimi automatik në përputhje me EN 60601-2-25 dhe interpretimi i besueshëm i bazuar mbi moshën dhe gjininë e një pacienti

Memorje për ekzaminimet e fundit automatike, të paktën 1000

Të paktën 120 ekzaminime automatike në regjimin e baterisë

Matja e vazhdueshme e frekuencës së zemrës (HR) dhe shfaqja

Zbulimi automatik i kompleksit QRS

Filtri i interferencës së linjës së energjisë: 50 Hz, 60 Hz

Filtra të disponueshëm të interferencës së muskujve për afërsisht: 25 Hz, 35 Hz, 45 Hz

zbulimi i shkëputjes së elektrodës

Mundësi për paraqitje me format standard ose me format Cabrera

Porta e jashtme USB e komunikimit për të lidhur një PC dhe softuer në dispozicion, për transmetimin në kohë reale të sinjalit EKG

Mbrojtje nga pulsimi i defibrilimit

Funksionet e kursimit të energjisë në bateri

Lëvruar me elektroda clamp (set me 4 copë), elektroda krahërori (set me 6 copë), kablo EKG, kablo I ushqimit, letër printeri dhe xhel

Defibrilator/Monitor

Forma e valës: Biphasic Truncated Exponential. Parametrat e formës së valës të rregulluar si funksion i rezistencës së pacientit.

Energjia maksimale të paktën: 200 Joules për bifazikë ose teknika 360 J konvencionale

Lëvrimi i goditjeve nëpërmjet pads elektrodë multifunksionale ose paddles

Saktësia e energjisë së lëshuar $\pm 10\%$ ose $\pm 1J$ cilado që është më e madhe për të gjitha cilësimet e energjisë

Më pak se 5 sekonda në nivelin e energjisë së rritur të rekomanduar (150 Joules) me një të bateri të re plotësisht e ngarkuar

Më pak se 6 sekonda në nivelin e zgjedhur të energjisë (deri në 200 Joules) me një bateri të re plotësisht, madje edhe pas lëvrimin të 15 shkarkimeve me energji maksimale

Pajisja ndizet në mënyrën e defibrilimit manual dhe duhet të jetë gati për të shpërndarë goditje në jo më shumë se:

25 sekonda me AC vetëm dhe në 90% të tensionit të kërkuar të rrjetit .

15 sekonda me një bateri të re, plotësisht të ngarkuar edhe pas 15 shkarkimeve me energji maksimale

Brezi i impedancës së pacientit, minimumi: 25 ohm (defibrilim i jashtëm) Maksimumi: 250 ohm. Manopola On / Off e terapisë, Ngarkimi, Goditja, Sinkronizimi, përzgjedhja e lidhjes së EKG, Përzgjedhja e pacientit, Printimi, Shënimi i ngjarjeve, Raportet, Alarmet

Kontrolli i Ngarkimit: Butoni i panelit të përparmë dhe butoni padles të jashtme

Kontrolli i goditjes: Butoni i panelit të përparmë dhe butonat në paddles të jashtëm ose në paddles të brendshme të kyçura

Aftësi për goditje të sinkronizuara

Treguesit për: Njoftimet e tekstit, alarme zanore, sinjalet e QRS, gjendja e baterisë, gatishmëria për përdorim (RFU), furnizimi me ushqim nga rrjeti, modaliteti i sinkronizimit

Treguesit e e gjendjes “armed” duhet të përfshijnë: Tonin e ngarkimit, butoni pulsues në panelin ballor dhe në padles e jashtme, niveli i energjisë i treguar në ekran.

AED Therapy e mundur me një nivel energjie të paktën 150J

Teksti dhe zëri në regjimin AED: Mesazhet me tekst të zgjeruar dhe në formë zanore që udhëzojnë përdoruesin përmes një protokollit të konfiguruar nga përdoruesi

Deri në 3 valë EKG mund të shihen në ekran dhe deri në dy valë të printuara njëkohësisht.

EKG e marrë nga pads përftohet nëpërmjet 2 elektrodave pads multifunksionale.

Mesazhe gabimi të shfaqura në ekran për pads apo lidhje

Lexim digjital në ekran i ritmit të zemrës nga 16 në 300 rrahje/minute (I rritur) ose 16 deri 350 rrahje/minute (fëmijë), me një saktësi prej $\pm 10\%$ ose ± 5 rrahje/minute cilado që është më e

madhe.

Alarmet e zemrës / Arrhythmia: Puls i lartë / ulët, Asystole, VFIB / V-TACH, VTACH, Extreme Tachy, Extreme Brady, Shkalla e PVC, Pacer Not Capture, Pacer Not Pacing

Madhësia e ekranit: të paktën 7 inch me rezolucion 800 x 480 piksela

Shpejtësia e skanimit: 25 mm / s

Bateria: e ringarkueshme, e tipit Lithium Ion

Kapaciteti: Me një bateri të re të ngarkuar plotësisht për të ofruar:

të paktën 100 cikle të ngarkimit / goditjes me energji të plotë ose 2.5 orë monitorimi (ECG, EtO2 dhe SpO2 të monitoruara vazhdimisht dhe NBP të kampionuar çdo 15 minuta), pasuar nga 20 cikle të ngarkimit / goditjes me energji të plotë

Matës i baterisë në bateri, treguesi i kapacitetit në ekran, treguesit e fuqisë në pjesën e përparme të pajisjes;

ndeje e treguesit RFU, bip audio dhe mesazhe të nivelit të ulët të baterisë në ekran.

E pajisur me printer termik me gjerësi të paktën 50 mm. Tasti i printimit fillon dhe ndalon shiritin. Printeri mund të konfigurohet për t'u realizuar në kohë reale ose me vonesë 10 sekondash

Defibrilatori të ketë mundësinë të përditësohet me sa vijon:

Pacing jo invazive

SpO2

ETCO2

NIBP

Testim i rënies së lirë sipas IEC 68-2-32 Fall Free. Një herë në çdo anë të pajisjes, gjithsej 6 anë 40 cm

Për të përmbushur nivelin e mbrojtjes së hyrjes IP44.

EMC: Për të përmbushur kërkesat e standardit EN 60601-1-2: 2002.

Siguria: për të përmbushur EN 60601-2-4: 2003, EN 60601-1: 1990

Public Health Sector

Aspirator

Makinë portative me thithje për përdorim profesional dhe trajtim kirurgjik, me motor me piston të fuqishëm.

Shasi ABS anti-shock, me peshë të lehtë, i lehtë për t'u mbartur dhe mbajtur i pastruar.

I furnizuar me një rezervuar 1 litër, i sterilizueshëm dhe valvola kundra tejmbushjes.

Me një fluks ajri jo më pak se 50 L / min

I plotësuar me rregullatorin e thithjes, matës vakuum, filtër të disponueshëm dhe set të tubave.

230V 50-60Hz

Shiringe elektrike

Mënyra e infuzionit: Norma, Koha, Pesha, Sekuenca, Trapezia, ngarkimi i dozës, Mikro, TIVA

Brezi i shpejtësisë së infuzionit: 0.10-2000.0 (ml / h), rritjet minimale 0.01ml / h

Brezi VTBI: 0.1-9999ml

Saktësia: $\leq 2\%$

Shkalla e KVO: 0.1-5ml / h

Shkalla e Bolus: 0.10-2000.0 (ml / h)

Niveli i bllokimit: 11 nivele të përzgjedhshme, 225mmHg- 975mmHg
15-20 terapi të kohëve të fundit që duhet të regjistrohen dhe që do të përdoren për infuzion të shpejtë
Shpejtësia e infuzionit mund të ndryshohet gjatë infuzionit, pa e ndalur këtë të fundit
Të paktën 2000 të dhëna mund të ruhen dhe të rishikohen
Vëllimi i alarmit të zërit: 10 nivele të përzgjedhshme
Kur furnizimi me energji AC / DC është ndërprerë, infuzioni kalon automatikisht në furnizimin me bateri të brendshme
Bateri litium, me kapacitet rezervë jo më pak se 12 orë
Ekran me prekje 3,5 inch LCD
Llojet e shiringave: Të gjitha shiringat standarde të 5ml, 10ml, 20ml, 30ml, 50ml, 60ml certifikuar nga standardi EN1789 për ambulancat dhe automjetet e transportit mjekësor për të qenë në gjendje të lidhet me HIS / CIS përmes WLAN ose LAN
Mbrojtje nga shirita e shiringave
Me ndërfaqe USB

Ambu respiratore

Adulte, kapaciteti 1600 ml
100% pa latex.
E pastrueshme në autoklavë.
E bërë nga silikon i pastër e i jetëgjatë.
Të gjitha pjesët të jenë të cmontueshme për lehtësi pastrimi ose disinfektimi.
E kompletuar me valvul përlirimin e presionit, në menyre që të minimizohet rreziku i mbi-fryrjes së mushkërive.
Valvula e liritimit të presionit mund të kycet sipas nevojës.

Pulse Oksimetër

Pulse oksimetër portabël për matje joinvazive të saturimit të oksigjenit të hemoglobinës arteriale (SpO2).
Përdor konektor DB9 të përshtatshëm për sensor Nellcor ose të ngjashëm.
Suporton sensor oksimetrie për adult, neonatal dhe foshnje.
Ekran të paktën 2.8 inç TFT / LCD me ngjyra.
Alarm vizual dhe zanor.
Fikje automatike kur nuk ka sinjal.
Memorja e brendshme të ruajë deri në 100 orë.
Të suportoje ndërfaqe USB për të ngarkuar të dhëna në PC dhe të rishikosh të dhënat historike me program.
Furnizimi me energji: preferohen bateri litiumi ose bateri alkaline AA
Diapazoni i matjeve: SpO2 40%-100%
Rrahjet e zemrës: 30-240 BPM (rrahje për minutë)
Rezolucioni: SpO2 +/- 1%
Rezolucioni: Rrahjet e zemrës +/- 1 BPM (rrahje për minutë)
Saktësia: SpO2 2% (70%-100%)

Holter ritmi

Holter digital, i furnizuar me bateri, për të regjistruar dhe ruajtur në kartë memorje micro SDHC për ekzaminim ECG me 3 lidhje për një periudhë 24 orëshe, 48 orësheose 7 ditore. Ekzaminimet e regjistruar atë lexohen dhe analizohen nga programi i holterit.

Regjistruesi:

Regjistrim digital i sinjalit ECG me minimumi 3 kanale

Kabëllpacienti me minimumi 10 lidhje

Koha e regjistrimit: minimumi 48 orëose 7 ditë në kartë memorje SD

Orë të integruar

Buton Eventi

Detektim pacemaker-i

Programi:

I përshtatshëm për sisteme Windows.

Analizë e pavarur e segmentit ST në të gjitha kanalet e regjistruara, pozicionimi i pikave të matjeve është i konfigurueshëm nga përdoruesi dhe mund të varet nga rrahjet e zemrës.

Detektimi i njëhershëm i aritmisë në të tre kanalet.

Kalibrim automatik i pavarur i sinjalit në të tre kanalet.

Aftësi detektuese, rishikuese dhe edituese të vlerësimit cilësor të VE, VT, Single SVE, PSVT, Pazuave, Ritmit të parregullt, VT, IVR, Bradikardi dhe Takikardi, Couplets, ngritje dhe rënie të segmentit ST, maksimum, minimum dhe mesatare të rrahjeve të zemrës, artefakte.

Përmbledhje tabelore në orë të rezultateve sasiore.

Të jetë i mundshëm printimi i të gjitha ECG të regjistruara.

Aksesorët që duhet të lëvrohen bashkë me pajisjen:

- Kutë me rrip për të mbajtur aparatën
- Kabëll pacienti
- Kartë memorje CompactFlash
- Bateri alkaline osetëngjashme

Sphygmomanometer

Sphygmomanometer mërkuri në karrel me bazë plastike.

Shkallë nga 0 në 300 mmHg

Shtyllë xhami me mërkur

E kompletuar me manshetë adulte dhe kosh për të vendosur aksesorët.

Flusimeter oksigjeni me lageshtues

Flusimetri përdoret për dozimin e gazeve mjekësore si ajri ose oksigjeni; ai mund të lidhet me sistemin e shpërndarjes së gazit duke përdorur dalje të përshtatshme sipas standartit AFNOR. Fluksi e rregullimit në pajisjen mund të përdoret për të rregulluar nga 0 l / min deri në 15 l /

min

.

Lageshtues

Përshkrimi i produktit Lageshtues përdoret në terapinë e oksigjenit për të lagur oksigjenin që pacienti merr frymë; Pajisja përbëhet nga një kavanoz polikarbonati 300 cc që mund të sterilizohet në një autoklavë në 134 ° C, kapaku mund të jetë prej plastike ose metali

komponentet

Vazo polikarbonati që mund të sterilizohet në një autoklavë në 134 ° C. Një hyrje me fileto G 1/4 "F. Një dalje në konektor tub

Regullator vakumi me gote

Regullator Vakumi

Normativa: Afnor

Komponentet:

Trupi dhe pjesët e aluminit të nikeluar të kalibruar kimikisht. "on-off" shufra e kontrollit.. Dalje me filet G 1/4 " dalje 2 , G 1/2" prizë filetuese. Membrana e bërë nga silikoni i klasës mjekësore.

.

Gota e vakumit të mbledhjes

komponentet

Gote Polycarbonate. Kapaku PVC e verdhë. Dalje një konektor tubi

Blender O2/Air

Blender (perzieres i gazerave mjeksor) me dy dalje të vecanta me kontroll fluksi dhe flowmeter 15LPM dhe 3.5LPM. me pershtates sipas normatives AFNOR

Mundesi selektimi të % se O2 nga 21% deri në 100%


Set me tuba presioni për ajër mjeksor dhe oksigjen së bashku me inestë gazesh.

Perfshihen 2 gota lageshtimi për çdo blender.

Mekanizëm fiksimi për shina dhe stativ serum.

Shenim :

Të gjitha pajisjet të shoqërohen me manualët e përdorimit, në një nga gjuhët e BE.



Shtojca11

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktornë Marrëveshjen Kuadër]

**PLANIFIKIMI I
KONTRATAVENËMARRËVESHJENKUADËR**

Mall:		Numri total i kontratave sipas Marrëveshjes Kuadër
Kontrata Nr.	Titulli i Kontratës	Përshkrim i shkurtër i kontratës
01		
02		
03		
...		



Shtojca 12

(Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor)

(Kjo Shtojcë nërastin e Marrëveshjes Kuadër do të plotësohet nga autoriteti kontraktor vetëm gjatërihapjes së procesit të mini-konkursit)

SASIA DHE GRAFIKU I LËVRIMIT

Sasia e mallit që kërkohet:

Loti I Pajisje Hotelerie

Nr	Emërtimi	Njesia	Sasia
1	Krevat reanimacioni	copë	12
2	Komodina Bifrontale	copë	12
3	Karrele tronk	copë	3
4	Ndarëse pacienti (perde) ml me aksesore	ml	100
5	Shina inoksi për perde ml	ml	50
6	Dollap farmacie	copë	6
7	Karroce medikamenti	copë	4
8	Tavolinë pune me komedine 140x80x72	copë	15
9	Karrike zyre të thjeshta	copë	60
10	Kosh për mbetjet urbane inoksi	copë	20
11	Karrike me uturak	copë	2
12	Karroce pacienti	copë	4
13	Shtrat barrele me rrota	copë	2

Dokumentat Standarde të Tenderit

14	Mbajtëse invalidi	copë	2
15	Shtrat vizite	copë	5
16	Shtrat pacienti me mbajtëse anesore	copë	40
17	Barrele e zakonshme me doreza	copë	3
18	Urinare inoksi	copë	15
19	Stola pritje 3 vendsh	cope	20
20	Banak recepsioni	copë	1
21	Dollap i kombinuar për punë 2 kate	Copë	3
22	Garderobe me 1 post	copë	20
23	Kosh me kapak 15 kg për rrobat e palara	copë	5
24	Griller roller	m2	80
25	Televizor LED 50-55	cope	1

Loti 2 Pajisje mjeksore

Nr	Emërtimi	Njesia	Sasia
1	Monitor pacienti	copë	9
2	EKG	copë	3
3	Defibrilator	copë	1
4	Aspirator	cope	2
5	Shiringe elektrike	cope	2
6	Ambu respiratore	copë	5
7	Puls oksimeter	copë	3
8	Holter ritmi	copë	1

Dokumentat Standarde të Tenderit

9	Fluksometer O2 me lageshtues i pershtatshem per panelet	copë	60
10	Rregullator vakumi me gote i pershtatshem per panelet	copë	12
11	Aparat sphygmanometer profesional me stativ	copë	4
12	Blender O2/Air	copë	1

Afatet e lëvrimt:

Loti 1 – 30 dite nga lidhja e kontrates

Loti 2- 30 dite nga lidhja e kontrates



Shtojca 13

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

NJOFTIM STANDARD PËR OFERTUESIN E SKUALIFIKUAR¹

[Vendi dhe data]

[Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]

[Adresa e ofertuesit]

I/E Nderuar, Z/Zj. <emri i kontaktit>

Ju falenderoj për pjesëmarrjen në procedurën e lartpërmendur të prokurimit publik. Procedura e kryer në përputhje me Ligjin nr. 9643 datë 20.11.2006 "Për Prokurimin Publik".

Oferta juaj u vlerësua me kujdes sipas kushteve dhe kërkesave të përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në dosjen e ofertës. Me keqardhje ju informoj se u s'kualifikuat, sepse oferta e dorëzuar nga ju u refuzua për shkak të arsyes (-ve) së/të mëposhtme:

Public Health Sector

Nëse mendoni se Autoriteti Kontraktor ka shkelur LPP ose RrPP gjatë procedurës së prokurimit publik, atëherë keni të drejtë të filloni një procedurë rishikimi sic parashikohet në Kreun VII të LPP.

Edhe pse nuk mundëm të përdornim shërbimet tuaja në këtë rast, besoj se do të vazhdoni të jeni i interesuar në nismat tona të prokurimit.

Me respekt

< **Emri** >

Shtojca 14

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

FORMULARI I NJOFTIMIT TËFITUESIT

[Data]

Për: [Emri dhe adresa e ofertuesit të shpallur fitues]

* * *

Procedura e prokurimit:

Numri i referencës së procedurës/lotit:

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [Sasia ose qëllimi dhe kohëzgjatja e kontratës]

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: çmimi më i ulët oferta ekonomikisht më e favorshme

Njoftojme se, kane qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:

1. _____

Emri i plotë i shoqërisë

numri i NIPT-it

Vlera _____

(me numra dhe fjalë)

2. _____

Emri i plotë i shoqërisë

numri i NIPT-it

Vlera _____

(me numra dhe fjalë)

Etj. _____

Janëskualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

1. _____

Emri i plotë i shoqërisë

numri i NIPT-it

2. _____

Emri i plotë i shoqërisë

numri i NIPT-it

Përkatësisht për arsyt e mëposhtme:

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [emri dhe adresa e ofertuesit të shpallur fitues] se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej [shuma përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra]/pikët totale të marra[_____]është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [emri dhe adresa e autoritetit kontraktor dhe referenca e kontaktit] sigurimine kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda _____ ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të konfiskohet sigurimi i ofertës suaj (nëse është kërkuar) dhe kontrata do t'i akordohet ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të përgjithshme prej [vlera përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra], siç parashikohet në nenin 58 të Ligjit nr.9643 datë 20.11.2006“Për prokurimin publik”, i ndryshuar.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë _____

Ankesa: ka ose jo _____

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë _____

* * *

[Titullari i autoritetit kontraktor]

Shtojca 15

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor në rastin e marrëveshjes kuadër]

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM NË MARRËVESHJEN KUADËR

[Data]

Për: [Emri dhe adresa e operatorëve ekonomikë të shpallur fitues]

1. _____
2. _____
3. _____

* * *

Procedura e prokurimit: _____

Numri i referencës së procedurës/lotit: _____

Përshkrim i shkurtër i kontratës: *[Sasia, objekti , kohëzgjatja e kontratës etj]*

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike *[Data]* *[Numri]*

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: oferta ekonomikisht më e favorshme çmimi më i ulët

Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në procedurë këta operatorë ekonomikë, me shumatoren e çmimeve për njësi të ofruar/ me vlerat përkatëse të ofruara: _____

- | | |
|---------------------------------|------------------------|
| 1. _____ | _____ |
| <i>Emri i plotë i shoqërisë</i> | <i>numri i NIPT-it</i> |

Shumatorja e çmimeve për njësi të ofruar/vlera _____
(me numra dhe fjalë)

- | | |
|---------------------------------|------------------------|
| 2. _____ | _____ |
| <i>Emri i plotë i shoqërisë</i> | <i>numri i NIPT-it</i> |

Shumatorja e çmimeve për njësi të ofruar/vlera _____
(me numra dhe fjalë)

Etj. _____

Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhëm:

- | | |
|----------|-------|
| 1. _____ | _____ |
|----------|-------|

Dokumentat Standarde të Tenderit

Emri i plotë i shoqërisë

numri i NIPT-it

2. _____

Emri i plotë i shoqërisë

numri i NIPT-it

Perkatësisht për arsyet e mëposhtme:

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se janë identifikuar si operatorë ekonomikë të suksesshëm:

1. _____

Emri i plotë i shoqërisë

numri i NIPT-it

Shumatorja e çmimeve për njësi të ofruar/Vlera _____ / Pikët totale të marra _____
(me numra dhe fjalë)

2. _____

Emri i plotë i shoqërisë

numri i NIPT-it

Shumatorja e çmimeve për njësi të ofruar/Vlera _____ / Pikët totale të marra _____
(me numra dhe fjalë)

Etj. _____

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqiteni pranë [emri dhe adresa e autoritetit kontraktor dhe referenca e kontaktit], brenda _____ ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi për të lidhur draft marrëveshjen.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë _____

Ankesa: ka ose jo _____

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë _____

[Titullari i autoritetit kontraktor]

Shtojca 16

KUSHTET E PËRGJITHSHME **Mallrat – Tender i Hapur**

Neni 1: Qëllimi

- 1.1 Këto kushte të përgjithshme të kontratës (KPK) do të zbatohen për blerjen e Mallrave të prokuruar me anë të procedurës me negociim.
- 1.2 Ligji për Prokurimin Publik në Republikën e Shqipërisë parashikon se dispozitat e Kodit Civil Shqiptar do të zbatohen për kontratat e prokurimit publik. Disa dispozita të Kodit Civil janë rishprehur në KPK me qëllim që të rrisin transparencën e kushteve të kontratës. Megjithatë, citimi i disa dispozitave këtu nuk mohon në asnjë mënyrë zbatimin e dispozitave të tjera të Kodit Civil të kësaj kontrate.
- 1.3 Në mënyrë të ngjashme, disa dispozita të Ligjit mbi Prokurimin Publik janë rishprehur në KPK me qëllim që të rrisin transparencën e ligjit që rregullon prokurimin publik. Megjithatë, citimi i disa dispozitave këtu nuk mohon në asnjë mënyrë zbatimin e dispozitave të tjera të Ligjit mbi Prokurimin Publik mbi të drejtat, detyrat dhe detyrimet e palëve.
- 1.4 KPK do të zbatohen deri në atë masë që të mos lënë mënjanë kushtet ose dispozitat e paraqitura në pjesë të tjera të kontratës.
- 1.5 Kushtet e kontratës përfshijnë gjithashtu Kushtet e Veçanta të Kontratës (KVK). Në rast se ka një konflikt midis KPK dhe KVK, KVK do të mbizotërojnë mbi KPK.

Neni 2: Përkufizime

- 2.1 “kontratë” do të thotë marrëveshja e shkruar e lidhur midis Autoritetit Kontraktor dhe Kontraktuesit që përbëhet nga Dokumentat e Tenderit duke përfshirë KPK dhe KVK, të gjitha shtojcat dhe formularët e plotësuar dhe të gjitha dokumentat e tjera që përfshihen në referimin e çdo dokumenti.
- 2.2 “çmim kontrate” do të thotë çmimi që i paguhet Kontraktuesit sipas kontratës për zbatimin e plotë dhe të përpiktë të detyrimeve të tij kontaktore.
- 2.3 “Incoterms” do të thotë termat ndërkombëtare tregtare që përbëjnë rregullat e interpretimit të termave tregtare që përcaktojnë detyrimet përkatëse, kostot, dhe risqet e lidhura me transferimin e Mallrave nga shitësi tek blerësi.
- 2.4 “Lëvrimi” do të thotë të gjitha aktivitetet dhe veprimet që mundësojnë marrjen e Mallrave në vendin e shpërndarjes siç specifikohet në kontratë si paketimi, transportimi, sigurimi,

tarifat, procedura doganore, ngarkimi dhe shkarkimi, instalimi, mbledhja, bashkimi, kontrollimi i veprimeve dhe mbikëqyrja e gjithë kësaj veprimtarie.

- 2.5 “Autoriteti Kontraktor” do të thotë Autoriteti Kontraktor që është pjesë e kësaj kontrate dhe sipas dispozitave të kësaj kontrate blen Mallrat. Ky term kudo që përdoret ka kuptim të njëjtë me atë të perkufizuar në ligj.
- 2.6 “Kontraktuesi” do të thotë personi fizik ose juridik që është palë e kësaj kontrate dhe sipas dispozitave të kësaj kontrate furnizon Mallrat.
- 2.7 “Palë (t)” do të thotë nënshkruesit e kontratës.
- 2.8 “Mallrat” do të thotë materialet e papërpunuara, produktet, makineritë dhe pajisjet, objektet në formë të ngurtë, të lëngshme ose të gaztë.
- 2.9 “Shërbimet e lidhura me to” do të thotë shërbimet ndihmëse ose të paparashikuara të furnizimit të Mallrave, si transportimi, instalimi, mirëmbajtja, trajnimi, shërbimet mbështetëse ose detyrime të ngjashme në lidhje me furnizimin e Mallrave.
- 2.10 “Objekt i kontratës” do të thotë të gjitha Mallrat dhe Shërbimet e lidhura me to që Kontraktuesi do të sigurojë sipas kushteve të kontratës.
- 2.11 “Standarde Teknike” do të thotë specifikimet e aprovuara nga një organ i posaçëm standardizimi për zbatimin e vazhdueshëm ose të përsëritur. Standarde të tilla përdoren si rregulla, rregullore ose perkufizim të karakteristikave për të siguruar se materialet dhe shërbimet e procesuara i përgjigjen qëllimit.

Neni 3: Hartimi i Kontratës

- 3.1 Njoftimi i ofertës fituese do të shërbejë për hartimin e kontratës midis palëve, e cila duhet të firmoset brenda afatit të parashikuar në Dokumentat e Tenderit.
- 3.2 Egzistenca e kontratës do të konfirmohet me nënshkrimin e dokumentit të kontratës duke trupëzuar të gjitha marrveshjet midis palëve.

Neni 4: Praktikant e Korrupsionit, Konflikti i Interesit dhe Kontrolli i Procesverbaleve

- 4.1 Autoriteti Kontraktor mund t’i kërkojë gjykatës të deklarojë të paligjshme kontratën nëse zbulon se Kontraktuesi ka kryer veprime korruptive. Veprimet korruptive përfshijnë veprimet e përshkruara në Nenin 26 të Ligjit mbi Prokurimin Publik.
- 4.2 Kontraktuesi nuk duhet të ketë lidhje (të tashme ose të shkuara) me asnjë konsulent ose ndonjë ent tjetër që ka marrë pjesë në përgatitjen e Dokumentave të Tenderit për këtë prokurim.
- 4.3 Kontraktuesi duhet të lejojë Autoritetin Kontraktor të inspektojë llogaritë dhe regjistrat që kanë lidhje me zbatimin e kontratës ose t’i kontrollojë ato me anë të kontrollorëve të emëruar nga Autoriteti Kontraktor.

Neni 5: Informacioni Konfidencial

- 5.1 Kontraktuesi dhe Autoriteti Kontraktor duhet të mbajnë në konfidencë të gjitha dokumentat, të dhënat dhe informacionet e tjera të dhëna nga pala tjetër në lidhje me kontratën.
- 5.2 Kontraktuesi mund t'i japë nënkontraktuesit dokumenta të tilla, të dhëna ose informacione të tjera që merr nga Autoriteti Kontraktor deri në masën e kërkuar për nënkontraktuesin të kryejë punën e tij sipas kontratës. Në rast të tillë, Kontraktuesi duhet të përfshijë në kontratën e tij me nën-Kontraktuesin një dispozitë që parashikon ruajtjen e konfidencialitetit siç thuhet në Paragrafin 5.1 më sipër.

Neni 6: Pronësia Intelektuale

- 6.1 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, të gjitha të drejtat e pronës intelektuale të siguruara nga Kontraktuesi gjatë zbatimit të kontratës do t'i përkasin Autoritetin Kontraktor i cili mund t'i përdorë ato sipas gjykimit të tij.
- 6.2 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, Kontraktuesi, pas përfundimit të kontratës, duhet t'i parashtrijë Autoriteti Kontraktor të gjitha raportet dhe të dhënat si hartat, diagramet, skicimet, specifikimet, planet, statistikatat, llogaritjet dhe regjistrat mbështetës ose materialet e fituara, mbledhura ose përgatitura nga Kontraktuesi gjatë zbatimit të kontratës. Kontraktuesi mund të mbajë kopje të këtyre dokumentave dhe të dhënave, por nuk duhet t'i përdorë për qëllime që s'kanë lidhje me kontratën pa leje paraprake me shkrim nga Autoriteti Kontraktor.
- 6.3 Kontraktuesi duhet të shkarkojë Autoritetin Kontraktor ngapërgjegjësia për shkelje të të drejtave të pronësisë intelektuale që mund të dalin nga prodhimi ose shpërndarja e Mallrave sipas kontratës.
- 6.4 Në rast se ngrihet ndonjë pretendim ose padi kundër Autoritetit Kontraktor në lidhje me ndonjë shkelje të pronësisë intelektuale të shkaktuar nga zbatimi i kontratës ose nga përdorimi i Mallrave të furnizuara sipas kontratës, Kontraktuesi duhet t'i japë Autoritetit Kontraktor të gjitha provat dhe informacionin në posedim të Kontraktuesit që kanë të bëjnë me këtë padi apo pretendim.

Neni 7: Origjina e Mallrave

- 7.1 Nuk ka asnjë kufizim për kombësinë e origjinës së mallrave, përveç atyre që mund të jenë përcaktuar në ndonjë Rezolutë të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara.
- 7.2 Kontraktuesi mund të jetë i detyruar të verifikojë origjinën e mallrave.
- 7.3 Për qëllime verifikimi, "origjinë" do të thotë vendi ku mallrat janë nxjerrë, ose prodhuar. Mallrat janë prodhuar kur, nëpërmjet përpunimit, procesimit, ose mbledhjes së mjaftueshme të komponentëve, rezultojnë një produkt i ri i njohur në tregti që është mjaft i ndryshëm në karakteristikat bazë ose në qëllim apo përdorim nga komponentët e tij.

- 7.4 Origjina e mallrave ka dallim nga kombësia e Kontraktuesit ose nenkontraktuesit që siguron mallrat.

Neni 8: Qëllimi i Furnizimit dhe Përshtatshmëria e Mallrave me Specifikimet

- 8.1 Kontraktuesi duhet të dorëzojë Mallrat në përputhje me cilësinë, sasinë dhe llojine specifikuar në kontratë, si dhe të vendosura dhe paketuara në mënyrën e përcaktuar në kontratë.
- 8.2 Mallrat nuk janë në përputhje me kontratën, nëse ato nuk janë të përshtatshme për përdorimin e posaçëm të parashikuar në kontratë. Kur nuk është e mundur të përcaktohet një gjë e tillë, thuhet se Mallrat nuk janë në përputhje me kontratën nëse ato nuk janë të përshtatshme për përdorimin për të cilin shërbejnë zakonisht sendet e tjera të të njëjtit lloj.
- 8.3 Nëse shitja është bërë në bazë të një modeli ose kampioni, shitësi (Kontraktuesi) duhet të dorëzojë sendet që kanë të njëjtat cilësi si të modelit ose kampionit.

Neni 9: Përputhshmëria e Mallrave me Standardet Teknike

- 9.1 Mallrat e furnizuara sipas kontratës duhet të jenë konform kodeve dhe Standardeve Teknike të parashikuara në specifikimet teknike. Nëse gjatë ekzekutimit të kontratës, ka ndryshime në kodet përkatëse ose në Standardet Teknike, këto ndryshime do të zbatohen vetëm pas aprovimit nga Autoriteti Kontraktor.
- 9.2 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet nga ndonjë dispozite tjetër e kontratës, kur nuk është përcaktuar asnjë Standard Teknik përkatës në specifikimet teknike, Mallrat duhet të jenë konform Standardeve Teknike ndërkombëtare. Nëse nuk ekzistojnë Standarde Teknike ndërkombëtare, Mallrat duhet të jenë konform Standardeve Teknike përkatëse Shqiptare.
- 9.3 Kontraktuesi nuk mban përgjegjësi për gabime në skicim, të dhëna, vizatim ose çdo aspekt tjetër të specifikimeve teknike të dhëna nga Autoriteti Kontraktor me përjashtim të rastit kur gabimi ishte aq i dukshëm sa Kontraktuesi duhet ta kishte parë dhe këshilluar Autoritetin Kontraktor për të.
- 9.4 Shitësi (Kontraktuesi) nuk mban përgjegjësi për defekte të Mallrave për të cilat Autoriteti Kontraktor ishte në dijeni në momentin e lidhjes së kontratës ose nuk ishte në dijeni për faj të tij, me përjashtim të rastit kur defektet kanë të bëjnë me cilësinë e Mallrave të specifikuar sipas kontratës ose përfaqësimin e reklamës se shitesit (Kontraktuesit).

Neni 10: Pjesët e Këmbimit

- 10.1 Nëse është e parashikuar nëkontratë, Kontraktuesi duhet të përfshijë me Mallrat e lëvruara një sasi pjesësh këmbimi, në përputhje me specifikimet teknike dhe çdo dispozitë përkatëse të kontratës.
- 10.2 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe, pjesët e këmbimit do të dorëzohen bashkë me Mallrat.

- 10.3 Kontraktuesi duhet të garantojë disponueshmërinë e pjesëve të këmbimit për një periudhë të specifikuar në ofertën e tij dhe të barabartë me jetëgjatësinë e përdorimit të Mallrave.
- 10.4 Në rast të një vendimi të ndërprerjes së prodhimit të pjesëve të këmbimit, Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin Kontraktor brenda një kohe të arsyeshme/mjaftueshme për t'i lënë mundësi atijqëtë prokurojë sasi të mjaftueshme për përdorim të mëvonshëm.
- 10.5 Pas ndërprerjes së prodhimit të pjesëve të këmbimit, Kontraktuesi duhet t'i japëpa pagesëAutoritetit Kontraktor, nëse ai e kërkon, çdo prodhim, vegël, skicim të pjesëve të këmbimit të përdorura në prodhimin dhe mirëmbajtjen e Mallrave.

Neni 11: Ambalazhimi

- 11.1 Kontraktuesi duhet të dorëzojë Mallrat të vendosura dhe të ambalazuara në mënyrën e përcaktuar në kontratë.
- 11.2 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet nga ndonjë nen tjetër i kontratës, mund të thuhet se Mallrat nuk janë vendosur dhe pakeluar në përputhje me kontratën nëse ato nuk janë vendosur dhe pakeluar në të njëjtën mënyrë që bëhet zakonisht për gjërat e të njëjtit lloj ose, nëse mënyra e zakonshme nuk është e disponueshme, në një mënyrë që është e përshtatshme për ruajtjen dhe mbrojtjen e Mallrave.

Neni 12: Testimet dhe Inspektimet

- 12.1 Kontraktuesi duhet të bëjë të gjitha testet dhe inspektimet e kërkuara nga dispozitat e kontratës. Kosto e këtyre testeve dhe inspektimeve duhet të financohet tërësisht nga Kontraktuesi brenda kushteve të çmimit të kontratës
- 12.2 Me shpenzimet e tij, Autoriteti Kontraktor ka të drejtë të ndjekë testimet dhe/ose inspektimet.
- 12.3 Autoriteti Kontraktor gjithashtu mund t'i kërkojë Kontraktuesit të bëjë teste ose inspektime shtesë të paparashikuara në kontratë por të gjykuara të nevojshme për të verifikuar se Mallrat janë konform specifikimeve dhe kushteve të kontratës. Autoriteti kontraktor do të mbajë përgjegjësi për koston e këtyre testeve. Më tej, nëse këto teste ndalojnë progresin e punës së Kontraktuesit, Autoriteti Kontraktor do të pranojë të ndryshojë grafikun e lëvrimit.
- 12.4 Autoriteti Kontraktor do të refuzojë çdo Mall që nuk e kalon testimin dhe/ose inspektimin ose nuk është konform specifikimeve teknike dhe kushteve të kërkuara në zbatimin e kontratës.
- 12.5 Ekzekutimi i testeve, apo inspektimi i Mallrave nuk e shkarkojnë Kontraktuesin nga garancitë apo detyrimet e tjera sipas kontratës.

Neni 13: Kushtet e Dorëzimit

- 13.1 Kontraktuesi është i detyruar të kryejë të gjitha aktivitetet dhe veprimet e dorëzimit

përveçse kur Kontraktuesi përjashtohet në mënyrë specifike nga një aktivitet ose veprim i tillë nga ndonjë dispozitë e kontratës. Nëse një Incoterm përdoret për të përshkruar detyrimet e palëve, termi do të ketë kuptimin që i ka dhënë botimi i fundit i *Incotermave* botuar nga Dhoma Ndërkombëtare e Tregtisë.

- 13.2 Vendi i dorëzimit të Mallrave do të jetë sipas specifikimit të kontratës.
- 13.3 Koha e dorëzimit të Mallrave dhe data e përfundimit të Shërbimeve të lidhura me to do të jetë sipas specifikimit në kontratë.
- 13.4 Dorëzimi i Mallrave duhet të bëhet gjatë orarit të punës me përjashtim të rastit kur kjo kërkesë bie ndesh me ndonjë dispozitë të kontratës.
- 13.5 Kontraktuesi është i detyruar të njoftojë Autoritetin Kontraktor brenda një periudhe kohore të arsyeshme për dorëzimin e Mallrave përpara arritjes së tyre.

Neni 14 Transportimi i Mallrave

- 14.1 Kontraktuesi është i detyruar të sigurojë ngarkimin dhe transportimin e Mallrave siç kërkohet, me qëllim që të plotësojë afatet dhe kushtet e dorëzimit të specifikuara në kontratë.
- 14.2 Në Autoritetin Kontraktor është i detyruar të marrë Mallrat nga ndonjë mjet transporti apo agjenci transporti, Kontraktuesi duhet të japë lajmërim paraprak të arsyeshëm për transportin dhe t'i dorëzojë Autoritetit Kontraktor të gjitha dokumentat e nevojshme për marrjen e Mallrave.
- 14.3 Nëse shitësi, [Kontraktuesi] është i detyruar t'i dorëzojë mallrat në mjetin e transportit në një vend të specifikuar në kontratë, risku i humbjes kalon tek Autoriteti Kontraktor vetëm kur mallrat i dorëzohen mjetit të transportit në vendin e specifikuar. Fakti se shitësi [Kontraktuesi] është i autorizuar të mbajë dokumentat përfaqësuese të mallrave nuk influencën në kalimin e riskut.

Neni 15: Siguracioni

- 15.1 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, Kontraktuesi duhet të sigurojë që Mallrat që do të dorëzohen sipas kontratës janë plotësisht të siguruara ndaj humbjes ose dëmtimit gjatë transportit, magazinimit ose dorëzimit të tyre.

Neni 16: Verifikimi dhe Pranimi i Mallrave

- 16.1 Përpara pranimi, Autoriteti Kontraktor ka të drejtë të verifikojë, inspektojë dhe testojë Mallrat. Këto veprime duhet të kryhen menjëherë pas dorëzimit të Mallrave. Kontraktuesi ka të drejtë të marrë pjesë në këtë proces dhe të shqyrtojë raportet përkatëse të prërgatitura nga Autoriteti Kontraktor ose agjentët e tij.
- 16.2 Autoriteti Kontraktor pranon ose refuzon Mallrat menjëherë pas dorëzimit duke njoftuar me shkrim Kontraktuesin në lidhje me vendimin e tij për të pranuar ose refuzuar Mallrat.

Neni 17: Garancitë

- 17.1 Kontraktuesi garanton se Mallrat janë të reja, të papërdorura dhe të modeleve të fundit dhe se ato trupëzojnë përmirësimet e fundit në skicim dhe materiale, me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë.
- 17.2 Shitësi (Kontraktuesi) mban përgjegjësi për çdo defekt ose mospërputhje që ekziston në momentin kur risku kalon tek Autoriteti Kontraktor, edhe kur defekti shfaqet pas këtij momenti.
- 17.3 Shitësi (Kontraktuesi) mban përgjegjësi për mospërputhjen që verifikohet pas momentit të treguar në paragrafin e mësipërm dhe që vjen nga mospërmbushja e ndonjë detyrimi, duke përfshirë garancinë që Mallrat duhet të jenë të përshtatshme për përdorimin e tyre të zakonshëm dhe specifik për një periudhë të caktuar kohe, ose se ato do të ruajnë cilësitë dhe karakteristikat e caktuara.
- 17.4 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë ose në ligj, Autoriteti Kontraktor humbet të drejtën e tij për të kundërshtuar lidhur me të metat e sendit nëse ai nuk i denoncon ato të shitësi (Kontraktuesi), duke specifikuar natyrën e tyre, brenda dhjetë ditëve nga zbulimi i tyre.
- 17.5 Autoriteti Kontraktor s i mundëson Kontraktuesit të gjitha mjetet e nevojshme për të inspektuar këto defekte.
- 17.6 Pas marrjes së këtij njoftimi, Kontraktuesi duhet të riparojë menjëherë ose të zëvendësojë Mallrat defektoze ose pjesët e tyre pa pagesë shtesë për Autoritetin Kontraktor.
- 17.7 Nëse pas marrjes së njoftimit, Kontraktuesi dështon në rregullimin e defektit brenda një periudhe të arsyeshme, Autoriteti Kontraktor mund të ndërmarrë veprime për rregullimin e nevojshëm, me shpenzimet e Kontraktuesit.
- 17.8 Në çdo rast, Autoriteti Kontraktor humbet të drejtën për të kundërshtuar për të metat e sendit nëse ai nuk e ushtron të drejtën e tij brenda dy vjetësh nga data kur sendet i janë dorëzuar atij, po qe se ky afat nuk bie në kundërshtim me kohëzgjatjen e garancisë kontraktore.
- 17.9 Shitësi (Kontraktuesi) nuk mund të shfrytëzojë rregullat e parashikuara ketu nëse defektet kanë të bëjnë me fakte të njohura prej tij ose që nuk mund të ishin të panjohura për të dhe që nuk i janë vënë në dukje Autoritetit Kontraktor.

Neni 18: Çmimi i Kontratës

- 18.1 Çmimi i kontratës është çmimi i dhënë në ofertën e Kontraktuesit dhe i pranuar nga Autoriteti Kontraktor.
- 18.2 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, çmimi i kontratës përfshin kostot dhe tarifat, duke përfshirë taksat dhe tarifat doganore të lidhura me dorëzimin e Mallrave, pagesa për transportin, sigurimin, instalimin, testimet, ngarkimin, shkarkimin,

udhëzimet, manualët dhe dokumentat në gjuhën e specifikuar dhe të nevojshme për përdorim të rrëgullt, mirëmbajtje dhe riparime të Mallrave. Vlerat taksive dhe tarifave duhet të përcaktohet sipas legjislacionit përkatës, në fuqi 28 ditë para hapjes së ofertave.

Neni 19: Afatet e Pagesës

- 19.1 Çmimi i kontratës, duke përfshirë çdo pagesë paraprake, duhet të paguhet në kohë siç specifikohet në kontratë.
- 19.2 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, pagesa duhet bërë në monedhë Shqiptare. Kursi i këmbimit të monedhave të ndryshme do të jetë kursi i Bankes së Shqiperise i fiksuar në ditën e dërgimit për botim të njoftimit të kontratës.
- 19.3 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, kërkesa e Kontraktuesit për pagesë duhet t'i bëhet Autoritetit Kontraktor me shkrim. Për çdo kërkesë, Kontraktuesi duhet të paraqesë origjinalin dhe kopjen së bashku me një listë të sendeve që përshkruan Mallrat e dorëzuara dhe shërbimet e kryera.
- 19.4 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, pagesa për Mallrat do të bëhet brenda 30 ditëve kalendarike nga dita që janë pranuar Mallrat ose nga dita e marrjes së kërkesës për pagesë cilado të jetë më vonë.
- 19.5 Data e pagesës do të jete dita që fondet xhirohen nga llogaria e Autoritetit Kontraktor.

Neni 20: Vonesa në Bërjen e Pagesës

Në rast të verifikimit të vonesave në kryerjen e pagesave nga ana e Autoritetit Kontraktor, megjithëse kontraktuesi ka përmbushur të gjitha detyrimet e tij në përputhje me kushtet e kontratës, detyrimet e prapambetura dhe kamatëvonesat përkatëse do të kryhen në përputhje me parashikimet e ligjit nr. 48/2014 “Për pagesat e vonuara në detyrimet kontraktore e tregtare”.

Neni 21: Nryshimi i Ligjeve dhe Rregulloreve

- 21.1 Nëse pas datës së nënshkrimit të kontratës, ndonjë ligj, rregullore, urdhëresë, urdhër ose procedurë me efektin e ligjit në Republikën e Shqipërisë hyn në fuqi, nxirret ose ndryshon dhe ndikon kushtet, duke përfshirë datën e dorëzimit, ose çmimin e kontratës, kushtet ose çmimi i kontratës do të rregullohen në atë masë sa Kontraktuesi është ndikuar në përmbushjen e detyrimeve të tij sipas kontratës.

Neni 22: Forca Madhore

- 22.1 Kontraktuesi nuk mban përgjegjësi për humbjen e sigurimit të kontratës, dëmeve të likuiduara ose ndërprerjen për mosplotësim, nëse dhe deri në masën që vonesa në zbatim ose ndonjë dështim tjetër në zbatimin e detyrimeve të tij sipas kontratës vijnë si rezultat i verifikimit të rasteve të Forcës Madhore.
- 22.2 Për qëllimet e këtij neni “Forcë Madhore” do të thotë një ngjarje jashtë kontrollit të

Kontraktuesit mbi fajin ose neglizhimin dhe e paparashikueshme nga ana e tij. Ngjarje të tilla mund të përfshijnë, por nuk janë të limituara nga, veprimet e Autoritetit Kontraktor qoftë në kapacitetin e tij sovran ose kontraktual, lufta ose revolucionet, zjarri, përmbytja, tërmeti, epidemitë, shtrëngime të karantinës dhe embargo tranziti.

- 22.3 Nëse ndodh ndonjë situatë e Forcës Madhore, Kontraktuesi duhet të njoftojë menjëherë Autoritetin Kontraktor. Me përjashtim kur Autoriteti Kontraktor jep direktiva të ndryshme, Kontraktuesi duhet të vazhdojë të zbatojë detyrimet e tij sipas kontratës në masën praktikisht të arsyeshme dhe duhet të kërkojë të gjitha mjetet e arsyeshme për zbatimin që nuk pengohet nga Forca Madhore.

Neni 23: Vonesa në Zbatim dhe Zgjatja e Afatit

- 23.1 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe, Kontraktuesi duhet të fillojë zbatimin e kontratës menjëherë pas nënshkrimit të saj.
- 23.2 Me përjashtim të rasteve kur Autoriteti Kontraktor është dakord për zgjatje të afatit të kontratës, Autoriteti Kontraktor ka të drejtë të likuidojë dëmet për vonesën në zbatim nëse Kontraktuesi dështon në dorëzimin e Mallrave brenda periudhës së zbatimit të specifikuar në kontratë.
- 23.3 Autoriteti Kontraktor mund të zbrësë shumën e dëmeve të likuiduara që duhet paguar nga shuma e pagesës ndaj Kontraktuesit. Në rast të tillë Autoriteti Kontraktor duhet të njoftojë Kontraktuesin me shkrim për shumën dhe arsyen e zbritjes.
- 23.4 Autoriteti Kontraktor pranon zgjatjen e afatit në rastin e Forcës Madhore.
- 23.5 Autoriteti Kontraktor mund pranojë zgjatjen e afatit edhe në rrethana të tjera nëse është në interesin publik për ta bërë këtë. Në rast se Kontraktuesi ndeshet me kushte që pengojnë zbatimin në kohë, Kontraktuesi duhet të njoftojë me përpikmëri Autoritetin Kontraktor me shkrim për vonesën, shkaku dhe datën e propozuar të dorëzimit ose përfundimit. Autoriteti Kontraktor duhet të vlerësojë kërkesën. Nëse Autoriteti Kontraktor është dakord me vonesën, zgjatja do të hyjë në fuqi me një amendament me shkrim të kontratës të nënshkruar nga Autoriteti Kontraktor dhe Kontraktuesi.

Neni 24: Likuidimi i Dëmeve për Dorëzimin e Vonuar

- 24.1 Dëmet e likuiduara për dorëzimin e vonuar do të llogariten me tarifat e mëposhtme ditore::
- a) Për kontratat me periudhë zbatimi jo më shumë se 6 muaj, tarifa ditore do të jetë 4/1000 të vlerës koresponduese të mbetur pa u zbatuar nga cmimi total i kontratës por kjo vlerë do të llogaritet minimalisht mbi 25% të vlerës së kontratës.
 - b) Për kontratat me periudhë zbatimi jo më shumë se 12 muaj, tarifa ditore do të jetë 2/1000 të vlerës koresponduese të mbetur pa u zbatuar nga cmimi total i kontratës por kjo vlerë do të llogaritet minimalisht mbi 25% të vlerës së kontratës.
 - c) Për kontratat me periudhë zbatimi më shumë se 12 muaj, tarifa ditore do të jetë 1/1000 të vlerës koresponduese të mbetur pa u zbatuar nga cmimi total i kontratës por kjo vlerë do të llogaritet minimalisht mbi 25% të vlerës së kontratës.

Neni 25: Negociatat dhe Amendamentet

- 25.1 Palët nuk mund të negociojnë ndryshime ose amendamente të asnjë elementi të kontratës që do të sillnin ndryshime thelbësore në kushtet bazë për përzgjedhjene Kontraktuesit.
- 25.2 Asnjë amendament ose ndryshim tjetër i kontratës nuk është i vlefshëm nëse ai nuk bëhet me shkrim apo nuk ka një datë të përcaktuar, si edhe nëse ai nuk i referohet shprehimisht kontratës apo nuk nënshkruhet nga një përfaqësues i autorizuar i Kontraktuesit dhe Autoriteti Kontraktor.
- 25.3 Çdo heqje dore nga të drejtat, pushtetet ose ndreqjet që mund të bëhen nga palët sipas kontratës duhet të bëhet me shkrim, të ketë datë dhe të firmoset nga një përfaqësues i autorizuar i palës që bën këtë dorëheqje dhe duhet të specifikojë të drejtën dhe masën në të cilën ajo lëshohet.

Neni 26: Ndryshimi i Porosisë

- 26.1 Autoriteti Kontraktor rezervon të drejtën të porosisë Mallra ose Shërbime shtesë deri në një masë që nuk i kalon 20% të çmimit total të kontratës. Çdo porosi shtesë duhet të bëhet në mënyrë konsistente me rregullat dhe procedurat e parashikuara në Ligjin mbi Prokurimin Publik.

Neni 27: Ndërprerja për Mosplotësim

- 27.1 Autoriteti Kontraktor mund të ndërpresë kontratën në tërësi ose pjesërisht nëse:
- a) Kontraktuesi dështon në dorëzimin e Mallrave brenda periudhës së specifikuar në kontratë ose brenda zgjatjes së dhënë; ose,
 - b) Kontraktuesi dështon të zbatojë ndonjë detyrim tjetër të kontratës.
- 27.2 Autoriteti Kontraktor duhet të njoftojë me shkrim Kontraktuesin për ndërprerjen për mosplotësim dhe t'i japë Kontraktuesit 15 ditë të ndreqë mosplotësimin me përjashtim kur ndërprerja është bërë për veprime korruptive ose të paligjshme, rast në të cilin ndërprerja do të jetë e menjëhershme.

Neni 28: Ndërprerja për Shkak të Falimentimit

- 28.1 Autoriteti Kontraktor mund të ndërpresë kontratën në çdo kohë nëse Kontraktuesi falimenton ose bëhet i paaftë të paguajë.
- 28.2 Autoriteti Kontraktor duhet t'i japë Kontraktuesit njoftim me shkrim për ndërprerjen.

Neni 29: Ndërprerja për Shkak të Interesit Publik

- 29.1 Autoriteti Kontraktor mund të ndërpresë kontratën në çdo kohë nëse gjykon se ky veprim duhet ndërmarrë për t'i shërbyer sa më mirë interesit publik.
- 29.2 Autoriteti Kontraktor duhet të njoftojë me shkrim Kontraktuesin për ndërprerjen..

- 29.3 Autoriteti kontraktor duhet të paguajë Kontraktuesin për të gjitha Mallrat e pranuar dhe Shërbimet e lidhura me to të kryera përpara ndërprerjes dhe duhet t'i paguajë Kontraktuesit dëmet e shkaktuara për kryerjen e pjesshme të Mallrave dhe Shërbimeve të lidhura me to. Në llogaritjen e shumës së dëmeve, Kontraktuesit do t'i kërkohet të ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme për të minimizuar dëmet.

Neni 30: Nënkontraktimi

- 30.1 Një nënkontratë do të jetë e vlefshme vetëm nëse është në formën e një marrëveshjeje të shkruar me anë të së cilës kontraktori i beson kryerjen e një pjese të detyrimeve të kontratës së tij një pale të tretë.
- 30.2 Kontraktori nuk duhet të nënkontraktojë pa aprovimin paraprak me shkrim të Autoritetit Kontraktor dhe jo më shumë se 40% të vlerës së kontratës. Kontraktori duhet të njoftojë Autoritetin Kontraktor për elementet e kontratës që nënkontraktohet dhe dokumentacionin që provon aftësinë e nën kontraktorit. Autoriteti Kontraktor duhet të lajmërojë kontraktorin për vendimin e tij, brenda 5 ditëve nga marrja e njoftimit, duke shprehur arsyet nëse e aprovon apo jo atë.
- 30.3 Çdo nënkontraktor ka të drejtë të marrë pjesë në prokurimin publik sipas Ligjit mbi Prokurimin Publik. Autoriteti mund të parashikojë pagesa direkte tek nënkontraktori për mallrat që do të furnizojë.
- 30.4 Kontraktori mbetet plotësisht përgjegjës për zbatimin e kontratës pavarësisht nga sjellja e nënkontraktorit.

Neni 31: Transferimi i të Drejtave

- 31.1 Kontraktuesi nuk mund të transferojë, tërësisht ose pjesërisht, detyrimet e tij sipas kontratës me përjashtim kur jepet miratimi paraprak i Autoritetit Kontraktor.

Neni 32: Sigurimi i Kontratës

- 32.1 Përpara nënshkrimit të kontratës, kontraktuesi duhet t'i dorëzojë Autoritetit Kontraktor sigurimin e kontratës në shumën dhe formën e kërkuar.
- 32.2 Shuma e sigurimit të kontratës duhet t'i paguhet Autoritetit Kontraktor si kompensim për çdo humbje të rezultuar nga dështimi i Kontraktuesit në plotësimin e detyrimeve të tij sipas kontratës.
- 32.3 Garancia e sigurimit të kontratës do t'i kthehet Kontraktuesit jo më vonë se 30 ditë pas datës së pranimit të Mallrave. Megjithatë, pesë (5) përqind e depozitës do të mbahet deri në përmbushjen e kënaqshme të detyrimeve të kontratës.

Neni 33: Baza Ligjore

- 33.1 Kontrata do të rregullohet dhe interpretohet sipas legjislacionit shqiptar në fuqi.

Neni 34: Zgjidhja e Mosmarrëveshjeve

- 34.1 Autoriteti Kontraktor dhe Kontraktuesi duhet të bëjnë çdo përpjekje të zgjidhin mosmarrëveshjet ose konfliktet e ndodhura midis tyre ose në lidhje me këtë marrëveshje me negociata direkte.
- 34.2 Në se palët dështojnë në zgjidhjen e mosmarrëveshjes ose konfliktit, problemet do të konsiderohen me anë të zgjidhjes së mosmarrëveshjeve sipas kontratës dhe procedurave juridike në fuqi sipas legjislacionit të Republikës së Shqipërisë.

Neni 35: Përfaqësimi i Palëve

- 35.1 Çdo palë duhet të emërojë me shkrim një person ose post organizativ, që do të jetë përgjegjës, në emër të palës, për marrjen e komunikatave dhe për përfaqësimin e palës në çështjet e lidhura me ekzekutimin e kontratës.
- 35.2 Secila palë duhet të lajmërojë palën tjetër menjëherë për ndonjë ndryshim në emërimin e përfaqësuesit të palës. Nëse njëra palë dështon të lajmërojë, duhet të marrë përsipër çdo humbje të shkaktuar nga dështimi për të dhënë njoftim të mjaftueshëm.
- 35.3 Palët mund të emërojnë persona ose njësi organizative shtesë për të përfaqësuar palën në veprime ose veprimtari të veçanta, rast në të cilin njoftimi me shkrim duhet dhënë dhe duhet të përcaktojë shtrirjen e autoritetit të përfaqësuesit.

Neni 36: Lajmërimet

- 36.1 Çdo lajmërim i dhënë nga njëra palë tjetrës sipas kontratës duhet të bëhet me shkrim në adresën e specifikuar në kontratë.
- 36.2 Njoftimi do të ketë efekt sapo të dorëzohet.

Neni 37: Llogaritja e Afateve

- 37.1 Të gjitha referencat e ditëve do të jenë ditë kalendarike.

Shtojca 17

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

KUSHTET E VEÇANTA Mallrat – Procedurë e Hapur

Kushtet e veçanta të Kontratës hartohen në përputhje me objektin konkret të kontratës. Në rast se ka mospërputhje midis KPK dhe KVK do të mbizotërojnë Kushtete veçanta të kontratës.

Neni 1: Përkufizime

1.1 Autoriteti Kontraktor është _____

1.2 Kontraktuesi është _____

Neni 2: Sigurimi i Kontrates

2.1 Sigurimi i Kontratës në shumën prej (10% të vlerës së ofertës) duhet të ofrohet nga Kontraktuesi për të siguruar egzekutimin e detyrimeve të tij sipas kontratës.

2.2 Sigurimi i Kontratës do t'i lëshohet ose kthehet, menjehere Kontraktuesit sipas formularit të mëposhtëm: _____

Neni 3: Fillimi i Zbatimit

3.1 Zbatimi i kontratës duhet të fillojë më _____. Nëse data nuk është e përcaktuar, zbatimi do të fillojë në datën që Kontraktuesi nënshkruan formularin e kontratës.

Neni 4: Inspektimet dhe Testimet

4.1 Inspektimet dhe testimet para pranimit të Mallrave do të bëhen: _____

Neni 5: Kushtet e Dorëzimit

5.1 Data (t) dhe vendi (et) i dorëzimit të Mallrave do të bëhet sipas Grafikut të Lëvrimit të parashikuar në këtë kontratë.

5.2 Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin Kontraktor _____ ditë para çdo dorëzimi të Mallrave.

- 5.3 Lajmërimi i dorëzimit duhet të bëhet me shkrim, faks, postë, e-mail etj, tek: _____

- 5.4 Nëse Autoriteti Kontraktor i merr Mallrat nga një palë e tretë, lajmërimi i dorëzimit duhet të përfshijë listën e dokumentave të nevojshme për marrjen e Mallrave dhe të tregojë se ku dhe kur do t'i jepen dokumentat Autoriteti Kontraktor.
- 5.5 Nëse Autoriteti Kontraktor i merr Mallrat nga një palë e tretë, Kontraktuesi duhet të dorëzojë të gjitha dokumentat e nevojshme për marrjen e Mallrave tek: _____

Neni 6: Kushtet e Pagesës

- 6.1 Pagesa e Mallrave duhet bërë brenda _____ ditëve nga data e pranimit të Mallrave ose nga data e marrjes së kërkesës me shkrim të pagesës, sado vone që të vije. Nëse nuk është specifikuar, perioda kohore do të jetë 30 ditë.
- 6.2 Monedha e pagesës do të jetë _____. Nëse është lënë e paplotësuar, pagesa do bëhet me monedhën Shqiptare.

Neni 7. Pagesa Paraprake

- 7.1 Përqindja e pagesës paraprake do të jetë _____. Nëse nuk është specifikuar, Kontraktuesi nuk do të marrë pagesë paraprake.
- 7.2 Nëse është premtuar një pagesë paraprake, avanca do të paguhet brenda _____ ditëve nga marrja e sigurimit të kontratës.
- 7.3 Nëse jepet pagesa paraprake, shuma do të hiqet nga pagesa që duhet t'i jepet Kontraktuesit sipas formulës së mëposhtme: _____

Neni 8. Shërbimet në Lidhje me to

- 8.1 Kushtet e veçanta të mëposhme do të zbatohen për kryerjen e pagesës së shërbimeve të lidhura

Neni 9. Zbritja e garancisë së kontratës

- 9.1 Nëse parashikohet zbritje periodike të garancisë së kontratës ajo kryhet si më poshtë

Nëse nuk plotësohet, garancia mbetet e pandryshuar.



Shtojca 18

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

**FORMULARI I PUBLIKIMIT TËNJOFITIMIT TËKONTRATËS
SËNËNSHKRUAR**

Seksioni 1 Autoriteti Kontraktor

1.1 Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri _____
Adresa _____
Tel/Fax _____
E-mail _____
Faqja në Internet _____

1.2 Lloji i autoritetit kontraktor:

Institucion Qëndror

Institucion i Pavarur

Njesi e Qeverisjes Vendore _____ Tjetër _____

Seksioni 2. Objekti i Kontratës

2.1 Numri i referencës së procedurës/lotit _____

2.2 Lloji i “Kontratave Publike për Mallra”

Blerje — Qira — Leasing — Blerje me këste — Një kombinim i tyre

2.3 Kontratë në bazë të Marrëveshjes Kuadër

Po

Jo

Nëse Po, lloji i Marrëveshjes Kuadër

Me 1 Operator Ekonomik

Me disa operatorë ekonomikë

Të gjitha kushtet janë të përcaktuara Po Jo

2.4 Përshkrim i shkurtër i kontratës

1 Fondi limit _____

2. Burimi i Financimit _____

3.Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër _____

2.5 Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin:

Kohëzgjatja në **muaj ose ditë**

ose

duke filluar nga // me përfundim në //

2.6 Ndarja në LOTE:

Po

Jo

Nëse Po, numri i LOTEVE:

2.7 Opsionet:

Numri i rinovimeve të mundshme(nëse ka):

ose: nga në

2.8Kontrate menenkontraktim:

Po

Jo

Seksioni 3.Procedura

3.1 Lloji i procedurës: E Hapur

3.2 Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:

A) çmimi më i ulët

ose

B) oferta ekonomikisht më e favorshme

lidhur me rëndësinë: Çmimi **pikë**
etj. **pikë**

3.3 Numri i ofertave të dorëzuara:

Numri i ofertave të rregullta:

3.4. Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë të Informacionit dhe Komunikimit (TIK) janë përdorur standartet e përgatitura nga Agjencia Kombetare e Shoqërisë së Informacionit:

Po

Jo

3.5. Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë të Informacionit dhe Komunikimit (TIK), në rastin kur standartet janë të paaplikueshme, është marrë miratimi paraprak nga Agjencia Kombetare e Shoqërisë së Informacionit



Seksioni 4 Informacion mbi kontratën

4.1 Numri i Kontratës: Public Health Sector **Data e Kontratës //**

4.2 Emri dhe adresa e kontraktorit

Emri _____
Adresa _____
Tel/Fax _____
E-mail _____
Faqja e Internetit _____

4.2.1 Emri dhe adresa e nenkontraktorit/eve

Emri _____
Adresa _____
Tel/Fax _____
E-mail _____

Faqja e Internetit _____

4.3 Vlera totale përfundimtare e kontratës *(duke përfshirë lotet opsionet dhe nenkontraktimin):*

Vlera _____ (pa TVSH) Monedha _____

Vlera _____ (me TVSH) Monedha _____


4.3.1 Vlera totale e nenkontraktimit : _____

Vlera _____ (pa TVSH) Monedha _____

Vlera _____ (me TVSH) Monedha _____

4.4 Informacione shtesë _____

Data e shpërndarjes së këtij njoftimi //



Shtojca 18/1

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor për publikim në Buletinin e Njoftimeve Publike]

1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri _____
Adresa _____
Tel/Fax _____
E-mail _____
Faqja në Internet _____

2. Lloji i procedurës: _____

3. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër _____

4. Numri i referencës së procedurës/lotit _____

5. Fondi limit _____

6. Vlera totale përfundimtare e kontratës *(duke përfshirë lotet opsionet dhe nenkontraktimin):*

Vlera _____ *(me TVSH)* Monedha _____

Vlera e nenkontraktimit _____ *me Tvsh* Monedha _____

7. Data e lidhjes së kontratës _____

7. Emri dhe adresa e kontraktorit/nenkontraktorit

Emri _____
Adresa _____
Nr. NIPT _____

Shtojca 19

[Letër me kokë e Bankës / Kompanisë së Sigurimeve]

[Shtojcë për t'u paraqitur nga Operatori Ekonomik]

FORMULARI I SIGURIMIT TË KONTRATËS

[Data]

Për: [Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]

Në emër të: [Emri dhe adresa e ofertuesit të siguruar]

* * *

Procedura e prokurimit: [lloji i procedurës]

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [objekti]

Publikimi (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, dhe me kusht që [emri i ofertuesit të përcaktuar fitues] t'i jetë akorduar kontrata,

Ne vërtetojmë se [emri i ofertuesit të përcaktuar fitues] ka derdhur një depozitë pranë [emri dhe adresa e bankës / kompanisë së sigurimeve] në një shumë prej [monedha dhe vlera, e shprehur në fjalë dhe shifra] si kusht për sigurimin e ekzekutimit të kontratës, që do të nënshkruhet me [emri i autoritetit kontraktor]

Marrim përsipër të transferojmë në llogarinë e [emri i autoritetit kontraktor] vlerën e siguruar, brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga kërkesa juaj e thjeshtë dhe e parë me shkrim, pa kërkuar shpjegime, me kusht që kjo kërkesë të përmendë mos-përmbushjen e kushteve të kontratës.

Ky Sigurim është i vlefshëm deri në zbatimin plotë të kontratës.

[Përfaqësuesi i bankës / kompanisë së sigurimeve]

Shtojca 20

FORMULARI I ANKESËS PRANE AUTORITETIT KONTRAKTOR

Ankesë drejtuar: Autoriteti Kontraktor

Seksioni II. Identifikimi i Ankimuesit

Ankimuesi mund të jetë një ofertues ose ofertues i mundshëm (psh, si individ, në partneritet, në bashkëpunim, në bashkim shoqëror).

Emri plotë i ankimuesit (juletëmshypeni)

Adresa

Qyteti

Shteti

Kodi Postar/Kodi
Zip

Nr. Telefoni
(duke përfshirë prefiksin e zonës)

Nr. Faksi (duke përfshirë prefiksin
e zonës)

E-mail

Emri dhe pozicioni i zyrtarit të autorizuar që plotëson ankesën (juletëmshypeni)

Firma e zyrtarit të autorizuar

Data (viti/muaji/dita)

Nr. Telefoni (duke përfshirë prefiksin e
zonës)

Nr. Faksi (duke përfshirë prefiksin e
zonës)

Seksioni II. Informacion për Procedurën

1. Numër Identifikimi

Plotësoni numrin e kontratës në njoftimin e kontratës ose në dokumentat e tenderit, duke përfshirë llojin e procedurës së përdorur për prokurimin në fjalë (psh, Kërkesë për Propozime (KP), Procedurë e Hapur (PH), Procedurë e Kufizuar (PK), Procedurë me Negociim (PN), Shërbim Konsulencë (SHK), Konkurs Projektimi (KP)).

2. Autoriteti Kontraktor

Emri i autoritetit kontraktor që administron procesin e prokurimit.

3. Vlera e Përlllogaritur e Prokurimit

Llogaritja e vlerës së kontratës (shuma e shprehur në shifra dhe fjalë)

4. Objekti i Kontratës

Përshkrim i shkurtër i punëve/mallrave/shërbimeve që blihen.

5. Afati Përfundimtar për Dorëzimin e Ofertës

Afati përfundimtar për dorëzimin e ofertave.

6. Data e Përcaktimit të Kontratës Fituese

Data (viti/muaji/dita)

Data (viti/muaji/dita) nëse zbatohet



Seksioni III. Përshkrimi i ankesës

1. Baza Ligjore e Ankesës

(shkruani shkeljen ligjore, bazuar në vendime, akte, dokumenta, etj)

2. Deklaratë e Hollësishme e Fakteve dhe Argumenteve

Jepni një deklaratë të hollësishme të fakteve dhe argumenteve që mbështesin ankesën tuaj. Për çdo arsye të ankesës specifikoni datën në të cilën u vutë në dijeni për faktet e lidhura me arsyet e ankesës. Përmendni edhe seksionet përkatëse të dokumentave të tenderit, nëse zbatohen. Përdorni faqe shtesë, nëse është e nevojshme.

3. Lista e Shtojcave

*Që një ankesë të konsiderohet e dorëzuar, ajo duhet të jetë e plotë. Bashkangjisni një kopje të lexueshme të të gjithë dokumentave që kanë lidhje me ankesën tuaj dhe një listë të të gjithë këtyre dokumentave. Dokumentat duhet të përfshijnë normalisht **çdo njoftim të publikuar, të gjitha dokumentat e tenderit, me të gjitha ndryshimet dhe shtojcat, propozimin tuaj**. Përcaktoni se cili prej informacioneve është konfidencial, nëse ka të tillë. Shpjegoni se përse informacioni është i tillë, ose dorëzoni një version të dokumentave përkatëse me pjesët konfidenciale të hequra dhe një përmbledhje të përmbajtjes.*

Dërgojeni formularin e plotësuar të ankesës për prokurimin, të gjitha shtojcat e nevojshme dhe disa kopje shtesë, pranë **autoritetit kontraktor**

Shënim: Për ankesat pranë Komisionit të Prokurimit Publik duhet ti referoheni Formulari të Ankesës se nxjerrë nga ky institucion.

Nr. Faks:

E-mail:

Nënshkrimi dhe Vula e ankuesit



Shtojca 21

DRAFTI I MARRËVESHJES KUADËR
(KU TËGJITHA KUSHTET JANË TË PËRCAKTUARA)
PËR PUNË / MALLRA / SHËRBIME

[Përdorimi i këtij draft marrëveshje është detyruese për të gjitha Autoritetet Kontraktore qëdo të përdorin marrëveshjen kuadër)

Nr ____

DATA:

Kjo kontratë lidhet më [data], midis [emri dhe adresa e Autoritetit Kontraktor] tani e tutje të referuar si “Autoriteti Kontraktor” dhe [emri dhe adresa e Kontraktuesit] të përfaqësuar nga [përfaqësuesi], tani e tutje i quajtur si “Kontraktuesi”.

Kontraktori, me anë të ofertës së tij, me datë [data] bie dakord të furnizojë mallrat, ashtu siç janë të specifikuara në kushtet e përcaktuara në:

- Këtë kontratë
- Formularine Deklarimit të Ofertës, të paraqitur nga Ofertuesi
- Specifikimet Teknike
- Formularine çmimit të ofertës

Të gjitha këto dokumenta të bashkangjitur përbëjnë pjesë integrale të kësaj kontrate.

Neni 1 Objekti

- 1.1 Objekti i marrëveshjes kuadër është të përcaktojë kushtet, përfshirë çmimet për njësi dhe rregullat për dorëzimin e mallrave/shërbimeve/punëve në vijim.
[përshkrimi i përgjithshëm]
- 1.2 Marrëveshja kuadër do të zbatohet me dërgimin e ftesave për ofertë tek operatorët ekonomikë, palë në marrëveshje P.sh. kurdoherë që Autoriteti Kontraktor i përfshirë në këtë marrëveshje, do të blejë artikuj në bazë të kësaj kontrate, duhet që të dërgojë “ftesën për ofertë” tek kontraktuesi, duke specifikuar listën me artikuj për furnizim me sasi të tyre përkatëse.
- 1.3 Sasi të parashikuara, janë vetëm sasi orientuese dhe NUK e kushtëzojnë Autoritetin Kontraktor për t'i blerë ato. Autoriteti Kontraktor ka të drejtë të blejë më pak apo më shumë sasi se sa ato të parashikuara.
- 1.4 Kontraktuesi nuk do të ketë të drejtë kompensimi dhe NUK do t'i lejohet të bëjë ndryshime të çmimeve të njësisë, për shembull në rast se autoriteti kontraktor vendosë të blejë më pak apo më shumë sasi se sa ato të specifikuara dhe/ose në rast se autoriteti kontraktor vendos të mos blejë asnjë nga këto sasi për disa artikuj.
- 1.5 Kohëzgjatja e marrëveshjes kuadër:

Neni 2 Çmimi

- 2.1 Çmimet për njësi për punë/mallra /shërbime janë treguar në Formularin e Çmimit të Ofertës.

- 2.2 Çmimet e njërive duhet të jenë fikse dhe nuk duhet t'i nënshtrohen ndryshimeve për porositë e vendosura në këtë marrëveshje kuadër.

Nënshkrimet dhe Datat

Për Kontraktuesin		Për Autoritetin Kontraktues	
Emri:		Emri:	
Pozita:		Pozita:	
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:		Data:	
Vula:		Vula:	



Shtojca 22

DRAFTI I MARRËVESHJES KUADËR (KU JO TËGJITHA KUSHTET JANË TË PËRCAKTUARA) PËR PUNË / MALLRA / SHËRBIME

Emri i Autoritetit Kontraktues,

Dhe

Emri i Kontraktuesit

Bien dakord si vijon:

Të nënshkruajnë këtë Marrëveshje kuadër për objektin : < vendosni titullin > me numrin identifikues : <vendosni Numrin e Prokurimit>

Neni 1 Objekti

1.1 Objekti i kësaj marreveshje kuadër është të vendosë rregullat për kontratat të cilat do të lidhen përmes procesit të mini-konkursit vetëm ndërmjet operatorëve ekonomike që janë palë e kësaj marrëveshje kuadër.

1.2 Kjo marrëveshje kuadër nuk është një kontratë në vete, por përcakton kushtet për kontratat që do të lidhen në bazë të saj.

1.3 Kontraktuesi është vetëm një nga palët e marrëveshjes kuadër.

Neni 2 Detyrimet e Palëve

2.1 Autoriteti Kontraktues, palë në këtë marrëveshje, do t'i dërgojë kontraktuesit "Ftesën për Oferte" kurdo që paraqitet nevoja për punë/mallra/shërbime.

2.2 Kontraktuesi, detyrohet të dorëzojë një ofertë kurdo që kërkohet nga Autoriteti Kontraktor.

Neni 3 Kontratat në zbatim të marrëveshjes kuadër

3.1 Kontratat do të nënshkruhen vetëm pas procesit të mini-konkursit.

Neni 4 Procesi i mini-konkurrencës

4.1 Procesi i mini- konkursit do të kryhet me të gjithë operatorët ekonomike, palë në marrëveshjen kuadër, kurdoherë që paraqitet nevoja për punë/mallra/shërbime për Autoritetet Kontraktore.

4.2 Autoriteti Kontraktor do të ri-hapë konkursin në bazë të kushteve të njëjta ose të kushteve të tjera të vendosura në ftesën për ofertë, sipas përcaktimeve në dokumentat e tenderit.

4.3 Kurdoherë që paraqitet nevoja për punë/mall/shërbim Autoriteti Kontraktor duhet të përgatisë Ftesat për Oferte dhe t'u dërgojë të gjithë operatorëve ekonomike, palë në marrëveshjen kuadër. Vlerësimi i ofertave do të bëhet sipas kriterëve të përcaktuara në Ftesën për Ofertë.

Neni 5 Kohëzgjatja e marrëveshjes kuadër

Nënshkrimet dhe datat

Për Kontraktuesin		Për Autoritetin Kontraktues	
Emri :		Emri:	
Pozita:		Pozita:	
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:		Data:	
Vula:		Vula:	

Shtojca 23

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

FORMULARI I NJOFTIMIT TE ANULIMIT

1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri _____
 Adresa _____
 Tel/Fax _____
 E-mail _____
 Faqja në Internet _____

1. Lloji i procedurës: _____

2. Numri i Referencës: _____

3. Objekti i kontratës _____

4. Fondi limit _____

5. Arsyet e Anulimit:

Bazuar në Ligjin Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar, neni 24, pika 1:

- a) ;
- b) ;
- c) ;
- ç) ;
- d) ;
- dh) ;

Etj. _____

6. Informacione shtesë

Data e shpërndarjes së këtij njoftimi.

