



REPUBLIKA E SHQIPERISE AGJENCIA E PROKURIMIT PUBLIK

DOKUMENTAT STANDARDE TË PROCEDURËS SË HAPUR MALLRA ¹

Objekti: “Krijim kabinetesh mësimore për Fakultetin e Shkencave Mjekësore Teknike”

Fondi limi: 32,045,399 (tridhjetë e dy milion e dyzet e pesë mijë e treqind e nëntëdhjetë e nëntë) Lekë pa Tvsh.

Ndarje në lote:

Loti 1 “Blerje pajisje kompjuterike”: 4,825,583 (katërmilion e tetëqind e njëzet e pesëmijë e pesëqind e tetëdhjetë e tre) Lekë pa TVSh;

Loti 2: “Blerje pajisje mjekësore, laboratorike dhe Manekine”: 23,100,637 (njëzet e tremilion e njëqindmijë e gjashtëqind e tridhjetë e shtatë) Lekë pa TVSh;

Loti 3: “Mobilje spitalore”: 2,819,535 (dymilion e tetëqind e nëntëmbëdhjetë mijë e pesëqind e tridhjetë e pesë) Lekë pa TVSh;

Loti 4: “Fizioterapi dhe logopedia”: 769,917 (shtatëqind e gjashtëdhjetë e nëntë mijë e nëntëqind e shtatëmbëdhjetë) Lekë pa TVSh;

Loti 5: “Materiale të imta për Laboratorin Infermieri”: 529,727 (pesëqind e njëzet e nëntë mijë e shtatëqind e njëzet e shtatë) Lekë pa TVSH.

I NJOFTIMI I KONTRATËS

Seksioni 1. Autoriteti Kontraktor

1.1 Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri: **Universiteti i Mjeksisë, Tiranë**

Adresa: **Rruga “Dibrës”, Nr. 371, 1005-Tiranë**

Tel/Fax: -

E-mail: lindita.kokona@umed.edu.al

Faqja e Internetit: www.umed.edu.al

1.2 Lloji i autoritetit kontraktor:

Institucion qëndror

Institucion i pavarur

Njesie qeverisjes vendore

Tjetër

X

1.3 Kontratë në kuadrin e një Marrëveshjeje të veçantë ndërmjet Shqipërisë dhe një Shteti tjetër

Po

Jo

X

Seksioni 2. Objekti i kontratës: “Krijim kabinetesh mësimore për Fakultetin e Shkencave Mjekësore Teknike”

2.1 Numri i referencës së procedurës: REF-41704-10-30-2019

Loti 1 REF-41706-10-30-2019

Loti 2 REF-41708-10-30-2019

Loti 3 REF-41710-10-30-2019

Loti 4 REF-41712-10-30-2019

Loti 5 REF-41714-10-30-2019

2.2 Lloji i “Kontratave Publike për Mallra”

Blerje

Qira

Leasing

Blerje me këste

Një kombinim i tyre

X

2.3 Kontratë në bazë të Marrëveshjes Kuadër

Po

Jo

X

2.4 Lloji i Marrëveshjes Kuadër

Me një Operator Ekonomik

Me disa operatorë ekonomikë

Të gjitha kushtet janë të përcaktuara Po Jo

Në Marrëveshjen Kuadër me 1 Operator Ekonomik, kur të gjitha kushtet janë të përcaktuara, të jepen arsyet e përzgjedhjes së kësaj lloji Marrëveshje Kuadër.

--

2.5 Numri i operatorëve ekonomikë me të cilët do të përfundojë Marrëveshja Kuadër: _____ (Këtu duhet të përcaktohet numri maksimal i operatorëve ekonomikë me të cilët do të lidhet Marrëveshja Kuadër).

2.6	Kushtet që do zbatohen në rastin e rihapjes së konkurimit dhe/ose përdorimi i mundshëm i blerjes elektronike .	
------------	--	--

2.7 Autoriteti kontraktor/Autoritetet kontraktore të cilat do të lidhin marrëveshjen kuadër:

2.8 Përshkrim i shkurtër i kontratës

1. Fondi limit: **32,045,399 (tridhjetë e dy milion e dyzet e pesë mijë e treqind e nëntëdhjetë e nëntë) Lekë pa Tvsh, nga i cili:**

3. Burimi i Financimit: **Të ardhura dytësore**

4. Objekti i kontratës: **“Krijim kabinetesh mësimore për Fakultetin e Shkencave Mjekësore Teknike”**

2.9 Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin:

Kohëzgjatja 60 ditë nga nënshkrimi i kontratës.

ose

duke filluar nga // me përfundim në //

2.9.1. Kohëzgjatja e Marrëveshjes Kuadër

Kohëzgjatja në muaj: ose ditë: (nga nënshkrimi i Marrëveshjes Kuadër (jo më shumë se (4) vjet)	
Ose duke filluar nga	// (dd/mm/vvvv)
Përfunduar më	// (dd/mm/vvvv)

2.10 Vendi i dorëzimit të objektit tëkontratës/marrëveshjes kuadër:

- **Fakulteti i Shkencave Mjekësore Teknike, Rruga “Dibrës”, pranë QSUT, Tiranë**

2.11 Ndarja në LOTE:

Po **X** Jo

Nëse po,

2.12 Përshkrim i shkurtër i loteve

(Objekti dhe fondi limit i loteve)

Loti 1 “Blerje pajisje kompjuterike”: 4,825,583 (katërmilion e tetëqind e njëzet e pesëmijë e pesëqind e tetëdhjetë e tre) Lekë pa TVSh;

Loti 2: “Blerje pajisje mjekësore, laboratorike dhe Manekine”: 23,100,637 (njëzet e tremilion e njëqindmijë e gjashtëqind e tridhjetë e shtatë) Lekë pa TVSh;

Loti 3: “Mobilje spitalore”: 2,819,535 (dymilion e tetëqind e nëntëmbëdhjetë mijë e pesëqind e tridhjetë e pesë) Lekë pa TVSh;

Loti 4: “Fizioterapi dhe logopedia”: 769,917 (shtatëqind e gjashtëdhjetë e nëntë mijë e nëntëqind e shtatëmbëdhjetë) Lekë pa TVSh;

Loti 5: “Materiale të imta për Laboratorin Infermieri”: 529,727 (pesëqind e njëzet e nëntë mijë e shtatëqind e njëzet e shtatë) Lekë pa TVSH.

Një Ofertues mund të aplikojë për [një lot], [disa lote], [të gjitha lotet]. Për çdo lot paraqitet një ofertë e veçantë.

2.13 Opsionet:

Numri i rinovimeve të mundshme (*nëse ka*): **JO**

Ose: nga në

2.14 Do të pranohen variantet:

Po Jo **X**

2.14.1Do të pranohet nenkontraktimi:

Po Jo **X**

Nese do te lejohet nenkontraktimi, te specifikohet perqindja e lejuar per nenkontraktim: _____

Autoriteti kontraktor do t’i beje pagesa te drejperdrejte nenkontraktorit:

Dokumentat Standarde të Tenderit

Po

Jo

Shenime te tjera

2.15. Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë të Informacionit dhe Komunikimit (TIK) janë përdorur standartet e përgatitura nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit:

Po

Jo

X

2.16. Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë të Informacionit dhe Komunikimit (TIK), në rastin kur standartet janë të pa-aplikueshme, është marrë miratimi paraprak nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit:

Po

Jo

X

Seksioni 3 Informacioni ligjor, ekonomik, financiar dhe teknik

3.1 Kriteret e Pranimit sipas shtojcës 9.

3.2 Sigurimi i Ofertës¹: (i zbatueshëm në rastin e procedurave të prokurimit me vlerë më të lartë se kufiri i lartë monetar, në rast se kërkohet nga autoriteti kontraktor).

Operatori Ekonomik paraqet Formularin e sigurimit të ofertës, kur kërkohet, sipas Shtojcës 4. Vlera e kërkuar e sigurimit të ofertës është _____ Lekë (shuma e shprehur në fjalë).

Në rastet e dorëzimit të ofertës për Lote, vlera e sigurimit të ofertës, kur kërkohet, për secilin nga Lotet është si më poshtë:

Loti 1 _____ Lekë

Loti 2 _____ Lekë

Seksioni 4 Procedura

4.1 Lloji i procedurës: E Hapur

Dokumentat Standarde të Tenderit

Procedurë prokurimi e rishpallur

Po

Jo

X

Nëse është procedurë e rishpallur të plotësohen të dhënat identifikuese të procedurës së anuluar:

a) Numri i referencës në sistemin e prokurimit elektronik të procedurës së prokurimit të anuluar

b) Objekti i prokurimit të procedurës së prokurimit të anuluar _____

c) Fondi limit i procedurës së prokurimit të anuluar _____

4.2 Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:

A) **çmimi më i ulët** **X**

Në rastin e procedurave të prokurimit për furnizimin me karburante, gazoil, benzol dhe karburant për ngrohje, **çmimi më i ulët** bazohet në:

i) çmimi i bursës, sipas Reuters lëvruar sipas kushtit CIF-Shqipëri, i cili është publikuar në Buletinin e fundit të Njoftimeve Publike, para datës së dorëzimit dhe hapjes së ofertave;

ii) elementet fiskale, përfshi akcizën, taksë karbonisi dhe çdo taksë tjetër sipas legjislacionit në fuqi;

iii) marzhi më i ulët i fitimit, të shprehur në përqindje.

Vlera absolute e marzhit të fitimit nuk do të ndryshojë gjatë ekzekutimit të kontratës, në rast të luhatjes së çmimeve.

Ose

B) **oferta ekonomike më e favorshme**

lidhur me rëndësinë: Çmimi **pikë**

etj. **pikë**

Autoriteti Kontraktor duhet të specifikojë pikët për çdo kriter vlerësimi të vendosur.

4.3 Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:

Data: 27.11.2019 Ora: 11:00

Vendi: www.app.gov.al

Kur oferta kërkohet të paraqitet me mjete elektronike operatorët ekonomike duhet të dorëzojnë ofertën në mënyrë elektronike në faqen zyrtare të APP-së, www.app.gov.al

4.4 Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:

Data: 27.11.2019 Ora: 11:00 Vendi: www.app.gov.al

Informacioni mbi ofertat paraqitura me mjete elektronike duhet t'i komunikohet të gjithë atyre Operatorëve Ekonomikë që kanë dorëzuar oferta, në bazë të kërkesës së tyre.

4.5 Periudha e vlefshmërisë së ofertave: 150 (e shprehur në ditë)

4.6 Gjuha (-ët) për hartimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:

Shqip	X	Anglisht
Tjetër	_____	

Seksioni 5 Informacione plotësuese

5.1 Dokumenta me pagesë (i zbatueshëm vetëm për procedurat që nuk zhvillohen me mjete elektronike):

	Po	Jo	X
Nëse Po			
	Monedha	_____	Çmimi

Ky çmim mbulon kostot aktuale të kopjimit dhe shpërndarjes së DT tek Operatorët Ekonomikë. Operatorët Ekonomikë të interesuar kanë të drejtë të kontrollojnë DT para blerjes së tyre.

5.2 Informacione shtesë (vendi, zyra, mënyrat për tërheqjen e dokumentave të tenderit)

Data e shpërndarjes së këtij njoftimi **01.11.2019**

Njoftimi i kontrates për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor, i cili do të publikohet në Buletinin e Njoftimeve Publike

1.Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri: **Universiteti i Mjeksisë, Tiranë**

Adresa: **Rruga “Dibrës”, Nr. 371, 1005-Tiranë**

Tel/Fax: **-**

E-mail:**lindita.kokona@umed.edu.al**

Faqja e Internetit: **www.umed.edu.al**

2. Lloji i procedurës se prokurimit: “Procedurëe Hapur Mall”

3.Numri i referencës së procedurës: REF-41704-10-30-2019

Loti 1	REF-41706-10-30-2019
Loti 2	REF-41708-10-30-2019
Loti 3	REF-41710-10-30-2019
Loti 4	REF-41712-10-30-2019
Loti 5	REF-41714-10-30-2019

4. Objekti i kontratës: “Krijim kabinetesh mësimore për Fakultetin e Shkencave Mjekësore Teknike”

5.Fondi limit: 32,045,399 (tridhjetë e dy milion e dyzet e pesë mijë e treqind e nëntëdhjetë e nëntë) Lekë pa Tvsh, nga i cili:

Loti 1 “Blerje pajisje kompjuterike”: 4,825,583 (katërmilion e tetëqind e njëzet e pesëmijë e pesëqind e tetëdhjetë e tre) Lekë pa TVSh;

Loti 2: “Blerje pajisje mjekësore, laboratorike dhe Manekine”: 23,100,637 (njëzet e tremilion e njëqindmijë e gjashtëqind e tridhjetë e shtatë) Lekë pa TVSh;

Loti 3: “Mobilje spitalore”: 2,819,535 (dymilion e tetëqind e nëntëmbëdhjetë mijë e pesëqind e tridhjetë e pesë) Lekë pa TVSh;

Loti 4: “Fizioterapi dhe logopedia”: 769,917 (shtatëqind e gjashtëdhjetë e nëntë mijë e nëntëqind e shtatëmbëdhjetë) Lekë pa TVSh;

Loti 5: “Materiale të imta për Laboratorin Infermieri”: 529,727 (pesëqind e njëzet e nëntë mijë e shtatëqind e njëzet e shtatë) Lekë pa TVSH.

6.Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin: 60 ditë nga data e nënshkrimit të kontratës

7.Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: 27.11.2019

8.Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: 27.11.2019

II. UDHËZIME PËR OPERATORËT EKONOMIKË

Seksioni 1. Hartimi i ofertës

- 1.1 Operatorët Ekonomikë janë të detyruar të përgatisin oferta, në përputhje me kërkesat e përcaktuara në këto DT. Ofertat që nuk përgatiten në përputhje me këto DT do të refuzohen si të papranueshme.
- 1.2 Operatori Ekonomik përballon kostot që lidhen me përgatitjen dhe dorëzimin e ofertës së tij. Autoriteti Kontraktor nuk është përgjegjës për këto kosto.
- 1.3 Për procedurat e prokurimit që zhvillohen në rrugë shkresore, origjinali i ofertesduhet të shtypet ose të shkruhet me bojë që nuk fshihet. Të gjitha fletët e ofertës duhet të lidhen së bashku dhe të numerizohen. Të gjitha fletët e ofertës, përveç literaturës së pandryshueshme e të printuar duhet të pajisen me initiale ose të nënshkruhen nga Personi (-at) e autorizuar. Çdo ndryshim në ofertë duhet të jetë i lexueshëm dhe i firmosur nga Personat e Autorizuar.
- 1.4 Në rast të ofertave të paraqitura nga një bashkim operatorësh ekonomik, oferta duhet të shoqërohet me Prokurën/autorizimin me Shkrim për Personat e Autorizuar që do të përfaqësojnë bashkimin gjatë procedurës së prokurimit
- 1.5 Operatori ekonomik, mban përgjegjësi për të gjithë dokumentacionin e paraqitur si pjesë e ofertës. Në rast verifikimi të përmbajtjes së dokumentacionit të paraqitur, apo të vetëdeklarimeve, kur përmbajtja e tyre nuk rezulton e vërtetë, operatori ekonomik ndodhet në kushtet e parashikuara në nenin 13, pika 3, gërma (a) të LPP-së.
- 1.6 **Oferta duhet të përfshijë dokumentat e mëposhtëm:**
- a) Formulari i Ofertës, plotësuar sipasShtojcës 1 të DT ose Shtojcës 2 të DT(në rastin e procedurave të prokurimit për furnizimin me karburante, gazoil, benzol dhe karburant për ngrohje).
- b) Dokumentat që lidhen me objektin e prokurimit (*skica, katalogje, kampione etj*)
- _____ ,
- _____ ,
- _____ .
- c) Deklaratën për paraqitje oferte të pavarur sipas shtojcës 2/1.
- ç) Dokumentat dhe vërtetimet e kërkuara nëShtojcën 8.
- d) (Opsion) ofertën alternative teknike (nëse parashikohet)
- Një Operator Ekonomik duhet të paraqesë vetëm një ofertë.

Me plotesimin e Shtojcës “Deklaratë mbi garantimin e zbatueshmërisë së Dispozitave Ligjore në Marrëdhëniet e Punës“, operatori ekonomik pranon se ka kontrata pune me çdo punëmarrës dhe që respekton të drejtat e punëmarrësve, sipas dispozitave të Kodit të Punës (ku përfshihen edhe të drejtat e

gruas shtatzënë, gruas që sapo ka lindur dhe/ose gruas me fëmijë në gj, të parashikuara në nenet 104, 105, 105/a, 106, 108 dhe 115, dhe të legjislacionin të punës në tërësi.

1.7 Fshehtësia e procesit sipas nenit 25 të LPP-së.

- 1.8 Për procedurat e prokurimit që zhvillohen në rrugë shkresore, Operatorët Ekonomikë duhet të dorëzojnë vetëm ofertën origjinale të futur në një zarf jotransparent, tëmbyllur, të vulosur dhe firmosur me emrin dhe adresën e Ofertuesit dhe të shënuar: “Ofertë për furnizimin e mallrave; Nr e Njoftimit ____.”
“MOS E HAPNI, ME PËRJASHTIM TË RASTEVE KUR ËSHTË I PRANISHËN KOMISIONI I VLERËSIMIT TË OFERTËS, DHE JO PARA dd/mm/vv _____ orës _____”

Kur oferta kërkohet të paraqitet me mjete elektronike, operatorët ekonomike duhet të dorëzojnë ofertën në mënyrë elektronike në faqen zyrtare të APP-së, www.app.gov.al.

- 1.9 Për procedurat e prokurimit që zhvillohen në rrugë shkresore, ofertuesit mund të modifikojnë ose të tërheqin ofertat e tyre, me kusht që ky modifikim ose tërheqje të kryhet para afatit kohor përfundimtar për paraqitjen e ofertave. Si modifikimet, ashtu edhe tërheqjet duhet t'i komunikohen Autoritetit Kontraktor me shkrim para datës së fundit për dorëzimin e ofertave. Zarfë që përmban deklaratën e Ofertuesit duhet të shënohet përkatësisht: **“MODIFIKIM OFERTE”** ose **“TËRHEQJE OFERTE”**.

Kur oferta kërkohet të paraqitet me mjete elektronike, ofertuesi mund të modifikojë në çdo kohë ofertën deri përpara përfundimit të afatit kohor për dorëzimin e ofertave, pa patur nevojë për ndonjë komunikim me autoritetin kontraktor, pasi veprimet kryhen në llogarinë e tij, në faqen zyrtare të APP-së, www.app.gov.al.

Seksioni 2 Përlllogaritja e ofertës ekonomike

- 2.1 Operatori Ekonomik duhet të plotësojë Formularin e Ofertës bashkangjitur me këto DT, duke përcaktuar mallrat që do të levrohen, sasi të dhe çmimin e tyre.
- 2.2 Të gjitha çmimet duhet të kuotohen në Monedhën Shqiptare (Lek), duke përfshirë edhe tatimet që zbatohen, por pa përfshirë TVSH. Nëse çmimet kuotohen në një monedhë të huaj, atëherë ato duhet të kthehen në Lekë Shqiptare sipas kursit zyrtar të këmbimit të Bankës së Shqipërisë, në datën në të cilën është dërguar për publikim njoftimi i kontratës dhe duhet të ruhen në atë kurs deri në skadimin e periudhës së vlefshmërisë së ofertës.
- 2.3 Ofertuesi duhet të shënojë në Formularin e Ofertës, çmimet totale të ofertës të të gjitha Mallrave, pa TVSH. Vlera e TVSH, kur aplikohet, i shtohet çmimit të dhënë dhe përbën vlerën totale të ofertës.
- 2.4. Në rastin e një marrëveshje kuadër ku të gjitha kushtet NUK janë përcaktuar, çmimet për kontratat e bazuara në marrëveshjen kuadër nuk janë të fiksuara; ato janë objekt i ndryshimit pas një mini-konkursimidis operatorëve ekonomikë, palë në marrëveshjen kuadër.
- 2.5 Sigurimi i Ofertës, kur kërkohet, duhet të dorëzohet bashkë me ofertën para skadimit të afatit kohor për dorëzimin e ofertave. Mospajtimi me kërkesat për sigurimin e ofertës do të ketë si pasojë refuzimin e ofertës.
- 2.6 Sigurimi i Ofertës mund të dorëzohet në një nga format e mëposhtme:

- a) garanci bankare
- b) garanci sigurimi

Formulari i sigurimit të ofertës duhet të nënshkruhet nga lëshuesi (Banka, kompania e sigurimit, etj) dhe duhet të dorëzohet sëbashku me ofertën para hapjes së ofertave, përndryshe oferta do të refuzohet.

Dokumentat si më sipër duhet të jenë të vlefshëm përgjatë gjithë periudhës së vlefshmërisë së ofertës. Në rastin kur sigurimi i ofertës ka formën e një garancie bankare, Autoriteti Kontraktor ia rikthen ofertuesve sigurimin përkatës brenda 15 ditëve nga nënshkrimi i kontratës.

2.7 Periudha e Vlefshmërisë së Ofertës

Periudha e vlefshmërisë së ofertës fillon që nga momenti i hapjes së ofertave. Në çdo rast, të paktën 5 ditë nga përpara përfundimit të afatit kohor për vlefshëminë e ofertave, autoriteti kontraktor mund t'i kërkojë Ofertuesit me shkrim të zgjasë periudhën e vlefshmërisë, deri në një datë të caktuar. Ofertuesi mund t'a refuzojë këtë kërkesë me shkrim pa humbur të drejtën për rimbursim të sigurimit të ofertës, kur ka një tillë. Ofertuesi që bie dakord të zgjasë periudhën e vlefshmërisë së ofertës njofton Autoritetin Kontraktor me shkrim, dhe paraqet një sigurim oferte të zgjatur, nëse ka pasur një të tillë. Oferta nuk mund të modifikohet. Nëse Ofertuesi nuk i përgjigjet kërkesës së bërë nga Autoriteti Kontraktor lidhur me zgjatjen e periudhës së vlefshmërisë së ofertës, ose nuk e pranon kërkesën në fjalë, ose nuk paraqet një sigurim të zgjatur të ofertës, kur kërkohet, atëherë Autoriteti Kontraktor do të refuzojë ofertën.

2.8 Veprimet e jashtëligjshme sipas Nenit 26 të LPP-së

Seksioni 3. Vlerësimi i Ofertave

3.1 Kriteret e përzgjedhjes

(Opsioni 1) Çmimi më i ulët i ofertës së kualifikuar.

Kontrata do t'i akordohet atij Ofertuesi që ka ofruar çmimin më ulët të ofertës.

Në rastin e procedurave të prokurimit për furnizimin me karburante, gazoil, benzol dhe karburant për ngrohje, **çmimi më i ulët** bazohet në:

- i) çmimi i bursës, sipas Reuters lëvruar sipas kushtit CIF-Shqipëri, i cili është publikuar në Buletinin e fundit të Njoftimeve Publike, para datës së dorëzimit dhe hapjes së ofertave;
- ii) elementet fiskale, përfshi akcizën, taksë karbonisi dhe çdo taksë tjetër sipas legjislacionit në fuqi;
- iii) marzhi më i ulët i fitimit, të shprehur në përqindje.

Vlera absolute e marzhit të fitimit nuk do të ndryshojë gjatë ekzekutimit të kontratës, në rast të luhatjes së çmimeve.

(Opsioni 2) Oferta ekonomikisht më e favorshme.

Për kriteret vlerësuese duhet përcaktuar qartë pesha specifike e secilit kriter dmth sa pikë do të ketë çdo kriter dhe si do të llogariten pikët për ofertuesit e njëpasnjëshëm.

Të gjitha kriteret e vendosura për vlerësimin e ofertave duhet të jenë sa më objektive dhe të shprehen në shifra. Në çdo rast, kur kriteret janë më shumë se një, pesha e kriterit të cmimit nuk do të jetë më pak se 50 pikë. Pikët maksimale që do të marrë një ofertë do të jenë 100.

Formula me të cilën do të llogariten pikët e ofertuesve në këtë rast është:

$$Po = Pk1 + Pk2 + Pk3 + \dots$$

Ku:

Po - janë pikët totale të ofertës së vlerësuar

Pk1/Pk2/Pk3/... - janë pikët për çdo kriter të vlerësuar

Pikët për çdo kriter përlllogariten sipas formulës:

$$Pk1 = V_{min} k1 \times P_{max} k1 / O_{k1}$$

Pk1 _____ Pikët e kriterit që vlerësohet

$V_{min} k1$ Vlera e mëe ulët e kriterit që vlerësohet

$P_{max} k1$ Pikët maksimale që i jepen kriterit që vlerësohet

O_{k1} Treguesi i ofertës për kriterin që vlerësohet

Sqarim: Si kriter vlerësimi duhet të përzgjidhet vetëm njëri prej opsioneve. Plotësimi i të dy opsioneve e bën procedurën të pavlefshme.

3.2 Korrigjimi i gabimeve dhe pjesët e hequra

3.2.1 Autoriteti Kontraktor korrigjon ato gabime në ofertë, që janë thjesht të një natyre aritmetike, nëse gabimi zbulohet gjatë shqyrtimit të ofertave. Autoriteti Kontraktor e njofton menjëherë Ofertuesin në fjalë me një njoftim me shkrim/elektronik mbi çdo korrigjim të tillë dhe mund të vazhdojë me ndryshimin e gabimit, me kusht që Ofertuesi t'a ketë miratuar këtë komunikim që i është bërë. Nëse Ofertuesi refuzon të pranojë korrigjimin e propozuar, atëherë oferta do të refuzohet, pa konfiskim të sigurimit të ofertës, nëse ekziston një e tillë.

3.2.2 Gabimet në llogaritjen e çmimit do të korrigjohen nga Autoriteti Kontraktor, si më mëposhtë:

- në rast se ka mospërputhje ndërmjet shumave të shprehura në shifra dhe atyre në fjalë, atëherë do të mbizotërojnë shumat e shprehura në fjalë, me përjashtim të rasteve kur shuma në fjalë lidhet me një gabim aritmetik;

- nëse ka mospërputhje ndërmjet çmimit njësi dhe vlerës së përgjithshme që merret nga shumëzimi i çmimit njësi dhe sasisë, atëherë do të mbizotërojnë çmimi njësi, dhe rrjedhimisht duhet të korrigjohet

shuma në total, nëse ka një gabim në një shumë total, që korrespondon me mbledhjen ose zbritjen e nëntotaleve, atëherë do të mbizotërojë nëntotali dhe totali duhet të korrigjohet. Shumat e korrigjuara në këtë mënyrë janë të detyrueshme për ofertuesin. Nëse ofertuesi nuk i pranon ato, atëherë oferta e tij do të refuzohet *Ofertat me gabime aritmetike refuzohen, kur shumat absolute të të gjitha korrigjimeve janë më shumë se $\pm 2\%$ e vlerës së ofertës ekonomike të ofruar*

3.3 Ofertat anomalisht të ulëta

3.3.1 Nëse oferta e dorëzuar, rezulton anomalisht e ulët në lidhje me mallrat e ofruara, atëherë Autoriteti Kontraktor i kërkon Ofertuesit në fjalë të justifikojë çmimin e ofruar. Nëse Ofertuesi nuk arrin të japë një justifikim që të bindë Autoritetin Kontraktor, atëherë ky i fundit ka të drejtë të refuzojë ofertën.

3.3.2 Oferta do të cilësohet anomalisht e ulët sipas përcaktimit të bërë në nenin 66 të Kreut VII të RrPP .

Në rastin kur janë të vlefshme dy ose më pak oferta, në përputhje me nenin 56, të LPP-së, oferta vlerësohet anomalisht e ulët kur ajo është ulur më shumë se 25 përqind e fondit limit të përlogaritur.

Në rastin kur janë të vlefshme tre ose më shumë oferta, në përputhje me nenin 56 të LPP-së, oferta vlerësohet anomalisht e ulët nëse vlera e saj do të jetë më e vogël se 85 përqind e mesatares së ofertave të vlefshme.

Nëse një apo disa oferta vlerësohen si anomalisht të ulëta, komisioni i vlerësimit të ofertave duhet të kërkojë sqarime nga ofertuesit, përpara se të marrë vendim për kualifikimin ose jo të tyre, në përputhje me nenin 56 të LPP.

Në çdo rast ofertuesi ka detyrimin të argumentojë dhe dokumentojë me prova shkresore sqarimet mbi elementin/elementët e veçantë të ofertës, në përputhje me kërkesat e nenit 56 të LPP.

Formula që do të zbatohet për të cilësuar një ofertë anomalisht të ulët, në rastin kurka tre ose më shumë oferta të vlefshme është si më poshtë:

O – Oferta

M_O – Mesatarja e Ofertave të vlefshme

n – Numri i Ofertave të vlefshme

Z_M – Zbritja e Mundshme

$$M_O = O_1 + O_2 + O_3 + \dots O_n / n$$

$$Z_M = 85\% M_O$$

Vlera e Ofertës që vlerësohet $< Z_M$, si rrjedhim Oferta është Anomalisht e Ulët

Në rastin kur kriter vlerësimi është përzgjedhur oferta ekonomikisht më e favorshme, do të verifikohet nëse ofertat janë anomalisht të ulëta vetëm nëse oferta e klasifikuar me pikët më të larta e ka ofertën ekonomike me vlerën më të ulët.

3.4. Ankimi administrativ në dispozicion të Operatorëve Ekonomikë sipas nenit 63 të LPP-së.

Seksioni 4. Nënshkrimi i Kontratës

4.1 Njoftimi i fituesit

Autoriteti Kontraktor njofton Ofertuesin fitues, përmes dërgimit të njoftimit të fituesit, siç parashikohet në Shtojcën 14. Një kopje e këtij njoftimi publikohet në Buletinin e Njoftimeve Publike, siç kërkohet në Nenin 58 të LPP-së.

4.2 Sigurimi i kontratës

4.2.1 Autoriteti Kontraktor kërkon sigurim për ekzekutimin e kontratës. Shuma e sigurimit për ekzekutimin e kontratës do të jetë 10 % e vlerës së kontratës. Formulari i Sigurimit të Kontratës, sipas Shtojcës 19 të DT, duhet të nënshkruhet dhe të dorëzohet para nënshkrimit të kontratës.

4.2.2 Sigurimi për ekzekutimin e kontratës mund të dorëzohet në një nga format e mëposhtme:

- i. garanci bankare
- ii. garanci sigurimi

Ky formular nuk përdoret nga autoritetet kontraktore në rastin e prokurimit të kontratave sektoriale.

4.3 Njoftimi i kontratës së nënshkruar

Në pajtim me RrPP, pas nënshkrimit të kontratës, autoriteti kontraktor dërgon një njoftim në APP për publikim në Buletinin e Njoftimeve Publike.

Shënim: Autoritetet kontraktore nuk duhet të ndërhyjnë për të bërë asnjë lloj ndryshimi në dokumentat e tenderit nga pika 1 në pikën 4.

III. SHTOJCAT

Shtojcat e mëposhtme janë pjesë përbërëse e DT:

- Shtojca 1: Formulari i Ofertës ekonomike
- Shtojca 2: Formulari i Ofertës ekonomike, në rastin e procedurave të prokurimit për furnizimin me karburante, gazoil, benzol dhe karburant për ngrohje
- Shtojca 2/1: Deklaratë për paraqitje oferte të pavarur
- Shtojca 3: Ftesa për Ofertënë rastin e Marrëveshjes Kuadër
- Shtojca 4: Formulari i Sigurimit të Ofertës
- Shtojca 5: Formulari i Informacionit Konfidencial
- Shtojca 6: Deklaratëmbi përmbushjen e specifikimeve teknike nga operatori ekonomik
- Shtojca 7: Deklarata për konfliktin e interesit
- Shtojca 8: Deklaratë mbi përmbushjen e kriterëve të përgjithshme
- Shtojca 8/1: Deklaratë mbi garantimin e zbatueshmërisë së dispozitave Ligjore në marrëdhëniet e punës
- Shtojca 9: Formular për Vërtetimin e Kualifikimit/pjesëmarrjes
- Shtojca 10: Specifikimet teknike
- Shtojca 11: Planifikimi i kontratave në marrëveshjen kuadër
- Shtojca 12: Sasia e mallrave dhe kushtet e lëvrimit
- Shtojca 13: Formulari për Njoftimin S'kualifikimit
- Shtojca 14: Formulari i Njoftimit të Fituesit
- Shtojca 15: Formulari i Njoftimit të Operatorëve Ekonomike të suksesshëm në Marrëveshjen Kuadër
- Shtojca 16: Kushtet e Përgjithshme të Kontratës
- Shtojca 17: Kushtet e Vecanta të Kontratës
- Shtojca 18: Formulari i njoftimit të Kontratës së nënshkruar
- Shtojca 18/1: Formulari i njoftimit të Kontratës së nënshkruar për publikim në Buletinin e Njoftimeve Publike
- Shtojca 19: Formulari i Sigurimit të Kontratës
- Shtojca 20: Formulari i Ankesës në Autoritetin Kontraktor
- Shtojca 21: Draft Marrëveshja Kuadër ku Jo tëgjitha kushtet janë të përcaktuara
- Shtojca 22: Draft Marrëveshja Kuadër ku tëgjitha kushtet janë të përcaktuara
- Shtojca 23: Formulari i Njoftimit të Anulimit

Shtojca 1

[Shtojcë për t'u plotësuar nga operatori ekonomik]

FORMULARI I OFERTËS EKONOMIKE

Emri i Ofertuesit _____

Për: [Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]

* * *

Procedura e prokurimit: [lloji i procedurës]

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [objekti]

Publikimi (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]/Nr.Referencës në faqen e APP-së

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, Ne, të nënshkruarit, deklarojmë se:

1. Çmimi total i ofertës sonë është [monedha dhe vlera e ofertës]; pa TVSH;
2. Çmimi total i ofertës sonë është [monedha dhe vlera e ofertës]; me TVSH

1	2	3	4	5	6
Nr	Përshkrimi i mallrave	Sasia	Çmimi Njësi	Çmimi Total	Afati
Çmimi Neto)					
TVSH (%)					
Çmimi Total					

Nënshkrimi i ofertuesit _____

Vula _____

Shënim:Çmimet duhet të shprehen në Monedhën ____ (kërkuar në dokumentat e tenderit)

Shtojca 2

[Shtojcë për t'u plotësuar nga operatori ekonomik në rastin e procedurave të prokurimit për furnizimin mekarburant, gazoil, benzol dhe karburant per ngrohje]

FORMULARI I OFERTËS EKONOMIKE

Dokumentat Standarde të Tenderit

Emri i Ofertuesit _____

Për: *[Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]*

* * *

Procedura e prokurimit: *[lloji i procedurës]*

Përshkrim i shkurtër i kontratës: *[objekti]*

Publikimi (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike *[Data]* *[Numri]*

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, Ne, të nënshkruarit, deklarojmë se:

1. Marzhi ynë i fitimit i shprehur në përqindje është si më poshtë:

1	2	3	5
Nr	Përshkrimi i mallrave	Marzhi i fitimit i shprehur në përqindje	Afati i levrit

Nënshkrimi i ofertuesit _____

Vula _____

Shtojca 2/1

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Operatori Ekonomik]

DEKLARATË

Për paraqitje Oferte të Pavarur

E operatorit ekonomik pjesëmarrës në procedurën e prokurimit publik që do të zhvillohet në datë: _____; nga Autoriteti Kontraktor: _____; me objekt: _____; me fond limit: _____.

Unë i nënshkruari _____, me cilësinë e përfaqësuesit të operatorit ekonomik _____, në mbështetje të nenit 1 të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, të ndryshuar si dhe në mbështetje të Ligjit Nr.9121/2003 “Për mbrojtjen e konkurrencës”, bëj këtë deklaram dhe garantoj se deklaratat e mëposhtme janë të vërteta dhe të plota në çdo aspekt:

Unë vërtetoj, në interes të: _____ që:
(Emri i operatorit ekonomik)

1. Unë kam lexuar dhe kuptuar përmbajtjen e kësaj Deklarate;
2. Unë kuptoj që oferta e paraqitur do të s'kualifikohet dhe/ose përjashtohet nga pjesëmarrja në prokurimet publike, nëse kjo Deklaratë vërtetohet se nuk është e plotë dhe / ose e saktë në çdo aspekt;
3. Unë jam i autorizuar nga Ofertuesi të firmos këtë Deklaratë dhe të paraqes ofertë në interes të Ofertuesit;
4. Çdo person, firma e të cilit shfaqet në dokumentacionin e ofertës, është i autorizuar nga Ofertuesi për të përgatitur dhe për të nënshkruar ofertën në interes të Ofertuesit;
5. Për qëllim të kësaj deklarate dhe ofertës së paraqitur, unë kuptoj që fjala “konkurrentë” nënkupton çdo operator tjetër ekonomik, të ndryshëm nga Ofertuesi, të paraqitur ose jo si bashkim operatorësh ekonomik, që:
 - a) paraqesin një ofertë në përgjigje të Njoftimit të Kontratës dhe/ose të Ftesës për Ofertë, të bërë nga Autoriteti Kontraktor;
 - b) është një ofertues potencial, i cili bazuar në kualifikimin, aftësitë ose përvojat e tij, mundet të dorëzojë një ofertë në përgjigje të Njoftimit të Kontratës dhe/ose të Ftesës për Ofertë.
6. Ofertuesi deklaron se: (kliko një nga alternativat e mëposhtme):
 - a) Ofertuesi ka përgatitur ofertën e tij në mënyrë të pavarur, pa u konsultuar, pa komunikuar dhe pa bërë marrëveshje apo pa rënë dakord me asnjë konkurrent tjetër;
 - b) Ofertuesi është konsultuar, ka komunikuar, ka bërë marrëveshje me një ose më shumë konkurrentë në lidhje me këtë procedurë prokurimi. Ofertuesi deklaron se në dokumentet bashkëgjatë, në

Dokumentat Standarde të Tenderit

detajet e kësaj oferte, janë përfshirë emrat e konkurrentëve, natyra dhe shkaqete konsultimit, komunikimit, marrëveshjes apo angazhimit (rasti i bashkimit të operatorëve ekonomikë ose nënkontraktimit).

7. Nëveçanti, pa kufizuar paragrafët 6. a) dhe 6. b), tëpërmendur më lart, nuk ka pasur konsultime, komunikime, kontratë apo marrëveshje me ndonjë konkurrent në lidhje me:
 - a) çmimet ;
 - b) metodat, faktorët ose formulat e përdorur për llogaritjen e çmimit;
 - c) qëllimin apo vendimin për të paraqitur apo jo një ofertë; ose,
 - d) paraqitjen e një oferte që nuk i plotëson specifikimet e kërkesës për ofertë.
8. Përveç kësaj, nuk ka pasur konsultime, komunikime, marrëveshje apo kontrata me ndonjë konkurrent në lidhje me cilësinë, sasinë, specifikimet apo dërgesa tëveçanta të produkteve apo shërbimeve të cilat lidhen me prokurimin në fjalë, përveç se kur janë deklaruar sipas paragrafit tëmësipërm 6. b).
9. Kushtet e ofertës nuk u janë bërë të njohura dhe as nuk do t'u bëhen të njohura me qëllim nga Ofertuesi konkurrentëve të tjerë, nëçdo mënyrëqoftë, para datës dhe kohës së hapjes zyrtare të ofertave, shpalljes fitues dhe lidhjes së kontratës, vetëm nëse kërkohet me ligj ose nëse deklarohen në mënyrë specifike sipas paragrafit 6.b).

(Emri dhe Firma e Personit të Autorizuar përPërfaqësim të Ofertuesit)

(Titulli sipas pozicionit në punë) (Data)

Shtojca 3

[Shtojcë për tu plotësuar nga autoriteti kontraktornë Marrëveshjen Kuadër gjatë rihapjes së procesit të mini-konkursit]

FTESA PËR OFERTË

(shkruani emrin e Autoritetit Kontraktor)

fton për të paraqitur oferta në procedurën për furnizimin e mallrave të mëposhtme:

.....
.....
.....

(jepni një përshkrim të saktë të objektit të kontratës dhe sasisësiç përkufizohet në Dokumentat Tenderit (DT)).

Vendi i Dorëzimit të Mallit

(jepni një përshkrim të shkurtër)

Malli duhet të dorëzohet brenda datës _____

Oferta duhet të paraqitet

.....[Jep adresën e saktë]

Përpara

.....

[Përcaktoni datën dhe orën]

Kriteret e përcaktimit të ofertës fituese _____

Forma e komunikimit:

Me shkrim

elektronike (email, fax, etj)

Shtojca 4.

[Letër me kokë e Bankës / Kompanisë së Sigurimeve]

[Shtojcë për t'u paraqitur nga operatori ekonomik kur kërkohet nga autoriteti kontraktor]

FORMULARI I SIGURIMIT TË OFERTËS

[Data]

Për: *[Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]*

Në emër të: *[Emri dhe adresa e ofertuesit të siguruar]*

* * *

Procedura e prokurimit *[lloji i procedurës]*

Përshkrim i shkurtër i kontratës: *[objekti]*

Publikimi *(nëse zbatohet)*: Buletini i Njoftimeve Publike *[Data]* *[Numri]*/Nr.Referencës në faqen e APP-se

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur,

Ne vërtetojmë se *[emri i ofertuesit të siguruar]* ka derdhur një depozitë pranë *[emri dhe adresa e bankës / kompanisë së sigurimit]* me një vlerë prej *[monedha dhe vlera, e shprehur në fjalë dhe shifra]* si kusht për sigurimin e ofertës, dorëzuar nga operatori i lartpërmendur ekonomik.

Marrim përsipër të transferojmë në llogarinë e *[emri i autoritetit kontraktor]* vlerën e siguruar, brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga kërkesa juaj e thjeshtë dhe e parë me shkrim, pa kërkuar shpjegime, me kusht që kjo kërkesë të përmendë mospërbushjen e njërit nga kushtet e mëposhtme:

- Ofertuesi e ka tërhequr ose ka ndryshuar ofertën, pas afatit përfundimtar për paraqitjen e ofertave ose para afatit përfundimtar, nëse është përcaktuar kështu në dokumentat e tenderit;
- Ofertuesi ka refuzuar nënshkrimin e kontratës së prokurimit kur autoriteti kontraktor e kërkon një gjë të tillë;
- Ofertuesi nuk ka paraqitur sigurimin e kontratës, ku oferta është shpallur fituese ose nuk ka plotësuar ndonjë kusht tjetër përpara nënshkrimit të kontratës së përcaktuar në dokumentat e tenderit.

Ky Sigurim është i vlefshëm për periudhën e specifikuar në *[njoftimin e kontratës ose ftesën për tender]*.

[Përfaqësuesi i bankës / kompanisë së sigurimit]

Shtojca 5

LISTA E INFORMACIONIT KONFIDENCIAL

Dokumentat Standarde të Tenderit

[*Shtojcë për t'u plotësuar nga Operatori Ekonomik, nëse është rasti*]

(Shënoni më poshtë informacionin që dëshironi të mbahet konfidencial)

Lloji, natyra e informacionit që duhet të mbetet konfidencial	Numri i faqes dhe pikat e DT që dëshironi të mbeten konfidenciale	Arsyet pse ky informacion duhet të mbetet konfidencial	Afati kohor që ky informacion të mbetet konfidencial

KUJDES

Çdo e dhënë, që nuk është regjistruar si e dhënë konfidenciale, do të konsiderohet se titullari i këtyre të drejtave ka dhënë vetë pëlqimin për dhënien e informacionit përkatës dhe Autoriteti Kontraktor nuk mban asnjë përgjegjësi për publikimin e këtij informacioni.

Nuk përbën sekret tregtar informacioni, që duhet të bëhet publik në bazë të ligjit, që lidhet me shkeljen e ligjit, apo që duhet të publikohet në bazë të praktikave të mira tregtare e parimeve të etikës tregtare. Përhapja e këtij informacioni vlerësohet e ligjshme, nëse nëpërmjet këtij akti synohet të mbrohet interesi publik.

Përfaqësuesi i ofertuesit

Nënshkrimi

Vula

Shtojca 6

[*Shtojcë për t'u plotësuar nga Operatori Ekonomik*]

DEKLARATË MBI PERMBUSHJEN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE

Deklaratë e operatorit ekonomik pjesëmarrës në procedurën e prokurimit publik, që do të zhvillohet në datë _____ nga Autoriteti Kontraktor _____ me objekt _____ me fond limit _____.

Unë i nënshkruari _____, me cilësinë e _____ të personit juridik _____ deklaroj se:

Përbushim të gjitha specifikimet teknike, të përcaktuara në dokumentat e tenderit dhe e vërtetojmë këtë me çertifikata e dokumenta (nëse kërkohen nga autoriteti kontraktor), të dorëzuar bashkë me këtë deklaratë.

Data e dorëzimit të deklaratës _____

Përfaqësuesi i ofertuesit

Nënshkrimi

Vula

Shtojca 7

[*Shtojcë për t'u plotësuar nga Operatori Ekonomik*]

DEKLARATË
Mbi konfliktin e interesave

Deklaratë e operatorit ekonomik pjesëmarrës në procedurën e prokurimit publik që do të zhvillohet në datë _____ nga Autoriteti Kontraktor _____ me objekt _____ me fond limit _____.

Konflikti i interesit është gjendja e konfliktit ndërmjet detyrës publike dhe interesave privatë të një zyrtari, në të cilën ai ka interesa privatë, të drejtpërdrejtë ose të tërthortë që ndikojnë, mund të ndikojnë ose duket sikur ndikojnë në kryerjen në mënyrë të padrejtë të detyrave dhe përgjegjësisë të tij publike.

Në zbatim të nenit 21 pika 1 e Ligjit Nr. 9367, datë 07.04.2005, kategoritë e zyrtarëve përcaktuar në Kreun III, Seksioni II, që iu ndalohe në mënyrë absolute të përfitojnë në mënyrë të drejtpërdrejtë ose të tërthortë nga lidhja e kontratave me një palë një institucion publik janë:

- Presidenti i Republikës, Kryeministri, zv kryeministri, ministrat, ose zvministrat, Deputetët, Gjyqtarët e Gjykatës Kushtetuese, Gjyqtarët e Gjykatës së Lartë, Kryetari i Kontrollit të Lartë të Shtetit, Prokurori i Përgjithshëm, Gjyqtarët e Prokurorët në nivelin e Gjykatës së Shkallës së Parë e në atë të Apelit, Avokati i Popullit, Anëtari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Anëtari i Këshillit të Lartë të Drejtësisë, Inspektori i Përgjithshëm i Inspektoratit të Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave, Anëtarët e Enteve Rregullatore, (Këshilli i Mbikqyrjes i Bankës së Shqipërisë, përfshirë Guvernatorin dhe Zv/Guvernatorin; të konkurrencës, telekomunikacionit; energjisë; furnizimit me ujë; të sigurimeve; letrave me vlerë; mediae), Sekretarët e Përgjithshëm të institucioneve qendrore si dhe çdo zyrtar tjetër, në çdo institucion publik, që është të paktën i barazvlefshëm për nga pozicioni me drejtorët e përgjithshëm, titullarët e institucioneve të administratës publike që nuk janë pjesë e shërbimit civil.

Për zyrtarët e nivelit të mesëm drejtues sipas nenit 31, dhe për zyrtarët e parashikuar në nenin 32 të kreut të III, seksioni 2 të këtij ligji, ndalimi sipas pikës 1 të këtij neni, për shkak të interesave private të zyrtarit, të përcaktuara në këtë pikë zbatohet vetëm në lidhjen e kontratave në fushën e territorit dhe të juridiksionit të institucionit, ku punon zyrtari. Ky ndalim zbatohet edhe kur palë është një institucion i varësisë.

Kur zyrtari është në funksionin e kryetarit a të nënkryetarit të bashkisë, komunës ose të këshillit të qarkut, të anëtarit të këshillit përkatës ose është zyrtar i nivelit të lartë drejtues të një njësie të qeverisjes vendore, ndalimi për shkak të interesave privatë të zyrtarit, të përcaktuara në këtë pikë, zbatohet vetëm në lidhjen e kontratave, sipas rastit, me bashkinë, komunën ose këshillin e qarkut, ku zyrtari ushtron këto funksione. Ky ndalim zbatohet edhe kur palë në kontratë është një institucion publik, në varësi të kësaj njësie (neni 21 pika 2 e Ligjit Nr.9367, datë 07.04.2005).

Ndalimet e përcaktuara në nenin 21 pika 1,2 të Ligjit Nr. 9367, datë 07.04.2005, me përjashtimet përkatëse, zbatohen në të njëjtën masë edhe për personat e lidhur me zyrtarin që në kuptim të këtij ligji janë **bashkëshorti/ja, bashkëjetuesi, fëmijë në moshë madhorë, prindërit e zyrtarit të bashkëshortit/es dhe bashkëjetuesit/es.**

Unë i nënshkruari _____, me cilësinë e përfaqësuesit të personit juridik _____ deklaroj nën përgjegjësinë time personale se:

Jam në dijeni të kërkesave dhe ndalimeve të përcaktuara në Ligjin Nr.9367, datë 07.04.2005 “Për parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve publike” i ndryshuar, si dhe në aktet nënligjore të nxjerra në zbatim të tij nga Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive si dhe të Ligjit Nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.

Në përputhje me to deklaroj se asnjë zyrtar i përcaktuar në **Kreun III, Seksioni II** të Ligjit Nr. 9367, datë

7.4.2005, dhe në këtë deklaratë, nuk zotëron interesa private në mënyrë të drejtpërdrejtë ose të tërthortë me personin juridik që unë përfaqësoj.

Data e dorëzimit të deklaratës _____

Emri, Mbiemri, Nënshkrimi

Vula

Shtojca 8

[*Shtojcë për t'u plotësuar nga Operatori Ekonomik*]

DEKLARATË MBI PËRMBUSHJEN E KRITEREVE TË PËRGJITHSHME

Deklaratë e operatorit ekonomik pjesëmarrës në procedurën e prokurimit që do të zhvillohet në datë _____ nga Autoriteti Kontraktor _____ me objekt _____ me fond limit _____.

Unë i nënshkruari _____ me cilesinë _____ të operatorit ekonomik _____ deklaroj nën përgjegjësinë time të plotë se:

Dokumentat Standarde të Tenderit

- Operatori ekonomik _____ është i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Biznesit dhe ka në fushën e veprimtarisë objektin e prokurimit. Në rastin kur ofertuesi është një organizatë jofitimprurëse, duhet të deklarojë se është i regjistruar si person juridik, sipas Ligjit Nr.8788, datë 07.05.2001 “Për Organizatat jo Fitimprurëse”.
- Operatori ekonomik _____ nuk është dënuar për asnjë nga veprat penale, të parashikuara Nenin 45/1 të LPP.
- Personi/at në cilësinë e *anëtarit të organit administrativ, drejtuesit ose mbikëqyrësit, aksionerit ose ortakut, ose ka kompetenca përfaqësuese, vendimmarrjeje ose kontrolluese brenda operatorit ekonomik*, si më poshtë:

_____ etj.
nuk janë ose kanë qenë të dënuar me vendim gjyqësor të formës së prerë për asnjë nga veprat penale, të përcaktuara në nenin 45/1 të LPP¹.
- Operatori ekonomik _____ nuk është dënuar me vendim të gjykatës së formës së prerë, për vepra që lidhen me veprimtarinë profesionale.
- Operatori ekonomik _____ nuk është në proces falimentimi (statusi aktiv).
- Operatori ekonomik _____ ka paguar të gjitha detyrimet për pagimin e tatimeve e të kontributeve të sigurimeve shoqërore, sipas legjislacionit në fuqi.

Në çdo rast, autoriteti kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme mbi vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga operatori ekonomiksi më sipër.

Data e dorëzimit të deklaratës _____

Nënshkrimi i ofertuesit _____

Vula _____

Shtojca 8/1

[*Shtojcë për t'u plotësuar nga Operatori Ekonomik*]

**DEKLARATË MBI GARANTIMIN E ZBATUESHMËRISË SË DISPOZITAVE LIGJORE NË
MARRËDHËNIET E PUNËS**

Deklaratë e Operatorit Ekonomik pjesëmarrës në procedurën e prokurimit që do të zhvillohet në datë _____ nga Autoriteti Kontraktor _____ me objekt _____ me fond limit _____.

Unë i nënshkruari _____ me cilësinë e _____ të operatorit ekonomik _____, **deklaroj nën përgjegjësinë time të plotë që:**

- Operatori ekonomik _____ garanton mbrojtjen e të drejtës së punësimit dhe profesionit nga çdo formë diskriminimi, të parashikuar nga legjislacioni i punës në fuqi.
- Operatori ekonomik _____ lidh me punëmarrësit kontratat përkatëse të punës dhe garanton masat në drejtim të sigurisë dhe shëndetit në punë për të Gjithë dhe, në mënyrë të veçantë, për grupet e rrezikuara, bazuar në legjislacionin e punës në fuqi.
- Operatori ekonomik _____ nuk ka masë Ligjore në fuqi, të vendosur nga Inspektoriati Shtetëror i Punës dhe Shërbimeve Shoqërore (ISHPSHSH). Nërastet kur janë konstatuar shkelje ligjore, operatori ekonomik ka marrë masat e nevojshme për adresimin e tyre, brenda afateve të

përcaktuara nga ISHPSHSH.

Data e dorëzimit të deklaratës _____

Përfaqësuesi i ofertuesit

Nënshkrimi

Vula

Shtojca 9

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

1. KRITERET E PËRGJITHSHME TË PRANIMIT/KUALIFIKIMIT

Për të gjithë lotet

Ofertuesi duhet të deklarojë se:

a) Është i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Biznesit dhe ka në fushën e veprimtarisë objektin e prokurimit. Në rastin kur ofertuesi është një organizatë jofitimprurëse, duhet të deklarojë se është i regjistruar si person juridik, sipas Ligjit Nr.8788, datë 07.05.2001 “Për Organizatat jo Fitimprurëse”.

b) nuk është në proces falimentimi, (statusi aktiv)

c) nuk është dënuar për shkelje penale, në përputhje me Nenin 45/1 të LPP,

ç) nuk është dënuar me vendim të gjykatës së formës së prerë, për vepra që lidhen me veprimtarinë profesionale.

d) ka paguar të gjitha detyrimet për pagimin e tatimeve e të kontributeve të sigurimeve shoqërore, sipas legjislationit në fuqi.

Edhe Ofertuesi i huaj duhet të deklarojë se i plotëson të gjitha kërkesat e renditura më sipër nëpërmjet paraqitjes së një vetëdeklarate me shkrim.

Nëse gjuha e përdorur në procedurë është gjuha shqipe, atëherë dokumentat në gjuhë të huaj duhet të shoqërohen me një përkthim të noterizuar në gjuhën shqipe.

Në rastet e bashkimit të operatorëve ekonomikë, çdo anëtar i grupit duhet të dorëzojë vetëdeklaratën e lartpërmendur.

Kriteret e Përgjithshme për Pranim, nuk duhet të ndryshohen nga autoritetet kontraktore.

Këto kritere duhet të plotësohen me dorëzimin e vetëdeklaratës me shkrim të subjektit, në ditën e hapjes së ofertës, sipas Shtojcës 8.

Nëçdo rast, autoriteti kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme mbi vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga operatori ekonomik si më sipër.

Veç kësaj, nëse oferta dorëzohet nga një bashkim operatorësh ekonomikë, duhet të dorëzohen:

- a.** Marrëveshja e noterizuar sipas së cilës bashkimi i operatorëve ekonomikë është krijuar zyrtarisht;
- b.** Prokura e posaçme.

*****Shënim: Për kryerjen e verifikimeve përkatëse të gjendjes gjyqësore të personave të deklaruar në shtojcën 7, lutemi të plotësoni të dhënat për personin/at në cilësinë e anëtarit të organit administrativ, drejtuesit ose mbikëqyrësit, aksionerit ose ortakut, ose ka kompetenca përfaqësuese, vendimmarrjeje ose kontrolluese brenda operatorit ekonomik, si më poshtë:**

Emër,	Atësi,	Mëmësi,	Mbiemër,	Ditëlindje	Nr. Personal i ID
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

LOTI 1:“BLERJE PAJISJE KOMPJUTERIKE”

KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

1. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:

- a. Formularin e Ofertës, sipas Shtojcës 1 ose Shtojcës 2 (në rastin e procedurave të prokurimit për furnizimin me karburante, gazoil, benzol dhe karburant për ngrohje);*
- b. Deklarate për paraqitje oferte të pavaruar sipas Shtojcës 2/1;*
- c. Sigurimine ofertës, (nëse është zbatueshme) sipas Shtojcës 4;*
- ç. Deklaratëmbi përmbushjen e specifikimeve teknike, sipas Shtojcës 6;*
- d. Deklaratë mbi Konfliktin e Interesit sipas Shtojcës 7;*
- dh. Deklaratë mbi garantimin e zbatueshmërisë së dispozitave ligjore në marrëdhëniet e punës sipas Shtojcës 8/1;*
- e. Vërtetimin që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri.*

2. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:

2.1. Kapaciteti ligjor/profesional i operatorëve ekonomikë:

Sipas kriterëve të përgjithshme të pranimit kualifikimit

2.2. Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

2.2.1 Operatori Ekonomik duhet të paraqesë kopje të deklaratave të xhiros vjetore ose vërtetim nga administrata tatimore, për xhiron e realizuar në tre vitet e fundit financiarë nga data e zhvillimit të procedurës, vlera mesatare e të cilës të jetë jo më e vogël se 30% e vlerës së fondit limit të lotit.

2.2.2 Operatori Ekonomik duhet të paraqesë kopje të çertifikuara të bilanceve të viteve: 2016, 2017, 2018, të paraqitura pranë autoriteteve përkatëse tatimore.

2.3 Kapaciteti teknik:

2.3.1 Operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për furnizimet e mëparshme të ngjashme, të kryera gjatë 3 (tre) viteve të fundit, nga data e zhvillimit të procedurës, në vlerën prej 40 % të fondit limit të lotit vënë në dispozicion.

Këto furnizime të ngjashme duhet të vërtetohen me dokumentacionin si mëposhtë:

- a.** Kur furnizimet e ngjashme janë realizuar me institucione shtetërore, operatori ekonomik duhet të paraqesë vërtetimin e lëshuar nga institucioni shtetëror dhe faturat tatimore ku të shënohen datat, shumat dhe sasi të mallrave të furnizuara.

ose

- b.** Kur furnizimet e ngjashme janë realizuar me subjekte private, operatori ekonomik duhet të paraqesë faturën përkatëse tatimore të shitjes ku të shënohen datat, shumat dhe sasi të mallrave të furnizuara.

2.3.2 Operatori ekonomik duhet të paraqesë Çertifikatë Konformiteti me standartet e komunitetit evropian për pajisjet e ofruara e cila duhet të jete e perkthyer dhe e noterizuar.

2.3.3 Operatori ekonomik duhet të paraqesë autorizim nga prodhuesi ose nga distributori i autorizuar për shitje për paisjet **Kompjutera, Laptop, Workstation, Fotokopje, Printer, Tablet, Monitor, Projektor, Barcode Skaner dhe Monitor sekondar për shpjegime në grup** ku të përcaktohen edhe kontaktet e prodhuesit ose të distributorit të autorizuar. Në rast se do të paraqitet autorizim nga Distributori i Autorizuar duhet të vërtetohet lidhja midis Distributorit të Autorizuar dhe Prodhuesit.

2.3.4 Operatori ekonomik duhet të paraqesë katalogë me të dhënat teknike për artikujt që oferton. Në katalog, të markohet në menyre të qartë dhe të dallueshme secili nga artikujt që oferton sipas modelit të deklaruar dhe të shenohen (me një tjetër ngjyre) specifikimet përkatëse sipas të dhënave që kerkohen në DST. Katalogu të përmbajë karakteristikat teknike të çdo artikulli që është objekt i prokurimit me qëllim që autoriteti kontraktor të gjykojë nëse malli i ofruar plotëson kërkesat teknike të përcaktuara në dokumentet e tenderit. Specifikimet teknike të markës dhe modelit të ofertuar do të krahasohen me katalogun e paisjeve dhe specifikimet teknike të DST për përputhshmerine e tyre.

2.3.5 Ofertues duhet të paraqesë certifikatat e mëposhtme:

- ISO 9001:2015 (ose të përditsuar) mbi “Sistemet e menaxhimit të cilësisë” lëshuar nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë.
- ISO 27001:2013 (ose të përditsuar) për menaxhimin e sigurisë së informacionit lëshuar nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë.

2.3.6 Për të garantuar cilësinë e punës gjatë instalimit / konfigurimit, operatori ekonomik ofertues duhet të disponojë staf të kualifikuar me kërkesat minimale si më poshtë:

- 1 (një) punonjës/specialist të Çertifikuar ITIL Foundation (ose ekuivalente) për menaxhimin e shërbimeve të IT-së.
- Operatori Ekonomik duhet të disponojë minimalisht 1 person të certifikuar për sistemin operativ Microsoft Windows 10 (MCSA Windows 10 ose ekuivalente).

Personeli i mesiperm duhet të ketë aktualisht një marrëdhënie pune me ofertuesin, e vertetuar kjo me formularët E-sig të listepagesave të deklaruara.

Aftësitë e tyre teknike duhet të vërtetohen me anë të certifikatave ose transkripteve zyrtare (në rastin kur aplikohet).

Të gjithë dokumentat duhet të jenë origjinalë ose kopje të noterizuara të tyre. Rastet e mos-dorëzimit të një dokumenti, ose të dokumentave të rreme e të pasakta, konsiderohen si kushte për skualifikim.

LOTI 2: “BLERJE PAJISJE MJEKËSORE, LABORATORIKE DHE MANEKINE”

KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

1. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:

- a. Formularin e Ofertës, sipas Shtojcës 1 ose Shtojcës 2 (në rastin e procedurave të prokurimit për furnizimin me karburante, gazoil, benzol dhe karburant për ngrohje);*
- b. Deklaratë për paraqitje oferte të pavaruar sipas Shtojcës 2/1;*
- c. Sigurimin e ofertës, (nëse është e zbatueshme) sipas Shtojcës 4;*
- ç. Deklaratë mbi përmbushjen e specifikimeve teknike, sipas Shtojcës 6;*
- d. Deklaratë mbi Konfliktin e Interesit sipas Shtojcës 7;*
- dh. Deklaratë mbi garantimin e zbatueshmërisë së dispozitave ligjore në marrëdhëniet e punës sipas Shtojcës 8/1;*
- e. Vërtetimin që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri.*

2. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:

2.1. Kapaciteti ligjor/profesional i operatorëve ekonomikë:

Sipas shtojcës 9 kriteret e përgjithshme të kualifikimit.

2.2. Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

2.2.1 Operatori Ekonomik duhet të paraqesë kopje të deklaratave të xhiros vjetore ose vërtetim nga administrata tatimore, për xhiron e realizuar në tre vitet e fundit financiarë nga data e zhvillimit të procedurës, vlera mesatare e të cilës të jetë jo më e vogël se 30% e vlerës së fondit limit të lotit.

2.2.2 Operatori Ekonomik duhet të paraqesë kopje të çertifikuara të balanceve të viteve: 2016, 2017, 2018, të paraqitura pranë autoriteteve përkatëse tatimore.

2.3 Për kapacitetin teknik:

a) Dëshmi nga operatori ekonomik për furnizime të mëparshme të ngjashme në një vlerë sa 40% e vlerës së fondit limit të lotit/shumatores se loteve për të cilin/cilat operatori ekonomik konkuron dhe që është realizuar gjatë tre viteve të fundit nga data e hapjes së ofertave të kësaj procedure prokurimi.

- Për kontratat e realizuara me institucione publike duhet të paraqesë kontrata/kontratat perkatese të shoqeruara me vërtetimin e realizimit me sukses të saj/te tyre ose fatura tatimore të shitjes, ku të shprehen qarte datat, shumat dhe furnizimet e realizuara.
- Për kontratat e realizuara me subjekte private duhet të paraqesë vetëm faturat tatimore të shitjes, ku të shprehen qarte datat, shumat dhe furnizimet e realizuara.

b) Vertetim nga Drejtoria e Tatimeve per numrin e punonjesve te siguruar per periudhen Janar 2019 – Shtator 2019 e shoqeruar me listepagesat (formularet E-sig 025 per keto periudha ku te kete jo me pak se 5(pese) punonjes.

c) Të vërtetojë që ka të paktën 2 (një) Inxhinier në stafin e vet te trajnuar për pajisjet mjekesore i cili do te kryej trajnimet e stafit, të vërtetuar nëpërmjet diplomës, çertifikatës/çertifikatave së trajnimit, CV-së, kontratës individuale të punës.

ç) Operatori ekonomik ofertues duhet te paraqes autorizim nga prodhuesi / MAH / ose nga distributori zyrtar i autorizuar nga prodhuesi (ku të provohet/dokumentohet lidhja e tyre me prodhuesin) nëpërmjet te cilit konfirmohet se ofertuesi autorizohet të tregtojë pajisjet mjekesore objekt prokurimi. Autorizimi duhet te jete original i perkthyer ose kopje e perkthyer dhe noterizuar.

d) Operatori ekonomik duhet te paraqese certificate CE ose deklarate konformiteti per pajisjet e ofertuara, sipas direktivave perkatese per MDD, ne perputhje me klasifikimin e produktit.

dh) Ofertuesi duhet te paraqese autodeklarate për trajnimin e punonjësve që do të përdorin pajisjet mjekesore objekt prokurimi.

e) Operatori ekonomik duhet te paraqese deklaraten e garancise per pajisjet, ne te cilen duhet te saktesoje se periudha e garancise te jete jo me pak se 1 (nje) vit, per cdo defekt te mundshem teknologjik, sipas afatit te percaktuar ne specifikimet teknike.

ë) Për të gjithë artikujt e ofruar te paraqiten katalogje, ku te përfshihen edhe specifikimet teknike te hollësishme për secilin artikull (pjeset e katalogut qe permbajne emertimin dhe specifikimet e detajuara teknike te artikullit qe ofertohe, nese nuk jane ne gjuhen shqipe, te perkthehen ne gjuhen shqipe dhe te noterizohen). **Operatori ekonomik duhet te markoje ne katalogun perkates produktet qe ofron sipas numrit render (te markuara sipas artikullit) te percaktuar ne formularin e ofertes.** Katalogjet do pranohen vetem ne forme elektronike nepermjet sistemit elektronik te prokurimit.

f) Operatori ekonomik ofertues duhet të paraqese çertifikatën **ISO 9001:2015** mbi “Sistemet e menaxhimit të cilësisë”, dhe nese operatori ekonomik ofertues eshte prodhues i pajisjeve mjekesore duhet te paraqese çertifikatën **SSH EN ISO 13485:2016** “Sistemin e Menaxhimit të Cilësisë për Pajisjet Mjekësore”, per tregetim të pajisjeve mjekësore në përputhje me objektin e prokurimit, lëshuar nga nje organ i vleresimit te konformitetit, i akredituar nga organizmi kombetar i akreditimit ose nga organizma nderkombetare akreditues, te njohur nga Republika e Shqiperise. Çertifikata kërkohet të jetë e vlefshme në kohën e zhvillimit të tenderit.

g) Operatori ekonomik duhet te paraqese **oferten teknike**, per pajisjet objekt, ne forme tabele, ku te plotesohet: Specifikimet teknike, Emri i kompanise prodhuese, Origjina e mallit, Emertimi i katalogut te pajisjes / produktit, Nr. e faqes ku ndodhet produkti, Numri i references se artikullit (kodi) nxjerre nga katalogu i prodhuesit, si dhe çertifikimet perkatese per produktet.

Shënim: KVO rezervon të drejtën e verifikimit të të dhënave të paraqitura nga ofertuesit.

Të gjithë dokumentat duhet të jenë origjinalë ose kopje të noterizuara të tyre. Rastet e mos-dorëzimit të një

dokumenti, ose të dokumentave të rreme e të pasakta, konsiderohen si kushte për skualifikim.

LOTI 3: “MOBILJE SPITALORE”

KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

1.Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:

- a. Formularin e Ofertës, sipas Shtojcës 1 ose Shtojcës 2 (në rastin e procedurave të prokurimit për furnizimin me karburante, gazoil, benzol dhe karburant për ngrohje);*
- b. Deklarate për paraqitje oferte të pavaruar sipas Shtojcës 2/1;*
- c. Sigurimin e ofertës, (nëse është e zbatueshme) sipas Shtojcës 4;*
- ç. Deklaratë mbi përmbushjen e specifikimeve teknike, sipas Shtojcës 6;*
- d. Deklaratë mbi Konfliktin e Interesit sipas Shtojcës 7;*
- dh. Deklaratë mbi garantimin e zbatueshmërisë së dispozitave ligjore në marrëdhëniet e punës sipas Shtojcës 8/1;*
- e. Vërtetimin që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri.*

2. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:

2.1. Kapaciteti ligjor/profesional i operatorëve ekonomikë:

Sipas shtojcës 9 kriteret e përgjithshme të kualifikimit.

2.2. Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

2.2.1 Operatori Ekonomik duhet të paraqesë kopje të deklaratave të xhiros vjetore ose vërtetim nga administrata tatimore, për xhiron e realizuar në tre vitet e fundit financiarë nga data e zhvillimit të procedurës, vlera mesatare e të cilës të jetë jo më e vogël se 30% e vlerës së fondit limit të lotit.

2.2.2 Operatori Ekonomik duhet të paraqesë kopje të çertifikuara të balanceve të viteve: 2016, 2017, 2018, të paraqitura pranë autoriteteve përkatëse tatimore.

2.3 Për kapacitetin teknik:

2.3.1 Dëshmi nga operatori ekonomik për furnizime të mëparshme të ngjashme në një vlerë sa 40% e vlerës së fondit limit të lotit/shumatores se loteve për të cilin/cilat operatori ekonomik konkuron dhe që është realizuar gjatë tre viteve të fundit nga data e hapjes së ofertave të kësaj procedure prokurimi.

- Për kontratat e realizuara me institucione publike duhet të paraqesë kontrata/kontratat perkatëse të shoqeruara me vërtetimin e realizimit me sukses të saj/te tyre ose fatura tatimore të shitjes, ku të shprehen qarte datat, shumat dhe furnizimet e realizuara.
- Për kontratat e realizuara me subjekte private duhet të paraqesë vetëm faturat tatimore të shitjes, ku të shprehen qarte datat, shumat dhe furnizimet e realizuara.

2.3.2 Operatori ekonomik ofertues duhet të paraqesë certifikatën **ISO 9001:2015** mbi “Sistemet e menaxhimit të cilësisë”

Dokumentat Standarde të Tenderit

- 2.3.3 Operatori ekonomik pjesemarres duhet te paraqese një deklaratë ku të përcaktohet kompania prodhuese, vendi i origjinës.
- 2.3.4 Operatori ekonomik ofertues duhet te paraqese Deklarate ose Certificate Konformiteti CE per artikullin objekt prokurimi te ketij loti kur eshte e aplikueshme.
- 2.3.5 Operatori ekonomik ofertues për produktet e shënuara me (*) në tabelën e specifikimeve teknike duhet te paraqesë autorizim nga prodhuesi ose nga distributori zyrtar i autorizuar nga prodhuesi (ku të provohet/dokumentohet lidhja e tyre me prodhuesin) nëpërmjet te cilit konfirmohet se ofertuesi autorizohet të tregtoje pajisjet objekt prokurimi. Autorizimi duhet te jete original i perkthyer ose kopje e perkthyer dhe noterizuar.
- 2.3.6 Operatori Ekonomik duhet te jete i pajisur me Autorizim leshuar nga Ministria e Shendetesise per tregetim te pajisjeve mjekesore.

Shënim: KVO rezervon të drejtën e verifikimit të të dhënave të paraqitura nga ofertuesit.

Të gjithë dokumentat duhet të jenë origjinalë ose kopje të noterizuara të tyre. Rastet e mos-dorëzimit të një dokumenti, ose të dokumentave të rreme e të pasakta, konsiderohen si kushte për skualifikim.

LOTI 4: “FIZIOTERAPI DHE LOGOPEDIA”

KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

1.Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:

- a.Formularin e Ofertës, sipas Shtojcës 1 ose Shtojcës 2 (në rastin e procedurave të prokurimit për furnizimin me karburante, gazoil, benzol dhe karburant për ngrohje);*
- b. Deklarate për paraqitje oferte të pavaruar sipas Shtojcës 2/1;*
- c. Sigurimin e ofertës, (nëse është e zbatueshme) sipas Shtojcës 4;*
- ç.Deklaratë mbi përmbushjen e specifikimeve teknike, sipas Shtojcës 6;*
- d.Deklaratë mbi Konfliktin e Interesit sipas Shtojcës 7;*
- dh.Deklaratë mbi garantimin e zbatueshmërisë së dispozitave ligjore në marrëdhëniet e punës sipas Shtojcës 8/1;*
- e.Vërtetimin që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri.*

2. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:

2.1. Kapaciteti ligjor/profesional i operatorëve ekonomikë:

Sipas shtojcës 9 kriteret e përgjithshme të kualifikimit.

2.2. Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

2.2.1 Operatori Ekonomik duhet të paraqesë kopje të deklaratave të xhiros vjetore ose vërtetim nga administrata tatimore, për xhiron e realizuar në tre vitet e fundit financiarë nga data e zhvillimit të procedurës, vlera mesatare e të cilës të jetë jo më e vogël se 30% e vlerës së fondit limit të lotit.

2.2.2 Operatori Ekonomik duhet të paraqesë kopje të çertifikuara të balanceve të viteve: 2016, 2017, 2018, të paraqitura pranë autoriteteve përkatëse tatimore.

2.3 Për kapacitetin teknik:

2.3.1 Deshmi nga operatori ekonomik për furnizime të mëparshme të ngjashme në një vlerë sa 40% e vlerës së fondit limit të lotit/shumatores se loteve për të cilin/cilat operatori ekonomik konkuron dhe që është realizuar gjatë tre viteve të fundit nga data e hapjes së ofertave të kësaj procedure prokurimi.

- Për kontratat e realizuara me institucione publike duhet të paraqesë kontrata/kontratat perkatëse të shoqeruara me vërtetimin e realizimit me sukses të saj/te tyre ose fatura tatimore të shitjes, ku të shprehen qarte datat, shumat dhe furnizimet e realizuara.
- Për kontratat e realizuara me subjekte private duhet të paraqesë vetëm faturat tatimore të shitjes, ku të shprehen qarte datat, shumat dhe furnizimet e realizuara.

2.3.2 Operatori ekonomik ofertues duhet të paraqesë certifikatën **ISO 9001:2015** mbi “Sistemet e menaxhimit të cilësisë”

Dokumentat Standarde të Tenderit

- 2.3.3 Operatori ekonomik pjesemarres duhet te paraqese një deklaratë ku të përcaktohet kompania prodhuese, vendi i origjinës.
- 2.3.4 Operatori ekonomik ofertues duhet te paraqese Deklarate ose Certificate Konformiteti CE per artikullin objekt prokurimi te ketij loti kur eshte e aplikueshme.
- 2.3.5 Operatori Ekonomik duhet te jete i pajisur me Autorizim leshuar nga Ministria e Shendetesise per tregetim te pajisjeve mjekesore.

Shënim: KVO rezervon të drejtën e verifikimit të të dhënave të paraqitura nga ofertuesit.

Të gjithë dokumentat duhet të jenë origjinale ose kopje të noterizuara të tyre. Rastet e mos-dorëzimit të një dokumenti, ose të dokumentave të rreme e të pasakta, konsiderohen si kushte për skualifikim.

LOTI 5: “MATERIALE TË IMTA PËR LABORATORIN INFERMIERI”

KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

1.Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:

- a.Formularin e Ofertës, sipas Shtojcës 1 ose Shtojcës 2 (në rastin e procedurave të prokurimit për furnizimin me karburante, gazoil, benzol dhe karburant për ngrohje);*
- b. Deklarate për paraqitje oferte të pavaruar sipas Shtojcës 2/1;*
- c. Sigurimin e ofertës, (nëse është e zbatueshme) sipas Shtojcës 4;*
- ç.Deklaratë mbi përmbushjen e specifikimeve teknike, sipas Shtojcës 6;*
- d.Deklaratë mbi Konfliktin e Interesit sipas Shtojcës 7;*
- dh.Deklaratë mbi garantimin e zbatueshmërisë së dispozitave ligjore në marrëdhëniet e punës sipas Shtojcës 8/1;*
- e.Vërtetimin që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri.*

2. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:

2.1. Kapaciteti ligjor/profesional i operatorëve ekonomikë:

Sipas shtojcës 9 kriteret e përgjithshme të kualifikimit.

2.2. Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

2.2.1 Operatori Ekonomik duhet të paraqesë kopje të deklaratave të xhiros vjetore ose vërtetim nga administrata tatimore, për xhiron e realizuar në tre vitet e fundit financiarë nga data e zhvillimit të procedurës, vlera mesatare e të cilës të jetë jo më e vogël se 30% e vlerës së fondit limit të lotit.

2.2.2 Operatori Ekonomik duhet të paraqesë kopje të çertifikuara të balanceve të viteve: 2016, 2017, 2018, të paraqitura pranë autoriteteve përkatëse tatimore.

2.3 Për kapacitetin teknik:

2.3.1 Dëshmi nga operatori ekonomik për furnizime të mëparshme të ngjashme në një vlerë sa 40% e vlerës së fondit limit të lotit/shumatores se loteve për të cilin/cilat operatori ekonomik konkuron dhe që është realizuar gjatë tre viteve të fundit nga data e hapjes së ofertave të kësaj procedure prokurimi.

- Për kontratat e realizuara me institucione publike duhet të paraqesë kontrata/kontratat perkatëse të shoqeruara me vërtetimin e realizimit me sukses të saj/te tyre ose fatura tatimore të shitjes, ku të shprehen qarte datat, shumat dhe furnizimet e realizuara.
- Për kontratat e realizuara me subjekte private duhet të paraqesë vetëm faturat tatimore të shitjes, ku të shprehen qarte datat, shumat dhe furnizimet e realizuara.

2.3.2 Operatori ekonomik ofertues duhet të paraqesë certifikatën **ISO 9001:2015** mbi “Sistemet e menaxhimit të cilësisë”

Dokumentat Standarde të Tenderit

- 2.3.3 Operatori ekonomik pjesemarres duhet te paraqese një deklaratë ku të përcaktohet kompania prodhuese, vendi i origjinës.
- 2.3.4 Operatori ekonomik ofertues duhet te paraqese Deklarate ose Certificate Konformiteti CE per artikullin objekt prokurimi te ketij loti kur eshte e aplikueshme.
- 2.3.5 Operatori Ekonomik duhet te jete i pajisur me Autorizim leshuar nga Ministria e Shendetesise per tregetim te pajisjeve mjekesore.

Shënim: KVO rezervon të drejtën e verifikimit të të dhënave të paraqitura nga ofertuesit.

Të gjithë dokumentat duhet të jenë origjinale ose kopje të noterizuara të tyre. Rastet e mos-dorëzimit të një dokumenti, ose të dokumentave të rreme e të pasakta, konsiderohen si kushte për skualifikim.

Shtojca10

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

SPECIFIKIMET TEKNIKE

LOTI 1

	LOT 1	
Nr	Emertimi	
1	Kompjuter	7900 Pikë

--	--	--

		8 GB DDR4 , min 2400 MHz , Non-ECC

500 GB

7200 RPM SATA 6.0 Gb/s

Serial ATA III 6 Gb/s

Integrated graphic Card , min. 1 GB

DVD+/-RW

Minimum (3) PCI/PCI-E, nga të cilat min. (1) PCI-E 3.0 x16

Min. (8) USB nga të cilat:

a. min (3) USB Para

b. min (4) USB 3.0

(1) RJ-45, (1) Audio In/Out, (1) Mic. and (1) Headphone,

(1) Portë DP/DVI/HDMI/VGA

(1) 10/100/1000 LAN Integrated Gigabit Ethernet Port

Integrated Sound Card

Internal or Built-in Monitor

Embedded Security TPM 2.0

OEM Windows 10 64-bit Professional

Standart Keyboard QWERTY

Minimum 3 Button Scroll Optical

220 V AC, 50 Hz,

ENERGY STAR

Po, European

Recover Partition

LCD OSE LED i të njëjtës Markë me Kompjuterin

$\geq 21''$

1920 x 1080 at 60 Hz

1000:1

(1) VGA dhe të paktën (1) prej portave DP/DVI/HDMI

≤ 6 ms

Energy Star

220 V AC, 50 Hz

		3 Vjet

			12000 Pikë
2	Kompjuter Server		

--	--	--

32 GB, min. DDR4 2660 MHz, ECC

(1) x 256 GB SSD Sistemi Operativ dhe (2) x 1000 GB HDD

7200 RPM SATA 6.0 Gb/s për HDD

Serial ATA III 6.0 Gb/s, Minimum 4 Serial ATA Interface with RAID 0,1,5,10 Support. (Hard D

Kartë Grafike HD e Dedikuar PCI-E x16, Minimum 4 GB Memory, min. (2) Porta (VGA/DVI/HD

DVD+/-RW with Dual Layer DVD+R wri. Capacity

Minimum (4) PCI/PCI-E nga të cilat min. (2) PCI-E x16

Min. (10) USB nga të cilat:

a. min (4) USB Para

b. min (6) USB 3.0

(2) RJ-45, (1) Audio In/Out, (1) Mic. and (1) Headphone, (1) Portë Video (mund te perdoret dhe a

(2) 10/100/1000 LAN Gigabit Ethernet Port

Integrated Sound Card

Internal speakers or Built-in Monitor

Embedded Security TPM 2.0

OEM Windows 10 64-bit Professional për Workstation

Standart Keyboard QWERTY

Minimum 3 Button scroll Optical

220 V AC , 50 Hz

ENERGY STAR

Po, European

Recover Partition

LCD OSE LED i të njëjtës Markë me Kompjuterin

≥ 23"

1920 x 1080 @ 60 Hz

1000:1

$\leq 6 \text{ ms}$

	(1) VGA ose DVI dhe (1) prej Portave DP/DVI/HDMI
	Energy Star

220 V AC , 50 Hz

3 Vjet

3	HD Video Projektor	KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE DLP ose LED ose LCD ose Ekuivalente 4000 ANSI Lumen FULL HD 1920 x 1080

NTSC/PAL

4000 Orë, Standard

10 000 : 1

F Number, Zoom Manual, Focus Manual

(1) VGA, (1) HDMI, (1) COMPOSIT ose (1) S-Video, (1) USB 2.0, (1) RJ-45 LAN


(1) VGA – VGA, (1) HDMI – HDMI, (1) RCA – RCA ose (1) S- Video; Kabujt duhet të kenë gjatësi të barabartë me të gjatësinë e kabllove të ofruara nga kontraktuesi.

Po

Po

3 Vjet	

4	Kompjuter 2	KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE 11500 Pikë



	8 GB, DDR4, min. 2660 MHz, Non-ECC
	500 GB HDD

7200 RPM SATA 6.0 Gb/s

Serial ATA III 6.0 Gb/s

Kartë Grafike HD e Dedikuar PCI-E x16, Minimum 2 GB Memory, min. (2) Porta (VGA/DVI/HD

DVD+/-RW

Minimum (3) PCI/PCI-E, nga të cilat min. (1) PCI-E 3.0 x16

Min. (8) USB nga të cilat:

a. min (3) USB Para

b. min (4) USB 3.0

(1) RJ-45, (1) Audio In/Out, (1) Mic. and (1) Headphone, (1) Portë Video (mund te perdoret dhe a

(1) 10/100/1000 LAN Integrated Gigabit Ethernet Port

Integrated Sound Card

Internal or Built-in Monitor

Embedded Security TPM 2.0

OEM Windows 10 64-bit Professional

ENERGY STAR

Po, European
Recover Partition
LCD OSE LED i të njëjtës Markë me Kompjuterin

≥ 21”	
1920 x 1080 at 60 Hz	

1000:1

(1) VGA dhe të paktën (1) prej portave DP/DVI/HDMI

≤ 6 ms

Energy Star

220 V AC, 50 Hz

3 Vjet


5	Printer bardh e zi standart	KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE ≥ 40 ppm

60 000 Faqe

Laser

1200x1200 dpi

500 Fletë



60-120 g/m²


A4/A5/Envelope

Po

High Speed USB 2.0

Po


Po, European




Po




Po



		2 Vjet
6	Laptop	KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE 4500 Pikë





Intel ose Ekuivalent

8 GB, DDR4 min. 2133 MHz, Non-ECC

500 GB HDD

	Integrated Graphics with 1 GB Video Memory
	DVD+/-RW with DL Internal ose External Memory card reader
	15.6" LED Display, Anti Glare
	Min. 45 Wh

Min. (3) porta USB nga të cilat min. (2) USB 3.0
 (1) DisplayPort/HDMI
 (1) Integrated Mic.
 (1) Integrated HD Web Camera
 (1/1) Headphone/Microphone Jack ose (1) Combo Jack

10/100/1000 Mbps LAN (RJ-45);
 Wireless 802.11ac (Kompatibël me 802.11 b/g/n); Bluetooth min. V4.0

	Integrated , (2) x built-in speakers (stereo)
	OEM Windows 10 64-bit Professional

QWERTY

Embedded Security TPM 2.0

Po, European

Po


Po, i të njëjtës Markë me Laptopin

Po, nga Prodhuksi. E përshtatshme për Laptop dhe Aksesorët e tjerë.

Recover Partition

3 Vjet

7	Laptop Advanced	KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE 6500 Pikë



Pro. Graphics with 2 GB dedicated memory

DVD+/-RW DL, Memory Card Reader

15.6" FHD LED 1920 x 1080, Anti glare

	Min. 4-cell battery
	2)USB 3.0 (1) USB 2.0 DisplayPort ose HDMI Out Integrated Digital Mic. Integrated Web Camera Headphone Jacks/Microphone Jack Docking Connector Port

10/100/1000 LAN (RJ-45)
Wireless 802.11 b/g/n / ac
Bluetooth

High Definition Audio2.0

OEM Windows 10 64-bit Professional

This image shows a large rectangular area filled with light blue horizontal wavy lines, resembling water or a textured background. The lines are thin and closely spaced, creating a sense of movement and depth. The overall color is a pale, cool blue.

Po	
Po	
“Recover”, “Drivers” CD/DVD ose Rec. Partition	

8	Rrjet kompjuterik (wireless router)	KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE Router Wireless Wi-Fi Gigabit Wireless router mode Access point mode Media bridge mode

Min. AC 1900

IEEE 802.11a/b/g/n/ac

IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IPv4, IPv6

(1) Gigabit WAN Port
(4) Gigabit LAN Ports
(1) USB 2.0 ose USB 3.0

Automatic IP, Static IP, PPPoE (MPPE supported), PPTP, L2TP

Min. 300 Mbps

IPSec, L2TP or PPTP


Dual Band: 2.4 GHz & 5 GHz

Build-In or External

WEP 64/128-bit
WPA2-Personal & Enterprise (AES/TKIP) WPS

Yes

	WPS Button Reset Button Power Button
	Windows 7, 8 ose 10



AC Input: 110 - 240 V AC (50/60 Hz)

Quick Start Guide
CD-ROM with Documentation External Antennas (Optional) Ethernet Cable
Power Adapter Power Cord

		1 Vit
9	Rrjet	KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE

kompjuterik
(Lan switch)

NDËRFAQET DHE KARAKTERISTIKAT HARDWARE

≥ 24

Opsionale	
2-4 / Combo Opsionale	

Opsionale	
1	

--


100~240 V AC

50/60 Hz

16k	
Opsionale	
Po	

Po	
Po	

Po	
Po	



Po

Po




Po



Po

Po	
Po	




Opsionale

Opsionale

Opsionale

Po	
Po	

V1/V2/V3
STP/RSTP/MSTP
Po
Po



Po



Po



4k, (Voice VLAN Opsional)
802.3ad LACP
Po
Po

Po

Port/Flow

Jo

Jo	
L2 - L4	

Po	
Po	
TACACS+, RADIUS, IEEE 802.1X, Port/MAC, SSH v1/v2, SSLv2/v3/TLSv1	
Broadcast, Multicast, Unicast	

Po	
Po	

Po
Po
Po
TFTP ose ndërfaqes Web

Opsionale
Po
Po
1 Vit

10	FOTOKOPJE	KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE Copier/Printer

≥ 22 ppm

$\geq 20\,000$ Faqe

Laser B&W

25%-400%


Nuk Specifikohet

1



250 Fletë

250 Fletë



Nuk Specifikohet

Nuk Specifikohe

Nuk Specifikohet

Po	
1 Vit ose 60 000 Kopje*	

12	Kondicionerë 12BTU	KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE
13	HD kamera	KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE HD kamer për leximin dhe vizualizimin e imazheve mjekësore, Karakteristikat teknike dhe funksionet

		Projektorë, tv tabletë dhe mobile phone.
14	MATLAB SOFTWARE	KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE MATLAB R019B, Standard and Education Licenses, version kompatibel me Windows, Linux
15	Software: Anatomy interactive 3D human body	KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE
16		

LOTI 2

	LOT 2	Blerje Pajisje Mjekesore, laboratorike dhe Manekine
Nr	Emertimi	Pershkrimi

Dokumentat Standarde të Tenderit

1	Negatoskop	PËRSHKRIMI: Negatoskop me sipërfaqje për shikimin e filmave radiologjikë (mm): 80*43 Voltazhi: AC 220V±10% 50 HZ Drite e bardhe fluoreshente me rregullator ndricimi Materiali: flete celiku
2	Zhvilluesi manual	PËRSHKRIMI: Zhvilluesi manual Fixer Combo (1 - 5 gallon përzierje të secilit), 30x35 cm Fuji X-Ray Film, 18x24 cm Fuji X-Ray Film
3	Kitet e Veshura ose te pavesura	PËRSHKRIMI: Kitet e Veshura ose te pavesura Perfshijne: YFBD 45° Spine ëedge (7x21.25x7), YFBE (2) 34° ëedge ((4x7x3), YFBF 27° ëedge (10x10x6), YFBG 21° ëedge (10x10x4.63) (1 set)
4	Mbajtës Kasete	PËRSHKRIMI: Lateral Cassette Holder: Mbajtës Kaset X-Ray anesore që eliminon mbajtjen me dorë të kasetave filmike në mënyrë të palëvizshme me lartësi të ndryshueshme për gju, shpatull, kafkë, etj. Pllaka bazë e qëndrueshme rrëshqet nën jastëkun e pacientit ose tavolinës, ose mund të pozicionohet pranë një të aksidentuari. Mban deri në 14 kaseta 14 "x 17" (35 cm x 43 cm), e rregullueshme përfshin një shënues rrotullues djathtas dhe majtas, kanalet të jenë të veshura me gome për t'i mbajtur kasetat të qëndrueshme, dy kanale të rregullueshme, pesha rreth 3kg.
5	X-Ray Ekrane	PËRSHKRIMI: X-Ray Ekrane: Aplikacion: Ekran Intensifikues i X-Ray, ngjyrë: blu, madhësi 8 X 10 inç, shpejtësi 800. Ekran standard blu për intensifikim të lartë me perceptueshmëri të shkëlqyeshme të detajeve, Përmirësim i tubit X-Ray, Intensifikimi maksimal me dozimin më të ulët, Përdorimi gjysmë shpejtësi filmin X-Ray do të zvogëlojë shpejtësinë e sistemit në 400
6	Kaseta filmash	PËRSHKRIMI: Kaseta filmash, CASSETTE, X-RAY, 18 x 24 cm green sensitive, CASSETTE, X-RAY, 24 x 30 cm, green sensitive, CASSETTE, X-RAY, 30x40cm, green sensitive

7	Pajisje per kontroll dhe sigurim cilësie në radiologji	PËRSHKRIMI: Pajisje e automatizuar e projektuar për aplikime për kontroll cilësie dhe monitorim në radiologji (radiografi, fluoroskopi, mamografi, dentare dhe CT etj). Të mase kVp, kohën, shkallën e dozës / dozës, HVL dhe totalin e filtrimit. Pajisja të shoqërohet me ndërfaqen /ekran vizualizimi, portat lidhëse (hyrese/dalese) për përdorimin e aksesorëve matës e shoqëruar me aksesorë matës për gamë të gjërë të rrezatimit X, shumëfunktionale gjithëpërfshirëse dhe me programin përkatës. Funksionet kryesore te pajisjes jane: perdorim i thjeshte dhe i shpejte, lidhje me ose pa tel, memore i brendshme, matje te HVL me një goditje ne mamografi, radiografi, CT dhe dentar, detektor në gjendje të ngurtë që nuk ka nevojë për të kompensuar temperaturën dhe presionin, të masë tufat errezatimit gjatë ekzaminimit, Optimizuar për pajisjet me rreze X nga një numër i madh i prodhuesish, Kompensimi i integruar i energjisë, Mund të përdoret së bashku me dhomat e jonizimit dhe aksesorë të tjerë matës, Zbulim të rrezatimit të shpërhapur, komunikim me Bluetooth deri në100 metra distancë, Dizajn unik i detektorit për të minimizuar pozicionin dhe varësinë e rrotullimit, Njohja automatike e sondave/detektorëve të jashtëm, E vogël, e ngjeshur dhe e fortë - e lehtë për t'u vendosur, Mbrojtëse e mbrojtur nga mbrapa, bateria e rimbushshme që zgjat për një kohë të gjatë, Pa plumb, përditësime falas të softëerit nëpërmjet internetit ose pc, Mundësi përmirësimi për çdo model, Garanci të paktën 5-vjeçare me cikël kalibrimi 2-vjeçar. cantë transporti e dedikuar
8	Arterial Tree	PËRSHKRIMI: Model i relievit të përmasave të njerezore të 1/2 të sistemit të qarkullimit njerëzor detajon këto struktura anatomike: Sistemi arterial / venoz, zemër, mushkëri, mëlçi, shpretkë, veshka, Skelet i pjesshëm, Një ndihmesë e gjallë dhe anatomike e mësimdhënies e sistemit të qarkullimit të gjakut të njeriut. Sistemi i qarkullimit qarkullues të dorëzuar në tabelën bazë për shfaqje të lehtë në një klasë ose në zyrën e mjekut.

9	Manekin i kompletuar per teknikat e kujdesjes	PËRSHKRIMI: Manikini i plotë i kujdesjes përdor teknikat e formimit dhe modelimit për të siguruar një pamje realiste pa specifikuar moshën. Modeli duhet të mundësojë praktikën e më shumë se 35 procedurave të kujdesit të pacientit. Manikini për trajnim duhet të përmbushë të gjitha kërkesat e OBRA. Pa specifikuar moshën, femrën apo mashkullin, modeli të mundësojë kryerjen e procedurave të mëposhtme: Procedurat e kujdesit të pleqve dhe të pacientit mund të kryhen për ekzaminimin e prostatës (Faza B), Përkujdesjen: Ostomy (Ileostomi dhe lavazh kolostomi), Përkujdesjen: Trakeostomi (lavazhi dhe thithja), Vendosjen e tubave nazogastrike, Larje gojë dhe hundë, administrimi i Enemes (femra), Injeksione intramuskulare (krah, kofshë, glute), Higjiena e gojës (proteza e sipërme dhe e poshtme e lëvizshme), Shpëlarje e syve, banja e shtratit, kujdesi i flokëve (larja, krehja), Teknikat e pozicionimit dhe transferimit të pacientit, ndërrimet e veshjeve, Shpëlarja e veshëve, pozicionimi dhe heqja e pajisjes ndihmëse, Fashimin dhe veshja e plagëve (duke përfshirë gishtat dhe këmbët), Katheterizimin e urinimit - Femra dhe Meshkujt Funksionet vizuale të inspektimit të përfshijnë: Ulcer- Stadi 1, Krahassimi i bebes se syrit, Krahssimi i moleve kancerogjene, lekure e skuqur, Gama e plotë e lëvizjeve të përfshijë: Rrotullim, Hiperekstension, Qafa - Rrotullim, Hiperekstension, Flexion lateral, shaptulla dhe vithe, Bërryl - zgjatim, përkulje, Gju - Zgjatje, Fleksion, Kyci - levijet e kycit, Gjunj - Eversion, Inversion, Dorsiflexion, Plantarflexion, Gishtat - Abduction, Flexion (material i butë, i gjallë) Manikini të përmbajë edhe: Genitalet (Mashkullore dhe Femërore), parukë, proteza, Aparat dëgjimi për shurdhët, * 12 cc shiringë, Spaj lubrifikues, Enë për kullimin e lëngjeve, Qese rezervuaresh të stomakut, Qese rezervuaresh të fshikëzës, 16 FR Foley Silikone Katheter, 140 cc shiringë
10	Skema klasike e Sistemit Skeletik	PËRSHKRIMI: Paraqitja përmban 3 ilustrime të mëdha që tregojnë pamjet ballore, anësore dhe të pasme të sistemit skeletor mashkullor. Çdo ilustrim është hollësisht i detajuar dhe i etiketuar. Tetë ilustrime të vogla tregojnë: një pjesë e kockave të gjatae, ligamentet e dorës së djathtë (pamjet dorsale dhe palmare), ligamentet e këmbës së djathtë (pamje dorsal dhe plantar), nyja e djathtë e gjurit (pamjet e mëparshme dhe të pasme), Krahassimi i legenit femëror me legen mashkullore tregohet nga një skicë me pika.

Dokumentat Standarde të Tenderit

11	Anatomia e petëzuar Kockat e gjymtyrëve të sipërme	PËRSHKRIMI: Anatomia e petëzuar e kockave e gjymtyrëve të sipërme të paraqitura në një poster shumë të detajuar. Posterit paraqet anatomi skeletore të krahut dhe gjithashtu përshkruan nyjet lidhëse. Ai përfshin një pamje të plotë të krahut të çiftuar me ilustrime të ngushta me pamje të përparme dhe të pasme për të siguruar një kuptim të plotë të anatomisë. E mbushur me informacione, kjo do të shërbejë si mjet i përsosur që do të përmirësojë çdo demonstrim në zyrë ose leksion në klasë. Tabela mat 20 inç x 27 inç dhe është printuar me leter të laminuar për qëndrueshmëri.
12	Harta e pikave të ndjeshmerisë të bustit dhe ekstremitetëve	PËRSHKRIMI: Paraqitje grafike në dy pjesë, ku në secilën të jone të përshkruara muskujt të cilat preken nga pikat e ndjeshmerisë. Te Tregojë vendndodhjen e pikave të ndjeshmerisë me zonat primare dhe sekondare të ndjesisë së dhimbjeve. Te ketë një legjende që të shpjegojë si të identifikohen pikat e vecanta të ndjeshmerisë për pjesën e bustit dhe ekstremiteteve si shpatullat, busti, koka dhe qafa.
13	Rripat e mbikqyrjes të transferimit të Pacientëve	PËRSHKRIMI: Rrip i fortë për sigurimin e pacientit gjatë transportit. Ky është një rrip i trashë për të parandaluar dëmtimet e pacientit. Materiali sipërfaqësor është poliestër dhe materiali sanduiç është pambuku EPE me qepje të përforcuar jashtëzakonisht të fortë që është e garantuar të zgjasë. Përshtatet në përmasat e belit 38 "deri 46" - Dimensionet e rripit: 46 "x 4". Hapëset e forta mundësojnë hapje të shpejtë dhe lëvizje të rripit. Bën transferimin e pacientëve nga shtretërit, karriget dhe karriget me rrota të thjeshta. Rripi duhet të ketë gjashtë doreza të qepura fort (katër doreza vertikale dhe dy horizontale) duke lejuar që kujdestari të lëvizë pacientin nga çdo anë dhe çdo kënd, duke e bërë pacientin më të sigurt dhe më të rehatshëm. Te këtë mbështetëse mbrapa 4 inç për më shumë rehati dhe zonë më të madhe kontakti me pacientin
14	Manekin me cante mbajtëse:	PËRSHKRIMI: Manikin me permasa reale, i dizenuar për instruksionet fundamentale të CPR ashtu si dhe një numër të madh ushtrimesh për shërbimin e pacientit. Duke përfshirë: rruget e ajrit një përdorimshe për të praktikuar ventilimin higjienik goje me gojë. Pjesët trupore të levizshme në mënyrë reale. rruget e frymëmarrjes të bllokueshme kur koka është përpara. pjesa e kavitetit të krahërorit, mushkerive, dhe zemrës lehtësisht e aksesueshme, dhe për praktikimin e manovrës Heimlich. Zmadhim real i gjoksit gjatë ventilimit. vende të pulsit arterial karotid dhe femoral. Hapje dhe mbyllje e syve. vendi femoral venoz. Injektiv intra muskular në deltoide, kuadriceps. gjunjët, krahët dhe kyçet e perthyeshme. Te shkeputshme për paketim të lehtë. Cante transporti.

15	MRI Modeli i Anatomisë Torso të Njeriut (15 Slices):	PËRSHKRIMI: Brez unik i MRI është i ndarë horizontalisht në 15 cope, duke dhënë një pamje të veçantë të anatomisë njerëzore. Marrëdhëniet topografike të bustit përfaqësohen si relievë të ngjyrosur në seksionet individuale. Për një studim më të afërt të anatomisë së brendshme të bustit, çdo disk mund të zhvendoset horizontalisht dhe të rrotullohet rreth boshtit të saj sagital. Në pjesën e sipërme dhe të sipërme anët më të ulëta të secilës fetë, strukturat anatomike, të tilla si kockat, muskujt, organet, enët e gjakut dhe nervat janë treguar si seksione horizontale. Prerjet tërthore të trupit (Modeli MRI) është veçanërisht i përshtatshëm për interpretimin dhe për rrjedhojë kuptimin më efektiv të imazheve tomografike; veçanërisht pasi ato janë zhvilluar duke përdorur imazhe kompjuterike ose MRI (CT, MRT). Modeli është bërë nga polivinil (PVC) plastik, i cili është rezistent ndaj korrozionit, i lehtë dhe ka qëndrueshmëri të lartë. PVC reziston ndaj reaksioneve me acide, benzinë, alkool dhe hidrokarbure. Modeli ka përmasa 130.0 x 40.0 x 35.0 cm (H x ë x D) (H është distanca vertikale nga pika më e ultë në atë më të lartë; ë është distanca horizontale nga e majta në të djathtë; D është distanca horizontale nga e para në mbrapa.) dhe peshë të përafërt 18 kg Produkti duhet të përmbushë standardet ISO 9001: 2008.
16	Manekin gjoksi:	PËRSHKRIMI: Modeli materiali i të cilit simulon ndjenjën e indeve të buta të vërteta për të kryer palpacione dhe injeksione dhe tregon cilësi reale dhe ekogenicitet në imazhet me ultratinguj. E Lehtë për t'u përdorur. Kosto efektive. Ekogenicitet real. Në dispozicion me Cysts ose Tumore (tumore te medha: diameter 27mm / lartesi 16mm, tumorë mesatarë: diameter 16mm / lartesia 15mm tumore te vegjel : diameter 14mm / lartesia 12mm. Për trajnimin bazë dhe përmirësimin e shkathhtësisë. Modeli është një mjet i shkëlqyeshëm mësimor për trajnimin bazë dhe për përmirësimin e shkathhtësisë dhe aftësive të koordinimit të syve.
18	Skoliometer	PËRSHKRIMI: Skoliometri është një instrument i përdorur për të matur shtrembërimet e shtylles kurrizore, për evidentimin e skoliozes për të marrë një konfirmim të duhur llogaritës / diagnozë të gjendjes (skoliozës). Pajisja ka peshë rreth 1 kg, lartësi 0.635, gjatësi 8.89 cm, gjërësi 19 cm dhe duhet të jetë e shoqëruar me ccantë
19	Arcometer D'osualdo	PËRSHKRIMI: Arcometer është një pajisje manuale e përbërë nga një shirit i rregulluar që mban tre krahë pingul: i pari është i fiksuar në njërën skaj, ai i ndërmjetëm është i lëvizshëm në dy akse dhe i treti i lëvizshëm vetëm në një aks. Skajet e tre krahëve identifikojnë tre pika përmes të cilave mund të hiqet një perimetër i vetëm. Duke përdorur arcometer mund të matet kurbën dhe ngritjen. Këto dy vlera na lejojnë të llogarisim rrezen e këndit të kurbës dhe këndin Cobb. Instrumentit i bashkëngjitet tabela për llogaritjen e këndit Cobb.

Dokumentat Standarde të Tenderit

20	Drite UV per trajnimin e larjes se duarve	PËRSHKRIMI: Ky pajisje mundëson oficerët e kontrollit të infeksionit ose qendrat e trajnimit për të demonstruar teknika të sakta për larje dhe pastrim të duarve. Drita nxjerrë në pah çdo defekt dhe do të rrisë vetëdijen për problemet e mundshme të higjienës. Kabineti i Inspektimit demonstroi rëndësinë e që duart lahen shpesh dhe mirë duke kërkuar teknikën e duhur dhe fërkimet për të zvogëluar rreziqet e infektimit të përdoruesve dhe kontaminimit. Drita UV për trajtimin me larje me dore është ideale për kirurgjitë e GP, spitalet etj.
21	Paketë mesimdhënieje 10 kontraktivet	PËRSHKRIMI: Materiale grafike për edukimin seksual e dizenuar për eksperience praktike. Të përmbajë: 1 Penis polistirene, 24 kondome, 5 kondome femeror, 2 mostra për pilula, 1 pajisje për intra-uterine, 1 kapele cervikale, 1 xhel spermicid, 1 diafragme, 1 kalendar për perida.
22	Model egzaminimi të gjoksit dhe testikujve	Model egzaminimi të gjoksit dhe testikujve për identifikim të fazave fillestare të tumoreve. Të përbera nga simulimi I lekures se jashtme të bute dhe të hollë me struktura të brendshme delikate për të simuluar tumoret. Permasat 23.5x15x6.5cm për egzaminimin e testikujve dhe 25 x 7.5 x 15 cm për modelin e egzaminimit të gjoksit.
23	Aparat tensioni	PËRSHKRIMI: Aparat tensioni model i fortë, i qëndrueshëm dhe elegant me palme aneroid metali me zinku me manometër me llambë integrale dhe valvula e lirimit të ajrit për përdorim me një dore. Pajisur me një dorezë të posaçme të rregullueshme për majtas dhe djathtas, mbyllje me velo najloni të zezë, e kalibruar dhe me 1 tub. Lehtë për tu lexuar: Madhesia Ø 65 mm. Butoni unik i shtypjes së butonit të lirimit të ajrit të ofrojë një deflacion të saktë.
24	Otoskop	PËRSHKRIMI: Otoskop profesional i cilësisë së lartë me dritë halogjene ekstra të ndritshme të siguruar nga sistemi optik i fibrave optike, lente zmadhuese 3 herë. Prodhim për testin e membranës pneumatike. Paketa përbëhet nga Otoskopi LED Fiber Optik, Dorezë / Bateri e rimbushshme Ni-MH, bazë karikimi, kabllot USB / Plug dhe manuali i përdoruesit / mirëmbajtjes. Ndriçimi: 18.5 Lumen Llamba LED (5500K)
25	Pulse Oximetër	PËRSHKRIMI: Puls oksimeter gishti me ekran me ngjyra për kontroll rutinë dhe të vazhdueshëm. Ekrani LCD energji: DC3V Bateri të rikarikueshme ose një përdorimshe. Puls: nga 30-240bpm, saktësia +/- 2bpm Parametrat e SPO2 35% deri në 99% (rezolucioni 1%) Saktësia +/- 2% Indeksi i perfuzionit: 0-20%, saktësia +/- 0.1% Alarm për SpO2 të ulët >90%, Alarm për puls të ulët: <50 bpm ose më të lartë se >120 pbm. Madhesia: 6.6x3.6x3.3cm. Peshë rreth 60g. Të përmbushë normen: IEC 60601-1-2 Klasi II

Dokumentat Standarde të Tenderit

26	Spirometër incentive	Spirometër incentive: Matje e volumit deri ne 2700 cc/ sek Kompakt, dizajn ergometrik. Ndhmon pacientin te rikuperoje frymemarrjen normale mbas kirurgji se abdominale ose kraharori. Pajisje perbehet nga: baza, 3 topa me ngjyra te ndryshme dhe dimensione te ndryshme, 1 pjese qendore transparente te ndare ne 3 dhoma, 1 tub dhe gojez.
27	Mates i fluksit maksimal	PËRSHKRIMI: Peak floë meter xhepi është i dizenuar për menaxhimin e thjeshtë dhe të besueshëm të azmës. I lehte dhe i thjeshtë në përdorim, mundeson matje te sakta here pas here. I lehte per tu pastruar dhe ka pipez universale volumi standart i matjes mbulon nga 60 deri në 800 litra/min
28	Termometër Oral	PËRSHKRIMI: Termometër Oral për matje temperature, intervali i matjes 32-42.9 grade +/-0.1 grade
29	Termometer Timpanik	PËRSHKRIMI:Termometer Timpanik për matjen e të shpejtë të temperaturës nga veshët brenda 1 sekonde, matje e sigurt dhe të saktë të temperaturës së trupit nga veshi..Ekran LCD per paraqitjen e temperatures, matje e temperatures shkallë të dyfishtë ° C / ° F e ndërrueshme., Fikje automatike, të përfshihen 20 mbulesa sondash. Gama e matjes 26.0 ° C deri 43.9 ° C, Saktësia ± 0.2 ° C / 0.4 ° F (35.5 ° C deri 42 ° C për temperaturën e ambientit 16 ° C deri 40 ° C. ± 0.3 ° C (jashtë këtij diapazoni të temperaturës). Lagështia e funksionimit 25% deri 95% orë pa kondensim, Kujtesa 10 temperaturat e ruajtura në memorje, Bateria 2 x AAA 1.5V alkaline te nderrueshme, Jetëgjatësia e baterisë 3000 matje përafërsisht, dimensionet 155 mm x 55mm x 35mm, pesha 100g afërsisht
30	Laringoskop set	PËRSHKRIMI: Seti standart laringoskopi përmban 5 tehe (0, 1, 2, 3, 4) dhe dy doreza ("C" dhe "AA") në kutinë e montuar. Plotësisht i pajtueshëm me të gjitha markat kryesore të laringoskopëve që përputhen me ISO 7376. Ndërtim çeliku inox, doreza prej bronzi të kromuar,
31	Defibrilator	PËRSHKRIMI: Defibrilatori është një pajisje mjaft e nevojshme në shërbim të profesionistëve të kujdesit shëndetësor pasi janë pajisje që rikthejnë një rrahje normale të zemrës duke dërguar një puls elektrik ose shok në zemër. Ato përdoren për të parandaluar ose korrigjuar një aritmi, një rrahje zemre që është e pabarabartë ose që është shumë e ngadaltë ose shumë e shpejtë. Defibrilatorët gjithashtu mund të rivendosin rrahjen e zemrës nëse zemra papritmas ndalet. Pajisja mund të përdoret në distancë nëpërmjet një pajisje komandimi Seti përfshin: pajisjen, defibrillator training Electrode, ekranit LCD, 6 bateri C-Cell, manualin e përdorimit, Efektivisht arsimor, të ofrojë të gjitha tiparet thelbësore të nevojshme për të mësuar përdorimin dhe teknikat e duhura, mundësi të përditësimit të softëar-it

32	Elektrokardiograme 12 kanale +sistem softëare	PËRSHKRIMI: Elektrokardiograme 12 kanale me ekran me prekje është pajisje që ndihmon në interpretim dhe diagnostikimin e hollesishem te problemeve kardiake. - 12 EKG interpretuese në kanale për përdorim të rritur, pediatrikë dhe neonatal - mbi 130 lloje të rezultateve të interpretimit bazuar në kodin e avancuar të Minesotës, HRV (Hearth Rate Variability analysis). Funksionaliteti: memorie deri në 200 pacientë, Monitor i vrojtimit në kohë reale, PC kompatible përmes LAN ose ëi-Fi, softver i përzgjedhur me shumë gjuhë (GB, RU, FR, DE, IT, etj), mesazh error, zbulimi i prodhuesit të ritmit, zbulimi automatik i aritmisë, regjistrim afatgjatë 3, 5, 10 minuta, opsion per përdorim me kosto të ulët te letres, ekrani TFT LCD me ngjyra të gjera dhe të qarta 7 inch (800x480) dhe me prekje për funksionim të lehtë Aksesore: Kablli i pacientit - 10 drejtime, kabllo LAN, 1 shishe krem ECG (70 g), 1 kabllo energjie, manual (en), 1 rrotull letre, 4 elektroda të gjymtyrëve, 6 elektroda të gjymtyrëve të gjoksit, EKG Vieë Plus (en). Te dhena teknike: EKG drejton: 12 EKG kanalesh njëkohësisht Dimensioni: 300 (ë) x 299 (H) x 123 (D) mm, përafërsisht. 3.5 kg, Kanali i regjistrimit: 3 kanale + 1 ritëm, 3 kanale + 3 ritëm, 6 kanale + 1 ritëm, 12 kanale, 60 sekonda 1 kanal, 3, 5, 10 minuta 1 kanal dhe raporti i rrahjes, Ndjeshmëria: 2.5, 5, 10, 20, automatike (I ~ aVF: 10, V1 ~ V6: 5) mm / mV, Shpejtësia e shtypjes: 5, 12.5, 25, 50, 100 mm / s, Shkalla e marrjes së mostrave: 2,000 mostra / sek, Filtrat: AC (50/60 Hz, -20 dB ose më mirë), Muskul (25 ~ 35 Hz, -3 dB ose më mirë), Filtri i kalimit të ulët: i fikur, 40 Hz, 100 Hz, 150 Hz, Ekran: Ekran TFT LCD me ngjyra 7 "(800x480),ekrani i monitorimit shfaq ID, data, ndjeshmëria, shpejtësia, filtri, forma, ritmi Ndërfaqja e përdoruesit: Ekran me prekje (alfanumerik dhe simbol i disponueshëm), Tastiera, tastiera rrotulluese rrotulluese (menuja që shfaqet) Të dhënat e pacientit: ID, emrin, moshën, seksin, lartësinë, peshën, duhanpirja etj Matja themelore: Ritmi i zemrës, PR int, QRS dur, QT / QTc, boshti PRT Regjistrues: Kreu i printimit termik, letër roll, raport raporti A4: 210x300 mm (8.5 "x11") Rezolucioni: - vertikale: 8 pikë / mm, - horizontale: 16 pikë / mm Elektrike: Zhurma e brendshme: 20 µV (pp) max, Qarku hyrës: hyrja lundruese, Impedanca hyrëse: = 50 MO, Gama e tensionit të hyrjes: = ± 5 mV, Refuzimi i mënyrës së zakonshme:> 105 dB, Tensioni i kompensimit DC: = m 400 mV, Konstantja e kohës: 3.2 sek, Rryma e kalimit në pacientit: <10 µA, Përgjigja e frekuencës: 0,05 ~ 150 Hz,Kontrolli i cilësisë së sinjalit: Zbulimi i shkëputur, Ruajtja e të dhënave EKG: hapësirë për 200 EKG (Brendshme në memorje flash), Fuqia: 100 ~ 240 VAC, 50/60 Hz ose bateria (opsioni) 2.0 ~ 1.0 A, 60 VA max, Bateria (Li-Ion): 4 orë përdorim normal (afro.200 printime të EKG), Komunikimi: Lidhja e PC me LAN D2 ëi-Fi, Konformiteti i sigurisë: Klasa I, Tipi CF, CE, CSA, FDA, KFDA, CFDA, CCC
----	---	--

33	Dozimetr për monitorimin e rrezatimit në radiologji	Pajisje për të kontrolluar dozën e grumbulluar nga personeli (mjeku, pacienti). Kontrolli i rrezatimit X. Matja e ekuivalentit të dozës personale Hp (10) (ED) dhe fuqia e dozës personale ekuivalente $\dot{H}_p$ (10) (MED) e rrezatimit të vazhdueshëm dhe pulsues të rrezeve X dhe gama. Cilesitë: Alarme të dëgjueshme, vizuale dhe vibruese që tejkalojnë nivelet e pragut; Mundësia e regjistrimit automatik dhe manual të deri në 4000 ngjarjeve në historinë e regjistrimit në memorie të paqëndrueshme ED dhe MED; Komunikimi me PC përmes USB dhe karikimi i baterisë; Tregimi i nivelit të ulët të baterisë; butona kontrolli; Ndërfaqja miqësore për përdoruesit. Fushëveprimi i furnizimit: Dorëzimi bazë: Softveri i ngarkuesit Dosimetër (në CD) Kablllo USB A - USB mini B (1,2 m), Manuali i Udhëzimit me Dantella Cover Specifikimet: Detektor Geiger-Muller, Gama e matjes së shkallës së dozës së rrezatimit të vazhdueshëm dhe të pulsit të fotonit (kohëzgjatja e pulsit jo më pak se 1 ms), 0,1 mSv / orë - 10,0 Sv / orë, Hp (10), Gabim relativ maksimal i lejueshëm i normës së dozës $\pm (15 + 0.0015 / H)\%$, (Në rangun prej 0,1 mSv / orë - 10 Sv / orë, ku H - shkalla e dozës në mSv / orë), Matja e dozës : fotone 0.05 Sv - 10 Sv, rrezatimi X (kohëzgjatja e pulsit jo më pak se 1 ms) 10 Sv - 10 Sv, Gabim relativ themelor maksimal i lejueshëm i matjes së dozës $\pm 20\%$, Gama e energjisë 20,0 keV - 10.0 MeV Përgjigje e energjisë në lidhje me 0.662 MeV (Cs-137) në të gjithë gamën: nga 20 keV në 33 keV në 60%, nga 33 keV në 48 keV në 40%, nga 48 keV në 3 MeV $\pm 30\%$ nga 3 MeV deri 10 MeV, $\pm 50\%$, Lloji i alarmit: vizual, tingull, dridhje Gama e temperaturës operative: -20 deri +50 ° C Lloji e baterisë së integruar të baterisë (energja elektrike e baterisë sigurohet nga USB) Koha e funksionimit të vazhdueshëm nga një bateri disa ditë Komunikimi me PC USB, Dimensionet, pesha (rreth 58 x 58 x 18 mm, 70 g)
34	Aparat O2	Aparat O2 (Floëmeter) (ne mur)
35	Pompë ushqyese/Model Ushqyerje Enterale	PËRSHKRIMI: Pompa ushqyese/Model Ushqyerje Enterale shërben për pacientët që kanë nevojë për ushqim enteral, Pompa kontrollon kalimin e ushqimit në stomak dhe zorre me një shpejtesi dhe orientim të caktuar. Kontrolli i sakte me mikroprocesor, Nderfaqe interaktive me udhëzime progresive për procedurat dhe operacionet. Alarm automatik, Funksion memorie për të siguruar dozën e infuzionit, shpejtesinë dhe saktësinë të individualizuar. Sensore për të dedektuar gjendjen e rrjedhjes së siperme dhe të poshtme. Funksioni automatik i perfuzionit. Parangrohje e lengjeve ushqyese. Specifikimet: Shpejtesia e rrjedhjes Diapazoni 1-400ml/ore Me shkallë rritje :1ml/ore Saktësia e shpejtesisë së rrjedhjes 10% e shkallës së zgjedhur ose 0.5ml/ore, Infuzioni në game totale 1-3000ml, Intervali 1-20 ore, Shpelarja 10-50ml, Presioni maksimal 15psi (103kpa)

36	Manekin	PËRSHKRIMI: Manekin model pa dallimin e moshes, pamje reale te femres ose mashkullit. Te gjitha lidhjet kane mundesi levizje reale, Simulatoret e shtuar lejojne praktikimin e 35 procedurave te kujdesjes. Mundesi per kryerjen te procedurave si: ekzaminimi i prostates (stadi B), Kujdesi Ostomise (kolostomi), Trakeostomi, vendosje e tubave nazogastrike, Shplarje goje dhe nazale, injeksion intramuskulor, higjiene orale, pastrimi i syve, higjiene personale, kujdes flokesh, teknika te pozicionimit te pacientit dhe transportit, nderrim rrobash, pastrimi I vesheve, vendosje dhe heqje e aparatit te degjimit, kujdesi per plaget, nderrim i bendeve, katheterizim i femrave dhe eshkujve. Levizje e plote: Gjoksit, qafes, Shpatullave, krahut, gjunjet, gjistave, Modeli duhet te kete, aganet femerore dhe mashkullore, paruke, proteze dhembesh, aparat degjimi, shiringe 12cc, lubrifikant enet e kullimit, foley spirale 16
37	Model busti CPR i rritur/fëmijë	PËRSHKRIMI: Model busti CPR i rritur/fëmijë: Model busti per masazhin kardiak te adulteve, per masazhin kardiak te femijeve. Manikin i shpejtë CPR i thjeshtë për tu mbledhur dhe mirëmbajtur Dizajni gjithëpërfshirës i manikinit lejon praktikimin e manovrës Heimlich dhe fut abdominal, si dhe CPR dhe frymëmarrje goja më gojë. Shenjat realiste anatomike (molla e Adamit, arteriet karotide, kërthiza, kafazi i brinjëve dhe niveli i gjoksit) e bëjnë më të lehtë mësimin e vendosjes së saktë të duarve për kontrollimin e pulsit dhe kryerjen e kompresioneve të gjoksit. Ofron metodën e ngritjes së kokës / ngritjes së mjekrës për të hapur rrugë e frymarrjes ose për të simuluar rrugët e frymëmarrjes të bllokuar me një ngritje të dukshme të gjoksit kur ventilohet. të patrohet lehtë dhe të ketë garanci mbi 3 vjet Simulime dhe aplikacione me instituksione në versionin mobile dhe tablet. Seti duhet të përmbajë: Manikin i rritur / fëmijë, Manikin për foshnje, 10 adult/child face shield lung bags and insertion tool, instruksione dhe aplikacione shtesë për studentin dhe instruktorët, komplet shtese, modul frymëmarrje, cantë për mbrojtje të mushkërive / gojës me një grup mbajtësish të modulit të frymëmarrjes,cantë transportuese, 2 bateri.. pesha e paketës rreth 15.0 kg ndërsa përmasat 80x33x46 cm.
38	Urinar burrash	Urinar burrash
39	Urinar grash	Urinar grash
40	Model Kataterizimi urinar	PËRSHKRIMI: Praktikimi i katheterizimit urinar per mashkull dhe femer ne modelin anatomik i pershtatshem per mesimin e teknikes se prekjes aseptike dhe vendosjen dhe heqjen e katheterit, ashtu si dhe pregatitjen e pacientit per proceduren. Trajnimi eshte me realistik ne saje te materialit I cili eshte fleksibel dhe ka ndjesi reale. Modeli perdor catheter 16F dhe mund te perdoret per te demonstruar procedurat e mbushjes se ballonit. Modelet montohen individualiosht ne stenden e trajnimit dhe mund te perdoren ne tavoline ose per stimulim pacienti. Rezervuari I lengut lejon daljen e urines mbas kompletimit te sukseshem te procedures se insertimit. Kateterizimi femëror dhe mashkull me rezistencë realiste 3 nivele të ngushtimit të rregullueshëm të uretrës, Soft and movable foreskin and labia (for practicing disinfection, for example), Struktura e legenit anatomikisht reale, dalja e lëngshme nëse kateterizimi kryhet me sukses, mund

Dokumentat Standarde të Tenderit

		të kontrollohet fshikëza transparente, dhe muri i barkut mund të hiqet, përfshin kateter suprapubik për praktikimin, pastrimin dhe kujdesin për të. qëndron mirë në tryezë falë këmbëve që nuk rrëshqasin, Lidhës magnetikë për vendosjen e shpejtë dhe çmontimin, Lehtë për t'u pastruar dhe mirëmbajtur, dhe mund të transportohet lehtësisht. Një sfungjer nga brenda parandalon ndërtimin e lagështirës. Përmasa 50 x 42 x 30 cm, pesha totale rreth 5 kg.
41	Uturak shtrati	Uturak shtrati meshkuj/femra përbërje plastike
42	Simulator për administrimin e klizmes	PËRSHKRIMI: Simulator për administrimin e klizmes ku te gjitha aspektet e simulimit te jene reale ne cdo detaj. Pjesa e sipërme e vitheve te jete fleksibel me menyre te tille qe te ngrihet dhe te lokalizohet anusi per insertimin e enemes. Simulatori te perfshije rezervuar lengjesh prej 1 liter e cila te perdoret per demostrim dhe praktike. Te kete te perfshire canten mbajtese dhe setin e administrimit te enemes. Pesha rreth 6.7 kg
43	Pajisje për qepjen e plagëve	PËRSHKRIMI: Set pajisjesh për qepjen e plagëve : është një mjet trajnimi i lirë që ofron praktika të teknikave të sutures në të gjitha nivelet. Ipërshtatshëm për studentët që kanë nevojë të mësojnë, është gjithashtu e dobishme për profesionistët e kujdesit shëndetësor të cilët dëshirojnë një përmbledhje të llojeve dhe teknikave të ndryshme të sutures ose ndonjë aftësi tjetër të nevojshme për mbylljen e plagëve. Instruktori ose studenti do të jetë në gjendje të bëjë prerje dhe të përcaktojë thellësinë e suturimit të kërkuar dhe Cila teknikë duhet të përdoret. I Përshtatshëm për praktikimin dhe demonstrimin e nyjeve lidhëse, lidhjen dhe vendosjen e kapave, përdorimin e ngjitës kirurgjikale, sutjen e indit të thellë (vendosje dhe mbyllje), dhe suturimin e indit nënlëkuror (vendosja dhe mbyllja). Karakteristikat përfshijnë epidermë, dermis, fasadë, yndyrë, dhe shtresat e muskujve. Lëkura do të lejojë vendosjen dhe mbylljen e sutures sipërfaqësore. Përfshin jastëk qepje, tabaka për të mbajtur jastëk, mbajtëse të qëndrueshme rast, mbajtëse gjilpërë, gërshërë qepje, pincë indeve, bisturi, Qepje najloni, dhe mbajtëse e vogël për mbajtjen e instrumenteve. Masat jastëkuese 6 "L x 4" ë x 1-1 / 2 "D.
44	Pompe Infuzioni	. Pompe mjekesore infuzioni me cilesi te larte. Shpejtesia e infuzionit nga 1ml/ore - 1200 ml/ore. Shpejtesia e shplarjes 100 ml/ore – 1200ml/ore. Saktesia ± 5%. Limiti I volumt 0-9999.9 ml, me alarm presioni, alarm ne mbarim te perfuzionit, ne rast bllokimi, ajer ne tub, mungese energjie.
45	Sistem diagnostik spirometrie	PËRSHKRIMI: Sistem diagnostik spirometrie + Printer +Softëare + Spireta, Screen resolution: 300 x 200; Hard disk: 500MB; USB : 3 modele per pershtatshmeri te gjere. Lidhje me USB (PC dhe Printer) dhe Bluetooth (opsionale). Ekran me prekje, tipi PDA(modelet B dhe C). Baza e të dhënave të brendshme(deri ne 1,000 teste grafike). Te dhenat te eksportohen ne sistem tjetër të menaxhimit. Turbine volumetrike bidireksionale.

Dokumentat Standarde të Tenderit

		Oksimeter i integruar (opsional). Korrektim automatik BTPS .Te plotesoje standartet 2005 ERS/ATS kod PIN. Floë Transducer: TURBINE. Diapazoni i matjes : Floë nga 0 ne +/- 16 l/s; volumi nga 0 ne 10l. saktesia e vëllimit te rrjedhes : 5% ose 200 ml/s – 3% ose 50ml, kushdo qe te jete me i larte (ERS/ATS). Modul Bluetooth : I perputhshem me specifikimet V. 2.0 . Kohezgjatja maksimale dhe numri i manovrave: FVC: 25s (5 kurba); VC: 45s (5 kurba); MVV: 15s (5 kurba Temperatura e punes dhe lageshtia: 10 deri 40° C – me pak se 75% pa kondensimin Standartet e sigurise : EN 60601·1·1, EN 60601·1·1, EN 60601·1·2 Ushqimi: Bateri 1.5 V (e rekomanduar alkaline) ose bateri 1.2 V NiMh (e rekomanduar > 2200mAh). Fuqia: me pak se 400më. Dimensionet: 153.5 x 80 x 52 mm. Pesha: 250g. Te plotesoje standartet 2005 ERS/ATS .Te dhenat e kontrollit te pajisjeve te transferimit. Perditesim i Softëerit te brendshem . Transferimi i testeve te pacienteve ne PC. Eksportimi i testeve te pacienteve ne sisteme menaxhimi te tjera Komunikimi mund te behet ndremjet tre kanaleve te ndryshme: Lidhje direkte USB me PC. Lidhje direkte USB me printer. Bluetooth. RS232.
46	Elektrokardiogramë 12 kanale + Sistemi Softëare	PËRSHKRIMI: Elektrokardiogramë 12 kanale + Sistemi Softëare : ECG me 12 kanale me interpretim per nje diagnostikim te hollesishem te problemeve kardiake • Me ekran LCD minimumi 4.5 inch dhe me nje regjistrim Automatik ose manual • Me printer thermal te integruar me rezolucione te larte • Me nje memorje prej minimum 10 sekonda per cdo lidhje dhe me ndalim dhe vazhdim te regjistrimit sipas kërkeses se mjekut. • E lehte dhe e kollajte per tu transportuar ne paciente te ndyshem sipas nevojës • Me nje autonomi baterie te pakten 2.5 ore • Me sensitivitet te sinalit si me poshte: INPUT IMPEDANCE: >100 Mohm,FREQUENCY RESPONSE: 0.05: 145 Hz, CMRR: >100 dB TIME CONSTANT: >3.2 sec,ACQUISITION: 12 bit 800 samples/sec/channel-isochrones,LEADS: 12 Standard or Cabrera,SENSITIVITY: 5 mm/mV; 10 mm/mV; 20 mm/mV ± 5 • E pajisur me filtra : muscles tremors 35 Hz digital; poëer line interferences,50 Hz 60 Hz digital; high pass 0.5 Hz digital • AKSESORE: KABELL ECG, Elektroda EKG,
47	Ph meter ezofageal	PËRSHKRIMI: Ph meter ezofageal +100 sonda me dy sensore: Sistem per monitorimin e refluksit. Pajisje e vogel dhe e lehte e cila mund te bej matjen e PH gjithashtu edhe matjet e kombinuara Impedance PH. Sistemi mund te perdoret me katheter te ndryshem. Te dhenat e ruajtura, ruhen ne memorien e brendshme te aparatit dhe mund te shikohen dhe lexohen ne kompjuter. Specifikimet teknike: Ph: Ph0 - Ph10. Impedanca: 200-10000 Ohm. Presioni: - 50 deri ne +300 mmHg.

48	Sphigmomanometër imitim me Zhive	PËRSHKRIMI: Sphigmomanometër imitim me Zhive: Metoda e matjes : oshilometrike • Ekrani : Sistol, Diastol dhe Puls • Diapazoni i matjes: - 20~280 mmHg (presioni i menges), 40~195 rrahje/min (shkalla e pulsit) • Saktesia: Presioni: +/- 3 mmHg • Pulsi: +/-5% i leximit • Ushqimi: Bateri 4x "AA" • Dimensionet: 140x120x70 mm • Pesha : 300 g (pa bateri) Menga : 22-34 cm, të tregojë datën dhe kohën
49	Sphygmomanometër aneroid me pompë të integruar + Stetoskopë	PËRSHKRIMI: Sphygmomanometër aneroid me pompë të integruar + Stetoskopë: Stetoskop ekonomik me mençe najloni me ngjites velkro , manometer me clip qe fiksohet ne mençe . Shkalla 0-300 mm Hg. Leshimi i ajrit max 4 mm Hg/minute. Rregullimi manual i deflacionit të mundshëm deri në 2/3 mm Hg. Nga 260 mm Hg ne 15 mm Hg koha maksimale e deflacionit 10 sec. Shkalla e gradueshme cdo 2 mm Hg. (Treguesi nuk ka ndalese per leviz lirshem), mençe najloni, bulb lateksi me valvul te kromuar . Tape ajri e kromuar me valvul me vide per leshimin e ajrit . Pajisur me mbajtesen me zinxhir ne kuti kartoni . Ne tre versione : standarte, pa lateks , ose me stetoskop te inkorporuar .
50	Stetoskopë për të rritur Littman / ekuivalent	PËRSHKRIMI: Stetoskopë për të rritur Littman / ekuivalent, Tipi me koke dyshe , dy tuba , stetoskop pa lateks, 5 ne 1, lloj stetoskop i konvertueshem ne pese menyra Stetoskop i konvertueshëm, aliazh i zinkut, i veshur me krom dhe me koka te ndryshme te gjoksit me madhësi te ndryshme, ofron akustike të gjithanshme per foshnjat dhe te rriturit per zbulimin e një game te gjere te tingujve te zemres dhe mushkerive. Pjesa e gjoksit me diafragme te vogel dhe te madhe, Tub i dyfishte per transmetimin individual te zerit, Dy tuba 56 cm (22") pa lateks me mure te trashe sigurojne transmetim individual te zerit nga pjesa e gjoksit ne te dy vesht. Te kompletuar me kit aksesoresh

51	Doppler për enët e gjakut	PëRSHKRIMI: Doppler për enët e gjakut me sonde 5 and 8 MHz: Per detektimin statusit te qarkullimit te gjakut arterial/venoz me sonde 8Mhz për zbulimin e shpejtësisë së rrjedhës së gjakut Të dhëna grafike dhe ekrani të shpejtësisë me ekran LCD Letër termike e shtypur e integruar (58 mm * 20m) Bateria e integruar e rimbushshme e Ni-Mh, mund të vazhdojë të punojë rreth 3 orë. ne ekranin LCD shfaqen valët e shpejtësisë dhe forcës mesatare të rrjedhës së gjakut. Mund te printoje njëkohësisht kurbën e qarkullimit të gjakut; Detekton statusin e rrjedhës së gjakut të arterial / venoz nga sonda 8MHz; Detekton shpejtësinë mesatare të rrjedhës së gjakut. Doppleri vaskular dyanshem portable me ekran LCD me ngjyra, Mikroprocesori ARM i integruar dhe në kohë reale tregon formën e valës së shpejtësisë së fluksit të gjakut; Mund të ruajë 50 forma valësh të dedektuara; Dedekton kulmin dhe shpejtësinë mesatare të gjakut, Detekton rrjedhën e gjakut të eneve periferike, Detekton presionin sistolik të nënseksionit, Detekton flebostenozën, okluzionet e venave, Detekton presionin sistolik të gishtërinjëve, Përfshin altoparlant me cilësi të lartë brenda, zëri i rrjedhës së gjakut dalës është i qartë dhe tingëllues. Permban baterinë e rimbushshme me kapacitet të lartë energjie per kohe te gjatë. Instalon printer termosensitiv brenda dhe printon fletën e rrjedhës së gjakut dhe shkallën pluse.
----	---------------------------	---

52	Finger-pulse oksimeter	PËRSHKRIMI: Finger puls oksimeter kompakt për aplikime spitalore dhe të ndihmes së shpejte ,të monitorojë SpO2, shkallen e pulsit, dhe indeksin e perfuzionit (PI). SpO2 të shfaqet në numra dhe grafike si dhe tregimin e plote të plethysmogam. Përfshin sensor SpO2 për adultë dhe kabllin zgjatues . Karakteristikat: - Saktësi dhe perseritje e lartë - Alarme vizuale dhe të degjueshme , me limite të rregullueshme - 384 ore ruajtje dhe rishikim të të dhënave (me 1/2/4/8 sek.) - Fikje automatike Gama e ngopjes së oksigjenit: 35% - 100% Gama e shkallës së pulsit : 30 -240 rrahje /min Shkalla e Indeksit të perfuzionit (PI) : 0.2% - 20% Ekrani: Ngopja e oksigjenit, shkalla e pulsit , fuqia e pulsit , tregues për baterinë e ulët ,indeksi i perfuzionit Saktësia e SpO2 përafërsisht 3% për SpO2 nga 70% - 100% Saktësia e përcaktuar si vlera rrenje-katrore e derivimit sipas ISO 9919 Saktësia e pulsit : $\pm 2\%$ e shkallës së plote Shkallat e vendosjes së alarmit: Limiti i sipër i SpO2 95% Limiti i poshtë i SpO2 85% Limiti i sipër i shkallës së pulsit 100 - 240 rrahje/min Limiti i poshtë i shkallës së pulsit 30 - 60 rrahje/min Ushqimi : 3 bateri alkaline AA 4.5 V koha përdorimit e punës >30 ore Dimensione: 145 x 74 x 29 mm Pesha 210 g
53	Peshore dixhitale	Peshore dixhitale (peshë, gjatësi, BMI) + monitor LCD

54	Sistem EEG	PËRSHKRIMI: Sistem EEG E LEVIZSHME NE KARRROCEN PERKATESE ME KOMPONENTET: • EEG e perbere nga: • PC/Laptop • Stimulator LED me frekuence te larte deri ne 60Hz • Softëeri I avancuar per nmanaxhimin dhe rishikimin e te dhenave te pacienteve duke perfshire dhe mapping • Koka usb me te pakten 35 dalje • Te kete minimum 22 kanale Monopolare AC/DC – dhe • Te kete minimum 8 kanale bipolare AC/DC Inputs (4 Pairs) 4 GND – 3NE • Te kete dalje te dedikuar per Pulse Oxymeter ëith SpO2 + HR + PLET (opsional) • Te jete e pajisur me TTL Trigger IN/OUT ose TTL FLASH out (only LAN Version) • Graph color LCD Screen 128x162, ëith 4 user customizable keys • Me konektor te dedikuar per lidhjen e elektrodave te kokes. • Te kete amplifikator per zhurmen Noise: <0.3µV RMS typical • CMRR: 160dB typical (differential) • Diapazoni I Impedance: $Z_{ic} = 180M\Omega // 120pF$ • Diapazoni I Input: +/- 8mVpp AC, signal over +/- 300mVpp DC offset +/- 256mVpp signal • Diapazoni I Input per kanalet poligrafike: +/- 600mVpp DC • Gjeresia e vales : DC – 8KHz • Me mostra sampling: 24 bits • Te kete Resolucion: 8 nV/bit Monopolar / Bipolar (AC) or 250 nV/bit Monopolar / Bipolar (DC) • Mostra Frequency sampling deri ne 32.768Hz • Me kontroll te Impedances ne te gjithë kanalet nepermjet softëerit ose amplifikatorit
----	------------	--

Dokumentat Standarde të Tenderit

55	Cell Counter	PëRSHKRIMI: 3 pjese diff te ëBC, 22 parametra. Minimalisht 80 teste/ore. Parametrat e matur 18 (ëBC, LYM, MID, GRA, LYM%, MID%, GRA%, RBC, HGB, MCH, MCHC, RDëc (RDësd), MCV, PLT, PDëc (PDësd), MPV Vëllimi i kampionit 25 µl i gjakut të plotë në modalitetin 3-pjesësh 50 µl gjak në gjendje të holluar para Dhoma: 2 dhoma numërimi për hollimin e gjakut të plotë dhe numërimin. Sistemi i Reagentit: Isotonic Diluent, Lyse, Cleaner, Sistemi i ID i Reagentit Barkodi, Diametri i hapjes: 70 µm (RBC / PLT), 100 µm (ëBC / MIX) Metoda e matjes: ëBC, RBC, PLT (numërimi i qelizave të gjakut): matja e rezistencës HGB: fotometria, HCT: llogaritja (RBC x MCV), 3diff (LYM%, MID%, GRA%): rezistencë (analiza e popullsisë), parametra të tjerë: llogaritja nga të dhënat e ruajtura Raporti i hollimit: ëBC, HGB: 1: 160 / RBC, PLT: 1: 32000 Prodhi i 80 testeve / orë, Metoda e marrjes së mostrave sistemi tub i hapur me rotor automatik të mostrës. Llojet e ekzemplarëve mbështesin njeriun, Mostër e rekomanduar metoda e mbledhjes: K3 EDTA tuba mostër të gjakut, Identifikimi i mostrës, metodë ID e mostrës individuale e futur nga përdoruesi. Barkodi me manual të jashtëm. Lexues i barkodit (aksesor opsional), Llojet e mostrës: Njerëzore (e përgjithshme), mashkull, femër, bebe, vogëlush dhe fëmijë. Procedura e pastrimit, me tension të lartë të aparturës, presion të lartë të rrjedhjes, pastrim kimik me hapje duke përdorur reagentin Cleaner. Kalibrimi 1 ose më shumë matje automatike dhe manuale (faktorët) të kalibrimit të ëBC, HGB, RBC, PLT, MCV (ose HCT), RDë, dhe MPV. Ndërfaqja e përdoruesit: Ndërfaqja e përdoruesit e lehtë për t'u përdorur, e drejtuar nga menyuja me ekranin me prekje dhe butoni i veçantë, LED statusi. Gjuhët në dispozicion: Anglisht etj. Kapaciteti i ruajtjes së të dhënave: 1000 rezultate, duke përfshirë histogramet ëBC, RBC dhe PLT me 3 pjesë, përfshirë bazën e të dhënave QC (ruajtje të përbashkët) Ndërfaqja e kompjuterit: Porta USB B, Ethernet Metoda e rezervimit të të dhënave: Pajisje për ruajtje masive USB Metoda e azhurnimit të softuerit: përmes një porti USB duke përdorur pajisjen USB për ruajtje në masë (flash drive), Ndërfaqja e Printerit: USB me mbështetje për printerët HP (DeskJet, LaserJet, PCL3, PS, LIDIL), Printera EPSON Dot-matricë, Printeri i integruar: Moduli i printerit termik Axiohm, letër e rrumbullakët 58 mm, raport i plotë me histograms. Shfaq: <TBD>, Ndërfaqja e përdoruesit: Ekranin me prekje të plotë me LCD (dimensionet?) + Butoni i veçantë START, gjendje e kuqe / jeshile LED, Tastierë e jashtme e tastierës USB përmes portës USB A, Kërkesa për energji 12VDC, 5A, 60ë max. fuqia operative, Njësia e furnizimit me energji elektrike Njësia e energjisë e jashtme, automatike, që shkon për 100-120 ose 200-240 VAC, 50-60Hz. Temperatura e funksionimit 59-86 ° F (15-30 ° C). Temperatura optimale është 77 ° F (25 ° C), lagështia: Temperatura e ruajtjes 15-30 ° C, Dimensionet (ë x D x H) 12.6 x 10.2 x 14.4 in (320 x 260 x 365 mm)
56	Rotator	PëRSHKRIMI: (Homogjenizues gjaku): Shpejtesia 0-70 rpm, menyra e operimit: e vazhdueshme, Motorr DC, Konsumi ≤25ë, 240V 50/60HZ. Peshë ≤6kg
57	Fotometer	Metode matje fotometrike. Lexim mono dhe bi-kromatik. diapazoni spektral 340nm-750nm. Te kete te instaluar filtra: 340, 405, 505, 546, 578, 620, 700, 750 nm. gabimi i gjatesise se vales ± 2nm. Diapazoni i absorbances: 0-2.5 OD. Rezolucion detektimi 0.001. Menyrat e analizimit: end point, fixed time, kinetic, absorbance. Metoda kalibrimi: me faktor, me 1 pike, me disa pika. Algoritmi i llogaritjes: regresion linear dhe polilinear. Numri i standarteve per test: te pakten 8. Lloji i mostres: serum, plazma, urine, gjak komplet. Minimalisht 10 pozicione inkubimi ne temperatura 25, 30, 37. minimalisht memorie per 10000 rezultate. Te kete printer termik te integruar. Mundesi lidhje LIS.

Dokumentat Standarde të Tenderit

58	Koagulometer	PëRSHKRIMI: Koagulometer me 2 kanale matje me perzjeres ne kanalin e matjes. Metode matje fotometrike. diapazoni optik 0-2Abs me ndjeshmeri jo me te vogel se 0.001ABS. 2 deri 9 pika kalibrimi. Funksione testimi me alarm per ndezjen, kontrollin e ngrohjes dhe kontrollin e llampes LED. Printer termik te integruar. Testet kryesore: PT, APTT, TT, FIB,DD,AT. 18 pozicione inkubimi mostre ne temperature $37 \pm 0.5^{\circ}\text{C}$ me stabilitet $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$. 4 pozicione per inkubim reagenti ne temperature $37 \pm 0.5^{\circ}\text{C}$ me stabilitet $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$.Me printer te brendshem dhe mundesi lidhje me printer te jashtem.
59	Urinometer	PëRSHKRIMI: Analizator urine per minimumi 50 analiza ne ore. Te pakten 10 parametra testimi. Testimi per: urobilinogen, protein, bilirubin, leukocytes, Density, ketone,nitrite, glucose, blood, pH. Ekran me prekje. Mundesi lidhje me kompjuter me USB, RS232. Mundesi ruajtje rezultatesh per 200 paciente. Temperatura e operimit: 5 deri ne 40 grade celcius. Kalibrimi automatik, vetekalibrim
60	Centrifuga	PëRSHKRIMI: Shpejtesia maksimale: jo me e vogel se 6000rpm. Rotori me kapaciteti 6x50ml. Koha: 1-99Min. Rryma: AC 240V, 50-60HZ. Peshë ≤ 25 KG. Siguri per mbylljen e kapakut, te fiket ne rast cbalancimi, shpejtesi te larte, njohje automatike te rotorit. Dhoma e cetrifugimit dhe kapaku prej celiku.
61	Banje-Mari	PëRSHKRIMI: Banjo mari jo me e vogel se 22 litra. Diapazoni i temperatures 5oC mbi temperaturen e ambientit deri +95oC.
62	Pipeta automatike 1000 ml	Pipeta fikse
63	Pipeta automatike 10-1000 ml	te gradueshme 10 deri ne 1000 ml

64	ELISA (manual)	Diapazoni spektral: 400 - 700 nm. Furnizuar me filtra me gjatesi vale: 405, 450, 492, 630 nm Diapazoni dinamik(diapazoni mates): 0 - 3.5 A (0 - 2,0 A) Saktesia: 0 - 2.0 A : $\pm 1.0 \%$ ose ± 0.007 A Precizioni: 0 - 2.0 A : $\pm 0.5 \%$ ose ± 0.005 A Detektori: Detektim me Photodiode Lineariteti: 0 - 2.0 A $\pm 2.0 \%$ ose ± 0.007 A Metoda e analizimit: Endpoint Metodat e llogaritjes: Kualitative: cut-off; Kuantitative: llogaritje absorbance Algoritmat llogarites: ABS, Single standard, point to point, kinetic, %ABS, linear regression, exponent regression, logarithm regression, poëer regression, cubic spline, 4 PL Me aftesi miksimit. Numri i standarteve per test: 8 Mundesi programimi: te pakten 150 teste Kapaciteti i memories: ≥ 9000 rezultate Nderfaqe: USB dhe RS232
65	Frigorifer 2-8	Frigorifer +2-+15 grade / Saktesia e temperatures 0.1oC Struktura: Celik me elemente antibacterial.(material kunder ndryshkjes)Izolimi Polyurethan me trashesi min 40 mm.Ndricimi tip Led. Paneli i Kontrollit LCD 1. Alarmet: alarmet e temperaturës së lartë dhe të ulët, alarmi i dështimit të sensorit, 2: alarm zanor, alarm vizual 3. Derë qelqi me panel te trefishte 4. kapaciteti jo me i vogel se 100 L 6. Kontrolluesi i temperaturës me bazë mikroprocesori 7. Me shkrirje akulli automatik.,Evaporim automatic I ujit te kondensuar Furnizimi me energji: AC 230V /1/ 50/60Hz
66	Frigorifer -20	Diapazoni i temperatures: -10/-20 grade Saktesia e temperatures: 0.1oC Kapaciteti: jo me i vogel se 140 L Sistemi i kontrollit: Kontroll me mikroprocesor, ekran LED. Alarmet: Alarm i temperatures te lartë ose te ulët, alarmi i dështimit të sistemit dhe sensorit, deres, i deshtimit te energjise. Furnizimi me energji: AC 230V /1/ 50/60Hz Dizajni i strukturës: Struktura: Celik AISI 304 me elemente antibacterial.(material kunder ndryshkjes)Izolimi Polyurethan me trashesi min 40 mm. Ndricimi tip Led. Me shkrirje akulli automatik., Evaporim automatic i ujit te kondensuar

Dokumentat Standarde të Tenderit

67	Mikroskop binokulare	PËRSHKRIMI: Mikroskop binokular: Koke: Binokulare, me perkulje 30o , me rrotullim 360o Okulare: 10x/20 mm Distanca interpupilare e rregullueshme midis 48 dhe 75mm Objektiva planar 4x/0.10, 10x/0.25, 40x/0.65, 100x/1.25 (Oil/ëater), me korigjim ne infinit. Kondensuesi drite Abbe N.A 1.25, me diafragem me fokusim dhe qenderzim. Ndricim LED 6300K. Me rregullim automatik te intensitetit te drites ne rastet e ndryshimit te objektivit, diafragmes, mostres. Jetegjatesia e llampes: te paten 50000 ore pune.
68	Tissue Processor (Sistemi i perpunimit te indeve)	PËRSHKRIMI: Sistemi i perpunimit te indeve Te siguroje automatikisht ne kohe percaktimin dhe rregullimin e nje eventi jo normal. Rregullime manuale mund te kryhen ne cdo kohe gjate punes nga programimi automatik, me pas sistemi ne menyre automatike ti kthehet punes se programuar. Sistem pastrimi ajri per te pastruar dhe hequr ne menyre eficiente gazet helmuese. Kontroll i automatizuar i drites dhe ventilimit. Mekanizem i brendshem me ngrohje ne te thate me kontroll temperature te precizionit te larte. Numri i vaskave: 12 Vellimi i seciles vaskave: 1.6L-2L Koha e procesimit: kohe e palimituar per vasken e pare, 0 – 24 ore per vaskat e tjera. Diapazoni i temperatures se vaskave te parafines: temperature dhome deri ne minimalisht 80oC Precizioni i temperatures: 1oC Koha e derdhjes: 10-60 sekonda Frekuenca e perzjerjes: minimalisht 0-6 here ne minute. Konsumi i energjise: ≤550ë Burimi i energjise: 220V 50/60Hz, Pesha rreth 60 kg
69	Paraffin embedding center	PËRSHKRIMI: Kontroll temperature me mikroprocesor Sistem i integruar me modul ftohes dhe ngrohes. Modulet mund te montohen ne vete. Sistemi i komandimit te jape mundesi per fillimin automatik te sistemit dhe ndalimin ne cdo kohe brenda 7 ditesh. Mbas ndezjeje te gjitha temperaturat e paravendosura rikthehen ne menyre automatike. Dhoma e parafines, shperndaresi i parafines, njesite termike te ruajtjes dhe pllaka ngrohese kontrollohen individualisht. Kapaciteti i dhomes se parafines: 3L Diapazoni i temperatures: minimalisht 55 deri 70 oC Temperatura e bllokut ftohes: -20 deri ne temperaturen e dhomes. Precizioni i temperatures: ± 1% Materiali i tavolines se punes: Granite, pastrohet lehtesisht. Burimi i energjise: 220V 50/60Hz

Dokumentat Standarde të Tenderit

70	Mikrotome rotative (Rotary microtom)	Mikrotome rotative (Rotary microtom) per madhesi specimeni deri ne jo me pak se 60x50 mm Diapazoni i trashesise se seksionit: 0-60um 0-2 um hapi i avancimit 0.5um 2-10 um hapi i avancimit 1 um 10-20 um hapi i avancimit 2 um 20-60 um hapi i avancimit 5 um avancimi horizontal total jo me pak se 25 mm mundesi zhvendosje vertikale te specimentit jo me pak se 50 mm orientimi me minimumi 8 grade te kampionit ne akset X-Y zevendesim i lehte nga morsete per parafine ne morsete per kaseta. mbajtesja e kasetave te kete mundesi fiksimit ne cdo pozicion te te 3 akseve duke krijuar mundesi per sistemim te thjeshte te kendit te seksionimit te mostres
71	Kabinet metalik per ruajtjen e lamave dhe blloqeve te parafines	Materiali: Metalik. Minimalisht 70 sirtare. Minimalisht te mbaje 50000 lama
72	Stacion Manual Ngjyrimi	Stacion Manual Ngjyrimi. Te furnizohen: 10 ene ngjyrimi qelqi me kapak. 1 ene mbajtese per 3 ene ngjyrimi. 5 suporte metalike me kapacitet minimumi per 10 lama secila.
73	Banjo lundruese per seksione parafine	Banjo lundruese per seksione parafine Temperatura e punes: te pakten nga temp ambientit deri +90oC. Precizioni ±1oC. Tensioni 230V 50/60Hz.
74	Slide drying hotplate	Slide drying hotplate. E projektuar per tharjen e lamave histologjike. Rregullator temperature elektronik me tregim temperature ne ekran. Diapazoni i temperatures: nga temperatura e ambientit deri te pakten 80oC Saktesia: minimalisht ± 1oC Fuqia: jo me e madhe se 200ë Burimi i energjise: 220-240V 50/60 Hz
75	Peshore analitike	Kapaciteti i peshimit: jo me i vogel se 220 gram. Lexueshmeria 0.1mg. Riperseritshmeria 0.1mg. Madhesia e pllakes se peshimit Ø90mm. Me kalibrim te brendshem. Nderfaqe RS232.

Dokumentat Standarde të Tenderit

76	Termostat	Furre tharje profesionale ndertuar prej celiku te cilesise se larte qe pastrohet lehte. Rregullim temperature PID. Programimi ruhet ne rastin e shkeputjes se energjise elektrike. Diapazoni i temperatures: nga ambient + 5oC deri +300 oC Vëllimi: ≥ 30 litra Kohuesi: Nga 1 min deri ne 99 dite, koha e procesit nuk fillon derisa temperatura e programuar arrihet. Kalibrimi te mund te behet ne 3 pika temperature sipas zgjedhjes Me veshje inox jashte dhe brenda Monitorimi i mbrojtjes nga mbitemperaturat i rregullueshem elektronikisht. Stakim nga mbitemperatura, klasi 1 i mbrojtjes sipas standartit DIN12880
77	Mikroskop Optik Triokular 40x~100 x me kapës dixhital imazhi; 1.3MP USB Digital Camera	Okular planar 10x/22 mm Porte trinokulare per kamera me shperndarje drite 50/50. Tub siedentopf me perkulje 30o me kompensim dioptik ± 5 ne okularin e majte. Mekanizmi i fokusimit koaksial i trashe dhe i imet me shkallezim 0.002mm, Sistem ndricimi Kohler i plote. Tavoline pune minimalisht 233x147 mm, me shkalle vernier te dyfishte, me siperfaqe te pagervishtshme. Optika me korrigjim ne infinit Te siguroje fushe te sheshte deri ne F.N 22 Me objektiva 4x, 10x, 40x, 100x (oil) kondensues N.A. 0.2/0.9 , me sistem qenderzimi. Me ndricim LED. Te shoqerohet me kamera minimalisht 3 Mpixel Sensor CMOS Shpejtesia e frame ne rezolucion te plot: minimalisht 12 frame/sekonde Me dalje USB
78	Centrifugë për hematokritin, dixhitale, 13000 RPM	Paneli i kontrollit te ofroje mundesine e vendosjes se shpejtesise dhe kohes Te shfaq ne ekran kohen e mbetur te ciklit dhe shpejtesine. Siguria: per mbyljen e kapakut, te fiket ne rast cbalancimi. Te shoqerohet me rotor me 24 pozicione per tuba kapilare. Kapaku i rotorit te sherbeje si disk vleresimi per vleren e haematokritit pa pasur nevojte qe fillimisht te heqim tubat kapilare. Kapaciteti maksimal:24 kapilare Shpejtesia maksimale rpm: jo me e vogel se 13000 Koha e ciklit te punes: 1-99 min, e vazhduar pa limit, me cikle te shkurtra. Konsumi: ≤ 280 VA Te plotesoje standartet: EN / IEC 61326-1, class B

Dokumentat Standarde të Tenderit

79	Digital Differential Blood Cell Counter 18 parametra	3 pjese diff te ëBC, te pakten 18 parametra. Minimalisht 60 teste/ore. Reagente qe perdoren: Diluent, Lyser, Cleaner. Ekran me prekje me ndricim LED. Volumi I mostres jo me shume se 26uL. Saktesia: ëBC≤3%, RBC ≤3%, PLT ≤5.0%, MCV ≤2%, HGB ≤2%. Mundesi per lidhje RS232, USB, Printer i brendshem. Rryma AC 220-240V, 50/60HZ. Pesha: jo me shume se 25Kg
80	Frigorifer Farmacie , 120L	Frigorifer 2-8 : Temperatura 2-8 grade / Saktesia e temperatures 0.1oC 1. Alarmet: alarmet e temperaturës së lartë dhe të ulët, alarmi i dështimit të sensorit, alarmi i dështimit të rrymës, alarm i deres se hapur 2. Dy stilet e alarmit: alarm zanor, alarm vizual 3. Derë qelqi 4. kapaciteti jo me i vogel se 120 L 5. Konsumi jo me i madh se 90ë 6. Kontrolluesi i temperaturës me bazë mikroprocesori, ekran LED 7. Me shkrirje akulli automatik.
81	Hemoglobine Meter	Principi: matje fotometrike; Dual ëavelengths approx: 500 nm and 850 nm Kalibrimi: Nuk ka nevojë per kalibrim, vetekontroll automatik Mostra: gjak komplet kapilar, venoz ose arterial Diapazoni i matjes: 0–25.6 g/dl Precizioni: <2% Rezultati: per max 60 sekonda. Sasia e mostres: jo me shume 8 µL Bateri te rikarikueshme te integruara. Lineariteti: 0 - 20 g/dL ±0.3 g/dL
82	Gluko- Metër gjaku	Teknologjia: biosensor elektrokimik(oksidaze glukoze) Diapazoni i matjes: 20 – 600 mg/dl Koha e matjes: ≤ 10 sekonda Sasia e mostres: ≤ 1ul Ekran LCD Te shoqerohet me 2 kuti fisha testimi
83	Stativ sedimenti ëintrobe	Rak me 5-6 pozicione

Dokumentat Standarde të Tenderit

84	Hemocytometër+Blood Cell counter, 8-Unit	Hemocytometer+blood cell counter, 8 njësi Hemacytometer precizioni i kompletuar me: pipeta eritrocitesh, pipeta leukocitesh, me xhama mbulues per plane optike etj. Te shoqerohet me numerues dixhital me 8 fusha me limit numerimi minimalisht 1000.
85	Pipetë volumometrike + pipeta rezervë	Pipeta Automatike Diapazoni: 100-1000uL Te perfshihet nje pako me maja
86	Përzierës automatik	Shpejtesia 0-70 rpm, menyra e operimet: e vazhdueshme, Motorr DC, Konsumi ≤25ë, 240V 50/60HZ.
87	TENS	TENS :Kanalet: Kanal i dyfishtë, për përdorim me 2 ose 4 elektroda - Amplitudë Pulsioni: Adjustable, kulmin 0-100 mA në ngarkesë 500 ohm çdo kanal - Forma e valës: shifra gjysmëpërçuese boshtore - Shkalla e Pulsës: 2 - 150 Hz (rregullueshme), 1Hz për hap - Gjerësia Puls: 50 - 300 µs (rregullueshme), 10µs për hap - Timer: Rregullueshme në increments 5-minutësh nga 5 - 60 minuta, ose (C) vazhdueshëm
88	Ultratinguj	Ultratinguj: Nderfaqe grafike e qarte me ndricim te forte Protokollet e trajtimit të bazuar në dëshmi dhe algoritmet e dozave e Lehtë për të pastruar - reduktimin e infeksionit të mundshëm kryq Thjeshtë për të vendosur I lehte dhe portativ Mundësuar si standard Bateria opsionale e ringarkueshme e disponueshme Kokë me ultratinguj të vogjel opsional Ultratinguj me frekuencë të dyfishtë (1MHz & 3MHz) Rezultatet e nxitjes: dy dhe katër pole Interferential, Diadynamik, TENS, Sinusoidal, Galvanik dhe ndërprerje Galvanik, Faradik, Trabert, Medi ëave, rryma dhe Mikro Output aktuale

LOTI 3

	LOT 3	Mobilje Spitalore
Nr	Emertimi	Pershkrimi
1	Shtrat mjekësor*	Shtrat mjekësor: Shtrat pacienti spitalor, me kater seksione Me lartesi te rregullueshme min. 55-80 cm. Pjesa e shpines dhe pjesa e kembeve te rregullueshme. Kendi I levizjes se pjeses se kokes nga 0 deri min 65 grade Kendi I levizjes se pjeses se kembeve nga 0 deri min 25 grade Platforma e dyshekut: gjersia min 85cm, gjatesia min. 195cm Panele fundore te zmontueshem nga ana e kokes dhe kembeve Me kater rrota diam min 125mm, te rrotullueshme Kapaciteti mabjtes min 220 kg Jastek, dyshek, me veshje kunder ujit, antibakteriale
2	Çarçafe	Carcafe (160x 220 cm)
3	Dyshek	Dysheke (90 x 190 cm)
4	Jastek	Jastek (60x40 cm)
5	Veshje	kemishat e pacientëve janë të lehta për tu veshur dhe shumë të përshtatshme. Kemisha lidhet ose në pjesën e përparme ose në pjesën e pasme me dy grupe lidhjesh, një në qafë dhe një në bel. Gjatesia nen gjurin e pacientit ose 140 cm
6	Karrike tualeti*	Tualeti i ngushtë me palosje Bariatrike për të rriturit, handikapët, të moshuarit. Lartësia e rregullueshme, e lëvizshme, e lehtë, e gjerë sa një karrige tualeti mjekësor me kapak. Opsioni i komoditetit në anë të shtratit. Komoda e palosshme, është e lehtë dhe ka një kovë me kapacitet 7-10 litra me kapak dhe mbrojtëse nga spërkatjet. Dorezat sigurojnë qëndrim të butë, stabil dhe jo rrëshkitës. E shkëlqyeshme për të moshuarit dhe ata me lëvizshmëri të kufizuar. Rregullimet e thjeshta pa mjete ngrenë ose ulin lartësinë e karriges për të akomoduar në mënyrë të sigurt çdo individ. Lartësia e këmbës është e rregullueshme nga 37 cm në 50 cm për rehati individuale. Kapacitet peshe mbajtëse deri në 160 kg. Cdo këmbë është e pajisur me një kapak gome jo të shënuar dhe jo të rrëshqitur për një stabilitet shtesë. Krahët e komodit janë gjithashtu të mbuluara me një material të butë, për një kontroll të rehatshëm dhe të sigurt kur qëndrohet ose ulet pacienti. Kova është mjaft e lehtë për t'u zbrazur, me një dorezë të përshtatshme dhe mbulesë për të kontrolluar spërkatjet dhe derdhjet.
7	Tavoline	TAVOLINE E ULET NE FORME GJYSEM RRETHI

Dokumentat Standarde të Tenderit

8	Karrige	KARRIGE TE VOGLA
9	Tavolina pune	: Tavoline pune me permasa : jo me pak se 120x60. Materiali prej druri
10	Kolltuk profesional per marrjen e gjakut*	Strukture tubi celiku. Lartesi fikse rreth 495mm. Mbajtese krahu: 0 deri ne 45 grade. Me dimensione rreth 450x160mm. Dyshek prej sfungjeri e mbuluar me material kunder ujit.
11	Lavamane specifeke per lab	Lavaman inoksi per laborator. Material 304 SS. Dizenji nuk lejon ujin te dale jashte. Madhesia rreth 1000x630x1350mm
12	Krevat druri:	Tek: gjeresia 98cm x gjatesia 199cm Koka e krevatit: 72cm Këmbë dhe Lartësia: 46cm Hapesira poshte krevatit: 25cm
13	Shkalle Suedeze	Permasat : 240x 89 x 12.5 cm
14	Pasqyre murale	Pasqyre murale lisho me permasa 100x170 cm
15	Pasqyre murale	Pasqyre murale kuadrata me permasa 100x170cm
16	Shtrat pacienti	Funksionet standarde: Madhësia e përgjithshme: gjatesia 2.2 m deri ne 2.29 m; gjeresia 085-1 m; lartesia 0.60-0.80 m • Korniza e bërë nga tuba MS Tubular, • Lloji i rrotave, Rrota me Kushineta Sigurie • Mbështetja nga mbrapa varion nga 0-75 gradë • Rod IV i rregullueshëm • Mbështetësja e rregullueshme • Karroca e montuar në Rrota me diametër 150 mm - dy me frena
17	Barrelë ekzaminimi:	Material alumini, 4 rrota universale, sipërfaqja e barreles kundra ujit, me mbështetese shpine te rregullueshme, me rrota me frena, pesha mbajtese deri ne 159kg. Mbajtese ne te kater anet e barreles. Me gjatesi rreth 190cm dhe gjeresi 55 cm.
18	Karroçë për mbajtjen e pajisjeve:	Manovrueshmeri e madhe: 4 rrota me frena dhe te pa zhurmshme. Rezistence e larte : Salduar plotesisht me Argon 2 ose 3 raftë Celik Inoksidabel (qoshe të rrumbullakosura) ose tabaka të sheshtë të izoluar me tuba inoksi me siguri ne majtjes e aparateve ose pajisjeve. Dimensione: 670x450x900mm Celik te pa oksidueshem

Dokumentat Standarde të Tenderit

19	Karroçë invalidësh*	PËRSHKRIMI: Karroçë invalidësh: Karrige e palosshme. Copë e mbushur, Struktura çeliku e kromuar, forcë e lartë, Xhepi të pasmë, Sistemi i frenimit (të dy rrotat), Mbështetëse e lëvizshme e këmbëve PËRMASAT: Gjerësia e përgjithshme: 59 cm, Gjerësia e palosur: 24 cm, Gjerësia e shpinës: 46 cm, Diametri i rrotës së pasme: 20 cm, Rrota e përparme: 20 cm, Lartësia e sediljes në dyshe: 51 cm, Lartësia e përgjithshme: 94 cm, Gjatësia e përgjithshme: 118 cm, Gjatësia e sediljes: 40 cm Gjatësia e shpinës: 54 cm, Kapaciteti i peshës: 110 Kg, Pesha: 13 kg
20	Paterica	PËRSHKRIMI: Paterica alumini të rregullueshm: Këmbë të fortë, jo-gjarpëruese të parakrahut, Ergonomik, dorezë e butë anatomike, Dorezë e butë, Reflektor, Rregullime në lartësi, Gomë e ngurtë në diametër të madh, Miratuar deri në 130 kg peshë trupore
21	Bastun	PËRSHKRIMI: Bastun alumini, mbajtëse jo të rreshkitshme dhe lartësi të rregullueshme, 67-90 cm
22	Kollarë cervikale	PËRSHKRIMI: Kollarë cervikale të përbërë nga polietilen me pjesë të brendshme që mund të lahen, material EVA, të fiksuara me strukturën me kapëse plastike. Me vrimë trakeale, suport të mjekres të lëvizshme dhe mberthyes me velkro. Të jete transparente në X Ray. E disponueshme në madhësi të ndryshme.
23	Walker	PËRSHKRIMI: walker të përbërë nga tuba alumini me pjesë të lëvizshme, me funde jo të rreshkitshme. Madhësia 47x46cm, e palosshme me lartësi të rregullueshme (78-79cm). Pesha: rreth 2.4kg. Pesha mbajtëse deri në 100kg.
24	Çorape antiembolitike	Çorape antiembolitike
25	Bandazhe elastike	Bandazhe elastike
26	Karroce për mbajtje aparatesh*	PËRSHKRIMI: Karroce për mbajtje aparatesh me anovrueshmeri të madhe: 4 rrota me frenë dhe të pa zhurmshme. Rezistenca e lartë : Salduar plotësisht me Argon me 3 rrafsh. Çelik Inoksidabel (qoshe të rrumbullakosura) ose tabaka të sheshtë të izoluar me tuba inoksi me siguri në mbajtjen e aparateve ose pajisjeve. Dimensione: 670x450x900mm Çelik të pa oksidueshem

LOTI 4

	LOTI 4	Fizioterapi dhe logopedia
Nr	Emertimi	Pershkrimi
1	Top	Top ushtrimesh (65 cm) (material PVC)
2	Pedane	Pedane propioceptive: Pedane per ushtrime propioceptive, rrethore ose drejtkendore, kunder rreshkitjes (40 x 30 x 8cm)
3	Jastek	Jastek me forma te ndryshme (50x50 cm, 40x40 cm)
4	Shkopinj	Shkopinj ushtrimesh (material druri, 150 cm)
5	Set Psikomotriciteti	Set Psikomotriciteti: 4 borde rrotulluese me mbushje • 8 kone me veprim të mëdhenj • 4 bare për gjimnastikë • 4 unaza gjimnastike • 1 parashutë gjigante ø 4 m • 4 topa gjimnastikë • 4 litarë kërkuese • 8 pëlhura pambuku • 1 libër "Ide psikomotore" Të përshtatshme për grupe me deri në 8 persona.
6	Set Ergoterapie	Set Ergoterapie: Set që përbëhet nga tabela bazë (GjaxGjexLa): 490x210x160 mm 5 rrotullon 30-40-60-80-100 mm 5 topa 40-60-80-100-120 mm
7	Paterica	Paterica aksilare
8	Paterica	Paterica franceze
9	Bastun	Bastun alumini, me mbajtëse jo të rreshkitshme dhe lartësi e rregullueshme, 67-90 cm
10	Vezhgues fyti	Vezhgues I fytit (Pajisje për egzaminimin e kordave. Ndricon hapësirën e gojës dhe laringut . Mbahet me një dorë Ka një jetëgjatësi prej 5 vitesh me një përdorim të vazhdueshëm prej 20 orësh. Dimensionet: 2.5 x 7.5 x 23 cm)
11	Pakete për paraushqyerjen	Pakete për paraushqyerjen. Pajisje për terapi të ushqyerjes në hipotoninë buko-faciale Përdoret për edukimin e 3 proceseve : sensoriale , ushqyerje dhe të folurisë ,materiali plastik përmasat 5-10cm
12	Pajisje terapeutike për ushqyerjen	Pajisje terapeutike për ushqyerjen. Pajisje për terapi të ushqyerjes në hipotoninë buko-faciale Luge 5-10 cm , gota 200ml terapeutike , materiale plastike
13	Toothettes,	Toothettes, Pajisje për rehabilitimin e procesit të kafshimit në difektet maxillo-faciale dhe hipotoninë , ngjyra të ndryshme me gjatësi 7-15 cm

Dokumentat Standarde të Tenderit

14	Set I tubave te kafshimit	Set I tubave te kafshimit. per rehabilitimin e procesit te kafshimit ne difektet maxilofaciale dhe hipotoni Zhvillon aftesin e kafshimit nemenyre natyrale dhe te sigurt Zhvillon levizjet e nofulles ne procesin e ushqyerjes dhe te folurit Lejon mbajtjen hapur te gojes duke lejuar frymemarje te lire per artikulum ngjyra te ndryshme me gjatesi 7-15 cm	Pajisje
15	Pajisje per lateralizimin e gjuhes dhe ngritjen e saj	Pajisje per lateralizimin e gjuhes dhe ngritjen e saj. Pajisje per rritjen e aftesise se kordinimit dhe perdorimit te gjuhes ne drejtime te ndryshme Perfshin nje set prej 2 lloj pajisjesesh per levizjen e gjuhes perdoret per te forcuar gjuhen dhe kontrolluar frenulumin e gjuhes I perdorshem ne cdo moshe	
16	Tuba te rezistences se kafshimit	Tuba te rezistences se kafshimit Pajisje per rehabilitimin e procesit te kafshimit ne difektet maxilofaciale dhe hipotoni ngjyra te ndryshme me gjatesi 5-15 cm	
17	Frymemarres	“frymemarresi “ per kordinimin dhe ushtrimet e frymemarrjes FORCON MUSKUJT RESPIRATOR DHE EXPIRATOR SIGURON NJ FRYMESHKEMBIN TE SIGURT NE PROCESIN E GELLTITJES , KOLLES , tub plastike me dimeter 5-7 cm me gjatesi 20-50 cm	Pajisje
18	Pajisje per apraxine	Pajisje per apraxine Pajisje per rehabilitimin e pacienteve apraxik per ushtrimin e muskulatures	
19	Pajisje buzesh	Pajisja e buzeve per ndjeshmerin dhe levizjet e buzeve me gjatesi 5-10cm	Pajisje
20	Set I mjeteve te artikulimit	Set I mjeteve te artikulimit Pajisje per korigjimin e keqartikulimit te tingujve 10 shufra 10 cm te gjata	
21	Model plastik per anatomie e gojes dhe gjuhes.	Model plastik per anatomie e gojes dhe gjuhes. Pajisje per te mesuar anatomin e gojes , mekanizmat e levizjes se strukturave orale , pozicionimin e sakte te gjuhes ne artikulum te tingujve lingual Permasar perafersisht 10" x 11" x 10"cm .	
22	Asset per korigjimin e artikulimit	Asset per korigjimin e artikulimit , 6", Multicolor. Permasat 14 x 1.5x.14 cm. Material plastic dhe kolorant biokompatibel Sherben per artikulimin e tingujve : R, S, SH,C and L,	

Dokumentat Standarde të Tenderit

23	Puzzle me shkronja	Puzzle me shkronja 30×22cm lloji i materialit dru , perfshin 36 shkronja
24	PUZZLE DRURI	PUZZLE DRURI ME FRUTA ME NJE PJESE 30×22cm lloji i materialit dru 12 fruit puzzles
25	PUZZLE DRURI	PUZZLE DRURI ME KAFSHE ME NJE PJESE 20x 15 cm 8 kafshe
26	PUZZLE ME FORMA	PUZZLE ME FORMA GJEOMETRIKE ME NJE PJESE 20x 15 cm 5 forma gjeometrike
27	PUZZLE ME MJETE TRANSPORTI	PUZZLE ME MJETE TRANSPORTI ME NJE PJESE permban 6 mjete transporti
28	TOPA ME NGJYRA	TOPA ME NGJYRA TE NDRYSHME Diameter 5 cm . ngjyra e kuqe blu e verdhe , material plastike
29	Pjano loder	Pjano loder (25x15 cm)
30	TABELE MAGNETIKE	TABELE MAGNETIKE Permasat (40 x 33 cm) - (27 x 18 cm)
31	GERSHERE	GERSHERE TE VOGLA
32	NUMERATORE	NUMERATORE DRURI 30cm gjeresi , 40cm gjatesi , me ngjyra te ndryshme
33	KUBA	KUBA NDERTUES (10 x15 cm 303 cope)
34	KAFSHET SHTEPIAKE	KAFSHET SHTEPIAKE PLASTIKE (18x10 cm)
35	Set mjetesh per doktora	Set mjetesh per doktora per femije (5-10 cm)
36	LIBER I MADHE	LIBER I MADHE I KAFSHEVE (30x40 cm)
37	LIBRA ME PERRALLA	LIBRA ME PERRALLA (20x40 cm)
38	SET GATIMI	SET GATIMI (10x15 cm)
39	PASQYRE	PASQYRE ME KORNIZE (50x40 cm)
40	TAPET	TAPET sfungjeri ME SHKRONJA E NUMERA (100x50 cm)
41	TUBA KAFSHIMI	TUBA KAFSHIMI (15cm me diameter 2cm materiali plastike)
42	SPIROMETER	SPIROMETER (Gjatesi 50cm diameter 3cm)
43	KAPESE HUNDESH	KAPESE HUNDESH 5cm material plastike
44	SET ZILSH	SET ZILSH ME NGJYRA (Diameter 20cm dhe gjatesi 15cm)
45	TAVOLINE	TAVOLINE E ULET NE FORME GJYSEM RRETHI (diameter 150cm, material druri)
46	KARRIGE	KARRIGE TE VOGLA plastike

LOTI 5

	LOTI 5	Materiale të imta për Laboratorin Infermieri
Nr	Emertimi	Pershkrimi
1	KATETER	Kateter urinar një rrugësh Robinson 6 Fr, 8 Fr, 10 Fr, 12 FR, 20 Fr, 22 Fr. Katetere me nje perdorim. Dy cope per cdo mase Fr. Sterile
2	KATETER	Kateter urinar silikon Robinson dy rrugësh 6 Fr, 8 Fr, 10 Fr, 12 FR, 20 Fr, 22 Fr. Katetere me nje perdorim. Dy cope per cdo mase Fr. Sterile.
3	KATETER	Kateter urinar Coude dy rrugësh prej latexi 6 Fr, 8 Fr, 10 Fr, 12 FR, 20 Fr, 22 Fr. Katetere me nje perdorim. Dy cope per cdo mase Fr. Sterile
4	KATETER	Kateter urinar Robinson latexi tre rrugësh 6 Fr, 8 Fr, 10 Fr, 12 FR, 20 Fr, 22 Fr. Katetere me nje perdorim. Dy cope per cdo mase Fr. Sterile
5	Sistem Foley	Sistem Foley, mbledhes urinar. Induelling kateter i cili lidhet me një qese ku mblidhet urina. Kateteri në fund ka një balon që ndihmon në fiksimin e tij në fshikëz.
6	Urinokol	Urinokol
7	Mbledhës urine	Mbledhës urine 24 orëshe Ngjyra e mbajtësit plastik e kuqe. Sasia mbajtëse 3000 ml.
8	Gota urine	Gota urine Materiali plastic, me kapak që filetohet për të mos lejuar derdhjen. Kapaciteti mbajtës përafërsisht 100 ml.
9	Maskë OKSIGJENI	Maskë e thjeshtë oksigjeni. Per perdorim individual.
10	Maskë OKSIGJENI	Maskë venturi, perdoret per marrjen e sakte te oksigjenit. Perdorim individual
11	Maskë OKSIGJENI	Maskë jo-re breather, maske oksigjeni per perdorim individual.
12	Glukometër	Glukometër Aparat për matjen e sheqerit në gjakun periferik. Vjen në sete me age, strisha, aparati i matjes, kalibrues dhe stilolaps për aget.
13	Doreza mjekësore	Doreza mjekësore Kuti me doreza të pastra, me nje-perdorim. Cdo kuti ka 100 doreza
14	Doreza mjekësore	Doreza sterile Doreza një palëshe të paketuara vec e vec. Numri nga 6 - 8

Dokumentat Standarde të Tenderit

15	Pajisje mbrojtëse personale	Pajisje mbrojtëse personale Cdo komplet përmban: Përparëse prej letre njëpërdorimshe, maskë fytyre me mbrojtëse sysh.
16	Hand sanitiser	Hand sanitiser Shishe me solucion antibakterial, paketim 1 litersh
17	Tuba NG	Tuba NG, Tub plastik i lakueshëm, me dy hapje ne fund, përdoret për ushqimin nasogastrik të femijeve dhe të rriturit, si dhe aspirimin e lëngjkeve për qëllime diagnostikuese dhe terapeutike. Një përdorim, steril.
18	Kanjula nazale	Kanjula nazale, Tub plastik i lakueshëm, me dy hapje ne fund, përdoret për ushqimin nasogastrik të femijeve dhe të rriturit, si dhe aspirimin e lëngjkeve për qëllime diagnostikuese dhe terapeutike. Një përdorim, steril.
19	Shiringa 60 cc	Shiringa 60 cc, me nje perdorim, plastike. Sterile
20	Solucione IV o NaCl	Solucione IV o NaCl
21	Solucione IV o Glucozë	Solucione IV o Glucozë
22	Solucione IV o Ringer	Solucione IV o Ringer
23	Vigona	Vigona ose kateter IV, numri: 16 G, steril, me nje perdorim
24	Vigona	Vigona ose kateter IV, numri: 18 G, steril, me nje perdorim
25	Vigona	Vigona ose kateter IV, numri: 20G, steril, me nje perdorim
26	Vigona	Vigona ose kateter IV, numri: 22G, steril, me nje perdorim
27	Vigona	Vigona ose kateter IV, numri: 24G, steril, me nje perdorim
28	Tre-rrugësh	Tre-rrugësh, pajisje plastike qe vendoset ndermjet vigonit dhe sistemit. Ndhmon ne injektimin e medikamenteve iv pa e hequr sistemin.
29	Sisteme perfuzioni	Sisteme perfuzioni, Me dhome pikash, me sistem kontrolli, 185 cm I gjate.
30	Sisteme perfuzioni	Sisteme Transfuzioni, me filter ne dhomen e pikave.
31	Qese biohazarde	Qese biohazarde, qese per ,bledhjen e materialeve te kontaminuara spitalore, rezistente, me shenjen biozarde te stampuar ne qese.
32	Shiringa	Shiringa 1 ml, plastike , sterile me nje perdorim.
33	Shiringa	Shiringa 2 ml, me age, plastike , sterile me nje perdorim
34	Shiringa	Shiringa 5 ml me age, plastike , sterile me nje perdorim.
35	Shiringa	Shiringa 10 ml, me age. me age, plastike , sterile me nje perdorim
36	Shiringa	Shiringa 20 ml, me age. me age, plastike , sterile me nje perdorim

Dokumentat Standarde të Tenderit

37	Kuti biohazarde aqesh	Kuti biohazarde aqesh. Kuti plastike, rezistente, per mbledhjen e materialeve qpuese spitalore.
38	Garza	Garza 2x2 Materiale për mjekimin e plagës
39	Garza	Garza 4x4
40	Garza	Garza 5x10
41	Garza	Garza drenimi
42	Garza	Garza Abdominale
43	JP dren	JP dren
44	Dren hemovac	Dren hemovac
45	Spatula mjeksore	Spatula mjeksore
46	Alkol	Alkol 70, shishe 1000 ml
47	Privijodine	Privijodine 10%, 1000 ml
48	Pambuk	Pambuk
49	Xhama shtrues	Xhama shtrues (lama)(26 x 76 mm)
50	Xhama Mbulues	Xhama Mbulues (lamela)(22 x 22 mm)
51	Parafine	Parafine
52	Balsam kanadez	Balsam kanadez
53	Formaline 40%	Formaline 40%
54	Vaj Masazhues	Vaj Masazhues shishe/100ml
55	Hematoksiline	Hematoksiline
56	Eozine	Eozine
57	Alkool etilik	Alkool etilik absolut 90 grade
58	Ksilol	Ksilol
59	Blu metilen)	Blu metilen)
60	Kaseta plastike histologjike	Kaseta plastike histologjike (nr 100)

Përshkrimi i të dhënave teknike të mallrave objekt prokurimi të përshkruara sa më saktë dhe në mënyrë të plotë, duke krijuar kushte për konkurrim të paanshëm e të hapur ndërmjet të gjithë kandidatëve e ofertuesve. Kur është e mundur, specifikimet teknike duhet të përcaktohen në mënyrë të tillë që të kuptohen nga personat me aftësi të kufizuara.

KUJDES

Specifikimet teknike nuk duhet të kenë asnjë kërkesë apo referencë të ndonjë markë apo emër i veçantë,

Dokumentat Standarde të Tenderit

patentë, vizatim ose tip, origjinë specifike, prodhues ose sipërmarrës shërbimi, përveç rasteve kur nuk ekziston një mënyrë e mjaftueshme, e saktë apo e kuptueshme, e përshkrimit të kërkesave, me kusht që fjalët “ose ekuivalent” të përfshihen detyrimisht në këto specifikime.

Skicimet, parametrat teknik etj:

Specifikimi i Materialeve:

Përshkrimi i kërkesave të zbatimit të shërbimeve në lidhje me to:

Shtojca11

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktornë Marrëveshjen Kuadër]

**PLANIFIKIMI I
KONTRATAVENËMARRËVESHJENKUADËR**

Mall:		Numri total i kontratave sipas Marrëveshjes Kuadër
Kontrata Nr.	Titulli i Kontratës	Përshkrim i shkurtër i kontratës
01		
02		
03		
...		

Shtojca 12

(Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor)

(Kjo Shtojcë nërastin e Marrëveshjes Kuadër do të plotësohet nga autoriteti kontraktor vetëm gjatërihapjes së procesit të mini-konkursit)

SASIA DHE GRAFIKU I LËVRIMIT**Sasia e mallit që kërkohet:****LOTI 1**

	Blerje Pajisje Kompjuterike					
Nr	Specifikimet					SASIA
1	Pikët Min. për Procesorin sipas: cpubenchmark.net Min Proc. Rating According to: cpubenchmark.net:		7900 Pikë			2
	“RAM”:		8 GB DDR4 , min 2400 MHz , Non-ECC			
	Madhësia e Hard Diskut “HDD Size”:		500 GB			
	Shpejtësia e Hard Diskut “HDD Speed”:		7200 RPM SATA 6.0 Gb/s			
	“Disk Subsystem Controler”:		Serial ATA III 6 Gb/s			
	Karta Grafike “Graphics”:		Integrated graphic Card , min. 1 GB			
	“Media Device”:		DVD+/-RW			
	“Slots”:		Minimum (3) PCI/PCI-E, nga të cilat min. (1) PCI-E 3.0 x16			
	KOMUNIKIMI & MENAXHIMI					
	Portat e Komunikimit “Ports”:		Min. (8) USB nga të cilat: a. min (3) USB Para b. min (4) USB 3.0 (1) RJ-45, (1) Audio In/Out, (1) Mic. and (1) Headphone, (1) Portë DP/DVI/HDMI/VGA			
	“Networking”:		(1) 10/100/1000 LAN Integrated Gigabit Ethernet Port			
	“Sound”:		Integrated Sound Card			
	“Speakers”:		Internal or Built-in Monitor			
	Siguria “Security Management”:		Embedded Security TPM 2.0			
	Sistemi i Operimit “Preinstalled Licensed O. S.”:		OEM Windows 10 64-bit Professional			
	Tastiera “Keyboard”:		Standart Keyboard QWERTY			
	“Mouse”:		Minimum 3 Button Scroll			

Dokumentat Standarde të Tenderit

		Optical	
	Ushqimi “Power Supply”	220 V AC, 50 Hz,	
	Kursimi i energjisë “Energy Efficiency”:	ENERGY STAR	
	AKSESORËT		
	Kabëll “Power Cord”:	Po, European	
	“Recover”:	Recover Partition	
	MONITORI		
	Tipi “Type”:	LCD OSE LED i të njëjtës Markë me Kompjuterin	
	Madhësia “Size”:	≥ 21”	
	Rezolucioni “Native Resolution”:	1920 x 1080 at 60 Hz	
	Raporti i Kontratit “Constrast Ratio Static”:	1000:1	
	“Display Port”:	(1) VGA dhe të paktën (1) prej portave DP/DVI/HDMI	
	Koha e Rifreskimit “Response Time”:	≤ 6 ms	
	Kursimi i Energjisë “Energy Efficiency”:	Energy Star	
	Ushqimi “Power Supply”:	220 V AC, 50 Hz	
	GARANCIA		
	Periudha e Mbulimit të Garancisë “Warranty”:	3 Vjet	
2	Pikët Min. për Procesorin sipas: cpubenchmark.net Min Proc. Rating According to: cpubenchmark.net:	12000 Pikë	1
	“RAM”:	32 GB, min. DDR4 2660 MHz, ECC	
	Madhësia e Hard Diskut “HDD Size”:	(1) x 256 GB SSD Sistemi Operativ dhe (2) x 1000 GB HDD	
	Shpejtësia e Hard Diskut “HDD Speed”:	7200 RPM SATA 6.0 Gb/s për HDD	
	“Disk Subsystem Controler”:	Serial ATA III 6.0 Gb/s, Minimum 4 Serial ATA Interface with RAID 0,1,5,10 Support. (Hard Disk të Konfiguruar në RAID 1).	
	Karta Grafike “Graphics”:	Kartë Grafike HD e Dedikuar PCI-E x16, Minimum 4 GB Memory, min. (2) Porta (VGA/DVI/HDMI/DP) mund te perdoret dhe adaptor. Karta të jetë e rekomanduar dhe instaluar nga prodhuesi për workstation.	
	“Media Device”:	DVD+/-RW with Dual Layer DVD+R wri. Capacity	
	“Slots”:	Minimum (4) PCI/PCI-E nga të cilat min. (2) PCI-E x16	
	KOMUNIKIMI & MENAXHIMI		
	Portat e Komunikimit “Ports”:	Min. (10) USB nga të cilat:	

Dokumentat Standarde të Tenderit

		a. min (4) USB Para b. min (6) USB 3.0 (2) RJ-45, (1) Audio In/Out, (1) Mic. and (1) Headphone, (1) Portë Video (mund te perdoret dhe adaptor)
	“Networking”:	(2) 10/100/1000 LAN Gigabit Ethernet Port
	“Sound”:	Integrated Sound Card
	“Speakers”:	Internal speakers or Built-in Monitor
	Siguria “Security Management”:	Embedded Security TPM 2.0
	Sistemi i Operimit “Preinstalled Licensed O. S.”:	OEM Windows 10 64-bit Professional për Workstation
	Tastiera “Keyboard”:	Standart Keyboard QWERTY
	“Mouse”:	Minimum 3 Button scroll Optical
	Ushqimi “Power Supply”:	220 V AC , 50 Hz
	Kursimi i energjisë “Energy Efficiency”:	ENERGY STAR
	AKSESORËT	
	Kabëll “Power Cord”:	Po, European
	“Recover”:	Recover Partition
	MONITORI	
	Tipi “Type”:	LCD ose LED i të njëjtës Markë me Kompjuterin
	Madhësia “Size”:	≥ 23"
	Rezolucioni “Native Resolution”:	1920 x 1080 @ 60 Hz
	Raporti i Kontrastit “Contrast Ratio Static”:	1000:1
	Koha e Rifreskimit “Response Time”:	≤ 6 ms
	“Display Port”:	(1) VGA ose DVI dhe (1) prej Portave DP/DVI/HDMI
	Kursimi i energjisë “Energy Efficiency”:	Energy Star
	Ushqimi “Power Supply”:	220 V AC , 50 Hz
	GARANCIA	
	Periudha e Mbulimit të Garancisë “Warranty”:	3 Vjet
3	KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE	
	Tipi “Type”:	DLP ose LED ose LCD ose Ekuivalente
	Ndriçimi “Brightness”:	4000 ANSI Lumen
	Rezolucioni “Resolution”:	FULL HD 1920 x 1080
	Përputhshmëria Video “Video Compatibility”:	NTSC/PAL
	Jetëgjatësia e Llampës "Lamp Life":	4000 Orë, Standard
	Raporti i Kontrastit “Contrast Ratio”:	10 000 : 1
	Rregullimi i Lentëve “Lens Adjusting”:	F Number, Zoom Manual, Focus Manual
	KOMUNIKIMI & MENAXHIMI	

2

	Portat Hyrëse “Input Terminal”:	(1) VGA, (1) HDMI, (1) COMPOSIT ose (1) S-Video, (1) USB 2.0, (1) RJ-45 LAN	
	AKSESORËT		
	Kabëll “Power Cord”:	European	
	Telekomandë “Remote Control”:	Po	
	Kabuj të Përfshirë "Included Cords":	(1) VGA – VGA, (1) HDMI – HDMI, (1) RCA – RCA ose (1) S- Video; Kabujt duhet të kenë gjatësi min. 3 m	
	CD Manual Përdoruesi "CD User Manual":	Po	
	Çanta “Carrying Bag”:	Po	
	GARANCIA		
	Periudha e Mbulimit të Garancisë “Warranty”:	3 Vjet	
4	KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE		20
	Pikët Min. për Procesorin sipas: cpubenchmark.net Min Proc. Rating According to: cpubenchmark.net:	11500 Pikë	
	“RAM”:	8 GB, DDR4, min. 2660 MHz, Non-ECC	
	Madhësia e Hard Diskut “HDD Size”	500 GB HDD	
	Shpejtësia e Hard Diskut “HDD Speed”:	7200 RPM SATA 6.0 Gb/s	
	“Disk Subsystem Controler”:	Serial ATA III 6.0 Gb/s	
	Karta Grafike “Graphics”:	Kartë Grafike HD e Dedikuar PCI-E x16, Minimum 2 GB Memory, min. (2) Porta (VGA/DVI/HDMI/DP, mund te perdoret dhe adaptor)	
	“Media Device”:	DVD+/-RW	
	“Slots”:	Minimum (3) PCI/PCI-E, nga të cilat min. (1) PCI-E 3.0 x16	
	KOMUNIKIMI & MENAXHIMI		
	Portat e Komunikimit “Ports”:	Min. (8) USB nga të cilat: a. min (3) USB Para b. min (4) USB 3.0 (1) RJ-45, (1) Audio In/Out, (1) Mic. and (1) Headphone, (1) Portë Video (mund te perdoret dhe adaptor)	
	“Networking”:	(1) 10/100/1000 LAN Integrated Gigabit Ethernet Port	
	“Sound”:	Integrated Sound Card	
	“Speakers”:	Internal or Built-in Monitor	
	Siguria “Security Management”:	Embedded Security TPM 2.0	
	Sistemi i Operimit “Preinstalled Licensed O. S.”:	OEM Windows 10 64-bit Professional	
	Tastiera “Keyboard”:	Standart Keyboard QWERTY	

Dokumentat Standarde të Tenderit

	“Mouse”:	Minimum 3 Button Scroll Optical	
	Ushqimi “Power Supply”:	220 V AC, 50 Hz	
	Kursimi i energjisë “Energy Efficiency”:	ENERGY STAR	
	AKSESORËT		
	Kabëll “Power Cord”:	Po, European	
	“Recover”:	Recover Partition	
	MONITORI		
	Tipi “Type”:	LCD OSE LED i të njëjtës Markë me Kompjuterin	
	Madhësia “Size”:	≥ 21”	
	Rezolucioni “Native Resolution”:	1920 x 1080 at 60 Hz	
	Raporti i Kontrastit “Constrast Ratio Static”:	1000:1	
	“Display Port”:	(1) VGA dhe të paktën (1) prej portave DP/DVI/HDMI	
	Koha e Rifreskimit “Response Time”:	≤ 6 ms	
	Kursimi i Energjisë “Energy Efficiency”:	Energy Star	
	Ushqimi “Power Supply”:	220 V AC, 50 Hz	
	GARANCIA		
	Periudha e Mbulimit të Garancisë “Warranty”:	3 Vjet	
5	KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE		2
	Shpejtësia e Printimit “ Print Speed” A4:	≥ 40 ppm	
	Cikli Mujor i Punës “Monthly Duty Cycle”:	60 000 Faqe	
	Teknologjia “Technology”:	Laser	
	Rezolucioni i Printimit Minimal “Print Quality”:	1200x1200 dpi	
	Kapaciteti në Hyrje “Input Capacity”	500 Fletë	
	Pesha Specifike e Letrës “Media Sizes”:	60-120 g/m²	
	Formati i Letrës “Media format”:	A4/A5/Envelope	
	Aftësia e Printimit Duplex:	Po	
	Memorja “Memory”:	≥ 256 MB	
	“Toner”:	Shoqëruar me Starter Kit	
	KOMUNIKIMI & MENAXHIMI		
	Porta e Komunikimit “Interface”:	High Speed USB 2.0	
	“Ethernet”:	Po	
	AKSESORËT		
	Kabëll “Power Cord”:	Po, European	
	Software/Drivers CD :	Po	
	Kabëll USB:	Po	
	GARANCIA		
Periudha e Mbulimit të Garancisë “Warranty”:	2 Vjet		
6	KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE		4
	Pikët Min. për Procesorin sipas: cpubenchmark.net Min Proc. Rating According to: cpubenchmark.net:	4500 Pikë	

Dokumentat Standarde të Tenderit

“Chipset”:	Intel ose Ekuivalent
“RAM”:	8 GB, DDR4 min. 2133 MHz, Non-ECC
Madhësia e Hard Diskut “HDD Size”:	500 GB HDD
“Graphics”:	Integrated Graphics with 1 GB Video Memory
“Media Device”:	DVD+/-RW with DL Internal ose External Memory card reader
“Display”:	15.6” LED Display, Anti Glare
Bateria “Battery”:	Min. 45 Wh
KOMUNIKIMI & MENAXHIMI	
Portat e Komunikimit “Ports”:	Min. (3) porta USB nga të cilat min. (2) USB 3.0 (1) DisplayPort/HDMI (1) Integrated Mic. (1) Integrated HD Web Camera (1/1) Headphone/Microphone Jack ose (1) Combo Jack
“Networking”:	10/100/1000 Mbps LAN (RJ-45); Wireless 802.11ac (Kompatibël me 802.11 b/g/n); Bluetooth min. V4.0
“Sound”:	Integrated , (2) x built-in speakers (stereo)
Sistemi i Operimit “Preinstalled Licensed O. S.”:	OEM Windows 10 64-bit Professional
Tastiera “Keyboard”:	QWERTY
“Pointing Device”:	Touch Pad
Siguria “Security Management”:	Embedded Security TPM 2.0
AKSESORËT	
Kabëll “Power Cord”:	Po, European
Ushqyesi “Recharger”:	Po
“Mouse”:	Po, i të njëjtës Markë me Laptopin
Çanta “Carrying Bag”:	Po, nga Prodhuesi. E përshtatshme për Laptop dhe Aksesorët e tjerë.
“Recover”:	Recover Partition
GARANCIA	
Periudha e Mbulimit të Garancisë “Warranty”:	3 Vjet
KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE	
Pikët Min. për Procesorin sipas: cpubenchmark.net Min Proc. Rating According to: cpubenchmark.net:	6500 Pikë
“Chipset”:	Intel ose Ekuivalent

7

1

“RAM”:	16 GB, DDR3 min. 1600 MHz
Madhësia e Hard Diskut “HDD Size”:	256 GB SSD
“Graphics”:	Pro. Graphics with 2 GB dedicated memory
“Media Device”:	DVD+/-RW DL, Memory Card Reader
“Display”:	15.6" FHD LED 1920 x 1080, Anti glare
Bateria “Battery”:	Min. 4-cell battery
KOMUNIKIMI & MENAXHIMI	
Portat e Komunikimit “Ports”:	2)USB 3.0 (1) USB 2.0 DisplayPort ose HDMI Out Integrated Digital Mic. Integrated Web Camera Headphone Jacks/Microphone Jack Docking Connector Port
“Networking”:	10/100/1000 LAN (RJ-45) Wireless 802.11 b/g/n / ac Bluetooth
“Sound”:	High Definition Audio2.0
Sistemi i Operimit “Preinstalled Licensed O. S.”:	OEM Windows 10 64-bit Professional
“Keyboard”:	QWERTY
“Pointing Device”:	Touch Pad & usb mouse
Siguria “Security Management”:	Embedded Security TPM
AKSESORËT	
Kabëll “Power Cord”:	Po, European
Ushqyesi “Recharger”:	Po
Çantë	Po
“Recover” dhe “Drivers”CD/DVD	“Recover”, “Drivers” CD/DVD ose Rec. Partition
GARANCIA	
Periudha e Mbulimit të Garancisë “Warranty”:	3 Vjet
KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE	
Tipi, "Type":	Router Wireless Wi-Fi Gigabit
Mënyrat e Operimit, "Operation Mode":	Wireless router mode Access point mode Media bridge mode
“Klasa”:	Min. AC 1900
Standartet WiFi, "WiFi Standards":	IEEE 802.11a/b/g/n/ac
Standardet e Rrjetit, "Network Standart":	IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IPv4, IPv6
Portat, "Ports":	(1) Gigabit WAN Port

8

1

	(4) Gigabit LAN Ports (1) USB 2.0 ose USB 3.0
Lloji i lidhjes WAN, "WAN Connection Type":	Automatic IP, Static IP, PPPoE (MPPE supported), PPTP, L2TP
Niveli i Transferimit, "Transfer rate" :	Min. 300 Mbps
Protokollet e Rutimit, "Routing Protocols":	IPSec, L2TP or PPTP
Banda e Operimit, "Band":	Dual Band: 2.4 GHz & 5 GHz
Antenat, "Antennas":	Build-In or External
Siguria, "Security Features":	WEP 64/128-bit WPA2-Personal & Enterprise (AES/TKIP) WPS
Drita LED, "LED indicators":	Yes
Butona, "Buttons":	WPS Button Reset Button Power Button
Kërkesat e Sistemit të Operimit, "System Requirements":	Windows 7, 8 ose 10
Ushqimi, "Power Supply":	AC Input: 110 - 240 V AC (50/60 Hz)
Aksesorët, "Accessories Included":	Quick Start Guide CD-ROM with Documentation External Antennas (Optional) Ethernet Cable Power Adapter Power Cord
Periudha e Mbulimit të Garancisë "Warranty":	1 Vit
KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE	
NDËRFAQET DHE KARAKTERISTIKAT HARDWARE	
Porta 10/100/1000Mbps RJ45 (Auto Negocim /Auto MDI/MDIX)	≥ 24
Porta SFP	Opsionale
Porta Uplink (baker/fiber) 100/1000Mbps SFP Slots	2-4 / Combo Opsionale
Porta Combo	Opsionale
Porta Console RJ-45/RS-232	1
Instalimi në Rack	19" Rack Mountable
HYRJE "INPUT"	
Tensioni Nominal	100~240 V AC
Frekuenca	50/60 Hz
PERFORMANCA DHE FLEKSIBILITETI	
Switching Capacity	≥ 96 Gbps
Throughput	≥ 70 Mpps
Flash Memory	128 MB
RAM	512 MB
Jumbo Frame	Opsionale
Tabelë të Adresave MAC	16k
Fan	Opsionale

9

1

STANDARDET	
IEEE 802.3 - 10BASE-T	Po
IEEE 802.3u - 100BASE-T	Po
IEEE 802.3ab - 1000BASE-T	Po
IEEE802.3z - 1000BASE-X	Po
IEEE 802.3ad - Agregim linku	Po
IEEE 802.3x - full duplex on 10BASE-T, 100BASE-TX, and 1000BASE-T ports	Po
IEEE 802.1d - Spanning Tree Protocol	Po
IEEE 802.1s - multi STP	Po
IEEE 802.1w - RSTP	Po
IEEE 802.1q - VLAN	Po
IEEE 802.1x - Port-based Network Access Control	Po
IEEE 802.1p - QoS Classification	Opsionale
IEEE 802.3af - PoE	Opsionale
IEEE 802.3at - PoE	Opsionale
SISTEMI OPERATIV	
Të Jetë i Orientuar për Operacionet LAN	Po
Të Ketë Mundësi për Upgrade	Po
QUALITY OF SERVICE	
Priority Queues	Po
Queue Scheduling	SP, WRR
VECORITË NË LAYER 2 DHE 3	
IGMP Snooping	V1/V2/V3
Spanning Tree	STP/RSTP/MSTP
LLDP	Po
BPDU Filtering/Guard	Po
Detektim të Loopback	Po
802.3x Flow Control	Po
VLAN	4k, (Voice VLAN Opsional)
Agregim të Linkeve	802.3ad LACP
Adresimi IPv6	Po
DHCP/BOOTP, DHCP Snooping, DHCP Option82 për klientët	Po
Dynamic ARP inspection (DAI)	Po
Limitim të Shpejtësisë	Port/Flow
Policy-Based Routing (PBR)	Jo
Routimi	Jo
SIGURIA	
Access Control List	L2 - L4
TCP/UDP Ports	Po
Protokollin DSCP	Po
Authentication	TACACS+, RADIUS, IEEE 802.1X, Port/MAC,

Dokumentat Standarde të Tenderit

		SSH v1/v2, SSLv2/v3/TLSv1		
	Storm Control	Broadcast, Multicast, Unicast		
	MENAXHIMI			
	Web-based GUI dhe CLI	Po		
	RS-232 Console / RJ-45 Console	Po		
	Telnet, SSH	Po		
	Monitorim të CPU	Po		
	SNTP	Po		
	Upgrade të Firmware	TFTP ose ndërfaqes Web		
	Ekran LED	Opsionale		
	SNMP v1/v2c/v3	Po		
	SYSLOG	Po		
	Periudha e Mbulimit të Garancisë “Warranty”:	1 Vit		
10	KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE			1
	“Model”:	Copier/Printer		
	Shpejtësia “Copy/Print Speed for A4”:	≥ 22 ppm		
	Cikli Mujor i Punës “Monthly Duty Cycle”:	≥ 20 000 Faqe		
	Teknologjia “Technology”:	Laser B&W		
	Zvogëlim/Zmadhim “Reduction/Enlargement”:	25%-400%		
	Vendosja e Dokumentit “Document Feeder”:	Nuk Specifikohet		
	Sirtarët për Letrën “Paper Trays”:	1		
	Kapaciteti në Hyrje “Input Capacity min.”:	250 Fletë		
	Kapaciteti në Dalje “Output Capacity min. Standard “ :	250 Fletë		
	Kopjim/Printim në të dy Faqet “Duplex Copying/Print.”:	Nuk Specifikohet		
	Formati i Letrës “Media Sizes”:	A3		
	Memorja “Memory”:	≥ 128 MB		
	“Hard Disk”:	Nuk Specifikohet		
	Shpejtësia e Skanimit “Scan Speed”:	Nuk Specifikohet		
	Rezolucioni i Skanimit “Scan Resolution”:	Nuk Specifikohet		
	Formati i Skanimit Maksimal “Maximum Scan Size”:	Nuk Specifikohet		
	“Toner”:	Shoqëruar me Starter Kit		
	KOMUNIKIMI & MENAXHIMI			
	Porta e Komunikimit “Interface”:	High Speed USB 2.0		
	AKSESORËT			
	Kabëll “Power Cord”:	Po, European		
	Software/Drivers CD :	Po		
Kabëll USB:	Po			
GARANCIA				
Periudha e Mbulimit të Garancisë “Warranty”:	1 Vit ose 60 000 Kopje*			
*Kush të arrihet më parë				
11	KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE			1

Dokumentat Standarde të Tenderit

	“Model”:	
	Teknologjia LED 50"	
	LED UHD	
	4K	
	SMART TV	
	Rezolucioni 1920 x 1080	
	Contrast 4000:1	
	VIDEO	
	Tipet e ndryshme te figures “Picture mode Vivid/Standard/Eco	
	Aspect Ratio 16:9	
	PORTAT E KOMUNIKIMIT	
	Komunikim hardware (1) VGA; (2) HDMI; (1) USB; (1) SCART; (1)	
	Headphones Jack	
	GARANCIA	
	Periudha e mbulimit të garancisë 2 vjet	
12	KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE	1
	12BTU Inverter	
13	KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE HD kamer për leximin dhe vizualizimin e imazheve mjekësore, Karakteristikat teknike dhe funksionale: Karakteristika kryesore e aparatit të jetë mbi 8 megapiksel për kapjen e imazheve me rezolucion ultra të lartë deri në 3264 x 2448 piksele për shfaqjen në videoprojektor (dalje ëi-Fi, HMDI dhe USB), Shkalla e lartë e kuadrit për transmetim të drejtpërdrejtë pa ndërprerje - rrjedha deri në 30 fps në HD të plotë dhe deri në 15 fps në 3264 x 2448 piksel, 3264 x 2448 (USB mode), dhe mbi 1920 x 1080 (HDMI ose ëi-Fi mode), Karakteristika të tilla të sensorit të imazhit për reduktim e zhurmës në riprodhimin të ngjyrave, Mbajtëse në tavolinë dhe të funksionojë me një shumëllojshmëri të softuerëve dhe aplikacioneve që lejon të përdorni atë në mënyra të ndryshme, Lente e plotë automatike, 9~12 orë bateri, Hapësira maksimale e fotografimit: 13.46 "x 10.04" (342 x 255mm), LxwxH (kur paloset): 10.91 "x 3.07" x 1.89 "(277 x 78 x 48 mm), Peshë: 1.17kg), Gjatësia e kabllit USB: (150cm), të funksionojë në kompjuter që kanë sisteme operative sisteme operative, ëindoës, android dhe të lidhet me Projektorë, tv tabletë dhe mobile phone.	1
14	KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE	
	MATLAB R019B, Standard and Education Licenses, version kompatibel me Windows, Linux	1

15	KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE	
16	Human Anatomy Atlas 2017 Edition for Windows Desktop (web licence akses)	20

LOTI 2

Blerje Pajisje Mjekesore, laboratorike dhe Manekine			
Nr	Pershkrimi	Sasia	Njesia
1	PËRSHKRIMI: Negatoskop me sipërfaqje për shikimin e filmave radiologjikë (mm): 80*43 Voltazhi: AC 220V±10% 50 HZ Drite e bardhe fluoreshente me rregullator ndricimi Materiali: flete celiku	2	cope
2	PËRSHKRIMI: Zhvilluesi manual Fixer Combo (1 - 5 gallon përzierje të secilit), 30x35 cm Fuji X-Ray Film, 18x24 cm Fuji X-Ray Film	3	cope
3	PËRSHKRIMI: Kitet e Veshura ose te paveshura Përfshijne: YFBD 45° Spine ëedge (7x21.25x7), YFBE (2) 34° ëedge ((4x7x3), YFBF 27° ëedge (10x10x6), YFBG 21° ëedge (10x10x4.63) (1 set)	1	cope

Dokumentat Standarde të Tenderit

4	PËRSHKRIMI: Lateral Cassette Holder: Mbajtës Kaset X-Ray anesore që eliminon mbajtjen me dorë të kasetave filmike në mënyrë të palëvizshme me lartësi të ndryshueshme për gju, shpatull, kafkë, etj. Pllaka bazë e qëndrueshme rrëshqet nën jastëkun e pacientit ose tavolinës, ose mund të pozicionohet pranë një të aksidentuari. Mban deri në 14 kaseta 14 "x 17" (35 cm x 43 cm), e rregullueshme përfshin një shënues rrotullues djathtas dhe majtas, kanalet të jenë të veshura me gome për t'i mbajtur kasetat të qëndrueshme, dy kanale të rregullueshme, pesha rreth 3kg.	1	cope
5	PËRSHKRIMI: X-Ray Ekrane: Aplikacion: Ekran Intensifikues i X-Ray, ngjyrë: blu, madhësi 8 X 10 inç, shpejtësi 800. Ekran standard blu për intensifikim të lartë me perceptueshmëri të shkëlqyeshme të detajeve, Përmirësim i tubit X-Ray, Intensifikimi maksimal me dozimin më të ulët, Përdorimi gjysmë shpejtësi filmin X-Ray do të zvogëlojë shpejtësinë e sistemit në 400	2	cope
6	PËRSHKRIMI: Kaset filmash, CASSETTE, X-RAY, 18 x 24 cm green sensitive, CASSETTE, X-RAY, 24 x 30 cm, green sensitive, CASSETTE, X-RAY, 30x40cm, green sensitive	3	cope
7	PËRSHKRIMI: Pajisje e automatizuar e projektuar për aplikime për kontroll cilësie dhe monitorim në radiologji (radiografi, fluoroskopi, mamografi, dentare dhe CT etj). Të mase kVp, kohën, shkallën e dozës / dozës, HVL dhe totalin e filtrimit. Pajisja të shoqërohet me ndërfaqen /ekran vizualizimi, portat lidhëse (hyrese/dalese) për përdorimin e aksesoreve matës e shoqëruar me aksesore matës për gamë të gjërë të rrezatimit X, shumëfunksionale gjithëpërfshirëse dhe me programin përkatës. Funksionet kryesore të pajisjes janë: përdorim i thjeshtë dhe i shpejtë, lidhje me ose pa tel, memorie i brendshme, matje të HVL me një goditje në mamografi, radiografi, CT dhe dentar, detektor në gjendje të ngurtë që nuk ka nevojë për të kompensuar temperaturën dhe presionin, të masë tufat e rrezatimit gjatë ekzaminimit, Optimizuar për pajisjet me rreze X nga një numër i madh i prodhuesish, Kompensimi i integruar i energjisë, Mund të përdoret së bashku me dhomat e jonizimit dhe aksesore të tjerë matës, Zbulim të rrezatimit të shpërhapur, komunikim me Bluetooth deri në 100 metra distancë, Dizajn unik i detektorit për të minimizuar pozicionin dhe varësinë e rrotullimit, Njohja automatike e sondave/detektorëve të jashtëm, E vogël, e ngjeshur dhe e fortë - e lehtë për t'u vendosur, Mbrojtëse e mbrojtur nga mbrapa, bateria e rimbushshme që zgjat për një kohë të gjatë, Pa plumb, përditësime falas të softërit nëpërmjet internetit ose pc, Mundësi përmirësimi për çdo model, Garanci të paktën 5-vjeçare me cikël kalibrimi 2-vjeçar. cantë transporti e dedikuar	1	cope
8	PËRSHKRIMI: Model i relievit të përmasave të njerezore të 1/2 të sistemit të qarkullimit njerëzor detajon këto struktura anatomike: Sistemi arterial / venoz, zemër, mushkëri, mëlçi, shpretkë, veshka, Skelet i pjesshëm, Një ndihmesë e gjallë dhe anatomike e mësimdhënies e sistemit të qarkullimit të gjakut të njeriut. Sistemi i qarkullimit qarkullues të dorëzuar në tabelën bazë për shfaqje të lehtë në një klasë ose në zyrën e mjekut.	1	cope

9	PËRSHKRIMI: Manikini i plotë i kujdesjes përdor teknikat e formimit dhe modelimit për të siguruar një pamje realiste pa specifikuar moshën. Modeli duhet të mundësojë praktikën e më shumë se 35 procedurave të kujdesit të pacientit. Manikini për trajnim duhet të përmbushë të gjitha kërkesat e OBRA. Pa specifikuar moshën, femrën apo mashkullin, modeli të mundësojë kryerjen e procedurave të mëposhtme: Procedurat e kujdesit të pleqve dhe të pacientit mund të kryhen për ekzaminimin e prostatës (Faza B), Përkujdesjen: Ostomy (Ileostomi dhe lavazh kolostomi), Përkujdesjen: Trakeostomi (lavazhi dhe thithja), Vendosjen e tubave nazogastrike, Larje gojë dhe hundë, administrimi i Enemes (femra), Injeksione intramuskulare (krah, kofshë, glute), Higjiena e gojës (proteza e sipërme dhe e poshtme e lëvizshme), Shpëlarje e syve, banja e shtratit, kujdesi i flokëve (larja, krehja), Teknikat e pozicionimit dhe transferimit të pacientit, ndërrimet e veshjeve, Shpëlarja e veshëve, pozicionimi dhe heqja e pajisjes ndihmëse, Fashimin dhe veshja e plagëve (duke përfshirë gishtat dhe këmbët), Katheterizimin e urinimit - Femra dhe Meshkujt Funksionet vizuale të inspektimit të përfshijnë: Ulcer- Stadi 1, Krahassimi i bebes se syrit, Krahassimi i moleve kancerogjene, lekure e skuqur, Gama e plotë e lëvizjeve të përfshijë: Rrotullim, Hiperekstension, Qafa - Rrotullim, Hiperekstension, Flexion lateral, shaptulla dhe vithe, Bërryl - zgjatim, përkulje, Gju - Zgjatje, Fleksion, Kyci - levijet e kycit, Gjunj - Eversion, Inversion, Dorsiflexion, Plantarflexion, Gishtat - Abduction, Flexion (material i butë, i gjallë) Manikini të përmbajë edhe: Genitalet (Mashkullore dhe Femërore), parukë, proteza, Aparat dëgjimi për shurdhët, * 12 cc shiringë, Spaj lubrifikues, Enë për kullimin e lëngjeve, Qese rezervuaresh të stomakut, Qese rezervuaresh të fshikëzës, 16 FR Foley Silikone Katheter, 140 cc shiringë	1	cope
10	PËRSHKRIMI: Paraqitja përmban 3 ilustrime të mëdha që tregojnë pamjet ballore, anësore dhe të pasme të sistemit skeletor mashkullor. Çdo ilustrim është hollësisht i detajuar dhe i etiketuar. Tetë ilustrime të vogla tregojnë: një pjesë e kockave të gjatae, ligamentet e dorës së djathtë (pamjet dorsale dhe palmare), ligamentet e këmbës së djathtë (pamje dorsal dhe plantar), nyja e djathtë e gjurit (pamjet e mëparshme dhe të pasme), Krahassimi i legenit femëror me legen mashkullore tregohet nga një skicë me pika.	1	cope
11	PËRSHKRIMI: Anatomia e petëzuar e kockave e gjymtyrëve të sipërme te paraqitura në një poster shumë te detajuar. Posterit paraqet anatomi skeletore të krahut dhe gjithashtu përshkruan nyjet lidhëse. Ai përfshin një pamje të plotë të krahut të çiftuar me ilustrime të ngushta me pamje të përparme dhe të pasme për të siguruar një kuptim të plotë të anatomisë. E mbushur me informacione, kjo do të shërbejë si mjet i përsosur që do të përmirësojë çdo demonstrim në zyrë ose leksion në klasë. Tabela mat 20 inç x 27 inç dhe është printuar me leter te laminuar për qëndrueshmëri.	1	cope

Dokumentat Standarde të Tenderit

12	PËRSHKRIMI: Paraqitje grafike në dy pjesë, ku ne secilën të jone të pershkuara muskujt të cilat preken nga pikat e ndjeshmerise. Te Tregojë vendndodhjen e pikave të ndjeshmerise me zonat primare dhe sekondare të ndjesise së dhimbjeve. Te ketë një legjende që të shpjegojë si të identifikohen pikat e vecanta të ndjeshmerise për pjesën e bustit dhe ekstremiteteve si shpatullat, busti, koka dhe qafa.	1	cope
13	PËRSHKRIMI: Rrip i fortë për sigurimin e pacientit gjatë transportit. Ky është një rrip i trashë për të parandaluar dëmtimet e pacientit. Materiali sipërfaqësor është poliestër dhe materiali sanduiç është pambuku EPE me qepje të përforcuar jashtëzakonisht të fortë që është e garantuar të zgjasë. Përshtatet në përmasat e belit 38 "deri 46" - Dimensionet e rripit: 46 "x 4". Hapëset e forta mundësojnë hapje të shpejtë dhe lëvizje të rripit. Bën transferimin e pacientëve nga shtretërit, karriget dhe karriget me rrota të thjeshta. Rripi duhet të ketë gjashtë doreza të qepura fort (katër doreza vertikale dhe dy horizontale) duke lejuar që kujdestari të lëvizë pacientin nga çdo anë dhe çdo kënd, duke e bërë pacientin më të sigurt dhe më të rehatshëm. Te këtë mbështetëse mbrapa 4 inç për më shumë rehati dhe zonë më të madhe kontakti me pacientin	1	cope
14	PËRSHKRIMI: Manikin me permassa reale, i dizenuar për instruksionet fundamentale të CPR ashtu si dhe një numër të madh ushtrimesh për shërbimin e pacientit. Duke përfshirë: rruget e ajrit një përdorimshe për të praktikuar ventilimin higjienik goje me goje. Pjesët trupore të levizshme në mënyrë reale. rruget e frymemarrjes të bllokueshme kur koka është përpara. pjesa e kavitetit të krahërorit, mushkerive, dhe zemrës lehtësisht e askueshme, dhe për praktikimin e manovrës Heimlich. Zmadhim real i gjoksit gjatë ventilimit. vende të pulsit arterial karotid dhe femoral. Hapje dhe mbyllje e syve. vendi femoral venoz. Injektiv intra muskular në deltoide, kuadriceps. gjunjët, krahët dhe kyçet e përthyeshme. Te shkeputshme për paketim të lehtë. Cante transporti.	1	cope

15	PËRSHKRIMI: Brez unik i MRI është i ndarë horizontalisht në 15 cope, duke dhënë një pamje të veçantë të anatomisë njerëzore. Marrëdhëniet topografike të bustit përfaqësohen si relievë të ngjyrosur në seksionet individuale. Për një studim më të afërt të anatomisë së brendshme të bustit, çdo disk mund të zhvendoset horizontalisht dhe të rrotullohet rreth boshtit të saj sagital. Në pjesën e sipërme dhe të sipërme anët më të ulëta të secilës fetë, strukturat anatomike, të tilla si kockat, muskujt, organet, enët e gjakut dhe nervat janë treguar si seksione horizontale. Prerjet tërthore të trupit (Modeli MRI) është veçanërisht i përshtatshëm për interpretimin dhe për rrjedhojë kuptimin më efektiv të imazheve tomografike; veçanërisht pasi ato janë zhvilluar duke përdorur imazhe kompjuterike ose MRI (CT, MRT). Modeli është bërë nga polivinil (PVC) plastik, i cili është rezistent ndaj korrozionit, i lehtë dhe ka qëndrueshmëri të lartë. PVC reziston ndaj reaksioneve me acide, benzinë, alkool dhe hidrokarbure. Modeli ka përmasa 130.0 x 40.0 x 35.0 cm (H x ë x D) (H është distanca vertikale nga pika më e ultë në atë më të lartë; ë është distanca horizontale nga e majta në të djathtë; D është distanca horizontale nga e para në mbrapa.) dhe peshë të përafërt 18 kg Produkti duhet të përmbushë standardet ISO 9001: 2008.	1	cope
16	PËRSHKRIMI: Modeli materiali i të cilit simulon ndjenjën e indeve të buta të vërteta për të kryer palpacione dhe injeksione dhe tregon cilësi reale dhe ekogenicitet në imazhet me ultratinguj. E Lehtë për t'u përdorur. Kosto efektive. Ekogenicitet real. Në dispozicion me Cysts ose Tumore (tumore të mëdha: diameter 27mm / lartësiat 16mm, tumorë mesatarë: diameter 16mm / lartësia 15mm tumore të vegjël : diameter 14mm / lartësia 12mm. Për trajnimin bazë dhe përmirësimin e shkathtësisë. Modeli është një mjet i shkëlqyeshëm mësimor për trajnimin bazë dhe për përmirësimin e shkathtësisë dhe aftësive të koordinimit të syve.	2	cope
18	PËRSHKRIMI: Skoliometri është një instrument i përdorur për të matur shtrembërimet e shtyllës kurrizore, për evidentimin e skoliozes për të marrë një konfirmim të duhur llogaritës / diagnozë të gjendjes (skoliozës). Pajisja ka peshë rreth 1 kg, lartësi 0.635, gjatësi cm 8.89 cm, gjërësi 19 cm dhe duhet të jetë e shoqëruar me ccantë	5	cope
19	PËRSHKRIMI: Arcometer është një pajisje manuale e përbërë nga një shirit i rregulluar që mban tre krahë pingul: i pari është i fiksuar në njërin skaj, ai i ndërmjetëm është i lëvizshëm në dy akse dhe i treti i lëvizshëm vetëm në një aks. Skajet e tre krahëve identifikojnë tre pika përmes të cilave mund të hiqet një perimetër i vetëm. Duke përdorur arcometer mund të matet kurbën dhe ngritjen. Këto dy vlera na lejojnë të llogarisim rrezën e këndit të kurbës dhe këndin Cobb. Instrumentit i bashkëngjitet tabela për llogaritjen e këndit Cobb.	5	cope

Dokumentat Standarde të Tenderit

20	PËRSHKRIMI: Ky pajisje mundëson oficerët e kontrollit të infeksionit ose qendrat e trajnimit për të demonstruar teknika të sakta për larje dhe pastrim të duarve. Drita nxjerrë në pah çdo defekt dhe do të rrisë vetëdijen për problemet e mundshme të higjienës. Kabineti i Inspektimit demonstroi rëndësinë e që duart lahen shpesh dhe mirë duke kërkuar teknikën e duhur dhe fërkimet për të zvogëluar rreziqet e infektimit të përdoruesve dhe kontaminimit. Drita UV për trajtimin me larje me dore është ideale për kirurgjitë e GP, spitalet etj.	2	cope
21	PËRSHKRIMI: Materiale grafike për edukimin seksual e dizenuar për eksperience praktike. Të përmbajë: 1 Penis polystyrene, 24 kondome, 5 kondome femëror, 2 mostra për pilula, 1 pajisje për intra-uterine, 1 kapele cervikale, 1 xhel spermicid, 1 diafragmë, 1 kalendar për peridë.	1	cope
22	Modeli i egzaminimit të gjoksit dhe testikujve për identifikim të fazave fillestare të tumoreve. Të përbera nga simulimi i lekures së jashtme të bute dhe të hollë me strukturë të brendshme delikate për të simuluar tumoret. Permasat 23.5x15x6.5cm për egzaminimin e testikujve dhe 25 x 7.5 x 15 cm për modelin e egzaminimit të gjoksit.	1	cope
23	PËRSHKRIMI: Aparat tensioni model i fortë, i qëndrueshëm dhe elegant me palme aneroid metalike me zinku me manometër me llambë integrale dhe valvula e lirimit të ajrit për përdorim me një dorë. Pajisur me një dorëzë të posaçme të rregullueshme për majtas dhe djathtas, mbyllje me vello najloni të zezë, e kalibruar dhe me 1 tub. Lehtë për tu lexuar: Madhësia Ø 65 mm. Butoni unik i shtypjes së butonit të lirimit të ajrit të ofrojë një deflacion të saktë.	15	cope
24	PËRSHKRIMI: Otokop profesional i cilësisë së lartë me dritë halogjene ekstra të ndritshme të siguruar nga sistemi optik i fibrave optike, lente zmadhuese 3 herë. Prodhim për testin e membranës pneumatike.. Paketa përbëhet nga Otokopi LED Fiber Optik, Dorëzë / Bateria e rimbushshme Ni-MH, bazë karikimi, kabllot USB / Plug dhe manuali i përdoruesit / mirëmbajtjes. Ndriçimi: 18.5 Lumen Llamba LED (5500K)	2	cope
25	PËRSHKRIMI: Puls oksiméter gishti me ekran me ngjyra për kontroll rutinë dhe të vazhdueshëm. Ekrani LCD energji: DC3V Bateria të rikarikueshme ose një përdorimshe. Puls: nga 30-240bpm, saktësia +2bpm Parametrat e SPO2 35% deri në 99% (rezolucioni 1%) Saktësia +2% Indeksi i perfuzionit: 0-20%, saktësia +0.1% Alarm për SpO2 të ulët >90%, Alarm për puls të ulët: <50 bpm ose më e lartë se >120 bpm. Madhësia: 6.6x3.6x3.3cm. Peshë rreth 60g. Të përmbushë normën: IEC 60601-1-2 Klasi II	4	cope

Dokumentat Standarde të Tenderit

26	Spirometër incentive: Matje e volumit deri ne 2700 cc/ sek Kompakt, dizajn ergometrik. Ndhmon pacientin te rikuperoje frymemarrjen normale mbas kirurgjise abdominale ose kraharori. Pajisje perbehet nga: baza, 3 topa me ngjyra te ndryshme dhe dimensione te ndryshme, 1 pjese qendore transparente te ndare ne 3 dhoma, 1 tub dhe gojez.	2	cope
27	PËRSHKRIMI: Peak floë meter xhepi është i dizenuar për menaxhimin e thjeshtë dhe të besueshëm të azmës. I lehte dhe i thjeshtë në përdorim, mundeson matje te sakta here pas here. I lehte per tu pastruar dhe ka pipez universale volumi standart i matjes mbulon nga 60 deri në 800 litra/min	4	cope
28	PËRSHKRIMI: Termometër Oral për matje temperature, intervali i matjes 32-42.9 grade +-0.1 grade	8	cope
29	PËRSHKRIMI:Termometer Timpanik për matjen e të shpejtë të temperaturës nga veshët brenda 1 sekonde, matje e sigurt dhe të saktë të temperaturës së trupit nga veshi..Ekran LCD per paraqitjen e temperatures, matje e temperatures shkallë të dyfishtë ° C / ° F e ndërrueshme., Fikje automatike, të përfshihen 20 mbulesa sondash. Gama e matjes 26.0 ° C deri 43.9 ° C, Saktësia ± 0.2 ° C / 0.4 ° F (35.5 ° C deri 42 ° C për temperaturën e ambientit 16 ° C deri 40 ° C. ± 0.3 ° C (jashtë këtij diapazoni të temperaturës). Lagështia e funksionimit 25% deri 95% orë pa kondensim, Kujtesa 10 temperaturat e ruajtura në memorje, Bateria 2 x AAA 1.5V alkaline te nderrueshme, Jetëgjatësia e baterisë 3000 matje përafërsisht, dimensionet 155 mm x 55mm x 35mm, pesha 100g afërsisht	4	cope
30	PëRSHKRIMI: Seti standart laringoskopi përmban 5 tehe (0, 1, 2, 3, 4) dhe dy doreza ("C" dhe "AA") në kutinë e montuar. Plotësisht i pajtueshëm me të gjitha markat kryesore të laringoskopëve që përputhen me ISO 7376. Ndërtim çeliku inox, doreza prej bronzi të kromuar,	2	cope
31	PëRSHKRIMI: Defibrilatori është një pajisje mjaft e nevojshme në shërbim të profesionistëve të kujdesit shëndetësor pasi janë pajisje që rikthejnë një rrahje normale të zemrës duke dërguar një puls elektrik ose shok në zemër. Ato përdoren për të parandaluar ose korrigjuar një aritmi, një rrahje zemre që është e pabarabartë ose që është shumë e ngadaltë ose shumë e shpejtë. Defibrilatorët gjithashtu mund të rivendosin rrahjen e zemrës nëse zemra papritmas ndalet. Pajisja mund të përdoret në distancë nëpërmjet një pajisje komandimi Seti përfshin: pajisjen, defibrillator training Electrode, ekranit LCD, 6 bateri C-Cell, manualin e përdorimit, Efektivisht arsimor, të ofrojë të gjitha tiparet thelbësore të nevojshme për të mësuar përdorimin dhe teknikat e duhura, mundësi të përditësimit të softëar-it	1	cope

32	PëRSHKRIMI: Elektrokardiograme 12 kanale me ekran me prekje është pajisje që ndihmon në interpretim dhe diagnostikimin e hollesishem te problemeve kardiake. - 12 EKG interpretuese në kanale për përdorim të rritur, pediatrikë dhe neonatal - mbi 130 lloje të rezultateve të interpretimit bazuar në kodin e avancuar të Minesotës, HRV (Hearth Rate Variability analysis). Funksionaliteti: memorie deri në 200 pacientë, Monitor i vrojtimit në kohë reale, PC kompatible përmes LAN ose ëi-Fi, softver i për zgjedhur me shumë gjuhë (GB, RU, FR, DE, IT, etj), mesazh error, zbulimi i prodhuesit të ritmit, zbulimi automatik i aritmisë, regjistrim afatgjatë 3, 5, 10 minuta, opsion per përdorim me kosto të ulët te letres, ekrani TFT LCD me ngjyra të gjera dhe të qarta 7 inch (800x480) dhe me prekje për funksionim të lehtë Aksesore: Kablli i pacientit - 10 drejtime, kablllo LAN, 1 shishe krem ECG (70 g), 1 kablllo energjie, manual (en), 1 rrotull letre, 4 elektroda të gjymtyrëve, 6 elektroda të gjymtyrëve të gjoksit, EKG Vieë Plus (en). Te dhena teknike: EKG drejton: 12 EGG kanalesh njëkohësisht Dimensioni: 300 (ë) x 299 (H) x 123 (D) mm, përafërsisht. 3.5 kg, Kanali i regjistrimit: 3 kanale + 1 ritëm, 3 kanale + 3 ritëm, 6 kanale + 1 ritëm, 12 kanale, 60 sekonda 1 kanal, 3, 5, 10 minuta 1 kanal dhe raporti i rrahjes, Ndjeshmëria: 2.5, 5, 10, 20, automatike (1 ~ aVF: 10, V1 ~ V6: 5) mm / mV, Shpejtësia e shtypjes: 5, 12.5, 25, 50, 100 mm / s, Shkalla e marrjes së mostrave: 2,000 mostra / sek, Filtrat: AC (50/60 Hz, -20 dB ose më mirë), Muskul (25 ~ 35 Hz, -3 dB ose më mirë), Filtri i kalimit të ulët: i fikur, 40 Hz, 100 Hz, 150 Hz, Ekrani: Ekrani TFT LCD me ngjyra 7 "(800x480), ekrani i monitorimit shfaq ID, data, ndjeshmëria, shpejtësia, filtri, forma, ritmi Ndërfaqja e përdoruesit: Ekrani me prekje (alfanumerik dhe simbol i disponueshëm), Tastiera, tastiera rrotulluese rrotulluese (menuja që shfaqet) Të dhënat e pacientit: ID, emrin, moshën, seksin, lartësinë, peshën, duhanpirja etj Matja themelore: Ritmi i zemrës, PR int, QRS dur, QT / QTc, boshti PRT Regjistruar: Kreu i printimit termik, letër roll, raport raporti A4: 210x300 mm (8.5 "x11") Rezolucioni: - vertikale: 8 pikë / mm, - horizontale: 16 pikë / mm Elektrike: Zhurma e brendshme: 20 µV (pp) max, Qarku hyrës: hyrja lundruese, Impedanca hyrëse: = 50 MO, Gama e tensionit të hyrjes: = ± 5 mV, Refuzimi i mënyrës së zakonshme: > 105 dB, Tensioni i kompensimit DC: = m 400 mV, Konstantja e kohës: 3.2 sek, Rryma e kalimit në pacientit: <10 µA, Përgjigja e frekuencës: 0,05 ~ 150 Hz, Kontrolli i cilësisë së sinjalit: Zbulimi i shkëputur, Ruajtja e të dhënave EKG: hapësirë për 200 EKG (Brendshme në memorje flash), Fuqia: 100 ~ 240 VAC, 50/60 Hz ose bateria (opsioni) 2.0 ~ 1.0 A, 60 VA max, Bateria (Li-Ion): 4 orë përdorim normal (afro.200 printime të EKG), Komunikimi: Lidhja e PC me LAN D2 ëi-Fi, Konformiteti i sigurisë: Klasa I, Tipi CF, CE, CSA, FDA, KFDA, CFDA, CCC	1	cope
----	---	---	------

Dokumentat Standarde të Tenderit

33	Pajisje për të kontrolluar dozën e grumbulluar nga personeli (mjeku, pacienti). Kontrolli i rrezatimit X. Matja e ekuivalentit të dozës personale Hp (10) (ED) dhe fuqia e dozës personale ekuivalente $\dot{H}_p$ (10) (MED) e rrezatimit të vazhdueshëm dhe pulsues të rrezeve X dhe gama. Cilesitë: Alarme të dëgjueshme, vizuale dhe vibruese që tejkalojnë nivelet e pragut; Mundësia e regjistrimit automatik dhe manual të deri në 4000 ngjarjeve në historinë e regjistrimit në memorie të paqëndrueshme ED dhe MED; Komunikimi me PC përmes USB dhe karikimi i baterisë; Tregimi i nivelit të ulët të baterisë; butona kontrolli; Ndërfaqja miqësore për përdoruesit. Fushëveprimi i furnizimit: Dorëzimi bazë: Softveri i ngarkuesit Dosimetër (në CD) Kabllo USB A - USB mini B (1,2 m), Manuali i Udhëzimit me Dantella Cover Specifikimet: Detektor Geiger-Muller, Gama e matjes së shkallës së dozës së rrezatimit të vazhdueshëm dhe të pulsit të fotonit (kohëzgjatja e pulsit jo më pak se 1 ms), 0,1 mSv / orë - 10,0 Sv / orë, Hp (10), Gabim relativ maksimal i lejueshëm i normës së dozës $\pm (15 + 0.0015 / H)\%$, (Në rangun prej 0,1 mSv / orë - 10 Sv / orë, ku H - shkalla e dozës në mSv / orë), Matja e dozës : fotone 0.05 Sv - 10 Sv, rrezatimi X (kohëzgjatja e pulsit jo më pak se 1 ms) 10 Sv - 10 Sv, Gabim relativ themelor maksimal i lejueshëm i matjes së dozës $\pm 20\%$, Gama e energjisë 20,0 keV - 10.0 MeV Përgjigje e energjisë në lidhje me 0.662 MeV (Cs-137) në të gjithë gamën: nga 20 keV në 33 keV në 60%, nga 33 keV në 48 keV në 40%, nga 48 keV në 3 MeV $\pm 30\%$ nga 3 MeV deri 10 MeV, $\pm 50\%$, Lloji i alarmit: vizual, tingull, dridhje Gama e temperaturës operative: -20 deri +50 ° C Lloji e baterisë së integruar të baterisë (energji elektrike e baterisë sigurohet nga USB) Koha e funksionimit të vazhdueshëm nga një bateri disa ditë Komunikimi me PC USB, Dimensionet, pesha (rreth 58 x 58 x 18 mm, 70 g)	1	cope
34	Aparat O2 (Floëmeter) (ne mur)	3	cope
35	PëRSHKRIMI: Pompa ushqyese/Model Ushqyerje Enterale shërben për pacientët që kanë nevojë për ushqim enteral, Pompa kontrollon kalimin e ushqimit ne stomak dhe zorre me nje shpejtesi dhe orientim te caktuar. Kontroll i sakte me mikroprocesor, Nderfaqe interaktive me udhëzime progresive për procedurat dhe operacionet. Alarm automatik, Funksion memorie per te siguruar dozen e infuzionit , shpejtesine dhe saktesine te individualizuar. Sensore per te dedektuar gjendjen e rrjedhjes se siperme dhe te poshtme. Funksioni automatik i perfuzionit. Parangrohje e lengjeve ushqyese. Specifikimet: Shpejtesia e rrjedhjes Diapazoni 1-400ml/ore Me shkalle rritje :1ml/ore Saktesia e shpejtesise se rrjedhes 10% e shkalles se zgjedhur ose 0.5ml/ore, Infuzioni ne game totale 1-3000ml, Intervali 1-20 ore, Shpelarja 10-50ml, Presioni maksimal 15psi (103kpa)	2	cope

Dokumentat Standarde të Tenderit

36	PëRSHKRIMI: Manekin model pa dallimin e moshes, pamje reale te femres ose mashkullit. Te gjitha lidhjet kane mundesi levizje reale, Simulatoret e shtuar lejojne praktikimin e 35 procedurave te kujdesjes. Mundesi per kryerjen te procedurave si: ekzaminimi i prostates (stadi B), Kujdesi Ostomise (kolostomi), Trakeostomi, vendosje e tubave nazogastrike, Shplarje goje dhe nazale, injeksion intramuskulor, higjiene orale, pastrimi i syve, higjene personale, kujdes flokesh, teknika te pozicionimit te pacientit dhe transportit, nderrim rrobash, pastrimi I vesheve, vendosje dhe heqje e aparatit te degjimit, kujdesi per plaget, nderrim i bendeve, katheterizim i femrave dhe eshkujve. Levizje e plote: Gjoksit, qafes, Shpatullave, krahut, gjunjët, gjistave, Modeli duhet te kete, aganet femerore dhe mashkullore, paruke, proteze dhembesh, aparat degjimi, shiringe 12cc, lubrifikant enet e kullimit, foley spirale 16	2	cope
37	PëRSHKRIMI: Model busti CPR i rritur/fëmijë: Model busti per masazhin kardiak te adulteve, per masazhin kardiak te femijeve. Manikin i shpejtë CPR i thjeshtë për tu mbledhur dhe mirëmbajtur Dizajni gjithëpërfshirës i manikinit lejon praktikimin e manovrës Heimlich dhe fut abdominal, si dhe CPR dhe frymëmarrje goja më gojë. Shenjat realiste anatomike (molla e Adamit, arteriet karotide, kërthiza, kafazi i brinjëve dhe niveli i gjoksit) e bëjnë më të lehtë mësimin e vendosjes së saktë të duarve për kontrollimin e pulsit dhe kryerjen e kompresioneve të gjoksit. Ofron metodën e ngritjes së kokës / ngritjes së mjekrës për të hapur rrugë e frymarrjes ose për të simuluar rrugët e frymëmarrjes të bllokuar me një ngritje të dukshme të gjoksit kur ventilohet. të patrohet lehtë dhe të ketë garanci mbi 3 vjet Simulime dhe aplikacione me instituksione në versionin mobile dhe tablet. Seti duhet të përmbajë: Manikin i rritur / fëmijë, Manikin për foshnje, 10 adult/child face shield lung bags and insertion tool, instruksione dhe aplikacione shtesë për studentin dhe instruktorët, komplet shtese, modul frymëmarrje, cantë për mbrojtje të mushkërive / gojës me një grup mbajtësish të modulit të frymëmarrjes, cantë transportuese, 2 bateri.. pesha e paketës rreth 15.0 kg ndërsa përmasat 80x33x46 cm.	1	cope
38	Urinar burrash	4	cope
39	Urinar grash	4	cope
40	PëRSHKRIMI: Praktikimi i katheterizimit urinar per mashkull dhe femer ne modelin anatomik i pershtatshem per mesimin e teknikes se prekjes aseptike dhe vendosjen dhe heqjen e katheterit, ashtu si dhe pregatitjen e pacientit per proceduren. Trajnimi eshte me realistik ne saje te materialit I cili eshte fleksibel dhe ka ndjesi reale. Modeli perdor catheter 16F dhe mund te perdoret per te demonstruar procedurat e mbushjes se ballonit. Modelet montohen individualiosht ne stenden e trajnimit dhe mund te perdoren ne tavoline ose per stimulim pacienti. Rezervuari I lengut lejon daljen e urines mbas kompletimit te sukseshem te procedures se insertimit. Kateterizimi femëror dhe mashkull me rezistencë realiste 3 nivele të ngushtimit të rregullueshëm të uretrës, Soft and movable foreskin and labia (for practicing disinfection, for example), Struktura e legenit anatomikisht reale, dalja e lëngshme nëse kateterizimi kryhet me sukses, mund të kontrollohet fshikëza transparente, dhe muri i barkut mund të hiqet, përfshin kateter suprapubik për praktikimin, pastrimin dhe kujdesin për të. qëndron mirë në tryezë falë këmbëve që nuk rrëshqasin, Lidhës magnetikë për vendosjen e shpejtë dhe çmontimin, Lehtë për t'u pastruar dhe	2	cope

Dokumentat Standarde të Tenderit

	mirëmbajtur, dhe mund të transportohet lehtësisht. Një sfungjer nga brenda parandalon ndërtimin e lagështirës. Përmasa 50 x 42 x 30 cm, pesha totale rreth 5 kg.		
41	Uturak shtrati meshkuj/femra përbërje plastike	4	cope
42	PëRSHKRIMI: Simulator për administrimin e klizmes ku te gjitha aspektet e simulimit te jene reale ne cdo detaj. Pjesa e sipërme e vitheve te jete fleksibel me menyre te tille qe te ngrihet dhe te lokalizohet anusi per insertimin e enemes. Simulatori te perfshije rezervuar lengjesh prej 1 liter e cila te perdoret per demonstrim dhe praktike. Te kete te perfshire canten mbajtese dhe setin e administrimit te enemes. Pesha rreth 6.7 kg	2	cope
43	PëRSHKRIMI: Set pajisjesh për qepjen e plagëve : është një mjet trajnimi i lirë që ofron praktika të teknikave të sutures në të gjitha nivelet. Ipërshtatshëm për studentët që kanë nevojë të mësojnë, është gjithashtu e dobishme për profesionistët e kujdesit shëndetësor të cilët dëshirojnë një përmbledhje të llojeve dhe teknikave të ndryshme të sutures ose ndonjë aftësi tjetër të nevojshme për mbylljen e plagëve. Instruktori ose studenti do të jetë në gjendje të bëjë prerje dhe të përcaktojë thellësinë e suturimit të kërkuar dhe Cila teknikë duhet të përdoret. I Përshtatshëm për praktikimin dhe demonstrimin e nyjeve lidhëse, lidhjen dhe vendosjen e kapave, përdorimin e ngjitës kirurgjikale, sutjen e indit të thellë (vendosje dhe mbyllje), dhe suturimin e indit nënlëkuror (vendosja dhe mbyllja). Karakteristikat përfshijnë epidermë, dermis, fasadë, yndyrë, dhe shtresat e muskujve. Lëkura do të lejojë vendosjen dhe mbylljen e sutures sipërfaqësore. Përfshin jastëk qepje, tabaka për të mbajtur jastëk, mbajtëse të qëndrueshme rast, mbajtëse gjilpërë, gërshërë qepje, pincë indeve, bisturi, Qepje najloni, dhe mbajtëse e vogël për mbajtjen e instrumenteve. Masat jastëkuese 6 "L x 4" ë x 1-1 / 2 "D.	2	cope
44	Pompe mjekesore infuzioni me cilesi te larte. Shpejtesia e infuzionit nga 1ml/ore - 1200 ml/ore. Shpejtesia e shplarjes 100 ml/ore – 1200ml/ore. Saktesia ± 5%. Limiti I volumt 0-9999.9 ml, me alarm presioni, alarm ne mbarim te perfuzionit, ne rast bllokimi, ajer ne tub, mungese energjie.	1	cope

Dokumentat Standarde të Tenderit

45	PëRSHKRIMI: Sistem diagnostik spirometrie + Printer +Softëare + Spiroeta, Screen resolution: 300 x 200; Hard disk: 500MB; USB : 3 modele per pershtatshmeri te gjere. Lidhje me USB (PC dhe Printer) dhe Bluetooth (opsionale). Ekran me prekje,tipi PDA(modelet B dhe C). Baza e të dhënave të brendshme(deri ne 1,000 teste grafike). Te dhenat te eksportohen ne sistem tjetër të menaxhimit. Turbine volumetrike bidireksionale. Oksimeter i integruar (opsional). Korrektim automatik BTPS .Te plotesoje standartet 2005 ERS/ATS kod PIN. Floë Transducer: TURBINE. Diapazoni i matjes : Floë nga 0 ne +/- 16 l/s; volumi nga 0 ne 10l. saktesia e vëllimit te rrjedhes : 5% ose 200 ml/s – 3% ose 50ml, kushdo qe te jete me i larte (ERS/ATS). Modul Bluetooth : I perputhshem me specifikimet V. 2.0 . Kohezgjatja maksimale dhe numri i manovrave: FVC: 25s (5 kurba); VC: 45s (5 kurba); MVV: 15s (5 kurba Temperatura e punes dhe lageshtia: 10 deri 40° C – me pak se 75% pa kondensimin Standartet e sigurise : EN 60601·1, EN 60601·1·1, EN 60601·1·2 Ushqimi: Bateri 1.5 V (e rekomanduar alkaline) ose bateri 1.2 V NiMh (e rekomanduar > 2200mAh). Fuqia: me pak se 400më. Dimensionet: 153.5 x 80 x 52 mm. Peshë: 250g. Te plotesoje standartet 2005 ERS/ATS .Te dhenat e kontrollit te pajisjeve te transferimit. Perditesim i Softëerit te brendshem . Transferimi i testeve te pacienteve ne PC. Eksportimi i testeve te pacienteve ne sisteme menaxhimi te tjera Komunikimi mund te behet ndremjet tre kanaleve te ndryshme: Lidhje direkte USB me PC. Lidhje direkte USB me printer. Bluetooth. RS232.	1	cope
46	PëRSHKRIMI: Elektrokardiogramë 12 kanale + Sistemi Softëare : ECG me 12 kanale me interpretim per nje diagnostikim te hollesishem te problemeve kardiake • Me ekran LCD minimumi 4.5 inch dhe me nje regjistrim Automatik ose manual • Me printer thermal te integruar me rezolucion te larte • Me nje memorje prej minimum 10 sekonda per cdo lidhje dhe me ndalim dhe vazhdim te regjistrimit sipas kërkeses se mjekut. • E lehte dhe e kollajte per tu transportuar ne paciente te ndyshem sipas nevojës • Me nje autonomi baterie te pakten 2.5 ore • Me sensitivitet te sinalit si me poshte: INPUT IMPEDANCE: >100 Mohm,FREQUENCY RESPONSE: 0.05: 145 Hz, CMRR: >100 dB TIME CONSTANT: >3.2 sec,ACQUISITION: 12 bit 800 samples/sec/channel-isochrones,LEADS: 12 Standard or Cabrera,SENSITIVITY: 5 mm/mV; 10 mm/mV; 20 mm/mV ± 5 • E pajisur me filtra : muscles tremors 35 Hz digital; poëer line interferences,50 Hz 60 Hz digital; high pass 0.5 Hz digital • AKSESORE: KABELL ECG, Elektroda EKG,	1	cope
47	PëRSHKRIMI: Ph meter ezofageal +100 sonda me dy sensore: Sistem per monitorimin e refluksit. Pajisje e vogel dhe e lehte e cila mund te bej matjen e PH gjithashtu edhe matjet e kombinuara Impedance PH. Sistemi mund te perdoret me katheter te ndryshem. Te dhenat e ruajtura, ruhen ne memorien e brendshme te aparatit dhe mund te shikohen dhe lexohen ne kompjuter. Specifikimet teknike: Ph: Ph0 - Ph10. Impedanca: 200-10000 Ohm. Presioni: -50 deri ne +300 mmHg.	1	cope

Dokumentat Standarde të Tenderit

48	PëRSHKRIMI: Sphigmomanometër imitim me Zhive: Metoda e matjes : oshilometrike • Ekran : Sistol, Diastol dhe Puls • Diapazoni i matjes: - 20~280 mmHg (presioni i menges), 40~195 rrahje/min (shkalla e pulsit) • Saktësia: Presioni: +/- 3 mmHg • Pulsi: +/-5% i leximit • Ushqimi: Bateri 4x "AA" • Dimensionet: 140x120x70 mm • Pesha : 300 g (pa bateri) Menga : 22-34 cm, të tregojë datën dhe kohën	5	cope
49	PëRSHKRIMI: Sphygmomanometër aneroid me pompë të integruar + Stetoskopë: Stetoskop ekonomik me mençe najloni me ngjites velkro , manometer me clip qe fiksohet ne mençe . Shkalla 0-300 mm Hg. Leshimi i ajrit max 4 mm Hg/minute. Rregullimi manual i deflacionit të mundshëm deri në 2/3 mm Hg. Nga 260 mm Hg ne 15 mm Hg koha maksimale e deflacionit 10 sec. Shkalla e gradueshme cdo 2 mm Hg. (Treguesi nuk ka ndalese per leviz lirshem), mençe najloni, bulb lateksi me valvul te kromuar . Tape ajri e kromuar me valvul me vide per leshimin e ajrit . Pajisur me mbajtesen me zinxhir ne kuti kartoni . Ne tre versione : standarte, pa lateks , ose me stetoskop te inkorporuar .	10	cope
50	PëRSHKRIMI: Stetoskopë për të rritur Littman / ekuivalent, Tipi me koke dyshe , dy tuba , stetoskop pa lateks, 5 ne 1,lloj stetoskop i konvertueshem ne pese menyra Stetoskop i konvertueshëm, aliazh i zinkut, i veshur me krom dhe me koka te ndryshme te gjoksit me madhësi te ndryshme, ofron akustike të gjithanshme per foshnjat dhe te rriturit per zbulimin e një game te gjere te tingujve te zemres dhe mushkerive. Pjesa e gjoksit me diafragme te vogel dhe te madhe, Tub i dyfishte per transmetimin individual te zerit, Dy tuba 56 cm (22") pa lateks me mure te trashe sigurojne transmetim individual te zerit nga pjesa e gjoksit ne te dy vesht. Te kompletuar me kit aksesoresh	5	cope
51	PëRSHKRIMI: Doppler për enët e gjakut me sonde 5 and 8 MHz: Per detektimin statusit te qarkullimit te gjakut arterial/venoz me sonde 8Mhz për zbulimin e shpejtësisë së rrjedhës së gjakut Të dhëna grafike dhe ekran i të shpejtësisë me ekran LCD Letër termike e shtypur e integruar (58 mm * 20m) Bateria e integruar e rimbushshme e Ni-Mh, mund të vazhdojë të punojë rreth 3 orë. ne ekranin LCD shfaqen valët e shpejtësisë dhe forcës mesatare të rrjedhës së gjakut. Mund te printoje njëkohësisht kurbën e qarkullimit të gjakut; Detekton statusin e rrjedhës së gjakut të arterial / venoz nga sonda 8MHz; Detekton shpejtësinë mesatare të rrjedhës së gjakut. Doppleri vaskular dyanshem portable me ekran LCD me ngjyra, Mikroprocesori ARM i integruar dhe në kohë reale tregon formën e valës së shpejtësisë së fluksit të gjakut; Mund të ruajë 50 forma valësh të dedektuara; Dedekton kulmin dhe shpejtësinë mesatare të gjakut, Detekton rrjedhën e gjakut të eneve periferike, Detekton presionin sistolik të nënseksionit, Detekton flebostenozen, okluzionet e venave, Detekton presionin sistolik të gishtërinjëve, Përfshin altoparlant me cilësi të lartë brenda, zëri i rrjedhës së gjakut dalës është i qartë dhe tingëllues. Permban baterinë e rimbushshme me kapacitet të lartë energjie per kohe te gjatë. Instalon printer termosensitiv brenda dhe printon fleten e rrjedhës së gjakut dhe shkallën pluse.	1	cope

52	PëRSHKRIMI: Finger puls oksimeter kompakt per aplikime spitalore dhe te ndihmes se shpejte ,te monitoroje SpO2, shkallen e pulsit, dhe indeksin e perfuzionit (PI). SpO2 te shfaqet ne numra dhe grafike si dhe tregimin e plote te plethysmogam. Perfshin sensor SpO2 per adulte dhe kabllin zgjatues . Karakteristikat: - Saktesi dhe perseritje e larte - Alarme vizuale dhe te degjueshme , me limite te rregullueshme - 384 ore ruajtje dhe rishikim te te dhenave (me 1/2/4/8 sek.) - Fikje automatike e ngopjes se oksigjenit: 35% - 100% Gama e shkalles se pulsit : 30 -240 rrahje /min Shkalla e Indeksit te perfuzionit (PI) : 0.2% - 20% Ekrani: Ngopja e oksigjenit, shkalla e pulsit , fuqia e pulsit , tregues per baterine e ulet ,indeksi i perfuzionit Saktesia e SpO2 perafersisht 3% per SpO2 nga 70% - 100% Saktesia e percaktuar si vlera rrenje-katrore e derivimit sipas ISO 9919 Saktesia e pulsit : $\pm 2\%$ e shkalles se plote Shkallae vendosjes se alarmit: Limiti i siperm i SpO2 95% Limiti i poshtem i SpO2 85% Limiti i siperm i shkalles se pulsit 100 - 240 rrahje/min Limiti i poshtem i shkalles se pulsit 30 - 60 rrahje/min Ushqimi : 3 bateri alkaline AA 4.5 V koha panderprerje e punes >30 ore Dimensione: 145 x 74 x 29 mm Pesha 210 g	5	cope
53	Peshore dixhitale (peshë, gjatësi, BMI) + monitor LCD	1	cope

54	PëRSHKRIMI: Sistem EEG E LEVIZSHME NE KARRROCEN PERKATESE ME KOMPONENTET: • EEG e perbere nga: • PC/Laptop • Stimulator LED me frekuence te larte deri ne 60Hz • Softëeri I avancuar per nmanaxhimin dhe rishikimin e te dhenave te pacienteve duke perfshire dhe mapping • Koka usb me te pakten 35 dalje • Te kete minimum 22 kanale Monopolare AC/DC – dhe • Te kete minimum 8 kanale bipolare AC/DC Inputs (4 Pairs) 4 GND – 3NE • Te kete dalje te dedikuar per Pulse Oxymeter ëith SpO2 + HR + PLET (opsional) • Te jete e pajisur me TTL Trigger IN/OUT ose TTL FLASH out (only LAN Version) • Graph color LCD Screen 128x162, ëith 4 user customizable keys • Me konektor te dedikuar per lidhjen e elektrodave te kokes. • Te kete amplifikator per zhurmen Noise: <0.3µV RMS typical • CMRR: 160dB typical (differential) • Diapazoni I Impedance: Zic= 180MΩ // 120pF • Diapazoni I Input: +/- 8mVpp AC, signal over +/- 300mVpp DC offset +/- 256mVpp signal • Diapazoni I Input per kanalet poligrafike: +/- 600mVpp DC • Gjeresia e vales : DC – 8KHz • Me mostra sampling: 24 bits • Te kete Resolucion: 8 nV/bit Monopolar / Bipolar (AC) or 250 nV/bit Monopolar / Bipolar (DC) • Mostra Frequency sampling deri ne 32.768Hz • Me kontroll te Impedances ne te gjithë kanalet nepermjet softëerit ose amplifikatorit	1	cope
----	---	---	------

Dokumentat Standarde të Tenderit

55	PëRSHKRIMI: 3 pjese diff te ëBC, 22 parametra. Minimalisht 80 teste/ore. Parametrat e matur 18 (ëBC, LYM, MID, GRA, LYM%, MID%, GRA%, RBC, HGB, MCH, MCHC, RDëc (RDësd), MCV, PLT, PDëc (PDësd), MPV Vëllimi i kampionit 25 µl i gjakut të plotë në modalitetin 3-pjesësh 50 µl gjak në gjendje të holluar para Dhomat: 2 dhoma numërimi për hollimin e gjakut të plotë dhe numërimin. Sistemi i Reagentit: Isotonic Diluent, Lyse, Cleaner, Sistemi i ID i Reagjentit Barkodi, Diametri i hapjes: 70 µm (RBC / PLT), 100 µm (ëBC / MIX) Metoda e matjes: ëBC, RBC, PLT (numërimi i qelizave të gjakut): matja e rezistencës HGB: fotometria, HCT: llogaritur (RBC x MCV), 3diff (LYM%, MID%, GRA%): rezistencë (analiza e popullsisë), parametra të tjerë: llogaritja nga të dhënat e ruajtura Raporti i hollimit: ëBC, HGB: 1: 160 / RBC, PLT: 1: 32000 Prodhimi i 80 testeve / orë, Metoda e marrjes së mostrave sistemi tub i hapur me rotor automatik të mostrës. Llojet e ekzemplarëve mbështesin njeriun, Mostër e rekomanduar metoda e mbledhjes: K3 EDTA tuba mostër të gjakut, Identifikimi i mostrës, metodë ID e mostrës individuale e futur nga përdoruesi. Barkodi me manual të jashtëm. Lexues i barkodit (aksesor opsional), Llojet e mostrës: Njerëzore (e përgjithshme), mashkull, femër, bebe, vogëlush dhe fëmijë. Procedura e pastrimit, me tension të lartë të aparturës, presion të lartë të rrjedhjes, pastrim kimik me hapje duke përdorur reagentin Cleaner. Kalibrimi 1 ose më shumë matje automatike dhe manuale (faktorët) të kalibrimit të ëBC, HGB, RBC, PLT, MCV (ose HCT), RDë, dhe MPV. Ndërfaqja e përdoruesit: Ndërfaqja e përdoruesit e lehtë për t'u përdorur, e drejtuar nga menyuja me ekranin me prekje dhe butoni i veçantë, LED statusi. Gjuhët në dispozicion: Anglisht etj. Kapaciteti i ruajtjes së të dhënave: 1000 rezultate, duke përfshirë histogramet ëBC, RBC dhe PLT me 3 pjesë, përfshirë bazën e të dhënave QC (ruajtje të përbashkët) Ndërfaqja e kompjuterit: Porta USB B, Ethernet Metoda e rezervimit të të dhënave: Pajisje për ruajtje masive USB Metoda e azhornimit të softuerit: përmes një porti USB duke përdorur pajisjen USB për ruajtje në masë (flash drive), Ndërfaqja e Printerit: USB me mbështetje për printerët HP (DeskJet, LaserJet, PCL3, PS, LIDIL), Printera EPSON Dot-matricë, Printeri i integruar: Moduli i printerit termik Axiohm, letër e rrumbullakët 58 mm, raport i plotë me histograms. Shfaq: <TBD>, Ndërfaqja e përdoruesit: Ekranin me prekje të plotë me LCD (dimensionet?) + Butoni i veçantë START, gjendje e kuqe / jeshile LED, Tastierë e jashtme e tastierës USB përmes portës USB A, Kërkesa për energji 12VDC, 5A, 60ë max. fuqia operative, Njësia e furnizimit me energji elektrike Njësia e energjisë e jashtme, automatike, që shkon për 100-120 ose 200-240 VAC, 50–60Hz. Temperatura e funksionimit 59–86 ° F (15–30 ° C). Temperatura optimale është 77 ° F (25 ° C), lagështia: Temperatura e ruajtjes 15–30 ° C, Dimensionet (ë x D x H) 12.6 x 10.2 x 14.4 in (320 x 260 x 365 mm)	1	cope
56	PëRSHKRIMI: (Homogjenizues gjaku): Shpejtesia 0-70 rpm, menyra e operimet: e vazhdueshme, Motorr DC, Konsumi ≤25ë, 240V 50/60HZ. Pesha ≤6kg	1	cope
57	Metode matje fotometrike. Lexim mono dhe bi-kromatik. diapazoni spektral 340nm-750nm. Te kete te instaluar filtra: 340, 405, 505, 546, 578, 620, 700, 750 nm. gabimi i gjatesise se vales ± 2nm. Diapazoni i absorbances: 0-2.5 OD. Rezolucion detektimi 0.001. Menyrat e analizimit: end point, fixed time, kinetic, absorbance. Metoda kalibrimi: me faktor, me 1 pike, me disa pika. Algoritmi i llogaritjes: regresion linear dhe polilinear. Numri i standarteve per test: te pakten 8. Lloji i mostres: serum, plazma, urine, gjak komplet. Minimalisht 10 pozicione inkubimi ne temperatura 25, 30, 37. minimalisht memorie per 10000 rezultate. Te kete printer termik te integruar. Mundesi lidhje LIS.	2	cope

Dokumentat Standarde të Tenderit

58	PëRSHKRIMI: Koagulometer me 2 kanale matje me perzjeres ne kanalin e matjes. Metode matje fotometrike. diapazoni optik 0-2Abs me ndjeshmeri jo me te vogel se 0.001ABS. 2 deri 9 pika kalibrimi. Funksione testimi me alarm per ndezjen, kontrollin e ngrohjes dhe kontrollin e llampes LED. Printer termik te integruar. Testet kryesore: PT, APTT, TT, FIB,DD,AT. 18 pozicione inkubimi mostre ne temperature $37 \pm 0.5^{\circ}\text{C}$ me stabilitet $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$. 4 pozicione per inkubim reagenti ne temperature $37 \pm 0.5^{\circ}\text{C}$ me stabilitet $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$.Me printer te brendshem dhe mundesi lidhje me printer te jashtem.	1	cope
59	PëRSHKRIMI: Analizator urine per minimumi 50 analiza ne ore. Te pakten 10 parametra testimi. Testimi per: urobilinogen, protein, bilirubin, leukocytes, Density, ketone,nitrite, glucose, blood, pH. Ekran me prekje. Mundesi lidhje me kompjuter me USB, RS232. Mundesi ruajtje rezultatesh per 200 paciente. Temperatura e operimit: 5 deri ne 40 grade celcius. Kalibrimi automatik, vetekalibrim	1	cope
60	PëRSHKRIMI: Shpejtesia maksimale: jo me e vogel se 6000rpm. Rotori me kapaciteti 6x50ml. Koha: 1-99Min. Rryma: AC 240V, 50-60HZ. Pesha ≤ 25 KG. Siguri per mbylljen e kapakut, te fiket ne rast cbalancimi, shpejtesi te larte, njohje automatike te rotorit. Dhoma e cetrifugimit dhe kapaku prej celiku.	2	cope
61	PëRSHKRIMI: Banjo mari jo me e vogel se 22 litra. Diapazoni i temperatures 5oC mbi temperaturen e ambientit deri +95oC.	1	cope
62	Pipeta fikse	10	cope
63	te gradueshme 10 deri ne 1000 ml	10	cope
64	Diapazoni spektral: 400 - 700 nm. Furnizuar me filtra me gjatesi vale: 405, 450, 492, 630 nm Diapazoni dinamik(diapazoni mates): 0 - 3.5 A (0 - 2,0 A) Saktesia: 0 - 2.0 A : ± 1.0 % ose ± 0.007 A Precizioni: 0 - 2.0 A : ± 0.5 % ose ± 0.005 A Detektori: Detektim me Photodiode Lineariteti: 0 - 2.0 A ± 2.0 % ose ± 0.007 A Metoda e analizimit: Endpoint Metodat e llogaritjes: Kualitative: cut-off; Kuantitative: llogaritje absorbance Algoritmat llogarites: ABS, Single standard, point to point, kinetic, %ABS, linear regression, exponent regression, logarithm regression, poëer regression, cubic spline, 4 PL Me aftesi miksimi. Numri i standarteve per test: 8 Mundesi programimi: te pakten 150 teste Kapaciteti i memories: ≥ 9000 rezultate Nderfaqe: USB dhe RS232	1	cope

65	Frigorifer +2-+15 grade / Saktesia e temperatures 0.1oC Struktura: Celik me elemente antibacterial.(material kunder ndryshkjes)Izolimi Polyurethan me trashesi min 40 mm.Ndricimi tip Led. Paneli i Kontrollit LCD 1. Alarmet: alarmet e temperaturës së lartë dhe të ulët, alarmi i dështimit të sensorit, 2: alarm zanor, alarm vizual 3. Derë qelqi me panel te trefishte 4. kapaciteti jo me i vogel se 100 L 6. Kontrolluesi i temperaturës me bazë mikroprocesori 7. Me shkrirje akulli automatik.,Evaporim automatic I ujit te kondensuar Furnizimi me energji: AC 230V /1/ 50/60Hz	2	cope
66	Diapazoni i temperatures: -10/-20 grade Saktesia e temperatures: 0.1oC Kapaciteti: jo me i vogel se 140 L Sistemi i kontrollit: Kontroll me mikroprocesor, ekran LED. Alarmet: Alarm i temperatures te lartë ose te ulët, alarmi i dështimit të sistemit dhe sensorit, deres, i deshtimit te energjise. Furnizimi me energji: AC 230V /1/ 50/60Hz Dizajni i strukturës: Struktura: Celik AISI 304 me elemente antibacterial.(material kunder ndryshkjes)Izolimi Polyurethan me trashesi min 40 mm. Ndricimi tip Led. Me shkrirje akulli automatik., Evaporim automatic i ujit te kondensuar	2	cope
67	PëRSHKRIMI: Mikroskop binokular: Koke: Binokulare, me perkulje 30o , me rrotullim 360o Okulare: 10x/20 mm Distanca interpupulare e rregullueshme midis 48 dhe 75mm Objektiva planar 4x/0.10, 10x/0.25, 40x/0.65, 100x/1.25 (Oil/ëater), me korigjim ne infinit. Kondensuesi drite Abbe N.A 1.25, me diafragem me fokusim dhe qenderzim. Ndricim LED 6300K. Me rregullim automatik te intensitetit te drites ne rastet e ndryshimit te objektivit, diafragmes, mostres. Jetegjatesia e llampes: te paten 50000 ore pune.	1	cope

Dokumentat Standarde të Tenderit

68	PëRSHKRIMI: Sistemi i perpunimit te indeve Te siguroje automatikisht ne kohe percaktimin dhe rregullimin e nje eventit jo normal. Rregullime manuale mund te kryhen ne cdo kohe gjate punes nga programimi automatik, me pas sistemi ne menyre automatike ti kthehet punes se programuar. Sistem pastrimi ajri per te pastruar dhe hequr ne menyre eficiente gazet helmuese. Kontroll i automatizuar i drites dhe ventilimit. Mekanizem i brendshem me ngrohje ne te thate me kontroll temperature te precizionit te larte. Numri i vaskave: 12 Vellimi i seciles vaskave: 1.6L-2L Koha e procesimit: kohe e palimituar per vasken e pare, 0 – 24 ore per vaskat e tjera. Diapazoni i temperatures se vaskave te parafines: temperature dhome deri ne minimalisht 80oC Precizioni i temperatures: 1oC Koha e derdhjes: 10-60 sekonda Frekuenca e perzjerjes: minimalisht 0-6 here ne minute. Konsumi i energjise: ≤550ë Burimi i energjise: 220V 50/60Hz, Pesha rreth 60 kg	1	cope
69	PëRSHKRIMI: Kontroll temperature me mikroprocesor Sistem i integruar me modul ftohes dhe ngrohes. Modulet mund te montohen ne vete. Sistemi i komandimit te jape mundesi per fillimin automatik te sistemit dhe ndalimin ne cdo kohe brenda 7 ditesh. Mbas ndezjeje te gjitha temperaturat e paravendosura rikthehen ne menyre automatike. Dhoma e parafines, shperndaresi i parafines, njesite termike te ruajtjes dhe pllaka ngrohese kontrollohen individualisht. Kapaciteti i dhomes se parafines: 3L Diapazoni i temperatures: minimalisht 55 deri 70 oC Temperatura e bllokut ftohes: -20 deri ne temperaturen e dhomes. Precizioni i temperatures: ± 1% Materiali i tavolines se punes: Granite, pastrohet lehtesisht. Burimi i energjise: 220V 50/60Hz	1	cope

Dokumentat Standarde të Tenderit

70	Mikrotome rotative (Rotary microtom) per madhesi specimeni deri ne jo me pak se 60x50 mm Diapazoni i trashesise se seksionit: 0-60um 0-2 um hapi i avancimit 0.5um 2-10 um hapi i avancimit 1 um 10-20 um hapi i avancimit 2 um 20-60 um hapi i avancimit 5 um avancimi horizontal total jo me pak se 25 mm mundesi zhvendosje vertikale te specimentit jo me pak se 50 mm orientimi me minimumi 8 grade te kampionit ne akset X-Y zevendesim i lehte nga morsete per parafine ne morsete per kaseta. mbajtesja e kasetave te kete mundesi fiksimit ne cdo pozicion te te 3 akseve duke krijuar mundesi per sistemim te thjeshte te kendit te seksionimit te mostres	1	cope
71	Materiali: Metalik. Minimalisht 70 sirtare. Minimalisht te mbaje 50000 lama	1	cope
72	Stacion Manual Ngjyrimi. Te furnizohen: 10 ene ngjyrimi qelqi me kapak. 1 ene mbajtese per 3 ene ngjyrimi. 5 suporte metalike me kapacitet minimumi per 10 lama secila.	1	cope
73	Banjo lundruese per seksione parafine Temperatura e punes: te pakten nga temp ambientit deri +90oC. Precizioni ±1oC. Tensioni 230V 50/60Hz.	1	cope
74	Slide drying hotplate. E projektuar per tharjen e lamave histologjike. Rregullator temperature elektronik me tregim temperature ne ekran. Diapazoni i temperatures: nga temperatura e ambientit deri te pakten 80oC Saktesia: minimalisht ± 1oC Fuqia: jo me e madhe se 200ë Burimi i energjise: 220-240V 50/60 Hz	1	cope
75	Kapaciteti i peshimit: jo me i vogel se 220 gram. Lexueshmeria 0.1mg. Riperseritshmeria 0.1mg. Madhesia e pllakes se peshimit Ø90mm. Me kalibrim te brendshem. Nderfaqe RS232.	1	cope

Dokumentat Standarde të Tenderit

76	Furre tharje profesionale ndertuar prej celiku te cilesise se larte qe pastrohet lehte. Rregullim temperature PID. Programimi ruhet ne rastin e shkeputjes se energjise elektrike. Diapazoni i temperatures: nga ambient + 5oC deri +300 oC Vëllimi: ≥ 30 litra Kohuesi: Nga 1 min deri ne 99 dite, koha e procesit nuk fillon derisa temperatura e programuar arrihet. Kalibrimi te mund te behet ne 3 pika temperature sipas zgjedhjes Me veshje inox jashte dhe brenda Monitorimi i mbrojtjes nga mbitemperaturat i rregullueshem elektronikisht. Stakim nga mbitemperatura, klasi 1 i mbrojtjes sipas standartit DIN12880	1	cope
77	Okular planar 10x/22 mm Porte trinokulare per kamera me shperndarje drite 50/50. Tub siedentopf me perkulje 30o me kompensim dioptik ± 5 ne okularin e majte. Mekanizmi i fokusimit koaksial i trashe dhe i imet me shkallezim 0.002mm, Sistem ndricimi Kohler i plote. Tavoline pune minimalisht 233x147 mm, me shkalle vernier te dyfishte, me siperfaqe te pagervishtshme. Optika me korrigjim ne infinit Te siguroje fushe te sheshte deri ne F.N 22 Me objektiva 4x, 10x, 40x, 100x (oil) kondensues N.A. 0.2/0.9 , me sistem qenderzimi. Me ndricim LED. Te shoqerohet me kamera minimalisht 3 Mpixel Sensor CMOS Shpejtesia e frame ne rezolucion te plot: minimalisht 12 frame/sekonde Me dalje USB	1	cope
78	Paneli i kontrollit te ofroje mundesine e vendosjes se shpejtesise dhe kohes Te shfaq ne ekran kohen e mbetur te ciklit dhe shpejtesine. Siguria: per mbyljen e kapakut, te fiket ne rast cbalancimi. Te shoqerohet me rotor me 24 pozicione per tuba kapilare. Kapaku i rotorit te sherbeje si disk vleresimi per vleren e haematokritit pa pasur nevojte qe fillimisht te heqim tubat kapilare. Kapaciteti maksimal:24 kapilare Shpejtesia maksimale rpm: jo me e vogel se 13000 Koha e ciklit te punes: 1-99 min, e vazhduar pa limit, me cikle te shkurtra. Konsumi: ≤ 280 VA Te plotesoje standartet: EN / IEC 61326-1, class B	1	cope

Dokumentat Standarde të Tenderit

79	3 pjese diff te ëBC, te pakten 18 parametra. Minimalisht 60 teste/ore. Reagente qe perdoren: Diluent, Lyser, Cleaner. Ekran me prekje me ndricim LED. Volumi I mostres jo me shume se 26uL. Saktesia: ëBC≤3%, RBC ≤3%, PLT ≤5.0%, MCV ≤2%, HGB ≤2%. Mundesi per lidhje RS232, USB, Printer i brendshem. Rryma AC 220-240V, 50/60HZ. Pesha: jo me shume se 25Kg	1	cope
80	Frigorifer 2-8 : Temperatura 2-8 grade / Saktesia e temperatures 0.1oC 1. Alarmet: alarmet e temperaturës së lartë dhe të ulët, alarmi i dështimit të sensorit, alarmi i dështimit të rrymës, alarm i deres se hapur 2. Dy stilet e alarmit: alarm zanor, alarm vizual 3. Derë qelqi 4. kapaciteti jo me i vogel se 120 L 5. Konsumi jo me i madh se 90ë 6. Kontrolluesi i temperaturës me bazë mikroprocesori, ekran LED 7. Me shkrirje akulli automatik.	1	cope
81	Principi: matje fotometrike; Dual ëavelengths approx: 500 nm and 850 nm Kalibrimi: Nuk ka nevojë për kalibrim, vetekontroll automatik Mostra: gjak komplet kapilar, venoz ose arterial Diapazoni i matjes: 0–25.6 g/dl Precizioni: <2% Rezultati: per max 60 sekonda. Sasia e mostres: jo me shume 8 µL Bateri te rikarikueshme te integruara. Lineariteti: 0 - 20 g/dL ±0.3 g/dL	1	cope
82	Teknologjia: biosensor elektrokimik(oksidaze glukozë) Diapazoni i matjes: 20 – 600 mg/dl Koha e matjes: ≤ 10 sekonda Sasia e mostres: ≤ 1ul Ekran LCD Te shoqerohet me 2 kuti fisha testimi	2	cope
83	Rak me 5-6 pozicione	2	cope

Dokumentat Standarde të Tenderit

84	Hemocytometer+blood cell counter, 8 njesi Hemacytometer precizioni i kompletuar me: pipeta eritrocitesh, pipeta leukocitesh, me xhama mbulues per plane optike etj. Te shoqerohet me numerues dixhital me 8 fusha me limit numerimi minimalisht 1000.	2	cope
85	Pipeta Automatike Diapazoni: 100-1000uL Te perfshihet nje pako me maja	2	cope
86	Shpejtesia 0-70 rpm, menyra e operimet: e vazhdueshme, Motorr DC, Konsumi $\leq 25\text{ë}$, 240V 50/60HZ.	1	cope
87	TENS :Kanalet: Kanal i dyfishtë, për përdorim me 2 ose 4 elektroda - Amplitudë Pulsioni: Adjustable, kulmin 0-100 mA në ngarkesë 500 ohm çdo kanal - Forma e valës: shifra gjysmëpërçuese boshtore - Shkalla e Pulsës: 2 - 150 Hz (rregullueshme), 1Hz për hap - Gjerësia Puls: 50 - 300 μs (rregullueshme), 10 μs për hap - Timer: Rregullueshme në increments 5-minutësh nga 5 - 60 minuta, ose (C) vazhdueshëm	1	cope
88	Ultratinguj: Nderfaqe grafike e qarte me ndricim te forte Protokollet e trajtimit të bazuar në dëshmi dhe algoritmet e dozave e Lehtë për të pastruar - reduktimin e infeksionit të mundshëm kryq Thjeshtë për të vendosur I lehte dhe portativ Mundësuar si standard Bateria opsionale e ringarkueshme e disponueshme Kokë me ultratinguj të vogël opsional Ultratinguj me frekuencë të dyfishtë (1MHz & 3MHz) Rezultatet e nxitjes: dy dhe katër pole Interferential, Diadynamik, TENS, Sinusoidal, Galvanik dhe ndërprerje Galvanik, Faradik, Trabert, Mediave, rryma dhe Mikro Output aktuale	1	cope

LOTI 3

Loti3 Mobilje Spitalore			
Nr	Pershkrimi	Njesia	Sasia
1	Shtrat mjekësor: Shtrat pacienti spitalor, me kater seksione Me lartesi te rregullueshme min. 55-80 cm. Pjesa e shpines dhe pjesa e kembeve te rregullueshme. Kendi I levizjes se pjeses se kokes nga 0 deri min 65 grade Kendi I levizjes se pjeses se kembeve nga 0 deri min 25 grade Platforma e dyshekut: gjersia min 85cm, gjatesia min. 195cm Panele fundore te zmontueshem nga ana e kokes dhe kembeve Me kater rrota diam min 125mm, te rrotullueshme Kapaciteti mabjtes min 220 kg Jastek, dyshek, me veshje kunder ujit, antibakteriale	Cope	2
2	Carcafe (160x 220 cm)	set	4
3	Dysheke (90 x 190 cm)	Cope	2
4	Jastek (60x40 cm)	Cope	5
5	kemishat e pacientëve janë të lehta për tu veshur dhe shumë të përshtatshme. Kemisha lidhet ose në pjesën e përparme ose në pjesën e pasme me dy grupe lidhjesh, një në qafë dhe një në bel. Gjatesia nen gjurin e pacientit ose 140 cm	Cope	4
6	Tualeti i ngushtë me palosje Bariatrike për të rriturit, handikapët, të moshuarit. Lartësia e rregullueshme, e lëvizshme, e lehtë, e gjerë sa një karrige tualeti mjekësor me kapak. Opsioni i komoditetit në anë të shtratit. Komoda e palosshme, është e lehtë dhe ka një kovë me kapacitet 7-10 litra me kapak dhe mbrojtëse nga spërkatjet. Dorezat sigurojnë qëndrim të butë, stabil dhe jo rrëshkitës. E shkëlqyeshme për të moshuarit dhe ata me lëvizshmëri të kufizuar. Rregullimet e thjeshta pa mjete ngrenë ose ulin lartësinë e karriges për të akomoduar në mënyrë të sigurt çdo individ. Lartësia e këmbës është e rregullueshme nga 37 cm në 50 cm për rehati individuale. Kapacitet peshe mbajtëse deri në 160 kg. Cdo këmbë është e pajisur me një kapak gome jo të shënuar dhe jo të rrëshqitur për një stabilitet shtesë. Krahët e komodit janë gjithashtu të mbuluara me një material të butë, për një kontroll të rehatshëm dhe të sigurt kur qëndrohet ose ulet pacienti. Kova është mjaft e lehtë për t'u zbrazur, me një dorezë të përshtatshme dhe mbulesë për të kontrolluar spërkatjet dhe derdhjet.	Cope	2
7	TAVOLINE E ULET NE FORME GJYSEM RRETHI	cope	1

Dokumentat Standarde të Tenderit

8	KARRIGE TE VOGLA	cope	2
9	: Tavoline pune me permasa : jo me pak se 120x60. Matriali prej druri	cope	2
10	Strukture tubi celiku. Lartesi fikse rreth 495mm. Mbajtese krah: 0 deri ne 45 grade. Me dimensione rreth 450x160mm. Dyshek prej sfungjeri e mbuluar me material kunder ujit.	cope	1
11	Lavaman inoksi per laborator. Material 304 SS. Dizenji nuk lejon ujin te dale jashte. Madhesia rreth 1000x630x1350mm	cope	4
12	Tek: gjeresia 98cm x gjatesia 199cm Koka e krevatit: 72cm Këmbë dhe Lartësia: 46cm Hapesira poshte krevatit: 25cm	cope	10
13	Permasat : 240x 89 x 12.5 cm	cope	2
14	Pasqyre murale lisho me permasa 100x170 cm	cope	2
15	Pasqyre murale kuadrata me permasa 100x170cm	cope	1
16	funksionet standarde: Madhësia e përgjithshme: gjatesia 2.2 m deri ne 2.29 m; gjeresia 085-1 m; lartësia 0.60-0.80 m • Korniza e bërë nga tuba MS Tubular, • Lloji i rrotave, Rrota me Kushineta Sigurie • Mbështetja nga mbrapa varion nga 0-75 gradë • Rod IV i rregullueshëm • Mbështetësja e rregullueshme • Karroca e montuar në Rrota me diametër 150 mm - dy me frena	cope	1
17	Material alumini, 4 rrota universale, sipërfaqja e barreles kundra ujit, me mbështetese shpine te rregullueshme, me rrota me frena, pesha mbajtese deri ne 159kg. Mbajtese ne te kater anet e barreles. Me gjatesi rreth 190cm dhe gjeresi 55 cm.	cope	1
18	Manovrueshmeri e madhe: 4 rrota me frena dhe te pa zhurmshme. Rezistence e larte : Salduar plotesisht me Argon 2 ose 3 rafte Celik Inoksidabel (qoshe të rrumbullakosura) ose tabaka të sheshtë të izoluar me tuba inoksi me siguri ne majtjes e aparateve ose pajisjeve. Dimensione: 670x450x900mm Celik te pa oksidueshem	cope	1

Dokumentat Standarde të Tenderit

19	PëRSHKRIMI: Karrocë invalidësh: Karrige e palosshme. Copë e mbushur, Struktura çeliku e kromuar, forcë e lartë, Xhepi të pasmë, Sistemi i frenimit (të dy rrotat), Mbështetëse e lëvizshme e këmbëve PËRMASAT: Gjerësia e përgjithshme: 59 cm, Gjerësia e palosur: 24 cm, Gjerësia e shpinës: 46 cm, Diametri i rrotës së pasme: 20 cm, Rrota e përparme: 20 cm, Lartësia e sediljes në dyshme: 51 cm, Lartësia e përgjithshme: 94 cm, Gjatësia e përgjithshme: 118 cm, Gjatësia e sediljes: 40 cm Gjatësia e shpinës: 54 cm, Kapaciteti i peshës: 110 Kg, Pesha: 13 kg	cope	2
20	PëRSHKRIMI: Paterica alumini të rregullueshm: Këmbë të fortë, jo-gjarpëruese të parakrahut, Ergonomik, dorezë e butë anatomike, Dorezë e butë, Reflektor, Rregullime në lartësi, Gomë e ngurtë në diametër të madh, Miratuar deri në 130 kg peshë trupore	cope	2
21	PëRSHKRIMI: Bastun alumini, mbajtese jo te rreshkitshme dhe lartesi e rregullueshme, 67-90 cm	cope	2
22	PëRSHKRIMI: Kollarë cervikale e perbere nga polietilen me pjese te brendshme qe mund te lahen, material EVA, te fiksuara me strukturen me kapepe plastike. Me vrime trakeale, suport te mjekres te levizshme dhe mberthyes me velkro. Te jete transparente ne X Ray. E disponueshme ne madhesi te ndryshme.	cope	2
23	PëRSHKRIMI: walker e perbere nga tuba alumini me peshe te lhte, me funde jo te rreshkitshme. Madhesia 47x46cm, e palosshme me lartesi te rregullueshme (78-79cm). Pesha: rreth 2.4kg. Pesha mbajtese deri ne 100kg.	cope	2
24	Çorape antiembolitike	cope	6
25	Bandazhe elastike	cope	10
26	PëRSHKRIMI: Karroce per mbajtje aparatesh me anovrueshmeri e madhe: 4 rrota me frena dhe te pa zhurmshme. Rezistence e larte : Salduar plotesisht me Argon me 3 rafte. Celik Inoksidabel (qoshe të rrumbullakosura) ose tabaka të sheshtë të izoluar me tuba inoksi me siguri ne majtjes e aparateve ose pajisjeve. Dimensione: 670x450x900mm Celik te pa oksidueshem	cope	3

LOTI 4

Loti4:	Fizioterapi dhe logopedia		
Nr	Pershkrimi	Njesia	Sasia
1	Top ushtrimesh (65 cm) (material PVC)	cope	4
2	Pedane propioceptive: Pedane per ushtrime propioceptive, rrethore ose drejtkendore, kunder rreshkitjes (40 x 30 x 8cm)	cope	1
3	Jastek me forma te ndryshme (50x50 cm, 40x40 cm)	cope	5
4	Shkopinj ushtrimesh (material druri, 150 cm)	cope	5
5	Set Psikomotriciteti: 4 borde rrotulluese me mbushje • 8 kone me veprim të mëdhenj • 4 bare për gjimnastikë • 4 unaza gjimnastike • 1 parashutë gjigante ø 4 m • 4 topa gjimnastikë • 4 litarë kërkuese • 8 pëlhura pambuku • 1 libër "Ide psikomotore" Të përshtatshme për grupe me deri në 8 persona.	cope	1
6	Set Ergoterapie: Set që përbëhet nga tabela bazë (GjaxGjexLa): 490x210x160 mm 5 rrotullon 30-40-60-80-100 mm 5 topa 40-60-80-100-120 mm	cope	1
7	Paterica aksilare	cope	4
8	Paterica franceze	cope	4
9	Bastun alumini, me mbajtese jo te rreshkitshme dhe lartesi e rregullueshme, 67-90 cm	cope	2
10	Vezhgues I fytit (Pajisje per egzaminimin e kordave. Ndricon hapësirën e gojës dhe laringut . Mbahet me nje dore Ka nje jetegjatesi prej 5 vitesh me nje perdorim te vazhdueshem prej 20 oresh. Dimensionet: 2.5 x 7.5 x 23 cm)	cope	1
11	Pakete per paraushqyerjen. Pajisje per terapine e ushqyerjes ne hipotonin bukofaciale Perdoret per edukimin e 3 proceseve : sensorial , ushqyerje dhe te folurin ,materiali plastic permasat 5-10cm	cope	1
12	Pajisje terapeutike per ushqyerjen. Pajisje per terapine e ushqyerjes ne hipotonin bukofaciale Luge 5-10 cm , gota 200ml terapeutike , materiale plastike	cope	1

Dokumentat Standarde të Tenderit

13	Toothettes, Pajisje per rehabilitimin e procesit te kafshimit ne difektet maxilofaciale dhe hipotoni , ngjyra te ndryshme me gjatesi 7-15 cm	cope	1
14	Set I tubave te kafshimit. Pajisje per rehabilitimin e procesit te kafshimit ne difektet maxilofaciale dhe hipotoni Zhvillon aftesin e kafshimit nemenyre natyrale dhe te sigurt Zhvillon levizjet e nofulles ne procesin e ushqyerjes dhe te folurit Lejon mbajtjen hapur te gojes duke lejuar frymemarje te lire per artikulum ngjyra te ndryshme me gjatesi 7-15 cm	cope	1
15	Pajisje per lateralizimin e gjuhes dhe ngritjen e saj. Pajisje per rritjen e aftesise se kordinimit dhe perdorimit te gjuhes ne drejtime te ndryshme Perfshin nje set prej 2 lloj pajisjesesh per levizjen e gjuhes perdoret per te forcuar gjuhen dhe kontrolluar frenulumin e gjuhes I perdorshem ne cdo moshe	cope	1
16	Tuba te rezistences se kafshimit Pajisje per rehabilitimin e procesit te kafshimit ne difektet maxilofaciale dhe hipotoni ngjyra te ndryshme me gjatesi 5-15 cm	cope	1
17	“frymemarresi “. Pajisje per kordinimin dhe ushtrimet e frymemarrjes FORCON MUSKUJT RESPIRATOR DHE EXPIRATOR SIGURON NJ FRYMESHKEMBIN TE SIGURT NE PROCESIN E GELLTITJES , KOLLES , tub plastike me dimeter 5-7 cm me gjatesi 20-50 cm	cope	1
18	Pajisje per apraxine Pajisje per rehabilitimin e pacienteve apraxik per ushtrimin e muskulatures	cope	1
19	Pajisja e buzeve Pajisje per ndjeshmerin dhe levizjet e buzeve me gjatesi 5-10cm	cope	1
20	Set I mjeteve te artikulimit Pajisje per korigjimin e keqartikulimit te tingujve 10 shufra 10 cm te gjata	cope	1
21	Model plastik per anatomie e gojes dhe gjuhes. Pajisje per te mesuar anatomin e gojes , mekanizmat e levizjes se strukturave orale , pozicionimin e sakte te gjuhes ne artikulum te tingujve lingual Permasar perafersisht 10" x 11" x 10"cm .	cope	1

Dokumentat Standarde të Tenderit

22	Asset per korigjimin e artikulimit , 6", Multicolor. Permasat 14 x 1.5x.14 cm. Material plastic dhe kolorant biokompatibel Sherben per artikulimin e tingujve : R, S, SH,C and L,	cope	6
23	Puzzle me shkronja 30x22cm lloji i materialit dru , perfshin 36 shkronja	cope	1
24	PUZZLE DRURI ME FRUTA ME NJE PJESE 30x22cm lloji i materialit dru 12 fruit puzzles	cope	1
25	PUZZLE DRURI ME KAFSHE ME NJE PJESE 20x 15 cm 8 kafshe	cope	1
26	PUZZLE ME FORMA GJEOMETRIKE ME NJE PJESE 20x 15 cm 5 forma gjeometrike	cope	1
27	PUZZLE ME MJETE TRANSPORTI ME NJE PJESE permban 6 mjete transporti	cope	1
28	TOPA ME NGJYRA TE NDRYSHME Diameter 5 cm . ngjyra e kuqe blu e verdhe , material plastike	cope	4
29	Pjano loder (25x15 cm)	cope	3
30	TABELE MAGNETIKE Permasat (40 x 33 cm) - (27 x 18 cm)	cope	2
31	GERSHERE TE VOGLA	cope	3
32	NUMERATORE DRURI 30cm gjeresi , 40cm gjatesi , me ngjyra te ndryshme	cope	1
33	KUBA NDERTUES (10 x15 cm 303 cope)	cope	1
34	KAFSHET SHTEPIAKE PLASTIKE (18x10 cm)	cope	6
35	Set mjetesh per doktora per femije (5-10 cm)	cope	1
36	LIBER I MADHE I KAFSHEVE (30x40 cm)	cope	2
37	LIBRA ME PERRALLA (20x40 cm)	cope	5
38	SET GATIMI (10x15 cm)	cope	1
39	PASQYRE ME KORNIZE (50x40 cm)	cope	1
40	TAPET sfungjeri ME SHKRONJA E NUMERA (100x50 cm)	cope	1
41	TUBA KAFSHIMI (15cm me diameter 2cm materiali plastike)	cope	10
42	SPIROMETER (Gjatesi 50cm diameter 3cm)	cope	1
43	KAPESE HUNDESH 5cm material plastike	cope	1

Dokumentat Standarde të Tenderit

44	SET ZILSH ME NGJYRA (Diameter 20cm dhe gjatesi 15cm)	cope	1
45	TAVOLINE E ULET NE FORME GJYSEM RRETHI (diameter 150cm, material druri)	cope	1
46	KARRIGE TE VOGLA plastike	cope	2

Loti 5

Loti5	Materiale të imta për Laboratorin Infermieri		
Nr	Pershkrimi	Njesia	Sasia
1	Kateter urinar një rrugësh Robinson 6 Fr, 8 Fr, 10 Fr, 12 FR, 20 Fr, 22 Fr. Katetere me nje perdorim. Dy cope per cdo mase Fr. Sterile	copë	24
2	Kateter urinar silikon Robinson dy rrugësh 6 Fr, 8 Fr, 10 Fr, 12 FR, 20 Fr, 22 Fr. Katetere me nje perdorim. Dy cope per cdo mase Fr. Sterile.	copë	24
3	Kateter urinar Coude dy rrugësh prej latexi 6 Fr, 8 Fr, 10 Fr, 12 FR, 20 Fr, 22 Fr. Katetere me nje perdorim. Dy cope per cdo mase Fr. Sterile	copë	24
4	Kateter urinar Robinson latexi tre rrugësh 6 Fr, 8 Fr, 10 Fr, 12 FR, 20 Fr, 22 Fr. Katetere me nje perdorim. Dy cope per cdo mase Fr. Sterile	copë	24
5	Sistem Foley, mbledhes urinar. Induelling kateter i cili lidhet me një qese ku mblidhet urina. Kateteri në fund ka një balon që ndihmon në fiksimin e tij në fshikëz.	copë	30
6	Urinokol	copë	40
7	Mbledhës urine 24 orëshe Ngjyra e mbajtësit plastik e kuqe. Sasia mbajtëse 3000 ml.	copë	5
8	Gota urine Materiali plastic, me kapak që filetohet për të mos lejuar derdhjen. Kapaciteti mbajtës përafërsisht 100 ml.	copë	100
9	Maskë e thjeshtë oksigjeni. Per perdorim individual.	copë	20
10	Maskë venturi, perdoret per marrjen e sakte te oksigjenit. Perdorim individual	copë	10
11	Maskë jo-re breather, maske oksigjeni per perdorim individual.	copë	10
12	Glukometër Aparat për matjen e sheqerit në gjakun periferik. Vjen në sete me age, strisha, aparati i matjes, kalibrues dhe stilolaps për aget.	copë	3

Dokumentat Standarde të Tenderit

13	Doreza mjekësore Kuti me doreza të pastra, me nje-perdorim. Cdo kuti ka 100 doreza	Kuti/100 doreza	100
14	Doreza sterile Doreza një palëshe të paketuara vec e vec. Numri nga 6 - 8	Pale	500
15	Pajisje mbrojtëse personale Cdo komplet përmban: Përparëse prej letre njëpërdorimshe, maskë fytyre me mbrojtëse sysh.	komplete	50
16	Hand sanitiser Shishe me solucion antibakterial, paketim 1 litersh	litra	10
17	Tuba NG,Tub plastik i lakueshëm, me dy hapje ne fund, përdoret për ushqimin nasogastrik të femijeve dhe të rriturit, si dhe aspirimin e lëngjeve për qëllime diagnostikuese dhe terapeutike. Një përdorim, steril.	cope	10
18	Kanjula nazale,Tub plastik i lakueshëm, me dy hapje ne fund, përdoret për ushqimin nasogastrik të femijeve dhe të rriturit, si dhe aspirimin e lëngjeve për qëllime diagnostikuese dhe terapeutike. Një përdorim, steril.	cope	10
19	Shiringa 60 cc, me nje perdorim, plastike. Sterile	cope	10
20	Solucione IV o NaCl	shishe/1 l	100
21	Solucione IV o Glucozë	shishe/1 l	100
22	Solucione IV o Ringer	shishe/1 l	100
23	Vigona ose kateter IV, numri: 16 G, steril, me nje perdorim	copë	100
24	Vigona ose kateter IV, numri: 18 G, steril, me nje perdorim	copë	100
25	Vigona ose kateter IV, numri: 20G, steril, me nje perdorim	copë	100
26	Vigona ose kateter IV, numri: 22G, steril, me nje perdorim	copë	100
27	Vigona ose kateter IV, numri: 24G, steril, me nje perdorim	copë	100
28	Tre-rrugësh, pajisje plastike qe vendoset ndermjet vigonit dhe sistemit. Ndhmon ne injektimin e medikamenteve iv pa e hequr sistemin.	copë	20
29	Sisteme perfuzioni, Me dhome pikash, me sistem kontrolli, 185 cm l gjate.	copë	300
30	Sisteme Transfuzioni, me filter ne dhomen e pikave.	copë	30

Dokumentat Standarde të Tenderit

31	Qese biohazarde, qese per ,bledhjen e materialeve te kontaminuara spitalore, rezistente, me shenjen biozarde te stampuar ne qese.	copë	10
32	Shiringa 1 ml, plastike , sterile me nje perdorim.	copë	100
33	Shiringa 2 ml, me age, plastike , sterile me nje perdorim	copë	200
34	Shiringa 5 ml me age, plastike , sterile me nje perdorim.	copë	300
35	Shiringa 10 ml, me age. me age, plastike , sterile me nje perdorim	copë	300
36	Shiringa 20 ml, me age. me age, plastike , sterile me nje perdorim	copë	300
37	Kuti biohazarde aqesh. Kuti plastike, rezistente, per mbledhjen e materialeve çpuese spitalore.	copë	10
38	Garza 2x2 Materiale për mjekimin e plagës	kuti/12 cope	30
39	Garza 4x4	kuti/12 cope	30
40	Garza 5x10	kuti/12 cope	30
41	Garza drenimi	kuti/12 cope	30
42	Garza Abdominale	kuti/12 cope	30
43	JP dren	copë	10
44	Dren hemovac	copë	10
45	Spatula mjeksore	copë	300
46	Alkol 70, shishe 1000 ml	shishe	5
47	Privijodine 10%, 1000 ml	shishe	3
48	Pambuk	qese	10

49	Xhama shtrues (lama)(26 x 76 mm)	Kuti/50 cope	1
50	Xhama Mbulues (lamela)(22 x 22 mm)	Kuti/50 cope	1
51	Parafine	kg	1
52	Balsam kanadez	liter	1
53	Formaline 40%	liter	1
54	Vaj Masazhues shishe/100ml	shishe	5
55	Hematoksiline	liter	1
56	Eozine	liter	1
57	Alkool etilik absolut 90 grade	liter	1
58	Ksilol	liter	1
59	Blu metilen)	liter	1

Dokumentat Standarde të Tenderit

60	Kaseta plastike histologjike (nr 100)	cope	100
----	---------------------------------------	------	-----

Afatet e lëvrimit për të gjithë lotet : 60 ditë nga data e nënshkrimit të kontratës.

Shtojca 13

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

NJOFTIM STANDARD PËR OFERTUESIN E SKUALIFIKUAR¹

[Vendi dhe data]

[Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]

[Adresa e ofertuesit]

I/E Nderuar, Z/Zj. <emri i kontaktit>

Ju falenderoj për pjesëmarrjen në procedurën e lartpërmendur të prokurimit publik. Procedura e kryer në përputhje me Ligjin nr. 9643 datë 20.11.2006 "Për Prokurimin Publik".

Oferta juaj u vlerësua me kujdes sipas kushteve dhe kërkesave të përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në dosjen e ofertës. Me keqardhje ju informoj se u s'kualifikuat, sepse oferta e dorëzuar nga ju u refuzua për shkak të arsyes (-ve) së/të mëposhtme:

Nëse mendoni se Autoriteti Kontraktor ka shkelur LPP ose RrPP gjatë procedurës së prokurimit publik, atëherë keni të drejtë të filloni një procedurë rishikimi sic parashikohet në Kreun VII të LPP.

Edhe pse nuk mundëm të përdornim shërbimet tuaja në këtë rast, besoj se do të vazhdoni të jeni i interesuar në

nismat tona të prokurimit.
Me respekt
< Emri >

Shtojca 14

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

FORMULARI I NJOFTIMIT TËFITUESIT

[Data]

Për: [Emri dhe adresa e ofertuesit të shpallur fitues]

* * *

Procedura e prokurimit:

Numri i referencës së procedurës/lotit:

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [Sasia ose qëllimi dhe kohëzgjatja e kontratës]

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: çmimi më i ulët oferta ekonomikisht më e favorshme

Njoftojme se, kane qenë pjesëmarrës nëprocedurë këta ofertues me vlerat përkatëse tëofruara:

1. _____	_____
<i>Emri i plotë i shoqërisë</i>	<i>numri i NIPT-it</i>

Vlera _____
(me numra dhe fjalë)

2. _____	_____
<i>Emri i plotë i shoqërisë</i>	<i>numri i NIPT-it</i>

Vlera _____
(me numra dhe fjalë)

Etj. _____

Janëskualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

1. _____	_____
<i>Emri i plotë i shoqërisë</i>	<i>numri i NIPT-it</i>

2. _____	_____
----------	-------

Dokumentat Standarde të Tenderit

Emri i plotë i shoqërisë

numri i NIPT-it

Përkatësisht për arsyt e mëposhtme:

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë *[emri dhe adresa e ofertuesit të shpallur fitues]* se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej *[shuma përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra]/pikët totale të marra/_____* është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë *[emri dhe adresa e autoritetit kontraktor dhe referenca e kontaktit]* sigurimine kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda _____ ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të konfiskohet sigurimi i ofertës suaj (nëse është kërkuar) dhe kontrata do t'i akordohet ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të përgjithshme prej *[vlera përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra]*, siç parashikohet në nenin 58 të Ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 "Për prokurimin publik", i ndryshuar.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë _____

Ankesa: ka ose jo _____

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë _____

* * *

[Titullari i autoritetit kontraktor]

Shtojca 15

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor në rastin e marrëveshjes kuadër]

**FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM NË
MARRËVESHJEN KUADËR**

[Data]

Për: [Emri dhe adresa e operatorëve ekonomikë të shpallur fitues]

1. _____
2. _____
3. _____

* * *

Procedura e prokurimit: _____

Numri i referencës së procedurës/lotit: _____

Përshkrim i shkurtër i kontratës: *[Sasia, objekti , kohëzgjatja e kontratës etj]*

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike *[Data]* *[Numri]*

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: oferta ekonomikisht më e favorshme çmimi më i ulët

Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në procedurë këta operatorë ekonomikë, me shumatoren e çmimeve për njësi të ofruar/ me vlerat përkatëse të ofruara:

1. _____	_____
<i>Emri i plotë i shoqërisë</i>	<i>numri i NIPT-it</i>

Shumatorja e çmimeve për njësi të ofruar/vlera _____
(me numra dhe fjalë)

2. _____	_____
<i>Emri i plotë i shoqërisë</i>	<i>numri i NIPT-it</i>

Shumatorja e çmimeve për njësi të ofruar/vlera _____
(me numra dhe fjalë)

Etj. _____

Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhëm:

1. _____	_____
<i>Emri i plotë i shoqërisë</i>	<i>numri i NIPT-it</i>
2. _____	_____

Dokumentat Standarde të Tenderit

Emri i plotë i shoqërisë

numri i NIPT-it

Perkatësisht për arsyet e mëposhtme:

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se janë identifikuar si operatorë ekonomikë të suksesshëm:

1. _____
Emri i plotë i shoqërisë *numri i NIPT-it*

Shumatorja e çmimeve për njësi të ofruar/Vlera _____ / Pikët totale të marra _____
(me numra dhe fjalë)

2. _____
Emri i plotë i shoqërisë *numri i NIPT-it*

Shumatorja e çmimeve për njësi të ofruar/Vlera _____ / Pikët totale të marra _____
(me numra dhe fjalë)

Etj. _____

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqiteni pranë [emri dhe adresa e autoritetit kontraktor dhe referenca e kontaktit], brenda _____ ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi për të lidhur draft marrëveshjen.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë _____

Ankesa: ka ose jo _____
(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë _____

[Titullari i autoritetit kontraktor]

KUSHTET E PËRGJITHSHME
Mallrat – Tender i Hapur

Neni 1: Qellimi

- 1.1 Këto kushte të përgjithshme të kontratës (KPK) do të zbatohen për blerjen e Mallrave të prokuruar me anë të procedurës me negociim.
- 1.2 Ligji për Prokurimin Publik në Republikën e Shqipërisë parashikon se dispozitat e Kodit Civil Shqiptar do të zbatohen për kontratat e prokurimit publik. Disa dispozita të Kodit Civil janë rishprehur në KPK me qëllim që të rrisin transparencën e kushteve të kontratës. Megjithatë, citimi i disa dispozitave këtu nuk mohon në asnjë mënyrë zbatimin e dispozitave të tjera të Kodit Civil të kësaj kontrate.
- 1.3 Në mënyrë të ngjashme, disa dispozita të Ligjit mbi Prokurimin Publik janë rishprehur në KPK me qëllim që të rrisin transparencën e ligjit që rregullon prokurimin publik. Megjithatë, citimi i disa dispozitave këtu nuk mohon në asnjë mënyrë zbatimin e dispozitave të tjera të Ligjit mbi Prokurimin Publik mbi të drejtat, detyrat dhe detyrimet e palëve.
- 1.4 KPK do të zbatohen deri në atë masë që të mos lënë mënjane kushtet ose dispozitat e paraqitura në pjesë të tjera të kontratës.
- 1.5 Kushtet e kontratës përfshijnë gjithashtu Kushtet e Veçanta të Kontratës (KVK). Në rast se ka një konflikt midis KPK dhe KVK, KVK do të mbizotërojnë mbi KPK.

Neni 2: Përkufizime

- 2.1 “kontratë” do të thotë marrëveshja e shkruar e lidhur midis Autoritetit Kontraktor dhe Kontraktuesit që përbëhet nga Dokumentat e Tenderit duke përfshirë KPK dhe KVK, të gjitha shtojcat dhe formularët e plotësuar dhe të gjitha dokumentat e tjera që përfshihen në referimin e çdo dokumenti.
- 2.2 “çmim kontrate” do të thotë çmimi që i paguhet Kontraktuesit sipas kontratës për zbatimin e plotë dhe të përpiktë të detyrimeve të tij kontaktore.
- 2.3 “Incoterms” do të thotë termat ndërkombëtare tregtare që përbëjnë rregullat e interpretimit të termave tregtare që përcaktojnë detyrimet përkatëse, kostot, dhe risqet e lidhura me transferimin e Mallrave nga shitësi tek blerësi.
- 2.4 “Lëvrimi” do të thotë të gjitha aktivitetet dhe veprimet që mundësojnë marrjen e Mallrave në vendin e shpërndarjes siç specifikohet në kontratë si paketimi, transportimi, sigurimi, tarifat, procedura doganore, ngarkimi dhe shkarkimi, instalimi, mbledhja, bashkimi, kontrollimi i veprimeve dhe mbikëqyrja e gjithë kësaj veprimtarie.
- 2.5 “Autoriteti Kontraktor” do të thotë Autoriteti Kontraktor që është pjesë e kësaj kontrate dhe sipas dispozitave të kësaj kontrate blen Mallrat. Ky term kudo që përdoret ka kuptim të njëjtë me atë të perkufizuar në ligj.
- 2.6 “Kontraktues” do të thotë personi fizik ose juridik që është palë e kësaj kontrate dhe sipas dispozitave të kësaj kontrate furnizon Mallrat.
- 2.7 “Palë (t)” do të thotë nënshkruesit e kontratës.

- 2.8 “Mallrat” do të thotë materialet e papërpunuara, produktet, makineritë dhe pajisjet, objektet në formë të ngurtë, të lëngshme ose të gaztë.
- 2.9 “Shërbimet e lidhura me to” do të thotë shërbimet ndihmëse ose të paparashikuara të furnizimit të Mallrave, si transportimi, instalimi, mirëmbajtja, trajnimi, shërbimet mbështetëse ose detyrime të ngjashme në lidhje me furnizimin e Mallrave.
- 2.10 “Objekt i kontratës” do të thotë të gjitha Mallrat dhe Shërbimet e lidhura me to që Kontraktuesi do të sigurojë sipas kushteve të kontratës.
- 2.11 “Standarde Teknike” do të thotë specifikimet e aprovuara nga një organ i posaçëm standardizimi për zbatimin e vazhdueshëm ose të përsëritur. Standarde të tilla përdoren si rregulla, rregullore ose përkufizim të karakteristikave për të siguruar se materialet dhe shërbimet e procesuara i përgjigjen qëllimit.

Neni 3: Hartimi i Kontratës

- 3.1 Njoftimi i ofertës fituese do të shërbejë për hartimin e kontratës midis palëve, e cila duhet të firmoset brenda afatit të parashikuar në Dokumentat e Tenderit.
- 3.2 Egzistenca e kontratës do të konfirmohet me nënshkrimin e dokumentit të kontratës duke trupëzuar të gjitha marrveshjet midis palëve.

Neni 4: Praktikrat e Korrupsionit, Konflikti i Interesit dhe Kontrolli i Procesverbaleve

- 4.1 Autoriteti Kontraktor mund t’i kërkojë gjykatës të deklarojë të paligjshme kontratën nëse zbulon se Kontraktuesi ka kryer veprime korruptive. Veprimet korruptive përfshijnë veprimet e përshkruara në Nenin 26 të Ligjit mbi Prokurimin Publik.
- 4.2 Kontraktuesi nuk duhet të ketë lidhje (të tashme ose të shkuara) me asnjë konsulent ose ndonjë ent tjetër që ka marrë pjesë në përgatitjen e Dokumentave të Tenderit për këtë prokurim.
- 4.3 Kontraktuesi duhet të lejojë Autoritetin Kontraktor të inspektojë llogaritë dhe regjistrat që kanë lidhje me zbatimin e kontratës ose t’i kontrollojë ato me anë të kontrollorëve të emëruar nga Autoriteti Kontraktor.

Neni 5: Informacioni Konfidencial

- 5.1 Kontraktuesi dhe Autoriteti Kontraktor duhet të mbajnë në konfidencë të gjitha dokumentat, të dhënat dhe informacionet e tjera të dhëna nga pala tjetër në lidhje me kontratën.
- 5.2 Kontraktuesi mund t’i japë nënkontraktuesit dokumenta të tilla, të dhëna ose informacione të tjera që merr nga Autoriteti Kontraktor deri në masën e kërkuar për nënkontraktuesin të kryejë punën e tij sipas kontratës. Në rast të tillë, Kontraktuesi duhet të përfshijë në kontratën e tij me nën-Kontraktuesin një dispozitë që parashikon ruajtjen e konfidencialitetit siç thuhet në Paragrafin 5.1 më sipër.

Neni 6: Pronësia Intelektuale

- 6.1 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, të gjitha të drejtat e pronës intelektuale të siguruar nga Kontraktuesi gjatë zbatimit të kontratës do t’i përkasin Autoritetin Kontraktor i cili mund t’i përdorë ato sipas gjykimit të tij.

- 6.2 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, Kontraktuesi, pas përfundimit të kontratës, duhet t'i parashikojë Autoriteti Kontraktor të gjitha raportet dhe të dhënat si hartat, diagramet, skicimet, specifikimet, planet, statistikën, llogaritjet dhe regjistrat mbështetës ose materialet e fituara, mbledhura ose përgatitura nga Kontraktuesi gjatë zbatimit të kontratës. Kontraktuesi mund të mbajë kopje të këtyre dokumentave dhe të dhënave, por nuk duhet t'i përdorë për qëllime që s'kanë lidhje me kontratën pa leje paraprake me shkrim nga Autoriteti Kontraktor.
- 6.3 Kontraktuesi duhet të shkarkojë Autoritetin Kontraktor ngapërgjegjësia për shkelje të të drejtave të pronësisë intelektuale që mund të dalin nga prodhimi ose shpërndarja e Mallrave sipas kontratës.
- 6.4 Në rast se ngrihet ndonjë pretendim ose padi kundër Autoritetit Kontraktor në lidhje me ndonjë shkelje të pronësisë intelektuale të shkaktuar nga zbatimi i kontratës ose nga përdorimi i Mallrave të furnizuara sipas kontratës, Kontraktuesi duhet t'i japë Autoritetit Kontraktor të gjitha provat dhe informacionin në posedim të Kontraktuesit që kanë të bëjnë me këtë padi apo pretendim.

Neni 7: Origjina e Mallrave

- 7.1 Nuk ka asnjë kufizim për kombësinë e origjinës së mallrave, përveç atyre që mund të jenë përcaktuar në ndonjë Rezolutë të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara.
- 7.2 Kontraktuesi mund të jetë i detyruar të verifikojë origjinën e mallrave.
- 7.3 Për qëllime verifikimi, "origjinë" do të thotë vendi ku mallrat janë nxjerrë, ose prodhuar. Mallrat janë prodhuar kur, nëpërmjet përpunimit, procesimit, ose mbledhjes së mjaftueshme të komponentëve, rezulton një produkt i ri i njohur në tregti që është mjaft i ndryshëm në karakteristikat bazë ose në qëllim apo përdorim nga komponentët e tij.
- 7.4 Origjina e mallrave ka dallim nga kombësia e Kontraktuesit ose nenkontraktuesit që siguron mallrat.

Neni 8: Qëllimi i Furnizimit dhe Përshtatshmëria e Mallrave me Specifikimet

- 8.1 Kontraktuesi duhet të dorëzojë Mallrat në përputhje me cilësinë, sasinë dhe llojine specifikuar në kontratë, si dhe të vendosura dhe paketuara në mënyrën e përcaktuar në kontratë.
- 8.2 Mallrat nuk janë në përputhje me kontratën, nëse ato nuk janë të përshtatshme për përdorimin e posaçëm të parashikuar në kontratë. Kur nuk është e mundur të përcaktohet një gjë e tillë, thuhet se Mallrat nuk janë në përputhje me kontratën nëse ato nuk janë të përshtatshme për përdorimin për të cilin shërbejnë zakonisht sendet e tjera të të njëjtit lloj.
- 8.3 Nëse shitja është bërë në bazë të një modeli ose kampioni, shitësi (Kontraktuesi) duhet të dorëzojë sendet që kanë të njëjtat cilësi si të modelit ose kampionit.

Neni 9: Përputhshmëria e Mallrave me Standardet Teknike

- 9.1 Mallrat e furnizuara sipas kontratës duhet të jenë konform kodeve dhe Standardeve Teknike të parashikuara në specifikimet teknike. Nëse gjatë ekzekutimit të kontratës, ka ndryshime në kodet përkatëse ose në Standardet Teknike, këto ndryshime do të zbatohen vetëm pas aprovimit nga Autoriteti Kontraktor.
- 9.2 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet nga ndonjë dispozite tjetër e kontratës, kur nuk është

përcaktuar asnjë Standard Teknik përkatës në specifikimet teknike, Mallrat duhet të jenë konform Standardeve Teknike ndërkombëtare. Nëse nuk ekzistojnë Standarde Teknike ndërkombëtare, Mallrat duhet të jenë konform Standardeve Teknike përkatëse Shqiptare.

- 9.3 Kontraktuesi nuk mban përgjegjësi për gabime në skicim, të dhëna, vizatim ose çdo aspekt tjetër të specifikimeve teknike të dhëna nga Autoriteti Kontraktor me përjashtim të rastit kur gabimi ishte aq i dukshëm sa Kontraktuesi duhet ta kishte parë dhe këshilluar Autoritetin Kontraktor për të.
- 9.4 Shitësi (Kontraktuesi) nuk mban përgjegjësi për defekte të Mallrave për të cilat Autoriteti Kontraktor ishte në dijeni në momentin e lidhjes së kontratës ose nuk ishte në dijeni për faj të tij, me përjashtim të rastit kur defektet kanë të bëjnë me cilesinë e Mallrave të specifikuar sipas kontratës ose përfaqësimin e reklamës së shitesit (Kontraktuesit).

Neni 10: Pjesët e Këmbimit

- 10.1 Nëse është e parashikuar nëkontratë, Kontraktuesi duhet të përfshijë me Mallrat e lëvruara një sasi pjesësh këmbimi, në përputhje me specifikimet teknike dhe çdo dispozitë përkatëse të kontratës.
- 10.2 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe, pjesët e këmbimit do të dorëzohen bashkë me Mallrat.
- 10.3 Kontraktuesi duhet të garantojë disponueshmërinë e pjesëve të këmbimit për një periudhë të specifikuar në ofertën e tij dhe të barabartë me jetëgjatësinë e përdorimit të Mallrave.
- 10.4 Në rast të një vendimi të ndërprerjes së prodhimit të pjesëve të këmbimit, Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin Kontraktor brenda një kohe të arsyeshme/mjaftueshme për t'i lënë mundësi atijqëtë prokurojë sasi të mjaftueshme për përdorim të mëvonshëm.
- 10.5 Pas ndërprerjes së prodhimit të pjesëve të këmbimit, Kontraktuesi duhet t'i japëpa pagesëAutoritetit Kontraktor, nëse ai e kërkon, çdo prodhim, vegël, skicim të pjesëve të këmbimit të përdorura në prodhimin dhe mirëmbajtjen e Mallrave.

Neni 11: Ambalazhimi

- 11.1 Kontraktuesi duhet të dorëzojë Mallrat të vendosura dhe të ambalazhuara në mënyrën e përcaktuar në kontratë.
- 11.2 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet nga ndonjë nen tjetër i kontratës, mund të thuhet se Mallrat nuk janë vendosur dhe paketuar në përputhje me kontratën nëse ato nuk janë vendosur dhe paketuar në të njëjtën mënyrë që bëhet zakonisht për gjërat e të njëjtit lloj ose, nëse mënyra e zakonshme nuk është e disponueshme, në një mënyrë që është e përshtatshme për ruajtjen dhe mbrojtjen e Mallrave.

Neni 12: Testimet dhe Inspektimet

- 12.1 Kontraktuesi duhet të bëjë të gjitha testet dhe inspektimet e kërkuara nga dispozitat e kontratës. Kosto e këtyre testeve dhe inspektimeve duhet të financohet tërësisht nga Kontraktuesi brenda kushteve të çmimit të kontratës
- 12.2 Me shpenzimet e tij, Autoriteti Kontraktor ka të drejtë të ndjekë testimet dhe/ose inspektimet.
- 12.3 Autoriteti Kontraktor gjithashtu mund t'i kërkojë Kontraktuesit të bëjë teste ose inspekte shtesë të

paparashikuara në kontratë por të gjykuara të nevojshme për të verifikuar se Mallrat janë konform specifikimeve dhe kushteve të kontratës. Autoriteti kontraktor do të mbajë përgjegjësi për koston e këtyre testeve. Më tej, nëse këto teste ndalojnë progresin e punës së Kontraktuesit, Autoriteti Kontraktor do të pranojë të ndryshojë grafikun e lëvrimit.

- 12.4 Autoriteti Kontraktor do të refuzojë çdo Mall që nuk e kalon testimin dhe/ose inspektimin ose nuk është konform specifikimeve teknike dhe kushteve të kërkuara në zbatimin e kontratës.
- 12.5 Ekzekutimi i testeve, apo inspektimi i Mallrave nuk e shkarkojnë Kontraktuesin nga garancitë apo detyrimet e tjera sipas kontratës.

Neni 13: Kushtet e Dorëzimit

- 13.1 Kontraktuesi është i detyruar të kryejë të gjitha aktivitetet dhe veprimet e dorëzimit përveçse kur Kontraktuesi përjashtohet në mënyrë specifike nga një aktivitet ose veprim i tillë nga ndonjë dispozitë e kontratës. Nëse një Incoterm përdoret për të përshkruar detyrimet e palëve, termi do të ketë kuptimin që i ka dhënë botimi i fundit i *Incotermave* botuar nga Dhoma Ndërkombëtare e Tregtisë.
- 13.2 Vendi i dorëzimit të Mallrave do të jetë sipas specifikimit të kontratës.
- 13.3 Koha e dorëzimit të Mallrave dhe data e përfundimit të Shërbimeve të lidhura me to do të jetë sipas specifikimit në kontratë.
- 13.4 Dorëzimi i Mallrave duhet të bëhet gjatë orarit të punës me përjashtim të rastit kur kjo kërkesë bie ndesh me ndonjë dispozitë të kontratës.
- 13.5 Kontraktuesi është i detyruar të njoftojë Autoritetin Kontraktor brenda një periudhe kohore të arsyeshme për dorëzimin e Mallrave përpara arritjes së tyre.

Neni 14 Transportimi i Mallrave

- 14.1 Kontraktuesi është i detyruar të sigurojë ngarkimin dhe transportimin e Mallrave siç kërkohet, me qëllim që të plotësojë afatet dhe kushtet e dorëzimit të specifikuar në kontratë.
- 14.2 Nëse Autoriteti Kontraktor është i detyruar të marrë Mallrat nga ndonjë mjet transporti apo agjenci transporti, Kontraktuesi duhet të japë lajmërim paraprak të arsyeshëm për transportin dhe t'i dorëzojë Autoritetit Kontraktor të gjitha dokumentat e nevojshme për marrjen e Mallrave.
- 14.3 Nëse shitësi, [Kontraktuesi] është i detyruar t'i dorëzojë mallrat në mjetin e transportit në një vend të specifikuar në kontratë, risku i humbjes kalon tek Autoriteti Kontraktor vetëm kur mallrat i dorëzohen mjetit të transportit në vendin e specifikuar. Fakti se shitësi [Kontraktuesi] është i autorizuar të mbajë dokumentat përfaqësuese të mallrave nuk influencon në kalimin e rriskut.

Neni 15: Siguracioni

- 15.1 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, Kontraktuesi duhet të sigurojë që Mallrat që do të dorëzohen sipas kontratës janë plotësisht të siguruar ndaj humbjes ose dëmtimit gjatë transportit, magazinimit ose dorëzimit të tyre.

Neni 16: Verifikimi dhe Pranimi i Mallrave

- 16.1 Përpara pranimi, Autoriteti Kontraktor ka të drejtë të verifikojë, inspektojë dhe testojë Mallrat. Këto veprime duhet të kryhen menjëherë pas dorëzimit të Mallrave. Kontraktuesi ka të drejtë të marrë pjesë në këtë proces dhe të shqyrtojë raportet përkatëse të prërgatitura nga Autoriteti Kontraktor ose agjentët e tij.
- 16.2 Autoriteti Kontraktor pranon ose refuzon Mallrat menjëherë pas dorëzimit duke njoftuar me shkrim Kontraktuesin në lidhje me vendimin e tij për të pranuar ose refuzuar Mallrat.

Neni 17: Garancitë

- 17.1 Kontraktuesi garanton se Mallrat janë të reja, të papërdorura dhe të modeleve të fundit dhe se ato trupëzojnë përmirësimet e fundit në skicim dhe materiale, me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë.
- 17.2 Shitësi (Kontraktuesi) mban përgjegjësi për çdo defekt ose mospërputhje që ekziston në momentin kur risku kalon tek Autoriteti Kontraktor, edhe kur defekti shfaqet pas këtij momenti.
- 17.3 Shitësi (Kontraktuesi) mban përgjegjësi për mospërputhjen që verifikohet pas momentit të treguar në paragrafin e mësipërm dhe që vjen nga mospërmbushja e ndonjë detyrimi, duke përfshirë garancinë që Mallrat duhet të jenë të përshtatshme për përdorimin e tyre të zakonshëm dhe specifik për një periudhë të caktuar kohe, ose se ato do të ruajnë cilësitë dhe karakteristikat e caktuara.
- 17.4 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë ose nëligj, Autoriteti Kontraktor humbet të drejtën e tij për të kundërshtuar lidhur me të metat e sendit nëse ai nuk i denoncon ato të shitësi (Kontraktuesi), duke specifikuar natyrën e tyre, brenda dhjetë ditëve nga zbulimi i tyre.
- 17.5 Autoriteti Kontraktor s'i mundëson Kontraktuesit të gjitha mjetet e nevojshme për të inspektuar këto defekte.
- 17.6 Pas marrjes së këtij njoftimi, Kontraktuesi duhet të riparojë menjëherë ose të zëvendësojë Mallrat defektoze ose pjesët e tyre pa pagesë shtesë për Autoritetin Kontraktor.
- 17.7 Nëse pas marrjes së njoftimit, Kontraktuesi dështon në rregullimin e defektit brenda një periudhe të arsyeshme, Autoriteti Kontraktor mund të ndërmarrë veprime për rregullimin e nevojshëm, me shpenzimet e Kontraktuesit.
- 17.8 Në çdo rast, Autoriteti Kontraktor humbet të drejtën për të kundërshtuar për të metat e sendit nëse ai nuk e ushtron të drejtën e tij brenda dy vjetësh nga data kur sendet i janë dorëzuar atij, po qe se ky afat nuk bie në kundërshtim me kohëzgjatjen e garancisë kontraktore.
- 17.9 Shitësi (Kontraktuesi) nuk mund të shfrytëzojë rregullat e parashikuara ketu nëse defektet kanë të bëjnë me fakte të njohura prej tij ose që nuk mund të ishin të panjohura për të dhe që nuk i janë vënë në dukje Autoritetit Kontraktor.

Neni 18: Çmimi i Kontratës

- 18.1 Çmimi i kontratës është çmimi i dhënë në ofertën e Kontraktuesit dhe i pranuar nga Autoriteti Kontraktor.
- 18.2 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, çmimi i kontratës përfshin kostot dhe tarifat, duke përfshirë taksat dhe tarifat doganore të lidhura me dorëzimin e Mallrave, pagesa për transportin, sigurimin, instalimin, testimet, ngarkimin, shkarkimin, udhëzimet, manualet dhe dokumentat

në gjuhën e specifikuar dhe të nevojshme për përdorim të rrëgullt, mirëmbajtje dhe riparime të Mallrave. Vlerat taksive dhe tarifave duhet të përcaktohet sipas legjislacionit përkatës, në fuqi 28 ditë para hapjes së ofertave.

Neni 19: Afatet e Pagesës

- 19.1 Çmimi i kontratës, duke përfshirë çdo pagesë paraprake, duhet të paguhet në kohë siç specifikohet në kontratë.
- 19.2 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, pagesa duhet bërë në monedhë Shqiptare. Kursi i këmbimit të monedhave të ndryshme do të jetë kursi i Bankes së Shqiperise i fiksuar në ditën e dërgimit për botim të njoftimit të kontratës.
- 19.3 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, kërkesa e Kontraktuesit për pagesë duhet t'i bëhet Autoritetit Kontraktor me shkrim. Për çdo kërkesë, Kontraktuesi duhet të paraqesë origjinalin dhe kopjen së bashku me një listë të sendeve që përshkruan Mallrat e dorëzuara dhe shërbimet e kryera.
- 19.4 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, pagesa për Mallrat do të bëhet brenda 30 ditëve kalendarike nga dita që janë pranuar Mallrat ose nga dita e marrjes së kërkesës për pagesë cilado të jetë më vonë.
- 19.5 Data e pagesës do të jete dita që fondet xhirohen nga llogaria e Autoritetit Kontraktor.

Neni 20: Vonesa në Bërjen e Pagesës

Në rast të verifikimit të vonesave në kryerjen e pagesave nga ana e Autoritetit Kontraktor, megjithëse kontraktuesi ka përmbushur të gjitha detyrimet e tij në përputhje me kushtet e kontratës, detyrimet e prapambetura dhe kamatëvonesat përkatëse do të kryhen në përputhje me parashikimet e ligjit nr. 48/2014 “Për pagesat e vonuara në detyrimet kontraktore e tregtare”.

Neni 21: Nryshimi i Ligjeve dhe Rregulloreve

- 21.1 Nëse pas datës së nënshkrimit të kontratës, ndonjë ligj, rregullore, urdhëresë, urdhër ose procedurë me efektin e ligjit në Republikën e Shqipërisë hyn në fuqi, nxirret ose ndryshon dhe ndikon kushtet, duke përfshirë datën e dorëzimit, ose çmimin e kontratës, kushtet ose çmimi i kontratës do të rregullohen në atë masë sa Kontraktuesi është ndikuar në përmbushjen e detyrimeve të tij sipas kontratës.

Neni 22: Forca Madhore

- 22.1 Kontraktuesi nuk mban përgjegjësi për humbjen e sigurimit të kontratës, dëmeve të likuiduara ose ndërprerjen për mosplotësim, nëse dhe deri në masën që vonesa në zbatim ose ndonjë dështim tjetër në zbatimin e detyrimeve të tij sipas kontratës vijnë si rezultat i verifikimit të rasteve të Forcës Madhore.
- 22.2 Për qëllimet e këtij neni “Forcë Madhore” do të thotë një ngjarje jashtë kontrollit të Kontraktuesit mbi fajin ose neglizhimin dhe e paparashikueshme nga ana e tij. Ngjarje të tilla mund të përfshijnë, por nuk janë të limituara nga, veprimet e Autoritetit Kontraktor qoftë në kapacitetin e tij sovran ose kontraktual, lufta ose revolucionet, zjarri, përmytja, tërmeti, epidemitë, shtrëngime të karantinës dhe embargo tranziti.
- 22.3 Nëse ndodh ndonjë situatë e Forcës Madhore, Kontraktuesi duhet të njoftojë menjëherë Autoritetin

Kontraktor. Me përjashtim kur Autoriteti Kontraktor jep direktiva të ndryshme, Kontraktuesi duhet të vazhdojë të zbatojë detyrimet e tij sipas kontratës në masën praktikisht të arsyeshme dhe duhet të kërkojë të gjitha mjetet e arsyeshme për zbatimin që nuk pengohet nga Forca Madhore.

Neni 23: Vonesa në Zbatim dhe Zgjatja e Afatit

- 23.1 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe, Kontraktuesi duhet të fillojë zbatimin e kontratës menjëherë pas nënshkrimit të saj.
- 23.2 Me përjashtim të rasteve kur Autoriteti Kontraktor është dakord për zgjatje të afatit të kontratës, Autoriteti Kontraktor ka të drejtë të likuidojë dëmet për vonesën në zbatim nëse Kontraktuesi dështon në dorëzimin e Mallrave brenda periudhës së zbatimit të specifikuar në kontratë.
- 23.3 Autoriteti Kontraktor mund të zbresë shumën e dëmeve të likuiduara që duhet paguar nga shuma e pagesës ndaj Kontraktuesit. Në rast të tillë Autoriteti Kontraktor duhet të njoftojë Kontraktuesin me shkrim për shumën dhe arsyen e zbritjes.
- 23.4 Autoriteti Kontraktor pranon zgjatjen e afatit në rastin e Forcës Madhore.
- 23.5 Autoriteti Kontraktor mund pranojë zgjatjen e afatit edhe në rrethana të tjera nëse është në interesin publik për ta bërë këtë. Në rast se Kontraktuesi ndeshet me kushte që pengojnë zbatimin në kohë, Kontraktuesi duhet të njoftojë me përpikmëri Autoritetin Kontraktor me shkrim për vonesën, shkakun dhe datën e propozuar të dorëzimit ose përfundimit. Autoriteti Kontraktor duhet të vlerësojë kërkesën. Nëse Autoriteti Kontraktor është dakord me vonesën, zgjatja do të hyjë në fuqi me një amendament me shkrim të kontratës të nënshkruar nga Autoriteti Kontraktor dhe Kontraktuesi.

Neni 24: Likuidimi i Dëmeve për Dorëzimin e Vonuar

- 24.1 Dëmet e likuiduara për dorëzimin e vonuar do të llogariten me tarifat e mëposhtme ditore::
- a) Për kontratat me periudhë zbatimi jo më shumë se 6 muaj, tarifa ditore do të jetë 4/1000 të vlerës koresponduese të mbetur pa u zbatuar nga cmimi total i kontratës por kjo vlerë do të llogaritet minimalisht mbi 25% të vlerës së kontratës.
 - b) Për kontratat me periudhë zbatimi jo më shumë se 12 muaj, tarifa ditore do të jetë 2/1000 të vlerës koresponduese të mbetur pa u zbatuar nga cmimi total i kontratës por kjo vlerë do të llogaritet minimalisht mbi 25% të vlerës së kontratës.
 - c) Për kontratat me periudhë zbatimi më shumë se 12 muaj, tarifa ditore do të jetë 1/1000 të vlerës koresponduese të mbetur pa u zbatuar nga cmimi total i kontratës por kjo vlerë do të llogaritet minimalisht mbi 25% të vlerës së kontratës.

Neni 25: Negociatat dhe Amendamentet

- 25.1 Palët nuk mund të negociojnë ndryshime ose amendamente të asnjë elementi të kontratës që do të sillnin ndryshime thelbësore në kushtet bazë për përzgjedhjen e Kontraktuesit.
- 25.2 Asnjë amendament ose ndryshim tjetër i kontratës nuk është i vlefshëm nëse ai nuk bëhet me shkrim apo nuk ka një datë të përcaktuar, si edhe nëse ai nuk i referohet shprehimisht kontratës apo nuk nënshkruhet nga një përfaqësues i autorizuar i Kontraktuesit dhe Autoriteti Kontraktor.
- 25.3 Çdo heqje dore nga të drejtat, pushtetet ose ndreqjet që mund të bëhen nga palët sipas kontratës duhet të bëhet me shkrim, të ketë datë dhe të firmoset nga një përfaqësues i autorizuar i palës që bën këtë

dorëheqje dhe duhet të specifikojë të drejtën dhe masën në të cilën ajo lëshohet.

Neni 26: Ndryshimi i Porosisë

26.1 Autoriteti Kontraktor rezervon të drejtën të porosisë Mallra ose Shërbime shtesë deri në një masë që nuk i kalon 20% të çmimit total të kontratës. Çdo porosi shtesë duhet të bëhet në mënyrë konsistente me rregullat dhe procedurat e parashikuara në Ligjin mbi Prokurimin Publik.

Neni 27: Ndërprerja për Mosplotësim

27.1 Autoriteti Kontraktor mund të ndërpresë kontratën në tërësi ose pjesërisht nëse:

- a) Kontraktuesi dështon në dorëzimin e Mallrave brenda periudhës së specifikuar në kontratë ose brenda zgjatjes së dhënë; ose,
- b) Kontraktuesi dështon të zbatojë ndonjë detyrim tjetër të kontratës.

27.2 Autoriteti Kontraktor duhet të njoftojë me shkrim Kontraktuesin për ndërprerjen për mosplotësim dhe t'i japë Kontraktuesit 15 ditë të ndreqë mosplotësimin me përjashtim kur ndërprerja është bërë për veprime korruptive ose të paligjshme, rast në të cilin ndërprerja do të jetë e menjëhershme.

Neni 28: Ndërprerja për Shkak të Falimentimit

28.1 Autoriteti Kontraktor mund të ndërpresë kontratën në çdo kohë nëse Kontraktuesi falimenton ose bëhet i paafte të paguajë.

28.2 Autoriteti Kontraktor duhet t'i japi Kontraktuesit njoftim me shkrim për ndërprerjen.

Neni 29: Ndërprerja për Shkak të Interesit Publik

29.1 Autoriteti Kontraktor mund të ndërpresë kontratën në çdo kohë nëse gjykon se ky veprim duhet ndërmarrë për t'i shërbyer sa më mirë interesit publik.

29.2 Autoriteti Kontraktor duhet të njoftojë me shkrim Kontraktuesin për ndërprerjen..

29.3 Autoriteti kontraktor duhet të paguajë Kontraktuesin për të gjitha Mallrat e pranuar dhe Shërbimet e lidhura me to të kryera përpara ndërprerjes dhe duhet t'i paguajë Kontraktuesit dëmet e shkaktuara për kryerjen e pjesshme të Mallrave dhe Shërbimeve të lidhura me to. Në llogaritjen e shumës së dëmeve, Kontraktuesit do t'i kërkohet të ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme për të minimizuar dëmet.

Neni 30: Nënkontraktimi

30.1 Një nënkontratë do të jetë e vlefshme vetëm nëse është në formën e një marrëveshjeje të shkruar me anë të së cilës kontraktori i beson kryerjen e një pjese të detyrimeve të kontratës së tij një pale të tretë.

30.2 Kontraktori nuk duhet të nënkontrakttojë pa aprovimin paraprak me shkrim të Autoritetit Kontraktor dhe jo më shumë se 40% të vlerës së kontratës. Kontraktori duhet të njoftojë Autoritetin Kontraktor për elementet e kontratës që nënkontraktohet dhe dokumentacionin që provon aftësinë e nën kontraktorit. Autoriteti Kontraktor duhet të lajmërojë kontraktorin për vendimin e tij, brenda 5 ditëve nga marrja e njoftimit, duke shprehur arsyet nëse e aprovon apo jo atë.

30.3 Çdo nënkontraktor ka të drejtë të marrë pjesë në prokurimin publik sipas Ligjit mbi Prokurimin Publik.

Autoriteti mund të parashikojë pagesa direkte tek nënkontraktori për mallrat që do të furnizojë.

- 30.4 Kontraktori mbetet plotësisht përgjegjës për zbatimin e kontratës pavarësisht nga sjellja e nënkontraktorit.

Neni 31: Transferimi i të Drejtave

- 31.1 Kontraktuesi nuk mund të transferojë, tërësisht ose pjesërisht, detyrimet e tij sipas kontratës me përjashtim kur jepet miratimi paraprak i Autoritetit Kontraktor.

Neni 32: Sigurimi i Kontratës

- 32.1 Përpara nënshkrimit të kontratës, kontraktuesi duhet t'i dorëzojë Autoritetit Kontraktor sigurimin e kontratës në shumën dhe formën e kërkuar.
- 32.2 Shuma e sigurimit të kontratës duhet t'i paguhet Autoritetit Kontraktor si kompensim për çdo humbje të rezultuar nga dështimi i Kontraktuesit në plotësimin e detyrimeve të tij sipas kontratës.
- 32.3 Garancia e sigurimit të kontratës do t'i kthehet Kontraktuesit jo më vonë se 30 ditë pas datës së pranimit të Mallrave. Megjithatë, pesë (5) përqind e depozitës do të mbahet deri në përmbushjen e kënaqshme të detyrimeve të kontratës.

Neni 33: Baza Ligjore

- 33.1 Kontrata do të rregullohet dhe interpretohet sipas legjislacionit shqiptar në fuqi.

Neni 34: Zgjidhja e Mosmarrëveshjeve

- 34.1 Autoriteti Kontraktor dhe Kontraktuesi duhet të bëjnë çdo përpjekje të zgjidhin mosmarrëveshjet ose konfliktet e ndodhura midis tyre ose në lidhje me këtë marrëveshje me negociata direkte.
- 34.2 Në se palët dështojnë në zgjidhjen e mosmarrëveshjes ose konfliktit, problemet do të konsiderohen me anë të zgjidhjes së mosmarrëveshjeve sipas kontratës dhe procedurave juridike në fuqi sipas legjislacionit të Republikës së Shqipërisë.

Neni 35: Përfaqësimi i Palëve

- 35.1 Çdo palë duhet të emërojë me shkrim një person ose post organizativ, që do të jetë përgjegjës, në emër të palës, për marrjen e komunikatave dhe për përfaqësimin e palës në çështjet e lidhura me ekzekutimin e kontratës.
- 35.2 Secila palë duhet të lajmërojë palën tjetër menjëherë për ndonjë ndryshim në emërimin e përfaqësuesit të palës. Nëse njëra palë dështon të lajmërojë, duhet të marrë përsipër çdo humbje të shkaktuar nga dështimi për të dhënë njoftim të mjaftueshëm.
- 35.3 Palët mund të emërojnë persona ose njësi organizative shtesë për të përfaqësuar palën në veprime ose veprimtari të veçanta, rast në të cilin njoftimi me shkrim duhet dhënë dhe duhet të përcaktojë shtrirjen e autoritetit të përfaqësuesit.

Neni 36: Lajmërimet

36.1 Çdo lajmërim i dhënë nga njëra palë tjetrës sipas kontratës duhet të bëhet me shkrim në adresën e specifikuar në kontratë.

36.2 Njoftimi do të ketë efekt sapo të dorëzohet.

Neni 37: Llogaritja e Afateve

37.1 Të gjitha referencat e ditëve do të jenë ditë kalendarike.

Shtojca 17

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

KUSHTET E VEÇANTA **Mallrat – Procedurë e Hapur**

Kushtet e veçanta të Kontratës hartohen në përputhje me objektin konkret të kontratës. Në rast se ka mospërputhje midis KPK dhe KVK do të mbizotërojnë Kushtete veçanta të kontratës.

Neni 1: Përkufizime

1.1 Autoriteti Kontraktor është _____

1.2 Kontraktuesi është _____

Neni 2: Sigurimi i Kontrates

2.1 Sigurimi i Kontratës në shumën prej (10% të vlerës së ofertës) duhet të ofrohet nga Kontraktuesi për të siguruar egzekutimin e detyrimeve të tij sipas kontratës.

2.2 Sigurimi i Kontratës do t'i lëshohet ose kthehet, menjehere Kontraktuesit sipas formularit të mëposhtëm: _____

Neni 3: Fillimi i Zbatimit

3.1 Zbatimi i kontratës duhet të fillojë më _____. Nëse data nuk është e përcaktuar, zbatimi do të fillojë në datën që Kontraktuesi nënshkruan formularin e kontratës.

Neni 4: Inspektimet dhe Testimet

4.1 Inspektimet dhe testimet para pranimi të Mallrave do të bëhen: _____

Neni 5: Kushtet e Dorëzimit

5.1 Data (t) dhe vendi (et) i dorëzimit të Mallrave do të bëhet sipas Grafikut të Lëvrimit të parashikuar në këtë kontratë.

5.2 Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin Kontraktor _____ ditë para çdo dorëzimi të Mallrave.

- 5.3 Lajmërimi i dorëzimit duhet të bëhet me shkrim, faks, postë, e-mail etj, tek: _____

- 5.4 Nëse Autoriteti Kontraktor i merr Mallrat nga një palë e tretë, lajmërimi i dorëzimit duhet të përfshijë listën e dokumentave të nevojshme për marrjen e Mallrave dhe të tregojë se ku dhe kur do t'i jepen dokumentat Autoriteti Kontraktor.
- 5.5 Nëse Autoriteti Kontraktor i merr Mallrat nga një palë e tretë, Kontraktuesi duhet të dorëzojë të gjitha dokumentat e nevojshme për marrjen e Mallrave tek: _____

Neni 6: Kushtet e Pagesës

- 6.1 Pagesa e Mallrave duhet bërë brenda _____ ditëve nga data e pranimit të Mallrave ose nga data e marrjes së kërkesës me shkrim të pagesës, sado vone që të vije. Nëse nuk është specifikuar, perioda kohore do të jetë 30 ditë.
- 6.2 Monedha e pagesës do të jetë _____. Nëse është lënë e paplotësuar, pagesa do bëhet me monedhën Shqiptare.

Neni 7. Pagesa Paraprake

- 7.1 Përqindja e pagesës paraprake do të jetë _____. Nëse nuk është specifikuar, Kontraktuesi nuk do të marrë pagesë paraprake.
- 7.2 Nëse është premtuar një pagesë paraprake, avanca do të paguhet brenda _____ ditëve nga marrja e sigurimit të kontratës.
- 7.3 Nëse jepet pagesa paraprake, shuma do të hiqet nga pagesa që duhet t'i jepet Kontraktuesit sipas formulës së mëposhtme: _____

Neni 8. Shërbimet në Lidhje me to

- 8.1 Kushtet e veçanta të mëposhme do të zbatohen për kryerjen e pagesës së shërbimeve të lidhura

Neni 9. Zbritja e garancisë së kontratës

- 9.1 Nëse parashikohet zbritje periodike të garancisë së kontratës ajo kryhet si më poshtë

Nëse nuk plotësohet, garancia mbetet e pandryshuar.

Shtojca 18

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

**FORMULARI I PUBLIKIMIT TËNJOFITIMIT TËKONTRATËS
SËNËNSHKRUAR**

Seksioni 1 Autoriteti Kontraktor

1.1 Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri _____
Adresa _____
Tel/Fax _____
E-mail _____
Faqja në Internet _____

1.2 Lloji i autoritetit kontraktor:

Institucion Qëndror

Institucion i Pavarur

Njesi e Qeverisjes Vendore

Tjetër

Seksioni 2. Objekti i Kontratës

2.1 Numri i referencës së procedurës/lotit _____

2.2 Lloji i “Kontratave Publike për Mallra”

Blerje Qira Leasing Blerje me këste Një kombinim i tyre

2.3 Kontratë në bazë të Marrëveshjes Kuadër

Po

Jo

Nëse Po, lloji i Marrëveshjes Kuadër

Me 1 Operator Ekonomik

Me disa operatorë ekonomikë

Të gjitha kushtet janë të përcaktuara Po Jo

2.4 Përshkrim i shkurtër i kontratës

- 1 Fondi limit _____
2. Burimi i Financimit _____
3. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër _____

2.5 Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin:

Kohëzgjatja në **muaj ose ditë**

ose

duke filluar nga // me përfundim në //

2.6 Ndarja në LOTE:

Po

Jo

Nëse Po, numri i LOTEVE:

2.7 Opsionet:

Numri i rinovimeve të mundshme (nëse ka):

ose: nga në

2.8 Kontrate menenkontraktim:

Po

Jo

Seksioni 3. Procedura

3.1 Lloji i procedurës: E Hapur

3.2 Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:

A) çmimi më i ulët

ose

B) oferta ekonomikisht më e favorshme

lidhur me rëndësinë: Çmimi pikë

etj. pikë

3.3 Numri i ofertave të dorëzuara:

Numri i ofertave të rregullta:

3.4. Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë të Informacionit dhe Komunikimit (TIK) janë përdorur standartet e përgatitura nga Agjencia Kombetare e Shoqërisë së Informacionit:

Po

Jo

3.5. Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë të Informacionit dhe Komunikimit (TIK), në rastin kur standartet janë të paaplikueshme, është marrë miratimi paraprak nga Agjencia Kombetare e Shoqërisë së Informacionit

Po

Jo

Seksioni 4 Informacion mbi kontratën

4.1 Numri i Kontratës: _____ Data e Kontratës //

4.2 Emri dhe adresa e kontraktorit

Emri

Adresa

Tel/Fax

E-mail

Faqja e Internetit _____

4.2.1 Emri dhe adresa e nenkontraktorit/eve

Emri _____

Adresa _____

Tel/Fax _____

E-mail _____

Faqja e Internetit _____

4.3 Vlera totale përfundimtare e kontratës *(duke përfshirë lotet opsionet dhe nenkontraktimin):*

Vlera _____ *(pa TVSH)* Monedha _____

Vlera _____ *(me TVSH)* Monedha _____

4.3.1 Vlera totale e nenkontraktimit : _____

Vlera _____ *(pa TVSH)* Monedha _____

Vlera _____ *(me TVSH)* Monedha _____

4.4 Informacione shtesë

Data e shpërndarjes së këtij njoftimi //

Shtojca 18/1

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor për publikim në Buletinin e Njoftimeve Publike]

1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri _____
Adresa _____
Tel/Fax _____
E-mail _____
Faqja në Internet _____

2. Lloji i procedurës: _____

3. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër _____

4. Numri i referencës së procedurës/lotit _____

5. Fondi limit _____

6. Vlera totale përfundimtare e kontratës *(duke përfshirë lotet opsionet dhe nenkontraktimin):*

Vlera _____ *(me TVSH)* Monedha _____

Vlera e nenkontraktimit _____ *me Tvsh* Monedha _____

7. Data e lidhjes së kontratës _____

7. Emri dhe adresa e kontraktorit/nenkontraktorit

Emri _____
Adresa _____
Nr. NIPT _____

Shtojca 19

[Letër me kokë e Bankës / Kompanisë së Sigurimeve]

[Shtojcë për t'u paraqitur nga Operatori Ekonomik]

FORMULARI I SIGURIMIT TË KONTRATËS

[Data]

Për: *[Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]*

Në emër të: *[Emri dhe adresa e ofertuesit të siguruar]*

* * *

Procedura e prokurimit: *[lloji i procedurës]*

Përshkrim i shkurtër i kontratës: *[objekti]*

Publikimi (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike *[Data]* *[Numri]*

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, dhe me kusht që *[emri i ofertuesit të përcaktuar fitues]* t'i jetë akorduar kontrata,

Ne vërtetojmë se *[emri i ofertuesit të përcaktuar fitues]* ka derdhur një depozitë pranë *[emri dhe adresa e bankës / kompanisë së sigurimeve]* në një shumë prej *[monedha dhe vlera, e shprehur në fjalë dhe shifra]* si kusht për sigurimin e ekzekutimit të kontratës, që do të nënshkruhet me *[emri i autoritetit kontraktor]*

Marrim përsipër të transferojmë në llogarinë e *[emri i autoritetit kontraktor]* vlerën e siguruar, brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga kërkesa juaj e thjeshtë dhe e parë me shkrim, pa kërkuar shpjegime, me kusht që kjo kërkesë të përmendë mos-përmbushjen e kushteve të kontratës.

Ky Sigurim është i vlefshëm deri në zbatimin plotë të kontratës.

[Përfaqësuesi i bankës / kompanisë së sigurimeve]

Shtojca 20

FORMULARI I ANKESËS PRANE AUTORITETIT KONTRAKTOR

Ankesë drejtuar: Autoriteti Kontraktor

Seksioni I. Identifikimi i Ankimuesit

Ankimuesi mund të jetë një ofertues ose ofertues i mundshëm (psh, si individ, në partneritet, në bashkëpunim, në bashkim shoqëror).

Emri i plotë i ankimuesit (ju lutem shtypeni)

Adresa

Qyteti

Shteti

Kodi Postar/Kodi
Zip

Nr. Telefoni (duke përfshirë edhe
prefiksin e zonës)

Nr. Faksi (duke përfshirë edhe
prefiksin e zonës)

E-mail

Emri dhe pozicioni i zyrtarit të autorizuar që plotëson ankesën (ju lutem, shtypeni)

Firma e zyrtarit të autorizuar

Data (viti/muaji/dita)

Nr. Telefoni (duke përfshirë prefiksin e zonës)

Nr. Faksi (duke përfshirë prefiksin e zonës)

Seksioni II. Informacion për Procedurën

1. Numër Identifikimi

Plotësoni numrin e kontratës në njoftimin e kontratës ose në dokumentat e tenderit, duke përfshirë llojin e procedurës së përdorur për prokurimin në fjalë (psh, Kërkesë për Propozime(KP), Procedurë e Hapur(PH), Procedurë e Kufizuar(PK), Procedurë me Negociim(PN), Shërbim Konsulencë (SHK), Konkurs Projektimi (KP)).

2. Autoriteti Kontraktor

Emri i autoritetit kontraktor që administron procesin e prokurimit.

3. Vlera e Përlllogaritur e Prokurimit

Llogaritja e vlerës së kontratës (shuma e shprehur në shifra dhe fjalë)

4. Objekti i Kontratës

Përshkrim i shkurtër i punëve/mallrave/shërbimeve që blihen.

5. Afati Përfundimtar për Dorëzimin e Ofertës

Afati përfundimtar për dorëzimin e ofertave.

Data (viti/muaji/dita)

6. Data e Përcaktimit të Kontratës Fituese

Data (viti/muaji/dita) nëse zbatohet

Seksioni III. Përshkrimi i ankesës

1. Baza Ligjore e Ankesës

(shkruani shkeljen ligjore, bazuar në vendime, akte, dokumenta, etj)

2. Deklaratë e Hollësishme e Fakteve dhe Argumenteve

Jepni një deklaratë të hollësishme të fakteve dhe argumenteve që mbështesin ankesën tuaj. Për çdo arsye të ankesës specifikoni datën në të cilën u vutë në dijeni për faktet e lidhura me arsyet e ankesës. Përmendni edhe seksionet përkatëse të dokumentave të tenderit, nëse zbatohen. Përdorni faqe shtesë, nëse është e nevojshme.

3. Lista e Shtojcave

*Që një ankesë të konsiderohet e dorëzuar, ajo duhet të jetë e plotë. Bashkangjisni një kopje të lexueshme të të gjithë dokumentave që kanë lidhje me ankesën tuaj dhe një listë të të gjithë këtyre dokumentave. Dokumentat duhet të përfshijnë normalisht **çdo njoftim të publikuar, të gjitha dokumentat e tenderit, me të gjitha ndryshimet dhe shtojcat, propozimin tuaj**. Përcaktoni se cili prej informacioneve është konfidencial, nëse ka të tillë. Shpjegoni se përse informacioni është i tillë, ose dorëzoni një version të dokumentave përkatëse me pjesët konfidenciale të hequra dhe një përmbledhje të përmbajtjes.*

Dërgojeni formularin e plotësuar të ankesës për prokurimin, të gjitha shtojcat e nevojshme dhe disa kopje shtesë, pranë **autoritetit kontraktor**

Shënim: Për ankesat pranë Komisionit të Prokurimit Publik duhet ti referoheni Formulari të Ankesës se nxjerrë nga ky institucion.

Nr. Faks:

E-mail:

Nënshkrimi dhe Vula e ankuesit

Shtojca 21

DRAFTI I MARRËVESHJES KUADËR (KU TËGJITHA KUSHTET JANË TË PËRCAKTUARA) **PËR PUNË / MALLRA / SHËRBIME**

[Përdorimi i këtij draft marrëveshje është detyruese për të gjitha Autoritetet
Kontraktore qëdo të përdorin marrëveshjen kuadër)

Nr ____

DATA:

Kjo kontratë lidhet më [data], midis [emri dhe adresa e Autoritetit Kontraktor] tani e tutje të referuar si “Autoriteti Kontraktor” dhe [emri dhe adresa e Kontraktuesit] të përfaqësuar nga [përfaqësuesi], tani e tutje i quajtur si “Kontraktuesi”.

Kontraktori, me anë të ofertës së tij, me datë [data] bie dakord të furnizojë mallrat, ashtu siç janë të specifikuar në kushtet e përcaktuara në:

- Këtë kontratë
- Formularine Deklarimit të Ofertës, të paraqitur nga Ofertuesi
- Specifikimet Teknike
- Formularine çmimit të ofertës

Të gjitha këto dokumenta të bashkangjitur përbëjnë pjesë integrale të kësaj kontrate.

Neni 1 Objekti

- 1.1 Objekti i marrëveshjes kuadër është të përcaktojë kushtet, përfshirë çmimet për njësi dhe rregullat për dorëzimin e mallrave/shërbimeve/puneve në vijim.

[përshkrimi i përgjithshëm]

- 1.2 Marrëveshja kuadër do të zbatohet me dërgimin e ftesave për ofertë tek operatorët ekonomikë, palë në marrëveshje. P.sh. kurdoherë që Autoriteti Kontraktor i përfshirë në këtë marrëveshje, do të blejë artikuj në bazë të kësaj kontrate, duhet që të dërgojë “ftesën për ofertë” tek kontraktuesi, duke specifikuar listën me artikuj për furnizim me sasi të tyre përkatëse.
- 1.3 Sasi të parashikuara, janë vetëm sasi orientuese dhe NUK e kushtëzojnë Autoritetin Kontraktor për t’i blerë ato. Autoriteti Kontraktor ka të drejtë të blejë më pak apo më shumë sasi se sa ato të parashikuara.

- 1.4 Kontraktuesi nuk do të ketë të drejtë kompensimi dhe NUK do t'i lejohet të bëjë ndryshime të çmimeve të njësisë, për shembull në rast se autoriteti kontraktor vendosë të blejë më pak apo më shumë sasi se sa ato të specifikuara dhe/ose në rast se autoriteti kontraktor vendos të mos blejë asnjë nga këto sasi për disa artikuj.
- 1.5 Kohëzgjatja e marrëveshjes kuadër:
-

Neni 2 Çmimi

- 2.1 Çmimet për njësi për punë/mallra /shërbime janë treguar në Formularin e Cmimit të Ofertës.
- 2.2 Çmimet e njësive duhet të jenë fikse dhe nuk duhet t'i nënshtrohen ndryshimeve për porositë e vendosura në këtë marrëveshje kuadër.

Nënshkrimet dhe Datat

Për Kontraktuesin		Për Autoritetin Kontraktues	
Emri:		Emri:	
Pozita:		Pozita:	
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:		Data:	
Vula:		Vula:	

Shtojca 22

DRAFTI I MARRËVESHJES KUADËR (KU JO TËGJITHA KUSHTET JANË TË PËRCAKTUARA) PËR PUNË / MALLRA / SHËRBIME

Emri i Autoritetit Kontraktues,

Dhe

Emri i Kontraktuesit

Bien dakord si vijon:

Të nënshkruajnë këtë Marrëveshje kuadër për objektin : < vendosni titullin > me numrin identifikues : <vendosni Numrin e Prokurimit>

Neni 1 Objekti

1.1 Objekti i kësaj marreveshje kuadër është të vendosërregullat për kontratat të cilat do të lidhen përmes procesit të mini-konkursit vetëm ndërmjet operatorëve ekonomike që janë palë e kësaj marrëveshje kuadër.

1.2 Kjo marrëveshje kuadër nuk është një kontratë në vete, por përcakton kushtet për kontratat që do të lidhen në bazë të saj.

1.3 Kontraktuesi është vetëm një nga palët e marrëveshjes kuadër.

Neni 2 Detyrimet e Palëve

2.1 Autoriteti Kontraktues, palë në këtë marrëveshje, do t'i dërgojë kontraktuesit “Ftesën për Oferte” kurdo që paraqitet nevoja për punë/mallra/shërbime.

2.2 Kontraktuesi, detyrohet të dorëzojë një ofertë kurdo që kërkohet nga Autoriteti Kontraktor.

Neni 3 Kontratat në zbatim të marrëveshjes kuadër

3.1 Kontratat do të nënshkruhen vetëm pas procesit të mini-konkursit.

Neni 4 Procesi i mini-konkurrencës

4.1 Procesi i mini- konkursit do të kryhet me të gjithë operatorët ekonomike, palë në marrëveshjen kuadër, kurdoherë që paraqitet nevoja për punë/mallra/shërbime për Autoritetet Kontraktore.

4.2 Autoriteti Kontraktor do të ri-hapëkonkursin në bazë të kushteve të njëjta ose të kushteve të tjera të vendosura në ftesën për ofertë, sipas përcaktimeve në dokumentat e tenderit.

4.3 Kurdoherëqë paraqitet nevoja për punë/mall/shërbim Autoriteti Kontraktor duhet të përgatisë Ftesat për Oferte dhe t'uadërgojë të gjithë operatorëve ekonomike, palë në marrëveshjen kuadër. Vlerësimi i ofertave do të bëhet sipas kritereve të përcaktuara në Ftesën për Ofertë.

Neni 5 Kohëzgjatja e marrëveshjes kuadër

Nënshkrimet dhe datat

Për Kontraktuesin		Për Autoritetin Kontraktues	
Emri :		Emri:	
Pozita:		Pozita:	
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:		Data:	
Vula:		Vula:	

Shtojca 23

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

FORMULARI I NJOFTIMIT TE ANULIMIT

1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri _____
Adresa _____

Dokumentat Standarde të Tenderit

Tel/Fax _____

E-mail _____

Faqja në Internet _____

1. Lloji i procedurës: _____

2. Numri i Referencës: _____

3. Objekti i kontratës _____

4. Fondi limit _____

5. Arsyet e Anulimit:

Bazuar në Ligjin Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar,
neni 24, pika 1:

a) ;

b) ;

c) ;

ç) ;

d) ;

dh) ;

Etj. _____

6. Informacione shtesë

Data e shpërndarjes së këtij njoftimi.