



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KËSHILLI I MINISTRAVE
REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E SHËNDETËSISË DHE MBROJTJES SOCIALE
QENDRA SPITALORE UNIVERSITARE "NËNË TEREZA" TIRANË
NJËSIA E PROKURIMIT

Nr. _____ Prot.
_____._____.2019

Tiranë më,

LËNDA: Shtojcë nr. 2 për modifikimin e DST

Miratoi:

Titullari i Autoritetit Kontraktor

Enkelejdi Joti

Mbështetur në piken 2 neni 42 të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, të ndryshuar, Vendimin e Këshillit të Ministrave Nr. 914 datë 29.12.2014 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, të ndryshuar, bëhen ndryshimet në dokumentet e tenderit (DST) të procedurës së prokurimit: “Procedure e Hapur” me nr. **REF-92848-11-05-2018**, me objekt: **“Furnizim me Materiale Mjekësore në Shërbimin e Hemodializës në QSUT për vitin 2019-2021”**, me fond limit: **199’990’660,55** (njëqind e nëntëdhjetë e nëntë milion e nëntëqind e nëntëdhjetë mijë e gjashtëqind e gjashtëdhjetë, presje pesëdhjetë e pesë) **Lek pa TVSH dhe 239’988’792,66** (dyqind e tridhjetë e nëntë milion e nëntëqind e tetëdhjetë e tetë mijë e shtatëqind e nëntëdhjetë e dy, presje gjashtëdhjetë e gjashtë) **Lek me TVSH, vënë në dispozicion nga Buxheti i Shtetit, për vitin 2019 – 2021**, ku fondi limit nënkupton vlerën e pritshme të kontratave që mund të lidhen përgjatë gjithë marrëveshjes kuadër, për periudhën 2019 - 2021, referuar pikës 7.3 të **Udhëzimit nr. 6 datë 16.01.2018** të Agjencisë së Prokurimit Publik “Për përdorimin e Marrëveshjes Kuadër dhe zhvillimin e saj me mjete elektronike”, të ndryshuar, si dhe rekomandimit nr. 10419 prot., datë 26.11.2018 “Rekomandim mbi përdorimin e marrëveshjes kuadër” të APP, dhe **Fond Limit për Njësi (për 1 Set trajtimi) 5’348,06 (pesë mijë e tre qind e dyzet e tetë, presje zero gjashtë) Lek pa TVSH** ku një SET përbëhet nga disa artikuj, të cilat përbëjnë 1 (një) seancë trajtimi adult/pediatrik, dhe shërben për të vlerësuar ofertën duke u bazuar në çmim për njësi (Set) sipas përcaktimit të pikës 5.3 të **Udhëzimit nr. 6 datë 16.01.2018**. Proedurë prokurimi ku Operatori Ekonomik që do të shpallet fitues, do të ofrojë në përdorim të AK dhe pa pagesë, makinat e hemodializës (adulte/pediatrike) sipas kriterëve të përcaktuara në Dokumentet e Tenderit.

Ishte:

4.3 Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:

Data: **28/01/2019** (dd/mm/vvvv) Ora: **10:00**

Vendi: www.app.gov.al

Kur oferta kërkohet të paraqitet me mjete elektronike operatorët ekonomike duhet të dorëzojnë ofertën në mënyrë elektronike në faqen zyrtare të APP-së, www.app.gov.al

4.4 Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:

Data: **28/01/2019** (dd/mm/vvvv) Ora: **10:00**

Vendi: www.app.gov.al

2. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

2.3 Kapaciteti teknik:

b) Per te gjithë artikujt e ofertuar me shenjen asterisko (*) tek nr, në shtojcën 10 më poshtë, duhet te paraqiten **mostra** ditën e hapjes se ofertave, me date **28.01.2019, Ora: 10:00**. Dorezimi i kampioneve/mostrave, te behet prane Drejtorise Juridike/Sektori Prokurimeve, QSU “Nene Tereza” Tiranë, te mbyllura ne nje zarf/kuti jo transparente te vulosur mbi te cilin te shenohet:

- “Mos e hapni me përjashtim te rasteve kur është i pranishëm Komisioni i Vlerësimit te Ofertave te procedurës se prokurimit « Furnizim me Materiale Mjekësore ne Shërbimin e Hemodializes në QSUT për vitin 2019-2021 » dhe jo para datës 28.01.2019, ora 10 :00.
- Se bashku me mostrat ofertuesi duhet te paraqese edhe një shkrese te vulosur dhe firmosur ku te listohen mostrat qe ndodhen ne zarf/kuti.
- Mbi çdo mostër te dorëzuar, ofertuesi duhet te shënoje Nr. Rendor te Artikullit qe përfaqëson.
- Ne paketimin e çdo mostre duhet te evidentohet qarte origjina e mallit, e cila duhet te përputhet me origjinën e deklaruar nga ofertuesi.

Nëse mostrat e dorëzuara, nuk janë te shoqëruara me listën e inventarizimit dhe te identifikuara sipas Nr. Rendor te formularit te ofertes, nëse ka mungesa mostrash për artikuj te veçante ose nëse origjina e stampuar mbi mostër nuk përputhet me origjinën e deklaruar nga ofertuesi, atëherë oferta do te quhet jo e rregullt dhe rrjedhimisht do te s’kualifikohet.

Shtojca 10

SPECIFIKIMET TEKNIKE

Specifikimi i Materialeve:

Sherbimi I Hemodializes Adulte dhe Pediatrike*				
Nr	Specifikime teknike	Specifikime teknike per materialet mjekesore		SET PËR TRAJTIM (SEANCË)
1*	Solucion Bikarbonati	Bikarbonat pluhur 600-800g me kartixh kompatibel per makinat	cope	

2*	Solucion acidi	per dialize me bikarbonat, perqendrimi 1+44, produkt kompatibel i rekomanduar nga manuali i makines solucionet te ofrohen me perqendrim te ndryshme te elektroliteve te Ca dhe K sipas nevojave te sherbimit (sipas specifikave te pacienteve)	trajtim
3*	Filtra Polysulfon ose Polyethersulfon ose Polynephron Adult	Adult. Me flux te larte; siperfaqe efektive $\geq 1.70m^2$; koeficienti I ultrafiltrimit jo me pak se 50 ml/ore mmHg, volumi mbushes I gjakut jo me shume se 115 ml, ; koeficienti I (sieving coefficient) Beta2-microglobulines te jete jo me pak se 0.70 dhe koeficienti (sieving coefficient) i albumines jo me shume se 0.0022 (per $Q_b=300ml/min$, $Q_f=60ml/min$)	cope
	Filtra Polysulfon ose Polyethersulfon ose Polynephron Adult	Adult. Me flux te larte; siperfaqe efektive $\geq 1.3m^2$; koeficienti I ultrafiltrimit jo me pak se 38 ml/ore mmHg, volumi mbushes I gjakut jo me shume se 95 ml, ; koeficienti I (sieving coefficient) Beta2-microglobulines te jete jo me pak se 0.70 dhe koeficienti (sieving coefficient) i albumines jo me shume se 0.0022 (per $Q_b=300ml/min$, $Q_f=60ml/min$)	cope
	Filtra Polysulfon ose Polyethersulfon ose Polynephron Adult	Adult. Me flux te larte; siperfaqe efektive $\geq 2.0m^2$; koeficienti I ultrafiltrimit jo me pak se 68 ml/ore mmHg, volumi mbushes I gjakut jo me shume se 135 ml, ; koeficienti I (sieving coefficient) Beta2-microglobulines te jete jo me pak se 0.70 dhe koeficienti (sieving coefficient) i albumines jo me shume se 0.0022 (per $Q_b=300ml/min$, $Q_f=60ml/min$)	cope
4*	Filtra Polysulfon ose Polyethersulfon ose Polynephron Pediatrik	Pediatrik. Me fluks te ulet ose te larte; siperfaqe efektive jo me pak 1.0 m ² -1.4 m ² ; koeficienti i ultrafiltrimit jo me pak se 8 ml/ore mmHg, volumi mbushes i gjakut jo me shume se 81 ml	cope
	Filtra Polysulfon ose Polyethersulfon ose Polynephron Pediatrik	Pediatrik. Me fluks te ulet ose te larte; siperfaqe efektive jo me pak 0.6 m ² ; koeficienti i ultrafiltrimit jo me pak se 5 ml/ore mmHg, volumi mbushes i gjakut jo me shume se 52 ml	cope
	Filtra Polysulfon ose Polyethersulfon ose Polynephron Pediatrik	Pediatrik. Me fluks te ulet ose te larte; siperfaqe efektive jo me pak 0.2 m ² ; koeficienti i ultrafiltrimit jo me pak se 2 ml/ore mmHg , volumi mbushes i gjakut jo me shume se 25 ml.	cope
5*	Set linja arterio-venoze	Adult. Kompatibel per makine dialize. I pajisur me filtra per cdo linje monitorimi presioni arterial/venoz. I	komplet

		pajisur me gote venoze per minimizimin e koagulimit, te pershtatshme per sistemet e monitorimit te pajisjes. Sterilizimi Beta ose Gama		
6*	Set linja arterio-venoze	Pediatric. Kompatibel per makine dialize.	cope	
7*	AGE FISTULE ARTERIALE	AGE FISTULE ARTERIALE 16G	cope	
7*	AGE FISTULE VENOZE	AGE FISTULE VENOZE 16G	cope	
8*	Dezinfektant per aparat dialize	Dezinfektant kompatibel per makinën per dezinfektim pastrim dekalifikim te saj. Kompleti te perfshije sasine e nevojshme per dezinfektim te ftohte per cdo trajtim dialize. Gjithashtu te perfshije dezinfektim te ngrohte	trajtim	
a	Dezinfektant I ftohte	Produkt ekologjik I parrezikshem me nje spekter shume te gjere I rekomanduar per dezinfektim te ftohte qe perdoret per cdo séance dialize	trajtim	
b	Dezinfektant I ngrohte	Perdoret per dezinfektant periodik sipas protokollit. Pa nevojë per test mbetjesh	trajtim	
9*	Dezinfektant I jashtem	ka efekt antibakterial, antiviral	trajtim	

Shënim:

- **Afati i skadencës për materialet duhet të jetë:** Data e skadencës ne ditën e lëvrimin te mallit duhet te jete jo me e vogël se 1/2 e kohës ndërmjet datës se prodhimit dhe asaj te skadencës.
- Solucionet do te vijne sipas nevojave te Sherbimit, me përqendrimet të ndryshme të elektroliteve K⁺ dhe Ca⁺⁺.
- Sasite e filtrave me sipërfaqe efektive te caktuara mund te ndryshojne me nje perqindje rreth 5 deri 15% ne varesi te specifikave individuale te pacienteve, sipas kërkesës së shërbimit.

Shënim*: Trajtimi është i llogaritur në SET (pra për një seancë dialize). Për SET-in (për çdo element në tabelën më sipër që shërbejnë për një seancë trajtimi) duhet që Operatorët Ekonomik që do të ofertojnë, në ditën që do të bëhet hapja e procedurës së prokurimit, duhet të paraqesin mostra, sipas kërkesës së parashikuar në Kriteret teknike, germa b.

Bëhet:

4.3 Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:

Data: **04/02/2019** (dd/mm/vvvv) Ora: **10:00**

Vendi: www.app.gov.al

Kur oferta kërkohet të paraqitet me mjete elektronike operatorët ekonomike duhet të dorëzojnë ofertën në mënyrë elektronike në faqen zyrtare të APP-së, www.app.gov.al

4.4 Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:

Data: **04/02/2019** (dd/mm/vvvv) Ora: **10:00**

Vendi: www.app.gov.al

2. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

2.3 Kapaciteti teknik:

b) Per te gjithë artikujt e ofertuar me shenjen asterisko (*) tek nr, në shtojcën 10 më poshtë, duhet te paraqiten **mostra** ditën e hapjes se ofertave, me date **04.02.2019, Ora: 10:00**. Dorezimi i kampioneve/mostrave, te behet prane Drejtorise Juridike/Sektori Prokurimeve, QSU “Nene Tereza” Tiranë, te mbyllura ne nje zarf/kuti jo transparente te vulosur mbi te cilin te shenohet:

- *“Mos e hapni me përjashtim te rasteve kur është i pranishëm Komisioni i Vlerësimit te Ofertave te procedurës se prokurimit «Furnizim me Materiale Mjekësore ne Shërbimin e Hemodializes në QSUT për vitin 2019-2021 » dhe jo para datës 04.02.2019, ora 10 :00.*
- *Se bashku me mostrat ofertuesi duhet te paraqese edhe një shkrese te vulosur dhe firmosur ku te listohen mostrat qe ndodhen ne zarf/kuti.*
- *Mbi çdo mostër te dorëzuar, ofertuesi duhet te shënoje Nr. Rendor te Artikullit qe përfaqëson.*
- *Ne paketimin e çdo mostre duhet te evidentohet qarte origjina e mallit, e cila duhet te përputhet me origjinën e deklaruar nga ofertuesi.*

Nëse mostrat e dorëzuara, nuk janë te shoqëruara me listën e inventarizimit dhe te identifikuara sipas Nr. Rendor te formularit te ofertes, nëse ka mungesa mostrash për artikuj te veçante ose nëse origjina e stampuar mbi mostër nuk përputhet me origjinën e deklaruar nga ofertuesi, atëherë oferta do te quhet jo e rregullt dhe rrjedhimisht do te s’kualifikohet.

Shtojca 10

SPECIFIKIMET TEKNIKE

Specifikimi i Materialeve:

Sherbimi I Hemodializes Adulte dhe Pediatrike*				
Nr	Specifikime teknike	Specifikime teknike per materialet mjekesore		SET PËR TRAJTIM (SEANCE)
1*	Solucion Bikarbonati	Bikarbonat pluhur 600-800g me kartixh kompatibel per makinat	cope	

2*	Solucion acidi	per dialize me bikarbonat, perqendrimi 1+44, produkt kompatibel i rekomanduar nga manuali i makines solucionet te ofrohen me perqendrime te ndryshme te elektroliteve te Ca dhe K sipas nevojave te sherbimit (sipas specifikave te pacienteve)	trajtim
3*	Filtra Polysulfon ose Polyethersulfon ose Polynephron Adult	Adult. Me flux te larte; siperfaqe efektive $\geq 1.70m^2$; koeficienti I ultrafiltrimit jo me pak se 50 ml/ore mmHg, volumi mbushes I gjakut jo me shume se 115 ml, ; koeficienti I (sieving coefficient) Beta2-microglobulines te jete jo me pak se 0.70 dhe koeficienti (sieving coefficient) i albumines jo me shume se 0.0022 (per $Q_b=300ml/min$, $Q_f=60ml/min$)	cope
	Filtra Polysulfon ose Polyethersulfon ose Polynephron Adult	Adult. Me flux te larte; siperfaqe efektive $\geq 1.3m^2$; koeficienti I ultrafiltrimit jo me pak se 38 ml/ore mmHg, volumi mbushes I gjakut jo me shume se 95 ml, ; koeficienti I (sieving coefficient) Beta2-microglobulines te jete jo me pak se 0.70 dhe koeficienti (sieving coefficient) i albumines jo me shume se 0.0022 (per $Q_b=300ml/min$, $Q_f=60ml/min$)	cope
	Filtra Polysulfon ose Polyethersulfon ose Polynephron Adult	Adult. Me flux te larte; siperfaqe efektive $\geq 2.0m^2$; koeficienti I ultrafiltrimit jo me pak se 68 ml/ore mmHg, volumi mbushes I gjakut jo me shume se 135 ml, ; koeficienti I (sieving coefficient) Beta2-microglobulines te jete jo me pak se 0.70 dhe koeficienti (sieving coefficient) i albumines jo me shume se 0.0022 (per $Q_b=300ml/min$, $Q_f=60ml/min$)	cope
4*	Filtra Polysulfon ose Polyethersulfon ose Polynephron Pediatrik	Pediatrik. Me fluks te ulet ose te larte; siperfaqe efektive jo me pak 1.0 m ² -1.4 m ² ; koeficienti i ultrafiltrimit jo me pak se 8 ml/ore mmHg, volumi mbushes i gjakut jo me shume se 81 ml	cope
	Filtra Polysulfon ose Polyethersulfon ose Polynephron Pediatrik	Pediatrik. Me fluks te ulet ose te larte; siperfaqe efektive jo me pak 0.6 m ² ; koeficienti i ultrafiltrimit jo me pak se 5 ml/ore mmHg, volumi mbushes i gjakut jo me shume se 52 ml	cope
	Filtra Polysulfon ose Polyethersulfon ose Polynephron Pediatrik	Pediatrik. Me fluks te ulet ose te larte; siperfaqe efektive jo me pak 0.2 m ² ; koeficienti i ultrafiltrimit jo me pak se 2 ml/ore mmHg , volumi mbushes i gjakut jo me shume se 25 ml.	cope
5*	Set linja arterio-venoze	Adult. Kompatibel per makine dialize. I pajisur me filtra per cdo linje monitorimi presioni arterial/venoz. I	komplet

		pajisur me gote venoze per minimizimin e koagulimit, te pershtatshme per sistemet e monitorimit te pajisjes. Sterilizimi Beta ose Gama ose Etilen Oksid EO		
6*	Set linja arterio-venoze	Pediatrik. Kompatibel per makine dialize.	cope	
7*	AGE FISTULE ARTERIALE	AGE FISTULE ARTERIALE 16G	cope	
7*	AGE FISTULE VENOZE	AGE FISTULE VENOZE 16G	cope	
8*	Dezinfektant per aparat dialize	Dezinfektant kompatibel per makinën per dezinfektim pastrim dekalifikim te saj. Kompleti te perfshije sasine e nevojshme per dezinfektim te ftohte per cdo trajtim dialize. Gjithashtu te perfshije dezinfektim te ngrohte	trajtim	
a	Dezinfektant I ftohte	Produkt ekologjik I parrezikshem me nje spekter shume te gjere I rekomanduar per dezinfektim te ftohte qe perdoret per cdo séance dialize	trajtim	
b	Dezinfektant I ngrohte	Perdoret per dezinfektant periodik sipas protokollit. Pa nevojë per test mbetjesh	trajtim	
9*	Dezinfektant I jashtem	ka efekt antibakterial, antiviral	trajtim	

Shënim:

- **Afati i skadencës për materialet duhet të jetë:** Data e skadencës ne ditën e lëvrimnit te mallit duhet te jete jo me e vogël se 1/2 e kohës ndërmjet datës se prodhimit dhe asaj te skadencës.
- Solucionet do te vijne sipas nevojave te Shërbimit, me përqendrimet të ndryshme të elektroliteve K⁺ dhe Ca⁺⁺.
- Sasite e filtrave me sipërfaqe efektive te caktuara mund te ndryshojne me nje perqindje rreth 5 deri 15% ne varesi te specifikave individuale te pacienteve, sipas kërkesës së shërbimit.

Shënim*: Trajtimi është i llogaritur në SET (pra për një seancë dialize). Për SET-in (për çdo element në tabelën më sipër që shërbejnë për një seancë trajtimi) duhet që Operatorët Ekonomik që do të ofertojnë, në ditën që do të bëhet hapja e procedurës së prokurimit, duhet të paraqesin mostra, sipas kërkesës së parashikuar në Kriteret teknike, germa b.

NJËSIA E PROKURIMIT: