



REPUBLIKA E SHQIPERISE
AGJENCIA E PROKURIMIT PUBLIK



DOKUMENTAT STANDARDE
TË PROCEDURËS SË HAPUR
MALLRA

**“Blerje autoambulanca për Qendrën Kombëtare të Urgjencës
Mjekësore”**

I NJOFTIMI I KONTRATËS

Seksioni 1. Autoriteti Kontraktor

1.1 Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri Agjencia e Blerjeve të Përqendruara
Adresa Ministria e Brendshme, Sheshi Skënderbej, nr. 3, Tiranë
Tel/Fax +355 42 247 865
E-mail Jonarda.Qurku@mb.gov.al
Ani.Omuri@mb.gov.al
Lorena.Bitri@mb.gov.al
Faqja e Internetit www.mb.gov.al

1.2 Lloji i autoritetit kontraktor:

Institucion qendror ☒ Institucion i pavarur
Njesi e qeverisjes vendore ☒ Tjetër

1.3 Kontratë në kuadrin e një Marrëveshjeje të veçantë ndërmjet Shqipërisë dhe një Shteti tjetër

Po ☐ Jo ☐ X

Seksioni 2. Objekti i kontratës

2.1 Numri i referencës së procedurës: REF-82575-08-09-2018

- Loti I. “Blerje autoambulancë modeli A”: REF-82577-08-09-2018
- Loti II. “Blerje autoambulancë modeli C”: REF-82579-08-09-2018

2.2 Lloji i “Kontratave Publike për Mallra”

Blerje Qira Leasing Blerje me këste Një kombinim i tyre
X

2.3 Kontratë në bazë të Marrëveshjes Kuadër

Po Jo X

2.4 Lloji i Marreveshjes Kuadër

Me një Operator Ekonomik

Me disa operatorë ekonomikë

Të gjitha kushtet janë të përcaktuara Po Jo

2.5 Numri i operatorëve ekonomikë me të cilët do të perfundojë Marrëveshja Kuadër: _____ (Këtu duhet të përcaktohet numri maksimal i operatorëve ekonomikë me të cilët do të lidhet Marrëveshja Kuadër).

2.6	Kushtet që do zbatohen në rastin e rihapjes së konkurimit dhe/ose përdorimi i mundshëm i blerjes elektronike . _____	
-----	--	--

2.7 Autoriteti kontraktor/Autoritetet kontraktore të cilat do të lidhin marrëveshjen kuadër: _____

Public Health Sector

2.8 Përshkrim i shkurtër i kontratës/marrëveshjes kuadër

1. Fondi limit: 198,640,011 (njëqind e nëntëdhjetë e tetë milion e gjashtëqind e dyzetë mijë e njëmbëdhjetë) lekë pa TVSH.
2. Burimi i Financimit: Buxheti i Shtetit
3. Objekti i kontratës: «Blerje autoambulanca për Qendrën Kombëtare të Urgjencës Mjekësore»

2.9 Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin:

Kohëzgjatja: Nga data e lidhjes së kontratës deri më 17 dhjetor 2018.

ose

duke filluar nga // me përfundim në //

2.9.1. Kohëzgjatja e Marrëveshjes Kuadër

Kohëzgjatja në muaj: ose ditë: (nga nënshkrimi i Marrëveshjes Kuadër (jo më shumë se (4) vjet)		
Ose duke filluar nga	//	(dd/mm/vvvv)
Përfunduar më	//	(dd/mm/vvvv)

2.10 Vendi i dorëzimit të objektit të kontratës/marrëveshjes kuadër:

Prane autoritetit kontraktor: Qendra Kombëtare e Urgjencës Mjekësore.

2.11 Ndarja në LOTE:

	Po	X	Jo
Nëse po,			

2.12 Përshkrim i shkurtër i loteve (Objekti dhe fondi limit i LOTEVE)

- Loti I. “Blerje autoambulancë modeli A” me fondin limit 184,095,170 (njëqind e tetëdhjetë e katër milion e nëntëdhjetë e pesë mijë e njëqind e shtatëdhjetë) lekë pa TVSH.
- Loti II. “Blerje autoambulancë modeli C” me fondin limit 14,544,841 (katërmëdhjetë milion e pesëqind e dyzetë e katër mijë e tetëqind e dyzetë e një) lekë pa TVSH.

Një Ofertues mund të aplikojë për [një lot], [disa lote], [të gjitha lotet]. Për çdo lot paraqitet një ofertë e veçantë.

2.13 Opsionet:

Numri i rinovimeve të mundshme (nëse ka):

Ose: nga në

2.14 Do të pranohen variantet:

Po	Jo	X
----	----	---

2.14.1 Do të pranohet nenkontraktimi:

Po Jo **X**

Nese do te lejohet nenkontraktimi, te specifikohet perqindja e lejuar per nenkontraktim: _____

Autoriteti kontraktor do t'i beje pagesa te drejperdrejte nenkontraktorit:

Po Jo

Shenime te tjera

2.15. Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë të Informacionit dhe Komunikimit (TIK) janë përdorur standartet e përgatitura nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit:

Po Jo **X**

2.16. Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë të Informacionit dhe Komunikimit (TIK), në rastin kur standartet janë të pa-aplikueshme, është marrë miratimi paraprak nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit:

Po Jo **X**

Seksioni 3 Informacioni ligjor, ekonomik, financiar dhe teknik

3.1 Kriteret e Pranimit sipas shtojcës 9.

3.2 Sigurimi i Ofertës¹: nuk kërkohet (i zbatueshëm në rastin e procedurave të prokurimit me vlerë më të lartë se kufiri i lartë monetar, në rast se kërkohet nga autoriteti kontraktor).

Operatori Ekonomik paraqet Formularin e sigurimit të ofertës, kur kërkohet, sipas Shtojcës 4. Vlera e kërkuar e sigurimit të ofertës është _____ Lekë (shuma e shprehur në fjalë).

Në rastet e dorëzimit të ofertës për Lote, vlera e sigurimit të ofertës, kur kërkohet, për secilin nga Lotet është si më poshtë:

Loti 1 _____ Lekë

Loti 2 _____ Lekë

Seksioni 4 Procedura

4.1 Lloji i procedurës: E Hapur

Procedurë prokurimi e rishpallur

Po **X** Jo

Nëse është procedurë e rishpallur të plotësohen të dhënat identifikuese të procedurës së anuluar:

a) Numri i referencës në sistemin e prokurimit elektronik të procedurës së prokurimit të anuluar:

Numri i referencës së procedurës: REF 75249-06-18-2018

- Loti I. “Blerje autoambulancë modeli A”: **REF 75251-06-18-2018**
- Loti II. “Blerje autoambulancë modeli C”: **REF 75253-06-18-2018**

b) Objekti i prokurimit të procedurës së prokurimit të anuluar: ”Blerje autoambulanca për Qendrën Kombëtare të Urgjencës Mjekësore” ndarë në 2 (dy) lote, si më poshtë:

- Loti I. “Blerje autoambulancë modeli A” me fondin limit 184 095 170 (njëqind e tetëdhjetë e katër milion e nëntëdhjetë e pesë mijë e njëqind e shtatëdhjetë) lekë pa TVSH.
- Loti II. “Blerje autoambulancë modeli C” me fondin limit 14 544 841 (katërmëdhjetë milion e pesëqind e dyzetë e katër mijë e tetëqind e dyzetë e një) lekë pa TVSH.

c) Fondi limit i procedurës së prokurimit të anuluar: 198,640,011 (njëqind e nëntëdhjetë e tetë milion e gjashtëqind e dyzetë mijë e njëmbëdhjetë) lekë pa TVSH

4.2 Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:

A) çmimi më i ulët X

Në rastin e procedurave të prokurimit për furnizimin me karburante, gazoil, benzol dhe karburant për ngrohje, **çmimi më i ulët** bazohet në:

- i) çmimi i bursës, sipas Reuters lëvruar sipas kushtit CIF-Shqipëri, i cili është publikuar në Buletinin e fundit të Njoftimeve Publike, para datës së dorëzimit dhe hapjes së ofertave;
- ii) elementet fiskale, përfshi akcizën, taksë karboni si dhe çdo taksë tjetër sipas legjislacionit në fuqi;
- iii) marzhi më i ulët i fitimit, të shprehur në përqindje.

Vlera absolute e marzhit të fitimit nuk do të ndryshojë gjatë ekzekutimit të kontratës, në rast të luhatjes së çmimeve.

Ose

B) oferta ekonomike më e favorshme

lidhur me rëndësinë: Çmimi **pikë**

etj. **pikë**

Autoriteti Kontraktor duhet të specifikojë pikët për çdo kriter vlerësimi të vendosur.

4.3 Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:

Data: **03/09/2018** (dd/mm/vvvv) Ora: **11:00**

Vendi: app.gov.al

Kur oferta kërkohet të paraqitet me mjete elektronike operatorët ekonomike duhet të dorëzojnë ofertën në mënyrë elektronike në faqen zyrtare të APP-së, www.app.gov.al

4.4 Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:

Data: **03/09/2018** (dd/mm/vvvv) Ora: **11:00**

Vendi: Agjencia e Blerjeve të Përqendruara, Ministria e Brendshme.

Informacioni mbi ofertat e paraqitura me mjete elektronike duhet t'i komunikohet të gjithë atyre Operatorëve Ekonomikë që kanë dorëzuar oferta, në bazë të kërkesës së tyre.

4.5 Periudha e vlefshmërisë së ofertave: 150 dite (e shprehur në ditë)

4.6 Gjuha (-ët) për hartimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:

Shqip	X	Anglisht
Tjetër	_____	

Seksioni 5 Informacione plotësuese

5.1 Dokumenta me pagesë (i zbatueshëm vetëm për procedurat që nuk zhvillohen me mjete elektronike):

Po	Jo	X
----	----	----------

Nëse Po

Monedha _____ Çmimi _____

Ky çmim mbulon kostot aktuale të kopjimit dhe shpërndarjes së DT tek Operatorët Ekonomikë. Operatorët Ekonomikë të interesuar kanë të drejtë të kontrollojnë DT para blerjes së tyre.

5.2 Informacione shtesë (vendi, zyra, mënyrat për tërheqjen e dokumentave të tenderit)

Data e shpërndarjes së këtij njoftimi **10/08/2018**



Njoftimi i kontrates për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor, i cili do të publikohet në Buletinin e Njoftimeve Publike

1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri Agjencia e Blerjeve të Përqendruara
Adresa Ministria e Brendshme, Sheshi Skënderbej, nr. 3, Tiranë
Tel/Fax +355 42 247 865
E-mail Ani.Omuri@mb.gov.al
Jonarda.Qurku@mb.gov.al
Lorena.Bitri@mb.gov.al
Faqja e Internetit www.mb.gov.al

2. Lloji i procedurës së prokurimit: Procedure e hapur

3. Numri i referencës së procedurës: REF-82575-08-09-2018

- Loti I. “Blerje autoambulancë modeli A”: REF-82577-08-09-2018
- Loti II. “Blerje autoambulancë modeli C”: REF-82579-08-09-2018

4. Objekti i kontratës: “Blerje autoambulanca për Qendrën Kombëtare të Urgjencës Mjekësore”, ndarë në 2 (dy) lote, si më poshtë:

- Loti I. “Blerje autoambulancë modeli A” me fondin limit 184 095 170 (njëqind e tetëdhjetë e katër milion e nëntëdhjetë e pesë mijë e njëqind e shtatëdhjetë) lekë pa TVSH.
- Loti II. “Blerje autoambulancë modeli C” me fondin limit 14 544 841 (katërmëdhjetë milion e pesëqind e dyzetë e katër mijë e tetëqind e dyzetë e një) lekë pa TVSH.

5. Fondi limit: 198,640,011 (njëqind e nëntëdhjetë e tetë milion e gjashtëqind e dyzetë mijë e njëmbëdhjetë) lekë pa TVSH.

6. Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin: Nga data e lidhjes së kontratës, deri më 17 dhjetor 2018.

7. Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:

Data: **03/09/2018** Ora: **11:00**

Vendi: www.app.gov.al,

8. Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje :

Data: **03/09/2018** Ora: **11:00**

Vendi: Agjencia e Blerjeve të Përqendruara, Ministria e Brendshme.

II. UDHËZIME PËR OPERATORËT EKONOMIKË

Seksioni 1. Hartimi i ofertës

- 1.1 Operatorët Ekonomikë janë të detyruar të përgatisin oferta, në përputhje me kërkesat e përcaktuara në këto DT. Ofertat që nuk përgatiten në përputhje me këto DT do të refuzohen si të papranueshme.
- 1.2 Operatori Ekonomik përballon kostot që lidhen me përgatitjen dhe dorëzimin e ofertës së tij. Autoriteti Kontraktor nuk është përgjegjës për këto kosto.
- 1.3 Për procedurat e prokurimit që zhvillohen në rrugë shkresore, origjinali i ofertes duhet të shtypet ose të shkruhet me bojë që nuk fshihet. Të gjitha fletët e ofertës duhet të lidhen së bashku dhe të numerizohen. Të gjitha fletët e ofertës, përveç literaturës së pandryshueshme e të printuar duhet të pajisen me initiale ose të nënshkruhen nga Personi (-at) e autorizuar. Çdo ndryshim në ofertë duhet të jetë i lexueshëm dhe i firmosur nga Personat e Autorizuar.
- 1.4 Në rast të ofertave të paraqitura nga një bashkim operatorësh ekonomik, oferta duhet të shoqërohet me Prokurën/autorizimin me Shkrim për Personat e Autorizuar që do të përfaqësojnë bashkimin gjatë procedurës së prokurimit

1.5 **Oferta duhet të përfshijë dokumentat e mëposhtëm:**

a) Formulari i Ofertës, plotësuar sipas Shtojcës 1 të DT ose Shtojcës 2 të DT (në rastin e procedurave të prokurimit për furnizimin me karburante, gazoil, benzol dhe karburant për ngrohje).

b) Dokumentat që lidhen me objektin e prokurimit (*skica, katalogje, kampione etj*)

_____,
_____,
_____.

c) Dokumentat dhe vërtetimet e kërkuara në Shtojcën 8.

ç) (Opsion) ofertën alternative teknike (nëse parashikohet)

Një Operator Ekonomik duhet të paraqesë vetëm një ofertë.

1.6 Fshthtësia e procesit sipas nenit 25 të LPP-së.

1.7 Për procedurat e prokurimit që zhvillohen në rrugë shkresore, Operatorët Ekonomikë duhet të dorëzojnë vetëm ofertën origjinale të futur në një zarf jotransparent, të mbyllur, të vulosur dhe firmosur me emrin dhe adresën e Ofertuesit dhe të shënuar: “Ofertë për furnizimin e mallrave; Nr e Njoftimit _.

“MOS E HAPNI, ME PËRJASHTIM TË RASTEVE KUR ËSHTË I PRANISHËN KOMISIONI I VLERËSIMIT TË OFERTËS, DHE JO PARA dd/mm/vv _____ orës _____”

Kur oferta kërkohet të paraqitet me mjete elektronike, operatorët ekonomike duhet të dorëzojnë ofertën në mënyrë elektronike në faqen zyrtare të APP-së, ëëë.app.gov.al.

- 1.8 Për procedurat e prokurimit që zhvillohen në rrugë shkresore, ofertuesit mund të modifikojnë ose të tërheqin ofertat e tyre, me kusht që ky modifikim ose tërheqje të kryhet para afatit kohor përfundimtar për paraqitjen e ofertave. Si modifikimet, ashtu edhe tërheqjet duhet t'i komunikohen Autoritetit Kontraktor me shkrim para datës së fundit për dorëzimin e ofertave. Zarfi që përmban deklaratën e Ofertuesit duhet të shënohet përkatësisht: **“MODIFIKIM OFERTE”** ose **“TËRHEQJE OFERTE”**.

Kur oferta kërkohet të paraqitet me mjete elektronike, ofertuesi mund të modifikojë në çdo kohë ofertën deri përpara përfundimit të afatit kohor për dorëzimin e ofertave, pa patur nevojë për ndonjë komunikim me autoritetin kontraktor, pasi veprimet kryhen në llogarinë e tij, në faqen zyrtare të APP-së, ëëë.app.gov.al.

Seksioni 2 Përlllogaritja e ofertës ekonomike

- 2.1 Operatori Ekonomik duhet të plotësojë Formularin e Ofertës bashkangjitur me këto DT, duke përcaktuar mallrat që do të levrohen, sasisë dhe çmimin e tyre.
- 2.2 Të gjitha çmimet duhet të kuotohen në Monedhën Shqiptare (Lek), duke përfshirë edhe tatimet që zbatohen, por pa përfshirë TVSH. Nëse çmimet kuotohen në një monedhë të huaj, atëherë ato duhet të kthehen në Lekë Shqiptare sipas kursit zyrtar të këmbimit të Bankës së Shqipërisë, në datën në të cilën është dërguar për publikim njoftimi i kontratës dhe duhet të ruhen në atë kurs deri në skadimin e periudhës së vlefshmërisë së ofertës.
- 2.3 Ofertuesi duhet të shënojë në Formularin e Ofertës, çmimet totale të ofertës të të gjitha Mallrave, pa TVSH. Vlera e TVSH, kur aplikohet, i shtohet çmimit të dhënë dhe përbën vlerën totale të ofertës.
- 2.4. Në rastin e nje marrëveshje kuadër ku të gjitha kushtet NUK janë përcaktuar, çmimet për kontratat e bazuara në marrëveshjen kuadër nuk janë të fiksuara; ato janë objekt i ndryshimit pas një mini-konkursi midis operatorëve ekonomikë, palë në marreveshjen kuadër.
- 2.5 Sigurimi i Ofertës, kur kërkohet, duhet të dorëzohet bashkë me ofertën para skadimit të afatit kohor për dorëzimin e ofertave. Mospajtimi me kërkesat për sigurimin e ofertës do të ketë si pasojë refuzimin e ofertës.
- 2.6 Sigurimi i Ofertës mund të dorëzohet në një nga format e mëposhtme:
- a) garanci bankare
 - b) garanci sigurimi

Formulari i sigurimit të ofertës duhet të nënshkruhet nga lëshuesi (Banka, kompania e

sigurimit, etj) dhe duhet të dorëzohet së bashku me ofertën para hapjes së ofertave, përndryshe oferta do të refuzohet.

Dokumentat si më sipër duhet të jenë të vlefshëm përgjatë gjithë periudhës së vlefshmërisë së ofertës. Në rastin kur sigurimi i ofertës ka formën e një garancie bankare, Autoriteti Kontraktor ia rikthen ofertuesve sigurimin përkatës brenda 15 ditëve nga nënshkrimi i kontratës.

2.7 Periudha e Vlefshmërisë së Ofertës

Periudha e vlefshmërisë së ofertës fillon që nga momenti i hapjes së ofertave. Në çdo rast, të paktën 5 ditë nga përpara përfundimit të afatit kohor për vlefshëminë e ofertave, autoriteti kontraktor mund t'i kërkojë Ofertuesit me shkrim të zgjasë periudhën e vlefshmërisë, deri në një datë të caktuar. Ofertuesi mund t'a refuzojë këtë kërkesë me shkrim pa humbur të drejtën për rimbursim të sigurimit të ofertës, kur ka një tillë. Ofertuesi që bie dakord të zgjasë periudhën e vlefshmërisë së ofertës njofton Autoritetin Kontraktor me shkrim, dhe paraqet një sigurim oferte të zgjatur, nëse ka pasur një të tillë. Oferta nuk mund të modifikohet. Nëse Ofertuesi nuk i përgjigjet kërkesës së bërë nga Autoriteti Kontraktor lidhur me zgjatjen e periudhës së vlefshmërisë së ofertës, ose nuk e pranon kërkesën në fjalë, ose nuk paraqet një sigurim të zgjatur të ofertës, kur kërkohet, atëherë Autoriteti Kontraktor do të refuzojë ofertën.

2.8 Veprimet e jashtëligjshme sipas Nenit 26 të LPP-së

Seksioni 3. Vlerësimi i Ofertave

3.1 Kriteret e për zgjedhjes

(Opsioni 1) Çmimi më i ulët i ofertës së kualifikuar.

Kontrata do t'i akordohet atij Ofertuesi që ka ofruar çmimin më ulët të ofertës.

Në rastin e procedurave të prokurimit për furnizimin me karburante, gazoil, benzol dhe karburant për ngrohje, **çmimi më i ulët** bazohet në:

- i) çmimi i bursës, sipas Reuters lëvruar sipas kushtit CIF-Shqipëri, i cili është publikuar në Buletinin e fundit të Njoftimeve Publike, para datës së dorëzimit dhe hapjes së ofertave;
- ii) elementet fiskale, përfshi akcizën, taksë karboni si dhe çdo taksë tjetër sipas legjislacionit në fuqi;
- iii) marzhi më i ulët i fitimit, të shprehur në përqindje.

Vlera absolute e marzhit të fitimit nuk do të ndryshojë gjatë ekzekutimit të kontratës, në rast të luhatjes së çmimeve.

(Opsioni 2) Oferta ekonomikisht më e favorshme.

Për kriteret vlerësuese duhet përcaktuar qartë pesha specifike e secilit kriter dmth sa pikë do të ketë çdo kriter dhe si do të llogariten pikët për ofertuesit e njëpasnjëshëm.

Të gjitha kriteret e vendosura për vlerësimin e ofertave duhet të jenë sa më objektive dhe të shprehen në shifra. Në çdo rast, kur kriteret janë më shumë se një, pesha e kriterit të cmimit nuk do të jetë më pak se 50 pikë. Pikët maksimale që do të marrë një ofertë do të jenë 100.

Formula me të cilën do të llogariten pikët e ofertuesve në këtë rast është:

$$Po = Pk1 + Pk2 + Pk3 + \dots$$


Ku:

Po - janë pikët totale të ofertës së vlerësuar

Pk1/Pk2/Pk3/... - janë pikët për çdo kriter të vlerësuar

Pikët për çdo kriter përlllogariten sipas formulës: _____

$$Pk1 = V_{min\ k1} \times P_{max\ k1} / Ok1$$



Pk1 _____	Pikët e kriterit që vlerësohet
V _{min k1}	Vlera e më e ulët e kriterit që vlerësohet
P _{max k1}	Pikët maksimale që i jepen kriterit që vlerësohet
Ok1	Treguesi i ofertës për kriterin që vlerësohet

Sqarim: Si kriter vlerësimi duhet të përzgjidhet vetëm njëri prej opsioneve. Plotësimi i të dy opsioneve e bën procedurën të pavlefshme.

3.2 Korrigjimi i gabimeve dhe pjesët e hequra

3.2.1 Autoriteti Kontraktor korrigjon ato gabime në ofertë, që janë thjesht të një natyre aritmetike, nëse gabimi zbulohet gjatë shqyrtimit të ofertave. Autoriteti Kontraktor e njofton menjëherë Ofertuesin në fjalë me një njoftim me shkrim/elektronik mbi çdo korrigjim të tillë dhe mund të vazhdojë me ndryshimin e gabimit, me kusht që Ofertuesi t'a ketë miratuar këtë komunikim që i është bërë. Nëse Ofertuesi refuzon të pranojë korrigjimin e propozuar, atëherë oferta do të refuzohet, pa konfiskim të sigurimit të ofertës, nëse ekziston një e tillë.

3.2.2 Gabimet në llogaritjen e çmimit do të korrigjohen nga Autoriteti Kontraktor, si më mëposhtë:

- në rast se ka mospërputhje ndërmjet shumave të shprehura në shifra dhe atyre në fjalë,

atëherë do të mbizotërojnë shumat e shprehura në fjalë, me përjashtim të rasteve kur shumat në fjalë lidhet me një gabim aritmetik;

- nëse ka mospërputhje ndërmjet çmimit njësi dhe vlerës së përgjithshme që merret nga shumëzimi i çmimit njësi dhe sasisë, atëherë do të mbizotërojnë çmimi njësi, dhe rrjedhimisht duhet të korrigjohet shumat në total, nëse ka një gabim në një shumë total, që korrespondon me mbledhjen ose zbritjen e nëntotaleve, atëherë do të mbizotërojnë nëntotali dhe totali duhet të korrigjohet. Shumat e korrigjuara në këtë mënyrë janë të detyrueshme për ofertuesin. Nëse ofertuesi nuk i pranon ato, atëherë oferta e tij do të refuzohet *Ofertat me gabime aritmetike refuzohen, kur shumat absolute të të gjitha korrigjimeve janë më shumë se $\pm 2\%$ e vlerës së ofertës ekonomike të ofruar*

3.3 Ofertat anomalisht të ulëta

3.3.1 Nëse oferta e dorëzuar, rezulton anomalisht e ulët në lidhje me mallrat e ofruara, atëherë Autoriteti Kontraktor i kërkon Ofertuesit në fjalë të justifikojë çmimin e ofruar. Nëse Ofertuesi nuk arrin të japë një justifikim që të bindë Autoritetin Kontraktor, atëherë ky i fundit ka të drejtë të refuzojë ofertën.

3.3.2 Oferta do të cilësohet anomalisht e ulët sipas përcaktimit të bërë në nenin 66 të Kreut VII të RrPP .

Në rastin kur janë të vlefshme dy ose më pak oferta, në përputhje me nenin 56, të LPP-së, oferta vlerësohet anomalisht e ulët kur ajo është ulur më shumë se 25 përqind e fondit limit të përlllogaritur.

Në rastin kur janë të vlefshme tre ose më shumë oferta, në përputhje me nenin 56 të LPP-së, oferta vlerësohet anomalisht e ulët nëse vlera e saj do të jetë më e vogël se 85 përqind e mesatares së ofertave të vlefshme.

Nëse një apo disa oferta vlerësohen si anomalisht të ulëta, komisioni i vlerësimit të ofertave duhet të kërkojë sqarime nga ofertuesit, përpara se të marrë vendim për kualifikimin ose jo të tyre, në përputhje me nenin 56 të LPP.

Në çdo rast ofertuesi ka detyrimin të argumentojë dhe dokumentojë me prova shkrese sqarimet mbi elementin/elementët e veçantë të ofertës, në përputhje me kërkesat e nenit 56 të LPP.

Formula që do të zbatohet për të cilësuar një ofertë anomalisht të ulët, në rastin kur ka tre ose më shumë oferta të vlefshme është si më poshtë:

O – Oferta

M_O – Mesatarja e Ofertave të vlefshme

n – Numri i Ofertave të vlefshme

Z_M – Zbritja e Mundshme

$$M_O = O_1 + O_2 + O_3 + \dots O_n / n$$

$$Z_M = 85 \% Mo$$

Vlera e Ofertës që vlerësohet $< Z_M$, si rrjedhim Oferta është Anomalisht e Ulët

Në rastin kur kriter vlerësimi është përzgjedhur oferta ekonomikisht më e favorshme, do të verifikohet nëse ofertat janë anomalisht të ulëta vetëm nëse oferta e klasifikuar me pikët më të larta e ka ofertën ekonomike me vlerën më të ulët.

3.4. Ankimi administrativ në dispozicion të Operatorëve Ekonomikë sipas nenit 63 të LPP-së.

Seksioni 4. Nënshkrimi i Kontratës

4.1 Njoftimi i fituesit

Autoriteti Kontraktor njofton Ofertuesin fitues, përmes dërgimit të njoftimit të fituesit, siç parashikohet në Shtojcën 14. Një kopje e këtij njoftimi publikohet në Buletinin e Njoftimeve Publike, siç kërkohet në Nenin 58 të LPP-së.

4.2 Sigurimi i kontratës

4.2.1 Autoriteti Kontraktor kërkon sigurim për ekzekutimin e kontratës. Shuma e sigurimit për ekzekutimin e kontratës do të jetë 10 % e vlerës së kontratës. Formulari i Sigurimit të Kontratës, sipas Shtojcës 19 të DT, duhet të nënshkruhet dhe të dorëzohet para nënshkrimit të kontratës.

4.2.2 Sigurimi për ekzekutimin e kontratës mund të dorëzohet në një nga format e mëposhtme:

- i. garanci bankare
- ii. garanci sigurimi

Ky formular nuk përdoret nga autoritetet kontraktore në rastin e prokurimit të kontratave sektoriale.

4.3 Njoftimi i kontratës së nënshkruar

Në pajtim me RrPP, pas nënshkrimit të kontratës, autoriteti kontraktor dërgon një njoftim në APP për publikim në Buletinin e Njoftimeve Publike.

Shënim: Autoritetet kontraktore nuk duhet të ndërhyjnë për të bërë asnjë lloj ndryshimi në dokumentat e tenderit nga pika 1 në pikën 4.

III. SHTOJCAT

Shtojcat e mëposhtme janë pjesë përbërëse e DT:

Shtojca 1: Formulari i Ofertës ekonomike

Shtojca 2: Formulari i Ofertës ekonomike, në rastin e procedurave të prokurimit për furnizimin me karburante, gazoil, benzol dhe karburant për ngrohje

Shtojca 3: Ftesa për Ofertë në rastin e Marrëveshjes Kuadër

Shtojca 4: Formulari i Sigurimit të Ofertës

Shtojca 5: Formulari i Informacionit Konfidencial

Shtojca 6: Deklaratë mbi përmbushjen e specifikimeve teknike nga operatori ekonomik

Shtojca 7: Deklarata për konfliktin e interesit

Shtojca 8: Deklaratë mbi përmbushjen e kriterëve të përgjithshme

Shtojca 9: Kriteret e Përgjithshme të Pranimi/Kualifikimit

Shtojca 10: Specifikimet teknike

Shtojca 11: Planifikimi i kontratave në marrëveshjen kuadër

Shtojca 12: Sasia e mallrave dhe kushtet e lëvrimit

Shtojca 13: Formulari për Njoftimin S'kualifikimit

Shtojca 14: Formulari i Njoftimit të Fituesit

Shtojca 15 Formulari i Njoftimit të Operatorëve Ekonomike të suksesshëm në Marrëveshjen Kuadër

Shtojca 16: Kushtet e Përgjithshme të Kontratës

Shtojca 17: Kushtet e Vecanta të Kontratës

Shtojca 18: Formulari i njoftimit të Kontratës së nënshkruar

Shtojca 18/1: Formulari i njoftimit të Kontratës së nënshkruar për publikim në Buletinin e Njoftimeve Publike

Shtojca 19: Formulari i Sigurimit të Kontratës

Shtojca 20: Formulari i Ankesës në Autoritetin Kontraktor

Shtojca 21: Draft Marrëveshja Kuadër ku Jo të gjitha kushtet janë të përcaktuara

Shtojca 22: Draft Marrëveshja Kuadër ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara

Shtojca 23: Formulari i Njoftimit të Anullimit

Shtojca 1

[Shtojcë për t'u plotësuar nga operatori ekonomik]

FORMULARI I OFERTËS EKONOMIKE

Emri i Ofertuesit _____

Për: [Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]

* * *

Procedura e prokurimit: [lloji i procedurës]

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [objekti]

Publikimi (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]/Nr.Referencës në faqen e APP-së

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, Ne, të nënshkruarit, deklarojmë se:

1. Çmimi total i ofertës sonë është [monedha dhe vlera e ofertës]; pa TVSH;
2. Çmimi total i ofertës sonë është [monedha dhe vlera e ofertës]; me TVSH

1	2	3	4	5	6
Nr	Përshkrimi i mallrave	Sasia	Çmimi Njësi	Çmimi Total	Afati
Çmimi Neto)					
TVSH (%)					
Çmimi Total					

Nënshkrimi i ofertuesit _____

Vula _____

Shënim: Çmimet duhet të shprehen në Monedhën ____ (kërkuar në dokumentat e tenderit)

Shtojca 2

[Shtojcë për t'u plotësuar nga operatori ekonomik në rastin e procedurave të prokurimit për furnizimin me karburant, gazoil, benzol dhe karburant per ngrohje]

FORMULARI I OFERTËS EKONOMIKE

Emri i Ofertuesit _____

Për: [Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]

* * *

Procedura e prokurimit: [lloji i procedurës]

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [objekti]

Publikimi (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, Ne, të nënshkruarit, deklarojmë se:

1. Marzhi ynë i fitimit i shprehur në përqindje është si më poshtë:

1	2	3	5
Nr	Përshkrimi i mallrave	Marzhi i fitimit i shprehur në përqindje	Afati i levrimit

Nënshkrimi i ofertuesit _____

Vula _____

Shtojca 3

[Shtojcë për tu plotësuar nga autoriteti kontraktor në Marrëveshjen Kuadër gjatë rihapjes së procesit të mini-konkursit]

FTESA PËR OFERTË

(shkruani emrin e Autoritetit Kontraktor)

fton për të paraqitur oferta në procedurën për furnizimin e mallrave të mëposhtme:

.....
.....
.....

(jepni një përshkrim të saktë të objektit të kontratës dhe sasisë siç përkufizohet në Dokumentat e Tenderit (DT).

Vendi i Dorëzimit të Mallit

(jepni një përshkrim të shkurtër)

Malli duhet të dorëzohet brenda datës

Oferta duhet të paraqitet

[Jep adresën e saktë]

Përpara

[Përcaktoni datën dhe orën]

Kriteret e përcaktimit të ofertës fituese

Forma e komunikimit:

Me shkrim

elektronike (email, fax, etj)



Shtojca 4.

[Letër me kokë e Bankës / Kompanisë së Sigurimeve]

[Shtojcë për t'u paraqitur nga operatori ekonomik kur kërkohet nga autoriteti kontraktor]

FORMULARI I SIGURIMIT TË OFERTËS

[Data]

Për: *[Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]*

Në emër të: *[Emri dhe adresa e ofertuesit të siguruar]*

* * *

Procedura e prokurimit *[lloji i procedurës]*

Përshkrim i shkurtër i kontratës: *[objekti]*

Publikimi *(nëse zbatohet)*: Buletini i Njoftimeve Publike *[Data]* *[Numri]/Nr.Referencës në faqen e APP-se*

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur,

Ne vërtetojmë se *[emri i ofertuesit të siguruar]* ka derdhur një depozitë pranë *[emri dhe adresa e bankës / kompanisë së sigurimit]* me një vlerë prej *[monedha dhe vlera, e shprehur në fjalë dhe shifra]* si kusht për sigurimin e ofertës, dorëzuar nga operatori i lartpërmendur ekonomik.

Marrim përsipër të transferojmë në llogarinë e *[emri i autoritetit kontraktor]* vlerën e siguruar, brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga kërkesa juaj e thjeshtë dhe e parë me shkrim, pa kërkuar shpjegime, me kusht që kjo kërkesë të përmendë mospërmbushjen e njërit nga kushtet e mëposhtme:

- Ofertuesi e ka tërhequr ose ka ndryshuar ofertën, pas afatit përfundimtar për paraqitjen e ofertave ose para afatit përfundimtar, nëse është përcaktuar kështu në dokumentat e tenderit;
- Ofertuesi ka refuzuar nënshkrimin e kontratës së prokurimit kur autoriteti kontraktor e kërkon një gjë të tillë;
- Ofertuesi nuk ka paraqitur sigurimin e kontratës, ku oferta është shpallur fituese ose nuk ka plotësuar ndonjë kusht tjetër përpara nënshkrimit të kontratës së përcaktuar në dokumentat e tenderit.

Ky Sigurim është i vlefshëm për periudhën e specifikuar në *[njoftimin e kontratës ose ftesën për tender]*.

[Përfaqësuesi i bankës / kompanisë së sigurimit]

Shtojca 5

LISTA E INFORMACIONIT KONFIDENCIAL

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Operatori Ekonomik, nëse është rasti]

LISTA E INFORMACIONIT KONFIDENCIAL

(Shënoni më poshtë informacionin që dëshironi të mbahet konfidencial)

Lloji, natyra e informacionit që duhet të mbetet konfidencial	Numri i faqes dhe pikat e DT që dëshironi të mbeten konfidenciale	Arsyet pse ky informacion duhet të mbetet konfidencial	Afati kohor që ky informacion të mbetet konfidencial

KUJDES

Çdo e dhënë, që nuk është regjistruar si e dhënë konfidenciale, do të konsiderohet se titullari i këtyre të drejtave ka dhënë vetë pëlqimin për dhënien e informacionit përkatës dhe Autoriteti Kontraktor nuk mban asnjë përgjegjësi për publikimin e këtij informacioni.

Nuk përbën sekret tregtar informacioni, që duhet të bëhet publik në bazë të ligjit, që lidhet me shkeljen e ligjit, apo që duhet të publikohet në bazë të praktikave të mira tregtare e parimeve të etikës tregtare. Përhapja e këtij informacioni vlerësohet e ligjshme, nëse nëpërmjet këtij akti synohet të mbrohet interesi publik.

Përfaqësuesi i ofertuesit

Nënshkrimi

Vula

Shtojca 6

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Operatori Ekonomik]

DEKLARATË MBI PERMBUSHJEN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE

Deklaratë e operatorit ekonomik pjesëmarrës në procedurën e prokurimit publik, që do të zhvillohet në datë _____ nga Autoriteti Kontraktor _____ me objekt _____ me fond limit _____.

Unë i nënshkruari _____, me cilësinë e _____ të personit juridik _____ deklaroj se:

Përbushim të gjitha specifikimet teknike, të përcaktuara në dokumentat e tenderit dhe e vërtetojmë këtë me çertifikata e dokumenta (nëse kërkohen nga autoriteti kontraktor), të dorëzuar bashkë me këtë deklaratë.

Data e dorëzimit të deklaratës _____

Përfaqësuesi i ofertuesit

Nënshkrimi

Vula

Shtojca 7

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Operatori Ekonomik]

DEKLARATË **Mbi konfliktin e interesave**

Deklaratë e operatorit ekonomik pjesëmarrës në procedurën e prokurimit publik që do të zhvillohet në datë _____ nga Autoriteti Kontraktor _____ me objekt _____ me fond limit _____.

Konflikti i interesit është gjendja e konfliktit ndërmjet detyrës publike dhe interesave privatë të një zyrtari, në të cilën ai ka interesa privatë, të drejtpërdrejta ose të tërthorta që ndikojnë, mund të ndikojnë ose duket sikur ndikojnë në kryerjen në mënyrë të padrejtë të detyrave dhe përgjegjësi të tij publike.

Në zbatim të nenit 21 pika 1 e Ligjit Nr. 9367, datë 07.04.2005, kategoritë e zyrtarëve përcaktuar në Kreun III, Seksioni II, që iu ndalohet në mënyrë absolute të përfitojnë në mënyrë të drejtpërdrejtë ose të tërthortë nga lidhja e kontratave me një palë një institucion publik janë:

- Presidenti i Republikës, Kryeministri, zvkryeministri, ministrat, ose zvministrat, Deputetet, Gjyqtarët e Gjykatës Kushtetuese, Gjyqtarët e Gjykatës së Lartë, Kryetari i Kontrollit të Lartë të Shtetit, Prokurori i Përgjithshëm, Gjyqtarët e Prokurorët në nivelin e Gjykatës së Shkallës së Parë e në atë të Apelit, Avokati i Popullit, Anëtari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Anëtari i Këshillit të Lartë të Drejtësisë, Inspektori i Përgjithshëm i Inspektoratit të Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave, Anëtarët e Enteve Rregullatore, (Këshilli i Mbikqyrjes i Bankës së Shqipërisë, përfshirë Guvernatorin dhe Zv/Guvernatorin; të konkurrencës, telekomunikacionit; energjisë; furnizimit me ujë; të sigurimeve; letrave me vlerë; mediave), Sekretarët e Përgjithshëm të institucioneve qendrore si dhe çdo zyrtar tjetër, në çdo institucion publik, që është të paktën i barazvlefshëm për nga pozicioni me drejtorët e përgjithshëm, titullarët e institucioneve të administratës publike që nuk janë pjesë e shërbimit civil.

Për zyrtarët e nivelit të mesëm drejtues sipas nenit 31, dhe për zyrtarët e parashikuar në nenin 32 të kreut të III, seksioni 2 të këtij ligji, ndalimi sipas pikës 1 të këtij neni, për shkak të interesave private të zyrtarit, të përcaktuara në këtë pikë zbatohet vetëm në lidhjen e kontratave në fushën e territorit dhe të juridiksionit të institucionit, ku punon zyrtari. Ky ndalim zbatohet edhe kur palë është një institucion i varësisë.

Kur zyrtari është në funksionin e kryetarit a të nënkryetarit të bashkisë, komunës ose të këshillit të qarkut, të anëtarit të këshillit përkatës ose është zyrtar i nivelit të lartë drejtues të një njësie të

qeverisjes vendore, ndalimi për shkak të interesave privatë të zyrtarit, të përcaktuara në këtë pikë, zbatohet vetëm në lidhjen e kontratave, sipas rastit, me bashkinë, komunën ose këshillin e qarkut, ku zyrtari ushtron këto funksione. Ky ndalim zbatohet edhe kur palë në kontratë është një institucion publik, në varësi të kësaj njësie (neni 21 pika 2 e Ligjit Nr. 9367, datë 07.04.2005).

Ndalimet e përcaktuara në nenin 21 pika 1, 2 të Ligjit Nr. 9367, datë 07.04.2005, me përjashtimet përkatëse, zbatohen në të njëjtën masë edhe për personat e lidhur me zyrtarin që në kuptim të këtij ligji janë **bashkëshorti/ja, bashkëjetuesi, fëmijë në moshë madhorë, prindërit e zyrtarit të bashkëshortit/es dhe bashkëjetuesit/es.**

Unë i nënshkruari _____, me cilësinë e përfaqësuesit të personit juridik _____ deklaroj nën përgjegjësinë time personale se:

Jam në dijeni të kërkesave dhe ndalimeve të përcaktuara në Ligjin Nr. 9367, datë 07.04.2005 “Për parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve publike” i ndryshuar, si dhe në aktet nënligjore të nxjerra në zbatim të tij nga Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive si dhe të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.

Në përputhje me to deklaroj se asnjë zyrtar i përcaktuar në **Kreun III, Seksioni II** të Ligjit Nr. 9367, datë 7.4.2005, dhe në këtë deklaratë, nuk zotëron interesa private në mënyrë të drejtpërdrejtë ose të tërthortë me personin juridik që unë përfaqësoj.

Data e dorëzimit të deklaratës _____

Emri, Mbiemri, Nënshkrimi

Vula

Shtojca 8

[*Shtojcë për t'u plotësuar nga Operatori Ekonomik*]

DEKLARATË MBI PËRMBUSHJEN E KRITEREVE TË PËRGJITHSHME

Deklaratë e operatorit ekonomik pjesëmarrës në procedurën e prokurimit që do të zhvillohet në datë _____ nga Autoriteti Kontraktor _____ me objekt _____ me fond limit _____.

Unë i nënshkruari _____ me cilesinë _____ të operatorit ekonomik _____ deklaroj nën përgjegjësinë time të plotë se:

- Operatori ekonomik _____ është i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Biznesit dhe ka në fushën e veprimtarisë objektin e prokurimit. Në rastin kur ofertuesi është një organizatë jofitimprurëse, duhet të deklarojë se është i regjistruar si person juridik, sipas Ligjit Nr.8788, datë 07.05.2001 “Për Organizatat jo Fitimprurëse”.
- Operatori ekonomik _____ nuk është dënuar për shkelje penale, në përputhje me Nenin 45/1 të LPP,
- Operatori ekonomik _____ nuk është dënuar me vendim të gjykatës së formës së prerë, për vepra që lidhen me veprimtarinë profesionale,
- Operatori ekonomik _____ nuk është në proces falimentimi (statusi aktiv),
- Operatori ekonomik _____ ka paguar të gjitha detyrimet për pagimin e tatimeve e të kontributeve të sigurimeve shoqërore, sipas legjislacionit në fuqi

Në çdo rast, autoriteti kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme mbi vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga operatori ekonomik si më sipër.

Data e dorëzimit të deklaratës _____

Emri, Mbiemri, Nënshkrimi

Vula

Shtojca 9

Loti I. “Blerje autoambulancë modeli A”

1. KRITERET E PËRGJITHSHME TË PRANIMIT/KUALIFIKIMIT

Ofertuesi duhet të deklarojë se:

a) Është i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Biznesit dhe ka në fushën e veprimtarisë objektin e prokurimit. Në rastin kur ofertuesi është një organizatë jofitimprurëse, duhet të deklarojë se është i regjistruar si person juridik, sipas Ligjit Nr.8788, datë 07.05.2001 “Për Organizatat jo Fitimprurëse”.

b) nuk është në proces falimentimi, (statusi aktiv)

b) nuk është dënuar për shkelje penale, në përputhje me Nenin 45/1 të LPP,

c) nuk është dënuar me vendim të gjykatës së formës së prerë, për vepra që lidhen me veprimtarinë profesionale.

d) ka paguar të gjitha detyrimet për pagimin e tatimeve e të kontributeve të sigurimeve shoqërore, sipas legjislacionit në fuqi.

Edhe Ofertuesi i huaj duhet të deklarojë se i plotëson të gjitha kërkesat e renditura më sipër nëpërmjet paraqitjes së një vetëdeklarate me shkrim.

Nëse gjuha e përdorur në procedurë është gjuha shqipe, atëherë dokumentat në gjuhë të huaj duhet të shoqërohen me një përkthim të noterizuar në gjuhën shqipe.

Në rastet e bashkimit të operatorëve ekonomikë, çdo anëtar i grupit duhet të dorëzojë vetëdeklaratën e lartpërmendur.

Kriteret e Përgjithshme për Pranim, nuk duhet të ndryshohen nga autoritetet kontraktore.

Këto kritere duhet të plotësohen me dorëzimin e vetëdeklaratës me shkrim të subjektit, në ditën e hapjes së ofertës, sipas Shtojcës 8.

Në çdo rast, autoriteti kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme mbi vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga operatori ekonomik si më sipër.

Veç kësaj, nëse oferta dorëzohet nga një bashkim operatorësh ekonomikë, duhet të dorëzohen:

a. Marrëveshja e noterizuar sipas së cilës bashkimi i operatorëve ekonomikë është krijuar zyrtarisht;

b. Prokura e posaçme.

2. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

1. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:

- a. Sigurimin e ofertës, **nuk kërkohet**, sipas Shtojcës 4;
- b. Deklaratë mbi përmbushjen e specifikimeve teknike, sipas Shtojcës 6;
- c. Deklaratë mbi Konfliktin e Interesit sipas Shtojcës 7;
- ç. Formularin e Ofertës, sipas Shtojcës 1 ose Shtojcës 2 (në rastin e procedurave të prokurimit për furnizimin me karburante, gazoil, benzol dhe karburant për ngrohje);
- d. Vërtetimin që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri.

2.1. Kapaciteti ligjor/profesional i operatorëve ekonomikë:

Ky kriter plotësohet me kriteret e përgjithshme të pranim/kualifikimit.

2.2. Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

1. Operatori ekonomik duhet të paraqesë kopje të certifikuara të bilanceve të viteve 2016, 2017 të paraqitura pranë autoriteteve tatimore përkatëse.
2. Xhiroja mesatare vjetore gjatë tre viteve të fundit, të ketë një vlerë sa 30% e fondit limit të këtij loti. Për këtë operatori ekonomik duhet të paraqesë vërtetim nga Administrata Tatimore për xhiron e realizuar gjatë tre viteve të fundit, nga data e zhvillimit të procedurës.

Public Health Sector

2.3 Kapaciteti teknik:

1. Operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për furnizimet e mëparshme të ngjashme të kryera gjatë 3 (tre) viteve të fundit nga data e zhvillimit të procedurës, në vlerën jo më pak se 30% të vlerës së fondit limit të këtij loti.

Këto furnizime të mëparshme, të ngjashme, duhet të vërtetohen me dokumentacionin si më poshtë:

- a) Kur furnizimet e ngjashme janë realizuar me ent publik, operatori ekonomik duhet të paraqesë vërtetim të lëshuara nga një ent publik dhe / ose fatura tatimore të shitjes ku të shënohen datat, shumat dhe sasi të mallrave të furnizuara.
 - b) Kur furnizimet e ngjashme janë realizuar me subjekte private, operatori ekonomik duhet të paraqesë faturën përkatëse tatimore të shitjes ku të shënohen datat, shumat dhe sasi të mallrave të furnizuara.
2. Operatori ekonomik ofertues duhet të paraqesë autorizim nga prodhuesi i autoambulancës ose nga distributori i autorizuar nga prodhuesi i autoambulancës, për tregtimin e tyre (të përkthyer dhe të noterizuar). Në rast se do të paraqitet kjo e fundit, duhet të vërtetohet lidhja

midis distributorit të autorizuar dhe prodhuesit.

3. Operatori ekonomik duhet të paraqesë një deklaratë që garanton dhe merr përsipër se autoambulanca dhe pajisjet mjekësore që do të ofertojnë janë të prodhuara dhe përmbushin kërkesat, certifikimet dhe standartet e cilësisë të përcaktuara në specifikimet teknike në DST, si dhe faktin se të gjitha certifikatat për standartet e cilësisë duhet të shoqërojnë mallin në momentin e marrjes në dorëzim.
4. Operatori ekonomik duhet të paraqesë një deklaratë ku të përshkruajë dhe të specifikojë sa më poshtë:
 - kompaninë prodhuese, modelin A dhe vendin e prodhimit të automabulancës, si dhe modelin dhe vitin e prodhimit të automjetit.
5. Operatori ekonomik duhet të paraqesë katalogë teknikë/ broshura të autoambulancës model A, ku të përfshihen specifikimet teknike të automjetit dhe kabinës së pacientit, të përkthyer dhe noterizuar. Në katalogë/ broshura duhet të markohen (për lehtësi identifikimi) specifikimet teknike të kërkuara në DST.
6. Operatori ekonomik duhet të paraqesë katalogë teknikë/ broshura ose çdo lloj dokumentacioni tjetër teknik, të përkthyer dhe noterizuar, që vërteton plotësimin e specifikimeve teknike të pajisjeve dhe aparaturave mjekësore të kabinës së pacientit për autoambulancat modeli A të kërkuara në DST, ku të markohen (për lehtësi identifikimi) specifikimet teknike të kërkuara në DST.
7. Operatori ekonomik duhet të paraqesë një deklaratë që merr përsipër dhe garanton mbulimin e periudhës së garancisë sipas përcaktimeve në specifikimet teknike në DST (duke përfshirë 5 vjet garancinë për automjetin, 2 vjet garancinë për autoambulancën (kabinën e pacientit) dhe 2 vjet garancinë për pajisjet dhe aparaturat mjekësore).
8. Operatori ekonomik duhet të paraqesë deklaratë që malli i ofruar (autoambulancat, pajisjet dhe aparaturat mjekësore) janë të reja, të përdorura dhe origjinale.

Të gjithë dokumentat duhet të jenë origjinale ose kopje të noterizuara të tyre. Rastet e mosdorëzimit të një dokumenti, ose të dokumentave të rreme e të pasakta, konsiderohen si kushte për skualifikim.

Shënim: Operatorët ekonomikë që do të ofertojnë në më shumë se një lot, duhet të kenë kapacitetet financiare dhe teknike sa shuma e loteve në të cilat oferton.

Loti II. “Blerje autoambulancë modeli C”

1. KRITERET E PËRGJITHSHME TË PRANIMIT/KUALIFIKIMIT

Ofertuesi duhet të deklarojë se:

- a) Është i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Biznesit dhe ka në fushën e veprimtarisë objektin e prokurimit. Në rastin kur ofertuesi është një organizatë jofitimprurëse, duhet të deklarojë se është i regjistruar si person juridik, sipas Ligjit Nr.8788, datë 07.05.2001 “Për Organizatat jo Fitimprurëse”.
- b) nuk është në proces falimentimi, (statusi aktiv)
- b) nuk është dënuar për shkelje penale, në përputhje me Nenin 45/1 të LPP,
- c) nuk është dënuar me vendim të gjykatës së formës së prerë, për vepra që lidhen me veprimtarinë profesionale.
- d) ka paguar të gjitha detyrimet për pagimin e tatimeve e të kontributeve të sigurimeve shoqërore, sipas legjislacionit në fuqi.

Edhe Ofertuesi i huaj duhet të deklarojë se i plotëson të gjitha kërkesat e renditura më sipër nëpërmjet paraqitjes së një vetëdeklarate me shkrim.

Nëse gjuha e përdorur në procedurë është gjuha shqipe, atëherë dokumentat në gjuhë të huaj duhet të shoqërohen me një përkthim të noterizuar në gjuhën shqipe.

Në rastet e bashkimit të operatorëve ekonomikë, çdo anëtar i grupit duhet të dorëzojë vetëdeklaratën e lartpërmendur.

Kriteret e Përgjithshme për Pranim, nuk duhet të ndryshohen nga autoritetet kontraktore.

Këto kriteret duhet të plotësohen me dorëzimin e vetëdeklaratës me shkrim të subjektit, në ditën e hapjes së ofertës, sipas Shtojcës 8.

Në çdo rast, autoriteti kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme mbi vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga operatori ekonomik si më sipër.

Veç kësaj, nëse oferta dorëzohet nga një bashkim operatorësh ekonomikë, duhet të dorëzohen:

- a. Marrëveshja e noterizuar sipas së cilës bashkimi i operatorëve ekonomikë është krijuar zyrtarisht;
- b. Prokura e posaçme.

2. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

1. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:

- a. Sigurimin e ofertës, **nuk kërkohet**, sipas Shtojcës 4;
- b. Deklaratë mbi përmbushjen e specifikimeve teknike, sipas Shtojcës 6;
- c. Deklaratë mbi Konfliktin e Interesit sipas Shtojcës 7;
- ç. Formularin e Ofertës, sipas Shtojcës 1 ose Shtojcës 2 (në rastin e procedurave të prokurimit për furnizimin me karburante, gazoil, benzol dhe karburant për ngrohje);

d. Vërtetimin që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri.

2. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:

2.1. Kapaciteti ligjor/profesional i operatorëve ekonomikë:

Ky kriter plotësohet me kriteret e përgjithshme të pranim/kualifikimit.

2.2. Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

1. Operatori ekonomik duhet të paraqesë kopje të certifikuara të bilanceve të viteve 2016, 2017 të paraqitura pranë autoriteteve tatimore përkatëse.
2. Xhiroja mesatare vjetore gjatë tre viteve të fundit, të ketë një vlerë sa 30% e fondit limit të këtij loti. Për këtë operatori ekonomik duhet të paraqesë vërtetim nga Administrata Tatimore për xhiron e realizuar gjatë tre viteve të fundit, nga data e zhvillimit të procedurës.

2.3 Kapaciteti teknik:

1. Operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për furnizimet e mëparshme të ngjashme të kryera gjatë 3 (tre) viteve të fundit nga data e zhvillimit të procedurës, në vlerën jo më pak se 30% të vlerës së fondit limit të këtij loti.

Këto furnizime të mëparshme, të ngjashme, duhet të vërtetohen me dokumentacionin si më poshtë:

- a) Kur furnizimet e ngjashme janë realizuar me ent publik, operatori ekonomik duhet të paraqesë vërtetim të lëshuara nga një ent publik dhe / ose fatura tatimore të shitjes ku të shënohen datat, shumat dhe sasi të mallrave të furnizuara.
 - b) Kur furnizimet e ngjashme janë realizuar me subjekte private, operatori ekonomik duhet të paraqesë faturën përkatëse tatimore të shitjes ku të shënohen datat, shumat dhe sasi të mallrave të furnizuara.
2. Operatori ekonomik ofertues duhet të paraqesë autorizim nga prodhuesi i autoambulancës ose nga distributori i autorizuar nga prodhuesi i autoambulancës, për tregtimin e tyre (të përkthyer dhe të noterizuar). Në rast se do të paraqitet kjo e fundit, duhet të vërtetohet lidhja midis distributorit të autorizuar dhe prodhuesit.
 3. Operatori ekonomik duhet të paraqesë një deklaratë që garanton dhe merr përsipër se autoambulanca dhe pajisjet mjekësore që do të ofertojë janë të prodhuara dhe përmbushin kërkesat, certifikimet dhe standartet e cilësisë të përcaktuara në specifikimet teknike në DST,

si dhe faktin se të gjitha certifikatat për standartet e cilësisë duhet të shoqërojnë mallin në momentin e marrjes në dorëzim.

4. Operatori ekonomik duhet të paraqesë një deklaratë ku të përshkruajë dhe të specifikojë sa më poshtë:
-kompaninë prodhuese, modelin C dhe vendin e prodhimit të autombulancës, si dhe modelin dhe vitin e prodhimit të automjetit.
5. Operatori ekonomik duhet të paraqesë katalogë teknikë/ broshura të autoambulancës model C, ku të përfshihen specifikimet teknike të automjetit dhe kabinës së pacientit, të përkthyer dhe noterizuar. Në katalogë/ broshura duhet të markohen (për lehtësi identifikimi) specifikimet teknike të kërkuara në DST.
6. Operatori ekonomik duhet të paraqesë katalogë teknikë/ broshura ose çdo lloj dokumentacioni tjetër teknik, të përkthyer dhe noterizuar, që vërteton plotësimin e specifikimeve teknike të pajisjeve dhe aparaturave mjekësore të kabinës së pacientit për autoambulancat modeli C të kërkuara në DST, ku të markohen (për lehtësi identifikimi) specifikimet teknike të kërkuara në DST.
7. Operatori ekonomik duhet të paraqesë një deklaratë që merr përsipër dhe garanton mbulimin e periudhës së garancisë sipas përcaktimeve në specifikimet teknike në DST (duke përfshirë 5 vjet garancinë për automjetin, 2 vjet garancinë për autoambulancën (kabinën e pacientit) dhe 2 vjet garancinë për pajisjet mjekësore).
8. Operatori ekonomik duhet të paraqesë deklaratë që malli i ofruar (autoambulancat, pajisjet dhe aparaturat mjekësore) janë të reja, të përdorura dhe origjinale.

Të gjithë dokumentat duhet të jenë origjinale ose kopje të noterizuara të tyre. Rastet e mosdorëzimit të një dokumenti, ose të dokumentave të rreme e të pasakta, konsiderohen si kushte për skualifikim.

Shënim: Operatorët ekonomikë që do të ofertojnë në më shumë se një lot, duhet të kenë kapacitetet financiare dhe teknike sa shuma e loteve në të cilat oferton.

Shtojca 10

SPECIFIKIMET TEKNIKE

Loti I. “Blerje autoambulancë modeli A”

I. KËRKESAT PËR STANDARTET E CILËSISË

- Autoambulancat dhe pajisjet të plotësojnë standartin SSH EN 1789:2007+A2:2014

Dokumentat Standarde të Tenderit

- Pajisjet per levizjen e pacienteve me ambulance të plotësojnë standartin SSH EN 1865-1:2010+A1:2015
- Automjeti të jetë i pajisur me Certificate Konformiteti / CE
- Veshja e mureve të brendshme (material vetrorezine/rezine) të plotësojë standartin SSH EN 13501-1:2007+A1:2009 (për qendrueshmerine ndaj zjarrit dhe flakes)
- Impianti elektrik të plotësojë standartet CE (2014/35/EU) dhe të sigurisë së impianteve elektrike sipas normave europiane CE (2014/30/EU)
- Instalimi i implantit 220V/240V të jetë konform normave të IEC 60364-7-708
- Pajisjet mjeksore të plotësojnë standartin CE 93/42
- Të gjitha pajisjet e tjera të plotësojnë standartin CE
- Prodhuesit e automjeteve, ambulancës dhe pajisjeve duhet të plotësojnë standartet e cilësisë ISO 9001:2015.
- Të gjithë automjetet duhet të jenë i njeti model, tip dhe vit prodhimi.
- Furnizimi dhe montimi i pajisjeve dhe atrecaturës në Autoambulanca, sipas kërkesave të dhëna nga AK, duhet të kryhet nga prodhuesi i autoambulancës ose një operator i autorizuar prej tij dhe i certifikuar sipas legjislacionit në fuqi.
- Autoambulanca duhet të furnizohet të pajisura me të gjithë dokumentacionin e kërkuar sipas legjislacionit shqiptar në fuqi.

Public Health Sector

II. SPECIFIKIMET TEKNIKE TË AUTOMJETIT:

Viti i prodhimit të automjetit:	2018
Modeli:	2018
Tipi i motorit:	Motor Nafte (Diezel)
Kapaciteti në litra:	min 2
Konsumi i kombinuar i karburantit:	Max: 9 litra /100km
Emetimi i gazrave:	Euro 6
Norma e CO ²	Euro 6, sipas kategorisë së automjetit
Me tavan të lartë,	
Sistemi i drejtimit hidraulik,	
4 dyer,	
Kambio manuale.	
Sistemi i drejtimit:	Me 4 rrota me një aks aktiv (2 x 4)
Përmasat e ambulancës:	
Gjatësia (mm):	min 5000 - max 6 000
Lartësia (mm):	– max 3 000

Lartësia e kabines së pacientit(mm) : min 1 900

Gjatesia e brendshme e kabines së pacientit (mm): min 3000

Fuqia maksimale motorrike: min 170 kf

Kapaciteti i serbratorit të naftës: min 70litra

Transmisioni: Minimumi 6 marshe, manual

Vendi i drejtuesit: Në të majtë

Me kondicioner klimatik: Në kabinën e drejtuesit dhe në pjesën e pasme të autoambulancës ku asistohet pacienti.

Sisteme elektronike te sigurisë

- ABS – sistemi kundër bllokues i rrotave gjatë frenimit,
- ASR – sistemi kundër rrëshqitjes këndore të rrotave,
- ESP – sistemi i stabilitetit elektronik,
- AIRBAG
- Hill assist
- Sensor parkimi

Xhamat me hapje automatike,

Mbyllje te centralizuar te dyerve dhe komandim ne distancë

Drita mjegulle minimalisht para

Sinjal akustik për marshin indietro.

Sirenë bitonale elektronike e inkorporuar me çift fenelinash/Fenelin një trup drita anesore dhe adezivet anesor,e kompletuar me modulator.

Antenë për frekuenca radio VHF/UHF.

Krik + xhiro makine

Gomë rezervë

GARANCIA : 5 vjet për automjetin.

Public Health Sector

II.1 Përshkrimi i jashtëm i autoambulancës:

Ngjyrat e autoambulancës: E bardhë

Aplikimi në autoambulancë i ngjyrave standarte sipas normativave europiane në fuqi.

Kryqi i esculapit, shenjë ndërkombetare e ndihmës së parë: Vendosja në të dy pjesët anësore, në të dyja dyert e pasme dhe në pjesën e sipërme të gabinës së autoambulancës, me dimensione të përshtatëshme dhe me ngjyrën ndërkombetare.



Shirit perimetral

Aplikimi i një shiriti perimetrale fosforeshent autoadesive me ngjyrë portokalli me madhësi 20cm. Ky shirit vendoset edhe në pjesën e mbrendëshme të dy portave të pasme.



Shkrimi ambulance

Aplikimi mbi kofanon e motorrit, të shkrimit AMBULANCA në të kundërt, me dimensione 6x60 me ngjyrë portokalli fosforeshente

Dizaini i makinës: Të shkruar “Ambulance” në fillim dhe në fund të trupit të mjetit.

Shkrime të personalizuar.

Numri i emergjencës në qendër të trupit të makinës

Shkrime në emër të institucionit të realizuara me karakter dhe ngjyrë sipas institucionit.



III. PAJISJET E PËRGJITHSHME TË KABINËS SË PACIENTIT

GARANCIA : 2 vjet për autoambulancën (kabinën e pacientit).

Veshjet e brendshme

Veshjet e mureve të brendshme me material vetrorezine (fibra xhami), të jenë rezistente ndaj të gjitha substancave për pastrim dhe dezinfektim të cilat janë në bazë kimike ose biologjike – acid dhe rezistente ndaj flakes.


E gjithë hapësira e brendshme të jetë bërë në mënyrë që të gjitha nyjet të mbyllen dhe të veprojnë si një njësi e vetme kompakte. Dizajni i brendshëm të jetë i bardhë ose blu dhe të janë me termo izolim- dhe izolim akustik.



Izolimi - Mes llamarines se jashtme te automjetit dhe veshjes se brendshme prej vetrorezine te kabines se pacientit duhet te kete mbeshjtjelles termoizolues, dhe absorbues akustik, elastik, i pandezshem, rezistent ndaj lageshtires, mykut, antibakterial. Niveli i izolimit termik akustik të sigurojë një qëndrim të këndshëm dhe të reduktojë ndjeshëm humbjen e energjisë për ngrohjen ose ftohjen e hapësirës.




Panel ndarës me material vetrorezine ndërmjet kabinës së shoferit dhe të pasagjerit. Midis kabinës së shoferit dhe kabinës së pacientit të ketë një ndarje me material rezine ku të ketë dritare me xhama rreshqitës ose derë për komunikim. Në pjesën balllore të ketë ndarje ose xhepa për vendosje të materialeve mjekësore dhe sendeve mjekësore.



Mberthimi i pajisjeve-

Të gjitha pajisjet shtesë dhe pajisjet mjekësore të jenë të fiksuara drejtpërdrejt në trupin e automjetit. Pajisjet kryesore dhe struktura fiksohen në telajon e mjetit nëpërmjet sistemeve lidhëse.



Raftet- Raftet duhet te jene te derdhur, të përbërë nga vetrorezinë ose polyretan me bazë këndore të rrumbullakosur dhe të qëndrueshem ndaj goditjeve, rezistent ndaj materialeve te pastrimit, desinfektimit dhe djegjes.

Pjeset e brendëshme ne hapsirën e emergjencës, kabinës së pacientit, të jenë pershtatura per te shfrytezuar sa me mirë hapsirat.

Rafte të jenë mbi përforcimet e çelikut që përdoren për fiksime të sigurtë të njësive shtesë që janë të fiksuara mbi të, me mbyllje të siguruar.

Këto mobilje duhet të jenë me kanata prej xhami me lëvizje bidireksionale, për të shmangur rënien e paisjeve të vendosura në to.



Vende të posacme:

Në anën e majtë të pjesës së pasme të autoambulancës të jenë të montuar rafte dhe të ketë vende të posacme me material vetrorezine, rezistent ndaj flakes, të certifikuara prodhuesi sipas ISO 9001:2015, pajisjet sipas CE dhe [SSH EN 13501-1:2007+A1:2009](#) dhe SSH EN 1789:2007+A2:2014, të përshtatur për vendosjen e aksesorëve si më poshtë:

1. Set imobilizimi për frakturat e gjymtyrëve (splint tre masa)
2. Barela lëvizëse me dyshek.
3. Monitordefibrilator,
4. Bllokues i kollonës cervikale (qafore)
5. aspirator,
6. respirator,
7. Barrele (traume spinale) per shtyllen kurrizore dhe bllokues koke
8. Sistem nxjerrje dhe imobilizimi spinal (KED, Kendrick Extrication Device)
9. Barrelë mushama
10. Spider(Rrip sigurimi)

11. Gërshërë Robin
12. Pompe thithese portative (aspirator),volumi thithes min 1 000 ml, 12 V dhe 220 V
13. Monitordefibrilator per autoambulancat
14. Karroca Transportuese
15. Çanta e autoambulancës
16. Barelë Lugë
17. Karroca lëvizëse portative
18. Bombul zjarrfikëse(estintor) 2 kg
19. Çanta e emergjencës mjekësore për autoambulanca
20. Frigorifer autoambulance për medikamente

Tavani i autoambulancës:

Të jetë i veshur me material vetrorezine qe mund te pastrohet dhe desinfektohet lehtesisht.


Të ketë ndricim maksimal në hapsirën e kabinës së pacientit.

Forma të lejojë futjen e një platforme me qark të dyfishtë për dritën, si gjatë ditës dhe gjatë natës, lehtësisht të inspektueshme, të aspiratorit për ajrim dhe qarkullim të ajrit, të ketë dy mbajtëse serumi të fiksuar në tavan, të ketë dorezë mbajtëse për personelin. Drita suplementare me ndriçim të përqëndruar.



Dyshemeja e autoambulancës:

Dyshemeja të jetë me material të përshtatshëm, të mbulohet me një lloj materiali biokomponent, që e bën sipërfaqen e saj jo të rrëshqitshme, antigërvishje, lehtësisht të dezinfektueshme dhe të thjeshtë për tu larë dhe pastruar.




Dera anësore:

Të jetë e rrëshqitshme, e veshur dhe me izolim, të ketë dy doreza të forta të instaluar në murin anësor dhe të pasëm pranë dyerve, për të lehtësuar ngjitjen e personelit në autoambulancë. Të ketë dritare me xhama rrëshqitës.




Dera e pasme: Me dy dyer me hapje 180°, dyert e pasme të mjetit të jenë me xhama.



Strukturë alumini kundër rrëshqitjes

Veshje e shkallës së pasme dhe anësore të jetë me veshje alumini kundër rrëshqitjes dhe për ruajtjen e dyshemesë së ambulancës.

Shkallë anësore për tu ngjitur në autoambulancë me hapje mekanike e sinkronizuar me hapjen e derës anësore



Dritaret:

Të jenë të mbuluara me xhama opake ose të veshur, me shirita midis tyre që lejojnë shikim.



Bombul zjarrfikëse(estintor) 2 kg:

Të ketë dy bombula(estintor) 2 kg një në kabinën e shoferit dhe një në pjesën e pasme të autoambulancës.

Instalimet Elektrike

Instalimi në kabinën e autoambulancës të një llambe me sistem fizarmonikë LED, që i mundëson shoferit shikimin e hartës rrugore gjatë natës pa e shpërqëndruar nga drejtimi i mjetit. Instalimi i linjave 12V të lidhur direkt me baterine.

Cdo lidhje të ketë një siguresë të vecantë dhe të gjithë të kenë një siguresë kryesore.

Në murin e majtë të ketë të montuara priza elektrike 12V (furnizimi me energji elektrike për karikim monitordefibrilator, aspiratori, frigoriferi i medikamenteve dhe paisjeve që kanë nevojë për karikim).

Ngarkese shtesë / inverter 12 / 220V 500hz. Konektor i drejtpërdrejtë 220V me 2 fole 220V (sipas EN1789).

Implant me dy bateri nga 100A. Realizimi i një sistemi ushqyes me dy bateri. Bateria ndihmëse ushqen e vetme të gjithë ngarkesën elektrike të instaluar. Në rast defekti të baterisë kryesore, një paisje manuale lejon të lidhet bateria ndihmëse me motorrin e autoambulancës për ta ndezur. Në rast defekti të bateris ndihmëse është e mjaftueshme ndezja e motorrit për të ushqyer të gjitha paisjet elktromedikale me energjinë e prodhuar nga dinamoja e mjetit. Sistemi shfrytëzon baterin e parë të mjetit, një bateri e dytë e mbyllur hermetikisht sipas normave e instaluar në gabinën e mjetit. Struktura dhe lidhjet të jenë të realizuara në mënyrë që të evitojnë çdo mundësi të një lidhjeje të shkurtër.

Aspirimi dhe Ventilimi në tavanin e autoambulancës:

Ventilimi të jetë vendosur në tavanin e ambulances. Ky veprim aktivizohet me një buton në pjesën e emergjencës. Daljet e aspirimit dhe ventilimit të jenë të pavarura nga njëra tjetra.



Ngrohje e pavarur me ngrohës(turbinë) që prodhon ajër të ngrohtë me dalje nga posht-lart, në mënyrë të pavarur nga motori, në pjesën e pasme të autoambulancës (sipas EN 1789).

Ndriçimi për pjesën e emergjences

Në tavan, të jenë vendosur 4 dritat të pavarura mbi barelën e cila lejon ndriçimin në të gjithë trupin e pacientit. Në të gjithë gjerësinë e automjetit të ketë ndriçim NEON. Dritat të jenë me timer dhe aktivizohen automatikisht kur hapen dyert. Dritat të jenë të pavarura nga pjesa e drejtimit në pjesën e emergjences.



Sediljet

- Nje sedilje të jetë ngjitur me murin ndarës të gabinës në pjesën e pasme të mjetit, nga jashtë e veshur me material imitim lëkure, e pajisur me rrip sigurimi me tre pika fiksimi dhe me dy mbështetëse duarsh në 2 pjesët anësore.

Një sedilje të jetë në pjesën anësore djathtas, anash barrelës së pacientit, nga jashtë e veshur me material imitim lëkure, e pajisur me rrip sigurimi me tre pika fiksimi dhe me dy mbështetëse duarsh në 2 pjesët anësore.

Numri i përgjithshëm i ulëseve në dhomën e pacientit të jetë minimalisht 1+1.

Të plotesojne standartet SSH EN 1789:2007+A2:2014,

Materiali rezistent ndaj detergjenteve te pastrimit dhe desinfektimit

Dritat

-Drita LED te vendosur në 2 grupe mbi çatinë e mjetit.

- Në parakolp të kete vendosur 2 drita me sinjal Blu.

- Paneli i kontrollit te gjendet në kabinë të shoferit.

- Ndriçimi dhe Paneli i kontrollit në kabinën e pacientit të autoambulancës

Të ketë një panel komandimi që shërben në pjesën e pasme të autoambulancës për kontrollin e impianteve dhe aparaturave të instaluar në bordin e mjetit. Funksionet e parashikuara janë drita gjatë ditës ON/OFF, drita blu nate ON/OFF, ndezje e dritave normale të dollapëve të brendshëm ON/OFF, ngrohje ON/OFF. Buton ndezje për aspirim, ventilim dhe ajrim me rregullues. Butonat janë të ndriçuar me ndezje të thjeshte ose touch screen.

Pamja e jashtme e autoambulancës:

Logot e autoambulancës te vendosura në mënyre të dukshme dhe fluoreshente për shikimin gjatë natës.

Aksesorë të tjerë

- kosh i plehrave, pajimet në derën e pasme, cekic/ leve dhe pajisja për mbrojtje nga zjarri.

IV. Specifikime teknike të pajisjeve dhe aparaturave mjekësore të kabinës së pacientit.

GARANCIA : 2 vjet për paisjet dhe aparaturat mjekësore.

Ambulanca duhet të ketë këto paisje dhe aparatura mjekësore si më poshtë:

Sistemi për oksigjen

-2 bombula oksigjeni 2 litra të transportueshme të pacienti. Të kenë reduktor(manometër) për çdo bombël. Të kenë fole për çdo bombël oksigjeni.

-2 bombula oksigjeni autoambulance statike të vendosura në pjesën e pasme të autoambulancës me volum 7 deri në 10 litra secila.

-Të kenë reduktor(manometër) të presionit me manometër.Të kenë fole për çdo bombël oksigjeni.

-Matës i rrjedhjes me një normë 0-15 l/min me një umidifikues(lagështues).

Pajisjet e sistemit të oksigjenit duhet të plotësojnë standartet SSH EN 1789:2007+A2:2014, ISO 9001:2015, CE dhe standartet për pajisjet e gazrave nën presion.

-Paisje dhe aparatura mjekësore për autoambulanca:

1-Barela lëvizëse me dyshek.



Të ketë barele me katër rrota me mundësi manovrimi për tu transportuar dhe ngarkuar në autoambulancë, me lartësi të ndryshme, me material polikromatik, e paisur me një strukturë dyshemeje, e përbërë prej polietileni me dendësi të lartë, me krahë me sistem hapje/mbyllje të shpejtë, me rrip sigurimi dhe sigures për shkurtim dhe zgjatim të tij, të integruar dhe me sistem fiksimit të certifikuar 10G. Barela të palosëshme.

Përmasat e barelës të jenë nga 1840 deri në 2000 dhe gjerësi nga 550 deri në 600 mm. Pesha e barelës jo më shumë se 45 kg dhe mund të mbajë peshë deri në 250 kg, gjithashtu të ketë frena të pasme, të ketë 4 rrota të rrotullueshme të aktivizueshme me sistemin nga ana e këmbëve të pacientit. Të ketë sistem të ngritjes së pjesës së këmbëve (Trendelenburg).Të ketë dyshek për barelën sipas SSH EN 1865-1:2010+A1:2015 dhe CE 93/42

-Bllokimi i barelës.

Sistem bllokimi anterior dhe posterior për barelën e testuar sipas "10G", në konformitet me kërkesat dhe normat teknike EN 1865 e EN1789.

Plani horizontal i barelës të ketë një suport me sistem spostimi anësor. Plani të jetë i përbërë me material alumini, lehtësisht i pastrueshëm. Sistemi i lëvizjes anësore të ketë bllokues dhe lirues

në disa pika të këtij plani, rrëshqitës për të lehtësuar ngjitjen e barelës në autoambulanc.

2. Set imobilizimi për frakturat e gjymtyrëve (splint tre masa)



- Përmasat e masës S jo më pak se (735 x 640 mm)
- Përmasat e masës M jo më pak se (1100 x 695 mm)
- Përmasat e masës L jo më pak se (1300 x 720 mm)
- Pompë alumini me vakum manual
- Xhepi i papërshkueshëm nga uji me hapësirën ruajtëse për vendosjen e pompës
- Të krijojë një dhomë të brendshme me vakum, që lejon shpërndarjen e parregullt të materialit të pjesës së brendshme, me saldime ultrasonik të gjerë.
- Përdorimin e materialit shumë rezistent, i cili gjithashtu është i lehtë për t'u pastruar dhe numri i madh e shiritave.
- Pozicioni i valvulave është i ndryshëm në të tre madhësitë në mënyrë që ato të mund të vendosen lehtësisht.

3. Bllokues i kollonës cervikale (qafore)



- Të jetë me përmasat jo më pak se 30x30 cm
- Të garantojë gjatë lëvizjes së të dëmtuarit një imobilizim sipas aksit anatomik të sigurt të vertebrave cervikale .
- Të sigurojë kontroll të lëvizjeve aksiale dhe përkuljeve laterale të kollonës.
- Të jetë e realizuar me material polietilieni me densitet të ulët, që siguron pastrim të lehtë.
- Të jetë fleksibël në aplikim, dhe me strukturë të ngurtë për imobilizim.
- Të ketë një hapje të përparme për të lehtësuar aksesin e trakeotomisë

4. Barrele (traume spinale) për shtyllën kurrizore dhe bllokues koke.



- Të përmbushë kërkesat ergonomike sipas standarteve ndërkombëtare
- Të jetë me përmasa jo më pak se 445 x 55 x 1830 cm dhe pesha të jetë nga 8 deri në 12kg, kapaciteti mbajtës i peshës jo më pak se 150 kg.
- Të jetë e përshtatshme për adultët dhe fëmijët.
- Të jetë nga material i përshtatshëm që të lejojë pastrimin dhe dezinfektimin nga infeksionet.
- Të ketë material ngjitës(velkro) për bllokuesin e kokës.
- Të ketë bllokues koke me ngjitës që vendoset dhe të jetë i montueshëm në barrelën spinale.



- Të jetë e përbërë nga material sfungjeri me densitet të lartë dhe nga jashtë e mbuluar me veshje hidrozistente.
- Të parandalojë çdo lëvizje të kokës së të dëmtuarit gjatë transportit.

Public Health Sector

5- Barrelë Luge

Barrelë në formë luge, e çmontueshme e kompletuar me rripat e sigurimit.

Barela në formë luge me dimensione si më poshtë:

Gjatësia jo më pak se 1 650 mm deri në 2 010 mm

Gjerësia: minimumi 400 mm

Gjatësia (e mbyllur): maksimumi 1 200 mm

Pesha jo më shumë se 11 kg

Pesha mbajtja jo më pak se 150 kg.

Materiali i barelës në formë luge duhet të jetë e fortë, e lehtë me hapësira anësore për futjen e dorës dhe lidhjen e rripave të sigurisë.

Duhet të jetë me gjatësi të rregullueshme për ngarkimin e pacientëve me përmasa të ndryshme.

Duhet të jetë e ndërtuar në mënyrë që të ndahet dhe bashkohen për përdorim sipas nevojës.

Forma duhet të jetë në konkavë për të reduktuar në maksimum lëvizjet laterale.

Të ketë tre rripa siguri për mbrojtjen e pacientit dhe me hapje të shpejtë, me kapse femër-mashkull.





6. Sistem nxjerrje dhe imobilizimi spinal (KED, Kendrick Extrication Device)




KED është i përbërë nga një seri steka druri ose material tjetër i ngurtë i veshur me veshje në PVC për të garantuar higjienizimin dhe disinfektimin e shpejtë dhe efikas.

KED mbështjell kokën, kollonën cervicale dhe shtyllën kurrizore në një pozicion gjysëm të ngurtë, që lejon imobilizimin e kollonës në total. Në përgjithësi ka tre rripa në tre nivele me tre ngjyra të ndryshme dhe me dy rripa që kalojnë në kofshë dhe lidhen me KED.

- Të ketë përmasa jo më pak se 90 x 83 cm (gjat x gjer)
- Pesha jo më pak se 3 kg
- Të jetë i furnizuar me:
- Jastëk për t'u përdorur si mbushje për pjesën e prapme të qafës
- Të jetë e ngurtë në drejtim vertikal dhe fleksibilitet horizontalë
- Rripat dhe kapset të jenë të ngjyrosura për njohje të lehtë femër- mashkull.

7-Barrelë mushama:



- Me përmasa afërsisht 200x150 cm
- E përbërë nga; najlon 550 D polipropileni ,me ngarkesë thyerje deri ne 600 kg, për të rritur elasticitetin dhe shirita perforcues për kontrollin e ngarkesës deri ne 600 kg.
- E pajisur me qepje të dyfishta dhe me ngjitje për rritjen e sigurisë, të gjitha të bëra me fibra najloni të qëndrueshme dhe që nuk çahen.

8- Spider(Rrip sigurimi)



- Të mundësojë një fiksion të shpejtë të të dëmtuarit në barrelën spinale, duke garantuar parandalimin e dëmtimeve të strukturave anatomike,
- Të mundësojë një imobilizim korrekt të kolonës dhe artikulacioneve, edhe gjatë transporteve në kushtë të vështira.
- Rripat të jenë prej materiali rezistent, elastik dhe shumë të qëndrueshëm, të kenë në pjesën fundore të tyre ngjitëse (velkro) që mundësojnë fiksimin e sigurt në barrel të pacientit dhe njëkohësisht të mundësojnë shkëputjen e lehtë prej saj, në momentin e heqjes së spiderit (rripit të sigurisë).

9- Gërshërë Robin



Të përbëra nga material celiku, mbështjellëse plastike, në pjesën e dorezave.

10. Pompe thithese portative (aspirator),volumi thithes min 1 000 ml, 12 V dhe 220 V.

Pompe thithese portative të jetë me karikues baterie. Të jetë elektrike dhe me bateri, me peshë nga 2- 3,5 kg. Motor me membranë sigurie për ndalimin e hyrjes së lëngjeve në motorin e aspiratorit. Të ketë depozitë për mbledhjen e sekrecioneve biologjike. Të ketë kabëll për ushqyes 220V dhe suport me qark karikimi.

11. Set diagnostikues i parametrave jetësor, i përbërë si më poshtë:

- Aparat tensioni portabël (sfigmomanometer), lehtësisht i lexueshem nga çdo kend. Manshetat e perfshira si për adult dhe pediatrik..
- Stetoskopi të përbëhet nga membranë që dedektojnë dhe amplifikojnë zhurmat kardiake dhe ato respiratore. Koka e përbërë prej inoksi që të dedektojë dhe tinguj me frekuenc të ulur.
- Termometri elektronik



Pajisja elektronike për matjen e temperaturës së trupit, i thjeshtë në përdorim dhe me precizion të lartë

-Pulsoksimetër për matjen e sasisë së oksigjenit në gjak.



-Glukometër dhe strishot për glukometër



Me sistem për matjen e sasisë së glukozës në gjak. Të masë sasinë e glukozës në gjak, duke e nxjerrë atë nga shiritat në të cilën është hedhur një pikë e gjakut kapilar, shiritat /strishot janë reactive në sajë të elektrodës me sensorë.

12. Monitordefibrilator per autoambulancat:

Të plotësojë karakteristikat si më poshtë:

- Të ketë selektor në tre pozicione
- Pozicion për defibrilim manual, dhe të sinkronizuar për goditje elektrike me piastra manuale.
- Pozicion AED(Automatic External Defibrillation), që do të thotë semiautomatik, që kryen defibrilim me piastra autoadezive.
- Pozicion monitorimi dhe regjistrimi të EKG(Elektrokardiograma).

Të ketë monitor me ngjyra TFT-LCD rezistent kundrejt goditjeve dhe demtimeve, ku te pasqyrohen 12 kanalet e EKG, saturimi i O₂, pulsi, parametrat jetësor, alarmet etj.

Diapazoni i shkarkimit te energji se 1-250J

Koha e karikimit te monitor defibrilatorit per goditje elektrike te jete jo me shume se 8 sekonda per 360 J

Minimumi i kohëzgjatjes se baterisë të jetë 8 orë

Impuls bifazik qe ndryshon sipas specifikave te pacientit ne Automatic Mode

Te identifikojë nese pacienti ka pacemaker te implantuar ose jo per sigurine e tij.

EKG 12 kanale

Pulsoksimetri (saturimi i O₂)

Mates tensioni NIBP per te rritur dhe neonatal

Printer termal te integruar per te printuar EKG-ne 12 kanalshe

Rrip mbajtës dhe xhepa anësore te integruar per ruajtje nga demtimet dhe transport te shpejte te aksesoreve

Memorje per ruajtjen e te dhenave minimum 3 GB

Elektroda pediatrike dhe adulte te integruara

Elektroda ngjitese per defibrilim automatic dhe pacemaker

Aksesor SPO₂ Pulsoksimetri

Aksesor NIBP(presioni arterial)

Mbajtës dhe karikues baterie ne levizije,

13. Karroca/Karrige Transportuese pacienti



Karriget të karakterizohen nga konstruksion alumini,
Doreza të pasme të palosshme anti rrëshqitëse,
Doreza të përparme, të zgjatshme, me mekanizëm bllokimi dhe zhbllokimi.
Ndenjësja e kariges të jetë me material PVC ose Najlon,
Mbështetësja e shpinës të jetë me material PVC ose PE, antirrëshkitës,
Rrotat e pasme me diametër të madh, rrotat e përparme të xhirueshme, të pozicionueshme me bllokues.
E pajisur me mbështetëse për vendosjen e këmbëve të pacienti, si dhe dy rripa për bllokimin e pacientit në karrige.
Karroca duhet të ketë një kapacitet të paktën 180 kg.
Pesha e karrocës nuk duhet të kalojë 10 kg.
Sistemi I fiksimit në dyshtemenë e autoambulancës.

14. Çanta e autoambulancës

Çanta e emergjencës për autoambulanca të ndihmës së parë të jetë multifunksionale, duhet të jetë me përmasa jo më pak se 60x20 cm

- Me qepje dhe me ngjitje
- Me ndarje të brëndshme, 5 çanta të vogla
- Të jetë me zinxhirë, që çmontohet në pjesë të ndryshme.
- Të ketë xhepa anësore me zinxhirë
- Komode në pjesën e shpinës, dhe me rripat me sfungjer
- Të jetë e përshtatshme për vendosjen e seteve të ndryshme (infuzioni, mjekimi, intubimi etj)
- Të jetë e përbërë nga material shumë rezistent me kapacitet të lartë mbajtës dhe me strisho fosforeshente.



(Foto ilustruese e cantave të vogla)

15-Frigorifer autoambulance për medikamente :

Të jetë frigorifer ftohës për autoambulanca për mbajtjen e medikamenteve që duhen ruajtur në temperature të ulta.

Volumi: deri në 10 litra.

Tensioni: 12V/24Vdc. (230V ushqyes/trasformatore,
Të ketë: kavo ushqyese me spina karikimi makine, me dorez transporti.

SHENIM: Te gjitha fotot e pasqyruara në këtë material janë foto ilustruese dhe nuk i referohen asnjë prodhuesi dhe modeli konkret.



Loti II. “Blerje autoambulancë modeli C”

I . KËRKESAT PËR STANDARTET E CILËSISË

- Autoambulancat dhe pajisjet të plotësojnë standartin SSH EN 1789:2007+A2:2014
- Pajisjet për levizjen e pacienteve me ambulance të plotësojnë standartin SSH EN 1865-1:2010+A1:2015
- Automjeti të jetë i pajisur me Certificate Konformiteti / CE
- Veshja e mureve të brendshme (material vetrorëzine/rezine) të plotësojë standartin SSH EN 13501-1:2007+A1:2009 (për qëndrueshmërinë ndaj zjarrit dhe flakes)
- Impianti elektrik të plotësojë standartet CE (2014/35/EU) dhe të sigurisë së impianteve elektrike sipas normave europiane CE (2014/30/EU)
- Instalimi i impiantit 220V/240V të jetë konform normave të IEC 60364-7-708
- Pajisjet mjeksore të plotësojnë standartin CE 93/42
- Të gjitha pajisjet e tjera të plotësojnë standartin CE
- Prodhuarit e automjeteve, ambulancës dhe pajisjeve duhet të plotësojnë standartet e cilësisë ISO 9001:2015.
- Të gjithë automjetet duhet të jenë i njëti model, tip dhe vit prodhimi.
- Furnizimi dhe montimi i pajisjeve dhe atrecaturës në Autoambulanca, sipas kërkesave të dhëna nga AK, duhet të kryhet nga prodhuesi i autoambulancës ose një operator i autorizuar prej tij dhe i certifikuar sipas legjislacionit në fuqi.
- Autoambulancat duhet të furnizohet me pajisura me të gjithë dokumentacionin e kërkuar sipas legjislacionit shqiptar në fuqi.

II. SPECIFIKIMET TEKNIKE TË AUTOMJETIT:

Viti i prodhimit të automjetit:	2018
Modeli:	2018
Tipi i motorit:	Motor Nafte (Diezel)
Kapaciteti në litra:	min 2
Konsumi i kombinuar i karburantit:	Max: 9 litra /100km
Emetimi i gazrave:	Euro 6
Norma e CO ²	Euro 6, sipas kategorisë së automjetit
Me tavan të lartë,	
Sistemi i drejtimit hidraulik,	
4 dër,	
Kambio manuale.	
Sistemi i drejtimit:	Me 4 rrota me një aks aktiv (2 x 4)

Përmasat e ambulancës:

Gjatësia (mm): min 5000 - max 6 000

Lartësia (mm):— max 3 000

Lartësia e kabines së pacientit(mm) : min 1 900

Gjatesia e brendeshme e kabines së pacientit (mm): min 3000

Fuqia maksimale motorrike: min 170 kf

Kapaciteti i serbratorit të naftës: min 70litra

Transmisioni: Minimumi 6 marshe, manual

Vendi i drejtuesit: Në të majtë

Me kondicioner klimatik: Në kabinën e drejtuesit dhe në pjesën e pasme të autoambulancës ku asistohet pacienti.

Sisteme elektronike te sigurisë

- ABS – sistemi kundër bllokues i rrotave gjatë frenimit,
- ASR – sistemi kundër rrëshqitjes këndore të rrotave,
- ESP – sistemi i stabilitetit elektronik,
- AIRBAG
- Hill assist
- Sensor parkimi

Xhamat me hapje automatike,

Mbyllje te centralizuar te dyerve dhe komandim ne distancë

Drita mjegulle minimalisht para

Sinjal akustik për marshin indietro.

Sirenë bitonale elektronike e inkorporuar me **çift fenelinash/Fenelin një trup** drita anesore dhe adezivet anesor,e kompletuar me modulator.

Antenë për frekuenca radio VHF/UHF.

Krik + xhiro makine

Gomë rezervë

Public Health Sector

GARANCIA : 5 vjet për automjetin.

II.1 Përshkrimi i jashtëm i autoambulancës:

Ngjyrat e autoambulancës: E bardhë

Aplikimi në autoambulancë i ngjyrave standarte sipas normativave europiane në fuqi.

Kryqi i esculapit, shenjë ndërkombetare e ndihmës së parë: Vendosja në të dy pjesët anësore, në të dyja dyert e pasme dhe në pjesën e sipërme të gabinës së autoambulancës, me dimensione të përshtatëshme dhe me ngjyrën ndërkombetare.



Shirit perimetral

Aplikimi i një shiriti perimetrale fosforeshent autoadesive me ngjyrë portokalli me madhësi 20cm. Ky shirit vendoset edhe në pjesën e mbrendëshme të dy portave të pasme.



Shkrimi ambulance

Aplikimi mbi kofanon e motorrit, të shkrimit AMBULANCA në të kundërt, me dimensione 6x60 me ngjyrë portokalli fosforeshente

Dizaini i makinës: Të shkruar “Ambulance” në fillim dhe në fund të trupit të mjetit.

Shkrime të personalizuar.

Numri i emergjencës në qendër të trupit të makinës

Shkrime në emër të institucionit të realizuara me karakter dhe ngjyrë sipas institucionit.



III. PAJISJET E PËRGJITHSHME TË KABINËS SË PACIENTIT

GARANCIA : 2 vjet për autoambulancën (kabinën e pacientit).

Veshjet e brendshme

Veshjet e mureve të brendshme me material vetrorezine (fibra xhami), të jenë rezistente ndaj të gjitha substancave për pastrim dhe dezinfektim të cilat janë në bazë kimike ose biologjike – acid dhe rezistente ndaj flakes.

E gjithë hapësira e brendshme të jetë bërë në mënyrë që të gjitha nyjet të mbyllen dhe të veprojnë si një njësi e vetme kompakte. Dizajni i brendshëm të jetë i bardhë ose blu dhe të janë me termo izolim- dhe izolim akustik.




Izolimi - Mes llamarines se jashtme te automjetit dhe veshjes se brendshme prej vetrorezine te kabines se pacientit duhet te kete mbeshjtjelles termoizolues, dhe absorbues akustik, elastik, i pandezshem, rezistent ndaj lageshtires, mykut, antibakterial. Niveli i izolimit termik akustik të sigurojë një qëndrim të këndshëm dhe të reduktojë ndjeshëm humbjen e energjisë për ngrohjen ose ftohjen e hapësirës.



Panel ndarës me material vetrorezine ndërmjet kabinës së shoferit dhe të pasagjerit.


Midis gabinës së shoferit dhe gabinës së pacientit të ketë një ndarje me material rezine ku të ketë dritare me xhama rreshqitës ose derë për komunikim.

Ne pjesën balllore të ketë ndarje ose xhepa për vendosje te materialeve mjekësore dhe sendeve mjekësore.



Mberthimi i pajisjeve-

Të gjitha pajisjet shtesë dhe pajisjet mjekësore të jenë të fiksuara drejtpërdrejt në trupin e automjetit. Pajisjet kryesore dhe struktura fiksohen në telajon e mjetit nëpërmjet sistemeve lidhëse.




Raftet- Raftet duhet te jene te derdhur, të përbërë nga vetrorezinë ose polyretan me bazë këndore të rrumbullakosur dhe të qëndrueshem ndaj goditjeve, rezistent ndaj materialeve te pastrimit, desinfektimit dhe djegjes.

Pjeset e brendëshme ne hapsirën e emergjencës, kabinës së pacientit, të jenë pershtatura per te shfrytezuar sa me mirë hapsirat.

Rafte të jenë mbi përforcimet e çelikut që përdoren për fiksime të sigurtë të njësive shtesë që janë të fiksuara mbi të, me mbyllje të siguruar.

Këto mobilje duhet të jenë me kanata prej xhami me lëvizje bidireksionale, për të shmangur rënien e paisjeve të vendosura në to.



Vende të posacme:

Në anën e majtë të pjesës së pasme të autoambulancës të jenë të montuar rafte dhe të ketë vende të posacme me material vetrorezine, rezistent ndaj flakes, të certifikuara prodhuesi sipas ISO 9001:2015, pajisjet sipas CE dhe [SSH EN 13501-1:2007+A1:2009](#) dhe SSH EN 1789:2007+A2:2014, të përshtatur për vendosjen e aksesorëve si më poshtë:

1. Set imobilizimi për frakturat e gjymtyrëve (splint tre masa)
2. Barela lëvizëse me dyshek.
3. Monitordefibrilator,
4. Bllokues i kollonës cervikale (qafore)
5. aspirator,
6. respirator,
7. Barrele (traume spinale) per shtyllen kurrizore dhe bllokues koke
8. Sistem nxjerrje dhe imobilizimi spinal (KED, Kendrick Extrication Device)
9. Barrelë mushama
10. Spider(Rrip sigurimi)

11. Gërshërë Robin
12. Pompe thithese portative (aspirator),volumi thithes min 1 000 ml, 12 V dhe 220 V
13. Monitordefibrilator per autoambulancat
14. Karroca Transportuese
15. Çanta e autoambulancës
16. Barelë Lugë
17. Karroca lëvizëse portative
18. Bombul zjarrfikëse(estintor) 2 kg
19. Çanta e emergjencës mjekësore për autoambulanca
20. Frigorifer autoambulance
21. Ventilatori Pulmonar

Tavani i autoambulancës:

Të jetë i veshur me material vetrorezine qe mund te pastrohet dhe desinfektohet lehtesisht.


Të ketë ndricim maksimal në hapsirën e kabinës së pacientit.

Forma të lejojë futjen e një platforme me qark të dyfishtë për dritën, si gjatë ditës dhe gjatë natës, lehtësisht të inspektueshme, të aspiratorit për ajrim dhe qarkullim të ajrit, të ketë dy mbajtëse serumi të fiksuar në tavan, të ketë dorezë mbajtëse për personelin. Drita suplementare me ndriçim të përqëndruar.



Dyshemeja e autoambulancës:

Dyshemeja të jetë me material të përshtatshëm, të mbulohet me një lloj materiali biokomponent, që e bën sipërfaqen e saj jo të rrëshqitshme, antigërvishtje, lehtësisht të dezinfektueshme dhe të thjeshtë për tu larë dhe pastruar.




Dera anësore:

Të jetë e rrëshqitshme, e veshur dhe me izolim, të ketë dy doreza të forta të instaluara në murin anësor dhe të pasëm pranë dyerve, për të lehtësuar ngjitjen e personelit në autoambulancë. Të ketë dritare me xhama rrëshqitës.



Dera e pasme: Me dy dyer me hapje 180°, dyert e pasme të mjetit të jenë me xhama.



Strukturë alumini kundër rrëshqitjes

Veshje e shkallës së pasme dhe anësore të jetë me veshje alumini kundër rrëshqitjes dhe për ruajtjen e dyshemesë së ambulancës.

Shkallë anësore për tu ngjitur në autoambulancë me hapje mekanike e sinkronizuar me hapjen e derës anësore

Dritaret:

Të jenë të mbuluara me xhama opake ose të veshur, me shirita midis tyre që lejojnë shikim.



Bombul zjarrfikëse(estintor) 2 kg:

Të ketë dy bombula(estintor) 2 kg një në kabinën e shoferit dhe një në pjesën e pasme të autoambulancës.

Instalimet Elektrike

Instalimi në kabinën e autoambulancës të një lllambe me sistem fizarmonikë LED, që i mundëson shoferit shikimin e hartës rrugore gjatë natës pa e shpërqëndruar nga drejtimi i mjetit. Instalimi i linjave 12V të lidhur direkt me baterine.

Cdo lidhje të ketë një siguresë të vecantë dhe të gjithë të kenë një siguresë kryesore.

Në murin e majtë të ketë të montuara priza elektrike 12V (furnizimi me energji elektrike për karikim monitordefibrilatori, aspiratori, frigoriferi i medikamenteve dhe paisjeve që kanë nevojë për karikim).

Ngarkesë shtesë / inverter 12 / 220V 500hz. Konektor i drejtpërdrejtë 220V me 2 fole 220V (sipas EN1789).

Implant me dy bateri nga 100A. Realizimi i një sistemi ushqyes me dy bateri. Bateria ndihmëse ushqen e vetme të gjithë ngarkesën elektrike të instaluar. Në rast defekti të baterisë kryesore, një paisje manuale lejon të lidhet bateria ndihmëse me motorrin e autoambulancës për ta ndezur. Në rast defekti të bateris ndihmëse është e mjaftueshme ndezja e motorrit për të ushqyer të gjitha paisjet elktromedikale me energjinë e prodhuar nga dinamoja e mjetit. Sistemi shfrytëzon baterin e parë të mjetit, një bateri e dytë e mbyllur hermetikisht sipas normave e instaluar në gabinën e mjetit. Struktura dhe lidhjet të jenë të realizuara në mënyrë që të evitojnë çdo mundësi të një lidhjeje të shkurtër.



Aspirimi dhe Ventilimi në tavanin e autoambulancës:

Ventilimi të jetë vendosur në tavanin e ambulances. Ky veprim aktivizohet me një buton në pjesën e emergjencës. Daljet e aspirimit dhe ventilimit të jenë të pavarura nga njëra tjetra.



Ngrohje e pavarur me ngrohës(turbinë) që prodhon ajër të ngrohtë me dalje nga posht-lart, në mënyrë të pavarur nga motori, në pjesën e pasme të autoambulancës (sipas EN 1789).

Ndriçimi për pjesen e emergjences

Në tavan, të jenë vendosur 4 dritat të pavarura mbi barelën e cila lejon ndriçimin në të gjithë trupin e pacientit. Në të gjithë gjerësinë e automjetit të ketë ndriçim NEON. Dritat të jenë me timer dhe aktivizohen automatikisht kur hapen dyert. Dritat të jenë të pavarura nga pjesa e drejtimit në pjesën e emergjences.



Sediljet

- Nje sedilje të jetë ngjitur me murin ndarës të gabinës në pjesën e pasme të mjetit, nga jashtë e veshur me material imitim lëkure, e pajisur me rrip sigurimi me tre pika fiksimi dhe me dy mbështetëse duarsh në 2 pjesët anësore.

Një sedilje të jetë në pjesën anësore djathtas, anash barrelës së pacientit, nga jashtë e veshur me material imitim lëkure, e pajisur me rrip sigurimi me tre pika fiksimi dhe me dy mbështetëse duarsh në 2 pjesët anësore.

Numri i përgjithshëm i ulëseve në dhomën e pacientit të jetë minimalisht 1+1.

Të plotesojne standartet SSH EN 1789:2007+A2:2014,


Materiali rezistent ndaj detergjenteve te pastrimit dhe desinfektimit

Dritat

-Drita LED te vendosur në 2 grupe mbi çatinë e mjetit.

- Në parakolp të kete vendosur 2 drita me sinjal Blu.

- Paneli i kontrollit te gjendet në kabinë të shoferit.



- Ndriçimi dhe Paneli i kontrollit në kabinën e pacientit të autoambulancës

Të ketë një panel komandimi që shërben në pjesën e pasme të autoambulancës për kontrollin e impianteve dhe aparaturave të instaluara në bordin e mjetit. Funksionet e parashikuara janë drita gjatë ditës ON/OFF, drita blu nate ON/OFF, ndezje e dritave normale të dollapëve të brenshëm ON/OFF, ngrohje ON/OFF. Buton ndezje për aspirim, ventilim dhe ajrim me rregullues. Butonat janë të ndriçuar me ndezje të thjeshte ose touch screen.

Pamja e jashtme e autoambulancës:

Logot e autoambulancës te vendosura në mënyre të dukshme dhe fluoreshente për shikimin gjatë natës.

Aksesorë të tjerë

- kosh i plehrave, pajimet në derën e pasme, cekic/ leve dhe pajisja për mbrojtje nga zjarri.

IV. Specifikime teknike të pajisjeve dhe aparaturave mjekësore të kabinës së

pacientit.

GARANCIA : 2 vjet për paisjet dhe aparaturat mjekësore.

Ambulanca duhet të ketë këto paisje dhe aparatura mjekësore si më poshtë:

Sistemi për oksigjen

-2 bombula oksigjeni 2 litra të transportueshme të pacienti. Të kenë reduktor(manometër) për çdo bombël. Të kenë fole për çdo bombël oksigjeni.

-2 bombula oksigjeni autoambulance statike të vendosura në pjesën e pasme të autoambulancës me volum 7 deri në 10 litra secila.

-Të kenë reduktor(manometër) të presionit me manometër.Të kenë fole për çdo bombël oksigjeni.

-Matës i rrjedhjes me një normë 0-15 l/min me një umidifikues(lagështues).

Pajisjet e sistemit të oksigjenit duhet të plotësojnë standartet SSH EN 1789:2007+A2:2014, ISO 9001:2015, CE dhe standartet për pajisjet e gazrave nën presion.

-Paisje dhe aparatura mjekësore për autoambulanca:

1-Barela lëvizëse me dyshek.



Të ketë barele me katër rrota me mundësi manovrimi për tu transportuar dhe ngarkuar në autoambulancë, me lartësi të ndryshme, me material polikromatik, e paisur me një strukturë dyshemeje, e përbërë prej polietileni me dendësi të lartë, me krahë me sistem hapje/mbyllje të shpejtë, me rrip sigurimi dhe sigures për shkurtim dhe zgjatim të tij, të integruar dhe me sistem fiksimit të certifikuar 10G. Barela të palosëshme.

Përmasat e barelës të jenë nga 1840 deri në 2000 dhe gjerësi nga 550 deri në 600 mm. Peshë e barelës jo më shumë se 45 kg dhe mund të mbajë peshë deri në 250 kg, gjithashtu të ketë frenat e pasme, të ketë 4 rrota të rrotullueshme të aktivizueshme me sistemin nga ana e këmbëve të pacientit. Të ketë sistem të ngritjes së pjesës së këmbëve (Trendelenburg).Të ketë dyshek për barelën sipas SSH EN 1865-1:2010+A1:2015 dhe CE 93/42

-Bllokimi i barelës.

Sistem bllokimi anterior dhe posterior për barelën e testuar sipas "10G", në konformitet me kërkesat dhe normat teknike EN 1865 e EN1789.

Plani horizontal i barelës të ketë një suport me sistem spostimi anësor. Plani të jetë i përbërë me material alumini, lehtësisht i pastrueshëm. Sistemi i lëvizjes anësore të ketë bllokues dhe lirues në disa pika të këtij plani, rrëshqitës për të lehtësuar ngjitjen e barelës në autoambulanc.

2. Set imobilizimi për frakturat e gjymtyrëve (splint tre masa)



- Përmasat e masës S jo më pak se (735 x 640 mm)
- Përmasat e masës M jo më pak se (1100 x 695 mm)
- Përmasat e masës L jo më pak se (1300 x 720 mm)
- Pompë alumini me vakum manual
- Xhepi i papërshkueshëm nga uji me hapësirën ruajtëse për vendosjen e pompës
- Të krijojë një dhomë të brendshme me vakum, që lejon shpërndarjen e parregullt të materialit të pjesës së brendshme, me saldim ultrasonik të gjerë.
- Përdorimin e materialit shumë rezistent, i cili gjithashtu është i lehtë për t'u pastruar dhe numri i madh e shiritave.
- Pozicioni i valvulave është i ndryshëm në të tre madhësitë në mënyrë që ato të mund të vendosen lehtësisht.

3. Bllokues i kollonës cervikale (qafore)




- Të jetë me përmasat jo më pak se 30x30 cm
- Të garantojë gjatë lëvizjes së të dëmtuarit një imobilizim sipas aksit anatomik të sigurt të vertebrave cervikale .
- Të sigurojë kontroll të lëvizjeve aksiale dhe përkuljeve laterale të kollonës.
- Të jetë e realizuar me material polietilieni me densitet të ulët, që siguron pastrim të lehtë.
- Të jetë fleksibël në aplikim, dhe me strukturë të ngurtë për imobilizim.
- Të ketë një hapje të përparme për të lehtësuar aksesin e trakeotomisë

4. Barrele (traume spinale) për shtyllen kurrizore dhe bllokues koke.



- Të përmbushë kërkesat ergonomike sipas standarteve ndërkombëtare
- Të jetë me përmasa jo më pak se 445 x 55 x 1830 cm dhe pesha të jetë nga 8 deri në 12kg, kapaciteti mbajtes i peshës jo më pak se 150 kg.
- Të jetë e përshtatshme për adultët dhe fëmijët.
- Të jetë nga material i përshtatshëm që të lejojë pastrimin dhe dezinfektimin nga infeksionet.
- Të ketë material ngjitës(velkro) për bllokuesin e kokës.
- Të ketë bllokues koke me ngjitës që vendoset dhe të jetë i montueshëm në barrelën spinale.



- Të jetë e përbërë nga material sfungjeri me densitet të lartë dhe nga jashtë e mbuluar me veshje hidrozistente.
- Të parandalojë çdo lëvizje të kokës së të dëmtuarit gjatë transportit.

5- Barrelë Luge

Barrelë në formë luge, e çmontueshme e kompletuar me rripat e sigurimit.

Barela në formë luge me dimensione si më poshtë:

Gjatësia jo më pak se 1 650 mm deri në 2 010 mm

Gjerësia: minimumi 400 mm

Gjatësia (e mbyllur): maksimumi 1 200 mm

Pesha jo më shumë se 11 kg

Pesha mbajtja jo më pak se 150 kg.

Materiali i barelës në formë luge duhet të jetë e fortë, e lehtë me hapësira anësore për futjen e dorës dhe lidhjen e rripave të sigurisë.

Duhet të jetë me gjatësi të rregullueshme për ngarkimin e pacientëve me përmasa të ndryshme.

Duhet të jetë e ndërtuar në mënyrë që të ndahet dhe bashkohen për përdorim sipas nevojës.

Forma duhet të jetë në konkave për të reduktuar në maksimum lëvizjet laterale.

Të ketë tre rripa sigurimi për mbrojtjen e pacientit dhe me hapje të shpejtë, me kapse femër-mashkull.



6. Sistem nxjerrje dhe imobilizimi spinal (KED, Kendrick Extrication Device)




KED është i përbërë nga një seri steka druri ose material tjetër i ngurtë i veshur me veshje në PVC për të garantuar higjienizimin dhe disinfektimin e shpejtë dhe efikas.

KED mbështjell kokën, kollonën cervicale dhe shtyllën kurrizore në një pozicion gjysëm të ngurtë, që lejon imobilizimin e kollonës në total. Në përgjithësi ka tre rripa në tre nivele me tre ngjyra të ndryshme dhe me dy rripa që kalojnë në kofshë dhe lidhen me KED.

- Të ketë përmasa jo më pak se 90 x 83 cm (gjat x gjer)
- Peshë jo më pak se 3 kg
- Të jetë i furnizuar me:
- Jastëk për t'u përdorur si mbushje për pjesën e prapme të qafës
- Të jetë e ngurtë në drejtim vertikal dhe fleksibilitet horizontalë
- Rripat dhe kapset të jenë të ngjyrosura për njohje të lehtë femër- mashkull.

7-Barrelë mushama:



- Me përmasa afërsisht 200x150 cm
- E përbërë nga; najlon 550 D polipropileni ,me ngarkesë thyerje deri në 600 kg, për të rritur elasticitetin dhe shiritat perforcues për kontrollin e ngarkesës deri në 600 kg.
- E pajisur me qepje të dyfishta dhe me ngjitje për rritjen e sigurisë, të gjitha të bëra me fibra najloni të qëndrueshme dhe që nuk çahen.

8- Spider(Rrip sigurimi)



- Të mundësojë një fiksion të shpejtë të të dëmtuarit në barrelën spinale, duke garantuar parandalimin e dëmtimeve të strukturave anatomike,
- Të mundësojë një imobilizim korrekt të kolonës dhe artikulacioneve, edhe gjatë transporteve në kushtë të vështira.
- Rripat të jenë prej materiali rezistent, elastik dhe shumë të qëndrueshëm, të kenë në pjesën fundore të tyre ngjitëse (velkro) që mundësojnë fiksimin e sigurt në barrel të pacientit dhe njëkohësisht të mundësojnë shkëputjen e lehtë prej saj, në momentin e heqjes së spiderit (rripit të sigurisë).

9- Gërshërë Robin



Të përbëra nga material celiku, mbështjellëse plastike, në pjesën e dorezave.

10. Pompe thithese portative (aspirator),volumi thithes min 1 000 ml, 12 V dhe 220 V.

Pompe thithese portative të jetë me karikues baterie. Të jetë elektrike dhe me bateri, me peshë nga 2- 3,5 kg. Motor me membranë sigurie për ndalimin e hyrjes së lëngjeve në motorin e aspiratorit. Të ketë depozitë për mbledhjen e sekrecioneve biologjike. Të ketë kabëll për ushqyes 220V dhe suport me qark karikimi.

11. Set diagnostikues i parametrave jetësor, i përbërë si më poshtë:

- Aparat tensioni portabël (sfigmomanometer), lehtësisht i lexueshem nga çdo kend. Manshetat e perfshira si për adult dhe pediatrik..
- Stetoskopi të përbëhet nga membranë që dedektojnë dhe amplifikojnë zhurmat kardiake dhe ato respiratore. Koka e përbërë prej inoksi që të dedektojë dhe tinguj me frekuenc të ulur.
- Termometri elektronik



Pajisja elektronike për matjen e temperaturës së trupit, i thjeshtë në përdorim dhe me precizion të lartë

-Pulsoksimetër për matjen e sasisë së oksigjenit në gjak.



-Glukometër dhe strishot për glukometër



Me sistem për matjen e sasisë së glukozës në gjak. Të
masë sasinë e glukozës në gjak, duke e nxjerrë atë nga shiritat në të cilën është hedhur një pikë e
gjakut kapilar, shiritat /strishot janë reactive në sajë të elektrodës me sensorë.

12. Monitordefibrilator per autoambulancat:

Të plotësojë karakteristikat si më poshtë:

- Të ketë selektor në tre pozicione
- Pozicion për defibrilim manual, dhe të sinkronizuar për goditje elektrike me piastra manuale.
- Pozicion AED(Automatic External Defibrillation), që do të thotë semiautomatik, që kryen defibrilim me piastra autoadezive.
- Pozicion monitorimi dhe regjistrimi të EKG(Elektrokardiograma).

Të ketë monitor me ngjyra TFT-LCD rezistent kundrejt goditjeve dhe demtimeve, ku te pasqyrohen 12 kanalet e EKG, saturimi i O₂, pulsi, parametrat jetësor, alarmet etj.

Diapazoni i shkarkimit te energji se 1-250J

Koha e karikimit te monitor defibrilatorit per goditje elektrike te jete jo me shume se 8 sekonda per 360 J

Minimumi i kohëzgjatjes se baterisë të jetë 8 orë

Impuls bifazik qe ndryshon sipas specifikave te pacientit ne Automatic Mode

Te identifikojë nese pacienti ka pacemaker te implantuar ose jo per sigurine e tij.

EKG 12 kanale

Pulsoksimetri (saturimi i O₂)

Mates tensioni NIBP per te rritur dhe neonatal

Printer termal te integruar per te printuar EKG-ne 12 kanalshe

Rrip mbajtës dhe xhepa anësore te integruar per ruajtje nga demtimet dhe transport te shpejte te aksesoreve

Memorje per ruajtjen e te dhenave minimum 3 GB

Elektroda pediatrike dhe adulte te integruara

Elektroda ngjitese per defibrilim automatic dhe pacemaker

Aksesor SPO₂ Pulsoksimetri

Aksesor NIBP(presioni arterial)

Mbajtës dhe karikues baterie ne levizije,

13. Karroca/Karrige Transportuese pacienti



Karriget të karakterizohen nga konstruksion alumini,
Doreza të pasme të palosshme anti rrëshqitëse,
Doreza të përparme, të zgjatshme, me mekanizëm bllokimi dhe zhblokimi.
Ndenjësja e kariges të jetë me material PVC ose Najlon,
Mbështetësja e shpinës të jetë me material PVC ose PE, antirrëshkitës,
Rrotat e pasme me diametër të madh, rrotat e përparëme të xhirueshme, të pozicionueshme me bllokues.

E pajisur me mbështetëse për vendosjen e këmbëve të pacienti, si dhe dy rripa për bllokimin e pacientit në karrige.

Karroca duhet të ketë një kapacitet të paktën 180 kg.

Pesha e karrocës nuk duhet të kalojë 10 kg.

Sistemi I fiksimit në dyshemenë e autoambulancës.

14. Çanta e autoambulancës

Çanta e emergjencës për autoambulanca të ndihmës së parë të jetë multifunksionale, duhet të jetë me përmasa jo më pak se 60x20 cm

- Me qepje dhe me ngjitje
- Me ndarje të brëndshme, 5 çanta të vogla
- Të jetë me zinxhirë, që çmontohet në pjesë të ndryshme.
- Të ketë xhepa anësore me zinxhirë
- Komode në pjesën e shpinës, dhe me rripat me sfungjer
- Të jetë e përshtatshme për vendosjen e seteve të ndryshme (infuzioni, mjekimi, intubimi etj)
- Të jetë e përbërë nga material shumë rezistent me kapacitet të lartë mbajtës dhe me strisho fosforeshente.



(Foto ilustruese e cantave të vogla)

15-Pompe Shiringe

Për injeksion të kontrolluar të dozave të medikamenteve nëpërmjet aksesit venoz.

16- Frigorifer autoambulance:

Të jetë frigorifer ftohës dhe ngrirës për autoambulanca për mbajtjen e medikamenteve që duhen ruajtur në temperature të ulta.

Ngrirës mjekësor për transport medikamentesh, organesh, dhe hemoderivate me temperature të kontrolluar.

Të jetë frigorifer ftohës dhe ngrirës.

Volumi: 10 deri në 15,5 litra.

Tensioni: 12V/24Vdc. (230V ushqyes/trasformatore,

Temperatura: Nga rreth +10°C deri në -18°C me termostat elektronik me Led.

Kontrolli automatik i bateris në tre nivele.

Dritae brendshme me LED

Të ketë: kavo ushqyese me spina karikimi makine, me dorez transporti.

17-Set lindje

Të jetë i pajisur me materialet dhe paisjet standarte për lindje si bisturi nje përdorimshme, klema, gërshërë, doreza sterile, bende sterile, e tj.



18-Set djegje

Të jetë i pajisur me materialet dhe paisjet standarte për djegie, si bisturi nje përdorimshme, gërshërë, doreza sterile, bende sterile, set steril dhe nitrat argendi pomadë e tj.

19-Ventilatori Pulmonar

Ventilatori pulmonar i lëvizshëm për autoambulancë.

I kontrolluar me mikroprocesor të kontrolluar me kohë dhe me presion të kufizuar.

Me ekran të thjeshtë me butona me zgjedhje me dimensione të mëdha.

Mbrojtje kundër aktivizimit aksidental të butonit zgjedhës AIR MIX dhe e asaj ON/OFF.

Manometër me ngjyrë për identifikimin e menjëhershëm të llojit të ventilimit.

Butonat të rregullimit në sfond me kontrast të lartë për një identifikim të mirë të parametrave të rregullueshëm.

Struktura në alumin të fortë, mbrojtëse ansor kundër goditjeve aksidentale, raporti i I/E

konstant, alarmi për monitorimin e ventilimit dhe menaxhimin. Përmasat 270*177*210 ± 20mm.

Pesha nga 3.5 - 4 kg.

Alarmi me presion të lartë- ushqim pneumatik – bateria e shkarkuar (dy nivele). Niveli zanor i alarmit 80 ± 10 db. Koha e ndalimit të alarmit minimum 60s. Frekuenca respiratore 5-40 bpm.

Fluksi i oksigjenit nga 2-20L/min. Rregullim i valvulës Sovrapp nga 20-60 cm H2O. Raporti I/E

1:2. Koncentrimi i O₂ 60% ose 100%. Manometri nga -20 deri në +80 m bar. Standarti me lidhje pneumatike UNI mbrojtje IP 24, klasifikimi klase e dytë ose lidhja tërësisht me ushqim elektrik të jashtëm nëpërmjet lidhjes së prizës 12V ose transformatorit të aporovuar AC/ DC 100/240 Vac, 50-60 Hz (opsionale).

Bateri e brendëshme Ni-Mh e rikarikueshme. Kohëzgjatja e baterisë minimumi 3H, sipas standartit EN 794-3 EN 1789, EN 60601-1, EN 60601-1-2, EN 60601-1-8, UN/ECE

SHENIM: Te gjitha fotot e pasqyruara në këtë material janë foto ilustruese dhe nuk i referohen asnjë prodhuesi dhe modeli konkret.



Shtojca11

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor në Marrëveshjen Kuadër]

PLANIFIKIMI I KONTRATAVE NË MARRËVESHJEN KUADËR

Mall: Numri total i kontratave sipas Marrëveshjes Kuadër		
Kontrata	Titulli i Kontratës	Përshkrim i shkurtër i kontratës

Dokumentat Standarde të Tenderit

Nr.		
01		
02		
03		
...		



Shtojca 12

(Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor)

(Kjo Shtojcë në rastin e Marrëveshjes Kuadër do të plotësohet nga autoriteti kontraktor vetëm gjatë rihapjes së procesit të mini-konkursit)

SASIA DHE GRAFIKU I LËVRIMIT

Sasia e mallit që kërkohet:

Loti I. “Blerje autoambulancë modeli A”

Nr.	Emertimi i mallit	Njësia	Cmimi njësi pa TVSH	Sasia	Vlera pa TVSH
1	Autoambulancë modeli A	cope		30	
	Fondi limit pa TVSH				184,095,170

Loti II. “Blerje autoambulancë modeli C”

Nr.	Emertimi i mallit	Njësia	Cmimi njësi pa TVSH	Sasia	Vlera pa TVSH
1	Autoambulancë modeli C	copë		2	
	Fondi limit pa TVSH				14,544,841

Afatet e lëvrimit:

Nga data e lidhjes së kontratës deri më 17 dhjetor 2018.

Shtojca 13

[Shtojcë për t’u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

NJOFTIM STANDARD PËR OFERTUESIN E SKUALIFIKUAR¹

[Vendi dhe data]

[Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]

[Adresa e ofertuesit]

I/E Nderuar, Z/Zj. <emri i kontaktit>

Ju falenderoj për pjesëmarrjen në procedurën e lartpërmendur të prokurimit publik. Procedura e kryer në përputhje me Ligjin nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”.

Oferta juaj u vlerësua me kujdes sipas kushteve dhe kërkesave të përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në dosjen e ofertës. Me keqardhje ju informoj se u s’kualifikuat, sepse oferta e dorëzuar nga ju u refuzua për shkak të arsyes (-ve) së/të mëposhtme:

Nëse mendoni se Autoriteti Kontraktor ka shkelur LPP ose RrPP gjatë procedurës së prokurimit publik, atëherë keni të drejtë të filloni një procedurë rishikimi sic parashikohet në Kreun VII të LPP.

Edhe pse nuk mundëm të përdornim shërbimet tuaja në këtë rast, besoj se do të vazhdoni të jeni i interesuar në nismat tona të prokurimit.

Me respekt

< Emri >

Shtojca 14

[Shtojcë për t’u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT

[Data]

Për: [Emri dhe adresa e ofertuesit të shpallur fitues]

* * *

Procedura e prokurimit:

Dokumentat Standarde të Tenderit

Numri i referencës së procedurës/lotit:

Përshkrim i shkurtër i kontratës: *[Sasia ose qëllimi dhe kohëzgjatja e kontratës]*

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike *[Data]* *[Numri]*

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: çmimi më i ulët oferta ekonomikisht më e favorshme

Njoftojme se, kane qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:

1. _____
Emri i plotë i shoqërisë *numri i NIPT-it*

Vlera _____
(me numra dhe fjalë)

2. _____
Emri i plotë i shoqërisë *numri i NIPT-it*

Vlera _____
(me numra dhe fjalë)

Etj. _____

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

1. _____
Emri i plotë i shoqërisë *numri i NIPT-it*

2. _____
Emri i plotë i shoqërisë *numri i NIPT-it*

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë *[emri dhe adresa e ofertuesit të shpallur fitues]* se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej *[shuma përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra]*/pikët totale të marra *[_____]* është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë *[emri dhe adresa e autoritetit kontraktor dhe referenca e kontaktit]* sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda _____ ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.

Dokumentat Standarde të Tenderit

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të konfiskohet sigurimi i ofertës suaj (nëse është kërkuar) dhe kontrata do t'i akordohet ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të përgjithshme prej *[vlera përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra]*, siç parashikohet në nenin 58 të Ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë _____

Ankesa: ka ose jo _____

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë _____

* * *

[Titullari i autoritetit kontraktor]



Shtojca 15

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor në rastin e marrëveshjes kuadër]

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM NË MARRËVESHJEN KUADËR

[Data]

Për: [Emri dhe adresa e operatorëve ekonomikë të suksesshëm]

1. _____
2. _____
3. _____

* * *

Procedura e prokurimit: _____

Numri i referencës së procedurës/lotit: _____

Përshkrim i shkurtër i kontratës: *[Sasia, objekti, kohëzgjatja e kontratës etj]*

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: çmimi më i ulët oferta ekonomikisht më e favorshme

Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në procedurë këta operatorë ekonomikë me vlerat përkatëse të ofruara:

1. _____	_____
<i>Emri i plotë i shoqërisë</i>	<i>numri i NIPT-it</i>
Vlera _____	
<i>(me numra dhe fjalë)</i>	

2. _____	_____
<i>Emri i plotë i shoqërisë</i>	<i>numri i NIPT-it</i>
Vlera _____	
<i>(me numra dhe fjalë)</i>	

Etj. _____

Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhëm:

1. _____	_____
<i>Emri i plotë i shoqërisë</i>	<i>numri i NIPT-it</i>

2. _____

Emri i plotë i shoqërisë _____ *numri i NIPT-it*

Perkatësisht për arsyet e mëposhtme:

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se janë identifikuar si operatorë ekonomikë të suksesshëm:

1. _____

Emri i plotë i shoqërisë _____ *numri i NIPT-it*

Vlera _____ / Pikët totale të marra _____

(me numra dhe fjalë)

2. _____

Emri i plotë i shoqërisë _____ *numri i NIPT-it*

Vlera _____ / Pikët totale të marra _____

(me numra dhe fjalë)

Etj. _____

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqiteni pranë [emri dhe adresa e autoritetit kontraktor dhe referenca e kontaktit], brenda _____ ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi për të lidhur draft marreveshjen.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë _____

Ankesa: ka ose jo _____

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë _____

[Titullari i autoritetit kontraktor]

Shtojca 16

KUSHTET E PËRGJITHSHME **Mallrat – Tender i Hapur**

Neni 1: Qëllimi

- 1.1 Këto kushte të përgjithshme të kontratës (KPK) do të zbatohen për blerjen e Mallrave të prokuruar me anë të procedurës me negociim.
- 1.2 Ligji për Prokurimin Publik në Republikën e Shqipërisë parashikon se dispozitat e Kodit Civil Shqiptar do të zbatohen për kontratat e prokurimit publik. Disa dispozita të Kodit Civil janë rishprehur në KPK me qëllim që të rrisin transparencën e kushteve të kontratës. Megjithatë, citimi i disa dispozitave këtu nuk mohon në asnjë mënyrë zbatimin e dispozitave të tjera të Kodit Civil të kësaj kontrate.
- 1.3 Në mënyrë të ngjashme, disa dispozita të Ligjit mbi Prokurimin Publik janë rishprehur në KPK me qëllim që të rrisin transparencën e ligjit që rregullon prokurimin publik. Megjithatë, citimi i disa dispozitave këtu nuk mohon në asnjë mënyrë zbatimin e dispozitave të tjera të Ligjit mbi Prokurimin Publik mbi të drejtat, detyrat dhe detyrimet e palëve.
- 1.4 KPK do të zbatohen deri në atë masë që të mos lënë mënjane kushtet ose dispozitat e paraqitura në pjesë të tjera të kontratës.
- 1.5 Kushtet e kontratës përfshijnë gjithashtu Kushtet e Veçanta të Kontratës (KVK). Në rast se ka një konflikt midis KPK dhe KVK, KVK do të mbizotërojnë mbi KPK.

Neni 2: Përkufizime

- 2.1 “kontratë” do të thotë marrëveshja e shkruar e lidhur midis Autoritetit Kontraktor dhe Kontraktuesit që përbëhet nga Dokumentat e Tenderit duke përfshirë KPK dhe KVK, të gjitha shtojcat dhe formularët e plotësuar dhe të gjitha dokumentat e tjera që përfshihen në referimin e çdo dokumenti.
- 2.2 “çmim kontrate” do të thotë çmimi që i paguhet Kontraktuesit sipas kontratës për zbatimin e plotë dhe të përpiktë të detyrimeve të tij kontaktore.
- 2.3 “Incoterms” do të thotë termat ndërkombëtare tregtare që përbëjnë rregullat e interpretimit të termave tregtare që përcaktojnë detyrimet përkatëse, kostot, dhe risqet e lidhura me transferimin e Mallrave nga shitësi tek blerësi.

- 2.4 “Lëvrimi” do të thotë të gjitha aktivitetet dhe veprimet që mundësojnë marrjen e Mallrave në vendin e shpërndarjes siç specifikohet në kontratë si paketimi, transportimi, sigurimi, tarifat, procedura doganore, ngarkimi dhe shkarkimi, instalimi, mbledhja, bashkimi, kontrollimi i veprimeve dhe mbikëqyrja e gjithë kësaj veprimtarie.
- 2.5 “Autoriteti Kontraktor” do të thotë Autoriteti Kontraktor që është pjesë e kësaj kontrate dhe sipas dispozitave të kësaj kontrate blen Mallrat. Ky term kudo që përdoret ka kuptim të njëjtë me atë të perkufizuar në ligj.
- 2.6 “Kontraktues” do të thotë personi fizik ose juridik që është palë e kësaj kontrate dhe sipas dispozitave të kësaj kontrate furnizon Mallrat.
- 2.7 “Palë (t)” do të thotë nënshkruesit e kontratës.
- 2.8 “Mallrat” do të thotë materialet e papërpunuara, produktet, makineritë dhe pajisjet, objektet në formë të ngurtë, të lëngshme ose të gaztë.
- 2.9 “Shërbimet e lidhura me to” do të thotë shërbimet ndihmëse ose të paparashikuara të furnizimit të Mallrave, si transportimi, instalimi, mirëmbajtja, trajnimi, shërbimet mbështetëse ose detyrime të ngjashme në lidhje me furnizimin e Mallrave.
- 2.10 “Objekt i kontratës” do të thotë të gjitha Mallrat dhe Shërbimet e lidhura me to që Kontraktuesi do të sigurojë sipas kushteve të kontratës.
- 2.11 “Standarde Teknike” do të thotë specifikimet e aprovuara nga një organ i posaçëm standardizimi për zbatimin e vazhdueshëm ose të përsëritur. Standarde të tilla përdoren si rregulla, rregullore ose perkufizim të karakteristikave për të siguruar se materialet dhe shërbimet e procesuara i përgjigjen qëllimit.

Neni 3: Hartimi i Kontratës

- 3.1 Njoftimi i ofertës fituese do të shërbejë për hartimin e kontratës midis palëve, e cila duhet të firmoset brenda afatit të parashikuar në Dokumentat e Tenderit.
- 3.2 Egzistenca e kontratës do të konfirmohet me nënshkrimin e dokumentit të kontratës duke trupëzuar të gjitha marrveshjet midis palëve.

Neni 4: Praktikë e Korrupsionit, Konflikti i Interesit dhe Kontrolli i Procesverbaleve

- 4.1 Autoriteti Kontraktor mund t’i kërkojë gjykatës të deklarojë të paligjshme kontratën nëse zbulon se Kontraktuesi ka kryer veprime korruptive. Veprimet korruptive përfshijnë veprimet e përshkruara në Nenin 26 të Ligjit mbi Prokurimin Publik.
- 4.2 Kontraktuesi nuk duhet të ketë lidhje (të tashme ose të shkuara) me asnjë konsulent ose ndonjë ent tjetër që ka marrë pjesë në përgatitjen e Dokumentave të Tenderit për këtë prokurim.
- 4.3 Kontraktuesi duhet të lejojë Autoritetin Kontraktor të inspektojë llogaritë dhe regjistrat që

kanë lidhje me zbatimin e kontratës ose t'i kontrollojë ato me anë të kontrollorëve të emëruar nga Autoriteti Kontraktor.

Neni 5: Informacioni Konfidencial

- 5.1 Kontraktuesi dhe Autoriteti Kontraktor duhet të mbajnë në konfidencë të gjitha dokumentat, të dhënat dhe informacionet e tjera të dhëna nga pala tjetër në lidhje me kontratën.
- 5.2 Kontraktuesi mund t'i japë nënkontraktuesit dokumenta të tilla, të dhëna ose informacione të tjera që merr nga Autoriteti Kontraktor deri në masën e kërkuar për nënkontraktuesin të kryejë punën e tij sipas kontratës. Në rast të tillë, Kontraktuesi duhet të përfshijë në kontratën e tij me nën-Kontraktuesin një dispozitë që parashikon ruajtjen e konfidencialitetit siç thuhet në Paragrafin 5.1 më sipër.

Neni 6: Pronësia Intellektuale

- 6.1 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, të gjitha të drejtat e pronës intelektuale të siguruara nga Kontraktuesi gjatë zbatimit të kontratës do t'i përkasin Autoritetin Kontraktor i cili mund t'i përdorë ato sipas gjykimit të tij.
- 6.2 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, Kontraktuesi, pas përfundimit të kontratës, duhet t'i parashtrijë Autoriteti Kontraktor të gjitha raportet dhe të dhënat si hartat, diagramet, skicimet, specifikimet, planet, statistikën, llogaritjet dhe regjistrat mbështetës ose materialet e fituara, mbledhura ose përgatitura nga Kontraktuesi gjatë zbatimit të kontratës. Kontraktuesi mund të mbajë kopje të këtyre dokumentave dhe të dhënave, por nuk duhet t'i përdorë për qëllime që s'kanë lidhje me kontratën pa leje paraprake me shkrim nga Autoriteti Kontraktor.
- 6.3 Kontraktuesi duhet të shkarkojë Autoritetin Kontraktor nga përgjegjësia për shkelje të të drejtave të pronësisë intelektuale që mund të dalin nga prodhimi ose shpërndarja e Mallrave sipas kontratës.
- 6.4 Në rast se ngrihet ndonjë pretendim ose padi kundër Autoritetit Kontraktor në lidhje me ndonjë shkelje të pronësisë intelektuale të shkaktuar nga zbatimi i kontratës ose nga përdorimi i Mallrave të furnizuara sipas kontratës, Kontraktuesi duhet t'i japë Autoritetit Kontraktor të gjitha provat dhe informacionin në posedim të Kontraktuesit që kanë të bëjnë me këtë padi apo pretendim.

Neni 7: Origjina e Mallrave

- 7.1 Nuk ka asnjë kufizim për kombësinë e origjinës së mallrave, përveç atyre që mund të jenë përcaktuar në ndonjë Rezolutë të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara.
- 7.2 Kontraktuesi mund të jetë i detyruar të verifikojë origjinën e mallrave.
- 7.3 Për qëllime verifikimi, "origjinë" do të thotë vendi ku mallrat janë nxjerrë, ose prodhuar. Mallrat janë prodhuar kur, nëpërmjet përpunimit, procesimit, ose mbledhjes së

mjaftueshme të komponentëve, rezulton një produkt i ri i njohur në tregti që është mjaft i ndryshëm në karakteristikat bazë ose në qëllim apo përdorim nga komponentët e tij.

- 7.4 Origjina e mallrave ka dallim nga kombësia e Kontraktuesit ose nenkontraktuesit që siguron mallrat.

Neni 8: Qëllimi i Furnizimit dhe Përshtatshmëria e Mallrave me Specifikimet

- 8.1 Kontraktuesi duhet të dorëzojë Mallrat në përputhje me cilësinë, sasinë dhe llojin e specifikuar në kontratë, si dhe të vendosura dhe paketuara në mënyrën e përcaktuar në kontratë.
- 8.2 Mallrat nuk janë në përputhje me kontratën, nëse ato nuk janë të përshtatshme për përdorimin e posaçëm të parashikuar në kontratë. Kur nuk është e mundur të përcaktohet një gjë e tillë, thuhet se Mallrat nuk janë në përputhje me kontratën nëse ato nuk janë të përshtatshme për përdorimin për të cilin shërbejnë zakonisht sendet e tjera të të njëjtit lloj.
- 8.3 Nëse shitja është bërë në bazë të një modeli ose kampioni, shitësi (Kontraktuesi) duhet të dorëzojë sendet që kanë të njëjtat cilësi si të modelit ose kampionit.

Neni 9: Përputhshmëria e Mallrave me Standardet Teknike

- 9.1 Mallrat e furnizuara sipas kontratës duhet të jenë konform kodeve dhe Standardeve Teknike të parashikuara në specifikimet teknike. Nëse gjatë ekzekutimit të kontratës, ka ndryshime në kodet përkatëse ose në Standardet Teknike, këto ndryshime do të zbatohen vetëm pas aprovimit nga Autoriteti Kontraktor.
- 9.2 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet nga ndonjë dispozite tjetër e kontratës, kur nuk është përcaktuar asnjë Standard Teknik përkatës në specifikimet teknike, Mallrat duhet të jenë konform Standardeve Teknike ndërkombëtare. Nëse nuk ekzistojnë Standarde Teknike ndërkombëtare, Mallrat duhet të jenë konform Standardeve Teknike përkatëse Shqiptare.
- 9.3 Kontraktuesi nuk mban përgjegjësi për gabime në skicim, të dhëna, vizatim ose çdo aspekt tjetër të specifikimeve teknike të dhëna nga Autoriteti Kontraktor me përjashtim të rastit kur gabimi ishte aq i dukshëm sa Kontraktuesi duhet ta kishte parë dhe këshilluar Autoritetin Kontraktor për të.
- 9.4 Shitësi (Kontraktuesi) nuk mban përgjegjësi për defekte të Mallrave për të cilat Autoriteti Kontraktor ishte në dijeni në momentin e lidhjes së kontratës ose nuk ishte në dijeni për faj të tij, me përjashtim të rastit kur defektet kanë të bëjnë me cilësinë e Mallrave të specifikuar sipas kontratës ose përfaqësimin e reklamës se shitesit (Kontraktuesit).

Neni 10: Pjesët e Këmbimit

- 10.1 Nëse është e parashikuar në kontratë, Kontraktuesi duhet të përfshijë me Mallrat e lëvruara një sasi pjesësh këmbimi, në përputhje me specifikimet teknike dhe çdo dispozitë përkatëse të kontratës.

- 10.2 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe, pjesët e këmbimit do të dorëzohen bashkë me Mallrat.
- 10.3 Kontraktuesi duhet të garantojë disponueshmërinë e pjesëve të këmbimit për një periudhë të specifikuar në ofertën e tij dhe të barabartë me jetëgjatësinë e përdorimit të Mallrave.
- 10.4 Në rast të një vendimi të ndërprerjes së prodhimit të pjesëve të këmbimit, Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin Kontraktor brenda një kohe të arsyeshme/mjaftueshme për t'i lënë mundësi atij që të prokurojë sasi të mjaftueshme për përdorim të mëvonshëm.
- 10.5 Pas ndërprerjes së prodhimit të pjesëve të këmbimit, Kontraktuesi duhet t'i japë pa pagesë Autoritetit Kontraktor, nëse ai e kërkon, çdo prodhim, vegël, skicim të pjesëve të këmbimit të përdorura në prodhimin dhe mirëmbajtjen e Mallrave.

Neni 11: Ambalazhimi

- 11.1 Kontraktuesi duhet të dorëzojë Mallrat të vendosura dhe të ambalazuara në mënyrën e përcaktuar në kontratë.
- 11.2 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet nga ndonjë nen tjetër i kontratës, mund të thuhet se Mallrat nuk janë vendosur dhe pakëtuar në përputhje me kontratën nëse ato nuk janë vendosur dhe pakëtuar në të njëjtën mënyrë që bëhet zakonisht për gjërat e të njëjtit lloj ose, nëse mënyra e zakonshme nuk është e disponueshme, në një mënyrë që është e përshtatshme për ruajtjen dhe mbrojtjen e Mallrave.

Neni 12: Testimet dhe Inspektimet

- 12.1 Kontraktuesi duhet të bëjë të gjitha testet dhe inspektimet e kërkuara nga dispozitat e kontratës. Kosto e këtyre testeve dhe inspektimeve duhet të financohet tërësisht nga Kontraktuesi brenda kushteve të çmimit të kontratës
- 12.2 Me shpenzimet e tij, Autoriteti Kontraktor ka të drejtë të ndjekë testimet dhe/ose inspektimet.
- 12.3 Autoriteti Kontraktor gjithashtu mund t'i kërkojë Kontraktuesit të bëjë teste ose inspekte shtesë të paparashikuara në kontratë por të gjykuara të nevojshme për të verifikuar se Mallrat janë konform specifikimeve dhe kushteve të kontratës. Autoriteti kontraktor do të mbajë përgjegjësi për koston e këtyre testeve. Më tej, nëse këto teste ndalojnë progresin e punës së Kontraktuesit, Autoriteti Kontraktor do të pranojë të ndryshojë grafikun e lëvrimit.
- 12.4 Autoriteti Kontraktor do të refuzojë çdo Mall që nuk e kalon testimin dhe/ose inspektimin ose nuk është konform specifikimeve teknike dhe kushteve të kërkuara në zbatimin e kontratës.
- 12.5 Ekzekutimi i testeve, apo inspektimi i Mallrave nuk e shkarkojnë Kontraktuesin nga garancitë apo detyrimet e tjera sipas kontratës.

Neni 13: Kushtet e Dorëzimit

- 13.1 Kontraktuesi është i detyruar të kryejë të gjitha aktivitetet dhe veprimet e dorëzimit përveçse kur Kontraktuesi përjashtohet në mënyrë specifike nga një aktivitet ose veprim i tillë nga ndonjë dispozitë e kontratës. Nëse një Incoterm përdoret për të përshkruar detyrimet e palëve, termi do të ketë kuptimin që i ka dhënë botimi i fundit i *Incotermave* botuar nga Dhoma Ndërkombëtare e Tregtisë.
- 13.2 Vendi i dorëzimit të Mallrave do të jetë sipas specifikimit të kontratës.
- 13.3 Koha e dorëzimit të Mallrave dhe data e përfundimit të Shërbimeve të lidhura me to do të jetë sipas specifikimit në kontratë.
- 13.4 Dorëzimi i Mallrave duhet të bëhet gjatë orarit të punës me përjashtim të rastit kur kjo kërkesë bie ndesh me ndonjë dispozitë të kontratës.
- 13.5 Kontraktuesi është i detyruar të njoftojë Autoritetin Kontraktor brenda një periudhe kohore të arsyeshme për dorëzimin e Mallrave përpara arritjes së tyre.

Neni 14 Transportimi i Mallrave

- 14.1 Kontraktuesi është i detyruar të sigurojë ngarkimin dhe transportimin e Mallrave siç kërkohet, me qëllim që të plotësojë afatet dhe kushtet e dorëzimit të specifikuar në kontratë.
- 14.2 Në Autoritetin Kontraktor është i detyruar të marrë Mallrat nga ndonjë mjet transporti apo agjenci transporti, Kontraktuesi duhet të japë lajmërim paraprak të arsyeshëm për transportin dhe t'i dorëzojë Autoritetit Kontraktor të gjitha dokumentat e nevojshme për marrjen e Mallrave.
- 14.3 Nëse shitësi, [Kontraktuesi] është i detyruar t'i dorëzojë mallrat në mjetin e transportit në një vend të specifikuar në kontratë, risku i humbjes kalon tek Autoriteti Kontraktor vetëm kur mallrat i dorëzohen mjetit të transportit në vendin e specifikuar. Fakti se shitësi [Kontraktuesi] është i autorizuar të mbajë dokumentat përfaqësuese të mallrave nuk influencon në kalimin e riskut.

Neni 15: Siguracioni

- 15.1 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, Kontraktuesi duhet të sigurojë që Mallrat që do të dorëzohen sipas kontratës janë plotësisht të siguruar ndaj humbjes ose dëmtimit gjatë transportit, magazinimit ose dorëzimit të tyre.

Neni 16: Verifikimi dhe Pranimi i Mallrave

- 16.1 Përpara pranimit, Autoriteti Kontraktor ka të drejtë të verifikojë, inspektojë dhe testojë Mallrat. Këto veprime duhet të kryhen menjëherë pas dorëzimit të Mallrave. Kontraktuesi ka të drejtë të marrë pjesë në këtë proces dhe të shqyrtojë raportet përkatëse të prërgatitura nga Autoriteti Kontraktor ose agjentët e tij.

- 16.2 Autoriteti Kontraktor pranon ose refuzon Mallrat menjëherë pas dorëzimit duke njoftuar me shkrim Kontraktuesin në lidhje me vendimin e tij për të pranuar ose refuzuar Mallrat.

Neni 17: Garancitë

- 17.1 Kontraktuesi garanton se Mallrat janë të reja, të papërdorura dhe të modeleve të fundit dhe se ato trupëzojnë përmirësimet e fundit në skicim dhe materiale, me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë.
- 17.2 Shitësi (Kontraktuesi) mban përgjegjësi për çdo defekt ose mospërputhje që ekziston në momentin kur risku kalon tek Autoriteti Kontraktor, edhe kur defekti shfaqet pas këtij momenti.
- 17.3 Shitësi (Kontraktuesi) mban përgjegjësi për mospërputhjen që verifikohet pas momentit të treguar në paragrafin e mësipërm dhe që vjen nga mospërmbushja e ndonjë detyrimi, duke përfshirë garancinë që Mallrat duhet të jenë të përshtatshme për përdorimin e tyre të zakonshëm dhe specifik për një periudhë të caktuar kohe, ose se ato do të ruajnë cilësitë dhe karakteristikat e caktuara.
- 17.4 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë ose në ligj, Autoriteti Kontraktor humbet të drejtën e tij për të kundërshtuar lidhur me të metat e sendit nëse ai nuk i denoncon ato të shitësi (Kontraktuesi), duke specifikuar natyrën e tyre, brenda dhjetë ditëve nga zbulimi i tyre.
- 17.5 Autoriteti Kontraktor s i mundëson Kontraktuesit të gjitha mjetet e nevojshme për të inspektuar këto defekte.
- 17.6 Pas marrjes së këtij njoftimi, Kontraktuesi duhet të riparojë menjëherë ose të zëvendësojë Mallrat defekte ose pjesët e tyre pa pagesë shtesë për Autoritetin Kontraktor.
- 17.7 Nëse pas marrjes së njoftimit, Kontraktuesi dështon në rregullimin e defektit brenda një periudhe të arsyeshme, Autoriteti Kontraktor mund të ndërmarrë veprime për rregullimin e nevojshëm, me shpenzimet e Kontraktuesit.
- 17.8 Në çdo rast, Autoriteti Kontraktor humbet të drejtën për të kundërshtuar për të metat e sendit nëse ai nuk e ushtron të drejtën e tij brenda dy vjetësh nga data kur sendet i janë dorëzuar atij, po qe se ky afat nuk bie në kundërshtim me kohëzgjatjen e garancisë kontraktore.
- 17.9 Shitësi (Kontraktuesi) nuk mund të shfrytëzojë rregullat e parashikuara ketu nëse defektet kanë të bëjnë me fakte të njohura prej tij ose që nuk mund të ishin të panjohura për të dhe që nuk i janë vënë në dukje Autoritetit Kontraktor.

Neni 18: Çmimi i Kontratës

- 18.1 Çmimi i kontratës është çmimi i dhënë në ofertën e Kontraktuesit dhe i pranuar nga Autoriteti Kontraktor.

- 18.2 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, çmimi i kontratës përfshin kostot dhe tarifat, duke përfshirë taksat dhe tarifat doganore të lidhura me dorëzimin e Mallrave, pagesa për transportin, sigurimin, instalimin, testimet, ngarkimin, shkarkimin, udhëzimet, manualët dhe dokumentat në gjuhën e specifikuar dhe të nevojshme për përdorim të rrëgullt, mirëmbajtje dhe riparime të Mallrave. Vlera e taksave dhe tarifave duhet të përcaktohet sipas legjislacionit përkatës, në fuqi 28 ditë para hapjes së ofertave.

Neni 19: Afatet e Pagesës

- 19.1 Çmimi i kontratës, duke përfshirë çdo pagesë paraprake, duhet të paguhet në kohë siç specifikohet në kontratë.
- 19.2 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, pagesa duhet bërë në monedhë Shqiptare. Kursi i këmbimit të monedhave të ndryshme do të jetë kursi i Bankes së Shqiperise i fiksuar në ditën e dërgimit për botim të njoftimit të kontratës.
- 19.3 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, kërkesa e Kontraktuesit për pagesë duhet t'i bëhet Autoritetit Kontraktor me shkrim. Për çdo kërkesë, Kontraktuesi duhet të paraqesë origjinalin dhe kopjen së bashku me një listë të sendeve që përshkruan Mallrat e dorëzuara dhe shërbimet e kryera.
- 19.4 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, pagesa për Mallrat do të bëhet brenda 30 ditëve kalendarike nga dita që janë pranuar Mallrat ose nga dita e marrjes së kërkesës për pagesë cilado të jetë më vonë.
- 19.5 Data e pagesës do të jete dita që fondet xhirohen nga llogaria e Autoritetit Kontraktor.

Neni 20: Vonesa në Bërjen e Pagesës

Në rast të verifikimit të vonesave në kryerjen e pagesave nga ana e Autoritetit Kontraktor, megjithëse kontraktuesi ka përmbushur të gjitha detyrimet e tij në përputhje me kushtet e kontratës, detyrimet e prapambetura dhe kamatëvonesat përkatëse do të kryhen në përputhje me parashikimet e ligjit nr. 48/2014 "Për pagesat e vonuara në detyrimet kontraktore e tregtare".

Neni 21: Nryshimi i Ligjeve dhe Rregulloreve

- 21.1 Nëse pas datës së nënshkrimit të kontratës, ndonjë ligj, rregullore, urdhëresë, urdhër ose procedurë me efektin e ligjit në Republikën e Shqipërisë hyn në fuqi, nxirret ose ndryshon dhe ndikon kushtet, duke përfshirë datën e dorëzimit, ose çmimin e kontratës, kushtet ose çmimi i kontratës do të rregullohen në atë masë sa Kontraktuesi është ndikuar në përmbushjen e detyrimeve të tij sipas kontratës.

Neni 22: Forca Madhore

- 22.1 Kontraktuesi nuk mban përgjegjësi për humbjen e sigurimit të kontratës, dëmeve të likuiduara ose ndërprerjen për mosplotësim, nëse dhe deri në masën që vonesa në zbatim ose ndonjë dështim tjetër në zbatimin e detyrimeve të tij sipas kontratës vijnë si rezultat i

verifikimit të rasteve të Forcës Madhore.

- 22.2 Për qëllimet e këtij neni “Forcë Madhore” do të thotë një ngjarje jashtë kontrollit të Kontraktuesit mbi fajin ose neglizhimin dhe e paparashikueshme nga ana e tij. Ngjarje të tilla mund të përfshijnë, por nuk janë të limituara nga, veprimet e Autoritetit Kontraktor qoftë në kapacitetin e tij sovran ose kontraktual, lufta ose revolucionet, zjarri, përmbytja, tërmeti, epidemitë, shtrëngime të karantinës dhe embargo tranziti.
- 22.3 Nëse ndodh ndonjë situatë e Forcës Madhore, Kontraktuesi duhet të njoftojë menjëherë Autoritetin Kontraktor. Me përjashtim kur Autoriteti Kontraktor jep direktiva të ndryshme, Kontraktuesi duhet të vazhdojë të zbatojë detyrimet e tij sipas kontratës në masën praktikisht të arsyeshme dhe duhet të kërkojë të gjitha mjetet e arsyeshme për zbatimin që nuk pengohet nga Forca Madhore.

Neni 23: Vonesa në Zbatim dhe Zgjatja e Afatit

- 23.1 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe, Kontraktuesi duhet të fillojë zbatimin e kontratës menjëherë pas nënshkrimit të saj.
- 23.2 Me përjashtim të rasteve kur Autoriteti Kontraktor është dakord për zgjatje të afatit të kontratës, Autoriteti Kontraktor ka të drejtë të likuidojë dëmet për vonesën në zbatim nëse Kontraktuesi dështon në dorëzimin e Mallrave brenda periudhës së zbatimit të specifikuar në kontratë.
- 23.3 Autoriteti Kontraktor mund të zbresë shumën e dëmeve të likuiduara që duhet paguar nga shuma e pagesës ndaj Kontraktuesit. Në rast të tillë Autoriteti Kontraktor duhet të njoftojë Kontraktuesin me shkrim për shumën dhe arsyen e zbritjes.
- 23.4 Autoriteti Kontraktor pranon zgjatjen e afatit në rastin e Forcës Madhore.
- 23.5 Autoriteti Kontraktor mund pranojë zgjatjen e afatit edhe në rrethana të tjera nëse është në interesin publik për ta bërë këtë. Në rast se Kontraktuesi ndeshet me kushte që pengojnë zbatimin në kohë, Kontraktuesi duhet të njoftojë me përpikmëri Autoritetin Kontraktor me shkrim për vonesën, shkaku dhe datën e propozuar të dorëzimit ose përfundimit. Autoriteti Kontraktor duhet të vlerësojë kërkesën. Nëse Autoriteti Kontraktor është dakord me vonesën, zgjatja do të hyjë në fuqi me një amendament me shkrim të kontratës të nënshkruar nga Autoriteti Kontraktor dhe Kontraktuesi.

Neni 24: Likuidimi i Dëmeve për Dorëzimin e Vonuar

- 24.1 Dëmet e likuiduara për dorëzimin e vonuar do të llogariten me tarifën e mëposhtme ditore::
- a) Për kontratat me periudhë zbatimi jo më shumë se 6 muaj, tarifa ditore do të jetë 4/1000 të vlerës koresponduese të mbetur pa u zbatuar nga cmimi total i kontratës por kjo vlerë do të llogaritet minimalisht mbi 25% të vlerës së kontratës.
 - b) Për kontratat me periudhë zbatimi jo më shumë se 12 muaj, tarifa ditore do të jetë 2/1000 të vlerës koresponduese të mbetur pa u zbatuar nga cmimi total i kontratës por kjo vlerë do të llogaritet minimalisht mbi 25% të vlerës së kontratës.

- c) Për kontratat me periudhë zbatimi më shumë se 12 muaj, tarifa ditore do të jetë 1/1000 të vlerës koresponduese të mbetur pa u zbatuar nga cmimi total i kontratës por kjo vlerë do të llogaritet minimalisht mbi 25% të vlerës së kontratës.

Neni 25: Negociatat dhe Amendamentet

- 25.1 Palët nuk mund të negociojnë ndryshime ose amendamente të asnjë elementi të kontratës që do të sillnin ndryshime thelbësore në kushtet bazë për përzgjedhjen e Kontraktuesit.
- 25.2 Asnjë amendament ose ndryshim tjetër i kontratës nuk është i vlefshëm nëse ai nuk bëhet me shkrim apo nuk ka një datë të përcaktuar, si edhe nëse ai nuk i referohet shprehimisht kontratës apo nuk nënshkruhet nga një përfaqësues i autorizuar i Kontraktuesit dhe Autoriteti Kontraktor.
- 25.3 Çdo heqje dore nga të drejtat, pushtetet ose ndreqjet që mund të bëhen nga palët sipas kontratës duhet të bëhet me shkrim, të ketë datë dhe të firmoset nga një përfaqësues i autorizuar i palës që bën këtë dorëheqje dhe duhet të specifikojë të drejtën dhe masën në të cilën ajo lëshohet.

Neni 26: Ndryshimi i Porosisë

- 26.1 Autoriteti Kontraktor rezervon të drejtën të porosisë Mallra ose Shërbime shtesë deri në një masë që nuk i kalon 20% të çmimit total të kontratës. Çdo porosi shtesë duhet të bëhet në mënyrë konsistente me rregullat dhe procedurat e parashikuara në Ligjin mbi Prokurimin Publik.

Neni 27: Ndërprerja për Mosplotësim

- 27.1 Autoriteti Kontraktor mund të ndërpresë kontratën në tërësi ose pjesërisht nëse:
 - a) Kontraktuesi dështon në dorëzimin e Mallrave brenda periudhës së specifikuar në kontratë ose brenda zgjatjes së dhënë; ose,
 - b) Kontraktuesi dështon të zbatojë ndonjë detyrim tjetër të kontratës.
- 27.2 Autoriteti Kontraktor duhet të njoftojë me shkrim Kontraktuesin për ndërprerjen për mosplotësim dhe t'i japë Kontraktuesit 15 ditë të ndreqë mosplotësimin me përjashtim kur ndërprerja është bërë për veprime korruptive ose të paligjshme, rast në të cilin ndërprerja do të jetë e menjëhershme.

Neni 28: Ndërprerja për Shkak të Falimentimit

- 28.1 Autoriteti Kontraktor mund të ndërpresë kontratën në çdo kohë nëse Kontraktuesi falimenton ose bëhet i paaftë të paguajë.
- 28.2 Autoriteti Kontraktor duhet t'i japi Kontraktuesit njoftim me shkrim për ndërprerjen.

Neni 29: Ndërprerja për Shkak të Interesit Publik

- 29.1 Autoriteti Kontraktor mund të ndërpresë kontratën në çdo kohë nëse gjykon se ky veprim

duhet ndërmarrë për t'i shërbyer sa më mirë interesit publik.

- 29.2 Autoriteti Kontraktor duhet të njoftojë me shkrim Kontraktuesin për ndërprerjen..
- 29.3 Autoriteti kontraktor duhet të paguajë Kontraktuesin për të gjitha Mallrat e pranuar dhe Shërbimet e lidhura me to të kryera përpara ndërprerjes dhe duhet t'i paguajë Kontraktuesit dëmet e shkaktuara për kryerjen e pjesshme të Mallrave dhe Shërbimeve të lidhura me to. Në llogaritjen e shumës së dëmeve, Kontraktuesit do t'i kërkohet të ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme për të minimizuar dëmet.

Neni 30: Nënkontraktimi

- 30.1 Një nënkontratë do të jetë e vlefshme vetëm nëse është në formën e një marrëveshjeje të shkruar me anë të së cilës kontraktori i beson kryerjen e një pjese të detyrimeve të kontratës së tij një pale të tretë.
- 30.2 Kontraktori nuk duhet të nënkontrakttojë pa aprovimin paraprak me shkrim të Autoritetit Kontraktor dhe jo më shumë se 40% të vlerës së kontratës. Kontraktori duhet të njoftojë Autoritetin Kontraktor për elementet e kontratës që nënkontraktohet dhe dokumentacionin që provon aftësinë e nën kontraktorit. Autoriteti Kontraktor duhet të lajmërojë kontraktorin për vendimin e tij, brenda 5 ditëve nga marrja e njoftimit, duke shprehur arsyet nëse e aprovon apo jo atë.
- 30.3 Çdo nënkontraktor ka të drejtë të marrë pjesë në prokurimin publik sipas Ligjit mbi Prokurimin Publik. Autoriteti mund të parashikojë pagesa direkte tek nënkontraktori për mallrat që do të furnizojë.
- 30.4 Kontraktori mbetet plotësisht përgjegjës për zbatimin e kontratës pavarësisht nga sjellja e nënkontraktorit.

Neni 31: Transferimi i të Drejtave

- 31.1 Kontraktuesi nuk mund të transferojë, tërësisht ose pjesërisht, detyrimet e tij sipas kontratës me përjashtim kur jepet miratimi paraprak i Autoritetit Kontraktor.

Neni 32: Sigurimi i Kontratës

- 32.1 Përpara nënshkrimit të kontratës, kontraktuesi duhet t'i dorëzojë Autoritetit Kontraktor sigurimin e kontratës në shumën dhe formën e kërkuar.
- 32.2 Shuma e sigurimit të kontratës duhet t'i paguhet Autoritetit Kontraktor si kompensim për çdo humbje të rezultuar nga dështimi i Kontraktuesit në plotësimin e detyrimeve të tij sipas kontratës.
- 32.3 Garancia e sigurimit të kontratës do t'i kthehet Kontraktuesit jo më vonë se 30 ditë pas datës së pranimit të Mallrave. Megjithatë, pesë (5) përqind e depozitës do të mbahet deri në përmbushjen e kënaqshme të detyrimeve të kontratës.

Neni 33: Baza Ligjore

33.1 Kontrata do të rregullohet dhe interpretohet sipas legjislacionit shqiptar në fuqi.

Neni 34: Zgjidhja e Mosmarrëveshjeve

34.1 Autoriteti Kontraktor dhe Kontraktuesi duhet të bëjnë çdo përpjekje të zgjidhin mosmarrëveshjet ose konfliktet e ndodhura midis tyre ose në lidhje me këtë marrëveshje me negociata direkte.

34.2 Në se palët dështojnë në zgjidhjen e mosmarrëveshjes ose konfliktit, problemet do të konsiderohen me anë të zgjidhjes së mosmarrëveshjeve sipas kontratës dhe procedurave juridike në fuqi sipas legjislacionit të Republikës së Shqipërisë.

Neni 35: Përfaqësimi i Palëve

35.1 Çdo palë duhet të emërojë me shkrim një person ose post organizativ, që do të jetë përgjegjës, në emër të palës, për marrjen e komunikatave dhe për përfaqësimin e palës në çështjet e lidhura me ekzekutimin e kontratës.

35.2 Secila palë duhet të lajmërojë palën tjetër menjëherë për ndonjë ndryshim në emërimin e përfaqësuesit të palës. Nëse njëra palë dështon të lajmërojë, duhet të marrë përsipër çdo humbje të shkaktuar nga dështimi për të dhënë njoftim të mjaftueshëm.

35.3 Palët mund të emërojnë persona ose njësi organizative shtesë për të përfaqësuar palën në veprime ose veprimtari të veçanta, rast në të cilin njoftimi me shkrim duhet dhënë dhe duhet të përcaktojë shtrirjen e autoritetit të përfaqësuesit.

Neni 36: Lajmërimet

Public Health Sector

36.1 Çdo lajmërim i dhënë nga njëra palë tjetrës sipas kontratës duhet të bëhet me shkrim në adresën e specifikuar në kontratë.

36.2 Njoftimi do të ketë efekt sapo të dorëzohet.

Neni 37: Llogaritja e Afateve

37.1 Të gjitha referencat e ditëve do të jenë ditë kalendarike.

Shtojca 17

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

KUSHTET E VEÇANTA Mallrat – Procedurë e Hapur

Kushtet e veçanta të Kontratës hartohen në përputhje me objektin konkret të kontratës. Në rast se ka mospërputhje midis KPK dhe KVK do të mbizotërojnë Kushtet e veçanta të kontratës.

Neni 1: Përkufizime

1.1 Autoriteti Kontraktor është _____

1.2 Kontraktuesi është _____

Neni 2: Sigurimi i Kontrates

2.1 Sigurimi i Kontratës në shumën prej (10% të vlerës së ofertës) duhet të ofrohet nga Kontraktuesi për të siguruar egzekutimin e detyrimeve të tij sipas kontratës.

2.2 Sigurimi i Kontratës do t'i lëshohet ose kthehet, menjehere Kontraktuesit sipas formularit të mëposhtëm: _____

Neni 3: Fillimi i Zbatimit

3.1 Zbatimi i kontratës duhet të fillojë më _____. Nëse data nuk është e përcaktuar, zbatimi do të fillojë në datën që Kontraktuesi nënshkruan formularin e kontratës.

Neni 4: Inspektimet dhe Testimet

4.1 Inspektimet dhe testimet para pranimit të Mallrave do të bëhen: _____

Neni 5: Kushtet e Dorëzimit

5.1 Data (t) dhe vendi (et) i dorëzimit të Mallrave do të bëhet sipas Grafikut të Lëvrimit të parashikuar në këtë kontratë.

5.2 Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin Kontraktor _____ ditë para çdo dorëzimi të Mallrave.

- 5.3 Lajmërimi i dorëzimit duhet të bëhet me shkrim, faks, postë, e-mail etj, tek: _____

- 5.4 Nëse Autoriteti Kontraktor i merr Mallrat nga një palë e tretë, lajmërimi i dorëzimit duhet të përfshijë listën e dokumentave të nevojshme për marrjen e Mallrave dhe të tregojë se ku dhe kur do t'i jepen dokumentat Autoriteti Kontraktor.
- 5.5 Nëse Autoriteti Kontraktor i merr Mallrat nga një palë e tretë, Kontraktuesi duhet të dorëzojë të gjitha dokumentat e nevojshme për marrjen e Mallrave tek: _____

Neni 6: Kushtet e Pagesës

- 6.1 Pagesa e Mallrave duhet bërë brenda _____ ditëve nga data e pranimit të Mallrave ose nga data e marrjes së kërkesës me shkrim të pagesës, sado vone që të vije. Nëse nuk është specifikuar, perioda kohore do të jetë 30 ditë.
- 6.2 Monedha e pagesës do të jetë _____. Nëse është lënë e paplotësuar, pagesa do bëhet me monedhën Shqiptare.

Neni 7. Pagesa Paraprake

- 7.1 Përqindja e pagesës paraprake do të jetë _____. Nëse nuk është specifikuar, Kontraktuesi nuk do të marrë pagesë paraprake.
- 7.2 Nëse është premtuar një pagesë paraprake, avanca do të paguhet brenda _____ ditëve nga marrja e sigurimit të kontratës.
- 7.3 Nëse jepet pagesa paraprake, shuma do të hiqet nga pagesa që duhet t'i jepet Kontraktuesit sipas formulës së mëposhtme: _____

Neni 8. Shërbimet në Lidhje me to

- 8.1 Kushtet e veçanta të mëposhme do të zbatohen për kryerjen e pagesës së shërbimeve të lidhura

Neni 9. Zbritja e garancisë së kontratës

- 9.1 Nëse parashikohet zbritje periodike të garancisë së kontratës ajo kryhet si më poshtë

Nëse nuk plotësohet, garancia mbetet e pandryshuar.

Të gjitha kushtet janë të përcaktuara Po Jo

2.4 Përshkrim i shkurtër i kontratës

1. Fondi limit _____
2. Burimi i Financimit _____
3. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër _____

2.5 Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin:

Kohëzgjatja në muaj ose ditë

ose

duke filluar nga // me përfundim në //

2.6 Ndarja në LOTE:

Nëse Po, numri i LOTEVE:

2.7 Opsionet:

Numri i rinovimeve të mundshme(nëse ka):

ose: nga në

2.8 Kontrate me nenkontraktim:

Po

Jo

Seksioni 3. Procedura

3.1 Lloji i procedurës: E Hapur

3.2 Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:



A) çmimi më i ulët

ose

B) oferta ekonomikisht më e favorshme

lidhur me rëndësinë: Çmimi pikë
etj. pikë

3.3 Numri i ofertave të dorëzuara:

Numri i ofertave të rregullta:

3.4. Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë të Informacionit dhe Komunikimit (TIK) janë përdorur standartet e përgatitura nga Agjencia Kombetare e Shoqërisë së Informacionit:

3.5. Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë të Informacionit dhe Komunikimit (TIK), në rastin kur standartet janë të paaplikueshme, është marrë miratimi paraprak nga Agjencia Kombetare e Shoqërisë së Informacionit

Seksioni 4 Informacion mbi kontratën

4.1 Numri i Kontratës: _____ Data e Kontratës //

4.2 Emri dhe adresa e kontraktorit

Emri _____
Adresa _____
Tel/Fax _____
E-mail _____
Faqja e Internetit _____

4.2.1 Emri dhe adresa e nenkontraktorit/eve

Emri _____

Dokumentat Standarde të Tenderit

Adresa _____
Tel/Fax _____
E-mail _____
Faqja e Internetit _____

4.3 Vlera totale përfundimtare e kontratës (duke përfshirë lotet opsionet dhe nenkontraktimin):

Vlera _____ (pa TVSH) Monedha _____
Vlera _____ (me TVSH) Monedha _____

4.3.1 Vlera totale e nenkontraktimit : _____

Vlera _____ (pa TVSH) Monedha _____
Vlera _____ (me TVSH) Monedha _____

4.4 Informacione shtesë

Data e shpërndarjes së këtij njoftimi //

Public Health Sector

Shtojca 18/1

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor për publikim në Buletinin e Njoftimeve Publike]

1.Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri _____
Adresa _____
Tel/Fax _____
E-mail _____
Faqja në Internet _____

2. Lloji i procedurës: _____

3. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër _____

4.Numri i referencës së procedurës/lotit _____

5. Fondi limit _____

6. Vlera totale përfundimtare e kontratës *(duke përfshirë lotet opsionet dhe nenkontraktimin):*

Vlera _____ *(me TVSH)* Monedha _____

Vlera e nenkontraktimit _____ me Tvsh Monedha _____

7. Data e lidhjes së kontratës _____

7. Emri dhe adresa e kontraktorit /nenkontraktorit

Emri _____
Adresa _____
Nr. NIPT _____

Shtojca 19

[Letër me kokë e Bankës / Kompanisë së Sigurimeve]

[Shtojcë për t'u paraqitur nga Operatori Ekonomik]

FORMULARI I SIGURIMIT TË KONTRATËS

[Data]


Për: [Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]

Në emër të: [Emri dhe adresa e ofertuesit të siguruar]

Procedura e prokurimit: [lloji i procedurës]

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [objekti]

Publikimi (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]



Public Health Sector

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, dhe me kusht që [emri i ofertuesit të përcaktuar fitues] t'i jetë akorduar kontrata,

Ne vërtetojmë se [emri i ofertuesit të përcaktuar fitues] ka derdhur një depozitë pranë [emri dhe adresa e bankës / kompanisë së sigurimeve] në një shumë prej [monedha dhe vlera, e shprehur në fjalë dhe shifra] si kusht për sigurimin e ekzekutimit të kontratës, që do të nënshkruhet me [emri i autoritetit kontraktor]

Marrim përsipër të transferojmë në llogarinë e [emri i autoritetit kontraktor] vlerën e siguruar, brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga kërkesa juaj e thjeshtë dhe e parë me shkrim, pa kërkuar shpjegime, me kusht që kjo kërkesë të përmendë mos-përmbushjen e kushteve të kontratës.

Ky Sigurim është i vlefshëm deri në zbatimin plotë të kontratës.

Shtojca 20

FORMULARI I ANKESËS PRANE AUTORITETIT KONTRAKTOR

Ankesë drejtuar: **Autoriteti Kontraktor**

Seksioni I. Identifikimi i Ankimuesit

Ankimuesi mund të jetë një ofertues ose ofertues i mundshëm (psh, si individ, në partneritet, në bashkëpunim, në bashkim shoqëror).

Emri i plotë i ankimuesit (ju lutem shtypeni)

Adresa

Qyteti

Shteti

Kodi Postar/Kodi
Zip



Nr. Telefoni (duke përfshirë edhe
prefiksin e zonës)

Nr. Faksi (duke përfshirë edhe
prefiksin e zonës)

E-mail

Emri dhe pozicioni i zyrtarit të autorizuar që plotëson ankesën (ju lutem, shtypeni)

Firma e zyrtarit të autorizuar

Data (viti/muaji/dita)

Nr. Telefoni (duke përfshirë prefiksin e
zonës)

Nr. Faksi (duke përfshirë prefiksin e
zonës)

Seksioni II. Informacion për Procedurën

1. Numër Identifikimi

Plotësoni numrin e kontratës në njoftimin e kontratës ose në dokumentat e tenderit, duke përfshirë llojin e procedurës së përdorur për prokurimin në fjalë (psh, Kërkesë për Propozime(KP), Procedurë e Hapur(PH), Procedurë e Kufizuar(PK), Procedurë me Negociim(PN), Shërbim Konsulencë (SHK), Konkurs Projektimi (KP).

2. Autoriteti Kontraktor

Emri i autoritetit kontraktor që administron procesin e prokurimit.

3. Vlera e Përlllogaritur e Prokurimit

Llogaritja e vlerës së kontratës (shuma e shprehur në shifra dhe fjalë)

4. Objekti i Kontratës

Përshkrim i shkurtër i punëve/mallrave/shërbimeve që blihen.

5. Afati Përfundimtar për Dorëzimin e Ofertës

Afati përfundimtar për dorëzimin e ofertave.

6. Data e Përcaktimit të Kontratës Fituese

Data (viti/muaji/dita)

Data (viti/muaji/dita) nëse zbatohet

Seksioni III. Përshkrimi i ankesës

1. Baza Ligjore e Ankesës

(shkruani shkëlqen ligjore, bazuar në vendime, akte, dokumenta, etj)

2. Deklaratë e Hollësishme e Fakteve dhe Argumenteve

Jepni një deklaratë të hollësishme të fakteve dhe argumenteve që mbështesin ankesën tuaj. Për çdo arsye të ankesës specifikoni datën në të cilën u vutë në dijeni për faktet e lidhura me arsyet e ankesës. Përmendni edhe seksionet përkatëse të dokumentave të tenderit, nëse zbatohen. Përdorni faqe shtesë, nëse është e nevojshme.

3. Lista e Shtojcave

*Që një ankesë të konsiderohet e dorëzuar, ajo duhet të jetë e plotë. Bashkangjisni një kopje të lexueshme të të gjithë dokumentave që kanë lidhje me ankesën tuaj dhe një listë të të gjithë këtyre dokumentave. Dokumentat duhet të përfshijnë normalisht **çdo njoftim të publikuar, të gjitha dokumentat e tenderit, me të gjitha ndryshimet dhe shtojcat, propozimin tuaj**. Përcaktoni se cili prej informacioneve është konfidencial, nëse ka të tillë. Shpjegoni se përse informacioni është i tillë, ose dorëzoni një version të dokumentave përkatëse me pjesët konfidenciale të hequra dhe një përmbledhje të përmbajtjes.*

Dërgojeni formularin e plotësuar të ankesës për prokurimin, të gjitha shtojcat e nevojshme dhe disa kopje shtesë, pranë **autoritetit kontraktor**

Shënim: Për ankesat pranë Komisionit të Prokurimit Publik duhet ti referoheni Formulari të Ankesës se nxjerrë nga ky institucion.

Nr. Faks:

E-mail:

Nënshkrimi dhe Vula e ankuesit

Shtojca 21

DRAFTI I MARRËVESHJES KUADËR
(KU TË GJITHA KUSHTET JANË TË PËRCAKTUARA)
PËR PUNË / MALLRA / SHËRBIME

[Përdorimi i këtij draft marrëveshje është detyruese për të gjitha Autoritetet Kontraktore që do të përdorin marrëveshjen kuadër]

Nr __

DATA:

Kjo kontratë lidhet më [data], midis [emri dhe adresa e Autoritetit Kontraktor] tani e tutje të referuar si “Autoriteti Kontraktor” dhe [emri dhe adresa e Kontraktuesit] të përfaqësuar nga [përfaqësuesi], tani e tutje i quajtur si “Kontraktuesi”.

Kontraktori, me anë të ofertës së tij, me datë [data] bie dakord të furnizojë mallrat, ashtu siç janë të specifikuara në kushtet e përcaktuara në:

- Këtë kontratë
- Formularin e Deklarimit të Ofertës, të paraqitur nga Ofertuesi
- Specifikimet Teknike
- Formularin e çmimit të ofertës

Të gjitha këto dokumenta të bashkangjitur përbëjnë pjesë integrale të kësaj kontrate.

Neni 1 Objekti


- 1.1 Objekti i marrëveshjes kuadër është të përcaktojë kushtet, përfshirë çmimet për njësi dhe rregullat për dorëzimin e mallrave/shërbimeve/punëve në vijim.
[përshkrimi i përgjithshëm]
- 1.2 Marrëveshja kuadër do të zbatohet me dërgimin e ftesave për ofertë tek operatorët ekonomikë, palë në marrëveshje. P.sh. kurdoherë që Autoriteti Kontraktor i përfshirë në këtë marrëveshje, do të blejë artikuj në bazë të kësaj kontrate, duhet që të dërgojë “ftesën për ofertë” tek kontraktuesi, duke specifikuar listën me artikuj për furnizim me sasi të tyre përkatëse.
- 1.3 Sasitë e parashikuara, janë vetëm sasi orientuese dhe NUK e kushtëzojnë Autoritetin Kontraktor për t’i blerë ato. Autoriteti Kontraktor ka të drejtë të blejë më pak apo më shumë sasi se sa ato të parashikuara.
- 1.4 Kontraktuesi nuk do të ketë të drejtë kompensimi dhe NUK do t’i lejohet të bëjë ndryshime të çmimeve të njësisë, për shembull në rast se autoriteti kontraktor vendosë të blejë më pak apo më shumë sasi se sa ato të specifikuara dhe/ose në rast se autoriteti kontraktor vendos të mos blejë asnjë nga këto sasi për disa artikuj.
- 1.5 Kohëzgjatja e marrëveshjes kuadër:

Neni 2 Çmimi

- 2.1 Çmimet për njësi për punë/mallra /shërbime janë treguar në Formularin e Cmimit të Ofertës.
- 2.2 Çmimet e njërive duhet të jenë fikse dhe nuk duhet t'i nënshtrohen ndryshimeve për porositë e vendosura në këtë marrëveshje kuadër.

Nënshkrimet dhe Datat

Për Kontraktuesin		Për Autoritetin Kontraktues	
Emri:		Emri:	
Pozita:		Pozita:	
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:		Data:	
Vula:		Vula:	



Shtojca 22

DRAFTI I MARRËVESHJES KUADËR
(KU JO TË GJITHA KUSHTET JANË TË PËRCAKTUARA)
PËR PUNË / MALLRA / SHËRBIME

Emri i Autoritetit Kontraktues,

Dhe

Emri i Kontraktuesit

Bien dakord si vijon:

Të nënshkruajnë këtë Marrëveshje kuadër për objektin : < vendosni titullin > me numrin identifikues : <vendosni Numrin e Prokurimit>

Neni 1 Objekti

1.1 Objekti i kësaj marreveshje kuadër është të vendosë rregullat për kontratat të cilat do të lidhen përmes procesit të mini-konkursit vetëm ndërmjet operatorëve ekonomike që janë palë e kësaj marrëveshje kuadër.

1.2 Kjo marrëveshje kuadër nuk është një kontratë në vete, por përcakton kushtet për kontratat që do të lidhen në bazë të saj.

1.3 Kontraktuesi është vetëm një nga palët e marrëveshjes kuadër.

Neni 2 Detyrimet e Palëve

2.1 Autoriteti Kontraktues, palë në këtë marrëveshje, do t'i dërgojë kontraktuesit "Ftesën për Oferte" kurdo që paraqitet nevoja për punë/mallra/shërbime.

2.2 Kontraktuesi, detyrohet të dorëzojë një ofertë kurdo që kërkohet nga Autoriteti Kontraktor.

Neni 3 Kontratat në zbatim të marrëveshjes kuadër

3.1 Kontratat do të nënshkruhen vetëm pas procesit të mini-konkursit.

Neni 4 Procesi i mini-konkurrencës

4.1 Procesi i mini- konkursit do të kryhet me të gjithë operatorët ekonomike, palë në marrëveshjen kuadër, kurdoherë që paraqitet nevoja për punë /mallra/shërbime për Autoritetet Kontraktore.

4.2 Autoriteti Kontraktor do të ri-hapë konkursin në bazë të kushteve të njëjta ose të kushteve të tjera të vendosura në ftesën për ofertë, sipas përcaktimeve në dokumentat e tenderit.

4.3 Kurdoherë që paraqitet nevoja për punë/mall /shërbim Autoriteti Kontraktor

duhet të përgatisë Ftesat për Oferte dhe t'ua dërgojë të gjithë operatorëve ekonomike, palë në marrëveshjen kuadër. Vlerësimi i ofertave do të bëhet sipas kritereve të përcaktuara në Ftesën për Ofertë.

Neni 5 Kohëzgjatja e marrëveshjes kuadër

Nënshkrimet dhe datat

Për Kontraktuesin		Për Autoritetin Kontraktues	
Emri :		Emri:	
Pozita:		Pozita:	
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:		Data:	
Vula:		Vula:	

Shtojca 23

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

FORMULARI I NJOFTIMIT TE ANULIMIT

1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri _____

Adresa _____

Tel/Fax _____

E-mail _____

Faqja në Internet _____

1. Lloji i procedurës: _____

2. Numri i Referencës: _____

3. Objekti i kontratës _____

4. Fondi limit _____

5. Arsyet e Anulimit:

Bazuar në Ligjin Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar,
neni 24, pika 1:

a) ;

b) ;

c) ;

ç) ;

d) ;

dh) ;

Etj. _____

6. Informacione shtesë

Data e shpërndarjes së këtij njoftimi _____


Public Health Sector