

Shtojca 10

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

SPECIFIKIMET TEKNIKE

Skicimet, parametrat teknik etj:

Loti I- Materiale Mjekimi te pergjithshme

Nr	Emertimi	SPECIFIKIMET TEKNIKE	Njesi
3	Aparate tensioni	me zhive	cope
4	Bende elastike	7.5 X 4	cope
urgj	Bende	7 x 4 cm	cope
5	Doreza ekzaminimi		cope
6	Doreza kirurgjikale		pale
7	Drena KHER	8.10.12	cope
8	Drena torakal I drejte dhe angular	28, 32 CH	cope
10	Garze	91 cm X 100 m	m/l
13	Kateter aspirimi adult	14 CH	cope
19	Kateter venoz Seldinger(subklavia)	2 RR	cope
urgj	Komprese sterile 10 x 10 cm	100% pambuk asorbent dendesia 24x20	cope
20	Leukoplast	5 m X 5 cm	cope
21	Pambuk kirurgjikal	100 gr	cope
28	Qarqe respiratori		cope
urgj	Sisteme infuzioni		
urgj	Spatula druri	sterile e paketuar individualisht	
40	Termometer me zhive		cope
42	Zhgute		cope

Loti II- Materiale Konsumabel dhe kirurgjikale

Nr	EMERTIMI	SPECIFIKIMET TEKNIKE	Njesi
2	Alkool	95° - 1 liter	liter
urgj	Kanjule intravenoze	14 G	
urgj	Kanjule intravenoze	16 G	
urgj	Kanjule intravenoze	18 G	cope
11	Kanjule intravenoze	20 G	cope

12	Kanjule intravenoze	22 G	cope
urgj	Kanjule intravenoze	24 G	cope
14	Kateter urine	3 Rr, 22 CH	cope
15	Kateter urine	2 Rr, 8 CH -10 ml	cope
16	Kateter urine	2 Rr, 14 CH	cope
17	Kateter urine	2 Rr, 16 CH	cope
18	Kateter urine	2 Rr, 18 CH	cope
urgj	Maska kirurgjikale		cope
22	Perparese kirurgu sterile		cope
urgj	Peroxid hidrogjeni	3% -1 liter	cope
23	PGA	4 0 70-90 cm, 20-30 mm, age 1/2 rrethore	cope
24	PGA	0 ; 70 -90 cm, 40-50 mm, age 1/2 rrethore	cope
25	PGA	1 ; 70 -90 cm, 40-50 mm, age 1/2 rrethore	cope
26	Polypropilen	5-0 70-90 cm,17-22 mm, age 1/2 rrethore	cope
27	Polypropilen	2-0 75 cm, 30 mm, age 1/2 prerese	cope
30	Qese urine		cope
31	Qese ushqimi	ushqim enteral	cope
33	Shiringa	per sherbim elektrik	cope
34	Shiringa	20 ml	cope
urgj	Shiringa	10 ml	
urgj	Shiringa	5 ml	
urgj	Shiringa	2 ml	
35	Shiringa	me gryk hinke(ushqyese)	cope
36	Silk	0 pa age, ligature	cope
37	Silk	4 – 0 70 -90 cm, 20-30 mm, age 1/2 prerese	cope
38	Solucion glicine		cope
39	Sonda Gastrike	16, 18 CH	cope
41	Xhel uretral me lidocaine		cope

Loti III- Materiale per Kirurgji Vaskulare

Nr	EMERTIMI	SPECIFIKIMI	Njesia
1*	Patch vascular	Vascular patch, me mikropore, material elastik polyesterurethane ,permasa 3x4cm	cope
2	Sheath introducer normal me age dhe gide	diametri 5F.Gjatesia e ages 7 cm,gjatesia e sheathit 11 cm	cope
3*	Sheath introducer normal me age dhe gide	diametri 6F.Gjatesia e ages 7 cm,gjatesia e sheathit 11 cm	cope

4	Sheath introducer normal me age dhe gide	diametri 7F.Gjatesia e ages 7 cm,gjatesia e sheathit 11 cm	cope
5*	Graft vaskular i drejte,i perforcuar, thin wall, PTFE	Diametri 5mm, gjatesi 70cm	cope
6	Graft vaskular i drejte, i perforcuar, thin wall, PTFE	Diametri 6mm, gjatesi 80cm	cope
7	Graft vaskular i drejte, i perforcuar, thin wall, PTFE	Diametri 8mm, gjatesi 80cm	cope
8	Kateter embolektomie Fogarty	Permasa 3F, gjatesi 80 cm	cope
9*	Kateter embolektomie Fogarty	Permasa 4F, gjatesi 80 cm	cope
10	Kateter embolektomie Fogarty	Permasa 5F, gjatesi 80 cm	cope
11	Graft vaskular i bifurkuar	Diameter 16X8mm, gjatesi 40cm, warp-knitted, double velour, e veshur me xhelatin	cope
12*	Graft vaskular i bifurkuar	Diameter 18X9mm, gjatesi 40cm, warp-knitted, double velour, e veshur me xhelatin	cope
13	Graft vaskular i bifurkuar	Diameter 20X10mm, gjatesi 40cm, warp-knitted, double velour, e veshur me xhelatin	cope
14	Polypropylen	5-0 75-90 cm, 15-17 mm,1/2 age rrethore double needle	cope
15*	Polypropylen	6-0 60-90 cm, 10-13 mm, 1/2 age rrethore double needle	cope
16	Polypropylen	7-0 60-90 cm, 8 mm,1/2 age rrethore double needle	cope
17*	Graft vaskular axilo-bifemoral	Diametri 8mm, gjatesi e perdorshme 100/60cm, warp-knitted, double velour, e veshur me xhelatin	cope
18*	Set i ekstirpimit te venes	Set i plote: 1-gide polifilament, fleksibel, me veshje plastike; 2- koka me tehe te mprehte me diameter 9,12 dhe 15mm	cope
19	Stopckoks	3 ports,2 femra-1 mashkull.Rubinet me presion te ulet.	cope
20*	Inflation Manometer set	Seti duhet te permbaje: Pajisje fryrese 30atm + stopcock 3 rruges + torku + lidhesi ne forme Y + gida metalike	cope

Per te gjitha materialet te cilat ne numrin Rendor jane me Yll duhet te paraqiten mostra
Materialet e mjekimit duhet te permbushin standartet CE apo (CE sipas MDD 93/42 EEC) . Ato duhet te jene te markuara CE ne momentin e levrimit te mallit.

Afati i skadences: jo më i vogël se 12 muaj nga data e levrimit te mallit ne destinacion.

Skadenca duhet te jete e shënuar ne ambalazh.

Ambalazhimi te jete i përshtatshëm sipas llojit te mallit te shoqëruar me etiketat dhe markimin

Loti IV- Materiale per Kirurgji Maxilofaciale

Nr	Emertimi	Specifikimi	Njesia
1*	Minipllake oseteosinteze maksilofaciale	Titan, mini,(16 vrima, 2 mm diameter)	cope
2	Minipllake oseteosinteze maksilofaciale e absorbueshme	material I absorbueshem, 12 vrima, 2 mm diameter;	cope
3*	Vida te absorbueshme mini	Material I absorbueshem, 2x7 mm dhe 2x9 mm; Ofertuesi te leri ne perdorim edhe instrumentin perkates per inserimin e vidave	cope
4*	Minipllake orbite titanium	material titan, 8 vrima	cope
5*	Meshe titani orbitale	material titan, vrimat e vidave 1,6 mm	cope
6	Vida titani mikro	Titan, 1,6x5 mm; 1,6 x 7 mm	
7*	vida titanium	2x7 mm; 2x9 mm; 2x5 mm	
8*	Freze kockore	diemeter 1,2 mm, 1,6 mm dhe 2,2 mm. Gatesi 120-180 mm; gjatesi pune 18-22 mm	cope
9*	Freze kirurgjikale	round, 5 mm, 2 mm	
10*	Freze kirurgjikale fissure	fissure lloje te ndryshme	
11	Tel ligature	0,4 mm x 100m	cope
12*	Shina ortopedike	per fiksion mandibular, 25 cm	
13*	Pllaka rikonstruktive titani	e amnguluar, 8 vrima, 12 vrima	
14*	Vida rikonstruksioni	titani; 2,7 x 9 mm; 2,7 x 11 mm	cope
15	Distraktor mandibular	per fiksion mandibular te jashtem, pas operacionit	cope
16*	Spongel	hemostatik gelatine I absorbueshem; 12 x 8 cm	cope
17*	Kolagen I absorbueshem	9x3 cm; dendesi 5,6 mg/cm ² ; origjine bovine	cope

Per te gjitha materialet e listes duhet te paraqiten mostra

Ofertuesi te leri ne perdorim edhe instrumentin perkates per inserimin e Vidave te absorbueshme mini (Nr.rendor 3*)

Ofertuesi te lere ne perdorim instrumentat e perkuljes dhe prerjes se pllakave te Titaniumit.

Ofertuesi te lere ne perdorim dy kacavida mini per inserimin e vidave te Titaniumit.

Materialet e mjekimit duhet te permbushin standartet CE apo (CE sipas MDD 93/42 EEC) . Ato duhet te jene te markuara CE ne momentin e levrimit te mallit.

Afati i skadences: jo me i vogel se 12 muaj nga data e levrimit te mallit ne destinacion.

Te jene te shenuara ne katalog kodet e ofertuara

Ambalazhimi te jete i pershtatshem sipas llojit te mallit te shoqeruar me etiketat dhe markimin

Loti V- Materiale per Radioimazherine

Nr	Emertimi	SPECIFIKIMET TEKNIKE	Njesi
10	Filma per CT	Filma dixhitale per CT , model DT2B (35x43 cm) kopatibel me printerin model: DRYSTAR AXYS	kuti
40	Shiringa – CT Skanner	Duel per CT-Skanner	cope

Pershkrimi i kerkesave te zbatimit te sherbimeve ne lidhje me to: **Per te gjithë artikujt me * duhet te paraqiten mostra**

