

SPECIFIKIMET TEKNIKE

SPECIFIKIMET TEKNIKE

Skicimet, parametrat teknik etj:

Per Protoksidin e Azotit :

- Permbajtja e N₂O jo me pak se 99.5%
- Permbajtja e NO jo me shume se 0.0001%
- Permbajtja e NO₂ jo me shume se 0.0001%
- Permbajtja e H₂O jo me shume se 0.4mg/l
- Permbajtja e NH₃ jo me shume se 0.001%
- Permbajtja e CO₂ jo me shume se 0.01%
- Permbajtja e CO jo me shume se 0.001 %
- Permbajtja e halogjeneve dhe H₂S jo me shume se 0.0001%
- Permbajtja e PH₃ e AsH₃ mungon
- Permbajtja e acideve dhe bazave mungon
- Permbajtja e lendeve oksiduese dhe reduktuese mungon
- Protoksidi i azotit do te jete ne bombola me kapacitet 27kg.
- Paketimi i protoksidit te azotit te behet me bomblat e shitesit.
- Shitesi ka per detyre te mirembaje ,kolaudoje dhe te riparoje bombolat me shpenzimet e veta ne perputhje me rregulloren perkatese te miratuar nga inspektorati shteteror i eneve nen presion.
- Cdo furnizim te shoqerohet me flete analize
- Transportimi dhe shkarkimi i bomblave te kryhet nga firma deri brenda ne magazinën e Spitalit.

Public Health Sector

SASIA DHE GRAFIKU I LËVRIMIT

Sasia e mallit që kërkohet:

Nr	Emertimi i mallrave	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlefte
1	Blerje Protoksid Azoti	lt	2 838		
	Shuma				2 000 000
	20% TVSH				400 000
	Shuma totale				2 400 000

Afatet e lëvrimit: **Menjehere pas nenshkrimit te Kontrates deri me 15/12/2017**