

SPECIFIKIMET TEKNIKE

Skicimet, parametrat teknik etj:

Specifikimi i Materialeve: Pershkrimi i kërkesave të zbatimit të shërbimeve në lidhje me to:

Loti 2; Furnizim Vendorsje Paisje Mjeksores për Repartin e Rikonstruktuar të Urgjencës për Spitalin Rajonal Berat.

leke

Nr	Emertimi	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
15	Troller Medical	Cope	10		
16	Shtrat Vizitash	Cope	5		
17	Shtrate Pacienti elektrike	Cope	10		
	vlera pa tvsh				1262000

I. Shtrat Egzaminimi

- 1) Përmasat: 56 x 185 x 66 cm
- 2) Peshë: 25 Kg
- 3) Skelet me profil hekuri 1,20 mm
- 4) Kater pozicione levizje manual për pjesën ballore
- 5) të jetë e veshur me lëkurë
- 6) skelet i lyer me boje elektrostatische
- 7) Këmbet të palosen në rast mosperdorimi

II. Trolley mjeksor

- 1) PERMASAT : 40X80X175 cm
- 2) Peshë 40 kg.
- 3) Të jetë i lyer me boje elektrostatische.
- 4) të jetë i pajisur me tre sirtare për nevojë të ndryshme.
- 5) të jetë i pajisur me 4 rrota të rrotullueshme 360 gradë.

III. Krevat Elektrik.

1. Duhet të jetë i projektuar për diagnostifikim, vëzhgim, trajtim, rehabilitim.
2. Levizjet e pozicionimit të pacientit duhet të kryhen me anë të dy elektromotoreve DC.
3. Elektromotoret të vihen në levizje nëpërmjet baterie 9V.
4. Elektromotoret dhe mekanizmat e krevatit duhet të jenë silencioze.
5. Levizjet e krevatit duhet të realizohen nëpërmjet pulti komandues.
6. Sipërfaqja e shtratit duhet të jetë e ndarë në katër pjesë.

7. Pjesa balllore dhe fundore e krevatit t duhet te jene me kornize profili hekuri qe mund te cmontohen per tu pastruar.
8. Duhet te kete dy mbrojtese anesore hekuri sistem i pershtatur per levizje dhe mbrojtje sa me ideale per pacientin
- 9.Duhet te kete 4 pale rrota 2-she me frena qe mund te bllokohen dhe te kthehen 360 grade.
- 10.Krevati duhet kete hapsire per vendosjen e stativit ne kater kendet.
11. Skeleti duhet te jete i lyer me boje elektrostatiqe
- 12.Permasat e shtratit: (ExBxY) 100 x 200 x 45 cm + - 5 cm
13. Dysheku duhet te jete sfungjer me kater pjese.
14. Dimensionet e dyshekut duhet te jene 90x190x10 cm.
15. Materiali i fibrave dyshekut te jene 80 gr.

SASIA DHE GRAFIKU I LËVRIMIT

Sasia e mallit që kërkohet: sipas tabelës së mëposhtme.

Afatet e lëvrimit: Per tre muaj.

Loti 2;Furnizim Vendorsje Paisje Mjeksores per Repartin e Rikonstruktuar te Urgjences per Spitalin Rajonal Berat.



Nr	Emertimi	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
15	Troller Medical	Cope	10		
16	Shtrat Vizitash	Cope	5		
17	Shtrate Pacienti	Cope	10		
	vlera pa tvsh				1262000