

**DOKUMENTAT STANDARDE TË TENDERIT PËR  
PROCEDURËN E HAPUR  
SHËRBIME<sup>1,2</sup>**

**OBJEKTI:**

“Riparim i Transformatorëve deri 1.8 MVA per tension TM/TU”.

**No.REF-92508-07-06-2026**

---

<sup>1</sup> Në rastet e mosparashikimeve konkrete në këtë set dokumentash autoriteti /enti kontraktor do ti referohet parashikimeve të legjislacionit dhe rregullave të prokurimit publik në fuqi.

<sup>2</sup> Seti i Dokumenteve Standarde të Tenderit për procedurat e prokurimit mbi kufijtë e lartë monetarë hartohet në gjuhën shqipe dhe gjuhën angleze. Nëse ka ndonjë mospërputhje ndërmjet variantit të setit në gjuhën shqipe me variantin në gjuhën angleze, do të merret për bazë seti në gjuhën shqipe.

## NJOFTIME

### NJOFTIMI PARAPRAK I INFORMACIONIT/ NJOFTIMI PERIDIOK I INFORMACIONIT

*(Për t'u Plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor nëse aplikohet)*

#### 1.1 Emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor;

Emri \_\_\_\_\_

Adresa \_\_\_\_\_

#### 1.2 Lloji i Autoritetit/Entit Kontraktor:

Institucion qendror

☐

Institucioni i pavarur

☐

Njësi e autoriteteve vendore

☐

Të tjera

☐

#### 1.3 Kategoria e Autoritetit/Entit Kontraktor:

Autoritet/ent kontraktor që prokuron për nevoja  
të veta

☐

Organ Qendror blerës

☐

Ofrues shërbimi

Publik

☐

Privat

☐

I deleguar

☐

Të tjera

☐

#### 1.4 Emri dhe adresa e personit të kontaktit:

Personi (at) përgjegjës për prokurimin: \_\_\_\_\_

Tel/faks \_\_\_\_\_

E-mail \_\_\_\_\_

#### 1.5 Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër dhe kodi sipas Fjalorit të Përbashkët të Prokurimit (FPP):

\_\_\_\_\_

#### 1.6 Lloji i procedurës së prokurimit: \_\_\_\_\_

**1.7 Tipi i kontratës:** \_\_\_\_\_

**1.8 Fondi limit i përlogaritur për këtë kontratë/marrëveshje kuadër/Fondi limit i përlogaritur për këtë objekt siç është planifikuar në parashikimin buxhetor të Autoritetit/Entit Kontraktor** *(në rastin e marrëveshjeve kuadër ose kontratave shumëvjeçare)* :

\_\_\_\_\_

**1.9 Kohëzgjatja e përafërt e kontratës/marrëveshjes kuadër:**

\_\_\_\_\_

**1.10 Përshkrimi i shkurtër i kontratës/marrëveshjes kuadër dhe/ose Lotit (eve), nëse përdoren:**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**1.11. Lloji i Marrëveshjes Kuadër, nëse është rasti:**

\_\_\_\_\_

**1.12 Kohën e përafërt për zhvillimin e procedurës së prokurimit:**

\_\_\_\_\_

**1.13 Informacion tjetër që konsiderohet i dobishëm nga autoriteti/enti kontraktor:** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**NJOFTIMI I KONTRATËS***(Për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor)***Seksioni 1: Autoriteti/Enti Kontraktor****1.1 Emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor**

|                                                         |                                                                          |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Emri:                                                   | Drejtoria Rajonale Tiranë e OSSH sh.a                                    |
| Adresa:                                                 | Rruga "Reshit Petrela" Perballe Dispanserise, Tiranë.                    |
| Tel/Faks:                                               | 0694140752                                                               |
| E-mail:                                                 | <a href="mailto:zhuljeta.bektashi@ossh.al">zhuljeta.bektashi@ossh.al</a> |
| Adresa e ueb-faqes:                                     | <a href="http://www.oshee.al">www.oshee.al</a>                           |
| Personi/at përgjegjës për prokurimin:<br>(emri, e-mail) | Zh.Bektashi                                                              |

**1.2 Lloji i Autoritetit/Entit Kontraktor:**

Institucion qendror

☐

Institucioni i pavarur

☐

Njësi e autoriteteve vendore

☐

Të tjera

**X****1.3 Kategoria e Autoritetit/Entit Kontraktor:**

Autoritet/Ent kontraktor që prokuron për nevoja të veta

☐

Organ Qendror blerës

☐

Ofrues shërbimi

Publik ☐ Privat ☐

I deleguar

**X**

Të tjera

☐**1.4. Kontratë në bazë të një marrëveshje të posaçme midis Shqipërisë dhe një shteti tjetër:****Po**☐**Jo****X**

**1.5 Kontratë që bashkëfinancohet nga një organizatë ndërkombëtare ose një institucion financiar ndërkombëtar:**

Po ☐ Jo ☒

**1.6 Kontratë e rezervuar :**

Po ☐ Jo ☒

**Seksioni 2: Objekti i Kontratës:** “Riparim i Transformatorëve deri 1.8 MVA per tension TM/TU”.

**2.1 Numri i referencës së procedurës/Lotit (eve):** REF-92508-07-06-2026

**2.2 Kodi sipas Fjalorit të Përbashkët të Prokurimit (FPP):** 50000000-5 - Shërbime mirëmbajtje dhe riparimi,

**2.3 Lloji i Kontratës:** “Kontratë Publike për Shërbime”.

**2.4 Kontrata në bazë të Marrëveshjes Kuadër:**

Po ☒ Jo ☐

**2.5 Lloji i Marrëveshjes Kuadër:**

**Me një Operator Ekonomik** ☒

**Me disa Operatorë Ekonomikë** ☐

**Të gjitha kushtet janë të përcaktuara** Po ☒ Jo ☐

**2.6 Marrëveshje kuadër me një operator ekonomik:**

Në rastin e Marrëveshjes Kuadër me një Operator Ekonomik, kur janë përcaktuar të gjitha kushtet, më poshtë të jepen arsyet e përzgjedhjes.

**Në zbatim të nenit 52 të ligjit nr. 162 dt. 23.12.2020 i ndryshuar, te nenit 58, 59, 60, 61, 62, 64, te VKM nr. 285 dt. 19.05.2021, e ndryshuar.** Autoriteti kontraktor përdor marrëveshjen kuadër për keto shërbime, për të arritur një marrëveshje ndërmjet një operatori ekonomik dhe AK

Qëllimi i marrëveshjes kuadër është të vendosë kushtet e kontrates që do të prokurohen gjatë një periudhe të caktuar kohore, veçanërisht që kanë lidhje me çmimin dhe shërbime të përdorura zakonisht me natyrë të përsëritur dhe/ose kur është e vështirë ose e pamundur për të përcaktuar paraprakisht volume e ketyre shërbimeve që do të kryhen.

## 2.7 Marrëveshje Kuadër me disa operatorë ekonomikë:

**Numri i operatorëve ekonomikë, me të cilët do të lidhet Marrëveshja Kuadër:** \_\_\_\_ (Këtu, duhet të përcaktohet numri maksimal i operatorëve ekonomikë, me të cilët do të lidhet Marrëveshja Kuadër).

## 2.8 Kushtet që duhet të zbatohen në rastin e rihapjes së konkurrimit:

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

## 2.9 Autoriteti Kontraktor/Autoritetet kontraktore ose Enti/Entet kontraktore që do të jenë palë në Marrëveshjen Kuadër:

Drejtoria Rajonale Tirane e OSSH sh.a

## 2.10 Përshkrimi i shkurtër i kontratës / Marrëveshjes Kuadër

1. Fondi limit/vlera e pritshme e kontratës: 194,590,200 (njëqind e nentëdhjetë e kater milion e peseqind e nentëdhjetë mijë e dyqind) Lekë pa TVSH ose 2,073,417.15 (dy milion e shtatëdhjetë e tre mijë e katerqind e shtatëmbëdhjetë pike pesëmbëdhjetë ) Euro.

**Kursi zyrtar i këmbimit sipas Bankës së Shqipërisë në datë 06/07/2026 është 93.85 Lekë/Euro.**

2. Në rastin kur, objekti i prokurimit përbëhet nga disa artikuj, **shumatorja e çmimeve për njësi është \_\_\_\_\_**

**Sqarim: Bëjmë me dije se ne mbështetje të rekomandimit nr. 3842 prot., datë 22.06.2020 të APP” Mbi përdorimin e Marrëveshjes Kuadër, ofertimi nga operatorët ekonomikë do të bëhet me çmim total pra jo me çmim per njësi dhe vlerësimi do të kryhet mbi bazën e cmimit total të ofertuar dhe jo mbi shumatorën e cmimit per njësi duke ju referuar edhe strukturës së preventivit bashkëngjitur dokumentave standarte të tenderit.**

3. Burimi i financimit: Të ardhurat e OSSH sh.a

4. Kodi Output: 0000000.

5. Tipi:

Investime ☐

Kodi: \_\_\_\_\_

Vlera: \_\_\_\_\_

Shërbime X

Kodi: 602

Vlera: 194,590,200 Lekë pa TVSH.

**2.11 Kohëzgjatja e kontratës ose afati i zbatimit të kontratës:** Kohëzgjatja 12 (Dymbëdhjete) muaj nga nënshkrimi i marrëveshjes kuader.

**2.11.1. Kohëzgjatja e Marrëveshjes Kuadër:**

|                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Kohëzgjatja në muaj:</b> ____ <b>ose ditë:</b> ____ (nga nënshkrimi i Marrëveshjes Kuadër)</p> <p><b>Ose fillon më</b> ____/____/____ (d/m/v)</p> <p><b>mbaron më</b> ____/____/____ (d/m/v)</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**2.12 Vendi i dorëzimit të objektit të kontratës:** Sipas termave te references

**2.13 Ndarja në Lote:**

Po



Jo

X

Në zbatim të Nenin 39, të Ligjit Nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” i ndryshuar, ky prokurim nuk rekomandohet të ndahet në lote pasi është një shërbim i vetëm, Operatori Ekonomik mban përgjegjësi të plotë për sigurimin e aseteve të OSSH sh.a.

Nëse po,

**2.14 Përshkrimi i shkurtër i Loteve:**

(objekti dhe fondi limit për secilin Lot)

1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

**2.14.1 Një ofertues mund të aplikojë për:**

☐ një Lot,

- ☐ disa Lote,
- ☐ të gjitha Lotet.

Për secilin Lot duhet të paraqitet një ofertë e veçantë.

#### **2.14.2 Numri maksimal i Loteve për ofertues:**

Specifikoni numrin maksimal të Loteve që mund t'i jepen një ofertuesi \_\_\_\_\_

#### **2.14.3 Kriteret/rregullat që duhet të zbatohen për të përcaktuar Lotet që do t'i jepen ofertuesit:**

Specifikoni kriteret për të përcaktuar Lotet që do të jepen, kur ofertuesi shpallet fitues i më shumë Loteve sesa numri maksimal i lejuar në pikën 2.14.2.

---

---

---

#### **2.14.4 Kombinimi i Loteve në një kontratë/kontrata të përbashkëta (Kur të njëjtit ofertues mund t'i jepet më shumë se një Lot):**

**Po**

☐

**Jo**

☐

Nëse po, specifikoni grupin e Loteve që mund të kombinohen

---

---

---

#### **2.15 Pranohen variantet:**

**Po**

☐

**Jo**

**X**

##### **2.15.1 Pranohet nënkontraktimi:**

**Po**

☐

**Jo**

**X**

**Nëse lejohet nënkontraktimi, specifikoni përqindjen e lejuar për nënkontraktim:**

*(nuk lejohet nënkontraktimi në një masë më të madhe se 50 % e vlerës së kontratës)*

---

##### **2.15.2 Autoriteti/Enti Kontraktor do të kryejë pagesa direkte tek nënkontraktori:**

**Po**

☐

**Jo**

☐

**Shënime të tjera** (nëse vlerësohen të nevojshme nga autoriteti/enti kontraktor)

**2.16. Mbështetja në kapacitetet e subjekteve të tjera:**

Specifikoni nëse autoriteti/ enti kontraktor kërkon që detyra/punë/aspektet kritike të kontratës të përmbushen nga vetë operatori ekonomik ose nga ndonjë prej anëtarëve të bashkimit të operatorëve ekonomikë, për të cilën ofertuesi ndalohet të mbështetet në kapacitetet e subjekteve të tjera.

Po ☐ Jo ☒

Nëse po, të specifikohet detyra, puna, aspektet kritike, që ndalohet mbështetja:

**2.17 Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit (TIK) përdoren standardet e përgatitura nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit:**

Po ☐ Jo ☒

**2.18. Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit (TIK), në rast se standardet nuk janë të zbatueshme, merret një miratim paraprak nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit:**

Po ☐ Jo ☒

**Seksioni 3: Informacione juridike, ekonomike, financiare dhe teknike**

**3.1 Sigurimi i ofertës:** *(e zbatueshme në rastin e procedurave të prokurimit me një vlerë më të lartë se sa prokurimi me vlerë të vogël).*

Në rastin e kontratave sektoriale, enti kontraktor, në bazë të diskrecionit të tij, mund të kërkojë sigurimin e ofertës edhe për procedurat nën kufirin e lartë monetar.

Operatori Ekonomik paraqet Formularin e Sigurimit të Ofertës, sipas Shtojcës 3.

Shuma e kërkuar e sigurimit të ofertës është **3,891,804** (tre milion e teteqind e nentëdhjetë e një mijë e teteqind e kater) Lekë ose 41,468.34 (dyzet e një mijë e katerqind e gjashtëdhjetë e tete pike tridhjetë e kater ) Euro.

**Kursi zyrtar i këmbimit sipas Bankës së Shqiperise në datë 06 /07/2026 është 93.85 Lekë/Euro.**

Në rastet e paraqitjes së ofertave për Lote të veçanta, vlera e sigurimit të ofertës për secilin Lot do të jetë si më poshtë:

Loti 1 \_\_\_\_\_ (shuma,monedha)

Loti 2 \_\_\_\_\_ (shuma monedha)

**3.1.2** Autoriteti/ Enti kontraktor pranon vlerën e pagesës së sigurimit të ofertës nga ofertuesi, në vlerë monetare në llogarinë e autoritetit/entit kontraktor

| Emri i Bankes | Numri i Llogarise    | IBAN                          |
|---------------|----------------------|-------------------------------|
| BKT           | 401218890CLPBCLALLA9 | AL1620511014218890CLPBCLALLA  |
| CRB           | 126000               | AL36212110090000000000126000  |
| ISPA          | 20242735301          | AL142081100800000020242735301 |
| RZB           | 130297663            | AL78202110130000000130297663  |



**3.1.3** Autoriteti/enti kontraktor pranon pagesën e vlerës së sigurimit të ofertës nga ofertuesi edhe në formën:

i. garancisë bankare **X**

ose

ii. nga shoqëri sigurimi të licencuara nga autoritetet kompetente **X**

**3.2 Periudha e vlefshmërisë së ofertës: 150 (Njëqind e pesëdhjetë) ditë.**

#### **Seksioni 4: Procedura**

**4.1 Lloji i procedurës:** Procedurë e Hapur shërbime- mbi kufirin e lartë monetar - Marreveshje Kuader,– me Mjete elektronike.

**4.2. Është përdorur njoftimi paraprak / periodik i informacionit:**

**Po**



**Jo**

**X**

Nëse Po, numri i referencës është \_\_\_\_\_

**4.2.1. Aplikohet shkurtimi i afatit për pranimin e ofertave (e aplikueshme për procedurat e prokurimit mbi kufirin e lartë monetar).**

**Po**



**Jo**

**X**

**4.3 Procedurë e rishpallur:****Po**☐**Jo****X**

Nëse është një procedurë e rishpallur, ju lutemi plotësoni të dhënat identifikuese të procedurës së anuluar:

a) Numri i referencës në sistemin e prokurimit elektronik të procedurës së anuluar të prokurimit \_\_\_\_\_

b) Objekti i prokurimit të procedurës së anuluar të prokurimit \_\_\_\_\_

c) Fondi limit i procedurës së anuluar të prokurimit \_\_\_\_\_ (shuma , monedha)

**4.4 Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:**

A)<sup>3</sup> **Oferta ekonomikisht më e favorshme, bazuar në kosto** ☐

Sipas rëndësisë:

-çmimi ☐ pikët

-\_\_\_\_\_ ☐ ☐ pikët ☐ ☐

-\_\_\_\_\_ ☐ ☐ pikët ☐ ☐

-\_\_\_\_\_ ☐ ☐ pikët ☐ ☐

**OSE**

B) **oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim X.**

**Në rastin e marrëveshjes kuadër, kur do të përdoret kriteri i vlerësimit të çmimit për njësi, për qëllime krahasimi, vlerësimi i ofertave të paraqitura do të bëhet në bazë të shumatores së çmimeve për njësi (Kjo, metodë vlerësimi nuk do të përdoret nga autoritetet/entet kontraktore kur sasi të janë të llogaritshme në bazë vjetore, sipas eksperiencës së mëparshme, dhe kur marrëveshja kuadër përdoret për prokurimin e mallrave dhe shërbimeve të vazhdueshme. Në këtë rast, çmimi i ulët do të vlerësohet me vlerën totale më të ulët të vlerësuar).**

**4.5 Afati i fundit për paraqitjen dhe hapjen e ofertave:**

<sup>3</sup> Shënim. Të gjitha kriteret e vendosura për vlerësimin e ofertave duhet të jenë sa më objektive dhe të shprehen në shifra. Në çdo rast, kur kriteret janë më shumë se një, pesha e kriterit të çmimit nuk do të jetë më pak se 50 pikë. Pikët maksimale që do të marrë një ofertë do të jenë 100 pikë. Në rastin e kontratave për shërbime me natyrë intelektuale, ku nuk mbizotërojnë aspektet fizike të veprimtarisë dhe që kërkojnë ekspertizë të posaçme, kriter për shpalljen e ofertës fituese do të jetë “oferta ekonomikisht më e favorshme, bazuar në kosto”, ku çmimi do të ketë 20 pikë dhe propozimi teknik 80 pikë.

Data: **10.08.2026** (d/m/v) ora **11:00** .

Vendi: [www.app.gov.al](http://www.app.gov.al).

**Kur oferta kërkohet të paraqitet në mënyrë elektronike, ofertuesit duhet ta paraqesin atë në mënyrë elektronike në faqen zyrtare të APP, [www.app.gov.al](http://www.app.gov.al).**

**Informacioni mbi ofertat e paraqitura në mënyrë elektronike i transmetohet të gjithë atyre Operatorëve Ekonomikë që kanë paraqitur oferta, me kërkesë të tyre.**

**4.6 Aplikohet shkurtimi i afatit për pranimin e ofertave, sipas parashikimeve në nenin 42, pika 6, të LPP (e aplikueshme për procedurat e prokurimit mbi kufirin e lartë monetar).**

**Po** ☐ **Jo** ☒

Nëse po, argumentoni arsyet e shkurtimit të këtij afati:

**4.7 Gjuha (ët) në të cilat mund të hartohen ofertat:**

**Shqip** ☒ **Anglisht** ☒

## **Seksioni 5: Informacione shtesë:**

**5.1 Dokumente me pagesë** (zbatohet vetëm për procedurat që nuk zhvillohen me mjete elektronike):

**Po** ☐ **Jo** ☒

Nëse po

**Monedha** \_\_\_\_\_ **Çmimi** \_\_\_\_\_

Ky çmim mbulon kostot aktuale të kopjimit dhe shpërndarjes së Dokumenteve të Tenderit (DT) tek Operatorët Ekonomikë. Operatorët Ekonomikë të interesuar kanë të drejtë të konsultojnë DT përpara blerjes së tyre.

**5.2 Informacione shtesë (vendi, zyra, mënyra e blerjes së dokumenteve të tenderit (kur është e aplikueshme)**

---

---

**Operatori ekonomik fitues, për nënshkrimin e një kontrate publike duhet të ketë:**

- Kopje të Certifikatës Elektronike të Fiskalizimit, për tatimpaguesit që përdorin Platformën Qendrore të Faturave.
- Kopje të Certifikatës Elektronike të Fiskalizimit dhe kopje të vlefshme të kontratës së lidhur me Kompaninë e Çertifikuar për zgjidhjen softuerike në përdorim, për tatimpaguesit që lëshojnë fatura përmes zgjidhjes softuerike.

**Data e dorëzimit të këtij njoftimi      06/07/2026.**

*[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor në Marrëveshjen Kuadër në rihapjen e procesit të mini-konkurrit]*

## **FTESE PËR OFERTË**

(shënoni emrin e Autoritetit/Entit Kontraktor) fton për paraqitjen e ofertave në procedurën për kryerjen e shërbimeve në vijim:

.....  
.....  
.....

(jepni një përshkrim të saktë të shërbimeve të kërkuara:

**Vendi i kryerjes së shërbimit:** (jepni një përshkrim të shkurtër) \_\_\_\_\_

**Kohëzgjatja e shërbimit:** \_\_\_\_\_

**Ofertat duhet të paraqiten në:**

.....[jepni adresën e saktë]

**Afati i fundit për pranimin e ofertave:**

.....

[Përcaktoni datën dhe orën]

**Kriteret për përcaktimin e ofertës fituese** \_\_\_\_\_

**Forma e komunikimit:**

Forma shkresore ☐

Forma elektronike (e-mail, faks, etj.) ☐

## NJOFTIMI I SHKURTUAR I KONTRATËS

*(Për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor, për publikim në  
Buletinin e Njoftimeve Publike)*

### 1. Emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor:

Emri Drejtoria Rajonale Tiranë e OSSH sh.a  
Adresa Rruga “Reshit Petrela” Perballe Dispanserise, Tiranë  
Tel/Faks 0694140752  
E-mail [zhuljeta.bektashi@ossh.al](mailto:zhuljeta.bektashi@ossh.al)  
Ueb-faqe [www.oshee.al](http://www.oshee.al)

2. **Lloji i procedurës së prokurimit:** Procedurë e Hapur – Shërbime mbi kufirin e lartë monetar – Marreveshje Kuader– me Mjete elektronike.

3. **Numri i referencës së procedurës /Lotit: REF-92508-07-06-2026**

4. **Objekti i kontratës/Marrëveshjes Kuadër:** “Riparim i Transformatorëve deri 1.8 MVA per tension TM/TU”.

5. **Kodi sipas Fjalorit të Përbashkët të Prokurimit (FPP):** 50000000-5 - Shërbime mirëmbajtje dhe riparimi.

6. **Fondi limit/vlera e pritshme e kontrates:** 194,590,200 (njëqind e nentëdhjetë e katër milion e pesëqind e nentëdhjetë mijë e dyqind) Lekë pa TVSH ose 2,073,417.15 (dy milion e shtatëdhjetë e tre mijë e katërqind e shtatëmbëdhjetë pike pesëmbëdhjetë ) Euro.

**Kursi zyrtar i këmbimit sipas Bankës së Shqipërisë në datë 06/07/2026 është 93.85 Lekë/Euro.**

7. **Kohëzgjatja e kontratës/marrëveshjes kuadër ose afati për zbatimin e saj:** 12 (dymbëdhjetë) muaj nga nënshkrimi i Marrëveshjes Kuader

8. **Afati i fundit për paraqitjen dhe hapjen e ofertave:** 10.08.2026 Ora: 11:00.

## 9. Procedurë e Rishpallur:

**Po**



**Jo**

**X**

Nëse është një procedurë e rishpallur, ju lutemi plotësoni të dhënat identifikuese të procedurës së anuluar:

a) Numri i referencës në sistemin e prokurimit elektronik të procedurës së anuluar të prokurimit \_\_\_\_\_

b) Objekti i prokurimit të procedurës së anuluar të prokurimit \_\_\_\_\_

c) Fondi limit i procedurës së anuluar të prokurimit \_\_\_\_\_ (shuma , monedha)

[Për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor në Marrëveshjen Kuadër]

### PLANIFIKIMI I

### KONTRATAVE NË MARRËVESHJEN KUADËR

| <input type="checkbox"/> Shërbime:                                                                  |                     |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| Numri i përafërt i kontratave të planifikuara për t'u dhënë në bazë të Marrëveshjes Kuadër<br>_____ |                     |                                   |
| Numri i kontratës                                                                                   | Titulli i kontratës | Përshkrimi i shkurtër i kontratës |
| 01                                                                                                  | _____               | _____                             |
| 02                                                                                                  | _____               | _____                             |
| 03                                                                                                  | _____               | _____                             |
| ...                                                                                                 | _____               | _____                             |

Shënim: Ky planifikim është i përafërt bazuar në nevojat që mund të ketë autoriteti/enti kontraktor dhe orientues për palët në proces.

*(Për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor)*

## **NJOFTIMI PËR NDRYSHIMIN E DOKUMENTAVE TË TENDERIT**

### **1. Emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor**

Emri \_\_\_\_\_  
Adresa \_\_\_\_\_  
Tel/Faks \_\_\_\_\_  
E-mail \_\_\_\_\_  
Ueb-faqe \_\_\_\_\_

### **2. Kontaktet e personit (ave) përgjegjës për prokurimin:**

Emri \_\_\_\_\_  
E-mail \_\_\_\_\_

**3. Lloji i procedurës së prokurimit:** \_\_\_\_\_

**4. Lloji i kontratës /Marrëveshjes Kuadër:** \_\_\_\_\_

**5. Numri i referencës për procedurën / Lotin:** \_\_\_\_\_

**6. Objekti i kontratës / Marrëveshjes Kuadër:** \_\_\_\_\_

**7. Kodi sipas Fjalorit të Përbashkët të Prokurimit (FPP):** \_\_\_\_\_

**8. Fondi limit :** \_\_\_\_\_

**9. Justifikimi, argumentat përkatëse dhe referencat ligjore për nevojën e ndryshimit të dokumenteve të tenderit:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**10. Nëse shtyhet afati i fundit për pranimin e ofertave, të shënohet afati i ri i përcaktuar:** \_\_\_\_\_

### **Shënim:**

**Këtij njoftimi duhet t'i bashkëngjitet shtojca e ndryshimeve në dokumentet e tenderit.**

*(Për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor)*

**NJOFTIMI PËR MODIFIKIMIN E MARRËVESHJES KUADËR/KONTRATËS GJATË ZBATIMIT**

**1. Emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor:**

Emri \_\_\_\_\_  
Adresa \_\_\_\_\_  
Tel/Faks \_\_\_\_\_  
E-mail \_\_\_\_\_  
Ueb-faqe \_\_\_\_\_

**2. Kontaktet e personit (ave) përgjegjës për prokurimin:**

Emri \_\_\_\_\_  
E-mail \_\_\_\_\_

**3. Lloji i procedurës së prokurimit:** \_\_\_\_\_

**4. Lloji i kontratës /Marrëveshjes kuadër:**\_\_\_\_\_

**5. Numri i referencës për procedurën / Lotin:**\_\_\_\_\_

**6. Objekti i kontratës / Marrëveshjes Kuadër :**\_\_\_\_\_

**7. Kodi sipas Fjalorit të Përbashkët të Prokurimit (FPP):**\_\_\_\_\_

**8. Fondi limit:** \_\_\_\_\_

**9. Situata sipas parashikimeve të nenit 127 të LPP dhe argumentet përkatëse për ta përdorur atë:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**10. Përshkrimi i modifikimit të kontratës/Marrëveshjes Kuadër, përfshirë natyrën dhe sasinë ose vlerën e shërbimeve:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**11.Vlera totale e kontratës së nënshkruar/marrëveshjes kuadër:**

\_\_\_\_\_

**12. Vlera e ndryshuar (nëse është rasti):** \_\_\_\_\_

**13. Kohëzgjatja e kontratës / Marrëveshjes Kuadër:** \_\_\_\_\_

**Dhe afati i ri (nëse është rasti):** \_\_\_\_\_

**14. Emri dhe adresa e operatorit/ëve Ekonomikë:**

Emri \_\_\_\_\_

NIPT: \_\_\_\_\_

Adresa \_\_\_\_\_

Kontaktet \_\_\_\_\_

**15. Data e nënshkrimit të modifikimit:** \_\_\_\_\_

**16. Burimi i financimit:** \_\_\_\_\_

**17. Informacion tjetër që vlerësohet i nevojshëm nga autoriteti/enti kontraktor** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

---

## DOKUMENTET E TENDERIT

### **Përmbajtja:**

#### **Seksioni I: Udhëzime për Operatorët Ekonomikë (Udhëzime)**

Teksti në Seksionin I nuk mund të modifikohet nga Autoriteti/Enti kontraktor ose operatorët ekonomikë, përveç informacionit të plotësuar sipas Njoftimit të Kontratës.

#### **Seksioni II: Shtojcat**

**Seksioni II** përfshin Shtojcat, të cilat duhet të plotësohen nga Operatori Ekonomik dhe të paraqiten si pjesë e ofertës së tij, si dhe Shtojcat që duhet të plotësohen nga autoriteti/enti kontraktor si, specifikimet teknike, termat e references, kriteret e përzgjedhjes së ofertuesve, shërbimet dhe grafiku i ekzekutimit.

#### **Seksioni III. Termt dhe Kushtet e Kontratës (TKK)**

**Seksioni III** përmban Kushtet e Përgjithshme dhe të Veçanta që do të zbatohen për të gjitha Kontratat, Formularin e sigurimit të kontratës, si dhe formularë që duhet të nënshkruhen nga të dy palët si, draftet e marrëveshjeve kuadër, sipas llojeve të tyre.

#### **Seksioni IV: Ankimi dhe Njoftimet për mbylljen e procesit**

Seksioni IV përfshin formularët standard që përdoren nga operatorët ekonomikë, në procesin e ankimit pranë autoritetit/entit kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik, si dhe njoftimet që duhet të plotësohen nga autoriteti/enti kontraktor në përfundim të procesit të prokurimit.

## Seksioni I: Udhëzime për Operatorët Ekonomikë

### A. TË PËRGJITHSHME

#### 1. Objekti i prokurimit

1. Objekti i procedurës së prokurimit, si dhe numri i kontratave (Loteve) dhe objektet e tyre përcaktohen në njoftimin e kontratës.
2. Përveç nëse specifikohet ndryshe më poshtë, përkufizimet dhe interpretimet në këto Dokumente të Tenderit do të jenë sipas përcaktimeve të Ligjit për Prokurimin Publik (LPP) dhe Kushtet e Përgjithshme të Kontratës (KPP).

#### 2. Operatorët Ekonomikë të përshtatshëm

a) “Operator ekonomik” është çdo person fizik ose juridik, ose ent publik apo grup personash/entesh, përfshirë shoqëritë me sipërmarrje të përkohshme të tyre dhe organizatat jofitimprurëse, të cilat ofrojnë kryerjen e punëve, furnizimin e mallrave ose ofrimin e shërbimeve në treg, sipas Udhëzimeve për Operatorët Ekonomikë (këtu e më tej referuar si "Udhëzimet").

Në rastin e një bashkimi operatorësh ekonomikë (BOE):

- 1.1 të gjithë operatorët, anëtarë të këtij bashkimi do të kenë përgjegjësi të përbashkët dhe solidare;
- 1.2 BOE i bashkëlidh Ofertës së tij një marrëveshje ndërmjet palëve ku caktohet dhe autorizohet edhe Përfaqësuesi, i cili do të ketë autoritetin të përfaqësojë BOE gjatë procedurës së prokurimit dhe, në rast se BOE shpallet fituese e Kontratës, edhe gjatë zbatimit të Kontratës.

b) Operatori Ekonomik duhet të konsultohet me të gjitha udhëzimet, formularët, termat dhe specifikimet në Dokumentet e Tenderit. Mosdhënia nga operatori ekonomik e të gjithë informacionit ose dokumentacionit të kërkuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor në Dokumentet e Tenderit do të cojë në refuzimin e Ofertës.

#### 3. Sqarimi i Dokumenteve të Tenderit

Ofertuesi i mundshëm mund të kërkojë sqarime për dokumentet e tenderit nga autoriteti/enti kontraktor, i cili duhet t'i përgjigjet çdo kërkesë për sqarim të

dokumenteve të tenderit, të bërë nga çdo operator ekonomik, me kusht që kërkesa të jetë marrë jo më vonë se 6 ditë para afatit përfundimtar të dorëzimit të ofertave.

Autoriteti/Enti kontraktor duhet të përgjigjet brenda 3 ditëve nga depozitimi i kërkesës, në mënyrë që të bëjë të mundur dorëzimin e ofertës në kohë nga operatori ekonomik dhe, pa identifikuar burimin e kërkesës, duhet t'ua komunikojë sqarimin përkatës të gjithë operatorëve ekonomikë, që kanë tërhequr dokumentet e tenderit.

#### **4. Ndryshimi i Dokumenteve të Tenderit**

1. Në çdo kohë para afatit të fundit për paraqitjen e ofertave, Autoriteti/Enti Kontraktor mund t'i ndryshojë Dokumentet e Tenderit duke hartuar një shtojcë, me këto ndryshime.
2. Çdo shtojcë do të jetë pjesë e Dokumenteve të Tenderit dhe do të publikohet në të njëjtën mënyrë sic është bërë publikimi i Dokumentave të Tenderit.
3. Nëse ndryshimi i Dokumenteve të Tenderit bëhet në gjysmën e parë të afatit për pranimin e Ofertave, autoriteti apo enti kontraktor mund të zgjasin afatin për pranimin e ofertave. Nëse dokumentet e tenderit ndryshohen në gjysmën e dytë të afatit për paraqitjen e ofertave, autoriteti/enti kontraktor zgjat afatin e fundit për paraqitjen e ofertave me të paktën 10 ditë për procedurat mbi kufirin e lartë monetar dhe me të paktën 7 ditë për procedurat nën kufirin e lartë monetar.

### **B. PËRGATITJA E OFERTAVE**

#### **1. Shpenzimet e ofertimit**

Operatori Ekonomik përballon të gjitha shpenzimet që lidhen me përgatitjen dhe paraqitjen e ofertës së tij, dhe Autoriteti/Enti Kontraktor nuk ka detyrime apo përgjegjësi për këto shpenzime, pavarësisht nga zhvillimi apo rezultati i procedurës.

#### **2. Gjuha e Ofertës**

Oferta, si dhe të gjitha korrespondencat dhe dokumentet në lidhje me procedurën e prokurimit do të paraqiten në gjuhën/gjuhët e specifikuar në njoftimin e kontratës. Në procedurat e prokurimit nën kufijtë e lartë monetarë dokumentet e paraqitura në gjuhë të huaj duhet të shoqërohen nga një përkthim i noterizuar në gjuhën shqipe.

Në procedurat e prokurimit mbi kufijtë e lartë monetarë, një ofertë është e kualifikueshme edhe nëse një pjesë e

- dokumentacionit të saj mund të jetë në gjuhën shqipe dhe një pjesë në gjuhën angleze.
- 3. Dokumentet përbërëse të Ofertës**
- Oferta do të përmbajë të gjitha dokumentet mbështetëse siç kërkohet nga Autoriteti/Enti kontraktor.
- 4. Formularët e tenderit dhe Listat e Çmimeve**
- Operatori Ekonomik paraqet Formularin e Ofertës Ekonomike në përputhje me formularin e paraqitur në Seksionin II: Të gjithë Formularët shoqërues duhet të plotësohen pa ndonjë ndryshim, nuk do të pranohet asnjë zëvendësues. Të gjitha vendet bosh duhet të plotësohen me informacionin e kërkuar.
- Për procedurat e prokurimit që zhvillohen në rrugë shkresore, origjinali i ofertës duhet të shtypet ose të shkruhet me bojë që nuk fshihet. Të gjitha fletët e ofertës duhet të lidhen së bashku dhe të numerizohen. Të gjitha fletët e ofertës, përveç literaturës së pandryshueshme dhe të printuar duhet të pajisen me inicialet ose të nënshkruhen nga Personi (at) e Autorizuar. Çdo ndryshim në ofertë duhet të jetë i lexueshëm dhe i nënshkruar nga Personi (at) e Autorizuar.
- 5. Ofertat Alternative**
- Përveç nëse përshkruhet ndryshe në njoftimin e kontratës dhe dokumentat e tenderit propozimet alternative ose kohët alternative për përfundimin, nuk do të merren parasysh.
- 6. Çmimet**
1. Çmimet e ofruara nga Operatori Ekonomik në Formularin e Ofertës Ekonomike do të jenë në përputhje me kërkesat e specifikuara në njoftimin e kontratës dhe dokumentat e tenderit.
  2. Operatori Ekonomik duhet të plotësojë Formularin e Ofertës bashkangjitur me këto DT, duke përcaktuar shërbimet që do të kryhen dhe çmimin e tyre.
  3. Të gjitha çmimet duhet të kuotohen në Monedhën sipas Njoftimit të Kontratës, duke përfshirë edhe tatimet dhe taksat që zbatohen, pa përfshirë TVSH-në. Nëse çmimet kuotohen në valutë të huaj siç përcaktohet në Njoftimin e Kontratës, atëherë ato duhet të konvertohen në Lekë shqiptare (Lekë) sipas kursit të këmbimit të caktuar nga Banka Qendrore e Shqipërisë në ditën e dërgimit për publikim të Njoftimit të Kontratës dhe duhet të ruhen në atë kurs deri në skadimin e periudhës së vlefshmërisë së ofertës.

4. Ofertuesi duhet të shënojë në Formularin e Ofertës, çmimet totale të Ofertës për të gjitha Shërbimet pa TVSH. Vlera e TVSH-së, kur aplikohet, i shtohet çmimit të dhënë dhe përbën vlerën totale të Ofertës.

5. Në rastin e një Marrëveshje Kuadër ku NUK përcaktohen të gjitha kushtet, çmimet për kontratat bazuar në Marrëveshjen Kuadër nuk janë të fiksuara, ato janë objekt i ndryshimit pas një mini – konkurrimi midis Operatorëve Ekonomikë, palë në Marrëveshjen Kuadër.

## 7. Monedhat

Monedha (at) e ofertave dhe monedha (at) e pagesës do të jenë siç specifikohet në njoftimin e kontratës.

## 8. Provueshmëria e Kualifikimeve të Operatorit Ekonomik

Për të provuar kualifikimet e tij për realizimin e Kontratës, Operatori Ekonomik do të japë informacionin e kërkuar në Seksionin II: Shtojcat.

## 9. Periudha e vlefshmërisë së Ofertës

1. Ofertat do të jenë të vlefshme për periudhën e specifikuar në Njoftimin e Kontratës pas afatit të paraqitjes së Ofertave të përcaktuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor; Oferta për një periudhë më të shkurtër nuk është e vlefshme dhe do të refuzohet.

2. Sigurimi i Ofertës mund të paraqitet në njërin nga format e mëposhtme:

a) Pagesa nga ofertuesi, në vlerë monetare, në llogarinë e autoritetit/entit kontraktor;

b) Garanci bankare;

c) Garanci sigurimi.

Dokumentet e mësipërme duhet të jenë të vlefshme gjatë gjithë periudhës së vlefshmërisë së Ofertës.

3. Periudha e vlefshmërisë së Ofertës fillon nga momenti i hapjes së ofertave. Në çdo rast, të paktën 5 ditë para përfundimit të afatit të vlefshmërisë së ofertave, Autoriteti/Enti Kontraktor mund t'i kërkojë Ofertuesit me shkrim të zgjasë periudhën e vlefshmërisë, deri në një datë të caktuar. Ofertuesi mund ta refuzojë këtë kërkesë me shkrim, pa humbur të drejtën për rimbursim të Sigurimit të Ofertës, kur ka një të tillë. Ofertuesi që bie dakord të zgjasë periudhën e vlefshmërisë së Ofertës

njofton Autoritetin/Entin Kontraktor me shkrim dhe paraqet një sigurim oferte të zgjatur, nëse ka pasur një të tillë. Oferta nuk mund të modifikohet. Nëse Ofertuesi nuk i përgjigjet kërkesës së bërë nga Autoriteti/Entin Kontraktor në lidhje me zgjatjen e periudhës së vlefshmërisë së Ofertës, ose nuk e pranon kërkesën në fjalë, ose nuk paraqet një sigurim të zgjatur të ofertës, kur kërkohet, atëherë Autoriteti/Enti Kontraktor e refuzon Ofertën.

Nëse autoriteti/Enti kontraktor nuk i ka bërë një kërkesë me shkrim operatorit ekonomik për të zgjatur periudhën e vlefshmërisë së ofertës, sipas parashikimit të paragrafit të parë të kësaj pike, atëherë operatori ekonomik nuk mund të penalizohet për këtë, pra sigurimi i ofertës së tij nuk konfiskohet.

#### **10. Formati dhe Nënshkrimi i Ofertave**

Në përgjigje të Njoftimit të Kontratës, çdo Operator Ekonomik paraqet ofertën sipas formularëve standard në këtë DT. Oferta nënshkruhet nga personi/personat përgjegjës të autorizuar për këtë qëllim.

### **D. PARAQITJA DHE HAPJA E OFERTAVE**

#### **11. Paraqitja e Ofertave**

11.1 Në procedurat e prokurimit që zhvillohen me mjete elektronike, operatorët Ekonomikë duhet të ngarkojnë ofertën e tyre në sistemin e prokurimit elektronik, sipas përcaktimeve në manualët përkatëse.

11.2 Lidhur me procedurat e prokurimit, që zhvillohen në rrugë shkresore, Operatorët Ekonomikë duhet të paraqesin vetëm ofertën origjinale të mbyllur në një zarf jotransparent, të vulosur dhe të firmosur me emrin dhe adresën e Ofertuesit dhe të shënuar: "Ofertë për kryerjen e Shërbimeve; Njoftimi Nr. \_\_\_\_.

**“MOS E HAPNI, ME PËRJASHTIM TË RASTEVE KUR ËSHTË I PRANISHËM KOMISIONI I VLERËSIMIT TË OFERTAVE, JO PËRPARA -----  
--- d/m/v, në orën-----”.**

#### **12. Afati i fundit për paraqitjen e Ofertave**

Oferta duhet të paraqitet brenda afatit të përcaktuar nga autoriteti/enti kontraktor. Nëse autoriteti/enti zgjat afatin kohor për pranimin e ofertave, operatorët ekonomikë, mund

të paraqesin ofertat e tyre brenda afatit të zgjatur.

Data e hapjes së ofertave do të jetë e njëjtë me afatin e fundit të paraqitjes së ofertave. Nëse për arsye objektive, të shkaktuara nga një situatë e paparashikuar nga autoriteti/enti kontraktor në kohën e fillimit të procedurës, është e pamundur të respektohet afati për hapjen e

ofertave nga autoriteti ose enti kontraktor, arsyeja duhet të dokumentohet dhe të caktohet një datë e re për hapjen e ofertave.

Ofertuesit ose përfaqësuesit e tyre të autorizuar, të cilët kanë paraqitur oferta, ftohen të marrin pjesë në hapjen e ofertave, nëse janë të interesuar. Mosparaqitja e tyre nuk pengon hapjen e ofertave.

### **13. Ofertat me vonesë**

Autoriteti/Enti Kontraktor nuk merr në shqyrtim asnjë ofertë që vjen pas afatit të fundit për paraqitjen e tyre siç specifikohet në Njoftimin e Kontratës. Sistemi i prokurimit elektronik nuk lejon paraqitjen e ofertave që janë në tejkalim të afatit të fundit për paraqitjen e tyre.

### **14. Tërheqja, Zëvendësimi dhe Modifikimet**

1. Operatori Ekonomik mund ta tërheqë, zëvendësojë ose modifikojë ofertën e tij, në çdo kohë deri përpara afatit të fundit të pranimit të ofertave.

2. Në procedurat e prokurimit të cilat zhvillohen në rrugë shkresore, ofertuesit mund të modifikojnë ose tërheqin ofertat e tyre me kusht që modifikimi ose tërheqja të bëhet para skadimit të afatit përfundimtar për paraqitjen e ofertave. Si modifikimet ashtu edhe tërheqjet duhet t'i komunikohen Autoritetit/Entit Kontraktor me shkrim, para datës së afatit të fundit

për paraqitjen e ofertave. Zarfi që përmban deklaratën e Ofertuesit duhet të shënohet: "MODIFIKIM OFERTE" ose "TËRHEQJE OFERTE".

3. Asnjë ofertë nuk mund të tërhiqet, zëvendësohet ose modifikohet pas afatit të fundit për paraqitjen e ofertave.

### **15. Hapja e Ofertave**

Ofertat hapen pas përfundimit të afatit të fundit të përcaktuar për pranimin e ofertave në dokumentat e tenderit.

## E. SHQYRTIMI I OFERTAVE

### 16. Konfidencialiteti

Autoriteti/enti kontraktor duhet të ruaj konfidencialitetin sipas përcaktimeve të nenit 16 të LPP-së.

### 17. Sqarimi i ofertave

Autoriteti/Enti Kontraktor, gjatë procesit të shqyrtimit dhe vlerësimit të ofertave, mund të kërkojë sqarime nga operatorët ekonomikë ofertues. Çdo sqarim i paraqitur nga Operatori Ekonomik që nuk i përgjigjet një kërkesë nga Autoriteti/Enti Kontraktor nuk do të merret në konsideratë. Nuk mund të kërkohej, ofrohet apo lejohet asnjë ndryshim në çmimet ose përmbajtjen e ofertave, përveç rasteve të konfirmimit të korigjimit të gabimeve aritmetike të konstatuara nga Autoriteti/Enti Kontraktor gjatë vlerësimit të ofertave.

### 18. Përgjegjshmëria e ofertave

1. Një ofertë e përgjegjshme/vlefshme është ajo që plotëson kërkesat e Dokumenteve të Tenderit pa devijime materiale, rezerva ose mospranim, siç përcaktohet më poshtë:

- (a) "**Devijim**" është shmangia nga kërkesat e specifikuara në Dokumentet e Tenderit;
- (b) "**Rezervim**" është përcaktimi i kushteve kufizuese ose mospranimi i plotë i kërkesave të specifikuara në Dokumentet e Tenderit; dhe
- (c) "**Mospranim**" është mosparaqitja e një pjesë ose e të gjithë informacionit ose dokumentacionit të kërkuar në Dokumentet e Tenderit.

2. Nëse një ofertë nuk i përgjigjet kërkesave të Dokumenteve të Tenderit, ajo refuzohet.

## F. VLERËSIMI I OFERTAVE

### 19. Kualifikimi i Operatorit Ekonomik

1. Për një pjesë të kriterëve të pranimi të kërkuara në dokumentat e tenderit, Operatori Ekonomik duhet të paraqesë Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit si një provë paraprake në formën e një deklaratë, ku shprehet se Oferta e tij është në përputhje me Kërkesat Teknike, kushtet dhe kriteret e përcaktuara në Njoftimin e Kontratës dhe në Dokumentet e Tenderit.

2. Informacioni i pasqyruar në formularin e vetëdeklarimit, i cili gjendet në një bazë të dhënash, ku autoriteti/enti kontraktor mund të aksesojë direkt këtë informacion dhe /ose

dokumentin, duhet të shoqërohet me adresën përkatëse për këtë bazë të dhënash. Operatori ekonomik mund të përdorë një formular vetëdeklarimi që është përdorur gjatë një procedure prokurimi të mëparshme, nëse informacioni që ajo përmban vazhdon të jetë i saktë dhe i vlefshëm.

3. Operatori ekonomik duhet të paraqesë dokumentacionin e kërkuar për të gjitha kriteret për të cilat nuk lejohet vetëdeklarim.

Në rastin e operatorëve ekonomikë të huaj, dokumentet duhet të paraqiten në formën e kërkuar nga legjislacioni në fuqi për njohjen e dokumentacionit. Në raste të dokumenteve që nuk lëshohen në vendin e origjinës, ky fakt duhet të provohet prej operatorëve ekonomikë.

4. Operatori Ekonomik është përgjegjës për të gjithë dokumentacionin e paraqitur si pjesë e Ofertës. Në rast të verifikimit të përmbajtjes së dokumentacionit të paraqitur, ose të Vetëdeklarimeve, kur përmbajtja e tyre nuk rezulton të jetë e vërtetë, Operatori Ekonomik është në kushtet e parashikuara në nenin 78, pika 1, gërma (a) të Ligjit për Prokurimin Publik (LPP).

## **20. Konvertimi në valutë të vetme**

1. Për qëllime vlerësimi dhe krahasimi, monedha (et) e Ofertës do të konvertohet në një monedhë të vetme siç specifikohet në Njoftimin e kontratës.

## **21. Kriteret e përcaktimit të ofertës fituese**

1. Autoriteti/Enti Kontraktor përcakton ofertën ekonomikisht më të favorshme në bazë të kriterëve të përcaktimit të ofertës fituese që janë përcaktuar në Njoftimin e Kontratës dhe në Dokumentet e Tenderit si më poshtë.

### **Opsioni 1) – Oferta Ekonomikisht më e Favorshme, bazuar në kosto:**

Në rastin kur oferta ekonomikisht më e favorshme identifikohet në bazë të koston, autoriteti ose enti kontraktor duhet të argumentojë dhe të dokumentojë vendosjen e çdo kriteri që do të përdorë, si dhe peshën specifike për secilin kriter, konkretisht, pikët që do të ketë çdo kriter dhe mënyrën e llogaritjes së pikëve për ofertuesit e njëpasnjëshëm. Në çdo rast, kur kriteret janë

më shumë se një, pesha e kriterit të çmimit nuk do të jetë më pak se 50 pikë. Pikët maksimale që do të marrë një ofertë do të jenë 100 pikë.

Formula që zbatohet për llogaritjen e pikëve është si më poshtë:

$$P_o = P_{k1} + P_{k2} + P_{k3} + \dots$$

$P_o$  - janë pikët totale të ofertës së vlerësuar

$P_{k1}/P_{k2}/P_{k3}/\dots$  - janë pikët për secilin kriter të vlerësuar, që mund të jetë kriter me trend zbritës ose me trend rritës.

**a) Në rastet e vlerësimit të ofertës ekonomikisht më të favorshme, për kriteret me trend zbritës, zbatohet formula si më poshtë:**

$$P_{k1} = V_{mink1} \times P_{maxk1}/O_{k1}$$

$P_{k1}$  \_\_\_\_\_ Pikët e kriterit që vlerësohet

$V_{mink1}$  \_\_\_\_\_ Vlera më e ulët e ofruar për kriterin që po vlerësohet

$P_{maxk1}$  \_\_\_\_\_ Pikët maksimale që i jepen kriterit që vlerësohet

$O_{k1}$  \_\_\_\_\_ Treguesi i ofertës për kriterin që vlerësohet.

**b) Në rastet e vlerësimit të ofertës ekonomikisht më të favorshme, për kriteret me trend rritës, zbatohet formula si më poshtë:**

$$P_{k1} = O_{k1} \times P_{maxk1} / V_{maxk1}$$

$V_{maxk1}$  \_\_\_\_\_ Vlera më e lartë e ofruar për kriterin që vlerësohet

$P_{maxk1}$  \_\_\_\_\_ Pikët maksimale që i jepen kriterit që vlerësohet

$O_{k1}$  \_\_\_\_\_ Treguesi i ofertës për kriterin që vlerësohet.

Në rastin e kontratave për shërbime me natyrë intelektuale ku nuk mbizotërojnë aspektet fizike të veprimtarisë dhe që kërkojnë ekspertizë të posaçme, autoritetet/entitet kontraktore mund të përdorin kriteret e vlerësimit, si më poshtë:

**Propozimi Teknik do të ketë 80 pikë**

**Kriteret e Vlerësimit**

## **Pikët**

### **(i) Përvoja per Punë të Ngjashme të operatorit ekonomik**

#### **Nënkriteret<sup>4</sup>**

#### **i/a Përvoja për punë të ngjashme**

Operatorët ekonomikë, mund të vlerësohen sipas kontratave të sukseshme të ngjashme me objektin e prokurimit.

#### **i/b. Kapaciteti ekonomik dhe certifikatat e standardeve të cilësisë**

Operatorët ekonomikë mund të vlerësohen sipas kapacitetit ekonomik dhe certifikatave të standardeve të cilësisë së paraqitur në ofertë.

### **(ii) Metodologjia e Propozuar**

#### **Nënkriteret**

ii/a. Përqasja teknike dhe metodologjia

ii.b Plani i punës dhe grafiku i dorëzimit të projektit

ii.c. Organizimi i Stafit

**ii/a. Përqasja teknike dhe metodologjia:** Operatori ekonomik duhet të shpjegojë që i ka kuptuar objektivat e detyrës së dhënë në Termat e Referencës, përqasjen teknike, metodologjinë për të realizuar aktivitetet e ndryshme duke përfituar rezultatet e pritura dhe shkallën e detajimit të këtyre rezultateve, të paraqesin problemet kryesore dhe rëndësinë e tyre dhe të shpjegojë përqasjen teknike që do të adaptojnë për zgjidhjen e tyre. Gjithashtu, duhet të shpjegohet metodologjia që propozojnë të adoptojë dhe të paraqesin kompatibilitetin e këtyre metodologjive me përqasjen e propozuar, duke mos përsëritur/kopjuar Termat e Referencës

**ii/b. Plani i Punës dhe grafiku i dorëzimit të projektit:** Operatori ekonomik duhet të propozojë aktivitetet kryesore të detyrës, përmbajtjen dhe kohëzgjatjen e dorëzimit të projektit, fazat dhe ndërlidhjen midis tyre, etapat e dorëzimit të raporteve dhe projektit. Plani i propozuar i punës duhet të

---

<sup>4</sup> Në çdo rast, anëtarët e Komisionit të Vlerësimit të Ofertave në mënyrë individuale duhet të argumentojnë dhe dokumentojnë lidhur me mënyrën e pikëzimit nënkritereve.

përputhet me përjasjen teknike dhe metodologjinë, duke treguar se i ka kuptuar kërkesat e Termat e Referencës në plan pune konkret. Gjithashtu, duhet të tregojë aftësinë për t'i transformuar kërkesat e Termave të Referencës në plan pune konkret.

**ii/c. Organizimi dhe Staf:** Operatori ekonomik duhet të përshkruajë kompozimin dhe strukturën e stafit të tij, listën e ekspertëve kryesore, stafin mbështetës, CV e firmës dhe personelin ekonomiko-administrativ.

### **(iii) Kualifikimet e Stafit Kryesor të Propozuar**

Numri i pikëve që do të vendoset për çdo pozicion apo specialitet duhet të përcaktohet duke marrë në konsideratë nënkriteret e mëposhtme dhe peshën përkatëse në përqindje:

a- Kualifikim i përgjithshëm

b. Eksperienca në fushën përkatëse

- Kualifikimi i përgjithshëm përfshin: arsimimin përkatës dhe trajnimet, vitet e eksperiencës.
- Eksperienca në fushën përkatëse përfshin: eksperienca në sektorin specifik, fushën përkatëse, të lidhura këto me pozicionin e përcaktuar në stafin kryesor.

## **2. Vlerësimi i Propozimeve Ekonomike kryhet sipas formulës së mëposhtme:**

### **Propozimi Ekonomik do të ketë 20 pikë**

Pe- Pikët për Propozimin Ekonomik

Çu- Çmimi më i Ulët i Ofruar

Ç – Çmimi Ofertues i Radhës (*duke filluar nga çmimi më i ulët*)

$$Pe = 100 \times \frac{\text{Çu}}{\text{Ç}}$$

(çmimi më i ulët = pikët maksimale për propozimin ekonomik)

### **Vlerësimi përfundimtar**

Peshat për Propozimet Teknike dhe Financiare janë dhënë si më poshtë:

**Pesha për Propozimin Teknik:**  $X = (\text{pikët e propozimit teknik} \times 0.8)$

**pesha për Propozimin Ekonomik:  $Y = (\text{pikët e propozimit ekonomik} \times 0.2)$**

Oferta më e mirë do të jetë sipas kombinimit të pikëve të propozimit teknik dhe propozimit ekonomik. Formula e llogaritjes është si më poshtë:

**Oferta më e mirë =  $X + Y$**

**Opsioni 2) – Oferta Ekonomikisht më e Favorshme, Bazuar në Çmim:**

Kontrata do t'i jepet ofertuesit i cili ka ofruar çmimin më të ulët të ofertës.

**SHËNIM:** 1. Autoriteti/Enti Kontraktor do të zgjedhë vetëm një nga Opsionet si kriter i vlerësimit. Përdorimi i të dy opsioneve në DT e bën procedurën të pavlefshme.

2. Autoriteti/Enti Kontraktor përdor si kriter vlerësimi një nga kriteret e përcaktuara në Njoftimin e Kontratës.

3. Autoriteti/Enti Kontraktor do t'i japë kontratën Operatorit Ekonomik, Oferta e të cilit ka rezultuar të jetë ekonomikisht më e favorshme.

**22. Korrigjimi i gabimeve aritmetike dhe ofertave anomalisht të ulëta**

1. Autoriteti/Enti Kontraktor kontrollon ofertat e paraqitura nëse kanë gabime aritmetike. Nëse ofertat rezultojnë me gabime aritmetike, autoriteti/enti i korrigjon këto gabime si më poshtë:

- (a) Nëse ka ndonjë mospërputhje midis çmimit për njësi dhe çmimit total, që rezulton nga shumëzimi i çmimit të njësisë me sasinë, çmimi i njësisë mbizotëron dhe çmimi total korrigjohet në bazë të tij. Në këtë rast, do të korrigjohet edhe shuma në fjalë, e cila ka lidhje me gabimin.
- (b) Nëse ka ndonjë mospërputhje tek çmimi total, kur totali është shuma ose diferenca e nëntotaleve, çmimi i nëntotalit mbizotëron dhe çmimi total korrigjohet në bazë të tij. Në këtë rast, do të korrigjohet edhe shuma në fjalë, e cila ka lidhje me gabimin.
- (c) Nëse ka ndonjë mospërputhje ndërmjet shumës në fjalë dhe shumës në shifra, mbizotëron shuma në

fjalë. Bën përjashtim nga ky rregull situata kur, shuma në fjalë ka mospërputhje me shumën në shifra, ndërkohë që kjo e fundit nuk ka gabime aritmetike në përlllogaritjen e zërave të ofertës.

Në çdo rast, Ofertat me gabime aritmetike refuzohen kur:

- shumat absolute të të gjitha korigjimeve janë më shumë se 2% e vlerës së ofertës ekonomike të ofruar;
- shumat absolute e të gjitha korigjimeve është më pak se 2%, por nuk pranohet korigjimi nga ofertuesi.

2. Në rastin kur janë të vlefshme dy ose më pak oferta, në përputhje me nenin 93 të LPP-së, oferta vlerësohet anomalisht e ulët kur ajo është ulur më shumë se 25% të fondit limit të përlllogaritur.

Në rast kur janë të vlefshme tre ose më shumë oferta, në përputhje me nenin 93 të LPP-së, oferta vlerësohet anomalisht e ulët nëse vlera e saj do të jetë më e vogël se 85% e mesatares së ofertave të vlefshme.

Në procedurat e prokurimit me vlerë nën kufijtë e lartë monetarë, nëse një apo disa oferta vlerësohen si anomalisht të ulëta, Komisioni i Vlerësimit të Ofertave i refuzon ato, duke i skualifikuar nga procedura, pa i kërkuar sqarim ofertuesit/sve.

Në procedurat e prokurimit me vlerë mbi kufijtë e lartë monetarë, nëse një apo disa oferta vlerësohen si anomalisht të ulëta, Komisioni i Vlerësimit të Ofertave duhet ti kërkojë operatorit ekonomik të paraqesë brenda tre ditëve pune, shpjegime të çmimit ose kostove të propozuara në ofertë, në përputhje me nenin 93 të LPP-së dhe të vlerësojnë informacionin e dhënë, në konsultim me ofertuesin, në përputhje me dispozitat e këtij neni.

Në çdo rast, ofertuesi ka detyrimin të justifikojë dhe dokumentojë me prova me shkrim, shpjegime për elementin/elementët specifike të ofertës, në përputhje me kërkesat e nenit 93 të LPP-së.

2.1 Formula që duhet zbatuar, për të vlerësuar një ofertë anomalisht të ulët, në rastin kur ekzistojnë tre ose më shumë oferta të vlefshme, është si më poshtë:

## **O - Oferta**

**MO – Mesatarja e ofertave të vlefshme**

**N - Numri i ofertave të vlefshme**

**PR (Zm) – Zbritje e mundshme**

**MO = O1 + O2 + O3 + ... On / N**

**PR = 85 % Mo**

**Vlera e ofertave të vlerësuara < .. PR ..... rrjedhimisht oferta është anomalisht e ulët.**

3. Nëse një Operator Ekonomik nuk pranon korrigjimin e gabimeve aritmetike, ose nëse Ofertuesi nuk arrin të japë një justifikim për të bindur Autoritetin/Entin Kontraktor, në rast të një oferte anomalisht të ulët, Oferta e tij do të refuzohet.

4. Procesi i hedhjes së shortit

Nëse dy ose më shumë oferta kanë të njëjtin çmim më të ulët ose kanë të njëjtat pikë, atëherë fituesi përcaktohet me short, në prani të ofertuesve. Ofertuesit njoftohen për datën dhe kohën e hedhjes së shortit. Mospjesëmarrja e ofertuesve gjatë procesit të hedhjes së shortit nuk përbën arsye për skualifikim.

#### **D. DHËNIA E KONTRATËS**

##### **23. Njoftimi i Fituesit**

1. Brenda afatit të vlefshmërisë së Ofertës, Autoriteti/Enti Kontraktor njofton Operatorin Ekonomik të suksesshëm se, Oferta e tij është pranuar, dhe është shpallur fituese.

##### **24. Nënshkrimi i Marrëveshjes Kuadër/ Kontratës**

1. Pas konfirmimit të fituesit/ve Autoriteti/Enti Kontraktor përgatit, nënshkruan dhe fton Operatorin/ët e suksesshëm Ekonomik të nënshkruajë Marrëveshjen kuadër/Kontratën.

2. Autoriteti/Enti Kontraktor i kërkon fituesit një sigurim për realizimin e Kontratës. Shuma e mbulimit për realizimin e kontratës do të jetë 10% e vlerës së Kontratës. Formulari i Sigurimit të Kontratës, dorëzohet para nënshkrimit të Kontratës.

Sigurimi për realizimin e kontratës mund të paraqitet në një nga format e mëposhtme:

a) mundësi pagese nga ofertuesi në vlerë monetare, në

llogarinë e autoritetit ose entit kontraktor;

- b) garanci bankare
- c) garanci nga shoqëri sigurimi.

#### **DH. ANKESAT**

#### **25. Procedura e ankesës**

1. Çdo Operator Ekonomik, i cili ka interes të ligjshëm për objektin e prokurimit dhe rrezikon të dëmtohet nga vendimmarrja e autoritetit/entit kontraktor mund të paraqesë ankesë njëkohësisht pranë autoritetit/entit kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik në lidhje me Dokumentet e Tenderit, kualifikimin, përzgjedhjen ose përcaktimin e ofertës fituese, sipas parashikimeve në LPP dhe aktet nënligjore, në Sistemin e Ankesave Elektronike.
2. Në rastet e ankesave për vendimet e autoritetit ose entit kontraktor për përzgjedhjen e kandidatëve pas fazës së parakualifikimit ose për procesin e vlerësimit të ofertave, operatorët ekonomikë, të cilët kanë marrë pjesë në procedurën e prokurimit dhe mund të cenohen nga ankesa e paraqitur, kanë të drejtë të paraqesin argumentet e tyre në lidhje me këtë të fundit njëkohësisht pranë autoritetit ose entit kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik.

Kundër vendimit të autoritetit ose entit kontraktor, operatorët ekonomikë të interesuar, të cilët kanë paraqitur argumentet e tyre në lidhje me ankesën, kanë të drejtën të ankohen pranë Komisionit të Prokurimit Publik.

3. Autoriteti/Enti Kontraktor mund t'i kërkojë Komisionit të Prokurimit Publik që të lëshojë masa të ndërmjetme për mospezullimin e procedurës së prokurimit.

#### **E. ANULIMI I PROCEDURËS**

#### **26. Anulimi i procedurës**

1. Autoriteti / Enti kontraktor publikon Njoftimin për Anulimin e Procedurës së Prokurimit, në të njëjtën mënyrë siç publikon Njoftimin e Kontratës, jo më vonë se 5 (pesë) ditë nga data e skadimit të afatit të fundit për paraqitjen e ankesave, ose dhënien e vendimit

përfundimtar për ankimin.

2. Autoriteti/ enti kontraktor anulon procedurën e prokurimit në rastet kur:

a) nuk është paraqitur asnjë kërkesë e përshtatshme në procedurat me faza;

b) nuk është paraqitur asnjë ofertë e përshtatshme në procedurat me një fazë;

c) konstaton se dokumentet e tenderit përmbajnë gabime ose mangësi të rëndësishme;

d) për shkak të rrethanave të paparashikueshme dhe objektive, nevojat ose aftësia paguese e autoritetit ose entit kontraktor ka ndryshuar;

e) Komisioni i Prokurimit Publik vendos anulimin në përputhje me parashikimet në LPP;

Gjithashtu, Titullari i autoritetit/entit vendos anulimin e procedurës sipas përcaktimeve në nenin 19 të LPP dhe nenin 75 të VKM 285/2021, të ndryshuar.

3. Kur procedura e prokurimit publik anulohet në përputhje me shkronjën "d" të paragrafit 2, autoriteti/ enti kontraktor nuk duhet të shpallë një procedurë të re për të njëjtin objekt të prokurimit dhe me të njëjtat të dhëna.

4. Nëse, Autoriteti/Enti Kontraktor duhet të rishpallë një procedurë të re për të njëjtin objekt të prokurimit dhe me të njëjtat të dhëna, nuk duhet të vijojë me rishpalljen e saj në Sistemin e Prokurimit Elektronik përpara përfundimit të afateve të ankimimit/shqyrtimit të ankesave dhe vendimit të marrë lidhur me to.

---

## SEKSIONI II: LISTA E SHTOJCAVE

Shtojca 1: Formulari i Ofertës [Ekonomike](#)

Shtojca 2: Lista e Çmimeve sipas elementëve përbërës të shërbimit

Shtojca 3: Formulari i Sigurimit të Ofertës

Shtojca 4: Lista e Informacionit Konfidencial

Shtojca 5: Deklaratë mbi disponueshmërinë e anëtarit të stafit

Shtojca 6: Formulari i Specifikimeve Teknike

Shtojca 7: Formulari i Shërbimeve dhe Grafikut të ekzekutimit

Shtojca 8: Formulari i Termave të Referencës

Shtojca 9: Formulari i Kritereve të Përzgjedhjes së Ofertuesve

Shtojca 10: Formulari Përmbledhës i Vetëdeklarimit

Shtojca 11: Formulari i Njoftimit të skualifikimit

Shtojca 12: Formulari i Njoftimit të Fituesit, pas publikimit të të cilit fillojnë afatet e ankimimit

Shtojca 13: Formulari i Njoftimit të Fituesit, në përfundim të afateve të ankimit

Shtojca 14: Formulari i Njoftimit të Operatorëve Ekonomikë të Suksesshëm në Marrëveshjen Kuadër, pas publikimit të të cilit fillojnë afatet e ankimit.

Shtojca 15: Formulari i Njoftimit të Operatorëve Ekonomikë të Suksesshëm në Marrëveshjen Kuadër, në përfundim të afateve të ankimit.

Shtojca 16: Formulari i Njoftimit të Anulimit të Procedurës së Prokurimit, pas publikimit të të cilit fillojnë afatet e ankimit

---

## Shtojca 1.

*(Shtojcë për t'u paraqitur nga operatori ekonomik)*

### FORMULARI I OFERTËS EKONOMIKE<sup>5</sup>

Data:

Numri i referencës së procedurës së prokurimit/lotit:

Për: **[Operatori Ekonomik shënon emrin e Autoritetit/Entit Kontraktor]**

Emri i ofertuesit dhe NIPT-i **[Operatori Ekonomik shënon emrin e ofertuesit dhe NIPT-in]**

Ne, të nënshkruarit, deklarojmë se:

- (a) Kemi konsultuar dhe nuk kemi asnjë rezervë për Dokumentet e Tenderit të procedurës me objekt:**[shënoni objektin e procedurës së prokurimit të publikuar në SPE]**, përfshirë sqarimet dhe Shtojcat e nxjerra.
- (b) Ne **[vendos emrin e Operatorit Ekonomik dhe numrin unik të identifikimit, dhe/ose anëtarët e BOE, nëse është rasti]**, nuk jemi -të përjashtuar nga e drejta për të fituar kontrata publike dhe jemi në përputhje me kërkesat e kualifikimit dhe kërkesat specifike të kontratës siç specifikohet në njoftimin e kontratës **[vendos objektin e procedurës së prokurimit/lotit]**.
- (c) Ne ofrojmë të kryejmë për Autoritetin/Entin Kontraktor **[vendos emrin e Autoritetit/entit Kontraktor]**, në përputhje me Dokumentet e Tenderit (shih më poshtë), Shërbimet për **[vendosni CPV-në e procedurës/Lotit përkatës nga Njoftimi i Kontratës të publikuar në SPE]** në përputhje me Ofertën Teknike, me çmimet e renditura në Listën e Çmimeve sipas elementëve përbërës të shërbimit dhe në përputhje me Termat dhe Kushtet e Kontratës, të cilat reflektohen në Dokumentet e Tenderit.
  - (d) Oferta jonë është në përputhje me dokumentet e mëposhtme:
    - 1. Udhëzimet për Operatorët Ekonomikë;
    - 2. Njoftimin e Kontratës;
    - 3. Kriteret e Përzgjedhjes;
    - 4. Specifikimet teknike, grafikun e ekzekutimit dhe termat e referencës;
    - 5. Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
    - 6. Kushtet e Veçanta të Kontratës;

---

<sup>5</sup> Vlera e ofertës ekonomike nuk duhet të kalojë dy shifra pas presjes dhjetore.

---

7. Lista e Çmimeve sipas elementëve përbërës të shërbimit.

- (e) Çmimi total i Ofertës sonë, **pa TVSH**, është: ----- **[Operatori Ekonomik e vendos në shifra dhe fjalë];**
- (f) Çmimi total i Ofertës sonë, **me TVSH**, është: ----- **[Operatori Ekonomik e vendos në shifra dhe fjalë];**

|                                           |  |
|-------------------------------------------|--|
| <b>Emri i përfaqësuesit të ofertuesit</b> |  |
| <b>Nënshkrimi</b>                         |  |
| <b>Vula</b>                               |  |
| <b>Datë</b> _____                         |  |

**Shtojca 2.***(Shtojcë për t'u paraqitur nga operatori ekonomik)***LISTA E ÇMIMEVE SIPAS ELEMENTËVE PËRBËRËS TË SHËRBIMIT****Data:** \_\_\_\_\_**Numri i referencës së procedurës së prokurimit/lotit:**  
\_\_\_\_\_**Emri dhe numri unik i identifikimit të Operatorit Ekonomik/Operatorëve ekonomikë** (në rast BOE): \_\_\_\_\_**Monedha:** \_\_\_\_\_

Në rast të mospërputhjes midis çmimit për njësi dhe totalit, do të zbatohen rregullat e përcaktuara në Udhëzimet për Operatorët Ekonomikë.

Çmimet dhe monedhat të jenë në përputhje me Udhëzimet për Operatorët Ekonomikë.

Të gjithë elementëve përbërës të ofertës ekonomike duhet t'u vendoset çmimi i ofruar në këtë Listë, pasi elementët e Ofertës Ekonomike pa vlerë do të konsiderohen si shërbime të paofruara dhe do të cojnë në refuzimin e ofertës.

| 1                    | 2                                                        | 3     | 4     | 5               |                     |
|----------------------|----------------------------------------------------------|-------|-------|-----------------|---------------------|
| Nr.                  | Përshkrimi i elementëve të përbërës të Ofertës Ekonomike | Sasia | Njësi | Çmimi për njësi | Çmimi total (3 x 5) |
| 1.                   |                                                          |       |       |                 |                     |
| 2.                   |                                                          |       |       |                 |                     |
| 3.                   |                                                          |       |       |                 |                     |
| 4                    |                                                          |       |       |                 |                     |
|                      | Çmimi total                                              |       |       |                 | _____               |
| Çmimi Neto pa TVSH   |                                                          |       |       |                 |                     |
| TVSH (%)             |                                                          |       |       |                 |                     |
| Çmimi total me TVSH: |                                                          |       |       |                 |                     |

|                                           |  |
|-------------------------------------------|--|
| <b>Emri i përfaqësuesit të ofertuesit</b> |  |
| <b>Nënshkrimi</b>                         |  |
| <b>Vula</b>                               |  |
| <b>Datë</b> _____                         |  |

**Lista e zerave të shërbimeve dhe çmimet**

| <b>I.1</b>    | Kompania riparuese:                                                                   | <b>S<sub>n</sub></b> | <b>20 kVA</b>       |              |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| <b>I.2</b>    | Vendi i riparimit:                                                                    | <b>U (TL)</b>        | <b>6 kV</b>         | <b>10 kV</b> |
| <b>II</b>     | <b>PUNIME ÇMONTIMI, TESTET PARAPRAKE DHE RAPORTI PERFUNDIMTAR I DEMTIMEVE</b>         | <b>Njesia</b>        | Çmimet njesi (Leke) |              |
| <b>II.1</b>   | Matjet paraprake dhe vleresimi                                                        | grup                 |                     |              |
| <b>II.2</b>   | Çmontimi i izolatoreve                                                                | cope                 |                     |              |
| <b>II.3</b>   | Heqja e vajit                                                                         | litra                |                     |              |
| <b>II.4</b>   | Hapja e kapakut                                                                       | komplet              |                     |              |
| <b>II.5</b>   | Hapja e zgjedhes                                                                      | komplet              |                     |              |
| <b>II.6</b>   | Desaldimi i lidhjeve të peshtjellave të TL                                            | komplet              |                     |              |
| <b>II.7</b>   | Desaldimi i lidhjeve të peshtjellave të TU                                            | komplet              |                     |              |
| <b>II.8</b>   | Çmontimi i rregullatorit të tensionit                                                 | komplet              |                     |              |
| <b>II.9</b>   | Çmontimi i peshtjellave të TL                                                         | cope                 |                     |              |
| <b>II.10</b>  | Çmontimi i peshtjellave të TU                                                         | cope                 |                     |              |
| <b>II.11</b>  | Raporti perfundimtar i demtimeve                                                      | grup                 |                     |              |
| <b>III</b>    | <b>PUNIME RIPARUESE</b>                                                               |                      |                     |              |
| <b>III.1</b>  | Riparimi, pastrimi i peshtjellave të TL                                               | cope                 |                     |              |
| <b>III.2</b>  | Riparimi, pastrimi i peshtjellave të TU                                               | cope                 |                     |              |
| <b>III.3</b>  | Riparimi, pastrimi i nuklit                                                           | cope                 |                     |              |
| <b>III.4</b>  | Riparimi, pastrimi i kapakut dhe kazanit                                              | cope                 |                     |              |
| <b>III.5</b>  | Riparimi, pastrimi i rezervuarit, tubit të avarisë dhe relese gazore                  | cope                 |                     |              |
| <b>III.6</b>  | Riparimi dhe matjet e rregullatorit të tensionit                                      | cope                 |                     |              |
| <b>III.7</b>  | Pergatitja e izolimit prej kartoni ndërmjet peshtjellës së TL dhe TU për një fazë     | cope                 |                     |              |
| <b>III.8</b>  | Pergatitja e izolimit prej kartoni ndërmjet peshtjellës së TU dhe nuklit për një fazë | cope                 |                     |              |
| <b>III.9</b>  | Pergatitja e një peshtjelle të re të TL                                               | cope                 |                     |              |
| <b>III.10</b> | Pergatitja e një peshtjelle të re të TU                                               | cope                 |                     |              |
| <b>IV</b>     | <b>PUNIME MONTIMI</b>                                                                 |                      |                     |              |
| <b>IV.1</b>   | Montimi i izolimit prej kartoni ndërmjet peshtjellës së TL dhe TU për një fazë        | cope                 |                     |              |

|       |                                                                                    |         |  |  |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|--|
| IV.2  | Montimi i izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TU dhe nuklit per nje faze | cope    |  |  |
| IV.3  | Montimi i nje peshtjele te TL                                                      | cope    |  |  |
| IV.4  | Montimi i nje peshtjele te TU                                                      | cope    |  |  |
| IV.5  | Montimi i zgjedhes                                                                 | komplet |  |  |
| IV.6  | Montimi i regullatorit te tensionit                                                | komplet |  |  |
| IV.7  | Montimi i krejt transformatorit dhe pergatitja per tharje                          | cope    |  |  |
| IV.8  | Tharja e pjeses aktive                                                             | komplet |  |  |
| IV.9  | Mbushja me vaj                                                                     | litra   |  |  |
| IV.10 | Montimi i izolatoreve                                                              | cope    |  |  |
| V     | <b>TESTET PERFUNDIMTARE NE UZINEN RIPRUESE</b>                                     |         |  |  |
| V.1   | Testet rutine                                                                      | grup    |  |  |
| V.2   | Testimi i vajit                                                                    | grup    |  |  |
| V.3   | PCB test                                                                           | grup    |  |  |
| VI    | <b>PUNIME TE TJERA</b>                                                             |         |  |  |
| VI.1  | Ngarkimi ne kamjon                                                                 | komplet |  |  |
| VI.2  | Furnizimi me vaj te ri                                                             | litra   |  |  |
| VI.3  | Centrifugimi dhe tharja e vajit (rigjenerim vaji)                                  | litra   |  |  |
| VI.4  | Zevendesimi i nje izolatori te TL                                                  | cope    |  |  |
| VI.5  | Zevendesimi i nje izolatori te TU                                                  | cope    |  |  |
| VI.6  | Zevendesimi i guarnicionit te kapakut                                              | cope    |  |  |
| VI.7  | Zevendesimi i guarnicionit te nje izolatori te TL                                  | cope    |  |  |
| VI.8  | Zevendesimi i guarnicionit te nje izolatori te TU                                  | cope    |  |  |
| VI.9  | Zevendesimi i nje prizhioneri te izolatorit te TL                                  | cope    |  |  |
| VI.10 | Zevendesimi i nje prizhioneri te izolatorit te TL                                  | cope    |  |  |
| VI.11 | Nje bulon çeliku se bashku me dado                                                 | cope    |  |  |
| VI.12 | Nje bulon bronzi                                                                   | cope    |  |  |
| VI.13 | Zevendesimi i nje fleksibeli te TU                                                 | cope    |  |  |
| VI.14 | Saldimi i pjeseve prej çeliku                                                      | cm      |  |  |
| VI.15 | Lyerja e transformatorit dhe pjeseve te tij                                        | grup    |  |  |
|       | <b>Çmimi total sipas llojit te transformatoreve</b>                                |         |  |  |
|       | <b>Totali per transformatoret</b>                                                  |         |  |  |

|      |                                                                                 |               |                     |       |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|-------|
| I.1  | Kompania riparuese:                                                             | $S_n$         | 30 kVA              |       |
| I.2  | Vendi i riparimit:                                                              | $U(TL)$       | 6 kV                | 10 kV |
| II   | <b>PUNIME ÇMONTIMI, TESTET PARAPRAKE DHE RAPORTI PERFUNDIMTAR I DEMENTIMEVE</b> | <b>Njesia</b> | Çmimet njesi (Leke) |       |
| II.1 | Matjet paraprake dhe vleresimi                                                  | grup          |                     |       |
| II.2 | Çmontimi i izolatoreve                                                          | cope          |                     |       |

|               |                                                                                       |         |  |  |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|--|
| <b>II.3</b>   | Heqja e vajit                                                                         | litra   |  |  |
| <b>II.4</b>   | Hapja e kapakut                                                                       | komplet |  |  |
| <b>II.5</b>   | Hapja e zgjedhes                                                                      | komplet |  |  |
| <b>II.6</b>   | Desaldimi i lidhjeve te peshtjellave te TL                                            | komplet |  |  |
| <b>II.7</b>   | Desaldimi i lidhjeve te peshtjellave te TU                                            | komplet |  |  |
| <b>II.8</b>   | Çmontimi i rregullatorit te tensionit                                                 | komplet |  |  |
| <b>II.9</b>   | Çmontimi i peshtjellave te TL                                                         | cope    |  |  |
| <b>II.10</b>  | Çmontimi i peshtjellave te TU                                                         | cope    |  |  |
| <b>II.11</b>  | Raporti perfundimtar i demtimeve                                                      | grup    |  |  |
| <b>III</b>    | <b>PUNIME RIPARUESE</b>                                                               |         |  |  |
| <b>III.1</b>  | Riparimi, pastrimi i peshtjellave te TL                                               | cope    |  |  |
| <b>III.2</b>  | Riparimi, pastrimi i peshtjellave te TU                                               | cope    |  |  |
| <b>III.3</b>  | Riparimi, pastrimi i nuklit                                                           | cope    |  |  |
| <b>III.4</b>  | Riparimi, pastrimi i kapakut dhe kazanit                                              | cope    |  |  |
| <b>III.5</b>  | Riparimi, pastrimi i rezervuarit, tubit te avarise dhe relese gazore                  | cope    |  |  |
| <b>III.6</b>  | Riparimi dhe matjet e rregullatorit te tensionit                                      | cope    |  |  |
| <b>III.7</b>  | Pergatitja e izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TL dhe TU per nje faze     | cope    |  |  |
| <b>III.8</b>  | Pergatitja e izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TU dhe nuklit per nje faze | cope    |  |  |
| <b>III.9</b>  | Pergatitja e nje peshtjele te re te TL                                                | cope    |  |  |
| <b>III.10</b> | Pergatitja e nje peshtjele te re te TU                                                | cope    |  |  |
| <b>IV</b>     | <b>PUNIME MONTIMI</b>                                                                 |         |  |  |
| <b>IV.1</b>   | Montimi i izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TL dhe TU per nje faze        | cope    |  |  |
| <b>IV.2</b>   | Montimi i izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TU dhe nuklit per nje faze    | cope    |  |  |
| <b>IV.3</b>   | Montimi i nje peshtjele te TL                                                         | cope    |  |  |
| <b>IV.4</b>   | Montimi i nje peshtjele te TU                                                         | cope    |  |  |
| <b>IV.5</b>   | Montimi i zgjedhes                                                                    | komplet |  |  |
| <b>IV.6</b>   | Montimi i rregullatorit te tensionit                                                  | komplet |  |  |
| <b>IV.7</b>   | Montimi i krejt transformatorit dhe pergatitja per tharje                             | cope    |  |  |
| <b>IV.8</b>   | Tharja e pjeses aktive                                                                | komplet |  |  |
| <b>IV.9</b>   | Mbushja me vaj                                                                        | litra   |  |  |
| <b>IV.10</b>  | Montimi i izolatoreve                                                                 | cope    |  |  |
| <b>V</b>      | <b>TESTET PERFUNDIMTARE NE UZINEN RIPRUESE</b>                                        |         |  |  |
| <b>V.1</b>    | Testet rutine                                                                         | grup    |  |  |
| <b>V.2</b>    | Testimi i vajit                                                                       | grup    |  |  |
| <b>V.3</b>    | PCB test                                                                              | grup    |  |  |
| <b>VI</b>     | <b>PUNIME TE TJERA</b>                                                                |         |  |  |
| <b>VI.1</b>   | Ngarkimi ne kamjon                                                                    | komplet |  |  |
| <b>VI.2</b>   | Furnizimi me vaj te ri                                                                | litra   |  |  |
| <b>VI.3</b>   | Centrifugimi dhe tharja e vajit (rigjenerim vaji)                                     | litra   |  |  |
| <b>VI.4</b>   | Zevendesimi i nje izolatori te TL                                                     | cope    |  |  |
| <b>VI.5</b>   | Zevendesimi i nje izolatori te TU                                                     | cope    |  |  |

|              |                                                     |      |  |  |
|--------------|-----------------------------------------------------|------|--|--|
| <b>VI.6</b>  | Zevendesimi i guarnicionit te kapakut               | cope |  |  |
| <b>VI.7</b>  | Zevendesimi i guarnicionit te nje izolatori te TL   | cope |  |  |
| <b>VI.8</b>  | Zevendesimi i guarnicionit te nje izolatori te TU   | cope |  |  |
| <b>VI.9</b>  | Zevendesimi i nje prizhioneri te izolatorit te TL   | cope |  |  |
| <b>VI.10</b> | Zevendesimi i nje prizhioneri te izolatorit te TL   | cope |  |  |
| <b>VI.11</b> | Nje bulon çeliku se bashku me dado                  | cope |  |  |
| <b>VI.12</b> | Nje bulon bronzi                                    | cope |  |  |
| <b>VI.13</b> | Zevendesimi i nje fleksibeli te TU                  | cope |  |  |
| <b>VI.14</b> | Saldimi i pjeseve prej çeliku                       | cm   |  |  |
| <b>VI.15</b> | Lyerja e transformatorit dhe pjeseve te tij         | grup |  |  |
|              | <b>Çmimi total sipas llojit te transformatoreve</b> |      |  |  |
|              | <b>Totali per transformaret</b>                     |      |  |  |

|               |                                                                                       |               |                            |              |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|--------------|
| <b>I.1</b>    | Kompania riparuese:                                                                   | $S_n$         | <b>40 kVA</b>              |              |
| <b>I.2</b>    | Vendi i riparimit:                                                                    | $U (TL)$      | <b>6 kV</b>                | <b>10 kV</b> |
| <b>II</b>     | <b>PUNIME ÇMONTIMI, TESTET PARAPRAKE DHE RAPORTI PERFUNDIMTAR I DENTIMEVE</b>         | <b>Njesia</b> | <b>Çmimet njesi (Leke)</b> |              |
| <b>II.1</b>   | Matjet paraprake dhe vleresimi                                                        | grup          |                            |              |
| <b>II.2</b>   | Çmontimi i izolatoreve                                                                | cope          |                            |              |
| <b>II.3</b>   | Heqja e vajit                                                                         | litra         |                            |              |
| <b>II.4</b>   | Hapja e kapakut                                                                       | komplet       |                            |              |
| <b>II.5</b>   | Hapja e zgjedhes                                                                      | komplet       |                            |              |
| <b>II.6</b>   | Desaldimi i lidhjeve te peshtjellave te TL                                            | komplet       |                            |              |
| <b>II.7</b>   | Desaldimi i lidhjeve te peshtjellave te TU                                            | komplet       |                            |              |
| <b>II.8</b>   | Çmontimi i rregullatorit te tensionit                                                 | komplet       |                            |              |
| <b>II.9</b>   | Çmontimi i peshtjellave te TL                                                         | cope          |                            |              |
| <b>II.10</b>  | Çmontimi i peshtjellave te TU                                                         | cope          |                            |              |
| <b>II.11</b>  | Raporti perfundimtar i dentimeve                                                      | grup          |                            |              |
| <b>III</b>    | <b>PUNIME RIPARUESE</b>                                                               |               |                            |              |
| <b>III.1</b>  | Riparimi, pastrimi i peshtjellave te TL                                               | cope          |                            |              |
| <b>III.2</b>  | Riparimi, pastrimi i peshtjellave te TU                                               | cope          |                            |              |
| <b>III.3</b>  | Riparimi, pastrimi i nuklit                                                           | cope          |                            |              |
| <b>III.4</b>  | Riparimi, pastrimi i kapakut dhe kazanit                                              | cope          |                            |              |
| <b>III.5</b>  | Riparimi, pastrimi i rezervuarit, tubit te avarise dhe relese gazore                  | cope          |                            |              |
| <b>III.6</b>  | Riparimi dhe matjet e rregullatorit te tensionit                                      | cope          |                            |              |
| <b>III.7</b>  | Pergatitja e izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TL dhe TU per nje faze     | cope          |                            |              |
| <b>III.8</b>  | Pergatitja e izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TU dhe nuklit per nje faze | cope          |                            |              |
| <b>III.9</b>  | Pergatitja e nje peshtjelle te re te TL                                               | cope          |                            |              |
| <b>III.10</b> | Pergatitja e nje peshtjelle te re te TU                                               | cope          |                            |              |
| <b>IV</b>     | <b>PUNIME MONTIMI</b>                                                                 |               |                            |              |

|       |                                                                                    |         |  |  |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|--|
| IV.1  | Montimi i izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TL dhe TU per nje faze     | cope    |  |  |
| IV.2  | Montimi i izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TU dhe nuklit per nje faze | cope    |  |  |
| IV.3  | Montimi i nje peshtjele te TL                                                      | cope    |  |  |
| IV.4  | Montimi i nje peshtjele te TU                                                      | cope    |  |  |
| IV.5  | Montimi i zgjedhes                                                                 | komplet |  |  |
| IV.6  | Montimi i regullatorit te tensionit                                                | komplet |  |  |
| IV.7  | Montimi i krejt transformatorit dhe pergatitja per tharje                          | cope    |  |  |
| IV.8  | Tharja e pjeses aktive                                                             | komplet |  |  |
| IV.9  | Mbushja me vaj                                                                     | litra   |  |  |
| IV.10 | Montimi i izolatoreve                                                              | cope    |  |  |
| V     | <b>TESTET PERFUNDIMTARE NE UZINEN RIPRUESE</b>                                     |         |  |  |
| V.1   | Testet rutine                                                                      | grup    |  |  |
| V.2   | Testimi i vajit                                                                    | grup    |  |  |
| V.3   | PCB test                                                                           | grup    |  |  |
| VI    | <b>PUNIME TE TJERA</b>                                                             |         |  |  |
| VI.1  | Ngarkimi ne kamjon                                                                 | komplet |  |  |
| VI.2  | Furnizimi me vaj te ri                                                             | litra   |  |  |
| VI.3  | Centrifugimi dhe tharja e vajit (rigjenerim vaji)                                  | litra   |  |  |
| VI.4  | Zevendesimi i nje izolatori te TL                                                  | cope    |  |  |
| VI.5  | Zevendesimi i nje izolatori te TU                                                  | cope    |  |  |
| VI.6  | Zevendesimi i guarnicionit te kapakut                                              | cope    |  |  |
| VI.7  | Zevendesimi i guarnicionit te nje izolatori te TL                                  | cope    |  |  |
| VI.8  | Zevendesimi i guarnicionit te nje izolatori te TU                                  | cope    |  |  |
| VI.9  | Zevendesimi i nje prizhioneri te izolatorit te TL                                  | cope    |  |  |
| VI.10 | Zevendesimi i nje prizhioneri te izolatorit te TL                                  | cope    |  |  |
| VI.11 | Nje bulon çeliku se bashku me dado                                                 | cope    |  |  |
| VI.12 | Nje bulon bronzi                                                                   | cope    |  |  |
| VI.13 | Zevendesimi i nje fleksibeli te TU                                                 | cope    |  |  |
| VI.14 | Saldimi i pjeseve prej çeliku                                                      | cm      |  |  |
| VI.15 | Lyerja e transformatorit dhe pjeseve te tij                                        | grup    |  |  |
|       | <b>Çmimi total sipas llojit te transformatoreve</b>                                |         |  |  |
|       | <b>Totali per transformaret</b>                                                    |         |  |  |

|      |                                                                                 |               |                            |       |       |       |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|-------|-------|-------|
| I.1  | Kompania riparuese:                                                             | $S_n$         | 50 kVA                     |       |       |       |
| I.2  | Vendi i riparimit:                                                              | $U (TL)$      | 6 kV                       | 10 kV | 20 kV | 35 kV |
| II   | <b>PUNIME ÇMONTIMI, TESTET PARAPRAKE DHE RAPORTI PERFUNDIMTAR I DEMENTIMEVE</b> | <b>Njesia</b> | <b>Çmimet njesi (Leke)</b> |       |       |       |
| II.1 | Matjet paraprake dhe vleresimi                                                  | grup          |                            |       |       |       |
| II.2 | Çmontimi i izolatoreve                                                          | cope          |                            |       |       |       |
| II.3 | Heqja e vajit                                                                   | litra         |                            |       |       |       |
| II.4 | Hapja e kapakut                                                                 | komplet       |                            |       |       |       |
| II.5 | Hapja e zgjedhes                                                                | komplet       |                            |       |       |       |

|               |                                                                                       |         |  |  |  |  |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|--|--|--|
| <b>II.6</b>   | Desaldimi i lidhjeve te peshtjellave te TL                                            | komplet |  |  |  |  |
| <b>II.7</b>   | Desaldimi i lidhjeve te peshtjellave te TU                                            | komplet |  |  |  |  |
| <b>II.8</b>   | Çmontimi i rregullatorit te tensionit                                                 | komplet |  |  |  |  |
| <b>II.9</b>   | Çmontimi i peshtjellave te TL                                                         | cope    |  |  |  |  |
| <b>II.10</b>  | Çmontimi i peshtjellave te TU                                                         | cope    |  |  |  |  |
| <b>II.11</b>  | Raporti perfundimtar i demtimeve                                                      | grup    |  |  |  |  |
| <b>III</b>    | <b>PUNIME RIPARUESE</b>                                                               |         |  |  |  |  |
| <b>III.1</b>  | Riparimi, pastrimi i peshtjellave te TL                                               | cope    |  |  |  |  |
| <b>III.2</b>  | Riparimi, pastrimi i peshtjellave te TU                                               | cope    |  |  |  |  |
| <b>III.3</b>  | Riparimi, pastrimi i nuklit                                                           | cope    |  |  |  |  |
| <b>III.4</b>  | Riparimi, pastrimi i kapakut dhe kazanit                                              | cope    |  |  |  |  |
| <b>III.5</b>  | Riparimi, pastrimi i rezervuarit, tubit te avarise dhe relese gazore                  | cope    |  |  |  |  |
| <b>III.6</b>  | Riparimi dhe matjet e rregullatorit te tensionit                                      | cope    |  |  |  |  |
| <b>III.7</b>  | Pergatitja e izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TL dhe TU per nje faze     | cope    |  |  |  |  |
| <b>III.8</b>  | Pergatitja e izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TU dhe nuklit per nje faze | cope    |  |  |  |  |
| <b>III.9</b>  | Pergatitja e nje peshtjelle te re te TL                                               | cope    |  |  |  |  |
| <b>III.10</b> | Pergatitja e nje peshtjelle te re te TU                                               | cope    |  |  |  |  |
| <b>IV</b>     | <b>PUNIME MONTIMI</b>                                                                 |         |  |  |  |  |
| <b>IV.1</b>   | Montimi i izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TL dhe TU per nje faze        | cope    |  |  |  |  |
| <b>IV.2</b>   | Montimi i izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TU dhe nuklit per nje faze    | cope    |  |  |  |  |
| <b>IV.3</b>   | Montimi i nje peshtjele te TL                                                         | cope    |  |  |  |  |
| <b>IV.4</b>   | Montimi i nje peshtjele te TU                                                         | cope    |  |  |  |  |
| <b>IV.5</b>   | Montimi i zgjedhes                                                                    | komplet |  |  |  |  |
| <b>IV.6</b>   | Montimi i rregullatorit te tensionit                                                  | komplet |  |  |  |  |
| <b>IV.7</b>   | Montimi i krejt transformatorit dhe pergatitja per tharje                             | cope    |  |  |  |  |
| <b>IV.8</b>   | Tharja e pjeses aktive                                                                | komplet |  |  |  |  |
| <b>IV.9</b>   | Mbushja me vaj                                                                        | litra   |  |  |  |  |
| <b>IV.10</b>  | Montimi i izolatoreve                                                                 | cope    |  |  |  |  |
| <b>V</b>      | <b>TESTET PERFUNDIMTARE NE UZINEN RIPRUESE</b>                                        |         |  |  |  |  |
| <b>V.1</b>    | Testet rutine                                                                         | grup    |  |  |  |  |
| <b>V.2</b>    | Testimi i vajit                                                                       | grup    |  |  |  |  |
| <b>V.3</b>    | PCB test                                                                              | grup    |  |  |  |  |
| <b>VI</b>     | <b>PUNIME TE TJERA</b>                                                                |         |  |  |  |  |
| <b>VI.1</b>   | Ngarkimi ne kamjon                                                                    | komplet |  |  |  |  |
| <b>VI.2</b>   | Furnizimi me vaj te ri                                                                | litra   |  |  |  |  |
| <b>VI.3</b>   | Centrifugimi dhe tharja e vajit (rigjenerim vaji)                                     | litra   |  |  |  |  |
| <b>VI.4</b>   | Zevendesimi i nje izolatori te TL                                                     | cope    |  |  |  |  |
| <b>VI.5</b>   | Zevendesimi i nje izolatori te TU                                                     | cope    |  |  |  |  |
| <b>VI.6</b>   | Zevendesimi i guarnicionit te kapakut                                                 | cope    |  |  |  |  |
| <b>VI.7</b>   | Zevendesimi i guarnicionit te nje izolatori te TL                                     | cope    |  |  |  |  |
| <b>VI.8</b>   | Zevendesimi i guarnicionit te nje izolatori te TU                                     | cope    |  |  |  |  |
| <b>VI.9</b>   | Zevendesimi i nje prizhioneri te izolatorit te TL                                     | cope    |  |  |  |  |

|              |                                                     |      |  |  |  |  |
|--------------|-----------------------------------------------------|------|--|--|--|--|
| <b>VI.10</b> | Zevendesimi i nje prizhioneri te izolatorit te TL   | cope |  |  |  |  |
| <b>VI.11</b> | Nje bulon çeliku se bashku me dado                  | cope |  |  |  |  |
| <b>VI.12</b> | Nje bulon bronzi                                    | cope |  |  |  |  |
| <b>VI.13</b> | Zevendesimi i nje fleksibeli te TU                  | cope |  |  |  |  |
| <b>VI.14</b> | Saldimi i pjeseve prej çeliku                       | cm   |  |  |  |  |
| <b>VI.15</b> | Lyerja e transformatorit dhe pjeseve te tij         | grup |  |  |  |  |
|              | <b>Çmimi total sipas llojit te transformatoreve</b> |      |  |  |  |  |
|              | <b>Totali per transformaret</b>                     |      |  |  |  |  |

|               |                                                                                       |               |                            |              |              |              |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>I.1</b>    | Kompania riparuese:                                                                   | $S_n$         | <b>63 kVA</b>              |              |              |              |
| <b>I.2</b>    | Vendi i riparimit:                                                                    | $U(TL)$       | <b>6 kV</b>                | <b>10 kV</b> | <b>20 kV</b> | <b>35 kV</b> |
| <b>II</b>     | <b>PUNIME ÇMONTIMI, TESTET PARAPRAKE DHE RAPORTI PERFUNDIMTAR I DEMENTIMEVE</b>       | <b>Njesia</b> | <b>Çmimet njesi (Leke)</b> |              |              |              |
| <b>II.1</b>   | Matjet paraprake dhe vleresimi                                                        | grup          |                            |              |              |              |
| <b>II.2</b>   | Çmontimi i izolatoreve                                                                | cope          |                            |              |              |              |
| <b>II.3</b>   | Heqja e vajit                                                                         | litra         |                            |              |              |              |
| <b>II.4</b>   | Hapja e kapakut                                                                       | komplet       |                            |              |              |              |
| <b>II.5</b>   | Hapja e zgjedhes                                                                      | komplet       |                            |              |              |              |
| <b>II.6</b>   | Desaldimi i lidhjeve te peshtjellave te TL                                            | komplet       |                            |              |              |              |
| <b>II.7</b>   | Desaldimi i lidhjeve te peshtjellave te TU                                            | komplet       |                            |              |              |              |
| <b>II.8</b>   | Çmontimi i rregullatorit te tensionit                                                 | komplet       |                            |              |              |              |
| <b>II.9</b>   | Çmontimi i peshtjellave te TL                                                         | cope          |                            |              |              |              |
| <b>II.10</b>  | Çmontimi i peshtjellave te TU                                                         | cope          |                            |              |              |              |
| <b>II.11</b>  | Raporti perfundimtar i demtimeve                                                      | grup          |                            |              |              |              |
| <b>III</b>    | <b>PUNIME RIPARUESE</b>                                                               |               |                            |              |              |              |
| <b>III.1</b>  | Riparimi, pastrimi i peshtjellave te TL                                               | cope          |                            |              |              |              |
| <b>III.2</b>  | Riparimi, pastrimi i peshtjellave te TU                                               | cope          |                            |              |              |              |
| <b>III.3</b>  | Riparimi, pastrimi i nuklit                                                           | cope          |                            |              |              |              |
| <b>III.4</b>  | Riparimi, pastrimi i kapakut dhe kazanit                                              | cope          |                            |              |              |              |
| <b>III.5</b>  | Riparimi, pastrimi i rezervuarit, tubit te avarise dhe relese gazore                  | cope          |                            |              |              |              |
| <b>III.6</b>  | Riparimi dhe matjet e rregullatorit te tensionit                                      | cope          |                            |              |              |              |
| <b>III.7</b>  | Pergatitja e izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TL dhe TU per nje faze     | cope          |                            |              |              |              |
| <b>III.8</b>  | Pergatitja e izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TU dhe nuklit per nje faze | cope          |                            |              |              |              |
| <b>III.9</b>  | Pergatitja e nje peshtjelle te re te TL                                               | cope          |                            |              |              |              |
| <b>III.10</b> | Pergatitja e nje peshtjelle te re te TU                                               | cope          |                            |              |              |              |
| <b>IV</b>     | <b>PUNIME MONTIMI</b>                                                                 |               |                            |              |              |              |
| <b>IV.1</b>   | Montimi i izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TL dhe TU per nje faze        | cope          |                            |              |              |              |
| <b>IV.2</b>   | Montimi i izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TU dhe nuklit per nje faze    | cope          |                            |              |              |              |

|       |                                                           |         |  |  |  |  |
|-------|-----------------------------------------------------------|---------|--|--|--|--|
| IV.3  | Montimi i nje peshtjele te TL                             | cope    |  |  |  |  |
| IV.4  | Montimi i nje peshtjele te TU                             | cope    |  |  |  |  |
| IV.5  | Montimi i zgjedhes                                        | komplet |  |  |  |  |
| IV.6  | Montimi i regullatorit te tensionit                       | komplet |  |  |  |  |
| IV.7  | Montimi i krejt transformatorit dhe pergatitja per tharje | cope    |  |  |  |  |
| IV.8  | Tharja e pjeses aktive                                    | komplet |  |  |  |  |
| IV.9  | Mbushja me vaj                                            | litra   |  |  |  |  |
| IV.10 | Montimi i izolatoreve                                     | cope    |  |  |  |  |
| V     | <b>TESTET PERFUNDIMTARE NE UZINEN RIPRUESE</b>            |         |  |  |  |  |
| V.1   | Testet rutine                                             | grup    |  |  |  |  |
| V.2   | Testimi i vajit                                           | grup    |  |  |  |  |
| V.3   | PCB test                                                  | grup    |  |  |  |  |
| VI    | <b>PUNIME TE TJERA</b>                                    |         |  |  |  |  |
| VI.1  | Ngarkimi ne kamjon                                        | komplet |  |  |  |  |
| VI.2  | Furnizimi me vaj te ri                                    | litra   |  |  |  |  |
| VI.3  | Centrifugimi dhe tharja e vajit (rigjenerim vaji)         | litra   |  |  |  |  |
| VI.4  | Zevendesimi i nje izolatori te TL                         | cope    |  |  |  |  |
| VI.5  | Zevendesimi i nje izolatori te TU                         | cope    |  |  |  |  |
| VI.6  | Zevendesimi i guarnicionit te kapakut                     | cope    |  |  |  |  |
| VI.7  | Zevendesimi i guarnicionit te nje izolatori te TL         | cope    |  |  |  |  |
| VI.8  | Zevendesimi i guarnicionit te nje izolatori te TU         | cope    |  |  |  |  |
| VI.9  | Zevendesimi i nje prizhioneri te izolatorit te TL         | cope    |  |  |  |  |
| VI.10 | Zevendesimi i nje prizhioneri te izolatorit te TL         | cope    |  |  |  |  |
| VI.11 | Nje bulon çeliku se bashku me dado                        | cope    |  |  |  |  |
| VI.12 | Nje bulon bronzi                                          | cope    |  |  |  |  |
| VI.13 | Zevendesimi i nje fleksibeli te TU                        | cope    |  |  |  |  |
| VI.14 | Saldimi i pjeseve prej çeliku                             | cm      |  |  |  |  |
| VI.15 | Lyerja e transformatorit dhe pjeseve te tij               | grup    |  |  |  |  |
|       | <b>Çmimi total sipas llojit te transformatoreve</b>       |         |  |  |  |  |
|       | <b>Totali per transformaret</b>                           |         |  |  |  |  |

|      |                                                                                 |         |                     |       |       |       |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|-------|-------|-------|
| I.1  | Kompania riparuese:                                                             | $S_n$   | 75 kVA              |       |       |       |
| I.2  | Vendi i riparimit:                                                              | $U(TL)$ | 6 kV                | 10 kV | 20 kV | 35 kV |
| II   | <b>PUNIME ÇMONTIMI, TESTET PARAPRAKE DHE RAPORTI PERFUNDIMTAR I DEMENTIMEVE</b> | Njesia  | Çmimet njesi (Leke) |       |       |       |
| II.1 | Matjet paraprake dhe vleresimi                                                  | grup    |                     |       |       |       |
| II.2 | Çmontimi i izolatoreve                                                          | cope    |                     |       |       |       |
| II.3 | Heqja e vajit                                                                   | litra   |                     |       |       |       |
| II.4 | Hapja e kapakut                                                                 | komplet |                     |       |       |       |
| II.5 | Hapja e zgjedhes                                                                | komplet |                     |       |       |       |
| II.6 | Desaldimi i lidhjeve te peshtjellave te TL                                      | komplet |                     |       |       |       |
| II.7 | Desaldimi i lidhjeve te peshtjellave te TU                                      | komplet |                     |       |       |       |
| II.8 | Çmontimi i regullatorit te tensionit                                            | komplet |                     |       |       |       |

|               |                                                                                       |         |  |  |  |  |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|--|--|--|
| <b>II.9</b>   | Çmontimi i peshtjellave te TL                                                         | cope    |  |  |  |  |
| <b>II.10</b>  | Çmontimi i peshtjellave te TU                                                         | cope    |  |  |  |  |
| <b>II.11</b>  | Raporti perfundimtar i demtimeve                                                      | grup    |  |  |  |  |
| <b>III</b>    | <b>PUNIME RIPARUESE</b>                                                               |         |  |  |  |  |
| <b>III.1</b>  | Riparimi, pastrimi i peshtjellave te TL                                               | cope    |  |  |  |  |
| <b>III.2</b>  | Riparimi, pastrimi i peshtjellave te TU                                               | cope    |  |  |  |  |
| <b>III.3</b>  | Riparimi, pastrimi i nuklit                                                           | cope    |  |  |  |  |
| <b>III.4</b>  | Riparimi, pastrimi i kapakut dhe kazanit                                              | cope    |  |  |  |  |
| <b>III.5</b>  | Riparimi, pastrimi i rezervuarit, tubit te avarise dhe relese gazore                  | cope    |  |  |  |  |
| <b>III.6</b>  | Riparimi dhe matjet e rregullatorit te tensionit                                      | cope    |  |  |  |  |
| <b>III.7</b>  | Pergatitja e izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TL dhe TU per nje faze     | cope    |  |  |  |  |
| <b>III.8</b>  | Pergatitja e izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TU dhe nuklit per nje faze | cope    |  |  |  |  |
| <b>III.9</b>  | Pergatitja e nje peshtjelle te re te TL                                               | cope    |  |  |  |  |
| <b>III.10</b> | Pergatitja e nje peshtjelle te re te TU                                               | cope    |  |  |  |  |
| <b>IV</b>     | <b>PUNIME MONTIMI</b>                                                                 |         |  |  |  |  |
| <b>IV.1</b>   | Montimi i izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TL dhe TU per nje faze        | cope    |  |  |  |  |
| <b>IV.2</b>   | Montimi i izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TU dhe nuklit per nje faze    | cope    |  |  |  |  |
| <b>IV.3</b>   | Montimi i nje peshtjele te TL                                                         | cope    |  |  |  |  |
| <b>IV.4</b>   | Montimi i nje peshtjele te TU                                                         | cope    |  |  |  |  |
| <b>IV.5</b>   | Montimi i zgjedhes                                                                    | komplet |  |  |  |  |
| <b>IV.6</b>   | Montimi i regullatorit te tensionit                                                   | komplet |  |  |  |  |
| <b>IV.7</b>   | Montimi i krejt transformatorit dhe pergatitja per tharje                             | cope    |  |  |  |  |
| <b>IV.8</b>   | Tharja e pjeses aktive                                                                | komplet |  |  |  |  |
| <b>IV.9</b>   | Mbushja me vaj                                                                        | litra   |  |  |  |  |
| <b>IV.10</b>  | Montimi i izolatoreve                                                                 | cope    |  |  |  |  |
| <b>V</b>      | <b>TESTET PERFUNDIMTARE NE UZINEN RIPRUESE</b>                                        |         |  |  |  |  |
| <b>V.1</b>    | Testet rutine                                                                         | grup    |  |  |  |  |
| <b>V.2</b>    | Testimi i vajit                                                                       | grup    |  |  |  |  |
| <b>V.3</b>    | PCB test                                                                              | grup    |  |  |  |  |
| <b>VI</b>     | <b>PUNIME TE TJERA</b>                                                                |         |  |  |  |  |
| <b>VI.1</b>   | Ngarkimi ne kamjon                                                                    | komplet |  |  |  |  |
| <b>VI.2</b>   | Furnizimi me vaj te ri                                                                | litra   |  |  |  |  |
| <b>VI.3</b>   | Centrifugimi dhe tharja e vajit (rigjenerim vaji)                                     | litra   |  |  |  |  |
| <b>VI.4</b>   | Zevendesimi i nje izolatori te TL                                                     | cope    |  |  |  |  |
| <b>VI.5</b>   | Zevendesimi i nje izolatori te TU                                                     | cope    |  |  |  |  |
| <b>VI.6</b>   | Zevendesimi i guarnicionit te kapakut                                                 | cope    |  |  |  |  |
| <b>VI.7</b>   | Zevendesimi i guarnicionit te nje izolatori te TL                                     | cope    |  |  |  |  |
| <b>VI.8</b>   | Zevendesimi i guarnicionit te nje izolatori te TU                                     | cope    |  |  |  |  |
| <b>VI.9</b>   | Zevendesimi i nje prizhioneri te izolatorit te TL                                     | cope    |  |  |  |  |
| <b>VI.10</b>  | Zevendesimi i nje prizhioneri te izolatorit te TL                                     | cope    |  |  |  |  |
| <b>VI.11</b>  | Nje bulon çeliku se bashku me dado                                                    | cope    |  |  |  |  |

|              |                                                     |      |  |  |  |  |
|--------------|-----------------------------------------------------|------|--|--|--|--|
| <b>VI.12</b> | Nje bulon bronzi                                    | cope |  |  |  |  |
| <b>VI.13</b> | Zevendesimi i nje fleksibeli te TU                  | cope |  |  |  |  |
| <b>VI.14</b> | Saldimi i pjeseve prej celiku                       | cm   |  |  |  |  |
| <b>VI.15</b> | Lyerja e transformatorit dhe pjeseve te tij         | grup |  |  |  |  |
|              | <b>Çmimi total sipas llojit te transformatoreve</b> |      |  |  |  |  |
|              | <b>Totali per transformaret</b>                     |      |  |  |  |  |

|               |                                                                                       |               |                            |              |              |              |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>I.1</b>    | Kompania riparuese:                                                                   | $S_n$         | <b>100 kVA</b>             |              |              |              |
| <b>I.2</b>    | Vendi i riparimit:                                                                    | $U (TL)$      | <b>6 kV</b>                | <b>10 kV</b> | <b>20 kV</b> | <b>35 kV</b> |
| <b>II</b>     | <b>PUNIME ÇMONTIMI, TESTET PARAPRAKE DHE RAPORTI PERFUNDIMTAR I DEMENTIMEVE</b>       | <b>Njesia</b> | <b>Çmimet njesi (Leke)</b> |              |              |              |
| <b>II.1</b>   | Matjet paraprake dhe vleresimi                                                        | grup          |                            |              |              |              |
| <b>II.2</b>   | Çmontimi i izolatoreve                                                                | cope          |                            |              |              |              |
| <b>II.3</b>   | Heqja e vajit                                                                         | litra         |                            |              |              |              |
| <b>II.4</b>   | Hapja e kapakut                                                                       | komplet       |                            |              |              |              |
| <b>II.5</b>   | Hapja e zgjedhes                                                                      | komplet       |                            |              |              |              |
| <b>II.6</b>   | Desaldimi i lidhjeve te peshtjellave te TL                                            | komplet       |                            |              |              |              |
| <b>II.7</b>   | Desaldimi i lidhjeve te peshtjellave te TU                                            | komplet       |                            |              |              |              |
| <b>II.8</b>   | Çmontimi i rregullatorit te tensionit                                                 | komplet       |                            |              |              |              |
| <b>II.9</b>   | Çmontimi i peshtjellave te TL                                                         | cope          |                            |              |              |              |
| <b>II.10</b>  | Çmontimi i peshtjellave te TU                                                         | cope          |                            |              |              |              |
| <b>II.11</b>  | Raporti perfundimtar i demtimeve                                                      | grup          |                            |              |              |              |
| <b>III</b>    | <b>PUNIME RIPARUESE</b>                                                               |               |                            |              |              |              |
| <b>III.1</b>  | Riparimi, pastrimi i peshtjellave te TL                                               | cope          |                            |              |              |              |
| <b>III.2</b>  | Riparimi, pastrimi i peshtjellave te TU                                               | cope          |                            |              |              |              |
| <b>III.3</b>  | Riparimi, pastrimi i nuklit                                                           | cope          |                            |              |              |              |
| <b>III.4</b>  | Riparimi, pastrimi i kapakut dhe kazanit                                              | cope          |                            |              |              |              |
| <b>III.5</b>  | Riparimi, pastrimi i rezervuarit, tubit te avarise dhe relese gazore                  | cope          |                            |              |              |              |
| <b>III.6</b>  | Riparimi dhe matjet e rregullatorit te tensionit                                      | cope          |                            |              |              |              |
| <b>III.7</b>  | Pergatitja e izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TL dhe TU per nje faze     | cope          |                            |              |              |              |
| <b>III.8</b>  | Pergatitja e izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TU dhe nuklit per nje faze | cope          |                            |              |              |              |
| <b>III.9</b>  | Pergatitja e nje peshtjelle te re te TL                                               | cope          |                            |              |              |              |
| <b>III.10</b> | Pergatitja e nje peshtjelle te re te TU                                               | cope          |                            |              |              |              |
| <b>IV</b>     | <b>PUNIME MONTIMI</b>                                                                 |               |                            |              |              |              |
| <b>IV.1</b>   | Montimi i izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TL dhe TU per nje faze        | cope          |                            |              |              |              |
| <b>IV.2</b>   | Montimi i izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TU dhe nuklit per nje faze    | cope          |                            |              |              |              |
| <b>IV.3</b>   | Montimi i nje peshtjele te TL                                                         | cope          |                            |              |              |              |
| <b>IV.4</b>   | Montimi i nje peshtjele te TU                                                         | cope          |                            |              |              |              |
| <b>IV.5</b>   | Montimi i zgjedhes                                                                    | komplet       |                            |              |              |              |

|       |                                                           |         |  |  |  |  |
|-------|-----------------------------------------------------------|---------|--|--|--|--|
| IV.6  | Montimi i regullatorit te tensionit                       | komplet |  |  |  |  |
| IV.7  | Montimi i krejt transformatorit dhe pergatitja per tharje | cope    |  |  |  |  |
| IV.8  | Tharja e pjeses aktive                                    | komplet |  |  |  |  |
| IV.9  | Mbushja me vaj                                            | litra   |  |  |  |  |
| IV.10 | Montimi i izolatoreve                                     | cope    |  |  |  |  |
| V     | <b>TESTET PERFUNDIMTARE NE UZINEN RIPARUESE</b>           |         |  |  |  |  |
| V.1   | Testet rutine                                             | grup    |  |  |  |  |
| V.2   | Testimi i vajit                                           | grup    |  |  |  |  |
| V.3   | PCB test                                                  | grup    |  |  |  |  |
| VI    | <b>PUNIME TE TJERA</b>                                    |         |  |  |  |  |
| VI.1  | Ngarkimi ne kamjon                                        | komplet |  |  |  |  |
| VI.2  | Furnizimi me vaj te ri                                    | litra   |  |  |  |  |
| VI.3  | Centrifugimi dhe tharja e vajit (rigjenerim vaji)         | litra   |  |  |  |  |
| VI.4  | Zevendesimi i nje izolatori te TL                         | cope    |  |  |  |  |
| VI.5  | Zevendesimi i nje izolatori te TU                         | cope    |  |  |  |  |
| VI.6  | Zevendesimi i guarnicionit te kapakut                     | cope    |  |  |  |  |
| VI.7  | Zevendesimi i guarnicionit te nje izolatori te TL         | cope    |  |  |  |  |
| VI.8  | Zevendesimi i guarnicionit te nje izolatori te TU         | cope    |  |  |  |  |
| VI.9  | Zevendesimi i nje prizhioneri te izolatorit te TL         | cope    |  |  |  |  |
| VI.10 | Zevendesimi i nje prizhioneri te izolatorit te TL         | cope    |  |  |  |  |
| VI.11 | Nje bulon çeliku se bashku me dado                        | cope    |  |  |  |  |
| VI.12 | Nje bulon bronzi                                          | cope    |  |  |  |  |
| VI.13 | Zevendesimi i nje fleksibeli te TU                        | cope    |  |  |  |  |
| VI.14 | Saldimi i pjeseve prej çeliku                             | cm      |  |  |  |  |
| VI.15 | Lyerja e transformatorit dhe pjeseve te tij               | grup    |  |  |  |  |
|       | <b>Çmimi total sipas llojit te transformatoreve</b>       |         |  |  |  |  |
|       | <b>Totali per transformatoret</b>                         |         |  |  |  |  |

|       |                                                                               |         |                     |       |       |       |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|-------|-------|-------|
| I.1   | Kompania riparuese:                                                           | $S_n$   | 160 kVA             |       |       |       |
| I.2   | Vendi i riparimit:                                                            | $U(TL)$ | 6 kV                | 10 kV | 20 kV | 35 kV |
| II    | <b>PUNIME ÇMONTIMI, TESTET PARAPRAKE DHE RAPORTI PERFUNDIMTAR I DENTIMEVE</b> | Njesia  | Çmimet njesi (Leke) |       |       |       |
| II.1  | Matjet paraprake dhe vleresimi                                                | grup    |                     |       |       |       |
| II.2  | Çmontimi i izolatoreve                                                        | cope    |                     |       |       |       |
| II.3  | Heqja e vajit                                                                 | litra   |                     |       |       |       |
| II.4  | Hapja e kapakut                                                               | komplet |                     |       |       |       |
| II.5  | Hapja e zgjedhes                                                              | komplet |                     |       |       |       |
| II.6  | Desaldimi i lidhjeve te peshtjellave te TL                                    | komplet |                     |       |       |       |
| II.7  | Desaldimi i lidhjeve te peshtjellave te TU                                    | komplet |                     |       |       |       |
| II.8  | Çmontimi i regullatorit te tensionit                                          | komplet |                     |       |       |       |
| II.9  | Çmontimi i peshtjellave te TL                                                 | cope    |                     |       |       |       |
| II.10 | Çmontimi i peshtjellave te TU                                                 | cope    |                     |       |       |       |
| II.11 | Raporti perfundimtar i dentimeve                                              | grup    |                     |       |       |       |
| III   | <b>PUNIME RIPARUESE</b>                                                       |         |                     |       |       |       |

|               |                                                                                       |         |  |  |  |  |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|--|--|--|
| <b>III.1</b>  | Riparimi, pastrimi i peshtjellave te TL                                               | cope    |  |  |  |  |
| <b>III.2</b>  | Riparimi, pastrimi i peshtjellave te TU                                               | cope    |  |  |  |  |
| <b>III.3</b>  | Riparimi, pastrimi i nuklit                                                           | cope    |  |  |  |  |
| <b>III.4</b>  | Riparimi, pastrimi i kapakut dhe kazanit                                              | cope    |  |  |  |  |
| <b>III.5</b>  | Riparimi, pastrimi i rezervuarit, tubit te avarise dhe relese gazore                  | cope    |  |  |  |  |
| <b>III.6</b>  | Riparimi dhe matjet e rregullatorit te tensionit                                      | cope    |  |  |  |  |
| <b>III.7</b>  | Pergatitja e izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TL dhe TU per nje faze     | cope    |  |  |  |  |
| <b>III.8</b>  | Pergatitja e izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TU dhe nuklit per nje faze | cope    |  |  |  |  |
| <b>III.9</b>  | Pergatitja e nje peshtjelle te re te TL                                               | cope    |  |  |  |  |
| <b>III.10</b> | Pergatitja e nje peshtjelle te re te TU                                               | cope    |  |  |  |  |
| <b>IV</b>     | <b>PUNIME MONTIMI</b>                                                                 |         |  |  |  |  |
| <b>IV.1</b>   | Montimi i izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TL dhe TU per nje faze        | cope    |  |  |  |  |
| <b>IV.2</b>   | Montimi i izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TU dhe nuklit per nje faze    | cope    |  |  |  |  |
| <b>IV.3</b>   | Montimi i nje peshtjele te TL                                                         | cope    |  |  |  |  |
| <b>IV.4</b>   | Montimi i nje peshtjele te TU                                                         | cope    |  |  |  |  |
| <b>IV.5</b>   | Montimi i zgjedhes                                                                    | komplet |  |  |  |  |
| <b>IV.6</b>   | Montimi i regullatorit te tensionit                                                   | komplet |  |  |  |  |
| <b>IV.7</b>   | Montimi i krejt transformatorit dhe pergatitja per tharje                             | cope    |  |  |  |  |
| <b>IV.8</b>   | Tharja e pjeses aktive                                                                | komplet |  |  |  |  |
| <b>IV.9</b>   | Mbushja me vaj                                                                        | litra   |  |  |  |  |
| <b>IV.10</b>  | Montimi i izolatoreve                                                                 | cope    |  |  |  |  |
| <b>V</b>      | <b>TESTET PERFUNDIMTARE NE UZINEN RIPRUESE</b>                                        |         |  |  |  |  |
| <b>V.1</b>    | Testet rutine                                                                         | grup    |  |  |  |  |
| <b>V.2</b>    | Testimi i vajit                                                                       | grup    |  |  |  |  |
| <b>V.3</b>    | PCB test                                                                              | grup    |  |  |  |  |
| <b>VI</b>     | <b>PUNIME TE TJERA</b>                                                                |         |  |  |  |  |
| <b>VI.1</b>   | Ngarkimi ne kamjon                                                                    | komplet |  |  |  |  |
| <b>VI.2</b>   | Furnizimi me vaj te ri                                                                | litra   |  |  |  |  |
| <b>VI.3</b>   | Centrifugimi dhe tharja e vajit (rigjenerim vaji)                                     | litra   |  |  |  |  |
| <b>VI.4</b>   | Zevendesimi i nje izolatori te TL                                                     | cope    |  |  |  |  |
| <b>VI.5</b>   | Zevendesimi i nje izolatori te TU                                                     | cope    |  |  |  |  |
| <b>VI.6</b>   | Zevendesimi i guarnicionit te kapakut                                                 | cope    |  |  |  |  |
| <b>VI.7</b>   | Zevendesimi i guarnicionit te nje izolatori te TL                                     | cope    |  |  |  |  |
| <b>VI.8</b>   | Zevendesimi i guarnicionit te nje izolatori te TU                                     | cope    |  |  |  |  |
| <b>VI.9</b>   | Zevendesimi i nje prizhioneri te izolatorit te TL                                     | cope    |  |  |  |  |
| <b>VI.10</b>  | Zevendesimi i nje prizhioneri te izolatorit te TL                                     | cope    |  |  |  |  |
| <b>VI.11</b>  | Nje bulon çeliku se bashku me dado                                                    | cope    |  |  |  |  |
| <b>VI.12</b>  | Nje bulon bronzi                                                                      | cope    |  |  |  |  |
| <b>VI.13</b>  | Zevendesimi i nje fleksibeli te TU                                                    | cope    |  |  |  |  |
| <b>VI.14</b>  | Saldimi i pjeseve prej çeliku                                                         | cm      |  |  |  |  |
| <b>VI.15</b>  | Lyerja e transformatorit dhe pjeseve te tij                                           | grup    |  |  |  |  |

|        |                                                                                       |         |                     |       |       |       |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|-------|-------|-------|
| I.1    | Kompania riparuese:                                                                   | $S_n$   | 180 kVA             |       |       |       |
| I.2    | Vendi i riparimit:                                                                    | $U(TL)$ | 6 kV                | 10 kV | 20 kV | 35 kV |
| II     | <b>PUNIME ÇMONTIMI, TESTET PARAPRAKE DHE RAPORTI PERFUNDIMTAR I DEMTIMEVE</b>         | Njesia  | Çmimet njesi (Leke) |       |       |       |
| II.1   | Matjet paraprake dhe vleresimi                                                        | grup    |                     |       |       |       |
| II.2   | Çmontimi i izolatoreve                                                                | cope    |                     |       |       |       |
| II.3   | Heqja e vajit                                                                         | litra   |                     |       |       |       |
| II.4   | Hapja e kapakut                                                                       | komplet |                     |       |       |       |
| II.5   | Hapja e zgjedhes                                                                      | komplet |                     |       |       |       |
| II.6   | Desaldimi i lidhjeve te peshtjellave te TL                                            | komplet |                     |       |       |       |
| II.7   | Desaldimi i lidhjeve te peshtjellave te TU                                            | komplet |                     |       |       |       |
| II.8   | Çmontimi i rregullatorit te tensionit                                                 | komplet |                     |       |       |       |
| II.9   | Çmontimi i peshtjellave te TL                                                         | cope    |                     |       |       |       |
| II.10  | Çmontimi i peshtjellave te TU                                                         | cope    |                     |       |       |       |
| II.11  | Raporti perfundimtar i demtimeve                                                      | grup    |                     |       |       |       |
| III    | <b>PUNIME RIPARUESE</b>                                                               |         |                     |       |       |       |
| III.1  | Riparimi, pastrimi i peshtjellave te TL                                               | cope    |                     |       |       |       |
| III.2  | Riparimi, pastrimi i peshtjellave te TU                                               | cope    |                     |       |       |       |
| III.3  | Riparimi, pastrimi i nuklit                                                           | cope    |                     |       |       |       |
| III.4  | Riparimi, pastrimi i kapakut dhe kazanit                                              | cope    |                     |       |       |       |
| III.5  | Riparimi, pastrimi i rezervuarit, tubit te avarise dhe relese gazore                  | cope    |                     |       |       |       |
| III.6  | Riparimi dhe matjet e rregullatorit te tensionit                                      | cope    |                     |       |       |       |
| III.7  | Pergatitja e izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TL dhe TU per nje faze     | cope    |                     |       |       |       |
| III.8  | Pergatitja e izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TU dhe nuklit per nje faze | cope    |                     |       |       |       |
| III.9  | Pergatitja e nje peshtjelle te re te TL                                               | cope    |                     |       |       |       |
| III.10 | Pergatitja e nje peshtjelle te re te TU                                               | cope    |                     |       |       |       |
| IV     | <b>PUNIME MONTIMI</b>                                                                 |         |                     |       |       |       |
| IV.1   | Montimi i izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TL dhe TU per nje faze        | cope    |                     |       |       |       |
| IV.2   | Montimi i izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TU dhe nuklit per nje faze    | cope    |                     |       |       |       |
| IV.3   | Montimi i nje peshtjele te TL                                                         | cope    |                     |       |       |       |
| IV.4   | Montimi i nje peshtjele te TU                                                         | cope    |                     |       |       |       |
| IV.5   | Montimi i zgjedhes                                                                    | komplet |                     |       |       |       |
| IV.6   | Montimi i rregullatorit te tensionit                                                  | komplet |                     |       |       |       |
| IV.7   | Montimi i krejt transformatorit dhe pergatitja per tharje                             | cope    |                     |       |       |       |
| IV.8   | Tharja e pjeses aktive                                                                | komplet |                     |       |       |       |
| IV.9   | Mbushja me vaj                                                                        | litra   |                     |       |       |       |
| IV.10  | Montimi i izolatoreve                                                                 | cope    |                     |       |       |       |
| V      | <b>TESTET PERFUNDIMTARE NE UZINEN RIPRUESE</b>                                        |         |                     |       |       |       |
| V.1    | Testet rutine                                                                         | grup    |                     |       |       |       |
| V.2    | Testimi i vajit                                                                       | grup    |                     |       |       |       |

|       |                                                     |         |  |  |  |  |
|-------|-----------------------------------------------------|---------|--|--|--|--|
| V.3   | PCB test                                            | grup    |  |  |  |  |
| VI    | <b>PUNIME TE TJERA</b>                              |         |  |  |  |  |
| VI.1  | Ngarkimi ne kamjon                                  | komplet |  |  |  |  |
| VI.2  | Furnizimi me vaj te ri                              | litra   |  |  |  |  |
| VI.3  | Centrifugimi dhe tharja e vajit (rigjenerim vaji)   | litra   |  |  |  |  |
| VI.4  | Zevendesimi i nje izolatori te TL                   | cope    |  |  |  |  |
| VI.5  | Zevendesimi i nje izolatori te TU                   | cope    |  |  |  |  |
| VI.6  | Zevendesimi i guarnicionit te kapakut               | cope    |  |  |  |  |
| VI.7  | Zevendesimi i guarnicionit te nje izolatori te TL   | cope    |  |  |  |  |
| VI.8  | Zevendesimi i guarnicionit te nje izolatori te TU   | cope    |  |  |  |  |
| VI.9  | Zevendesimi i nje prizhioneri te izolatorit te TL   | cope    |  |  |  |  |
| VI.10 | Zevendesimi i nje prizhioneri te izolatorit te TL   | cope    |  |  |  |  |
| VI.11 | Nje bulon çeliku se bashku me dado                  | cope    |  |  |  |  |
| VI.12 | Nje bulon bronzi                                    | cope    |  |  |  |  |
| VI.13 | Zevendesimi i nje fleksibeli te TU                  | cope    |  |  |  |  |
| VI.14 | Saldimi i pjeseve prej çeliku                       | cm      |  |  |  |  |
| VI.15 | Lyerja e transformatorit dhe pjeseve te tij         | grup    |  |  |  |  |
|       | <b>Çmimi total sipas llojit te transformatoreve</b> |         |  |  |  |  |
|       | <b>Totali per transformaret</b>                     |         |  |  |  |  |

|       |                                                                                   |         |                     |       |       |       |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|-------|-------|-------|
| I.1   | Kompania riparuese:                                                               | $S_n$   | 200 kVA             |       |       |       |
| I.2   | Vendi i riparimit:                                                                | $U(TL)$ | 6 kV                | 10 kV | 20 kV | 35 kV |
| II    | <b>PUNIME ÇMONTIMI, TESTET PARAPRAKE DHE RAPORTI PERFUNDIMTAR I DEMTIMEVE</b>     | Njesia  | Çmimet njesi (Leke) |       |       |       |
| II.1  | Matjet paraprake dhe vleresimi                                                    | grup    |                     |       |       |       |
| II.2  | Çmontimi i izolareve                                                              | cope    |                     |       |       |       |
| II.3  | Heqja e vajit                                                                     | litra   |                     |       |       |       |
| II.4  | Hapja e kapakut                                                                   | komplet |                     |       |       |       |
| II.5  | Hapja e zgjedhes                                                                  | komplet |                     |       |       |       |
| II.6  | Desaldimi i lidhjeve te peshtjellave te TL                                        | komplet |                     |       |       |       |
| II.7  | Desaldimi i lidhjeve te peshtjellave te TU                                        | komplet |                     |       |       |       |
| II.8  | Çmontimi i rregullatorit te tensionit                                             | komplet |                     |       |       |       |
| II.9  | Çmontimi i peshtjellave te TL                                                     | cope    |                     |       |       |       |
| II.10 | Çmontimi i peshtjellave te TU                                                     | cope    |                     |       |       |       |
| II.11 | Raporti perfundimtar i demtimeve                                                  | grup    |                     |       |       |       |
| III   | <b>PUNIME RIPARUESE</b>                                                           |         |                     |       |       |       |
| III.1 | Riparimi, pastrimi i peshtjellave te TL                                           | cope    |                     |       |       |       |
| III.2 | Riparimi, pastrimi i peshtjellave te TU                                           | cope    |                     |       |       |       |
| III.3 | Riparimi, pastrimi i nuklit                                                       | cope    |                     |       |       |       |
| III.4 | Riparimi, pastrimi i kapakut dhe kazanit                                          | cope    |                     |       |       |       |
| III.5 | Riparimi, pastrimi i rezervuarit, tubit te avarise dhe relese gazore              | cope    |                     |       |       |       |
| III.6 | Riparimi dhe matjet e rregullatorit te tensionit                                  | cope    |                     |       |       |       |
| III.7 | Pergatitja e izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TL dhe TU per nje faze | cope    |                     |       |       |       |

|        |                                                                                       |         |  |  |  |  |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|--|--|--|
| III.8  | Pergatitja e izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TU dhe nuklit per nje faze | cope    |  |  |  |  |
| III.9  | Pergatitja e nje peshtjelle te re te TL                                               | cope    |  |  |  |  |
| III.10 | Pergatitja e nje peshtjelle te re te TU                                               | cope    |  |  |  |  |
| IV     | <b>PUNIME MONTIMI</b>                                                                 |         |  |  |  |  |
| IV.1   | Montimi i izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TL dhe TU per nje faze        | cope    |  |  |  |  |
| IV.2   | Montimi i izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TU dhe nuklit per nje faze    | cope    |  |  |  |  |
| IV.3   | Montimi i nje peshtjele te TL                                                         | cope    |  |  |  |  |
| IV.4   | Montimi i nje peshtjele te TU                                                         | cope    |  |  |  |  |
| IV.5   | Montimi i zgjedhes                                                                    | komplet |  |  |  |  |
| IV.6   | Montimi i regullatorit te tensionit                                                   | komplet |  |  |  |  |
| IV.7   | Montimi i krejt transformatorit dhe pergatitja per tharje                             | cope    |  |  |  |  |
| IV.8   | Tharja e pjeses aktive                                                                | komplet |  |  |  |  |
| IV.9   | Mbushja me vaj                                                                        | litra   |  |  |  |  |
| IV.10  | Montimi i izolatoreve                                                                 | cope    |  |  |  |  |
| V      | <b>TESTET PERFUNDIMTARE NE UZINEN RIPRUESE</b>                                        |         |  |  |  |  |
| V.1    | Testet rutine                                                                         | grup    |  |  |  |  |
| V.2    | Testimi i vajit                                                                       | grup    |  |  |  |  |
| V.3    | PCB test                                                                              | grup    |  |  |  |  |
| VI     | <b>PUNIME TE TJERA</b>                                                                |         |  |  |  |  |
| VI.1   | Ngarkimi ne kamjon                                                                    | komplet |  |  |  |  |
| VI.2   | Furnizimi me vaj te ri                                                                | litra   |  |  |  |  |
| VI.3   | Centrifugimi dhe tharja e vajit (rigjenerim vaji)                                     | litra   |  |  |  |  |
| VI.4   | Zevendesimi i nje izolatori te TL                                                     | cope    |  |  |  |  |
| VI.5   | Zevendesimi i nje izolatori te TU                                                     | cope    |  |  |  |  |
| VI.6   | Zevendesimi i guarnicionit te kapakut                                                 | cope    |  |  |  |  |
| VI.7   | Zevendesimi i guarnicionit te nje izolatori te TL                                     | cope    |  |  |  |  |
| VI.8   | Zevendesimi i guarnicionit te nje izolatori te TU                                     | cope    |  |  |  |  |
| VI.9   | Zevendesimi i nje prizhioneri te izolatorit te TL                                     | cope    |  |  |  |  |
| VI.10  | Zevendesimi i nje prizhioneri te izolatorit te TL                                     | cope    |  |  |  |  |
| VI.11  | Nje bulon çeliku se bashku me dado                                                    | cope    |  |  |  |  |
| VI.12  | Nje bulon bronzi                                                                      | cope    |  |  |  |  |
| VI.13  | Zevendesimi i nje fleksibeli te TU                                                    | cope    |  |  |  |  |
| VI.14  | Saldimi i pjeseve prej çeliku                                                         | cm      |  |  |  |  |
| VI.15  | Lyerja e transformatorit dhe pjeseve te tij                                           | grup    |  |  |  |  |
|        | <b>Çmimi total sipas llojit te transformatoreve</b>                                   |         |  |  |  |  |
|        | <b>Totali per transformatoret</b>                                                     |         |  |  |  |  |

|     |                     |         |         |       |       |       |
|-----|---------------------|---------|---------|-------|-------|-------|
| I.1 | Kompania riparuese: | $S_n$   | 250 kVA |       |       |       |
| I.2 | Vendi i riparimit:  | $U(TL)$ | 6 kV    | 10 kV | 20 kV | 35 kV |

| II     | PUNIME ÇMONTIMI, TESTET PARAPRAKE DHE RAPORTI PERFUNDIMTAR I DEMTIMEVE                | Njesia  | Çmimet njesi (Leke) |  |  |  |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|--|--|--|
| II.1   | Matjet paraprake dhe vleresimi                                                        | grup    |                     |  |  |  |
| II.2   | Çmontimi i izolatoreve                                                                | cope    |                     |  |  |  |
| II.3   | Heqja e vajit                                                                         | litra   |                     |  |  |  |
| II.4   | Hapja e kapakut                                                                       | komplet |                     |  |  |  |
| II.5   | Hapja e zgjedhes                                                                      | komplet |                     |  |  |  |
| II.6   | Desaldimi i lidhjeve te peshtjellave te TL                                            | komplet |                     |  |  |  |
| II.7   | Desaldimi i lidhjeve te peshtjellave te TU                                            | komplet |                     |  |  |  |
| II.8   | Çmontimi i rregullatorit te tensionit                                                 | komplet |                     |  |  |  |
| II.9   | Çmontimi i peshtjellave te TL                                                         | cope    |                     |  |  |  |
| II.10  | Çmontimi i peshtjellave te TU                                                         | cope    |                     |  |  |  |
| II.11  | Raporti perfundimtar i demtimeve                                                      | grup    |                     |  |  |  |
| III    | PUNIME RIPARUESE                                                                      |         |                     |  |  |  |
| III.1  | Riparimi, pastrimi i peshtjellave te TL                                               | cope    |                     |  |  |  |
| III.2  | Riparimi, pastrimi i peshtjellave te TU                                               | cope    |                     |  |  |  |
| III.3  | Riparimi, pastrimi i nuklit                                                           | cope    |                     |  |  |  |
| III.4  | Riparimi, pastrimi i kapakut dhe kazanit                                              | cope    |                     |  |  |  |
| III.5  | Riparimi, pastrimi i rezervuarit, tubit te avarise dhe relese gazore                  | cope    |                     |  |  |  |
| III.6  | Riparimi dhe matjet e rregullatorit te tensionit                                      | cope    |                     |  |  |  |
| III.7  | Pergatitja e izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TL dhe TU per nje faze     | cope    |                     |  |  |  |
| III.8  | Pergatitja e izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TU dhe nuklit per nje faze | cope    |                     |  |  |  |
| III.9  | Pergatitja e nje peshtjele te re te TL                                                | cope    |                     |  |  |  |
| III.10 | Pergatitja e nje peshtjele te re te TU                                                | cope    |                     |  |  |  |
| IV     | PUNIME MONTIMI                                                                        |         |                     |  |  |  |
| IV.1   | Montimi i izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TL dhe TU per nje faze        | cope    |                     |  |  |  |
| IV.2   | Montimi i izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TU dhe nuklit per nje faze    | cope    |                     |  |  |  |
| IV.3   | Montimi i nje peshtjele te TL                                                         | cope    |                     |  |  |  |
| IV.4   | Montimi i nje peshtjele te TU                                                         | cope    |                     |  |  |  |
| IV.5   | Montimi i zgjedhes                                                                    | komplet |                     |  |  |  |
| IV.6   | Montimi i rregullatorit te tensionit                                                  | komplet |                     |  |  |  |
| IV.7   | Montimi i krejt transformatorit dhe pergatitja per tharje                             | cope    |                     |  |  |  |
| IV.8   | Tharja e pjeses aktive                                                                | komplet |                     |  |  |  |
| IV.9   | Mbushja me vaj                                                                        | litra   |                     |  |  |  |
| IV.10  | Montimi i izolatoreve                                                                 | cope    |                     |  |  |  |
| V      | TESTET PERFUNDIMTARE NE UZINEN RIPRUESE                                               |         |                     |  |  |  |
| V.1    | Testet rutine                                                                         | grup    |                     |  |  |  |
| V.2    | Testimi i vajit                                                                       | grup    |                     |  |  |  |
| V.3    | PCB test                                                                              | grup    |                     |  |  |  |
| VI     | PUNIME TE TJERA                                                                       |         |                     |  |  |  |
| VI.1   | Ngarkimi ne kamjon                                                                    | komplet |                     |  |  |  |
| VI.2   | Furnizimi me vaj te ri                                                                | litra   |                     |  |  |  |

|              |                                                     |       |  |  |  |  |
|--------------|-----------------------------------------------------|-------|--|--|--|--|
| <b>VI.3</b>  | Centrifugimi dhe tharja e vajit (rigjenerim vaji)   | litra |  |  |  |  |
| <b>VI.4</b>  | Zevendesimi i nje izolatori te TL                   | cope  |  |  |  |  |
| <b>VI.5</b>  | Zevendesimi i nje izolatori te TU                   | cope  |  |  |  |  |
| <b>VI.6</b>  | Zevendesimi i guarnicionit te kapakut               | cope  |  |  |  |  |
| <b>VI.7</b>  | Zevendesimi i guarnicionit te nje izolatori te TL   | cope  |  |  |  |  |
| <b>VI.8</b>  | Zevendesimi i guarnicionit te nje izolatori te TU   | cope  |  |  |  |  |
| <b>VI.9</b>  | Zevendesimi i nje prizhioneri te izolatorit te TL   | cope  |  |  |  |  |
| <b>VI.10</b> | Zevendesimi i nje prizhioneri te izolatorit te TL   | cope  |  |  |  |  |
| <b>VI.11</b> | Nje bulon çeliku se bashku me dado                  | cope  |  |  |  |  |
| <b>VI.12</b> | Nje bulon bronzi                                    | cope  |  |  |  |  |
| <b>VI.13</b> | Zevendesimi i nje fleksibeli te TU                  | cope  |  |  |  |  |
| <b>VI.14</b> | Saldimi i pjeseve prej çeliku                       | cm    |  |  |  |  |
| <b>VI.15</b> | Lyerja e transformatorit dhe pjeseve te tij         | grup  |  |  |  |  |
|              | <b>Çmimi total sipas llojit te transformatoreve</b> |       |  |  |  |  |
|              | <b>Totali per transformaret</b>                     |       |  |  |  |  |

|               |                                                                                       |               |                            |              |              |              |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>I.1</b>    | Kompania riparuese:                                                                   | $S_n$         | <b>315 kVA</b>             |              |              |              |
| <b>I.2</b>    | Vendi i riparimit:                                                                    | $U(TL)$       | <b>6 kV</b>                | <b>10 kV</b> | <b>20 kV</b> | <b>35 kV</b> |
| <b>II</b>     | <b>PUNIME ÇMONTIMI, TESTET PARAPRAKE DHE RAPORTI PERFUNDIMTAR I DEMENTIMEVE</b>       | <b>Njesia</b> | <b>Çmimet njesi (Leke)</b> |              |              |              |
| <b>II.1</b>   | Matjet paraprake dhe vleresimi                                                        | grup          |                            |              |              |              |
| <b>II.2</b>   | Çmontimi i izolatoreve                                                                | cope          |                            |              |              |              |
| <b>II.3</b>   | Heqja e vajit                                                                         | litra         |                            |              |              |              |
| <b>II.4</b>   | Hapja e kapakut                                                                       | komplet       |                            |              |              |              |
| <b>II.5</b>   | Hapja e zgjedhes                                                                      | komplet       |                            |              |              |              |
| <b>II.6</b>   | Desaldimi i lidhjeve te peshtjellave te TL                                            | komplet       |                            |              |              |              |
| <b>II.7</b>   | Desaldimi i lidhjeve te peshtjellave te TU                                            | komplet       |                            |              |              |              |
| <b>II.8</b>   | Çmontimi i rregullatorit te tensionit                                                 | komplet       |                            |              |              |              |
| <b>II.9</b>   | Çmontimi i peshtjellave te TL                                                         | cope          |                            |              |              |              |
| <b>II.10</b>  | Çmontimi i peshtjellave te TU                                                         | cope          |                            |              |              |              |
| <b>II.11</b>  | Raporti perfundimtar i demtimeve                                                      | grup          |                            |              |              |              |
| <b>III</b>    | <b>PUNIME RIPARUESE</b>                                                               |               |                            |              |              |              |
| <b>III.1</b>  | Riparimi, pastrimi i peshtjellave te TL                                               | cope          |                            |              |              |              |
| <b>III.2</b>  | Riparimi, pastrimi i peshtjellave te TU                                               | cope          |                            |              |              |              |
| <b>III.3</b>  | Riparimi, pastrimi i nuklit                                                           | cope          |                            |              |              |              |
| <b>III.4</b>  | Riparimi, pastrimi i kapakut dhe kazanit                                              | cope          |                            |              |              |              |
| <b>III.5</b>  | Riparimi, pastrimi i rezervuarit, tubit te avarise dhe relese gazore                  | cope          |                            |              |              |              |
| <b>III.6</b>  | Riparimi dhe matjet e rregullatorit te tensionit                                      | cope          |                            |              |              |              |
| <b>III.7</b>  | Pergatitja e izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TL dhe TU per nje faze     | cope          |                            |              |              |              |
| <b>III.8</b>  | Pergatitja e izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TU dhe nuklit per nje faze | cope          |                            |              |              |              |
| <b>III.9</b>  | Pergatitja e nje peshtjelle te re te TL                                               | cope          |                            |              |              |              |
| <b>III.10</b> | Pergatitja e nje peshtjelle te re te TU                                               | cope          |                            |              |              |              |

|              |                                                                                    |         |  |  |  |  |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|--|--|--|
| <b>IV</b>    | <b>PUNIME MONTIMI</b>                                                              |         |  |  |  |  |
| <b>IV.1</b>  | Montimi i izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TL dhe TU per nje faze     | cope    |  |  |  |  |
| <b>IV.2</b>  | Montimi i izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TU dhe nuklit per nje faze | cope    |  |  |  |  |
| <b>IV.3</b>  | Montimi i nje peshtjele te TL                                                      | cope    |  |  |  |  |
| <b>IV.4</b>  | Montimi i nje peshtjele te TU                                                      | cope    |  |  |  |  |
| <b>IV.5</b>  | Montimi i zgjedhes                                                                 | komplet |  |  |  |  |
| <b>IV.6</b>  | Montimi i regullatorit te tensionit                                                | komplet |  |  |  |  |
| <b>IV.7</b>  | Montimi i krejt transformatorit dhe pergatitja per tharje                          | cope    |  |  |  |  |
| <b>IV.8</b>  | Tharja e pjeses aktive                                                             | komplet |  |  |  |  |
| <b>IV.9</b>  | Mbushja me vaj                                                                     | litra   |  |  |  |  |
| <b>IV.10</b> | Montimi i izolatoreve                                                              | cope    |  |  |  |  |
| <b>V</b>     | <b>TESTET PERFUNDIMTARE NE UZINEN RIPRUESE</b>                                     |         |  |  |  |  |
| <b>V.1</b>   | Testet rutine                                                                      | grup    |  |  |  |  |
| <b>V.2</b>   | Testimi i vajit                                                                    | grup    |  |  |  |  |
| <b>V.3</b>   | PCB test                                                                           | grup    |  |  |  |  |
| <b>VI</b>    | <b>PUNIME TE TJERA</b>                                                             |         |  |  |  |  |
| <b>VI.1</b>  | Ngarkimi ne kamjon                                                                 | komplet |  |  |  |  |
| <b>VI.2</b>  | Furnizimi me vaj te ri                                                             | litra   |  |  |  |  |
| <b>VI.3</b>  | Centrifugimi dhe tharja e vajit (rigjenerim vaji)                                  | litra   |  |  |  |  |
| <b>VI.4</b>  | Zevendesimi i nje izolatori te TL                                                  | cope    |  |  |  |  |
| <b>VI.5</b>  | Zevendesimi i nje izolatori te TU                                                  | cope    |  |  |  |  |
| <b>VI.6</b>  | Zevendesimi i guarnicionit te kapakut                                              | cope    |  |  |  |  |
| <b>VI.7</b>  | Zevendesimi i guarnicionit te nje izolatori te TL                                  | cope    |  |  |  |  |
| <b>VI.8</b>  | Zevendesimi i guarnicionit te nje izolatori te TU                                  | cope    |  |  |  |  |
| <b>VI.9</b>  | Zevendesimi i nje prizhioneri te izolatorit te TL                                  | cope    |  |  |  |  |
| <b>VI.10</b> | Zevendesimi i nje prizhioneri te izolatorit te TL                                  | cope    |  |  |  |  |
| <b>VI.11</b> | Nje bulon çeliku se bashku me dado                                                 | cope    |  |  |  |  |
| <b>VI.12</b> | Nje bulon bronzi                                                                   | cope    |  |  |  |  |
| <b>VI.13</b> | Zevendesimi i nje fleksibeli te TU                                                 | cope    |  |  |  |  |
| <b>VI.14</b> | Saldimi i pjeseve prej çeliku                                                      | cm      |  |  |  |  |
| <b>VI.15</b> | Lyerja e transformatorit dhe pjeseve te tij                                        | grup    |  |  |  |  |
|              | <b>Çmimi total sipas llojit te transformatoreve</b>                                |         |  |  |  |  |
|              | <b>Totali per transformatoret</b>                                                  |         |  |  |  |  |

|             |                                                                               |               |                            |              |              |              |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>I.1</b>  | Kompania riparuese:                                                           | $S_n$         | <b>320 kVA</b>             |              |              |              |
| <b>I.2</b>  | Vendi i riparimit:                                                            | $U (TL)$      | <b>6 kV</b>                | <b>10 kV</b> | <b>20 kV</b> | <b>35 kV</b> |
| <b>II</b>   | <b>PUNIME ÇMONTIMI, TESTET PARAPRAKE DHE RAPORTI PERFUNDIMTAR I DEMTIMEVE</b> | <b>Njesia</b> | <b>Çmimet njesi (Leke)</b> |              |              |              |
| <b>II.1</b> | Matjet paraprake dhe vleresimi                                                | grup          |                            |              |              |              |
| <b>II.2</b> | Çmontimi i izolatoreve                                                        | cope          |                            |              |              |              |
| <b>II.3</b> | Heqja e vajit                                                                 | litra         |                            |              |              |              |

|        |                                                                                       |         |  |  |  |  |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|--|--|--|
| II.4   | Hapja e kapakut                                                                       | komplet |  |  |  |  |
| II.5   | Hapja e zgjedhes                                                                      | komplet |  |  |  |  |
| II.6   | Desaldimi i lidhjeve te peshtjellave te TL                                            | komplet |  |  |  |  |
| II.7   | Desaldimi i lidhjeve te peshtjellave te TU                                            | komplet |  |  |  |  |
| II.8   | Çmontimi i rregullatorit te tensionit                                                 | komplet |  |  |  |  |
| II.9   | Çmontimi i peshtjellave te TL                                                         | cope    |  |  |  |  |
| II.10  | Çmontimi i peshtjellave te TU                                                         | cope    |  |  |  |  |
| II.11  | Raporti perfundimtar i demtimeve                                                      | grup    |  |  |  |  |
| III    | <b>PUNIME RIPARUESE</b>                                                               |         |  |  |  |  |
| III.1  | Riparimi, pastrimi i peshtjellave te TL                                               | cope    |  |  |  |  |
| III.2  | Riparimi, pastrimi i peshtjellave te TU                                               | cope    |  |  |  |  |
| III.3  | Riparimi, pastrimi i nuklit                                                           | cope    |  |  |  |  |
| III.4  | Riparimi, pastrimi i kapakut dhe kazanit                                              | cope    |  |  |  |  |
| III.5  | Riparimi, pastrimi i rezervuarit, tubit te avarise dhe relese gazore                  | cope    |  |  |  |  |
| III.6  | Riparimi dhe matjet e rregullatorit te tensionit                                      | cope    |  |  |  |  |
| III.7  | Pergatitja e izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TL dhe TU per nje faze     | cope    |  |  |  |  |
| III.8  | Pergatitja e izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TU dhe nuklit per nje faze | cope    |  |  |  |  |
| III.9  | Pergatitja e nje peshtjelle te re te TL                                               | cope    |  |  |  |  |
| III.10 | Pergatitja e nje peshtjelle te re te TU                                               | cope    |  |  |  |  |
| IV     | <b>PUNIME MONTIMI</b>                                                                 |         |  |  |  |  |
| IV.1   | Montimi i izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TL dhe TU per nje faze        | cope    |  |  |  |  |
| IV.2   | Montimi i izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TU dhe nuklit per nje faze    | cope    |  |  |  |  |
| IV.3   | Montimi i nje peshtjele te TL                                                         | cope    |  |  |  |  |
| IV.4   | Montimi i nje peshtjele te TU                                                         | cope    |  |  |  |  |
| IV.5   | Montimi i zgjedhes                                                                    | komplet |  |  |  |  |
| IV.6   | Montimi i rregullatorit te tensionit                                                  | komplet |  |  |  |  |
| IV.7   | Montimi i krejt transformatorit dhe pergatitja per tharje                             | cope    |  |  |  |  |
| IV.8   | Tharja e pjeses aktive                                                                | komplet |  |  |  |  |
| IV.9   | Mbushja me vaj                                                                        | litra   |  |  |  |  |
| IV.10  | Montimi i izolatoreve                                                                 | cope    |  |  |  |  |
| V      | <b>TESTET PERFUNDIMTARE NE UZINEN RIPRUESE</b>                                        |         |  |  |  |  |
| V.1    | Testet rutine                                                                         | grup    |  |  |  |  |
| V.2    | Testimi i vajit                                                                       | grup    |  |  |  |  |
| V.3    | PCB test                                                                              | grup    |  |  |  |  |
| VI     | <b>PUNIME TE TJERA</b>                                                                |         |  |  |  |  |
| VI.1   | Ngarkimi ne kamjon                                                                    | komplet |  |  |  |  |
| VI.2   | Furnizimi me vaj te ri                                                                | litra   |  |  |  |  |
| VI.3   | Centrifugimi dhe tharja e vajit (rigjenerim vaji)                                     | litra   |  |  |  |  |
| VI.4   | Zevendesimi i nje izolatori te TL                                                     | cope    |  |  |  |  |
| VI.5   | Zevendesimi i nje izolatori te TU                                                     | cope    |  |  |  |  |
| VI.6   | Zevendesimi i guarnicionit te kapakut                                                 | cope    |  |  |  |  |
| VI.7   | Zevendesimi i guarnicionit te nje izolatori te TL                                     | cope    |  |  |  |  |

|              |                                                     |      |  |  |  |  |
|--------------|-----------------------------------------------------|------|--|--|--|--|
| <b>VI.8</b>  | Zevendesimi i guarnicionit te nje izolatori te TU   | cope |  |  |  |  |
| <b>VI.9</b>  | Zevendesimi i nje prizhioneri te izolatorit te TL   | cope |  |  |  |  |
| <b>VI.10</b> | Zevendesimi i nje prizhioneri te izolatorit te TL   | cope |  |  |  |  |
| <b>VI.11</b> | Nje bulon çeliku se bashku me dado                  | cope |  |  |  |  |
| <b>VI.12</b> | Nje bulon bronzi                                    | cope |  |  |  |  |
| <b>VI.13</b> | Zevendesimi i nje fleksibeli te TU                  | cope |  |  |  |  |
| <b>VI.14</b> | Saldimi i pjeseve prej çeliku                       | cm   |  |  |  |  |
| <b>VI.15</b> | Lyerja e transformatorit dhe pjeseve te tij         | grup |  |  |  |  |
|              | <b>Çmimi total sipas llojit te transformatoreve</b> |      |  |  |  |  |
|              | <b>Totali per transformaret</b>                     |      |  |  |  |  |

|               |                                                                                       |                      |                            |              |              |              |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>I.1</b>    | Kompania riparuese:                                                                   | <b>S<sub>n</sub></b> | <b>400 kVA</b>             |              |              |              |
| <b>I.2</b>    | Vendi i riparimit:                                                                    | <b>U (TL)</b>        | <b>6 kV</b>                | <b>10 kV</b> | <b>20 kV</b> | <b>35 kV</b> |
| <b>II</b>     | <b>PUNIME ÇMONTIMI, TESTET PARAPRAKE DHE RAPORTI PERFUNDIMTAR I DEMENTIMEVE</b>       | <b>Njesia</b>        | <b>Çmimet njesi (Leke)</b> |              |              |              |
| <b>II.1</b>   | Matjet paraprake dhe vleresimi                                                        | grup                 |                            |              |              |              |
| <b>II.2</b>   | Çmontimi i izolatoreve                                                                | cope                 |                            |              |              |              |
| <b>II.3</b>   | Heqja e vajit                                                                         | litra                |                            |              |              |              |
| <b>II.4</b>   | Hapja e kapakut                                                                       | komplet              |                            |              |              |              |
| <b>II.5</b>   | Hapja e zgjedhes                                                                      | komplet              |                            |              |              |              |
| <b>II.6</b>   | Desaldimi i lidhjeve te peshtjellave te TL                                            | komplet              |                            |              |              |              |
| <b>II.7</b>   | Desaldimi i lidhjeve te peshtjellave te TU                                            | komplet              |                            |              |              |              |
| <b>II.8</b>   | Çmontimi i rregullatorit te tensionit                                                 | komplet              |                            |              |              |              |
| <b>II.9</b>   | Çmontimi i peshtjellave te TL                                                         | cope                 |                            |              |              |              |
| <b>II.10</b>  | Çmontimi i peshtjellave te TU                                                         | cope                 |                            |              |              |              |
| <b>II.11</b>  | Raporti perfundimtar i demtimeve                                                      | grup                 |                            |              |              |              |
| <b>III</b>    | <b>PUNIME RIPARUESE</b>                                                               |                      |                            |              |              |              |
| <b>III.1</b>  | Riparimi, pastrimi i peshtjellave te TL                                               | cope                 |                            |              |              |              |
| <b>III.2</b>  | Riparimi, pastrimi i peshtjellave te TU                                               | cope                 |                            |              |              |              |
| <b>III.3</b>  | Riparimi, pastrimi i nuklit                                                           | cope                 |                            |              |              |              |
| <b>III.4</b>  | Riparimi, pastrimi i kapakut dhe kazanit                                              | cope                 |                            |              |              |              |
| <b>III.5</b>  | Riparimi, pastrimi i rezervuarit, tubit te avarise dhe relese gazore                  | cope                 |                            |              |              |              |
| <b>III.6</b>  | Riparimi dhe matjet e rregullatorit te tensionit                                      | cope                 |                            |              |              |              |
| <b>III.7</b>  | Pergatitja e izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TL dhe TU per nje faze     | cope                 |                            |              |              |              |
| <b>III.8</b>  | Pergatitja e izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TU dhe nuklit per nje faze | cope                 |                            |              |              |              |
| <b>III.9</b>  | Pergatitja e nje peshtjelle te re te TL                                               | cope                 |                            |              |              |              |
| <b>III.10</b> | Pergatitja e nje peshtjelle te re te TU                                               | cope                 |                            |              |              |              |
| <b>IV</b>     | <b>PUNIME MONTIMI</b>                                                                 |                      |                            |              |              |              |
| <b>IV.1</b>   | Montimi i izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TL dhe TU per nje faze        | cope                 |                            |              |              |              |
| <b>IV.2</b>   | Montimi i izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TU                            | cope                 |                            |              |              |              |

|       |                                                           |         |  |  |  |  |
|-------|-----------------------------------------------------------|---------|--|--|--|--|
|       | dhe nuklit per nje faze                                   |         |  |  |  |  |
| IV.3  | Montimi i nje peshtjele te TL                             | cope    |  |  |  |  |
| IV.4  | Montimi i nje peshtjele te TU                             | cope    |  |  |  |  |
| IV.5  | Montimi i zgjedhes                                        | komplet |  |  |  |  |
| IV.6  | Montimi i regullatorit te tensionit                       | komplet |  |  |  |  |
| IV.7  | Montimi i krejt transformatorit dhe pergatitja per tharje | cope    |  |  |  |  |
| IV.8  | Tharja e pjeses aktive                                    | komplet |  |  |  |  |
| IV.9  | Mbushja me vaj                                            | litra   |  |  |  |  |
| IV.10 | Montimi i izolatoreve                                     | cope    |  |  |  |  |
| V     | <b>TESTET PERFUNDIMTARE NE UZINEN RIPRUESE</b>            |         |  |  |  |  |
| V.1   | Testet rutine                                             | grup    |  |  |  |  |
| V.2   | Testimi i vajit                                           | grup    |  |  |  |  |
| V.3   | PCB test                                                  | grup    |  |  |  |  |
| VI    | <b>PUNIME TE TJERA</b>                                    |         |  |  |  |  |
| VI.1  | Ngarkimi ne kamjon                                        | komplet |  |  |  |  |
| VI.2  | Furnizimi me vaj te ri                                    | litra   |  |  |  |  |
| VI.3  | Centrifugimi dhe tharja e vajit (rigjenerim vaji)         | litra   |  |  |  |  |
| VI.4  | Zevendesimi i nje izolatori te TL                         | cope    |  |  |  |  |
| VI.5  | Zevendesimi i nje izolatori te TU                         | cope    |  |  |  |  |
| VI.6  | Zevendesimi i guarnicionit te kapakut                     | cope    |  |  |  |  |
| VI.7  | Zevendesimi i guarnicionit te nje izolatori te TL         | cope    |  |  |  |  |
| VI.8  | Zevendesimi i guarnicionit te nje izolatori te TU         | cope    |  |  |  |  |
| VI.9  | Zevendesimi i nje prizhioneri te izolatorit te TL         | cope    |  |  |  |  |
| VI.10 | Zevendesimi i nje prizhioneri te izolatorit te TL         | cope    |  |  |  |  |
| VI.11 | Nje bulon çeliku se bashku me dado                        | cope    |  |  |  |  |
| VI.12 | Nje bulon bronzi                                          | cope    |  |  |  |  |
| VI.13 | Zevendesimi i nje fleksibeli te TU                        | cope    |  |  |  |  |
| VI.14 | Saldimi i pjeseve prej çeliku                             | cm      |  |  |  |  |
| VI.15 | Lyerja e transformatorit dhe pjeseve te tij               | grup    |  |  |  |  |
|       | <b>Çmimi total sipas llojit te transformatoreve</b>       |         |  |  |  |  |
|       | <b>Totali per transformaret</b>                           |         |  |  |  |  |

|      |                                                                                 |         |              |       |       |       |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|-------|-------|-------|
| I.1  | Kompania riparuese:                                                             | $S_n$   | 560 kVA      |       |       |       |
| I.2  | Vendi i riparimit:                                                              | $U(TL)$ | 6 kV         | 10 kV | 20 kV | 35 kV |
| II   | <b>PUNIME ÇMONTIMI, TESTET PARAPRAKE DHE RAPORTI PERFUNDIMTAR I DEMENTIMEVE</b> | Njesia  | Çmimet njesi |       |       |       |
| II.1 | Matjet paraprake dhe vleresimi                                                  | grup    |              |       |       |       |
| II.2 | Çmontimi i izolatoreve                                                          | cope    |              |       |       |       |
| II.3 | Heqja e vajit                                                                   | litra   |              |       |       |       |
| II.4 | Hapja e kapakut                                                                 | komplet |              |       |       |       |
| II.5 | Hapja e zgjedhes                                                                | komplet |              |       |       |       |
| II.6 | Desaldimi i lidhjeve te peshtjellave te TL                                      | komplet |              |       |       |       |

|        |                                                                                       |         |  |  |  |  |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|--|--|--|
| II.7   | Desaldimi i lidhjeve te peshtjellave te TU                                            | komplet |  |  |  |  |
| II.8   | Çmontimi i rregullatorit te tensionit                                                 | komplet |  |  |  |  |
| II.9   | Çmontimi i peshtjellave te TL                                                         | cope    |  |  |  |  |
| II.10  | Çmontimi i peshtjellave te TU                                                         | cope    |  |  |  |  |
| II.11  | Raporti perfundimtar i demtimeve                                                      | grup    |  |  |  |  |
| III    | <b>PUNIME RIPARUESE</b>                                                               |         |  |  |  |  |
| III.1  | Riparimi, pastrimi i peshtjellave te TL                                               | cope    |  |  |  |  |
| III.2  | Riparimi, pastrimi i peshtjellave te TU                                               | cope    |  |  |  |  |
| III.3  | Riparimi, pastrimi i nuklit                                                           | cope    |  |  |  |  |
| III.4  | Riparimi, pastrimi i kapakut dhe kazanit                                              | cope    |  |  |  |  |
| III.5  | Riparimi, pastrimi i rezervuarit, tubit te avarise dhe relese gazore                  | cope    |  |  |  |  |
| III.6  | Riparimi dhe matjet e rregullatorit te tensionit                                      | cope    |  |  |  |  |
| III.7  | Pergatitja e izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TL dhe TU per nje faze     | cope    |  |  |  |  |
| III.8  | Pergatitja e izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TU dhe nuklit per nje faze | cope    |  |  |  |  |
| III.9  | Pergatitja e nje peshtjele te re te TL                                                | cope    |  |  |  |  |
| III.10 | Pergatitja e nje peshtjele te re te TU                                                | cope    |  |  |  |  |
| IV     | <b>PUNIME MONTIMI</b>                                                                 |         |  |  |  |  |
| IV.1   | Montimi i izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TL dhe TU per nje faze        | cope    |  |  |  |  |
| IV.2   | Montimi i izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TU dhe nuklit per nje faze    | cope    |  |  |  |  |
| IV.3   | Montimi i nje peshtjele te TL                                                         | cope    |  |  |  |  |
| IV.4   | Montimi i nje peshtjele te TU                                                         | cope    |  |  |  |  |
| IV.5   | Montimi i zgjedhes                                                                    | komplet |  |  |  |  |
| IV.6   | Montimi i rregullatorit te tensionit                                                  | komplet |  |  |  |  |
| IV.7   | Montimi i krejt transformatorit dhe pergatitja per tharje                             | cope    |  |  |  |  |
| IV.8   | Tharja e pjeses aktive                                                                | komplet |  |  |  |  |
| IV.9   | Mbushja me vaj                                                                        | litra   |  |  |  |  |
| IV.10  | Montimi i izolatoreve                                                                 | cope    |  |  |  |  |
| V      | <b>TESTET PERFUNDIMTARE NE UZINEN RIPRUESE</b>                                        |         |  |  |  |  |
| V.1    | Testet rutine                                                                         | grup    |  |  |  |  |
| V.2    | Testimi i vajit                                                                       | grup    |  |  |  |  |
| V.3    | PCB test                                                                              | grup    |  |  |  |  |
| VI     | <b>PUNIME TE TJERA</b>                                                                |         |  |  |  |  |
| VI.1   | Ngarkimi ne kamjon                                                                    | komplet |  |  |  |  |
| VI.2   | Furnizimi me vaj te ri                                                                | litra   |  |  |  |  |
| VI.3   | Centrifugimi dhe tharja e vajit (rigjenerim vaji)                                     | litra   |  |  |  |  |
| VI.4   | Zevendesimi i nje izolatori te TL                                                     | cope    |  |  |  |  |
| VI.5   | Zevendesimi i nje izolatori te TU                                                     | cope    |  |  |  |  |
| VI.6   | Zevendesimi i guarnicionit te kapakut                                                 | cope    |  |  |  |  |
| VI.7   | Zevendesimi i guarnicionit te nje izolatori te TL                                     | cope    |  |  |  |  |
| VI.8   | Zevendesimi i guarnicionit te nje izolatori te TU                                     | cope    |  |  |  |  |
| VI.9   | Zevendesimi i nje prizhioneri te izolatorit te TL                                     | cope    |  |  |  |  |

|              |                                                     |      |  |  |  |  |
|--------------|-----------------------------------------------------|------|--|--|--|--|
| <b>VI.10</b> | Zevendesimi i nje prizhioneri te izolatorit te TL   | cope |  |  |  |  |
| <b>VI.11</b> | Nje bulon çeliku se bashku me dado                  | cope |  |  |  |  |
| <b>VI.12</b> | Nje bulon bronzi                                    | cope |  |  |  |  |
| <b>VI.13</b> | Zevendesimi i nje fleksibeli te TU                  | cope |  |  |  |  |
| <b>VI.14</b> | Saldimi i pjeseve prej çeliku                       | cm   |  |  |  |  |
| <b>VI.15</b> | Lyerja e transformatorit dhe pjeseve te tij         | grup |  |  |  |  |
|              | <b>Çmimi total sipas llojit te transformatoreve</b> |      |  |  |  |  |
|              | <b>Totali per transformoret</b>                     |      |  |  |  |  |

|               |                                                                                       |               |                     |              |              |              |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>I.1</b>    | Kompania riparuese:                                                                   | $S_n$         | <b>630 kVA</b>      |              |              |              |
| <b>I.2</b>    | Vendi i riparimit:                                                                    | $U (TL)$      | <b>6 kV</b>         | <b>10 kV</b> | <b>20 kV</b> | <b>35 kV</b> |
| <b>II</b>     | <b>PUNIME ÇMONTIMI, TESTET PARAPRAKE DHE RAPORTI PERFUNDIMTAR I DEMTIMEVE</b>         | <b>Njesia</b> | <b>Çmimet njesi</b> |              |              |              |
| <b>II.1</b>   | Matjet paraprake dhe vleresimi                                                        | grup          |                     |              |              |              |
| <b>II.2</b>   | Çmontimi i izolatoreve                                                                | cope          |                     |              |              |              |
| <b>II.3</b>   | Heqja e vajit                                                                         | litra         |                     |              |              |              |
| <b>II.4</b>   | Hapja e kapakut                                                                       | komplet       |                     |              |              |              |
| <b>II.5</b>   | Hapja e zgjedhes                                                                      | komplet       |                     |              |              |              |
| <b>II.6</b>   | Desaldimi i lidhjeve te peshtjellave te TL                                            | komplet       |                     |              |              |              |
| <b>II.7</b>   | Desaldimi i lidhjeve te peshtjellave te TU                                            | komplet       |                     |              |              |              |
| <b>II.8</b>   | Çmontimi i rregullatorit te tensionit                                                 | komplet       |                     |              |              |              |
| <b>II.9</b>   | Çmontimi i peshtjellave te TL                                                         | cope          |                     |              |              |              |
| <b>II.10</b>  | Çmontimi i peshtjellave te TU                                                         | cope          |                     |              |              |              |
| <b>II.11</b>  | Raporti perfundimtar i demtimeve                                                      | grup          |                     |              |              |              |
| <b>III</b>    | <b>PUNIME RIPARUESE</b>                                                               |               |                     |              |              |              |
| <b>III.1</b>  | Riparimi, pastrimi i peshtjellave te TL                                               | cope          |                     |              |              |              |
| <b>III.2</b>  | Riparimi, pastrimi i peshtjellave te TU                                               | cope          |                     |              |              |              |
| <b>III.3</b>  | Riparimi, pastrimi i nuklit                                                           | cope          |                     |              |              |              |
| <b>III.4</b>  | Riparimi, pastrimi i kapakut dhe kazanit                                              | cope          |                     |              |              |              |
| <b>III.5</b>  | Riparimi, pastrimi i rezervuarit, tubit te avarise dhe relese gazore                  | cope          |                     |              |              |              |
| <b>III.6</b>  | Riparimi dhe matjet e rregullatorit te tensionit                                      | cope          |                     |              |              |              |
| <b>III.7</b>  | Pergatitja e izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TL dhe TU per nje faze     | cope          |                     |              |              |              |
| <b>III.8</b>  | Pergatitja e izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TU dhe nuklit per nje faze | cope          |                     |              |              |              |
| <b>III.9</b>  | Pergatitja e nje peshtjelle te re te TL                                               | cope          |                     |              |              |              |
| <b>III.10</b> | Pergatitja e nje peshtjelle te re te TU                                               | cope          |                     |              |              |              |
| <b>IV</b>     | <b>PUNIME MONTIMI</b>                                                                 |               |                     |              |              |              |
| <b>IV.1</b>   | Montimi i izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TL dhe TU per nje faze        | cope          |                     |              |              |              |
| <b>IV.2</b>   | Montimi i izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TU dhe nuklit per nje faze    | cope          |                     |              |              |              |
| <b>IV.3</b>   | Montimi i nje peshtjele te TL                                                         | cope          |                     |              |              |              |

|       |                                                           |         |  |  |  |  |
|-------|-----------------------------------------------------------|---------|--|--|--|--|
| IV.4  | Montimi i nje peshtjele te TU                             | cope    |  |  |  |  |
| IV.5  | Montimi i zgjedhes                                        | komplet |  |  |  |  |
| IV.6  | Montimi i regullatorit te tensionit                       | komplet |  |  |  |  |
| IV.7  | Montimi i krejt transformatorit dhe pergatitja per tharje | cope    |  |  |  |  |
| IV.8  | Tharja e pjeses aktive                                    | komplet |  |  |  |  |
| IV.9  | Mbushja me vaj                                            | litra   |  |  |  |  |
| IV.10 | Montimi i izolatoreve                                     | cope    |  |  |  |  |
| V     | <b>TESTET PERFUNDIMTARE NE UZINEN RIPRUESE</b>            |         |  |  |  |  |
| V.1   | Testet rutine                                             | grup    |  |  |  |  |
| V.2   | Testimi i vajit                                           | grup    |  |  |  |  |
| V.3   | PCB test                                                  | grup    |  |  |  |  |
| VI    | <b>PUNIME TE TJERA</b>                                    |         |  |  |  |  |
| VI.1  | Ngarkimi ne kamjon                                        | komplet |  |  |  |  |
| VI.2  | Furnizimi me vaj te ri                                    | litra   |  |  |  |  |
| VI.3  | Centrifugimi dhe tharja e vajit (rigjenerim vaji)         | litra   |  |  |  |  |
| VI.4  | Zevendesimi i nje izolatori te TL                         | cope    |  |  |  |  |
| VI.5  | Zevendesimi i nje izolatori te TU                         | cope    |  |  |  |  |
| VI.6  | Zevendesimi i guarnicionit te kapakut                     | cope    |  |  |  |  |
| VI.7  | Zevendesimi i guarnicionit te nje izolatori te TL         | cope    |  |  |  |  |
| VI.8  | Zevendesimi i guarnicionit te nje izolatori te TU         | cope    |  |  |  |  |
| VI.9  | Zevendesimi i nje prizhioneri te izolatorit te TL         | cope    |  |  |  |  |
| VI.10 | Zevendesimi i nje prizhioneri te izolatorit te TL         | cope    |  |  |  |  |
| VI.11 | Nje bulon çeliku se bashku me dado                        | cope    |  |  |  |  |
| VI.12 | Nje bulon bronzi                                          | cope    |  |  |  |  |
| VI.13 | Zevendesimi i nje fleksibeli te TU                        | cope    |  |  |  |  |
| VI.14 | Saldimi i pjeseve prej çeliku                             | cm      |  |  |  |  |
| VI.15 | Lyerja e transformatorit dhe pjeseve te tij               | grup    |  |  |  |  |
|       | <b>Çmimi total sipas llojit te transformatoreve</b>       |         |  |  |  |  |
|       | <b>Totali per transformaret</b>                           |         |  |  |  |  |

|      |                                                                                 |         |                     |       |       |       |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|-------|-------|-------|
| I.1  | Kompania riparuese:                                                             | $S_n$   | 750 kVA             |       |       |       |
| I.2  | Vendi i riparimit:                                                              | $U(TL)$ | 6 kV                | 10 kV | 20 kV | 35 kV |
| II   | <b>PUNIME ÇMONTIMI, TESTET PARAPRAKE DHE RAPORTI PERFUNDIMTAR I DEMENTIMEVE</b> | Njesia  | Çmimet njesi (Leke) |       |       |       |
| II.1 | Matjet paraprake dhe vleresimi                                                  | grup    |                     |       |       |       |
| II.2 | Çmontimi i izolatoreve                                                          | cope    |                     |       |       |       |
| II.3 | Heqja e vajit                                                                   | litra   |                     |       |       |       |
| II.4 | Hapja e kapakut                                                                 | komplet |                     |       |       |       |
| II.5 | Hapja e zgjedhes                                                                | komplet |                     |       |       |       |
| II.6 | Desaldimi i lidhjeve te peshtjellave te TL                                      | komplet |                     |       |       |       |
| II.7 | Desaldimi i lidhjeve te peshtjellave te TU                                      | komplet |                     |       |       |       |
| II.8 | Çmontimi i regullatorit te tensionit                                            | komplet |                     |       |       |       |

|               |                                                                                       |         |  |  |  |  |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|--|--|--|
| <b>II.9</b>   | Çmontimi i peshtjellave te TL                                                         | cope    |  |  |  |  |
| <b>II.10</b>  | Çmontimi i peshtjellave te TU                                                         | cope    |  |  |  |  |
| <b>II.11</b>  | Raporti perfundimtar i demtimeve                                                      | grup    |  |  |  |  |
| <b>III</b>    | <b>PUNIME RIPARUESE</b>                                                               |         |  |  |  |  |
| <b>III.1</b>  | Riparimi, pastrimi i peshtjellave te TL                                               | cope    |  |  |  |  |
| <b>III.2</b>  | Riparimi, pastrimi i peshtjellave te TU                                               | cope    |  |  |  |  |
| <b>III.3</b>  | Riparimi, pastrimi i nuklit                                                           | cope    |  |  |  |  |
| <b>III.4</b>  | Riparimi, pastrimi i kapakut dhe kazanit                                              | cope    |  |  |  |  |
| <b>III.5</b>  | Riparimi, pastrimi i rezervuarit, tubit te avarise dhe relese gazore                  | cope    |  |  |  |  |
| <b>III.6</b>  | Riparimi dhe matjet e rregullatorit te tensionit                                      | cope    |  |  |  |  |
| <b>III.7</b>  | Pergatitja e izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TL dhe TU per nje faze     | cope    |  |  |  |  |
| <b>III.8</b>  | Pergatitja e izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TU dhe nuklit per nje faze | cope    |  |  |  |  |
| <b>III.9</b>  | Pergatitja e nje peshtjelle te re te TL                                               | cope    |  |  |  |  |
| <b>III.10</b> | Pergatitja e nje peshtjelle te re te TU                                               | cope    |  |  |  |  |
| <b>IV</b>     | <b>PUNIME MONTIMI</b>                                                                 |         |  |  |  |  |
| <b>IV.1</b>   | Montimi i izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TL dhe TU per nje faze        | cope    |  |  |  |  |
| <b>IV.2</b>   | Montimi i izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TU dhe nuklit per nje faze    | cope    |  |  |  |  |
| <b>IV.3</b>   | Montimi i nje peshtjele te TL                                                         | cope    |  |  |  |  |
| <b>IV.4</b>   | Montimi i nje peshtjele te TU                                                         | cope    |  |  |  |  |
| <b>IV.5</b>   | Montimi i zgjedhes                                                                    | komplet |  |  |  |  |
| <b>IV.6</b>   | Montimi i regullatorit te tensionit                                                   | komplet |  |  |  |  |
| <b>IV.7</b>   | Montimi i krejt transformatorit dhe pergatitja per tharje                             | cope    |  |  |  |  |
| <b>IV.8</b>   | Tharja e pjeses aktive                                                                | komplet |  |  |  |  |
| <b>IV.9</b>   | Mbushja me vaj                                                                        | litra   |  |  |  |  |
| <b>IV.10</b>  | Montimi i izolatoreve                                                                 | cope    |  |  |  |  |
| <b>V</b>      | <b>TESTET PERFUNDIMTARE NE UZINEN RIPRUESE</b>                                        |         |  |  |  |  |
| <b>V.1</b>    | Testet rutine                                                                         | grup    |  |  |  |  |
| <b>V.2</b>    | Testimi i vajit                                                                       | grup    |  |  |  |  |
| <b>V.3</b>    | PCB test                                                                              | grup    |  |  |  |  |
| <b>VI</b>     | <b>PUNIME TE TJERA</b>                                                                |         |  |  |  |  |
| <b>VI.1</b>   | Ngarkimi ne kamjon                                                                    | komplet |  |  |  |  |
| <b>VI.2</b>   | Furnizimi me vaj te ri                                                                | litra   |  |  |  |  |
| <b>VI.3</b>   | Centrifugimi dhe tharja e vajit (rigjenerim vaji)                                     | litra   |  |  |  |  |
| <b>VI.4</b>   | Zevendesimi i nje izolatori te TL                                                     | cope    |  |  |  |  |
| <b>VI.5</b>   | Zevendesimi i nje izolatori te TU                                                     | cope    |  |  |  |  |
| <b>VI.6</b>   | Zevendesimi i guarnicionit te kapakut                                                 | cope    |  |  |  |  |
| <b>VI.7</b>   | Zevendesimi i guarnicionit te nje izolatori te TL                                     | cope    |  |  |  |  |
| <b>VI.8</b>   | Zevendesimi i guarnicionit te nje izolatori te TU                                     | cope    |  |  |  |  |
| <b>VI.9</b>   | Zevendesimi i nje prizhioneri te izolatorit te TL                                     | cope    |  |  |  |  |
| <b>VI.10</b>  | Zevendesimi i nje prizhioneri te izolatorit te TL                                     | cope    |  |  |  |  |
| <b>VI.11</b>  | Nje bulon çeliku se bashku me dado                                                    | cope    |  |  |  |  |
| <b>VI.12</b>  | Nje bulon bronzi                                                                      | cope    |  |  |  |  |

|              |                                                     |      |  |  |  |  |
|--------------|-----------------------------------------------------|------|--|--|--|--|
| <b>VI.13</b> | Zevendesimi i nje fleksibeli te TU                  | cope |  |  |  |  |
| <b>VI.14</b> | Saldimi i pjeseve prej çeliku                       | cm   |  |  |  |  |
| <b>VI.15</b> | Lyerja e transformatorit dhe pjeseve te tij         | grup |  |  |  |  |
|              | <b>Çmimi total sipas llojit te transformatoreve</b> |      |  |  |  |  |
|              | <b>Totali per transformaret</b>                     |      |  |  |  |  |

|               |                                                                                       |                      |                            |              |              |              |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>I.1</b>    | Kompania riparuese:                                                                   | <b>S<sub>n</sub></b> | <b>1000 kVA</b>            |              |              |              |
| <b>I.2</b>    | Vendi i riparimit:                                                                    | <b>U (TL)</b>        | <b>6 kV</b>                | <b>10 kV</b> | <b>20 kV</b> | <b>35 kV</b> |
| <b>II</b>     | <b>PUNIME ÇMONTIMI, TESTET PARAPRAKE DHE RAPORTI PERFUNDIMTAR I DEMENTIMEVE</b>       | <b>Njesia</b>        | <b>Çmimet njesi (Leke)</b> |              |              |              |
| <b>II.1</b>   | Matjet paraprake dhe vleresimi                                                        | grup                 |                            |              |              |              |
| <b>II.2</b>   | Çmontimi i izolatoreve                                                                | cope                 |                            |              |              |              |
| <b>II.3</b>   | Heqja e vajit                                                                         | litra                |                            |              |              |              |
| <b>II.4</b>   | Hapja e kapakut                                                                       | komplet              |                            |              |              |              |
| <b>II.5</b>   | Hapja e zgjedhes                                                                      | komplet              |                            |              |              |              |
| <b>II.6</b>   | Desaldimi i lidhjeve te peshtjellave te TL                                            | komplet              |                            |              |              |              |
| <b>II.7</b>   | Desaldimi i lidhjeve te peshtjellave te TU                                            | komplet              |                            |              |              |              |
| <b>II.8</b>   | Çmontimi i rregullatorit te tensionit                                                 | komplet              |                            |              |              |              |
| <b>II.9</b>   | Çmontimi i peshtjellave te TL                                                         | cope                 |                            |              |              |              |
| <b>II.10</b>  | Çmontimi i peshtjellave te TU                                                         | cope                 |                            |              |              |              |
| <b>II.11</b>  | Raporti perfundimtar i demtimeve                                                      | grup                 |                            |              |              |              |
| <b>III</b>    | <b>PUNIME RIPARUESE</b>                                                               |                      |                            |              |              |              |
| <b>III.1</b>  | Riparimi, pastrimi i peshtjellave te TL                                               | cope                 |                            |              |              |              |
| <b>III.2</b>  | Riparimi, pastrimi i peshtjellave te TU                                               | cope                 |                            |              |              |              |
| <b>III.3</b>  | Riparimi, pastrimi i nuklit                                                           | cope                 |                            |              |              |              |
| <b>III.4</b>  | Riparimi, pastrimi i kapakut dhe kazanit                                              | cope                 |                            |              |              |              |
| <b>III.5</b>  | Riparimi, pastrimi i rezervuarit, tubit te avarise dhe relese gazore                  | cope                 |                            |              |              |              |
| <b>III.6</b>  | Riparimi dhe matjet e rregullatorit te tensionit                                      | cope                 |                            |              |              |              |
| <b>III.7</b>  | Pergatitja e izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TL dhe TU per nje faze     | cope                 |                            |              |              |              |
| <b>III.8</b>  | Pergatitja e izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TU dhe nuklit per nje faze | cope                 |                            |              |              |              |
| <b>III.9</b>  | Pergatitja e nje peshtjelle te re te TL                                               | cope                 |                            |              |              |              |
| <b>III.10</b> | Pergatitja e nje peshtjelle te re te TU                                               | cope                 |                            |              |              |              |
| <b>IV</b>     | <b>PUNIME MONTIMI</b>                                                                 |                      |                            |              |              |              |
| <b>IV.1</b>   | Montimi i izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TL dhe TU per nje faze        | cope                 |                            |              |              |              |
| <b>IV.2</b>   | Montimi i izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TU dhe nuklit per nje faze    | cope                 |                            |              |              |              |
| <b>IV.3</b>   | Montimi i nje peshtjele te TL                                                         | cope                 |                            |              |              |              |
| <b>IV.4</b>   | Montimi i nje peshtjele te TU                                                         | cope                 |                            |              |              |              |
| <b>IV.5</b>   | Montimi i zgjedhes                                                                    | komplet              |                            |              |              |              |
| <b>IV.6</b>   | Montimi i rregullatorit te tensionit                                                  | komplet              |                            |              |              |              |
| <b>IV.7</b>   | Montimi i krejt transformatorit dhe pergatitja per tharje                             | cope                 |                            |              |              |              |

|       |                                                     |         |  |  |  |  |
|-------|-----------------------------------------------------|---------|--|--|--|--|
| IV.8  | Tharja e pjeses aktive                              | komplet |  |  |  |  |
| IV.9  | Mbushja me vaj                                      | litra   |  |  |  |  |
| IV.10 | Montimi i izolatoreve                               | cope    |  |  |  |  |
| V     | <b>TESTET PERFUNDIMTARE NE UZINEN RIPRUESE</b>      |         |  |  |  |  |
| V.1   | Testet rutine                                       | grup    |  |  |  |  |
| V.2   | Testimi i vajit                                     | grup    |  |  |  |  |
| V.3   | PCB test                                            | grup    |  |  |  |  |
| VI    | <b>PUNIME TE TJERA</b>                              |         |  |  |  |  |
| VI.1  | Ngarkimi ne kamjon                                  | komplet |  |  |  |  |
| VI.2  | Furnizimi me vaj te ri                              | litra   |  |  |  |  |
| VI.3  | Centrifugimi dhe tharja e vajit (rigjenerim vaji)   | litra   |  |  |  |  |
| VI.4  | Zevendesimi i nje izolatori te TL                   | cope    |  |  |  |  |
| VI.5  | Zevendesimi i nje izolatori te TU                   | cope    |  |  |  |  |
| VI.6  | Zevendesimi i guarnicionit te kapakut               | cope    |  |  |  |  |
| VI.7  | Zevendesimi i guarnicionit te nje izolatori te TL   | cope    |  |  |  |  |
| VI.8  | Zevendesimi i guarnicionit te nje izolatori te TU   | cope    |  |  |  |  |
| VI.9  | Zevendesimi i nje prizhioneri te izolatorit te TL   | cope    |  |  |  |  |
| VI.10 | Zevendesimi i nje prizhioneri te izolatorit te TL   | cope    |  |  |  |  |
| VI.11 | Nje bulon çeliku se bashku me dado                  | cope    |  |  |  |  |
| VI.12 | Nje bulon bronzi                                    | cope    |  |  |  |  |
| VI.13 | Zevendesimi i nje fleksibeli te TU                  | cope    |  |  |  |  |
| VI.14 | Saldimi i pjeseve prej çeliku                       | cm      |  |  |  |  |
| VI.15 | Lyerja e transformatorit dhe pjeseve te tij         | grup    |  |  |  |  |
|       | <b>Çmimi total sipas llojit te transformatoreve</b> |         |  |  |  |  |
|       | <b>Totali per transformaret</b>                     |         |  |  |  |  |

|       |                                                                                 |         |                     |       |       |       |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|-------|-------|-------|
| I.1   | Kompania riparuese:                                                             | $S_n$   | 1800 kVA            |       |       |       |
| I.2   | Vendi i riparimit:                                                              | $U(TL)$ | 6 kV                | 10 kV | 20 kV | 35 kV |
| II    | <b>PUNIME ÇMONTIMI, TESTET PARAPRAKE DHE RAPORTI PERFUNDIMTAR I DEMENTIMEVE</b> | Njesia  | Çmimet njesi (Leke) |       |       |       |
| II.1  | Matjet paraprake dhe vleresimi                                                  | grup    |                     |       |       |       |
| II.2  | Çmontimi i izolatoreve                                                          | cope    |                     |       |       |       |
| II.3  | Heqja e vajit                                                                   | litra   |                     |       |       |       |
| II.4  | Hapja e kapakut                                                                 | komplet |                     |       |       |       |
| II.5  | Hapja e zgjedhes                                                                | komplet |                     |       |       |       |
| II.6  | Desaldimi i lidhjeve te peshtjellave te TL                                      | komplet |                     |       |       |       |
| II.7  | Desaldimi i lidhjeve te peshtjellave te TU                                      | komplet |                     |       |       |       |
| II.8  | Çmontimi i rregullatorit te tensionit                                           | komplet |                     |       |       |       |
| II.9  | Çmontimi i peshtjellave te TL                                                   | cope    |                     |       |       |       |
| II.10 | Çmontimi i peshtjellave te TU                                                   | cope    |                     |       |       |       |
| II.11 | Raporti perfundimtar i demtimeve                                                | grup    |                     |       |       |       |
| III   | <b>PUNIME RIPARUESE</b>                                                         |         |                     |       |       |       |
| III.1 | Riparimi, pastrimi i peshtjellave te TL                                         | cope    |                     |       |       |       |

|        |                                                                                       |         |  |  |  |  |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|--|--|--|
| III.2  | Riparimi, pastrimi i peshtjellave te TU                                               | cope    |  |  |  |  |
| III.3  | Riparimi, pastrimi i nuklit                                                           | cope    |  |  |  |  |
| III.4  | Riparimi, pastrimi i kapakut dhe kazanit                                              | cope    |  |  |  |  |
| III.5  | Riparimi, pastrimi i rezervuarit, tubit te avarise dhe relese gazore                  | cope    |  |  |  |  |
| III.6  | Riparimi dhe matjet e rregullatorit te tensionit                                      | cope    |  |  |  |  |
| III.7  | Pergatitja e izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TL dhe TU per nje faze     | cope    |  |  |  |  |
| III.8  | Pergatitja e izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TU dhe nuklit per nje faze | cope    |  |  |  |  |
| III.9  | Pergatitja e nje peshtjelle te re te TL                                               | cope    |  |  |  |  |
| III.10 | Pergatitja e nje peshtjelle te re te TU                                               | cope    |  |  |  |  |
| IV     | <b>PUNIME MONTIMI</b>                                                                 |         |  |  |  |  |
| IV.1   | Montimi i izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TL dhe TU per nje faze        | cope    |  |  |  |  |
| IV.2   | Montimi i izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TU dhe nuklit per nje faze    | cope    |  |  |  |  |
| IV.3   | Montimi i nje peshtjele te TL                                                         | cope    |  |  |  |  |
| IV.4   | Montimi i nje peshtjele te TU                                                         | cope    |  |  |  |  |
| IV.5   | Montimi i zgjedhes                                                                    | komplet |  |  |  |  |
| IV.6   | Montimi i regullatorit te tensionit                                                   | komplet |  |  |  |  |
| IV.7   | Montimi i krejt transformatorit dhe pergatitja per tharje                             | cope    |  |  |  |  |
| IV.8   | Tharja e pjese aktive                                                                 | komplet |  |  |  |  |
| IV.9   | Mbushja me vaj                                                                        | litra   |  |  |  |  |
| IV.10  | Montimi i izolatoreve                                                                 | cope    |  |  |  |  |
| V      | <b>TESTET PERFUNDIMTARE NE UZINEN RIPRUESE</b>                                        |         |  |  |  |  |
| V.1    | Testet rutine                                                                         | grup    |  |  |  |  |
| V.2    | Testimi i vajit                                                                       | grup    |  |  |  |  |
| V.3    | PCB test                                                                              | grup    |  |  |  |  |
| VI     | <b>PUNIME TE TJERA</b>                                                                |         |  |  |  |  |
| VI.1   | Ngarkimi ne kamjon                                                                    | komplet |  |  |  |  |
| VI.2   | Furnizimi me vaj te ri                                                                | litra   |  |  |  |  |
| VI.3   | Centrifugimi dhe tharja e vajit (rigjenerim vaji)                                     | litra   |  |  |  |  |
| VI.4   | Zevendesimi i nje izolatori te TL                                                     | cope    |  |  |  |  |
| VI.5   | Zevendesimi i nje izolatori te TU                                                     | cope    |  |  |  |  |
| VI.6   | Zevendesimi i guarnicionit te kapakut                                                 | cope    |  |  |  |  |
| VI.7   | Zevendesimi i guarnicionit te nje izolatori te TL                                     | cope    |  |  |  |  |
| VI.8   | Zevendesimi i guarnicionit te nje izolatori te TU                                     | cope    |  |  |  |  |
| VI.9   | Zevendesimi i nje prizhioneri te izolatorit te TL                                     | cope    |  |  |  |  |
| VI.10  | Zevendesimi i nje prizhioneri te izolatorit te TL                                     | cope    |  |  |  |  |
| VI.11  | Nje bulon çeliku se bashku me dado                                                    | cope    |  |  |  |  |
| VI.12  | Nje bulon bronzi                                                                      | cope    |  |  |  |  |
| VI.13  | Zevendesimi i nje fleksibeli te TU                                                    | cope    |  |  |  |  |
| VI.14  | Saldimi i pjeseve prej çeliku                                                         | cm      |  |  |  |  |
| VI.15  | Lyerja e transformatorit dhe pjeseve te tij                                           | grup    |  |  |  |  |
|        | <b>Çmimi total sipas llojit te transformatoreve</b>                                   |         |  |  |  |  |
|        | <b>Totali per transformaret</b>                                                       |         |  |  |  |  |

|        |                                                                                       |         |                         |       |       |       |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------|-------|-------|-------|
| I.1    | Kompania riparuese:                                                                   | $S_n$   | Transformatore Tensioni |       |       |       |
| I.2    | Vendi i riparimit:                                                                    | $U(TL)$ | 6 kV                    | 10 kV | 20 kV | 35 kV |
| II     | <b>PUNIME ÇMONTIMI, TESTET PARAPRAKE DHE RAPORTI PERFUNDIMTAR I DEMTIMEVE</b>         | Njesia  | Çmimet njesi (Leke)     |       |       |       |
| II.1   | Matjet paraprake dhe vleresimi                                                        | grup    |                         |       |       |       |
| II.2   | Çmontimi i izolatoreve                                                                | cope    |                         |       |       |       |
| II.3   | Heqja e vajit                                                                         | litra   |                         |       |       |       |
| II.4   | Hapja e kapakut                                                                       | komplet |                         |       |       |       |
| II.5   | Hapja e zgjedhes                                                                      | komplet |                         |       |       |       |
| II.6   | Desaldimi i lidhjeve te peshtjellave te TL                                            | komplet |                         |       |       |       |
| II.7   | Desaldimi i lidhjeve te peshtjellave te TU                                            | komplet |                         |       |       |       |
| II.8   | Çmontimi i rregullatorit te tensionit                                                 | komplet |                         |       |       |       |
| II.9   | Çmontimi i peshtjellave te TL                                                         | cope    |                         |       |       |       |
| II.10  | Çmontimi i peshtjellave te TU                                                         | cope    |                         |       |       |       |
| II.11  | Raporti perfundimtar i demtimeve                                                      | grup    |                         |       |       |       |
| III    | <b>PUNIME RIPARUESE</b>                                                               |         |                         |       |       |       |
| III.1  | Riparimi, pastrimi i peshtjellave te TL                                               | cope    |                         |       |       |       |
| III.2  | Riparimi, pastrimi i peshtjellave te TU                                               | cope    |                         |       |       |       |
| III.3  | Riparimi, pastrimi i nuklit                                                           | cope    |                         |       |       |       |
| III.4  | Riparimi, pastrimi i kapakut dhe kazanit                                              | cope    |                         |       |       |       |
| III.5  | Riparimi, pastrimi i rezervuarit, tubit te avarise dhe relese gazore                  | cope    |                         |       |       |       |
| III.6  | Riparimi dhe matjet e rregullatorit te tensionit                                      | cope    |                         |       |       |       |
| III.7  | Pergatitja e izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TL dhe TU per nje faze     | cope    |                         |       |       |       |
| III.8  | Pergatitja e izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TU dhe nuklit per nje faze | cope    |                         |       |       |       |
| III.9  | Pergatitja e nje peshtjele te re te TL                                                | cope    |                         |       |       |       |
| III.10 | Pergatitja e nje peshtjele te re te TU                                                | cope    |                         |       |       |       |
| IV     | <b>PUNIME MONTIMI</b>                                                                 |         |                         |       |       |       |
| IV.1   | Montimi i izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TL dhe TU per nje faze        | cope    |                         |       |       |       |
| IV.2   | Montimi i izolimit prej kartoni ndermjet peshtjelles se TU dhe nuklit per nje faze    | cope    |                         |       |       |       |
| IV.3   | Montimi i nje peshtjele te TL                                                         | cope    |                         |       |       |       |
| IV.4   | Montimi i nje peshtjele te TU                                                         | cope    |                         |       |       |       |
| IV.5   | Montimi i zgjedhes                                                                    | komplet |                         |       |       |       |
| IV.6   | Montimi i rregullatorit te tensionit                                                  | komplet |                         |       |       |       |
| IV.7   | Montimi i krejt transformatorit dhe pergatitja per tharje                             | cope    |                         |       |       |       |
| IV.8   | Tharja e pjeses aktive                                                                | komplet |                         |       |       |       |
| IV.9   | Mbushja me vaj                                                                        | litra   |                         |       |       |       |
| IV.10  | Montimi i izolatoreve                                                                 | cope    |                         |       |       |       |
| V      | <b>TESTET PERFUNDIMTARE NE UZINEN</b>                                                 |         |                         |       |       |       |

|              | <b>RIPRUESE</b>                                     |         |  |  |  |  |
|--------------|-----------------------------------------------------|---------|--|--|--|--|
| <b>V.1</b>   | Testet rutine                                       | grup    |  |  |  |  |
| <b>V.2</b>   | Testimi i vajit                                     | grup    |  |  |  |  |
| <b>V.3</b>   | PCB test                                            | grup    |  |  |  |  |
| <b>VI</b>    | <b>PUNIME TE TJERA</b>                              |         |  |  |  |  |
| <b>VI.1</b>  | Ngarkimi ne kamjon                                  | komplet |  |  |  |  |
| <b>VI.2</b>  | Furnizimi me vaj te ri                              | litra   |  |  |  |  |
| <b>VI.3</b>  | Centrifugimi dhe tharja e vajit (rigjenerim vaji)   | litra   |  |  |  |  |
| <b>VI.4</b>  | Zevendesimi i nje izolatori te TL                   | cope    |  |  |  |  |
| <b>VI.5</b>  | Zevendesimi i nje izolatori te TU                   | cope    |  |  |  |  |
| <b>VI.6</b>  | Zevendesimi i guarnicionit te kapakut               | cope    |  |  |  |  |
| <b>VI.7</b>  | Zevendesimi i guarnicionit te nje izolatori te TL   | cope    |  |  |  |  |
| <b>VI.8</b>  | Zevendesimi i guarnicionit te nje izolatori te TU   | cope    |  |  |  |  |
| <b>VI.9</b>  | Zevendesimi i nje prizhioneri te izolatorit te TL   | cope    |  |  |  |  |
| <b>VI.10</b> | Zevendesimi i nje prizhioneri te izolatorit te TL   | cope    |  |  |  |  |
| <b>VI.11</b> | Nje bulon çeliku se bashku me dado                  | cope    |  |  |  |  |
| <b>VI.12</b> | Nje bulon bronzi                                    | cope    |  |  |  |  |
| <b>VI.13</b> | Zevendesimi i nje fleksibeli te TU                  | cope    |  |  |  |  |
| <b>VI.14</b> | Saldimi i pjeseve prej çeliku                       | cm      |  |  |  |  |
| <b>VI.15</b> | Lyerja e transformatorit dhe pjeseve te tij         | grup    |  |  |  |  |
|              | <b>Çmimi total sipas llojit te transformatoreve</b> |         |  |  |  |  |
|              | <b>Totali i sherbimit per transformatoreve</b>      |         |  |  |  |  |

**Sasitë e përafërta të parashikuara për periudhën 12 mujore viti 2026-2027:**

| \  | TIPI I TRANSFORMATORIT          | NJËSIA | TENSIONI |      |      |      |
|----|---------------------------------|--------|----------|------|------|------|
|    |                                 |        | 6kV      | 10kV | 20kV | 35kV |
| 1  | Transformatorë 20 kVA/ 3 Fazor  | Copë   | 1        | 1    |      |      |
| 2  | Transformatorë 30 kVA/ 3 Fazor  | Copë   | 24       | 36   |      |      |
| 3  | Transformatorë 40 kVA/ 3 Fazor  | Copë   | 1        | 1    |      |      |
| 4  | Transformatorë 50 kVA/ 3 Fazor  | Copë   | 53       | 102  |      |      |
| 5  | Transformatorë 63 kVA/ 3 Fazor  | Copë   | 2        | 1    |      |      |
| 6  | Transformatorë 75 kVA/ 3 Fazor  | Copë   | 1        | 1    |      |      |
| 7  | Transformatorë 100 kVA/ 3 Fazor | Copë   | 107      | 160  |      |      |
| 8  | Transformatorë 160 kVA/ 3 Fazor | Copë   | 8        | 10   | 2    | 1    |
| 9  | Transformatorë 180 kVA/ 3 Fazor | Copë   | 45       | 53   | 1    |      |
| 10 | Transformatorë 200 kVA/ 3 Fazor | Copë   | 3        | 14   | 2    | 1    |
| 11 | Transformatorë 250 kVA/ 3 Fazor | Copë   | 13       | 17   | 14   | 1    |
| 12 | Transformatorë 315 kVA/ 3 Fazor | Copë   | 2        | 3    | 1    | 1    |

|    |                                  |      |            |            |            |            |
|----|----------------------------------|------|------------|------------|------------|------------|
| 13 | Transformatorë 320 kVA/ 3 Fazor  | Copë | 10         | 13         | 1          | 1          |
| 14 | Transformatorë 400 kVA/ 3 Fazor  | Copë | 20         | 34         | 80         | 1          |
| 15 | Transformatorë 560 kVA/ 3 Fazor  | Copë | 2          | 4          | 2          | 1          |
| 16 | Transformatorë 630 kVA/ 3 Fazor  | Copë | 1          | 3          | 17         | 1          |
| 17 | Transformatorë 750 kVA/ 3 Fazor  | Copë | 1          | 1          | 1          |            |
| 18 | Transformatorë 1000 kVA/ 3 Fazor | Copë | 1          |            |            |            |
| 19 | Transformatorë 1800 kVA/ 3 Fazor | Copë | 1          |            |            |            |
| 20 | Transformatorë Tensioni          | Copë | 1          |            |            |            |
|    | <b>TOTALI</b>                    |      | <b>297</b> | <b>454</b> | <b>121</b> | <b>8</b>   |
|    | <b>SHUMA TOTALE</b>              |      |            |            |            | <b>880</b> |

**Tabela me sasitë e parashikuara për riparimin e transformatorëve për periudhën 12-mujore, 2026-2027:**

| Nr | Fuqia Tensioni | Sasia | Vlere Riparimi per trans. | Vlera Totale pa tvsh | Vlera Totale e tvsh | Vlera Totale me tvsh |
|----|----------------|-------|---------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 1  | 20/6           | 1     |                           |                      |                     |                      |
| 2  | 20/10          | 1     |                           |                      |                     |                      |
| 3  | 30/6           | 24    |                           |                      |                     |                      |
| 4  | 30/10          | 36    |                           |                      |                     |                      |
| 5  | 40/6           | 1     |                           |                      |                     |                      |
| 6  | 40/10          | 1     |                           |                      |                     |                      |
| 7  | 50/6           | 53    |                           |                      |                     |                      |
| 8  | 50/10          | 102   |                           |                      |                     |                      |
| 9  | 63/6           | 2     |                           |                      |                     |                      |
| 10 | 63/10          | 1     |                           |                      |                     |                      |
| 11 | 75/6           | 1     |                           |                      |                     |                      |
| 12 | 75/10          | 1     |                           |                      |                     |                      |
| 13 | 100/6          | 107   |                           |                      |                     |                      |
| 14 | 100/10         | 160   |                           |                      |                     |                      |
| 15 | 160/6          | 8     |                           |                      |                     |                      |
| 16 | 160/10         | 10    |                           |                      |                     |                      |
| 17 | 160/20         | 2     |                           |                      |                     |                      |
| 18 | 160/35         | 1     |                           |                      |                     |                      |
| 19 | 180/6          | 45    |                           |                      |                     |                      |
| 20 | 180/10         | 53    |                           |                      |                     |                      |
| 21 | 180/20         | 1     |                           |                      |                     |                      |
| 22 | 200/6          | 3     |                           |                      |                     |                      |

|               |             |            |  |  |  |  |
|---------------|-------------|------------|--|--|--|--|
| 23            | 200/10      | 14         |  |  |  |  |
| 24            | 200/20      | 2          |  |  |  |  |
| 25            | 200/35      | 1          |  |  |  |  |
| 26            | 250/6       | 13         |  |  |  |  |
| 27            | 250/10      | 17         |  |  |  |  |
| 28            | 250/20      | 14         |  |  |  |  |
| 29            | 250/35      | 1          |  |  |  |  |
| 30            | 315/6       | 2          |  |  |  |  |
| 31            | 315/10      | 3          |  |  |  |  |
| 32            | 315/20      | 1          |  |  |  |  |
| 33            | 315/35      | 1          |  |  |  |  |
| 34            | 320/6       | 10         |  |  |  |  |
| 35            | 320/10      | 13         |  |  |  |  |
| 36            | 320/20      | 1          |  |  |  |  |
| 37            | 320/35      | 1          |  |  |  |  |
| 38            | 400/6       | 20         |  |  |  |  |
| 39            | 400/10      | 34         |  |  |  |  |
| 40            | 400/20      | 80         |  |  |  |  |
| 41            | 400/35      | 1          |  |  |  |  |
| 42            | 560/6       | 2          |  |  |  |  |
| 43            | 560/10      | 4          |  |  |  |  |
| 44            | 560/20      | 2          |  |  |  |  |
| 45            | 560/35      | 1          |  |  |  |  |
| 46            | 630/6       | 1          |  |  |  |  |
| 47            | 630/10      | 3          |  |  |  |  |
| 48            | 630/20      | 17         |  |  |  |  |
| 49            | 630/35      | 1          |  |  |  |  |
| 50            | 750/6       | 1          |  |  |  |  |
| 51            | 750/10      | 1          |  |  |  |  |
| 52            | 750/20      | 1          |  |  |  |  |
| 53            | 1000/6      | 1          |  |  |  |  |
| 54            | 1800/6      | 1          |  |  |  |  |
| 55            | Tr Tensioni | 1          |  |  |  |  |
| <b>Totali</b> |             | <b>880</b> |  |  |  |  |

| <u>Nr.</u> | <u>Transformoret sipas niveleve</u> | <u>sasia</u> | <u>Shumatorja e cmimit per njesi per transformator</u> |
|------------|-------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|
| <u>I</u>   | <u>Niveli i tensionit 6 kV</u>      | -            | -                                                      |

|            |                                                            |          |   |
|------------|------------------------------------------------------------|----------|---|
| -          | <u>Punime te ndryshme riparimi transformatore 20kVA</u>    | <u>1</u> | - |
| -          | <u>Punime te ndryshme riparimi transformatore 30kVA</u>    | <u>1</u> | - |
| -          | <u>Punime te ndryshme riparimi transformatore 40kVA</u>    | <u>1</u> | - |
| -          | <u>Punime te ndryshme riparimi transformatore 50kVA</u>    | <u>1</u> | - |
| -          | <u>Punime te ndryshme riparimi transformatore 63kVA</u>    | <u>1</u> | - |
| -          | <u>Punime te ndryshme riparimi transformatore 75kVA</u>    | <u>1</u> | - |
| -          | <u>Punime te ndryshme riparimi transformatore 100kVA</u>   | <u>1</u> | - |
| -          | <u>Punime te ndryshme riparimi transformatore 160kVA</u>   | <u>1</u> | - |
| -          | <u>Punime te ndryshme riparimi transformatore 180kVA</u>   | <u>1</u> | - |
| -          | <u>Punime te ndryshme riparimi transformatore 200kVA</u>   | <u>1</u> | - |
| -          | <u>Punime te ndryshme riparimi transformatore 250kVA</u>   | <u>1</u> | - |
| -          | <u>Punime te ndryshme riparimi transformatore 315kVA</u>   | <u>1</u> | - |
| -          | <u>Punime te ndryshme riparimi transformatore 320kVA</u>   | <u>1</u> | - |
| -          | <u>Punime te ndryshme riparimi transformatore 400kVA</u>   | <u>1</u> | - |
| -          | <u>Punime te ndryshme riparimi transformatore 560kVA</u>   | <u>1</u> | - |
| -          | <u>Punime te ndryshme riparimi transformatore 630kVA</u>   | <u>1</u> | - |
| -          | <u>Punime te ndryshme riparimi transformatore 750kVA</u>   | <u>1</u> | - |
| -          | <u>Punime te ndryshme riparimi transformatore 1000kVA</u>  | <u>1</u> | - |
| -          | <u>Punime te ndryshme riparimi transformatore 1800kVA</u>  | <u>1</u> | - |
| -          | <u>Punime te ndryshme riparimi transformatore tensioni</u> | <u>1</u> | - |
| <b>II.</b> | <b><u>Niveli i tensionit 10 kV</u></b>                     |          |   |
|            | <u>Punime te ndryshme riparimi transformatore 20kVA</u>    | <u>1</u> | - |
|            | <u>Punime te ndryshme riparimi transformatore 30kVA</u>    | <u>1</u> | - |
|            | <u>Punime te ndryshme riparimi transformatore 40kVA</u>    | <u>1</u> | - |
|            | <u>Punime te ndryshme riparimi transformatore 50kVA</u>    | <u>1</u> | - |
|            | <u>Punime te ndryshme riparimi transformatore 63kVA</u>    | <u>1</u> | - |
|            | <u>Punime te ndryshme riparimi transformatore 75kVA</u>    | <u>1</u> | - |
|            | <u>Punime te ndryshme riparimi transformatore</u>          | <u>1</u> | - |

|             |                                                            |          |   |
|-------------|------------------------------------------------------------|----------|---|
|             | <u>100kVA</u>                                              |          |   |
|             | <u>Punime te ndryshme riparimi transformatore 160kVA</u>   | <u>1</u> | - |
|             | <u>Punime te ndryshme riparimi transformatore 180kVA</u>   | <u>1</u> | - |
|             | <u>Punime te ndryshme riparimi transformatore 200kVA</u>   | <u>1</u> | - |
|             | <u>Punime te ndryshme riparimi transformatore 250kVA</u>   | <u>1</u> | - |
|             | <u>Punime te ndryshme riparimi transformatore 315kVA</u>   | <u>1</u> | - |
|             | <u>Punime te ndryshme riparimi transformatore 320kVA</u>   | <u>1</u> | - |
|             | <u>Punime te ndryshme riparimi transformatore 400kVA</u>   | <u>1</u> | - |
|             | <u>Punime te ndryshme riparimi transformatore 560kVA</u>   | <u>1</u> | - |
|             | <u>Punime te ndryshme riparimi transformatore 630kVA</u>   | <u>1</u> | - |
|             | <u>Punime te ndryshme riparimi transformatore 750kVA</u>   | <u>1</u> | - |
|             | <u>Punime te ndryshme riparimi transformatore 1000kVA</u>  | <u>1</u> | - |
|             | <u>Punime te ndryshme riparimi transformatore 1800kVA</u>  | <u>1</u> | - |
|             | <u>Punime te ndryshme riparimi transformatore tensioni</u> | <u>1</u> | - |
| <b>III.</b> | <b><u>Niveli i tensionit 20 kV</u></b>                     |          | - |
|             | <u>Punime te ndryshme riparimi transformatore 50kVA</u>    | <u>1</u> | - |
|             | <u>Punime te ndryshme riparimi transformatore 63kVA</u>    | <u>1</u> | - |
|             | <u>Punime te ndryshme riparimi transformatore 75kVA</u>    | <u>1</u> | - |
|             | <u>Punime te ndryshme riparimi transformatore 100kVA</u>   | <u>1</u> | - |
|             | <u>Punime te ndryshme riparimi transformatore 160kVA</u>   | <u>1</u> | - |
|             | <u>Punime te ndryshme riparimi transformatore 180kVA</u>   | <u>1</u> | - |
|             | <u>Punime te ndryshme riparimi transformatore 200kVA</u>   | <u>1</u> | - |
|             | <u>Punime te ndryshme riparimi transformatore 250kVA</u>   | <u>1</u> | - |
|             | <u>Punime te ndryshme riparimi transformatore 315kVA</u>   | <u>1</u> | - |
|             | <u>Punime te ndryshme riparimi transformatore 320kVA</u>   | <u>1</u> | - |
|             | <u>Punime te ndryshme riparimi transformatore 400kVA</u>   | <u>1</u> | - |

|            |                                                            |          |   |
|------------|------------------------------------------------------------|----------|---|
|            | <u>Punime te ndryshme riparimi transformatore 560kVA</u>   | <u>1</u> | - |
|            | <u>Punime te ndryshme riparimi transformatore 630kVA</u>   | <u>1</u> | - |
|            | <u>Punime te ndryshme riparimi transformatore 750kVA</u>   | <u>1</u> | - |
|            | <u>Punime te ndryshme riparimi transformatore 1000kVA</u>  | <u>1</u> | - |
|            | <u>Punime te ndryshme riparimi transformatore 1800kVA</u>  | <u>1</u> | - |
|            | <u>Punime te ndryshme riparimi transformatore tensioni</u> | <u>1</u> | - |
| <b>IV.</b> | <b><u>Niveli i tensionit 35 kV</u></b>                     |          | - |
|            | <u>Punime te ndryshme riparimi transformatore 50kVA</u>    | <u>1</u> | - |
|            | <u>Punime te ndryshme riparimi transformatore 63kVA</u>    | <u>1</u> | - |
|            | <u>Punime te ndryshme riparimi transformatore 75kVA</u>    | <u>1</u> | - |
|            | <u>Punime te ndryshme riparimi transformatore 100kVA</u>   | <u>1</u> | - |
|            | <u>Punime te ndryshme riparimi transformatore 160kVA</u>   | <u>1</u> | - |
|            | <u>Punime te ndryshme riparimi transformatore 180kVA</u>   | <u>1</u> | - |
|            | <u>Punime te ndryshme riparimi transformatore 200kVA</u>   | <u>1</u> | - |
|            | <u>Punime te ndryshme riparimi transformatore 250kVA</u>   | <u>1</u> | - |
|            | <u>Punime te ndryshme riparimi transformatore 315kVA</u>   | <u>1</u> | - |
|            | <u>Punime te ndryshme riparimi transformatore 320kVA</u>   | <u>1</u> | - |
|            | <u>Punime te ndryshme riparimi transformatore 400kVA</u>   | <u>1</u> | - |
|            | <u>Punime te ndryshme riparimi transformatore 560kVA</u>   | <u>1</u> | - |
|            | <u>Punime te ndryshme riparimi transformatore 630kVA</u>   | <u>1</u> | - |
|            | <u>Punime te ndryshme riparimi transformatore 750kVA</u>   | <u>1</u> | - |
|            | <u>Punime te ndryshme riparimi transformatore 1000kVA</u>  | <u>1</u> | - |
|            | <u>Punime te ndryshme riparimi transformatore 1800kVA</u>  | <u>1</u> | - |
|            | <u>Punime te ndryshme riparimi transformatore tensioni</u> | <u>1</u> | - |

---

### Shtojca 3.

[ Shtojcë për t'u paraqitur nga operatori ekonomik)

[Letër me kokë e Bankës / Kompanisë së Sigurimeve]

### FORMULARI I SIGURIMIT TË OFERTËS

Për: [Emri dhe adresa e autoritetit/entit kontraktor]

Në emër të: [Emri dhe adresa e ofertuesit të siguruar]

\* \* \*

Procedura e prokurimit [lloji i procedurës]

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [objekti]

Publikimi (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]/Nr. Referencës në faqen e APP-se

\* \* \*

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur,

Ne vërtetojmë se [emri i ofertuesit të siguruar] ka derdhur një depozitë pranë [emri dhe adresa e bankës] / është garantuar pranë [emri dhe adresa e kompanisë së sigurimit] me një vlerë prej [monedha dhe vlera, e shprehur në fjalë dhe shifra] si kusht për sigurimin e ofertës, dorëzuar nga operatori i lartpërmendur ekonomik.

Marrim përsipër të transferojmë në llogarinë e [emri i autoritetit/entit kontraktor] vlerën e siguruar, brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga kërkesa juaj e thjeshtë dhe e parë me shkrim, pa kërkuar shpjegime, me kusht që kjo kërkesë të përmendë mospërmbushjen e njërit nga kushtet e mëposhtme:

- Ofertuesi e ka tërhequr ose ka ndryshuar ofertën, pas afatit përfundimtar për paraqitjen e ofertave ose para afatit përfundimtar, nëse është përcaktuar kështu në dokumentat e tenderit;
- Ofertuesi ka refuzuar nënshkrimin e kontratës së prokurimit kur autoriteti/enti kontraktor e kërkon një gjë të tillë;
- Ofertuesi nuk ka paraqitur sigurimin e kontratës, ku oferta është shpallur fituese ose nuk ka plotësuar ndonjë kusht tjetër përpara nënshkrimit të kontratës së përcaktuar në dokumentat e tenderit.

Ky Sigurim është i vlefshëm për periudhën e specifikuar në [njoftimin e kontratës].

[Përfaqësuesi i bankës / kompanisë së sigurimit]

#### Shtojca 4.

*(Shtojcë për tu paraqitur nga Operatori Ekonomik, nëse është rasti)*

#### **Lista e Informacionit Konfidencial**

(Shkruani informacionin që dëshironi të mbetet konfidencial )

| Lloji, natyra e informacionit që duhet mbajtur konfidencial | Numri i faqeve dhe pikave në DST që dëshironi të mbeten konfidenciale | Arsyet e mbajtjes konfidencial të këtij informacioni | Afati i fundit për mbajtjen konfidencial të këtij informacioni |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                                                             |                                                                       |                                                      |                                                                |
|                                                             |                                                                       |                                                      |                                                                |
|                                                             |                                                                       |                                                      |                                                                |
|                                                             |                                                                       |                                                      |                                                                |
|                                                             |                                                                       |                                                      |                                                                |
|                                                             |                                                                       |                                                      |                                                                |

#### **VËMENDJE**

Çdo e dhënë që nuk është regjistruar si konfidenciale do të konsiderohet se për të është dhënë pëlqimi i mbajtësit të një informacioni të tillë dhe Autoriteti/Enti Kontraktor nuk do të jetë përgjegjës për nxjerrjen e këtij informacioni.

Nuk konsiderohet se përbën sekret tregtar informacioni që duhet të bëhet publik sipas ligjit, që ka të bëjë me një shkelje të ligjit ose që duhet të publikohet në bazë të praktikave të mira tregtare dhe parimeve të etikës tregtare. Konkretisht: Operatori ekonomik nuk mund të klasifikojë si konfidencial: çmimin e ofertës, listën e çmimeve, katalogun, informacionin lidhur me kriteret e përzgjedhjes së ofertës, dokumentet publike, fragmente nga regjistrat publikë dhe informacione të tjera që duhet të bëhen publike ose që nuk janë konfidenciale në përputhje me legjislacionin në fuqi.

#### **Përfaqësuesi i Ofertuesit**

#### **Nënshkrimi**

#### **Vula**

---

## Shtojca 5.

(<sup>6</sup>Shtojcë për t'u plotësuar nga operatori ekonomik)

### **DEKLARATË**

#### **Mbi disponueshmërinë e anëtarit të stafit**

Deklaratë për procedurën e prokurimit publik që do të zhvillohet në datë \_\_\_\_\_ nga Autoriteti/Enti Kontraktor \_\_\_\_\_ me objekt \_\_\_\_\_ me fond limit \_\_\_\_\_.

Unë i nënshkruari \_\_\_\_\_, në cilësinë e anëtarit të stafit të operatorit ekonomik “.....” për procedurën e prokurimit me objekt \_\_\_\_\_ nën përgjegjësinë time personale, **Deklaroj** se:

1. Autorizoj VETËM operatorin ekonomik “.....” të paraqesë personin tim dhe të gjithë dokumentacion e nevojshëm, si anëtar i stafit të tij në procedurën e prokurimit publik që do të zhvillohet në datë \_\_\_\_\_ nga Autoriteti/Enti Kontraktor \_\_\_\_\_ me objekt \_\_\_\_\_ me fond limit \_\_\_\_\_.

Deklarimi i personit tim, si anëtar i stafit nga ana e çdo operatori ekonomik tjetër, për procedurën e prokurimit me objekt .....është i pamiratuar dhe pa pëlqimin e personit tim.

2. Jam i disponueshëm në realizimin e objektit të prokurimit, sipas kushteve dhe afateve të përcaktuara nga autoriteti/enti kontraktor.

**Data e dorëzimit të deklaratës** \_\_\_\_\_

**Emri, Mbiemri, Nënshkrimi**

**Vula**

---

<sup>6</sup> Kjo Shtojcë do të paraqitet në rastin e kontratave për shërbime me natyrë intelektuale, ku nuk mbizotërojnë aspektet fizike të veprimtarisë dhe që kërkojnë ekspertizë të posaçme.

---

## Shtojca 6.

[ Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor ]

### FORMULARI I SPECIFIKIMEVE TEKNIKE

#### **Referohuni dokumentacionit të ngarkuar në SPE, të bashkangjitur në DST.**

Specifikimet Teknike të shërbimeve objekt i prokurimit, duhet të përshkruhen sa më saktë dhe plotësisht, për sa të jetë e mundur, duke krijuar kushte për konkurrencë të paanshme dhe të hapur midis të gjithë kandidatëve dhe ofertuesve. Specifikimet teknike, me përjashtim të rasteve plotësisht të justifikuara, duhet të hartohen në mënyrë të tillë që të marrin parasysh kriteret e aksesit për personat me aftësi të kufizuara ose projektimin për të gjithë përdoruesit, siç kërkohet nga ligji në fuqi.

SHËNIM: Në Specifikimet Teknike, nuk duhet të përshkruhet asnjë markë specifike prodhimi ose burim ose proces i veçantë, që karakterizon produktet ose shërbimet e ofruara nga një Operator specifik Ekonomik ose ndonjë markë tregtare, patentë, tip ose origjinë ose prodhim specifik, për të favorizuar ose eliminuar ndërmarrje ose produkte të caktuara. Një gjë e tillë lejohet vetëm në raste të jashtëzakonshme kur nuk ekziston një mënyrë e mjaftueshme, e saktë ose e kuptueshme për të përshkruar objektin e Kontratës. Referencat e tilla duhet të shoqërohen me fjalët "ose ekuivalent".

Në hartimin e specifikimeve teknike, autoritetet /entet kontraktore mbajnë në konsideratë detyrimet e përcaktuara në legjislacionin përkatës në fushat, si më poshtë:

- a) Kërkesat minimale të performancës së energjisë, siç përcaktohet në legjislacionin në fuqi për efikasitetin e energjisë dhe për performancën energjetike në ndërtesa, konsumin e energjisë dhe burimeve të tjera të produkteve me ndikim në energji, përfshirë parashikimet për përdorimin e etiketave për produktet me ndikim në energji;
- b) Specifikimet teknike për produkte të caktuara, siç përcaktohet në aktet ligjore dhe nënligjore të fushës me qëllim përmirësimin e performancës energjetike dhe uljen e ndikimit;
- c) Çdo parashikim tjetër që buron nga legjislacioni mjedisor, energjetik, social dhe i punës.

Skicimet, parametrat teknik etj:

Specifikimi i Materialeve:

Përshkrimi i kërkesave të zbatimit të shërbimeve në lidhje me to:

Provat:

1. Matja e rezistences ohmike te peshtjellave (gabimi max +10%);

- 
2. Matja e rezistences se izolimit te peshtjellave;
  3. Matja e koeficientit te transformimit dhe grupit te lidhjeve (tolerance  $\pm 0.5\%$  te koeficientit te deklaruar);
  4. Prova e punimit pa ngarkese;
  5. Prova e lidhjes se shkurter;
  6. Prova me tension te rritur (24 kV per TM dhe 3 kV per TU);
  7. Matja e rrymave te rrjedhjes;
  8. Prova e vajit (pas rigjenerimit tensioni i cpimit te arrije normen 35-40 kV);
  9. Matja e qendrueshmerise elektrike te vajit;
  10. Matja e humbjeve me dhe pa ngarkese.
  11. Specifikimet teknike te vajit te ri te trasformatoreve
  12. Specifikimet teknike te tipeve te trasformatoreve sipas fuqise dhe tensionit.

---

**Shtojca 7.**

*(Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor)*

*(Kjo Shtojcë në rastin e Marrëveshjes Kuadër do të plotësohet nga autoriteti/enti kontraktor vetëm gjatë rihapjes së procesit të mini-konkursit)*

**FORMULARI I SHËRBIMEVE DHE GRAFIKUT TË EKZEKUTIMIT**

Shërbimi që kërkohet: Riparimi i Transformatoreve te Fuqise deri ne 1.8 MVA

**Afatet e ekzekutimit:** Afati i realizimit është 12 muaj nga nënshkrimi i Marrëveshjes Kuader. Megjithatë kjo Kontrate/Marrëveshje Kuader do të konsiderohet e përfunduar me përfundimin e fondit ose afatit 12 mujor.

---

## Shtojca 8.

*(Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor)*

### **FORMULARI I TERMAVE TË REFERENCËS**

Objekti dhe qëllimi i shërbimeve: Riparimi i Transformatoreve te Fuqise deri ne 1.8 MVA

Shpërndarja: vendodhja e transformatoreve te fuqise per te cilet do te ofrohet ky sherbim eshte ne gjithë territorin e Shqiperise.

Autoriteti kontraktor, merr persiper transportin e transformatoreve nga vendodhja e tyre deri ne Repartin e riparimit te operatorit ekonomik fitues dhe anasjelltas.

Koha per kryerjen e riparimit te transformatoreve nuk do te tejkaloje afatin maksimal prej 60 ditesh kalendarike, nga data e dorezimit te transformatorit ne repartin e OE fitues .

Kontraktori dhe Autoriteti kontraktor mbajne pocesverbal per konstatimin e difekteve te mundshme te transformatorit te demtuar dhe ne perfundim te kryerjes se sherbimit transformatori i riparuar duhet te jete nenshtruar testeve te matjeve, etj dhe te mbahet akti i kolaudimit.

Ne momentin e dorezimit te transformatorit midis paleve duhet te mbahet edhe proces verbali i dorezimit.

Ne lidhje me vajin gjendje ne transformator, cili do ti nenshtrohet procesit te rigjenerimit, duhet te mbahet procesverbal nga palet para dhe pas procesit te rigjenerimit. Vaji i rigjeneruar nepermjet ketij procesi do te perdoret per transformatoret e riparuar te fuqive 6 kv dhe 10 kv, sipas kushteve teknike.

Vaji i ri per trasformator do te perdoret ne trasformatoret e riparuar te fuqive 20 kV dhe 35 kV. Ne raste perjashtimore dhe vetem kur vaji i rigjeneruar nuk ploteson nevojat per rimbushje me vaj te transformatoreve te fuqive 6 kV dhe 10 kV, keta transformator do te mbushen me vaj te ri.

Vaji i ri i transformatoreve qe do te perdoret nga operatori ekonomik fitues per mbushjen mbas riparimit te transformatoreve duhet te plotesoje specifikimet teknike te cilat i bashkangjiten kesaj DST.

Vendi i kryerjes së shërbimeve: do te jete reparti i riparimit te operatorit ekonomik fitues.

Shërbimi që kërkohet: riparimi i transformatoreve te fuqise per nje periudhe 12 mujore.

Shpërndarja: Vendi i kryerjes së shërbimeve: Reparti te OE/BOE Fitues

---

## Shtojca 9

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor]

### FORMULAR I I KRITEREVE TË PËRZGJEDHJES/KUALIFIKIMIT

#### 1. KRITERET E PËRGJITHSHME TË PËRZGJEDHJES/ KUALIFIKIMIT

Ofertuesi deklaron se:

- a) është i regjistruar në regjistrin tregtar sipas legjislacionit të vendit ku ushtron aktivitetin, ose sipas legjislacionit të posaçëm në rastin e një organizate jofitimprurëse, ka në fushën e veprimtarisë objektin e prokurimit, dhe ka statusin aktiv;
- b) nuk është në proces falimentimi (status aktiv);
- c) nuk është dënuar për ndonjë vepër penale, në përputhje me nenin 76/1 të LPP-së;
- ç) personi (personat) që veprojnë si anëtar i organit administrativ, drejtori ose mbikëqyrësi, aksioneri ose ortak, ose që ka fuqi përfaqësuese, vendimmarrëse ose kontrolluese brenda Operatorit Ekonomik, nuk është i dënuar ose nuk ka qenë i dënuar nga një vendimi i gjykatës i formës së prerë për çdo vepër penale, të përcaktuar në nenin 76/1 të LPP-së;
- d) nuk është shpallur fajtor për shkelje të rëndë profesionale, për sa kohë që nuk është parashkruar, sipas legjislacionit në fuqi;
- dh) nuk ka pagesa të pashlyera të taksave dhe kontributeve të sigurimeve shoqërore, ose ndodhet në një prej kushteve të parashikuara në nenin 76/2 të LPP-së;
- e) ka paguar energjinë elektrike dhe plotëson kërkesat që burojnë nga legjislacioni në fuqi. Ky informacion kërkohet për Operatorët Ekonomikë, të cilët operojnë në territorin e Republikës së Shqipërisë.
- f) nuk është në kushtet e konfliktit të interesit, sipas legjislacionit në fuqi;
- g) ushtron veprimtarinë në përputhje me legjislacionin përkatës mjedisor, social dhe të punës;
- gj) ka paraqitur një Ofertë të Pavarur, sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi;
- h) kryen aktivitetin në përputhje me kërkesat e legjislacionit në fuqi.
- i) nuk ka në cilësinë e anëtarit të organit të administrimit, drejtues ose mbikëqyrës i atij, aksionar ose ortak, ose me kompetenca përfaqësuese, vendimmarrjeje ose kontrolluese brenda tij persona të cilët janë/kanë qenë në këtë cilësi në një operator ekonomik të përjashtuar nga e drejta për të fituar kontrata publike, me vendim të Agjencisë së Prokurimit Publik, gjatë kohës që ky vendim është në fuqi.

---

j) ka regjistruar pronarët përfitues në regjistrin e pronarëve përfitues, sipas parashikimeve të legjislacionit në fuqi;

k) zbaton detyrimet që rrjedhin nga legjislacioni në fuqi për pagat bazë referuese për kategori profesioni për punonjësit e pajtuar në punë. Ky informacion kërkohet për Operatorët Ekonomikë, i regjistruar në regjistrin tregtar shqiptar.

*Këto kritere duhet të përmbushen me paraqitjen e Formularit Përmbledhës të Vetëdeklarimit të operatorit ekonomik në ditën e hapjes së Ofertës, sipas Shtojcës 10.*

Në rast bashkimi të operatorëve ekonomikë, secili anëtar i grupit duhet të paraqesë Vetëdeklarimin e lartpërmendur.

Në rast se, operatori ekonomik ofertues do të mbështetet në kapacitetet e subjekteve të tjera, Vetëdeklarimi i lartpërmendur duhet të paraqitet edhe nga subjekti mbështetës.

**Kriteret e Përgjithshme të Pranimit nuk duhet të ndryshohen nga Autoritetet/Entet Kontraktore.**

Në çdo rast, Autoriteti/EntiKontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme për vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga Operatori Ekonomik, për sa më sipër.

Nëse oferta paraqitet nga një bashkim Operatorësh Ekonomikë, do të paraqitet :

- Marrëveshje bashkëpunimi ndërmjet Operatorëve Ekonomikë, ku caktohet përfaqësuesi, përqindja e pjesëmarrjes në bashkim, dhe elementët që merr përsipër të realizojë secili prej anëtarëve të bashkimit.
- Nëse, një operator ekonomik dëshiron të mbështetet në kapacitetet e subjekteve të tjera, ai i vërteton autoritetit ose entit kontraktor se do të ketë në dispozicion burimet e nevojshme, duke dorëzuar një angazhim me shkrim të këtyre subjekteve për këtë qëllim.

---

## 2. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

1. Ofertuesi duhet të paraqesë:

a. Sigurimin e Ofertës, sipas Shtojcës 3;

b. Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas Shtojcës 10.

2. Ofertuesi duhet të paraqesë:

**2.1 Kapacitetin profesional të operatorëve ekonomikë:** me paraqitjen e Formularit Përmbledhës të Vetëdeklarimit të operatorit ekonomik në ditën e hapjes së Ofertës, sipas Shtojcës 10.

### 2.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

**2.2.1** Për të provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin vërtetim për xhiron vjetore të 3 (tre) viteve të fundit financiare (**2023, 2024 dhe 2025**) ku vlera e xhiros për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar duhet të jetë jo më e vogël se vlera e fondit limit në procedurën e prokurimit

Kërkesa e mësipërme konsiderohet e përmbushur nëse operatorët ekonomike arrijnë vlerën e xhiros minimale, në të paktën një vit të periudhës së kërkuar.

**2.2.2** Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin bilancet vjetore, për vitet financiare **2023, 2024 dhe 2025**, të paraqitur në Autoritetet përkatëse Dega e Tatim Taksave të konfirmuara nga ky Autoritet si dhe të shoqëruara me Akt Ekspertizën e Ekspertit Kontabël të Autorizuar, vetëm në rastin kur janë në kushtet të Ligjit nr. 25/2018 "Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare".

Kjo kërkesë për kualifikim, konsiderohet e përmbushur nëse në 2 (dy) bilance të njëpasnjëshme, nuk ka raport negativ ndërmjet aktivitetit dhe pasivitetit.

**2.2.3** Operatori Ekonomik duhet të paraqesë vërtetim nga organet e pushtetit lokal (Komuna / Bashkia) për shlyerjen e taksave vendore **për vitin 2025** (për NIPT-in kryesor dhe për NIPT-et sekondare) sipas përcaktimeve të Ligjit Nr.9632 datë 30.10.2006 "Për sistemin e taksave vendore" i ndryshuar në të gjitha vendet ku ushtron aktivitetin sipas Rregjistrimit në Qendrën Kombëtare të Biznesit si për dhe kështu përkatës për vitin 2026 sipas përcaktimeve të Ligjit Nr. 9632, datë 30.10.2006 "Për sistemin e taksave vendore", (i ndryshuar). Kjo kërkesë do të konsiderohet e përmbushur gjatë fazës së ofertimit me plotësimin e formularit të vetëdeklarimit, këto dokumente do të paraqiten nga operatori ekonomik i klasifikuar i pari, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit.

---

Në rast bashkimi të operatorëve ekonomikë, çdo anëtar i grupit duhet të dorëzojë vërtetimin lëshuar nga Bashkia ose Komuna në të cilën është regjistruar sipas QKB-se.

\*\*\* Ky kriter të përmbushet nëpërmjet paraqitjes së formularit përmbledhës të vetëdeklarimit sipas Shtojcës përkatëse të DST. Ndërsa Operatori Ekonomik i kualifikuar i pari, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, duhet të paraqesë vërtetim/et lëshuar nga Bashkia me anë të së cilit të vërtetohet shlyerja e këtyre taksave sipas vetëdeklarimit të kryer në Shtojcën përkatëse të DST.

## **2.3 Aftësitë teknike dhe profesionale:**

**2.3.1** Operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për shërbimet e mëparshme të ngjashme, të kryera gjatë tre viteve të fundit nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës në një vlerë jo më të vogël se 39 % vlerës së përlogaritur të kontratës.

*Për të vërtetuar përvojën e mëparshme të ngjashme, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin dëshmitë e mëposhtme:*

**a)** Për përvojën e mëparshme të realizuar me sektorin publik, operatori ekonomik duhet të paraqesë vërtetime të lëshuara nga një ent publik për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës dhe faturat tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi dhe të deklaruara në organet tatimore, ku shënohen datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.

**b)** për përvojën e mëparshme të realizuar me sektorin privat, operatori ekonomik duhet të paraqesë fatura tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, dhe të deklaruara në organet tatimore, ku shënohen datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.

**2.3.2** Operatori ekonomik ofertues që do të realizojë këtë kontratë, duhet të jetë i pajisur dhe të paraqesë certifikatat përkatëse të vlefshme të ISO-ve të lëshuara nga organizmat e vlerësimit të konformitetit, të akredituara nga DPA ose organizma ndërkombëtare akreditues të njohur nga Republika e Shqipërisë, që kanë lidhje me objektin e prokurimit, si më poshtë:

- ISO 9001: 2015 për Sistemin e menaxhimit të cilësisë ose ekuivalente (të vlefshme)
- ISO 14001: 2015 për Sistemin e menaxhimit të cilësisë së mjedisit ose ekuivalente (të vlefshme)
- ISO 45001: 2018 për Sistemin e menaxhimit të sigurisë në punë ose ekuivalente (të vlefshme)

---

\*\*\* Në rastin e bashkimit të operatorëve ekonomik, sipas nenit 88 të VKM-285 datë 19.05.2021, secili operator ekonomik duhet të dorëzojë certifikata ISO sipas zërave të shërbimeve që do të marrë përsipër të realizojë sipas akt-marrëveshjes paraprake.

**Shënim:** Për certifikatat e mësipërme Operatorët Ekonomikë ofertues mund të paraqesin dokument ekuivalent që standartizon këto certifikata sipas standarteve shqiptare SSH të miratuara nga Drejtoria e Përgjithshme e Standartizimit DPS, në ato raste kur këto certifikata janë unifikuar nga kjo Drejtori.

**2.3.2.** Operatori ekonomik ofertues duhet të ketë minimumi 15 (pesëmbëdhjetë) punonjës, ku përfshihet edhe minimalisht një inxhinier elektrik i pajisur me Diplome.

Për të dëshmuar përmbushjen e këtij kriteri, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin:

- kartelat perkatese të sigurimit teknik
- Listepagesa e sigurimeve shoqërore dhe shëndetsore për **muajin** e fundit të *deklaruar* të konfirmuara nga administrata tatimore
- Për inxhinierin pjesë e stafit i cili duhet detyrimisht të jetë i pasqyruar në listepagesat e shoqërisë për periudhën e mësipërme, duhet të paraqitet kontratë noteriale punë me afat vlefshmerie brenda afatit të zbatimit të shërbimeve për këtë objekt si edhe diplomë + CV

***Për të përmbushur këtë kriter, operatorët ekonomikë duhet të vetëdeklarojnë disponueshmërinë e numrit minimal të punonjësve në Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit.***

**2.3.3.** Operatori ekonomik pjesëmarrës, për realizimin e kontratës, duhet të disponojë mjetet dhe pajisjet e mëposhtme:

- Bango për montimin e nukleve të transformatoreve ( kryen asamblimin e fleteve të nuklit me saktësi)
- Bobinatrice për avolzhimin transformatorësh me fletë alumini dhe bakri ( kryen përgatitjet e peshëjellave sekondare dhe primare të transformatoreve)
- Bobinatrice për avolzhim transformatorësh me tel bakri dhe alumini ( kryen përgatitjet e peshëjellave sekondare dhe primare të transformatoreve)
- Filter prese për pastrimin e vajit të transformatoreve; (kryen filtrimin mekanik të vajit)
- Filter vakum për pastrimin kimik të vajit të transformatoreve me kapacitet deri në 6000 lit /orë; ( kryen filtrimin kimik dhe heqjen e lageshtirës së vajit)
- Furrë elektrike të montuar në fabrike; (bën tharjen e bobinave sekondareve , primare , nukleve, dhe aksesoreve të transformatoreve)
- Mjet ngritës (pirun) deri 2.5 ton. (shërben për levizjen e peshave të rënda brenda dhe jashtë repartit)
- Pajisje saldimit për hekur, baker dhe alumini; (kryen shërbimin e saldimit të zbarave të aluminit dhe bakerrit me TIG)
- Tranxhe metalike; (shërben për prerjen e llamarinave dhe kartonave)

- Trapano kolone ; (sherben per hapjen e vrimave sipas nevojave)
- Tronkatrice per prerjen nukleve 45 grade;
- Vinc elektrik minimumi 2.5 ton i montuar ne repartin e riparimit te transformatoreve (ne oficine), qe sherben per hapjen dhe mbylljen e transformatoreve gjate riparimit.
- Makineri per perpunim teli gjate procesit te avolzhimit .( sherben per procesin ethurjes se bobinave te bakrit dhe aluminit)
- Paisje per matjen e humbjeve te transformatoreve pa ngarkese dhe lidhjes se shkurter.
- Paisje per testimin e transformatoreve me tension te aplikuar deri ne 100 kV
- Paisje per testimin e transformatoreve me tension te induktuar dyfish (2Un) dhe frekuence dyfishe (100 Hz).
- Paisje per matjen e tensionit te çpimit te vajit te transformatoreve deri ne 80 kV.

Operatori ekonomik duhet te vertetoje pronesine e makinerive / pajisjeve te mesiperme nepermjet faturave tatimore te blerjes, kontrate blerje, kontrate dhurimi apo cdo forme tjeter e fitimit te pronesise sipas kodit civil, ose nepermjet deklarates noteriale te shoqeruar me fotografite e makinerive / pajisjeve, ose nepermjet kontrates se qirase per makinerite / pajisjet e marra me qira, e cila duhet te shoqerohet me aktin e pronesise mbi makinerite / pajisjet qe merren me qira.

***Për përmbushjen e këtij kriteri, operatorët ekonomikë duhet të vetëdeklarojnë mjetet dhe pajisjet që disponojnë në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit.***

**2.3.4** Operatori ekonomik duhet te kete ne pronesi (provuar kjo me dokumentacion pronesie, me nje format e pronesise te parashikuar ne Kodit Civil) ose me qira (provuar me kontrate qiraje para noterit) nje ambient me siperfaqe jo me te vogel se 500 (peseqind) m<sup>2</sup> objekt, per ofrimin e sherbimit te riparimit te transformatoreve dhe nje siperfaqe te lire jo me te vogel se 1000 (nje mije) m<sup>2</sup> per ruajtjen dhe magazinimin e transformatoreve, qe do te riparohen”.

***Për të përmbushur këtë kriter, operatorët ekonomikë duhet të vetëdeklarojnë disponueshmërinë e hapësirave në Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit.***

Në konsideratë te përcaktimet e nenit 26, pika 6, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, i ndryshuar, “ Përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, **ofertuesi i kualifikuar, i pari** duhet te dorëzoje dokumentat provuese të parashikuara në shkronjat “a”, “b”, “d”, “dh”, “e”, “h”, “i”, “j” të pikës 2 të këtij neni, si dhe dokumentet e tjera shoqëruese të ofertës, të dorëzuara në rrugë elektronike. Këto dokumente duhet të paraqiten në origjinal ose në kopje të njehësuar me origjinalin).

**Në respekt të nenit 36, të Ligjit Nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, në të gjithë rastet kur dokumentet e tenderit përmendet “markë” përfshihet termi “ose ekuivalenti i tij/saj”.**

**Të gjitha dokumentet duhet të jenë origjinale ose kopje të noterizuara. Rastet e mosparaqitjes së një dokumenti, ose dokumente me të dhëna të rreme ose të pasakta, konsiderohen kushte për skualifikim.**

---

**Shtojca 10.**

(Shtojcë për tu paraqitur nga operatori ekonomik)

**FORMULARI PËRMBLEDHËS I VETËDEKLARIMIT**

I. Unë i nënshkruari \_\_\_\_\_ në cilësinë e \_\_\_\_\_ të operatorit ekonomik  
\_\_\_\_\_ deklaroj nën përgjegjësinë time të plotë që:

**A. Pjesa I: Informacion në lidhje me Operatorin Ekonomik**

| Identifikimi                                                                                                                                              | Përgjigjja |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Emri i operatorit ekonomik:<br>(Ju lutemi renditni të gjithë operatorët ekonomikë nëse jeni një BOE. Ju lutemi tregoni rolin e operatorit ekonomik në BOE | -----      |
| Numri NIPT/et:                                                                                                                                            | -----      |
| Adresa postare:<br>Qyteti / qyteti; Kodi postar                                                                                                           | -----      |
| Përfaqësuesi (emri):                                                                                                                                      | -----      |
| Telefoni:                                                                                                                                                 | -----      |
| E-mail:                                                                                                                                                   | -----      |

**B: DEKLARATË**

**Për nënkontraktorët dhe subjektet në kapacitetet, e të cilave do të mbështetet Operatori Ekonomik (nëse është e zbatueshme)**

Në cilësinë e operatorit ekonomik, deklaroj nën përgjegjësinë time të plotë se:

- **Informacione për nënkontraktorin**

| Emri i nënkontraktorit të propozuar | NIPT –i | Përqindja e nënkontraktimit | Mallrat/ shërbimet e lidhura me to për t'u nënkontraktuar |
|-------------------------------------|---------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                     |         |                             |                                                           |
|                                     |         |                             |                                                           |
|                                     |         |                             |                                                           |
|                                     |         |                             |                                                           |

• Informacion mbi subjektet mbi kapacitetin, e të cilëve do të mbështetet operatori ekonomik

| Emri (at) e subjekteve | NIPT-i | Lloji i kapacitetit për të cilin do të mbështetet operatori ekonomik | Specifiko konkretisht kapacitetin/et |
|------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|                        |        |                                                                      |                                      |
|                        |        |                                                                      |                                      |
|                        |        |                                                                      |                                      |
|                        |        |                                                                      |                                      |

## Pjesa II: Shkaqet e përjashtimit

### A: DEKLARATA PËR PËRMBUSHJEN E KRITEREVE TË PËRGJITHSHME TË KUALIFIKIMIT

| Deklarata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Operatori ekonomik është i regjistruar në regjistrin tregtar sipas legjislacionit të vendit ku ushtron aktivitetin, ose sipas legjislacionit të posaçëm në rastin e një organizate jofitimprurëse, ka në fushën e veprimtarisë objektin e prokurimit, dhe ka statusin aktiv.</p> <p><i>Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme</i> _____</p>                                |
| <p>Operatori ekonomik nuk është dënuar për ndonjë nga veprat penale të parashikuara në nenin 76/1 të LPP-së ose ka qenë i dënuar dhe ka kaluar një periudhë 5-vjeçare nga data e ekzekutimit të dënimit, nëse nuk është përcaktuar një periudhë tjetër nga gjykata, sipas parashikimeve të nenit 76 të LPP-së.</p> <p><i>Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme</i> _____</p> |

Personi / personat në cilësinë e anëtarit të organit administrativ, drejtorit ose mbikëqyrësit, si aksionar ose si ortak, ka ose kompetenca përfaqësuese, vendimmarrëse ose kontrolluese brenda operatorit ekonomik, si më poshtë:

etj.

nuk janë të dënuar me vendim gjyqësor të formës së prerë për ndonjë nga veprat penale të përcaktuara në nenin 76/1 të LPP-së ose kanë qenë të dënuar dhe ka kaluar një periudhë 5-vjeçare nga data e ekzekutimit të dënimit, nëse nuk është përcaktuar një periudhë tjetër nga gjykata, sipas parashikimeve të nenit 76 të LPP-së, etj.

*Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme* \_\_\_\_\_

Operatori ekonomik nuk është shpallur fajtor për shkelje të rëndë profesionale, për sa kohë që nuk është parashkruar, sipas legjislacionit në fuqi

*Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme* \_\_\_\_\_

Operatori ekonomik nuk është në proces falimentimi (statusi aktiv).

*Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme* \_\_\_\_\_

Operatori Ekonomik ka paguar të gjitha detyrimet për taksat dhe kontributet e sigurimeve shoqërore, sipas legjislacionit në fuqi, ose ndodhet në një nga rastet e parashikuara në nenin 76/2 të LPP-së.

*Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme* \_\_\_\_\_

Operatori ekonomik ka paguar të gjitha detyrimet e energjisë elektrike, për të gjitha adresat e ushtrimit të aktivitetit, sipas legjislacionit përkatës në fuqi.

Ky informacion kërkohet për operatorët ekonomikë, të cilët operojnë në territorin e Republikës së Shqipërisë.

*Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme* \_\_\_\_\_

Operatori Ekonomik nuk ka shfaqur mangësi të rëndësishme apo të vazhdueshme në përmbushjen e një kriteri thelbësor të një kontrate të mëparshme me një autoritet ose ent kontraktor apo një kontrate koncesionare që ka çuar në përfundimin e kësaj kontrate.

*Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme* \_\_\_\_\_

Operatori ekonomik ka regjistruar pronarët përfitues në regjistrin e pronarëve përfitues, sipas parashikimeve të legjislacionit në fuqi.

*Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme* \_\_\_\_\_

Operatori ekonomik i regjistruar në regjistrin tregtar shqiptar zbaton detyrimet që rrjedhin nga legjislacioni në fuqi për pagat bazë referuese për kategori profesioni për punonjësit e pajtuar në punë.

*Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme* \_\_\_\_\_

Operatori ekonomik nuk është në listën e operatorëve ekonomikë të ndaluar për të fituar kontrata publike në përputhje me nenin 78 të LPP-së.

Operatori ekonomik nuk ka në cilësinë e anëtarit të organit të administrimit, drejtues ose mbikëqyrës i atij, aksionar ose ortak, ose me kompetenca përfaqësuese, vendimmarrjeje ose kontrolluese brenda tij persona të cilët janë /kanë qenë në këtë cilësi në një operator ekonomik të përjashtuar nga e drejta për të fituar kontrata publike, me vendim të Agjencisë së Prokurimit Publik, gjatë kohës që ky vendim është në fuqi.

Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme \_\_\_\_\_

Operatori ekonomik ushtron aktivitetin e tij në zbatimin e kërkesave ligjore në fuqi.

Sqarime \_\_\_\_\_ nëse \_\_\_\_\_ vlerësohet \_\_\_\_\_ e  
nevojshme \_\_\_\_\_

## B: DEKLARATA

### Për Dorëzimin e Ofertave të Pavarura

Në cilësinë e përfaqësuesit të operatorit ekonomik, Deklaroj Se:

Jam në dijeni të pasojave që vinë ndaj meje lidhur me këtë Deklaratë, në respektim të ligjit nr. 9121/2003, “Për mbrojtjen e konkurrencës” dhe ligjit nr. 162/2020, “Për prokurimin publik”, të ndryshuar.

Kam përgatitur ofertën në mënyrë të pavarur, pa bërë marrëveshje apo pa rënë dakord me asnjë konkurrent tjetër<sup>7</sup>.

Në veçanti, pa kufizuar si më lart, nuk kam pasur kontratë apo marrëveshje me ndonjë konkurrent me qëllim cënimin e konkurrencës, në lidhje me:

çmimet;  
metodat, faktorët ose formulat e përdorura për llogaritjen e çmimit;  
qëllimin apo vendimin për të paraqitur apo jo një ofertë; ose,  
paraqitjen e një oferte që nuk i plotëson specifikimet e kërkesës për ofertë.

Nuk kam pasur marrëveshje apo kontrata me ndonjë konkurrent, me qëllim cënimin e konkurrencës, në lidhje me cilësinë, sasinë, specifikimet apo dërgesa të veçanta të produkteve apo shërbimeve të cilat lidhen me prokurimin në fjalë.

Kushtet e ofertës nuk u janë bërë të njohura dhe as nuk do t’u bëhen të njohura, me qëllim cënimin e konkurrencës, në çdo mënyrë qoftë, konkurrentëve të tjerë, para datës dhe kohës së hapjes zyrtare të ofertave, shpalljes fitues dhe lidhjes së kontratës, vetëm nëse kërkohet me ligj.

## C: DEKLARATA

<sup>7</sup> Për qëllim të kësaj deklarate dhe ofertës së paraqitur, fjala “konkurrentë” nënkupton çdo operator tjetër ekonomik, të ndryshëm nga Ofertuesi, të paraqitur ose jo si bashkim operatorësh ekonomik, që: a) paraqesin një ofertë në përgjigje të Njoftimit të Kontratës dhe/ose të Ftesës për Ofertë, të bërë nga Autoriteti Kontraktor; b) është një ofertues i mundshëm, i cili bazuar në kualifikimin, aftësitë ose përvojat e tij, mundet të dorëzojë një ofertë në përgjigje, të Njoftimit të Kontratës dhe/ose të Ftesës për Ofertë.

## Mbi Konfliktin e Interesit

### Deklarata

Në cilësinë e operatorit ekonomik, ne deklarojmë se jemi të vetëdijshëm për sa vijon:

Konflikti i interesit është një situatë e konfliktit midis detyrës publike dhe interesit privat të një zyrtari, në të cilën ai / ajo ka interesa private direkte ose indirekte që ndikojnë, ose që mund të ndikojë ose që duket se ndikojnë në kryerjen e padrejtë të detyrave dhe detyrimeve publike.

Në përputhje me nenin 21, paragrafi 1, Ligji Nr. 9367, datë 07.04.2005, kategoritë e zyrtarëve siç parashikohen në Kapitullin III, Seksioni II, që janë absolutisht të ndaluara të përfitojnë drejtpërdrejt ose indirekt nga nënshkrimi i kontratave midis një pale dhe institucionit publik janë:

- Presidenti i Republikës, Kryeministri, Zëvendës Kryeministri, Ministrat, ose Zëvendësministrat, Deputetët, Gjyqtarët e Gjykatës Kushtetuese, Gjyqtarët e Gjykatës së Lartë, Kreu i Kontrollit të Lartë të Shtetit, Prokurori i Përgjithshëm, Gjyqtarët dhe Prokurorët në nivelin e Gjykatës së Shkallës së Parë dhe Gjykatës së Apelit, Avokati i Popullit, Anëtarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Anëtarët e Këshillit të Lartë të Drejtësisë, Inspektori i Përgjithshëm i Inspektoratit të Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesit, Anëtarët e Enteve Rregullatore (Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë, përfshirë Guvernatorin dhe Zëvendësguvernatorin; konkurrenca; telekomunikacioni; energjia elektrike; furnizimi me ujë; sigurimi; bonot; autoritetet e medias), sekretarët e përgjithshëm të institucioneve qendrore si dhe çdo zyrtar publik në çdo institucion publik pozicioni i të cilit është i barabartë me atë të Drejtorit i Përgjithshëm, drejtuesit e organeve të administratës publike që nuk janë pjesë e shërbimit civil.

Për nëpunësit civilë të nivelit të mesëm, sipas nenit 31 dhe zyrtarët sipas nenit 32 të kreut III, seksionit 2 të këtij ligji, ndalimi në paragrafin 1 të këtij neni, për shkak të interesave private të zyrtarit, siç përcaktohet këtu të zbatohet vetëm në rast të lidhjes së kontratave brenda fushës dhe territorit të institucionit dhe juridiksionit të institucionit, ku punon zyrtari. Ky ndalim do të zbatohet edhe kur pala në kontratë është një institucion varësie.

Kur zyrtari është kryetar bashkie ose nënkryetar i një bashkie ose komune, ose kryetar i një këshilli rajonal, anëtar i këshillit përkatës, ose një zyrtar i lartë i menaxhimit të një njësie të qeverisjes vendore, ndalimi për shkak të interesave private të zyrtarit, specifikuar këtu, do të zbatohet vetëm në rastin e lidhjes së kontratave, nëse ka, me bashkinë, komunën ose rajonin ku zyrtari ushtron një detyrë të tillë. Ky ndalim do të zbatohet gjithashtu kur pala në kontratë është një institucion publik në varësi të kësaj njësie (neni 21, paragrafi 2, Ligji Nr. 9367, datë 07.04.2005).

Ndalimet e parashikuara në nenin 21, paragrafët 1, 2 të Ligjit Nr. 9367, datë 07.04.2005, me përjashtimet përkatëse, do të zbatohen në të njëjtën masë edhe për personat e lidhur me zyrtarin, d.m.th. **bashkëshortin, bashkëjetuesin, fëmijët madhorë e prindërit e zyrtarit dhe të bashkëshortit dhe bashkëjetuesit.**

Unë jam në dijeni të kërkesave dhe ndalimeve të parashikuara në Ligjin Nr. 9367, datë 07.04.2005 "Për Parandalimin e Konfliktit të Interesit në Ushtrimin e Funksioneve Publike", të ndryshuar, dhe aktet nënligjore të miratuara në bazë të tij nga Inspektorati i Lartë i Deklarimi dhe Kontrolli i Pasurive, si dhe Ligjin Nr. 162/2020, datë 23.12.2020 "Për Prokurimin Publik", i ndryshuar.

Në përputhje me to, unë deklaroj këtu se asnjë zyrtar publik, siç përcaktohet në Kapitullin III, Seksioni II të Ligjit Nr. 9367, datë 07.04.2005, dhe në këtë deklaratë, nuk ka ndonjë interes privat, direkt ose indirekt, me personin juridik që unë përfaqësoj këtu.

## D: DEKLARATA

### Për zbatimin e dispozitave ligjore në marrëdhëniet e punës

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Deklarata</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Në cilësinë e operatorit ekonomik, deklaroj nën përgjegjësinë time të plotë se:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <ul style="list-style-type: none"><li>Operatori ekonomik _____garanton mbrojtjen e të drejtës së punësimit dhe profesionit nga çdo formë diskriminimi, të parashikuar nga legjislacioni i punës në fuqi.</li><li>Operatori ekonomik_____lidh me punëmarrësit kontratat përkatëse të punës dhe garanton masat në drejtim të sigurisë dhe shëndetit në punë për të Gjithë dhe, në mënyrë të veçantë, për grupet e rrezikuara, bazuar në legjislacionin e punës në fuqi.</li><li>Operatori ekonomik _____nuk ka masë Ligjore në fuqi, të vendosur nga Inspektoriati Shtetëror i Punës dhe Shërbimeve Shoqërore (ISHPSHSH). Në rastet kur janë konstatuar shkelje ligjore, operatori ekonomik ka marrë masat e nevojshme për adresimin e tyre, brenda afateve të përcaktuara nga ISHPSHSH.</li></ul> <i>Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme</i><br>_____ |

## Pjesa III Kriteret e Përzgjedhjes/Kualifikimit

### A: DEKLARATË

#### Në përputhje me specifikimet teknike dhe grafikun e realizimit të objektit të kontratës:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Deklarata</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Përgjigje</b> |
| Në cilësinë e operatorit ekonomik, ne deklarojmë se plotësojnë të gjitha specifikimet teknike dhe termat e referencës, siç udhëzohet në dokumentet e tenderit, dhe këtë e provojmë përmes certifikatave dhe dokumenteve të paraqitura me këtë deklaratë (nëse kërkohet nga Autoriteti/Enti Kontraktor), dhe marrim përsipër të realizojmë objektin në përputhje me Listën e shërbimeve dhe grafikun e ekzekutimit të përcaktuar nga Autoriteti/Enti kontraktor. | Po [ ] Jo [ ]    |

### B: DEKLARATË

#### Për disponimin e punonjësve dhe makinerive të nevojshme (nëse kërkohen)

| Deklarata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Përgjigje                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Në cilësinë e operatorit ekonomik, deklaroj nën përgjegjësinë time të plotë se:</p> <p>Unë kam punonjësit e nevojshëm si dhe mjetet dhe makineritë për ekzekutimin e kontratës, siç përcaktohet në dokumentet e tenderit, dhe e vërtetoj këtë me dokumentacionin përkatës, të cilin do ta paraqes në kopje origjinale ose të noterizuar, nëse fitoj, ose nëse më kërkohen sqarime nga autoriteti/enti kontraktor.</p> | <p><u>Punonjës</u></p> <p>Po [ ] Jo [ ]</p> <p>Nëse, po, numri i punonjësve:</p> <hr/> <p>Profili i punonjësve</p> <hr/> <p><u>Makineri e mjete</u></p> <p>Po [ ] Jo [ ]</p> <p>Nëse po, të listohen me të dhënat konkrete:</p> <hr/> |
| <p><b>Emri, Mbiemri</b> _____</p> <p><b>Firma</b> _____</p> <p><b>Vula</b> _____</p> <p><b>Data e dorëzimit të deklaratës</b> _____</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                       |

**Ju lutemi sigurohuni që:**

- Secili pjesëmarrës i renditur në një bashkim operatorësh ekonomikë të paraqesë një Formular të veçantë të Vetëdeklarimit.
- Në rast se, operatori ekonomik ofertues do të mbështetet në kapacitetet e subjekteve të tjera, një Formular i veçantë i Vetëdeklarimit duhet të paraqitet edhe nga subjekti mbështetës.
- Çdo vetdeklarim i pavërtetë/pasaktë nga ana e operatorëve ekonomikë jo vetëm që përbën shkak për skualifikimin nga procedura konkrete, por përbën shkak edhe për përjashtimin e tyre nga e drejta për të fituar kontrata publike deri në 3 vjet, sipas parashikimeve të ligjit për prokurimin publik.
- Operatorët ekonomikë që ofertojnë në procedurat e prokurimit të vetdeklarojnë në çdo rast informacionin e saktë që i korrespondon gjendjes së tyre faktike.

Në çdo rast, autoriteti/enti kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme për vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga operatori ekonomik për sa më sipër.

- Në procedurat e prokurimit me një fazë, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, autoriteti/enti kontraktor i kërkon ofertuesit te

---

kualifikuar i pari që të dorëzojë dokumentet provuese për vetëdeklarimet në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, si dhe dokumentet e paraqitura si pjesë e ofertës në rrugë elektronike.

- Në procedurat e prokurimit me faza, ky dokumentacion i kërkohet të gjithë kandidatëve të kualifikuar në fazën e parë, përpara nisjes së afateve të ankimit.
- Ofertuesi i kualifikuar i pari, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, për dokumentat e ofertës të ngarkuara në Sistemin e Prokurimit Elektronik duhet të dorëzojë dokumentat provuese, të cilat duhet të jenë në origjinal ose në kopje të njehsuara.
- Ndërsa, dokumentet provuese, që do të paraqiten për të provuar vetëdeklarimet e bëra, duhet të paraqiten në origjinal ose të njësuar me origjinalin dhe të provojnë gjendjen faktike të ofertuesit në kohën e ofertimit të tij.
- Informacioni i pasqyruar në formularin e vetëdeklarimit, i cili gjendet në një bazë të dhënash, ku autoriteti/enti kontraktor mund të aksesojë direkt këtë informacion dhe /ose dokumentin, duhet të shoqërohet me adresën përkatëse për këtë bazë të dhënash.

---

**Shtojca 11.**

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor]

**Formulari i Njoftimit të Skualifikimit 8**

[Vendndodhja dhe data]

[Emri dhe adresa e Autoritetit/entit Kontraktor]

[Adresa e Ofertuesit]

I nderuar, Z. / Znj. <Emri i kontaktit >

Ju falënderojmë për pjesëmarrjen tuaj në procedurën e sipërpërmendur të prokurimit publik. Procedura u zhvillua në përputhje me Ligjin Nr. 162/2020 “Për Prokurimin Publik”, të ndryshuar.

Oferta juaj u vlerësua me kujdes në bazë të kushteve dhe kërkesave të përcaktuara në Njoftimin e Kontratës dhe dosjen e ofertës. Me keqardhje ju informojmë se jeni skualifikuar pasi oferta e paraqitur nga ju është refuzuar për arsyen (et) e mëposhtme:

---

---

---

---

Nëse mendoni se autoriteti/enti kontraktor ka shkelur LPP-në ose RPP-në gjatë procedurës së prokurimit publik, ju keni të drejtë të inicioni një procedurë rishikimi pas publikimit të njoftimit të fituesit sipas parashikimeve në Kapitullin XIV të Ligjit të Prokurimit Publik.

Megjithëse nuk mund t'i përdorim shërbimet tuaja në këtë rast, ne besojmë se do të mbeteni të interesuar për iniciativat tona të prokurimit.

Me respekt,

**Titullari i Autoritetit/Entit Kontraktor**

---

<sup>8</sup>Ky njoftim do të përdoret në rastin e procedurave të prokurimit të zhvilluara në rrugë shkresore

## Shtojca 12.

[Shtojcë për tu plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor]

### FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT, PAS PUBLIKIMIT TË TË CILIT FILLOJNË AFATET E ANKIMIMIT

[Data]

Drejtuar:

**Operatorit Ekonomik (OE)** ☐ ose

[Emri, Nipti dhe adresa e Operatorit Ekonomik]

**Bashkimit të Operatorëve Ekonomikë (BOE)** ☐

[Emrat, Nipt-et, % përkatëse dhe adresat e anëtarëve të BOE]

**- OE/BOE me nënkontraktor**

**PO** ☐ **JO** ☐

Nëse po, të jepen dhënat: \_\_\_\_\_

(Emrat e nënkontraktorëve, Nipt-et, % e nënkontraktimit)

**-OE/BOE me Subjekt Mbështetës:**

**PO** ☐ **JO** ☐

Nëse po, të jepen dhënat: \_\_\_\_\_

[Emrat, Nipt-et, përkatëse dhe adresat]

Tipi i Kontratës: \_\_\_\_\_

Lloji i Procedurës së prokurimit: \_\_\_\_\_

Numri i Procedurës / referenca e Lotit: Përshkrimi i shkurtër i kontratës: [Objekti, sasi dhe kohëzgjatja e kontratës]

Data e Publikimit të Njoftimit të Kontratës në SPE: \_\_\_\_\_

Data e Publikimit të Njoftimit të Kontratës në Buletin e Njoftimeve Publike [Data] [Numri] \_\_\_\_\_

#### KRITERET E PËRZGJEDHJES SË FITUESIT:

- oferta ekonomike më e favorshme bazuar në kosto ☐
- oferta ekonomike më e favorshme bazuar në çmim ☐

Me anë të këtij Formulari ju informojmë se, në këtë procedurë/lot kanë marrë pjesë, Ofertuesit e mëposhtëm me këto vlera përkatëse të ofruara:

---

1. \_\_\_\_\_  
Emri i plotë i shoqërisë \_\_\_\_\_ Numri i NIPT-t \_\_\_\_\_

Vlera \_\_\_\_\_  
(e shprehur në shifra dhe fjalë)

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO ☐

Nëse po, të jepen dhënat \_\_\_\_\_

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

2. \_\_\_\_\_  
Emri i plotë i shoqërisë \_\_\_\_\_ Numri i NIPT-it \_\_\_\_\_

Vlera \_\_\_\_\_  
(e shprehur në shifra dhe fjalë)

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO ☐

Nëse po, të jepen dhënat \_\_\_\_\_

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

Etj. \_\_\_\_\_

Nga pjesëmarrësit janë skualifikuar, Ofertuesit e mëposhtëm:

1. \_\_\_\_\_  
Emri i plotë i shoqërisë \_\_\_\_\_ Numri i NIPT-it \_\_\_\_\_ arsyet e mëposhtme

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO ☐

Nëse po, të jepen dhënat \_\_\_\_\_

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

2. \_\_\_\_\_  
Emri i plotë i shoqërisë \_\_\_\_\_ Numri i NIPT-it \_\_\_\_\_ arsyet e mëposhtme

\* \* \*

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO ☐

Nëse po, të jepen dhënat \_\_\_\_\_

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

---

\* \* \*

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [*emri dhe adresa e ofertuesit fitues*], se oferta e paraqitur me vlerë totale prej \_\_\_\_\_ [*shuma përkatëse e shprehur me fjalë dhe shifra*] / totali i pikëve të marra [\_\_\_\_\_] është identifikuar si ofertues i sukseshëm.

Me publikimin e këtij njoftimi, fillojnë afatet e ankimit sipas përcaktimeve në nenin 110 të Ligjit Nr. 162/2020, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik”, të ndryshuar.

### Shtojca 13.

[Shtojcë për tu plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor]

#### FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT, NË PËRFUNDIM TË AFATEVE TË ANKIMIT

[Data]

Drejtuar:

**Operatorit Ekonomik (OE)** ☐ ose

[Emri, Nipti dhe adresa e Operatorit Ekonomik]

**Bashkimit të Operatorëve Ekonomikë (BOE)** ☐

[Emrat, Nipt-et, % përkatëse dhe adresat e anëtarëve të BOE]

**- OE/BOE me nënkontraktor**

**PO** ☐ **JO** ☐

Nëse po, të jepen dhënat \_\_\_\_\_

(Emrat e nënkontraktorëve, Nipt-et, % e nënkontraktimit)

**-OE/BOE me Subjekt Mbështetës:**

**PO** ☐ **JO** ☐

Nëse po, të jepen dhënat: \_\_\_\_\_

[Emrat, Nipt-et, përkatëse dhe adresat]

Tipi i Kontratës: \_\_\_\_\_

Lloji i Procedurës së prokurimit: \_\_\_\_\_

Numri i Procedurës / Referenca e Lotit: Përshkrimi i shkurtër i kontratës: [Objekti, sasi dhe kohëzgjatja e kontratës]

Data e Publikimit në SPE të Njoftimit të Fituesit nga i cili nisin afatet e ankimit/Njoftimit të anulimit nga i cili nisin afatet e ankimit: \_\_\_\_\_

<sup>9</sup>Data e Publikimit në Buletin e Njoftimeve Publike të Njoftimit të Fituesit nga i cili nisin afatet e ankimit /Njoftimit të Anulimit nga i cili nisin afatet e ankimit [Data]  
[Numri] \_\_\_\_\_

<sup>9</sup> Në rastin e procedurave të prokurimit që zhvillohen në rrugë shkresore, plotësohet vetëm data e publikimit të këtyre njoftimeve në BNJP

---

**KRITERET E PËRZGJEDHJES SË FITUESIT:**

-oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në kosto ☐

-oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim ☐

Me anë të këtij Formulari, ju informojmë se, në këtë procedurë/lot kanë marrë pjesë Ofertuesit e mëposhtëm me vlerat përkatëse të ofruara:

1. \_\_\_\_\_  
*Emri i plotë i shoqërisë      Numri i NIPT-t      Vlera (e shprehur në shifra dhe fjalë)*

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐      JO ☐

Nëse po, të jepen dhënat \_\_\_\_\_

*(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)*

2. \_\_\_\_\_  
*Emri i plotë i shoqërisë      Numri i NIPT-it      Vlera (e shprehur në shifra dhe fjalë)*

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐      JO ☐

Nëse po, të jepen dhënat \_\_\_\_\_

*(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)*

Etj. \_\_\_\_\_

**Janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm:**

1. \_\_\_\_\_  
*Emri i plotë i shoqërisë      Numri i NIPT-it      arsytet*

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐      JO ☐

Nëse po, të jepen dhënat \_\_\_\_\_

*(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)*

2. \_\_\_\_\_  
*Emri i plotë i shoqërisë      Numri i NIPT-it      arsytet*

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐      JO ☐

Nëse po, të jepen dhënat \_\_\_\_\_

*(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)*

\* \* \*

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [emri dhe adresa e ofertuesit të shpallur fitues] se, oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej [shuma përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra]/pikët totale të marra [\_\_\_\_\_] është identifikuar si oferta fituese.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [emri dhe adresa e autoritetit/entit kontraktor dhe referenca e kontaktit] sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda \_\_\_\_\_ ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.

Nëse nuk dorëzoni sigurimin e kontratës brenda afatit përfundimtar të parashikuar në dokumentet e tenderit, apo tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do t'ju konfiskohet siguri i ofertës suaj dhe kontrata do t'i akordohet ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të përgjithshme prej [vlera përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra], siç parashikohet në nenin 83 të Ligjit nr. 162/2020 "Për prokurimin publik", të ndryshuar.

Ankesa pas Njoftimit të Fituesit, nga i cili nisin afatet e ankimit /Njoftimit të Anulimit, nga i cili nisin afatet e ankimit

PO ☐ JO ☐

Nëse Po ( Nr.\_\_\_\_ Datë\_\_\_\_ i vendimit përfundimtar për shqyrtimin e ankesës, të dhënë nga Komisioni i Prokurimit Publik)

**[Titullari i autoritetit /Entit kontraktor]**

#### Shtojca 14.

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor në rastin e Marrëveshjes Kuadër]

### FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM NË MARRËVESHJEN KUADËR, PAS PUBLIKIMIT TË TË CILIT FILLOJNË AFATET E ANKIMIMIT

[Data]

Drejtuar:

**Operatorit Ekonomik (OE)** ☐ ose

[Emri, Nipti dhe adresa e Operatorit Ekonomik]

**Bashkimit të Operatorëve Ekonomikë (BOE)** ☐

[Emrat, Nipt-et, % përkatëse dhe adresat e anëtarëve të BOE]

**- OE/BOE me nënkontraktor**

**PO** ☐ **JO** ☐

Nëse po, të jepen dhënat: \_\_\_\_\_

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

**-OE/BOE me Subjekt Mbështetës:**

**PO** ☐ **JO** ☐

Nëse po, të jepen dhënat: \_\_\_\_\_

[Emrat, Nipt-et, përkatëse dhe adresat]

\* \* \*

Tipi i Kontratës: \_\_\_\_\_

Lloji i Procedurës së prokurimit: \_\_\_\_\_

Numri i Procedurës / referenca e Lotit: Përshkrimi i shkurtër i kontratës: [Objekti, sasi dhe kohëzgjatja e kontratës]

Data e Publikimit të Njoftimit të Kontratës në SPE: \_\_\_\_\_

Data e Publikimit të Njoftimit të Kontratës në Buletin e Njoftimeve Publike [Data] [Numri] \_\_\_\_\_

**KRITERET E PËRZGJEDHJES SË FITUESIT:**

- oferta ekonomishtë më e favorshme bazuar në kosto ☐
- oferta ekonomishtë më e favorshme bazuar në çmim ☐

Me anë të këtij Formulari bëjmë me dije se, në këtë procedurë /lot kanë marrë pjesë operatorët ekonomikë të mëposhtëm me vlerat përkatëse si më poshtë:

1. \_\_\_\_\_  
*Emri i plotë i shoqërisë* *Numri i NIPT-it*

Vlera e ofruar/ Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave \_\_\_\_\_  
*(e shprehur në shifra dhe në fjalë)*

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO ☐

Nëse po, të jepen dhënat \_\_\_\_\_  
*(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)*

2. \_\_\_\_\_  
*Emri i plotë i shoqërisë* *Numri i NIPT-it*

Vlera e ofruar/ Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave \_\_\_\_\_  
*e shprehur në shifra dhe në fjalë)*

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO ☐

Nëse po, të jepen dhënat \_\_\_\_\_  
*(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)*

Etj. \_\_\_\_\_

**Nga pjesëmarrësit janë skualifikuar, Ofertuesit e mëposhtëm:**

1. \_\_\_\_\_  
*Emri i plotë i shoqërisë* *Numri i NIPT-it* *arsyet*

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO ☐

Nëse po, të jepen dhënat \_\_\_\_\_  
*(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)*

2. \_\_\_\_\_

Emri i plotë i shoqërisë \_\_\_\_\_

Numri i NIPT-it \_\_\_\_\_

arsyet \_\_\_\_\_

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐

JO ☐

Nëse po, të jepen dhënat \_\_\_\_\_

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

\* \* \*

Duke iu referuar procedurës së mësipërme, informojmë se, operatorët ekonomikë të mëposhtëm janë identifikuar si ofertues i sukseshëm:

1. \_\_\_\_\_

Emri i plotë i shoqërisë \_\_\_\_\_

Numri i NIPT-it \_\_\_\_\_

Vlera/Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave \_\_\_\_\_

(e shprehur në shifra dhe në fjalë)

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐

JO ☐

Nëse po, të jepen dhënat \_\_\_\_\_

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

Totali i pikëve të marra \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

Emri i plotë i shoqërisë \_\_\_\_\_

Numri i NIPT-it \_\_\_\_\_

Vlera e ofruar/Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave \_\_\_\_\_

(e shprehur në shifra dhe në fjalë)

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐

JO ☐

Nëse po, të jepen dhënat \_\_\_\_\_

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

Totali i pikëve të marra \_\_\_\_\_

Etj. \_\_\_\_\_

Me publikimin e këtij njoftimi, fillojnë afatet e ankimit sipas përcaktimeve në nenin 110 të Ligjit Nr. 162/2020, datë 23.12.2020, “Për Prokurimin Publik”, të ndryshuar.

---

**Shtojca 15.**

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor në rastin e Marrëveshjes Kuadër]

**FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM  
NË MARRËVESHJEN KUADËR NË PËRFUNDIM TË AFATEVE TË ANKIMIT**

[Data]

Drejtuar:

**Operatorit Ekonomik (OE)** ☐ ose

[Emri, Nipti dhe adresa e Operatorit Ekonomik]

**Bashkimit të Operatorëve Ekonomikë (BOE)** ☐

[Emrat, Nipt-et, % përkatëse dhe adresat e anëtarëve të BOE]

**- OE/BOE me nënkontraktor**

**PO** ☐ **JO** ☐

Nëse po, të jepen dhënat \_\_\_\_\_

(Emrat e nënkontraktorëve, Nipt-et, % e nënkontraktimit)

**-OE/BOE me Subjekt Mbështetës:**

**PO** ☐ **JO** ☐

Nëse po, të jepen dhënat: \_\_\_\_\_

[Emrat, Nipt-et, përkatëse dhe adresat]

Tipi i Kontratës: \_\_\_\_\_

Lloji i Procedurës së prokurimit: \_\_\_\_\_

Numri i Procedurës / Referenca e Lotit: Përshkrimi i shkurtër i kontratës: [Objekti, sasi dhe kohëzgjatja e kontratës]

Data e Publikimit në SPE të Njoftimit të Fituesit nga i cili nisin afatet e ankimit/Njoftimit të anulimit nga i cili nisin afatet e ankimit \_\_\_\_\_

<sup>10</sup>Data e Publikimit në Buletin e Njoftimeve Publike të Njoftimit të Fituesit nga i cili nisin afatet e ankimit /Njoftimit të Anulimit nga i cili nisin afatet e ankimit, [Data]  
[Numri] \_\_\_\_\_

<sup>10</sup> Në rastin e procedurave të prokurimit që zhvillohen në rrugë shkresore, plotësohet vetëm data e publikimit të këtyre njoftimeve në BNJP

---

**KRITERET E PËRZGJEDHJES SË FITUESIT:**

- oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në kosto ☐
- oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim ☐

Me anë të kësaj bëjmë me dije se, në këtë procedurë /lot kanë marrë pjesë operatorët ekonomikë me vlerat përkatëse si më poshtë:

1. \_\_\_\_\_  
Emri i plotë i shoqërisë \_\_\_\_\_ Numri i NIPT-it \_\_\_\_\_

Vlera/ Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave  
\_\_\_\_\_  
(e shprehur në shifra dhe në fjalë)

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO ☐

Nëse po, të jepen dhënat \_\_\_\_\_

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

2. \_\_\_\_\_  
Emri i plotë i shoqërisë \_\_\_\_\_ Numri i NIPT-it \_\_\_\_\_

Vlera/ Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave  
\_\_\_\_\_  
OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO ☐

Nëse po, të jepen dhënat \_\_\_\_\_

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

Etj. \_\_\_\_\_

**Janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm:**

1. \_\_\_\_\_  
Emri i plotë i shoqërisë \_\_\_\_\_ Numri i NIPT-it \_\_\_\_\_ arsyet \_\_\_\_\_

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO ☐

Nëse po, të jepen dhënat \_\_\_\_\_

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

2. \_\_\_\_\_  
Emri i plotë i shoqërisë \_\_\_\_\_ Numri i NIPT-it \_\_\_\_\_ arsyet \_\_\_\_\_

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO ☐

Nëse po, të jepen dhënat \_\_\_\_\_

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

\* \* \*

Duke iu referuar procedurës së mësipërme, ju informojmë se operatorët ekonomikë të mëposhtëm janë identifikuar si të suksesshëm:

1. \_\_\_\_\_

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-it

Vlera/ Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave \_\_\_\_\_

(e shprehur në shifra dhe në fjalë)

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO ☐

Nëse po, të jepen dhënat \_\_\_\_\_

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

Totali i pikëve të marra \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-it

Vlera/ Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave \_\_\_\_\_

(e shprehur në shifra dhe në fjalë)

OE/BOE me nënkontraktor

PO ☐ JO ☐

Nëse po, të jepen dhënat \_\_\_\_\_

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

Totali i pikëve të marra \_\_\_\_\_

Etj. \_\_\_\_\_

Si pasojë, nga ju kërkohet të paraqiteni tek [emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor ] brenda \_\_\_\_\_ ditëve nga data e marrjes të këtij njoftimi për të lidhur marrëveshjen.

Ankesa pas Njoftimit të Fituesit, nga i cili nisin afatet e ankimit /Njoftimit të Anulimit, nga i cili nisin afatet e ankimit

PO ☐ JO ☐

Nëse Po ( Nr.\_\_\_\_ Datë\_\_\_\_ i vendimit përfundimtar për shqyrtimin e ankesës, të dhënë nga Komisioni i Prokurimit Publik)

**[Titullari i Autoritetit /Entit Kontraktor]**

---

**Shtojca 16.**

*(Shtojce për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor)*

**Formulari i Njoftimit të Anulimit të Procedurës së Prokurimit, pas publikimit të të cilit  
fillojnë afatet e ankimit**

**1. Emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor**

Emri \_\_\_\_\_  
Adresa \_\_\_\_\_  
Tel/Faks \_\_\_\_\_  
E-mail \_\_\_\_\_  
Ueb-faqe \_\_\_\_\_

**2. Lloji i procedurës:** \_\_\_\_\_

**3. Numri i Referencës së procedurës/lotit:**

**4. Objekti i Kontratës** \_\_\_\_\_

**5. Fondi Limit** \_\_\_\_\_

**6. Arsytet e Anulimit:**

- ☐ në procedurat me faza nuk është dorëzuar asnjë kërkesë e përshtatshme;
- ☐ në procedurat me një fazë nuk është dorëzuar asnjë ofertë e përshtatshme;
- ☐ konstaton se dokumentet e tenderit përmbajnë gabime ose mangësi të rëndësishme;
- ☐ për shkak të rrethanave të paparashikueshme dhe objektive, nevojat ose aftësia paguese e autoritetit ose entit kontraktor kanë ndryshuar;
- ☐ kur Komisioni i Prokurimit Publik vendos anulimin sipas parashikimeve në LPP;
- ☐ kur titullari i autoritetit kontraktor vendos anulimin sipas parashikimeve në nenin 19/4 të LPP.

**7. Informacion shtesë**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Me publikimin e këtij formulari, nisin afatet e ankimit sipas parashikimeve të nenit 110 të Ligjit 162/2020 “Per prokurimin publik”, të ndryshuar.

---

### Seksioni III Termet dhe Kushtet e Kontratës (TKK)

Ky Seksion përmban :

Shtojca 17: Kushtet e Përgjithshme të Kontratës

Shtojca 18: Kushtet e Veçanta të Kontratës

Shtojca 19: Formulari i Sigurimit të Kontratës

Shtojca 20: Draftmarrëveshja kuadër ku përcaktohen të gjitha kushtet

Shtojca 21: Draftmarrëveshja kuadër ku nuk përcaktohen të gjitha kushtet

---

## **Shtojca 17**

### **Kushtet e Përgjithshme të Kontratës (KPK)**

Këto Kushte të Përgjithshme të Kontratës (KPK), së bashku me Kushtet e Veçanta dhe dokumentet e tjera të renditura në to, përbëjnë një dokument të plotë që shpreh të drejtat dhe detyrimet e palëve.

#### **Neni 1 Dispozitat e përgjithshme**

##### **1.1 Përkufizimet**

Në Kushtet e Kontratës ("këto Kushte"), të cilat përfshijnë Kushtet e Veçanta dhe këto Kushte të Përgjithshme, fjalët dhe shprehjet e mëposhtme kanë këto kuptime:

###### **1.1.1 Kontrata**

**1.1.1.1** "Kontrata" do të thotë kontrata me shpërblim, e lidhur me shkrim, ndërmjet një apo më shumë operatorëve ekonomikë dhe një ose më shumë autoriteteve ose enteve kontraktore, që kanë si objekt kryerjen e punimeve, furnizimin e mallrave dhe shërbimeve, në përputhje me LPP.

**1.1.1.2** "Dokumentet e Kontratës" do të thotë dokumentet e renditura në Kontratë, përfshirë çdo ndryshim të saj.

**1.1.1.3** "Çmimi i Kontratës" do të thotë çmimi që i paguhet Furnizuesit siç specifikohet në kontratë.

**1.1.1.4** "Përfundimi" do të thotë përmbushja e të gjitha detyrimeve, me ose pa penalitet, nga Furnizuesi në përputhje me termat dhe kushtet e përcaktuara në Kontratë.

**1.1.1.5** "Ndërprerje e Kontratës" do të thotë mosvijimi i ekzekutimit të Kontratës sipas përcaktimeve në Nenin 23.

**1.1.1.6** "Specifikime teknike" do të thotë karakteristikat e Shërbimeve objekt kontrate dhe çdo shtesë dhe modifikim i këtyre karakteristikave në përputhje me Kontratën.

**1.1.1.7** "Termet e Referencës" shprehin objektin dhe qëllimin e kontratës, përcaktojnë detyrat, kërkesat, objektivat, shpërndarjen, vendin dhe dorëzimin e Shërbimeve që do të sigurohen.

**1.1.1.8** "Listat" do të thotë dokumenti (et) me titull Listat të plotësuar nga Furnizuesi dhe të dorëzuara me ofertën, siç janë të përfshira në Kontratë . Dokumente të tilla

---

mund të përfshijnë Listat e Çmimeve të dhëna, Listat e tarifave dhe / ose çmimeve.

**1.1.1.9** “Ofertë” do të thotë oferta ekonomike dhe të gjitha dokumentet e tjera që Furnizuesi ka dorëzuar me ofertën ekonomike, siç janë përfshirë në Kontratë.

**1.1.1.1  
0** "KPK" do të thotë Kushtet e Përgjithshme të Kontratës.

**1.1.1.1  
1** "KVK" do të thotë Kushtet e Veçanta të Kontratës.

### **1.1.2 Palët e Kontratës**

**1.1.2.1** “Palë” do të thotë nënshkruesit e kontratës, në cilësinë e Blerësit dhe Furnizuesit sipas kontekstit.

**1.1.2.2** “Blerës” do të thotë Autoriteti/Enti Kontraktor përfituesi i Shërbimeve objekt kontrate.

**1.1.2.3** "Furnizues" do të thotë operatori (ët) ekonomik që kryen furnizimine Shërbimeve objekt kontrate.

**1.1.2.4** "Nënkontraktor" do të thotë çdo subjekt i caktuar si nënkontraktor për kryerjen e një pjese të Shërbimeve.

### **1.1.3 Llogaritja e afateve**

**1.1.3.1** "Ditë" do të thotë një ditë kalendarike.

### **1.1.4 Shërbimet**

**1.1.4.1** "Shërbime" do të thotë të gjitha detyrat që do të kryhen nga Furnizuesi sipas Kontratës.

### **1.1.5 Përkufizime të tjera**

**1.1.5.1** "Adresa e Blerësit" është adresa e specifikuar në KVK.

**1.1.5.2** "Forca Madhore" është përcaktuar në Nenin 20 “Forca Madhore”.

**1.1.5.3** "Sigurimi i Kontratës" është sipas përcaktimeve të Nenit 11 “Sigurimi i Kontratës”.

**1.1.5.4** “Vendi i kryerjes së Shërbimeve”, do të thotë vendi i përcaktuar në KVK.

**1.1.5.5** “E paparashikueshme” ose “E paparashikuar” do të thotë një ngjarje objektivist e pamundur të parashikohet në momentin e publikimit të Njoftimit të Kontratës.

**1.1.5.6** Modifikimi i kontratës" është sipas përcaktimeve në Nenin 23.

---

**1.1.5.7** "Legjislacioni në fushën e prokurimit" do të thotë LPP-ja, Rregullat e Prokurimit Publik dhe akte të tjera nënligjore në bazë dhe për zbatim të LPP –së siç specifikohet në KVK.

**1.1.5.8** "Praktikat e Ndaluar" kanë kuptimin e përcaktuar në LPP.

## **1.2 Interpretimi**

**1.2.1** Interpretimi i Kontratës, përveç kur konteksti kërkon ndryshe:

(a) fjalët që tregojnë një gjini përfshijnë të gjitha gjinitë;

(b) fjalët që tregojnë njëjësin përfshijnë edhe shumësin dhe fjalët që tregojnë shumësin përfshijnë edhe njëjësin;

(c) dispozitat që përfshijnë fjalën "bie dakord", "rënë dakord" ose "marrëveshje" kërkojnë që marrëveshja të dokumentohet me shkrim;

(d) "i shkruar" ose "me shkrim" do të thotë i shkruar me dorë, i shkruar me makinë, printuar ose i bërë në mënyrë elektronike.

### **1.2.2 Modifikimi**

Çdo modifikim i Kontratës i cili nuk kryhet me shkrim, dhe nuk përmban datën, apo nuk i referohet shprehimisht Kontratës dhe nuk nënshkruhet nga një përfaqësues i autorizuar rregullisht i secilës Palë është i pavlefshëm. Palët nuk mund të bëjnë modifikime të asnjë elementi të kontratës që do të sillnin ndryshime thelbësore në kushtet mbi bazën e të cilave është përzgjedhur Furnizuesi.

### **1.2.3 Heqja dorë**

Çdo heqje dorë nga të drejtat, kompetencat ose mjetet ligjore të një Pale sipas Kontratës duhet të bëhet me shkrim, me datë dhe e nënshkruar nga një përfaqësues i autorizuar i Palës që bën këtë dorëheqje, dhe duhet të specifikojë të drejtën dhe masën nga e cila po hiqet dorë.

### **1.2.4 Ndikimi i pavarur i dispozitave të kontratës**

Nëse ndonjë dispozitë ose kusht i Kontratës është i ndaluar ose bëhet i pavlefshëm ose i pazbatueshëm, një ndalim, pavlefshmëri apo pazbatueshmëri e tillë nuk ndikon në vlefshmërinë ose zbatueshmërinë e ndonjë dispozite dhe kushti tjetër të Kontratës.

## **1.3 Komunikimet**

Kurdo këto Kushte parashikojnë dhënien ose lëshimin e miratimeve, certifikatave, pëlqimeve, përcaktimeve, njoftimeve, kërkesave dhe shlyerjeve këto komunikime do të jenë:

(a) me shkrim dhe të dorëzuara dorazi (kundrejt marrjes), dërguar me postë ose korrier, ose transmetuar duke përdorur ndonjë nga sistemet e rena dakord të

---

transmetimit elektronik siç përshkruhet në KVK;

Dhe

(b) dorëzuar, dërguar ose transmetuar në adresën për komunikimet e marrësit siç përshkruhet në KVK. Sidoqoftë:

(i) nëse marrësi njofton një adresë tjetër, komunikimet do të dorëzohen në përputhje me rrethanat; dhe

(ii) nëse marrësi nuk ka deklaruar ndryshe kur kërkon një miratim ose pëlqim, mund të dërgohet në adresën nga e cila është lëshuar kërkesa.

Miratimet, pëlqimet dhe përcaktimet nuk do të mbahen ose vonohen pa arsye.

#### **1.4 Ligji dhe gjuha**

Kontrata do të rregullohet dhe interpretohet sipas legjislacionit Shqiptar në fuqi.

Gjuha e Kontratës do të jetë ajo e deklaruar në KVK.

Gjuha për komunikime do të jetë ajo e deklaruar në KVK. Nëse aty nuk përcaktohet asnjë gjuhë, gjuha për komunikime do të jetë gjuha e përcaktuar e Kontratës.

Dokumentet mbështetëse dhe literatura e shtypur që janë pjesë e Kontratës mund të jenë në një gjuhë tjetër me kusht që ato të shoqërohen nga një përkthim zyrtar i fragmenteve përkatëse dhe, për qëllime të interpretimit të Kontratës, ky përkthim do të mbizotërojë.

Furnizuesi do të përballojë të gjitha kostot e përkthimit dhe të gjitha risqet e saktësisë së një përkthimi të tillë, për dokumentet e siguruar nga Furnizuesi.

#### **1.5 Prioriteti i Dokumenteve**

Dokumentet që formojnë Kontratën duhet të konsiderohen reciprokisht shpjeguese të njëri-tjetrit. Nëse në dokumente gjendet një paqartësi ose mospërputhje, Blerësi lëshon çdo sqarim ose udhëzim të nevojshëm.

#### **1.6 Hartimi i Kontratës**

**1.6.1** Njoftimi i ofertës fituese në përfundim të afateve të ankimit do të shërbejë për hartimin e kontratës midis palëve, e cila duhet të firmoset brenda afatit të parashikuar në Dokumentat e Tenderit.

**1.6.2** Ekzistenca e kontratës do të konfirmohet me nënshkrimin e dokumentit të kontratës.

#### **1.7 E drejta e autorit**

**1.7.1** Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, e drejta e autorit në

---

të gjitha dokumentet dhe materialet e tjera që përmbajnë të dhëna dhe informacione të dhëna Blerësit nga Furnizuesi këtu do t'i mbeten Blerësit, edhe nëse ato i janë furnizuar Blerësit drejtpërdrejt ose përmes Furnizuesit nga ndonjë pale të tretë, përfshirë furnizuesit e materialeve.

## **1.8 Detaje Konfidenciale**

Furnizuesi dhe personeli i Blerësit do të zbulojnë çdo informacion të tillë konfidencial dhe informacione të tjera që mund të kërkohen në mënyrë të arsyeshme për të verifikuar pajtueshmërinë e Furnizuesit me Kontratën dhe për të lejuar zbatimin e duhur të saj.

Secili prej tyre do t'i trajtojë të dhënat e kontratës në mënyrë konfidenciale, deri në masën e nevojshme për të kryer detyrimet e tyre përkatëse sipas Kontratës ose për të qenë në përputhje me ligjet në fuqi. Asnjë prej tyre nuk do të publikojë ose zbulojë të dhëna të veçanta të Shërbimeve të përgatitura nga Pala tjetër pa marrëveshjen paraprake të Palës tjetër. Sidoqoftë, Furnizuesit lejohen të zbulojnë çdo informacion publikisht të disponueshëm, ose informacion që kërkohet për të provuar kualifikimet e tij për të konkurruar në procedura të tjera.

Pavarësisht nga sa më sipër, Furnizuesi mund t'i sigurojë Nënkontraktorit (eve) të tij dokumente, të dhëna dhe informacione të tjera që merr nga Blerësi në masën e kërkuar që Nënkontraktori (ët) të kryejë punën e tij sipas Kontratës. Në rast të tillë, Furnizuesi duhet të përfshijë në kontratën e tij me Nënkontraktorin/ët një dispozitë që parashikon ruajtjen e konfidencialitetit sikurse parashikohet në adresë të Furnizuesit sipas këtij neni.

## **1.9 Pajtueshmëria me ligjet**

Gjatë realizimit të Kontratës Furnizuesi respekton ligjet në fuqi.

Nëse nuk përcaktohet ndryshe në Kushtet e Veçanta:

(a) Blerësi siguron dhe paguan të gjitha lejet, miratimet dhe / ose licencat nga të gjitha autoritetet lokale, shtetërore ose kombëtare ose ndërmarrjet e shërbimeve publike në vendin e Blerësit që (i) autoritete ose ndërmarrje të tilla i kërkojnë Blerësit të sigurojë në emër të tij dhe (ii) janë të domosdoshëm për ekzekutimin e Kontratës, përfshirë ato që kërkohen për përmbushjen e detyrimeve përkatëse si nga Furnizuesi ashtu dhe Blerësi sipas Kontratës;

(b) Furnizuesi siguron dhe paguan të gjitha lejet, miratimet dhe / ose licencat nga të gjitha autoritetet lokale, shtetërore ose kombëtare ose ndërmarrjet e shërbimeve publike në vendin e Blerësit që autoritete ose ndërmarrje të tilla i kërkojnë Furnizuesit të sigurojë në emër të tij dhe që janë të nevojshme për kryerjen e Kontratës, duke përfshirë, pa u kufizuar, vizat për personelin e Furnizuesit dhe Nënkontraktorit dhe lejet e hyrjes për të gjitha pajisjet e importuara të Furnizuesit.

---

Furnizuesi siguron të gjitha lejet, miratimet dhe / ose licencat e tjera që nuk janë përgjegjësi e Blerësit sipas pikës (a) të këtij neni këtu dhe që janë të nevojshme për ekzekutimin e Kontratës. Furnizuesi do të dëmshpërblejë dhe zhdëmtojë Blerësin nga dhe kundër çdo dhe të gjitha detyrimeve, dëmeve, pretendimeve, gjobave, penaliteteve dhe shpenzimeve të çfarëdo natyre që lindin ose rezultojnë nga shkelja e ligjeve të tilla nga Furnizuesi ose personeli i tij, duke përfshirë Nënkontraktorët dhe personelin e tyre, por pa cënuar Nenin 9.1.

#### **1.10 Përgjegjësia e përbashkët dhe solidarë**

Nëse Furnizuesi është një bashkim i Operatorëve Ekonomikë, të gjithë këta Operatorë Ekonomikë do të jenë bashkërisht dhe solidarisht përgjegjës ndaj Blerësit për përmbushjen e dispozitave të Kontratës.

#### **1.11 Inspektimet dhe Auditimi nga Blerësi**

Furnizuesi i përgjigjet pyetjeve dhe i jep Blerësit çdo informacion ose dokument të nevojshëm për (i) hetimin e pretendimeve të Praktikave të Ndaluar, ose (ii) monitorimin dhe vlerësimin nga ana e Blerësit të Kontratës dhe për t'i dhënë mundësi Blerësit të shqyrtojë dhe adresojë çdo problematikë në lidhje me Kontratën.

Furnizuesi mban të gjithë dokumentacionin në lidhje me zbatimin e Kontratës në përputhje me legjislacionin në fuqi.

### **Neni 2 Praktikave të Ndaluar**

**2.1** Furnizuesi nuk do të autorizojë ose lejojë asnjë nga punonjësit ose përfaqësuesit e tij, të angazhohen në Praktika të Ndaluar në lidhje me prokurimin, dhënien ose ekzekutimin e Kontratës.

#### **2.2**

Nëse Blerësi konstaton se dhënia e kontratës është bërë në kushtet e konfliktit të interesit dhe ky fakt nuk ka qenë i mundur të identifikohet më parë, i kërkon Komisionit të Prokurimit Publik të deklarojë kontratën absolutisht të pavlefshme.

Nëse Blerësi gjatë zbatimit të kontratës ka informacion për veprime korruptive informon organet kompetente.

### **Neni 3 Njoftimet**

**3.1** Çdo njoftim i dhënë nga njëra Palë tek tjetra, në përputhje me Kontratën, do të bëhet me shkrim në adresën e specifikuar në KVK.

**3.2** Njoftimi do të ketë efekt sapo të dorëzohet.

### **Neni 4 Objekti i Furnizimit**

**4.1** Shërbimet që do të furnizohen duhet të jenë sipas termave të referencës dhe

---

kushteve të përcaktuara në Dokumentet e Tenderit.

- 4.2** Kushtet e kontratës nuk ndryshojnë nga ato të përshkruara në dokumentet e tenderit dhe në ofertën fituese, me përjashtim të rasteve kur Furnizuesi, për arsye objektive dhe të pavarura prej tij në kohën e ofertimit ofron, me të njëjtin çmim, kushte më të mira se ato të tenderuara.

## **Neni 5 Dorëzimi**

- 5.1** Dorëzimi i Shërbimeve do të jetë në përputhje me kërkesat e specifikuar në Dokumentet e Tenderit.

## **Neni 6 Përgjegjësitë e Furnizuesit**

- 6.1** Furnizuesi do të jetë përgjegjës për kryerjen e të gjitha Shërbimeve në përputhje me kërkesat e përcaktuara në Dokumentet e Tenderit.

## **Neni 7 Detyrimet e Përgjithshme të Furnizuesit**

- 7.1** Furnizuesi duhet t'i kryejë Shërbimet dhe përmbushë detyrimet e tij me të gjitha përpjekjet, eficiente dhe ekonomike në pajtim me teknikat dhe praktikat profesionale të pranuar në përgjithësi.

- 7.2** Furnizuesi duhet të ndjekë praktika të shëndosha të biznesit dhe të përdorë teknologji të avancuar dhe të përshtatshme si dhe metoda të sigurt.

- 7.3** Nëse kontrata kërkon kryerjen e shërbimeve këshillimore profesionale, Furnizuesi duhet të veprojë gjithmonë si një këshillues besnik i Blerësit, në pajtim me rregullat dhe kodin e sjelljes të profesionit të tij dhe duhet që të mbështesë dhe ruajë gjithmonë interesin publik.

- 7.4** Nëse kontrata kërkon kryerjen e shërbimeve këshillimore profesionale, Furnizuesi duhet të ushtrojë kujdes të plotë në marrëdhëniet me palët e treta duke përfshirë median dhe nuk duhet të marrë pjesë në veprime që janë jashtë kompetencës së tij në përfaqësimin e Blerësit.

## **Neni 8**

### **Detyrimet e Veçanta të Furnizuesit**

- 8.1** Furnizuesi duhet të kryejë të gjitha Shërbimet siç specifikohet tek Termat e Referencës.

- 8.2** Furnizuesi duhet t'i paraqesë Blerësit të gjitha shërbimet, në sasi të përcaktuara, siç kërkojnë nga kontrata duke përfshirë, por jo të kufizuara nga, të gjitha raportet, dokumentat, studimet, skicimet dhe planimetritë.

- 8.3** Furnizuesi duhet të sigurojë raportet e lidhura me zbatimin e Shërbimeve siç

---

kërkohet në kontratë.

## **Neni 9 Çmimi i Kontratës**

- 9.1** Çmimi i kontratës do të jetë i pandryshueshëm përgjatë kohëzgjatjes së realizimit të Kontratës, përveç rasteve të parashikuara në Nenin 21.

## **Neni 10 Kushtet e Pagesës**

- 10.1** Çmimi i Kontratës do të paguhet siç specifikohet në KVK.  
Furnizuesi duhet të paguhet nga Blerësi për Shërbimet e kryera, në përmbushjen e të gjitha detyrimeve të parashikuara në Kontratë.
- 10.2** Pagesat do të kryhen menjëherë nga Blerësi, jo më vonë se periudha kohore e specifikuar në KVK pas dorëzimit të një fature ose kërkesë për pagesë nga Furnizuesi, dhe pasi Blerësi ta ketë pranuar atë.
- 10.3** Nëse nuk përcaktohet ndryshe në KVK, pagesa duhet bërë në monedhë Shqiptare. Kursi i këmbimit të monedhave të ndryshme do të jetë kursi i Bankës së Shqipërisë i fiksuar në ditën e dërgimit për publikim të njoftimit të kontratës.
- 10.4** Në rast të verifikimit të vonësive në kryerjen e pagesave nga ana e Blerësit, megjithëse Furnizuesi ka përmbushur të gjitha detyrimet e tij në përputhje me kushtet e kontratës, detyrimet e prapambetura dhe kamatëvonesat përkatëse do të kryhen në përputhje me parashikimet e Ligjit Nr. 48/2014 “Për pagesat e vonuara në detyrimet kontraktore e tregtare”.

## **Neni 11 Sigurimi i Kontratës**

- 11.1** Furnizuesi, brenda afatit të caktuar nga Blerësi në njoftimin e fituesit, paraqet Sigurimin e Kontratës në shumën e specifikuar në KVK.
- 11.2** Në përputhje me Nenin 11.1, Sigurimi i Kontratës do të shprehet në monedhën e Kontratës dhe do të jetë në formën e përcaktuar nga Blerësi në KVK.
- 11.3** Shuma nga Sigurimi i Kontratës do t'i paguhet Blerësit si kompensim për çdo humbje të rezultuar nga mospërmbushja e detyrimeve sipas Kontratës nga ana e Furnizuesit.
- 11.4** Sigurimi i Kontratës do t'i kthehet Furnizuesit jo më vonë se tridhjetë (30) ditë pas datës së përmbushjes së detyrimeve së Furnizuesit sipas Kontratës, përfshirë çdo detyrim garancie, përveç rasteve kur specifikohet ndryshe në KVK.

## **Neni 12 Nënkontraktimi**

- 12.1** Nënkontraktimi nuk duhet të bëhet pa aprovimin paraprak me shkrim të Blerësit

---

dhe jo më shumë se 50% të vlerës së kontratës.

**12.2** Blerësi lejohet të bëjë pagesa drejtpërsëdrejti tek nënkontraktori për shërbimet që do të kryejë, me miratimin paraprak me shkrim të Furnizuesit.

**12.3** Parashikimet e Nenit 2 zbatohen edhe për nënkontraktimin.

### **Neni 13 Specifikime dhe Skicime**

**13.1** Nëse kontrata kërkon shërbime skicimi, Furnizuesi duhet të përgatisë të gjitha specifikimet dhe skicimet duke përdorur sisteme të pranuar dhe të njohura në përgjithësi të pranueshme për Blerësin dhe të marrë parasysh standartet më të fundit.

**13.2** Nëse kontrata kërkon shërbime skicimi, Furnizuesi duhet të sigurojë se të gjitha specifikimet, skicimet dhe kërkesat e tjera janë përgatitur në bazë asnjënjëse përse i përket nxitjes së konkurrencës në prokurimin e objekteve të skicimit.

### **Neni 14 Siguracioni i Përgjegjësisë Profesionale**

**14.1** Furnizuesi duhet të mbajë siguracion për përgjegjësi profesionale sipas rregullave dhe praktikave të njohura në përgjithësi për profesionin për ta zhdëmtuar Blerësin për dëme të rezultuara nga neglizhenca, gabimet ose mangësitë, në kryerjen e Shërbimeve.

**14.2** Nëse nuk është përcaktuar në kontratë shuma minimale e siguracionit, Furnizuesi duhet të sigurojë siguracion në shumën e njohur në përgjithësi si të mjaftueshme nën rrethanat e Shërbimeve që po sigurohen.

### **Neni 15 Dëmet e likujduara**

**15.1** Dëmet e likujduara për kryerjen e vonuar të shërbimeve do të llogariten me tarifat e mëposhtme ditore:

a) Për kontratat me periudhë zbatimi, jo më shumë se 6 muaj, tarifa ditore do të jetë 4/1000 e vlerës përkatëse të mbetur, nga çmimi i përgjithshëm i Kontratës, por jo më pak se 25% e vlerës së Kontratës.

b) Për kontratat me periudhë zbatimi, jo më shumë se 12 muaj, tarifa ditore do të jetë 2/1000 e vlerës përkatëse të mbetur, nga çmimi i përgjithshëm i Kontratës, por jo më pak se 25% e vlerës së kontratës.

c) Për kontratat me periudhë zbatimi më shumë se 12 muaj, tarifa ditore do të jetë 1/1000 e vlerës përkatëse të mbetur, nga çmimi i përgjithshëm i Kontratës, por jo më pak se 25% e vlerës së kontratës.

### **Neni 16 Heqja dhe Zëvendësimi i Personelit Kryesor**

- 
- 16.1** Furnizuesi duhet të sigurojë aprovim paraprak me shkrim nga Blerësi përpara heqjes ose zëvendësimit të personelit kryesor siç përshkruhet në ofertën e Furnizuesit.
- 16.2** Furnizuesi do të zëvendësojë çdo punonjës nëse Blerësi zbulon se personi ka kryer veprime të jashtëligjshme ose Blerësi është mjaft i pakënaqur nga puna e personit.
- 16.3** Nëse bëhet e nevojshme të zëvendësohet ndonjë nga personeli kryesor, Furnizuesi duhet të sigurojë si zëvendësues një person me kualifikime ekuivalente ose më të mira.
- 16.4** Furnizuesi do të paguajë kosto shtesë për zëvendësimin e personelit kryesor me përjashtim kur shkak i zëvendësimit ka ardhur nga neglizhenca ose mungesa e kujdesit të Blerësit.

## **Neni 17 Zhdëmtimi i Patentës**

- 17.1** Furnizuesi dëmshpërblen dhe zhdëmton Blerësin dhe zyrtarët e tij nga dhe kundër padive, veprimeve ose procedurave administrative, pretendimeve, kërkesave, humbjeve, dëmeve, kostove dhe shpenzime të çdo natyre, përfshirë tarifat e avokatit dhe shpenzimet, të cilat Blerësi mund të pësojë si rezultat i çdo shkelje ose shkelje të pretenduar të ndonjë patente, modeli, skice të regjistruar, marke tregtare, të drejte autori ose një të drejte tjetër të pronësisë intelektuale të regjistruar ose që perndryshe ekzistonte në datën e kontratës për shkak të:
- (a) ofrimit të shërbimeve nga Furnizuesi ose përdorimit të shërbimeve në vendin e dorëzimit të Shërbimeve;
- dhe
- (b) shitjen në çdo vend të produkteve të prodhuara nga Shërbimet.
- Një zhdëmtim i tillë nuk aplikohet nëse Shërbimet ose ndonjë pjesë e tyre përdoren përtej kushteve të kontratës ose përdorimi i tyre ose i një pjese të tyre bëhet në kombinim me ndonjë pajisje, impiant ose material tjetër që nuk është furnizuar nga Furnizuesi, në përputhje me Kontratën.
- 17.2** Nëse është nisur ndonjë procedurë apo ngritur ndonjë kërkesë kundër Blerësit që del nga çështjet e përmendura në Nenin 15.1, Blerësi do të njoftojë menjëherë Furnizuesin, dhe Furnizuesi mundet me shpenzimet e tij dhe në emër të Blerësit të ndërmarrë të gjitha veprimet për zgjidhjen e ndonjë procedure apo pretendimi të tillë.
- 17.3** Nëse Furnizuesi nuk e njofton Blerësin brenda tridhjetë (30) ditëve pas marrjes së një njoftimi të tillë, atëherë Blerësi do të jetë i lirë të kryejë të njëjtën gjë në emër

---

dhe për llogari të tij.

Blerësi, me kërkesën e Furnizuesit, do ti japë Furnizuesit të gjithë ndihmën në dispozicion në kryerjen e procedurave të tilla dhe do të rimbursohet nga Furnizuesi për të gjitha shpenzimet e arsyeshme të kryera në këtë mënyrë.

Blerësi dëmshpërblen dhe zhdëmton Furnizuesin dhe punonjësit, dhe nënkontraktorët e tij nga dhe kundër çdo padie, veprimi apo procedure administrative, që Furnizuesi mund të pësojë si rezultat i çdo shkelje ose shkelje të pretenduar të ndonjë patente, modeli, skice të regjistruar, marke tregtare, të drejte autori ose një të drejte tjetër të pronësisë intelektuale të regjistruar ose që ekzistonte në datën e kontratës që lind nga ose në lidhje me çdo skicim, të dhënë, vizatim, specifikim apo dokument apo materiale të tjera të ofruara apo skicuara nga ose në emër të Blerësit.

## **Neni 18 Kufizimi i Përgjegjësisë**

**18.1** Me përjashtim të rasteve të neglizhencës së rëndë ose shkelje me dashje:

(a) Furnizuesi nuk do të jetë përgjegjës ndaj Blerësit, për ndonjë humbje apo dëm indirekt ose që ka si pasojë, humbje të përdorimit, humbje të prodhimit, ose humbje të fitimeve ose kostove të interesit, me kusht që ky përjashtim të mos zbatohet për asnjë detyrim të Furnizuesit për t'i paguar Blerësit dëmet e likujduara; dhe

(b) përgjegjësia e përgjithshme e Furnizuesit ndaj Blerësit, nuk duhet të kalojë Çmimin e Kontratës, me përjashtim të rasteve për koston e dëmeve të rezultuara nga gabimet ose mangësitë në kryerjen e shërbimeve, ose çdo detyrim të Furnizuesit për të zhdëmtuar Blerësin në lidhje me shkeljen e patentës.

## **Neni 19 Ndryshime në aktet ligjore dhe nënligjore**

**19.1** Nëse pas datës së dorëzimit të ofertave ose datës së nënshkrimit të kontratës, ndonjë ligj ose akt nënligjor në Republikën e Shqipërisë hyn në fuqi ose ndryshon dhe ndikon kushtet, duke përfshirë datën e dorëzimit ose çmimin e kontratës, kushtet ose çmimi i kontratës do të rregullohen në atë masë sa Furnizuesi është ndikuar në përmbushjen e detyrimeve të tij sipas kontratës.

## **Neni 20 Forca madhore**

**20.1** Mos kryerja apo kryerja me vonesë nga ana e një Pale të ndonjë prej detyrimeve të saj sipas kësaj Kontrate nuk do të konsiderohet shkelje e kësaj Kontrate nëse një mospërmbushje apo vonesë e tillë vjen drejtpërdrejt për shkak të ndonjë ngjarje të Forcës Madhore.

- 
- 20.2** Për qëllime të këtij neni, "Ngjarja e Forcës Madhore" do të thotë një ngjarje ose situatë përtej kontrollit të një Pale që nuk është e parashikueshme, është e pashmangshme dhe nuk shkaktohet nga neglizhenca ose mungesa e kujdesit nga njëra Palë. Ngjarje të tilla mund të përfshijnë, por nuk kufizohen në, veprime të një Pale qoftë në kapacitetin e tij sovran ose kontraktual, luftërat ose revolucionet, zjarret, përmytjet, epidemitë/pandemitë, kufizimet e karantinës dhe embargo e mallrave.
- 20.3** Nëse ndodh një Ngjarje e Forcës Madhore, Pala e prekur do të njoftojë menjëherë Palën tjetër me shkrim për gjendjen e tillë dhe shkakun e saj. Në qoftë se nuk udhëzohet ndryshe nga Pala tjetër me shkrim, Pala e prekur do të vazhdojë të kryejë detyrimet e saj sipas Kontratës për aq sa është e arsyeshme e praktikueshme dhe do të kërkojë të gjitha mjetet e arsyeshme alternative për realizimin që nuk pengohen nga Ngjarja e Forcës Madhore

## **Neni 21 Modifikimi i Kontratës**

- 21.1** Palët mund të modifikojnë kontratën gjatë afatit të saj, vetëm nëse ndodhen në ndonjë nga rastet e parashikuara në LPP.
- 21.2** Kur modifikimi shoqërohet me rritje të vlerës së Kontratës, vlera totale e modifikimeve nuk duhet të tejkalojë 20% të vlerës së kontratës fillestare. Kur kryhen disa modifikime të njëpasnjëshme, ky kufizim duhet të aplikohet për vlerën e përgjithshme të të gjitha modifikimeve. Kur kontrata përmban një klauzolë të rishikimit të çmimit, baza për përlogaritjen e vlerës maksimale të lejuar për modifikimet do të jetë vlera e kontratës me çmimin e përditësuar.
- 21.3** Asnjë modifikim i Kontratës nuk do të bëhet pa miratimin paraprak të Blerësit, shoqëruar me një marrëveshje me shkrim dhe të nënshkruar nga një përfaqësues i autorizuar i Furnizuesit dhe Blerësit.

## **Neni 22 Zgjatja e afatit**

- 22.1** Nëse në çdo kohë gjatë ekzekutimit të Kontratës, Furnizuesi ose nënkontraktorët e tij hasin kushte që pengojnë kryerjen në kohë të Shërbimeve në përputhje me Nenin 5, Furnizuesi njofton menjëherë Blerësin me shkrim për vonesën, kohëzgjatjen e mundshme dhe shkakun e saj. Sa më shpejt që të jetë e mundur pas marrjes së njoftimit të Furnizuesit, Blerësi vlerëson situatën dhe në bazë të diskrecionit të tij mund të zgjasë kohën e realizimit nga ana e Furnizuesit. Në këtë rast zgjatja miratohet nga Palët dhe reflektohet në modifikimin e Kontratës.

- 
- 22.2** Me përjashtim të rastit të Forcës Madhore, siç parashikohet në Nenin 20, një vonesë nga Furnizuesi në kryerjen e detyrimeve të Dorëzimit dhe Përfundimit do ta bëjë Furnizuesin përgjegjës për pagesën e dëmeve të likujduara në përputhje me parashikimet në kontratë.

## **Neni 23 Ndërprerja e Kontratës**

### **23.1 Njoftim për të korrigjuar**

Nëse Furnizuesi nuk përmbush ndonjë detyrim sipas Kontratës, Blerësi mund ti kërkojë me Njoftim që Furnizuesi të ndreqë mospërmbushjen brenda pesëmbëdhjetë (15) ditëve.

### **23.2 Ndërprerja për mospërmbushje**

Blerësi, pa cenuar ndonjë mjet tjetër ligjor në lidhje me shkeljen e Kontratës, mundet me anë të një Njoftimi me shkrim për mospërmbushje që i dërgohet Furnizuesit, ta përfundojë Kontratën në tërësi ose pjesërisht:

- (i) nëse Furnizuesi nuk ka përmbushur detyrimin edhe pas Njoftimit të bërë sipas pikës 23.1 të këtij neni;
- (ii) Nëse Furnizuesi nuk ka arritur të kryejë Shërbimet brenda periudhës së specifikuar në Kontratë, ose brenda ndonjë zgjatjeje të dhënë nga Blerësi në përputhje me Nenin 22; ose
- (iii) Nëse provohet se Furnizuesi është angazhuar në Praktika të Ndaluara, siç përcaktohet në Nenin 2, gjatë konkurrimit për Kontratën apo ekzekutimit të saj.

### **23.3 Ndërprerja për paaftësi paguese**

Blerësi ndërpret në çdo kohë Kontratën duke njoftuar Furnizuesin nëse Furnizuesi falimenton. Furnizuesi ndërpret në çdo kohë Kontratën nëse Blerësi nuk ka aftësi paguese. Në një rast të tillë, ndërprerja do të bëhet pa kompensim për Furnizuesin, me kusht që kjo ndërprerje nuk do të cenojë ose ndikojë në ndonjë të drejtë padie apo mjeti ligjor që ka lindur apo do të lindë më pas për Blerësin.

### **23.4 Ndërprerja për Shkak të Interesit Publik**

- a) Blerësi mund të ndërpresë kontratën në çdo kohë nëse gjykon se ky veprim duhet ndërmarrë për t'i shërbyer sa më mirë interesit publik.
- b) Blerësi duhet të njoftojë me shkrim Furnizuesin për ndërprerjen.
- c) Blerësi duhet të paguajë Furnizuesin për të gjitha Shërbimet e kryera përpara ndërprerjes dhe duhet t'i paguajë Furnizuesit dëmet e shkaktuara për kryerjen e

---

pjesshme të Shërbimeve. Në llogaritjen e shumës së dëmeve, Furnizuesit do t'i kërkohej të ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme për të minimizuar dëmet.

#### **Neni 24 Zgjidhja e mosmarrëveshjeve**

- 24.1** Blerësi dhe Furnizuesi do të bëjnë të gjitha përpjekjet për të zgjidhur në mënyrë miqësore përmes bisedimeve të drejtpërdrejta çdo mosmarrëveshje që lind midis tyre gjatë ekzekutimit të Kontratës.
- 24.2** Nëse, palët nuk arrijnë të zgjidhin mosmarrëveshjen e tyre me një konsultim të tillë të ndërsjellë, atëherë secila Palë mund t'i njoftojë Palës tjetër për qëllimin e saj për të shkuar në Gjykatë.

**Shtojca 18.****Kushtet e Veçanta të Kontratës**

Kushtet e mëposhtme të veçanta të Kontratës do të plotësojnë KPK. Nëse ka një konflikt, dispozitat e KVK do të mbizotërojnë mbi ato në KPK.

**Neni 1 Dispozitat e Përgjithshme****1.1 Blerësi është: *[vendos emrin e Blerësit]***

Adresa: \_\_\_\_\_

Telefoni: \_\_\_\_\_

Numri i faksit: \_\_\_\_\_

E-mail: \_\_\_\_\_

**1.2 Furnizuesi është: *[vendos emrin e Furnizuesit]***

Adresa: \_\_\_\_\_

Telefoni: \_\_\_\_\_

Numri i faksit: \_\_\_\_\_

E-mail: \_\_\_\_\_

*Të dhënat e mësipërme duhet të jenë të sakta për qëllime të komunikimeve gjatë zbatimit të kontratës.*

**1.3 Gjuha për komunikimet është *[specifiko gjuhën për komunikime]:***

Gjuha është: *[specifiko gjuhën]*

**Neni 2 Sigurimi i Kontratës**

**2.1** Sigurimi i Kontratës në shumën prej (10% të vlerës së saj) duhet të ofrohet nga Furnizuesi për të siguruar ekzekutimin e detyrimeve të tij sipas kontratës.

**2.2** Monedha do të jetë: *[specifikoni monedhën]*

**2.3** Sigurimi i Kontratës do t'i lëshohet ose kthehet, menjëherë Furnizuesit sipas formularit të mëposhtëm

- 2.4 Nëse parashikohet një ulje periodike e sigurimit të Kontratës, ajo kryhet si më poshtë:

---

*Nëse nuk plotësohet, sigurimi mbetet i pandryshuar.*

### **Neni 3 Vendndodhja e Shërbimeve**

- 3.1 Shërbimet do të kryhen në: \_\_\_\_\_

### **Neni 4 Informacion që duhet dhënë nga Blerësi**

- 4.1 Brenda 15 ditësh nga marrja e sigurimit të kontratës, Blerësi duhet t'i japë Furnizuesit informacionin dhe dokumentat e mëposhtme:

### **5.1 Neni 5 Kërkesat e Raportimit**

Gjatë zgjatjes së kontratës, Furnizuesi duhet të sigurojë raporte për Blerësin sipas formularit të mëposhtëm:

---

### **Neni 6 Siguracioni i Përgjegjësisë Profesionale**

- 6.1 Përpara fillimit të zbatimit të kontratës, Kontraktuesi duhet të sigurojë Autoritetin/entin Kontraktor me prova për siguracionin e përgjegjësisë profesionale me shumë minimale si vijon:
- 

### **Neni 7 Çmimi i Kontratës**

Çmimi i Kontratës është: \_\_\_\_\_ me tvsh

### **Neni 8 Kushtet e pagesës**

- 8.1 (a) Pagesa për Shërbimet do të bëhet brenda \_\_\_\_\_ ditëve nga data e pranimit të Shërbimeve ose nga data e marrjes së kërkesës për pagesë me shkrim, pavarësisht nga dita e ardhjes. Nëse nuk specifikohet, periudha kohore do të jetë 30 ditë.
- (b) Pagesa do të bëhet në monedhën \_\_\_\_\_. Nëse lihet e paplotësuar, pagesa do të bëhet në monedhën Shqiptare.
- 8.2 Të gjitha pagesat e shumave që i detyrohen Furnizuesit mund të bëhen vetëm në llogarinë bankare të Furnizuesit të detajuar në mënyrë të qartë në Kontratë.

## 9.1 Neni 9 Garancia

Periudha e vlefshmërisë së garancisë do të jetë si më poshtë:

### Shtojca 19.

[ Shtojcë për t'u paraqitur nga Operatori Ekonomik]

### FORMULARI I SIGURIMIT TË KONTRATËS

[Data]

Për: [Emri dhe adresa e autoritetit/entit kontraktor]

Në emër të: [Emri dhe adresa e ofertuesit të siguruar]

\* \* \*

Procedura e prokurimit: [lloji i procedurës]

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [ objekti]

Publikimi (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

\* \* \*

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, dhe me kusht që [emri i ofertuesit të përcaktuar fitues] t'i jetë akorduar kontrata,

Ne vërtetojmë se [emri i ofertuesit të përcaktuar fitues] ka derdhur një depozitë pranë [emri dhe adresa e bankës / kompanisë së sigurimeve] në një shumë prej [monedha dhe vlera, e shprehur në fjalë dhe shifra] si kusht për sigurimin e ekzekutimit të kontratës, që do të nënshkruhet me [emri i autoritetit/entit kontraktor]

Marrim përsipër të transferojmë në llogarinë e [emri i autoritetit /entit kontraktor] vlerën e siguruar, brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga kërkesa juaj e thjeshtë dhe e parë me shkrim, pa kërkuar shpjegime, me kusht që kjo kërkesë të përmendë mos-përmbushjen e kushteve të kontratës.

Ky Sigurim është i vlefshëm deri në zbatimin plotë të kontratës.

[Përfaqësuesi i bankës / kompanisë së sigurimeve]

## **Shtojca 20.**

### **DRAFT I MARRËVESHJES KUADËR KU PËRCAKTOHEN TË GJITHA KUSHTET**

#### **SHËRBIME**

[Përdorimi i kësaj drafte marrëveshje është i detyrueshëm për të gjithë autoritetet/entet kontraktore që do të përdorin Marrëveshjen Kuadër]

Nr . \_\_\_\_

datë :

Kjo Marrëveshje është lidhur më [datë] ndërmjet [emri dhe adresa e Autoritetit /Entit Kontraktor], këtu e tutje referuar si "Autoriteti /Enti Kontraktor" dhe [emri dhe adresa e Kontraktorit] përfaqësuar nga [përfaqësuesi], këtu e më tej referuar si "Kontraktori".

Kontraktori, përmes ofertës së tij, me datë [data] pajtohet të furnizojë shërbimet, siç specifikohet në kushtet e përcaktuara në:

- Këtë Formular;
- Formularin e Deklarimit të Ofertës të paraqitur nga Ofertuesi;
- Specifikimet Teknike;
- Listën e Çmimeve sipas elementëve përbërës të shërbimit.

Të gjitha këto dokumente janë të bashkangjitura, si pjesë integrale e kësaj marrëveshje.

#### **Neni 1 Objekti**

1.1 Objekti i Marrëveshjes Kuadër është të përcaktojë kushtet, përfshirë çmimet për njësi dhe rregullat për dërgimin e shërbimeve të mëposhtme.

[ Përshkrim i përgjithshëm ]

- 1.2 Marrëveshja Kuadër do të zbatohet duke dërguar ftesa për oferta tek Operatorët Ekonomikë, palë në marrëveshje sipas nevojave të Autoritetit/entit kontraktor.
- 1.3 Shumat e dhëna këtu janë vetëm për qëllime orientimi dhe NUK e detyrojnë Autoritetin/Entin Kontraktor t'i blejë ato. Autoriteti/Enti Kontraktor ka të drejtë të blejë më pak ose më shumë sasi sesa ato të parashikuara.

1.4 Kontraktori nuk do të ketë të drejtë për kompensim dhe nuk do të lejohet të bëjë ndryshime në çmimet për njësi, për shembull nëse Autoriteti/Enti Kontraktor vendos të blejë më pak ose më shumë sasi sesa ato të parashikuara të specifikuara dhe / ose nëse Autoriteti/enti Kontraktor vendos të mos blejë cilëndo nga këto sasi për disa artikuj.

1.5 Kohëzgjatja e Marrëveshjes

Kuadër: \_\_\_\_\_

## Neni 2 Çmimi

2.1 Çmimet për njësi për shërbime përshkruhen në Listën e Çmimeve sipas elementëve përbërës të shërbimit.

2.2 Çmimet për njësi do të jenë fikse dhe nuk do të ndryshojnë për porositë e bëra në bazë të kësaj Marrëveshje Kuadër.

## Nënshkrimet dhe datat

### Për Kontraktorin

### Për Autoritetin /Entin Kontraktor

|                   |  |                   |  |
|-------------------|--|-------------------|--|
| <b>Emri:</b>      |  | <b>Emri:</b>      |  |
| <b>Pozicioni:</b> |  | <b>Pozicioni:</b> |  |
| <b>Firma:</b>     |  | <b>Firma:</b>     |  |
| <b>Data:</b>      |  | <b>Data:</b>      |  |
| <b>Vula:</b>      |  | <b>Vula:</b>      |  |

**Shtojca 21.**

**DRAFT MARRËVESHJA KUADËR KU NUK PËRCAKTOHEN TË GJITHA  
KUSHTET  
SHËRBIME**

Emri i Autoritetit/Enti Kontraktor,

dhe

Emri i Kontraktorit

Bien dakord si më poshtë:

**Të nënshkruajnë Marrëveshjen Kuadër për objektin:** <shëno titullin> me numrin  
identifikues: <shëno numrin e prokurimit>

**Neni 1 Objekti.**

1 Objekti i kësaj marrëveshje kuadër është të vendosë rregullat për kontratat që do të lidhen përmes procesit të Mini – konkurrimit vetëm midis Operatorëve Ekonomik që janë palë në këtë Marrëveshje Kuadër.

1.2 Kjo Marrëveshje Kuadër nuk është një kontratë në vetvete, por përcakton kushtet për kontratat që do të lidhen, bazuar në të.

1.3 Kontraktori është vetëm një prej palëve të Marrëveshjes Kuadër.

**Neni 2 Detyrimet e Palëve**

2.1 Autoriteti /Enti Kontraktor, palë në këtë marrëveshje, do t'i dërgojë Kontraktuesit një "Ftesë për Ofertë" sa herë që ka nevojë për shërbime.

2.2 Kontraktori është i detyruar të paraqesë një Ofertë sa herë që kërkohet nga Autoriteti /enti Kontraktor.

**Neni 3 Kontratat në zbatimin e Marrëveshjes Kuadër**

1.1 Kontratat do të nënshkruhen vetëm pas procesit të mini-konkurrimit.

**Neni 4 Procesi i mini-konkurrimit**

4.1 Procesi i mini-konkurrit do të zhvillohet me të gjithë operatorët ekonomik, palë në Marrëveshjen Kuadër, kurdoherë që ka nevojë për shërbime nga ana e Autoritetet/entet Kontraktore.

4.2 Autoriteti/Enti Kontraktor do të rihapë konkurrimin në të njëjtat kushte ose kushte të tjera të përcaktuara në Ftesën për Oferta, siç përcaktohet në Dokumentet e Tenderit.

4.3 Sa herë që ka nevojë për shërbime, Autoriteti/Enti Kontraktor përgatit Ftesat për Oferta dhe i dërgon ato të gjithë Operatorët Ekonomik, palë në Marrëveshjen Kuadër. Vlerësimi i Ofertave do të bazohet në kriteret e përcaktuara në Ftesën për Oferta.

**Neni 5 Kohëzgjatja e Marrëveshjes Kuadër** \_\_\_\_\_

**Firmat dhe Data** \_\_\_\_\_

**Për Kontraktorin**

**Për Autoritetin/Entin Kontraktor**

|                   |  |                   |  |
|-------------------|--|-------------------|--|
| <b>Emri:</b>      |  | <b>Emri:</b>      |  |
| <b>Pozicioni:</b> |  | <b>Pozicioni:</b> |  |
| <b>Firma:</b>     |  | <b>Firma:</b>     |  |
| <b>Data:</b>      |  | <b>Data:</b>      |  |
| <b>Vula:</b>      |  | <b>Vula:</b>      |  |

## **SEKSIONI IV**

### **Ankimi dhe Njoftimet për mbylljen e procesit**

Shtojca 22: Formulari i Ankesës pranë Autoritetit/Entit kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik

Shtojca 23: Formulari i paraqitjes së argumentave nga operatorët ekonomikë të interesuar pranë Autoritetit/Entit kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik

Shtojca 24: Njoftimi i Kontratës së nënshkruar

Shtojca 25: Njoftimi i kontratës së nënshkruar që publikohet në Buletinin e Njoftimeve Publike

Shtojca 26: Formulari i Anulimit të Procedurës së Prokurimit, në përfundim të afateve të ankimimit

Shtojca 22.

## FORMULARI I ANKESËS PRANË AUTORITETIT/ENTIT KONTRAKTOR DHE KOMISIONIT TË PROKURIMIT PUBLIK

Ankesë drejtuar: Autoriteti/Entit Kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik ☐

### Seksioni I. Identifikimi i ankimuesit

*Ankimuesi mund të jetë një ofertues ose ofertues i mundshëm (p.sh. individ, operator ekonomik, shoqatë, bashkim operatorësh ekonomike)*

Emri i plotë i ankimuesit (ju lutem shtypeni)

Nuis/Nipt

Adresa

Qyteti

Shteti

Kodi Postar / Posta

Numri i telefonit (përfshirë kodin e zonës)

Numri i faksit (përfshirë kodin e zonës)

E-mail

Emri dhe titulli i zyrtarit të autorizuar për lëshimin e ankesës (ju lutemi shkruani)

Nënshkrimi i zyrtarit të autorizuar

Data (viti/muaji/dita)

Numri i telefonit (përfshirë kodin e zonës)

Numri i faksit (përfshirë kodin e zonës)

### Seksioni II. Informacion mbi procedurën

#### 1. Numri i referencës së procedurës/Lotit

*Plotësoni numrin e referencës së kontratës në njoftimin e kontratës ose në dokumentet e tenderit.*

## 2. Lloji i Procedurës

*Plotësoni llojin e procedurës së përdorur për prokurimin në fjalë.*

Procedurë e hapur

☐

Procedurë e hapur e thjeshtuar

☐

Procedurë e kufizuar

☐

Procedurë konkurruese me negociim

☐

Partneritet për inovacion

☐

Dialog konkurrues

☐

Procedurë me negociim me shpallje paraprake të njoftimit

☐

Procedurë me negociim pa shpallje paraprake të njoftimit të kontratës

☐
☐

Kontratë e lidhur pa zhvilluar ndonjë nga procedurat e prokurimit të parashikuara në LPP

☐

## 3. Autoriteti /Enti Kontraktor

*Emri i autoritetit/entit kontraktor që administron procesin e prokurimit.*

## 4. Vlera e përllogaritur e prokurimit

*(Vlera e përllogaritur e kontratës/marrëveshjes kuadër) (shuma në shifra dhe fjalë)*

## 5. Objekti i kontratës/Marrëveshjes Kuadër

*(Përshkrimi i shkurtër i punëve / mallrave / shërbimeve objekt kontrate/marrëveshje kuader).*

## 6. Afati i fundit për paraqitjen e ofertës

*(Data (viti/muaji/dita))*

---

7. Data e publikimit të Njoftimit të Fituesit  
(Data (viti/muaji/dita) nëse është e zbatueshme)

---

8. **Data e nënshkrimit të kontratës**  
(Data (viti/muaji/dita) në rastet e kërkesave për pavarshmërinë e kontratës)

---

### **Seksioni III. Përshkrimi i ankesës**

1. Baza ligjore (Shkelje ligjore, bazuar në vendime, akte, dokumente, etj.)

---

#### **2. Objekti i ankesës**

- Modifikim i dokumentave të tenderit

☐

- Kundërshtim i vendimit të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave lidhur me skualifikimin e ofertës tuaj.

☐

(Citoni këtu arsyet e skualifikimit)

- Kundërshtim i vendimit të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave lidhur me kualifikimin e ofertës të një/disa operatori/ve ekonomik pjesëmarrës në procedurën e prokurimit.

☐

(Citoni operatorin/ët ekonomik për të cilin keni pretendime)

- Pavarshmëri kontrate

☐

(Citoni kontratën për të cilën kërkon pavarshmërinë)

- Tjetër

☐

(Citoni këtu objektin e ankesës që nuk përfshihet më sipër)

### 3. Rrethanat dhe faktet

Përshkruani rrethanat e faktit.

### 4. Argumentime mbi shkeljet e pretenduara

Përshkruani në mënyrë koncize shkelejt e pretenduara, duke argumentuar qartë dhe saktë se përse pretendoni për paligjshmëri në veprimet e autoritetit/entit kontraktor.

### 5. Kërkesë për ekspertizë të posacme

Po

Jo

☐

☐

(Nëse po, specifikoni llojin e ekspertizës që kërkon)

---



---

### 6. Kërkesë për përjashtim të zyrtarëve që do të merren me shqyrtimin e ankesës:

---



---

### 7. Lista e informacionit konfidencial:

---



---

Përcaktoni se cili informacion është konfidencial, nëse ka. Shpjegoni pse informacioni është ose një version i dokumenteve përkatëse me heqjen e pjesëve konfidenciale dhe një përmbledhje të përmbajtjes.

**Kujdes :Ankimuesi duhet t'i bashkëlidhë ankimit, që do të paraqesë në autoritetin/ entin kontraktor dhe Komisionin e Prokurimit Publik, dokumentin bankar që vërteton pagesën e tarifës përkatëse për ankesën pranë Komisionit të Prokurimit Publik**

Dërgojeni formularin e plotësuar të ankesës së prokurimit, të gjitha shtojcat e nevojshme dhe kopjet shtesë, pranë **Autoritetit /Enti Kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik në Sistemin e Ankesave Elektronike.**

Shënim: Ankimuesi duhet ta dërgojë njëkohësisht ankesën në autoritetin/ entin kontraktor dhe Komisionin e Prokurimit publik në **Sistemin e Ankesave Elektronike.**

**Nr. i faksit:**

**E-mail:**

**Nënshkrimi dhe vula e Ankuesit**

**Administratori/ Përfaqësuesi i autorizuar**

**Shtojca 23.**

**FORMULARI I PARAQITJES SË ARGUMENTAVE NGA OPERATORËT  
EKONOMIKË TE INTERESUAR PRANË AUTORITETIT/ENTIT KONTRAKTOR  
DHE KOMISIONIT TË PROKURIMIT PUBLIK**

**Paraqitja e argumentave nga operatorët ekonomikë të interesuar drejtuar:**

Autoriteti/Entit Kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik ☐

**Seksioni I. Identifikimi i Operatorit/ëve Ekonomikë/Bashkimit të operatorëve ekonomikë**

Emri i plotë i Operatorit Ekonomik/Operatorëve Ekonomikë (ju lutem shtypeni)

Nuis/Nipt

Adresa

Qyteti

Shteti

Kodi Postar / Posta

Numri i telefonit (përfshirë kodin e zonës)

Numri i faksit (përfshirë kodin e zonës)

E-mail

Emri dhe titulli i zyrtarit të autorizuar për dërgimin e këyre kundërshtimeve (ju lutemi shkruani)

Nënshkrimi i zyrtarit të autorizuar

Data (viti/muaji/dita)

Numri i telefonit (përfshirë kodin e zonës)

Numri i faksit (përfshirë kodin e zonës)

**Seksioni II. Informacion mbi procedurën**

1. Numri i referencës së procedurës/Lotit

*Plotësoni numrin e references së kontratës në njoftimin e kontratës ose në dokumentet e tenderit.*

## 2. Lloji i Procedurës

Procedurë e hapur

☐

Procedurë e hapur e thjeshtuar

☐

Procedurë e kufizuar

☐

Procedurë konkurruese me negociim

☐

Partneritet për inovacion

☐

Dialog konkurrues

☐

Procedurë me negociim me shpallje paraprake të njoftimit

☐

Procedurë me negociim pa shpallje paraprake të njoftimit të kontratës

☐

3. Autoriteti /Enti Kontraktor

*Emri i autoritetit/entit kontraktor që administron procesin e prokurimit.*

4. Vlera e përlogaritur e prokurimit

*Vlera e përlogaritur e kontratës/ Marrëveshjes Kuadër (shuma në shifra dhe fjalë)*

5. Objekti i kontratës/Marrëveshjes Kuadër

*Përshkrimi i shkurtër i punëve / mallrave / shërbimeve objekt kontrate/marrëveshje kuader.*

6. Afati i fundit për paraqitjen e ofertës

Data (viti/muaji/dita)

7. Ankesa që po shqyrtohet:

(emri i Operatorit ekonomik që ka paraqitur ankesë për këtë procedurë prokurimi)

---

#### 8. Data e Publikimit të Njoftimit të Fituesit

---

Data (viti/muaji/dita)

### Seksioni III. Argumentat mbi ankesën e paraqitur nga Operatori/ët ekonomikë

#### 1. Baza ligjore

(Shkelje/arsyetime ligjore, bazuar në vendime, akte, dokumente, etj.)

---

#### 2. Deklaratë e hollësishme e argumenteve mbi ankesën e paraqitur

*Jepni një deklaratë të hollësishme të fakteve dhe argumenteve që mbështesin argumentimet tuaja. Për çfarëdo arsye, specifikoni datën në të cilën u vutë në dijeni për faktet e lidhura me arsyet e ketyre srgumenteve. Përmendni seksionet përkatëse të Dokumenteve të Tenderit, nëse është e zbatueshme. Përdorni faqe shtesë nëse është e nevojshme.*

#### 3. Lista e informacionit konfidencial

*Përcaktoni se cili informacion është konfidencial, nëse ka. Shpjegoni pse informacioni është ose një version i dokumenteve përkatëse me heqjen e pjesëve konfidenciale dhe një përmbledhje të përmbajtjes.*

---

Dërgojeni formularin e plotësuar të argumentimeve tuaja, si dhe të gjitha shtojcat e nevojshme dhe kopjet shtesë, në Sistemin e Ankesave Elektronike.

**Shënim: Nëse operatorët ekonomikë të interesuar nuk kanë paraqitur argumentat e tyre që kundërshtojnë ankesën, sipas parashikimeve të LPP, nuk mund të ushtrojnë më pas të drejtën e ankimit për vendimin e dhënë lidhur me ankesën për këtë procedurë prokurimi.**

**Nr. i faksit:**

**E-mail:**

**Nënshkrimi dhe vula e Operatorit /eve Ekonomikë**

**Shtojca 24.***(Shtojcë për tu plotësuar nga autoriteti/enti kontraktor)***Formulari i Njoftimit të Kontratës së Nënshkruar****Seksioni 1 Autoriteti/Enti Kontraktor****1.1 Emri dhe adresa e Autoritetit /Entit Kontraktor**

Emri \_\_\_\_\_

Adresa \_\_\_\_\_

Tel/Faks \_\_\_\_\_

E-mail \_\_\_\_\_

Ueb-faqe \_\_\_\_\_

**1.2 Lloji i Autoritetit/Entit Kontraktor:**

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| Institucion qendror         | Institucion i pavarur    |
| <input type="checkbox"/>    | <input type="checkbox"/> |
| Njësia e Qeverisjes Vendore | Të tjera                 |
| <input type="checkbox"/>    | <input type="checkbox"/> |

**1.3 Procedura e prokurimit për lidhjen e kësaj kontrate është zhvilluar nga:**

|                                                         |                          |                                                                 |
|---------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Autoritet/ent kontraktor që prokuron për nevoja të veta | Organ Qendror blerës     | Ofruesi Shërbimit                                               |
| <input type="checkbox"/>                                | <input type="checkbox"/> | Publik <input type="checkbox"/> Privat <input type="checkbox"/> |
| I deleguar                                              |                          | Të tjera                                                        |
| <input type="checkbox"/>                                |                          | <input type="checkbox"/>                                        |

**Seksioni 2. Objekti i Kontratës****2.1 Numri i referencës së procedurës / Lotit**


---

**2.2 Lloji i Kontratës: "Kontratë Publike për Shërbime"**

## 2. Kontratë në bazë të Marrëveshjes Kuadër

Po ☐ Jo ☐

Nëse Po, lloji i Marrëveshjes Kuadër

Me një Operator Ekonomik ☐

Me disa operatorë ekonomik ☐

Të gjitha kushtet janë të vendosura Po ☐ Jo ☐

### 2.4 Përshkrimi i shkurtër i kontratës

2. Fondi limit \_\_\_\_\_

3. Burimi i financimit  
\_\_\_\_\_

4. Objekti i Kontratës \_\_\_\_\_

### 2.5 Kohëzgjatja e Kontratës ose afati i përfundimit:

Kohëzgjatja në muaj  ose ditë

ose

Duke nisur  dhe përfunduar në

### 2.6 Ndarja në LOTE:

Po ☐ Jo ☐

Nëse po, numri i LOTEVE:

### 2.7 Kontrata me nënkontraktim:

Po ☐ Jo ☐

## Seksioni 3. Procedura

### 3.1 Lloji i procedurës: E hapur

### 3.2 Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:

A) oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në kosto ☐

Sipas rëndësisë: Çmimi ☐ pikët ☐

etj. ☐ pikë

ose

B) oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim ☐

### 3.3 Numri i ofertave të paraqitura: ☐☐☐

Numri i ofertave të rregullta: ☐☐☐

3.4. Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit (TIK) janë përdorur standardet e përgatitura nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit:

Po ☐ Jo ☐

3.5. Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit (TIK), kur standardet nuk janë të zbatueshme, aprovimi paraprak merret nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit.

Po ☐ Jo ☐

## Seksioni 4 Informacion rreth Kontratës

4.1 Numri i kontratës: \_\_\_\_\_ Data e kontratës

☐☐☐☐☐☐☐☐

### 4.2 Emri dhe adresa e Kontraktorit

Emri \_\_\_\_\_

Adresa \_\_\_\_\_

Nipti \_\_\_\_\_

Tel/Faks \_\_\_\_\_

E-mail \_\_\_\_\_

Ueb-faqe \_\_\_\_\_

#### 4.2.1 Emri dhe adresa e nënkontraktorit

Emri \_\_\_\_\_

Adresa \_\_\_\_\_

Nipti \_\_\_\_\_

Tel/Faks \_\_\_\_\_

E-mail \_\_\_\_\_

Ueb-faqe \_\_\_\_\_

#### 4.3 Vlera totale përfundimtare e Kontratës (përfshirë shumë, opsione dhe nënkontrakttime):

|       |           |         |       |
|-------|-----------|---------|-------|
| Vlera | _____     | Monedha | _____ |
|       | (pa TVSH) |         |       |

|       |           |         |       |
|-------|-----------|---------|-------|
| Vlera | _____     | Monedha | _____ |
|       | (me TVSH) |         |       |

##### 4.3.1 Vlera totale e nënkontraktimit: \_\_\_\_\_

|       |           |         |       |
|-------|-----------|---------|-------|
| Vlera | _____     | Monedha | _____ |
|       | (pa TVSH) |         |       |

|       |           |         |       |
|-------|-----------|---------|-------|
| Vlera | _____     | Monedha | _____ |
|       | (me TVSH) |         |       |

#### 4.4 Informacion Shtesë

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Data e dorëzimit të këtij njoftimi      □□/□□/□□□□

**Shtojca 25.**

[ Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor për publikim në Buletinin e Njoftimeve Publike]

**Formulari i Njoftimit të Kontratës së Nënshkruar****1. Emri dhe adresa e Autoritetit /Enti Kontraktor**

Emri \_\_\_\_\_  
 Adresa \_\_\_\_\_  
 Tel/Faks \_\_\_\_\_  
 E-mail \_\_\_\_\_  
 Ueb-faqe \_\_\_\_\_

**2. Lloji i procedurës:** \_\_\_\_\_

**3. Objekti i kontratës** \_\_\_\_\_

**4. Numri i referencës së procedurës / Lotit** \_\_\_\_\_

**5. Fondi Limit** \_\_\_\_\_

**6. Data e Publikimit në SPE** të Njoftimit të Fituesit në përfundim të afateve të ankimit \_\_\_\_\_:

<sup>11</sup>Data e Publikimit në Buletinin e Njoftimeve Publike të Njoftimit të Fituesit në përfundim të afateve të ankimit [Data] (Numri)

**7. Vlera totale përfundimtare e kontratës (përfshirë Lotet, opsionet dhe nënkontraktimin):**

Vlera \_\_\_\_\_ Monedha \_\_\_\_\_  
 (me TVSH)

**8. Emri dhe adresa e Kontraktorit**

Emri \_\_\_\_\_  
 Adresa \_\_\_\_\_

<sup>11</sup> Në rastin e procedurave të prokurimit që zhvillohen në rrugë shkresore, plotësohet vetëm data e publikimit të këtij njoftimi në BNJP

---

Numri i NIPT-it \_\_\_\_\_

**OE/BOE me nënkontraktor**

**PO** ☐ **JO** ☐

Nëse po, të jepen dhënat \_\_\_\_\_

(Emrat e nënkontraktorëve , Nipt-et, % e nënkontraktimit)

Vlera e nënkontraktimit \_\_\_\_\_ me TVSH Monedha \_\_\_\_\_

**8. Data e nënshkrimit të kontratës**

\_\_\_\_\_

**Shtojca 26.***(Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor)***Formulari i Anulimit të Procedurës së Prokurimit, në përfundim të afateve të ankimit****1. Emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor**

Emri \_\_\_\_\_

Adresa \_\_\_\_\_

Tel/Faks \_\_\_\_\_

E-mail \_\_\_\_\_

Ueb-faqe \_\_\_\_\_

**2. Lloji i procedurës: Hapur****3. Numri i Referencës së procedures/lotit:****4. Objekti i Kontratës** \_\_\_\_\_**5. Fondi Limit** \_\_\_\_\_**6. Arsytet e Anulimit:**

- ☐ në procedurat me fazë nuk është dorëzuar asnjë kërkesë e përshtatshme;
- ☐ në procedurat me një fazë nuk është dorëzuar asnjë ofertë e përshtatshme;
- ☐ konstaton se dokumentet e tenderit përmbajnë gabime ose mangësi të rëndësishme;
- ☐ për shkak të rrethanave të paparashikueshme dhe objektive, nevojat ose aftësia paguese e autoritetit ose entit kontraktor kanë ndryshuar;
- ☐ kur Komisioni i Prokurimit Publik vendos anulimin sipas parashikimeve në LPP;
- ☐ kur titullari i autoritetit kontraktor vendos anulimin sipas parashikimeve në nenin 19/4 të LPP.

**7. Data e publikimit** në SPE të Njoftimit të anulimit nga i cili nisin afatet e ankimit: \_\_\_\_\_

<sup>12</sup>Data e Publikimit në Buletin e Njoftimeve Publike të Njoftimit të Anullimit nga i cili nisin afatet e ankimit [ Nr] [date]

<sup>12</sup> Në rastin e procedurave të prokurimit që zhvillohen në rrugë shkresore, plotësohet vetëm data e publikimit të këtij njoftimi në BNJP

**8. Ankesa pas Njoftimit të Anulimit, nga i cili nisin afatet e ankimit**

PO ☐ JO ☐

Nëse Po ( Nr. \_\_ Datë \_\_ i vendimit përfundimtar për shqyrtimin e ankesës, të dhënë nga Komisioni i Prokurimit Publik)

Në përfundim të afatit për paraqitjen e ankesave \_\_\_\_/shqyrtimit të ankesave dhe vendimit të marrë lidhur me to, procedura e prokurimit me objekt “ \_\_\_\_\_”, anulohet.

Data e dorëzimit të këtij njoftimi

Me respekt,

**Titullari i Autoritetit/Entit Kontraktor**